




## ORGANISMO NACIONAL DE METROLOGIA

### DICTAMEN TECNICO

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Material de referencia para verificación de etilómetros (solución de etanol en agua). <b>debe contener materiales de referencia con certificados con los siguientes valores:</b> 0.244 g/L y 0,809 g/L	Material de referencia para verificación de etilómetros (solución de etanol en agua). <b>debe contener materiales de referencia con certificados con los siguientes valores:</b>  0.244 g/L y 0,809 g/L 2 concentraciones diferentes (10 litros de cada concentración) <b>La presentación de los materiales de referencia certificados debe ser de 500 ml.</b> Cada MRC debe ser producido por un productor de material de referencia certificado acreditado por un Organismo de Acreditación signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo ILAC en la Norma ISO 17034 vigente. Con certificado de material de referencia certificado y copia de certificado de acreditación en la Norma ISO 17034 vigente.

Firma:		Ing. Shigueru Yano Ykeda
Preparado por:		Director
Dependencia		Organismo Nacional de Metrología INTN