

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 210144

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 13:05 del día 28/3/2011, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad con lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 210144 - LPN 4/2011 - Adquisición de Equipos Medicos y Equipos de Reparación de la Institución:

<b>Nivel de Entidad:</b>	PODER EJECUTIVO
<b>Entidad:</b>	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
<b>Sub-UOC:</b>	UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES(D.O.C) - NIVEL CENTRAL
<b>Código SICP:</b>	1740

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

#### Listado de Consultas

<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se podria cobrar el 1% de multa en la entrega por cada semana de atraso? Nos parece que por cada 2 dias dicho porcentaje es muy elevado. Favor aclarar		28-02-2011	09:02:31

<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Aclaremos que el porcentaje de multa se mantiene segun lo establecido en el PBC		02-03-2011	15:43:50

<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En las especificaciones tecnicas del aparato de presion para adulto dice Brazal extra largo para adulto, este se refiere al brazal especial para adulto obeso o se refiere al brazal estandar para adulto? Favor aclarar		28-02-2011	09:02:04

<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se refiere a un brazal estandar para adulto		03-03-2011	10:41:41

<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En las especificaciones tecnica de dicho Item N°9 dice con brazal extra largo tamaño pediátrico, a que se refiere exactamente? El aparato debe venir unicamente con un brazal pediátrico?. Favor aclarar de que tamaño precisa el brazal y si es uno solo.		28-02-2011	09:02:17

<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se requiere un brazal tamaño pediátrico		03-03-2011	10:42:15

<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ambos Items deben venir con estetoscopio bi auricular? Favor aclarar		28-02-2011	09:02:57

## Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que deben venir con estetoscopio bo auricular	03-03-2011	10:43:13

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Bateria Interna Recargable con duración de 2 horas o mas si hay corte de Energia Electrica. Solicitamos diga: Bateria Interna Recargable con duración de 15 a 20 minutos por si haya corte de Energia Electrica.	28-02-2011	12:02:28

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requiere ajustarse a la adenda 2, que dice se necesita que sea opcional el uso de la batería interna para que se presenten los equipos de los demás oferentes.	21-03-2011	14:07:15

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Bateria Interna Recargable con duración de 2 horas o mas si hay corte de Energia Electrica. Solicitamos diga: Bateria Interna Recargable con duración de 15 a 20 minutos por si haya corte de Energia Electrica.	28-02-2011	12:02:00

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requiere con bateria interna recargable con 20 min. de autonomia como minimo, porque es el tiempo necesario para realizar una hemodialisis a un paciente con seguridad en el caso de que ocurra un corte de energia electrica.	03-03-2011	10:46:03
Se recomienda adecuarse a la modificacion realizada en la consulta N° 5	03-03-2011	10:47:16

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Solicitan ?Pantalla: Monitor al menos 19" (pulgadas), medidas diagonalmente.?, Solicitamos permitan cotizar equipos con monitor LCD de 17", tamaño considerable para la visualización durante la practica médica, para permitir la participación de un mayor numero de oferentes.</p> <p>Solicitan: ?Memoria de Cine de al menos 8000 cuadros?. Sugerimos ampliar este requerimiento a memoria de cine de al menos 18000 cuadros, Ya que estudios cardiológicos requieren bucles de cine muy superiores a 10.000 cuadros.</p> <p>Solicitan: ?Puertos USB para conexión de periféricos? Sugerimos modificar este requerimiento por: ?Al menos 4 puertos USB para conexión de periféricos, y dispositivos de almacenamiento de datos USB flash drive?.</p> <p>Solicitan: ?1024 o más canales de procesamiento no multiplexados?. Sugerimos ampliar este requerimiento a ?2048 canales de procesamiento no multiplexados?, ya que en estudios cardiológicos es necesaria una mayor resolución y velocidad de adquisición de imágenes.</p> <p>Solicitan ?Modo M Anatómico?, sugerimos solicitar que este pueda ser obtenido tanto en tiempo real como desde bucles de cine para mejor cuantificación de la fracción de acortamiento o fracción de expulsión.</p> <p>Sugerimos soliciten Modo Flujo B Sanguíneo sin utilización de efecto Doppler, Modo que permite la visualización de la íntima del vaso sin ser ocultada como ocurre con el Doppler Color.</p> <p>Solicitan Strain Rate por el método 2D Speckle Tracking, sugerimos soliciten la obtención de Strain rate por los métodos de Doppler Tisular y Speckle Tracking, ya que ambos son complementarios entre sí.</p> <p>Solicitan Strain Rate, sin embargo no se menciona el Modo M curvo del Strain Rate, herramienta necesaria para la interpretación de la información de Strain Rate, ya que todos los trabajos publicados en el mundo con Strain rate utilizan el modo M Curvo. Por lo tanto sugerimos solicitar modo M curvo del Strain Rate formando parte integral en la consola, sin necesidad de utilización de estación de trabajo externa. Además de la capacidad del equipo de la obtención del modo M curvo desde bucles de cine de archivo.</p>	01-03-2011	08:03:40

### Listado de Consultas

<p>Para facilitar el traslado del equipo en las salas de terapia sugerimos soliciten unidad de alimentación interrumpida (UPS) con autonomía mínima de al menos 10 minutos, como parte integral interna al equipo desde fabrica.</p> <p>Sugerimos solicitar capacidad de Post Proceso de Imágenes de archivo de los siguientes parámetros, ganancia Modo B, Modo M, Modo PW, velocidad de barrido espectral, corrección del ángulo.</p> <p>Sugerimos solicitar al menos Seis niveles de armónica para transductores sectoriales adultos y al menos una armónica por inversión de pulso, ya que el rango de pacientes a estudiar es muy amplio y las necesidades encontradas así lo requieren.</p> <p>Sugerimos la incorporación de Software de Vision extendida con transductores lineales a los requerimientos, herramienta que permitirá la construcción, visualización y medición, en una imagen simple en 2D de segmentos mayores a los obtenidos en un barrido simple del transductor.</p> <p>Sugerimos Solicitar Software de Calculo de la fracción de eyección con detección automática de los bordes.</p> <p>Solicitan ?Transductor Phased Array adulto con ancho de banda de 1 a 4 MHz.?, Solicitamos permitan cotizar transductores con ancho de banda de 1.5 a 3.6 MHz, rango de frecuencias suficiente para la exploración en pacientes adultos y de este modo permitir la participación de un mayor numero de oferentes.</p> <p>Solicitan ?Transductor Phased Array pediátrico con ancho de banda de 5 a 8 MHz.?, Sugerimos solicitar transductores con ancho de banda de 3.0 a 8.0 MHz, para la exploración en pacientes pediátricos tanto neonatales como niños mayores.</p>		
---	--	--

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a las especificaciones del PBC	04-03-2011	14:29:31
Ajustarse a las especificaciones del PBC		
Se modifica este punto por: ?4 puertos USB para conexión de periféricos		
Se modifica este punto por: ?2048 O MAS canales de procesamiento no multiplexados		
Ajustarse a las especificaciones del PBC		
Ajustarse a las especificaciones del PBC		
Ajustarse a las especificaciones del PBC		
Se agrega la función ?Modo M anatómico del Strain Rate integrado a la consola del equipo		
Ajustarse a las especificaciones del PBC		
Ajustarse a las especificaciones del PBC		
Ajustarse a las especificaciones del PBC		
Ajustarse a las especificaciones del PBC		
Ajustarse a las especificaciones del PBC		
Ajustarse a las especificaciones del PBC		
Se modifica este punto por: ?Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array pediátrico con un ancho de banda de 3 a 8 Mhz		

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En las especificaciones técnicas no se menciona la Capacidad de almacenamiento de imágenes y bucles de cine, considerando la necesidad de respaldo de información para el estudio de casos necesaria en cardiología, sugerimos solicitar Capacidad de almacenamiento en Disco duro integrado al equipo de al menos 80 GB.</p> <p>En las especificaciones técnicas no se menciona Memoria cine necesaria Sugerimos solicitar Memoria de cine de al menos 150.000 cuadros, ya que estudios cardiológicos requieren bucles de cine muy superiores a 10.000 cuadros.</p> <p>Solicitan Modo M Anatómico Sugerimos solicitar la obtención del Modo M Anatómico a partir tanto de scaneo en tiempo real como a partir de bucles de cine, para mejor cuantificación de la fracción de acortamiento o fracción de expulsión.</p>	01-03-2011	08:03:23

### Listado de Consultas

<p>Sugerimos solicitar software de Tissue Tracking, para despliegue cuantitativo del desplazamiento sistólico del miocardio.</p> <p>Sugerimos solicitar software de Tissue Velocity Imaging, para valoración cuantitativa de la función diastólica del miocardio.</p> <p>Sugerimos solicitar software de Visión extendida para transductores lineales, herramienta que permitirá la construcción, visualización y medición, en una imagen simple en 2D de segmentos mayores a los obtenidos en un barrido simple del transductor.</p> <p>Sugerimos solicitar la obtención del Modo M Anatómico a partir tanto de scaneo en tiempo real como a partir de bucles de cine, para mejor cuantificación de la fracción de acortamiento o fracción de expulsión.</p> <p>Solicitan: ?Doppler Continuo?, Favor aclarar si el mismo debe tener la posibilidad de funcionar en modo Triplex.</p> <p>Sugerimos soliciten Software de Medición Automática del espesor de la Intima Media para cuantificación de Factores de riesgo cerebro-vascular y coronarios, para tratamiento temprano.</p> <p>Sugerimos solicitar como requerimiento la capacidad del equipo de Operar las funciones de Archivo, aun fuera del carro de transporte, para aprovechar al máximo las funcionalidades de un equipo portátil.</p> <p>Solicitan: ?Transductor Lineal con un ancho de banda de 4 a 11 Mhz. Cantidad: 01 (una) unidad por cada equipo. ?</p> <p>Sugerimos ampliar la frecuencia de operación del mismo a un ancho de banda de 4.0 a 13.0 MHz.</p> <p>Solicitan: ?Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array adulto con un ancho de banda de 1.7 a 4 Mhz.?</p> <p>Sugerimos permitan ofertar transductores sectoriales para aplicaciones en cardiología adultos con un rango de frecuencia de operación de 1.5 ? 3.6 MHz, frecuencias suficientes para estas aplicaciones.</p> <p>Solicitan: ?Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array pediátrico con un ancho de banda de 2.5 a 6 Mhz.?</p> <p>Sugerimos extender el rango de frecuencia operativa a 2.7 ? 8.0 MHz, para permitir la obtención de imágenes en un mayor rango de pacientes pediátricos y neonatales.</p> <p>Sugerimos solicitar que el equipo contenga reporte estructurado para descripción patológica de estructuras cardiacas individuales, según normativas ICAVL.</p> <p>Sugerimos solicitar al menos Seis niveles de armónica para transductores sectoriales adultos, ya que el rango de pacientes a estudiar es muy amplio y las necesidades encontradas así lo requieren.</p> <p>Sugerimos solicitar la posibilidad de agregar Software de Echo Stress.</p> <p>Sugerimos solicitar que el equipo tenga la posibilidad de utilización de transductores multiplanares transeofágicos, para procedimientos en pacientes adultos y pediátricos.</p> <p>Sugerimos solicitar que el equipo tenga la posibilidad de realización de procedimientos de ecografía intracardíaca e intraluminal.</p> <p>Solicitan ?Manual de Servicio? en español, solicitamos permitan cotizar manual de Servicio en inglés, ya que los manuales de servicio originales de los fabricantes solo son provistos en dicho idioma.</p>		
--	--	--

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se agrega en las especificaciones ?Capacidad de almacenamiento en Disco duro integrado al equipo de 120GB o mejor	04-03-2011	14:36:51
Se agrega en las especificaciones ?Memoria Cine de 8.000 cuadros o mejor		
Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC		
Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC		
Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC		
Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC		
Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC		
No es necesaria la función triplex para el doppler continuo, si para el doppler pulsado		
Se agrega como requerimiento ?Software para medición automática del espesor de la Intima Media		

### Listado de Consultas

<p>Se agrega la función de ?Capacidad del equipo de Operar las funciones de Archivo, fuera del carro de transporte</p> <p>Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Posibilidad de Transductores Transesofagicos p/ adultos y pediatricos</p> <p>Favor Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Se modifica este punto por: ?Manual de usuario en idioma español, manual de servicio en idioma inglés sin alteraciones del contenido</p>		
---	--	--

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitan ?Manual de Usuario y Servicio? en español, solicitamos permitan cotizar manuales en inglés, ya que los originales de los fabricantes solo son provistos en dicho idioma.	01-03-2011	08:03:50
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se modifica este punto por: ?Manual de usuario en idioma español, manual de servicio en idioma inglés sin alteraciones del contenido	04-03-2011	14:37:24

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitan ?Manual de Usuario y Servicio? en español, solicitamos permitan cotizar manuales en inglés, ya que los originales de los fabricantes solo son provistos en dicho idioma.	01-03-2011	08:03:07
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se modifica este punto por: ?Manual de usuario en idioma español, manual de servicio en idioma inglés sin alteraciones del contenido	04-03-2011	14:37:47

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>En las especificaciones técnicas no se menciona la Capacidad de almacenamiento de imágenes y bucles de cine, considerando la necesidad de respaldo de información para el estudio de casos necesaria en cardiología, sugerimos solicitar Capacidad de almacenamiento en Disco duro integrado al equipo de al menos 80 GB.</p> <p>En las especificaciones técnicas no se menciona Memoria cine necesaria Sugerimos solicitar Memoria de cine de al menos 150.000 cuadros, ya que estudios cardiológicos requieren bucles de cine muy superiores a 10.000 cuadros.</p> <p>Solicitan Modo M Anatómico Sugerimos solicitar la obtención del Modo M Anatómico a partir tanto de scaneo en tiempo real como a partir de bucles de cine, para mejor cuantificación de la fracción de acortamiento o fracción de expulsión.</p> <p>Sugerimos solicitar software de Tissue Tracking, para despliegue cuantitativo del desplazamiento sistólico del miocardio.</p> <p>Sugerimos solicitar software de Tissue Velocity Imaging, para valoración cuantitativa de la función diastólica del miocardio.</p> <p>Sugerimos solicitar software de Visión extendida para transductores lineales, herramienta que permitirá la construcción, visualización y medición, en una imagen simple en 2D de segmentos mayores a los obtenidos en un barrido simple del transductor.</p> <p>Sugerimos solicitar la obtención del Modo M Anatómico a partir tanto de scaneo en tiempo real como a partir de</p>	01-03-2011	08:03:42

### Listado de Consultas

<p>bucles de cine, para mejor cuantificación de la fracción de acortamiento o fracción de expulsión.</p> <p>Solicitan: ?Doppler Continuo?, Favor aclarar si el mismo debe tener la posibilidad de funcionar en modo Triplex.</p> <p>Sugerimos soliciten Software de Medición Automática del espesor de la Intima Media para cuantificación de Factores de riesgo cerebro-vascular y coronarios, para tratamiento temprano.</p> <p>Sugerimos solicitar como requerimiento la capacidad del equipo de Operar las funciones de Archivo, aun fuera del carro de transporte, para aprovechar al máximo las funcionalidades de un equipo portátil.</p> <p>Solicitan: ?Transductor Lineal con un ancho de banda de 4 a 11 Mhz. Cantidad: 01 (una) unidad por cada equipo. ?</p> <p>Sugerimos ampliar la frecuencia de operación del mismo a un ancho de banda de 4.0 a 13.0 MHz.</p> <p>Solicitan: ?Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array adulto con un ancho de banda de 1.7 a 4 Mhz.?</p> <p>Sugerimos permitan ofertar transductores sectoriales para aplicaciones en cardiología adultos con un rango de frecuencia de operación de 1.5 ? 3.6 MHz, frecuencias suficientes para estas aplicaciones.</p> <p>Solicitan: ?Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array pediátrico con un ancho de banda de 2.5 a 6 Mhz.?</p> <p>Sugerimos extender el rango de frecuencia operativa a 2.7 ? 8.0 MHz, para permitir la obtención de imágenes en un mayor rango de pacientes pediátricos y neonatales.</p> <p>Sugerimos solicitar que el equipo contenga reporte estructurado para descripción patológica de estructuras cardiacas individuales, según normativas ICAVL.</p> <p>Sugerimos solicitar al menos Seis niveles de armónica para transductores sectoriales adultos, ya que el rango de pacientes a estudiar es muy amplio y las necesidades encontradas así lo requieren.</p> <p>Sugerimos solicitar la posibilidad de agregar Software de Echo Stress.</p> <p>Sugerimos solicitar que el equipo tenga la posibilidad de utilización de transductores multiplanares transesofágicos, para procedimientos en pacientes adultos y pediátricos.</p> <p>Sugerimos solicitar que el equipo tenga la posibilidad de realización de procedimientos de ecografía intracardíaca e intraluminal.</p> <p>Solicitan ?Manual de Servicio? en español, solicitamos permitan cotizar manual de Servicio en inglés, ya que los manuales de servicio originales de los fabricantes solo son provistos en dicho idioma.</p>		
--	--	--

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Se agrega en las especificaciones ?Capacidad de almacenamiento en Disco duro integrado al equipo de 120GB o mejor</p> <p>Se agrega en las especificaciones ?Memoria Cine de 8.000 cuadros o mejor</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>No es necesaria la función triplex para el doppler continuo, si para el doppler pulsado</p> <p>Se agrega como requerimiento ?Software para medición automática del espesor de la Intima Media</p> <p>Se agrega la función de ?Capacidad del equipo de Operar las funciones de Archivo, fuera del carro de transporte</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Se modifica este punto por: ?Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array pediátrico con un ancho</p>	04-03-2011	13:42:22

### Listado de Consultas

<p>de banda de 3 a 8 Mhz</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>No es necesaria esta función para el equipo portátil</p> <p>Se agrega el ítem: ?Posibilidad de utilización de transductores transeofágicos, para adultos y pediátricos</p> <p>No es necesaria esta función</p> <p>Se modifica este punto por: ?Manual de usuario en idioma español, manual de servicio en idioma inglés sin alteraciones del contenido</p>		
--	--	--

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Solicitan ?Pantalla: Monitor al menos 19? (pulgadas), medidas diagonalmente.?, Solicitamos permitan cotizar equipos con monitor LCD de 17'', tamaño considerable para la visualización durante la práctica médica, para permitir la participación de un mayor numero de oferentes.</p> <p>Solicitan: ?Memoria de Cine de al menos 8000 cuadros?. Sugerimos ampliar este requerimiento a memoria de cine de al menos 180000 cuadros, Ya que estudios cardiológicos requieren bucles de cine muy superiores a 10.000 cuadros.</p> <p>Solicitan: ?Puertos USB para conexión de periféricos? Sugerimos modificar este requerimiento por: ?Al menos 4 puertos USB para conexión de periféricos, y dispositivos de almacenamiento de datos USB flash drive?.</p> <p>Solicitan: ?1024 o más canales de procesamiento no multiplexados?. Sugerimos ampliar este requerimiento a ?2048 canales de procesamiento no multiplexados?, ya que en estudios cardiológicos es necesaria una mayor resolución y velocidad de adquisición de imágenes.</p> <p>Solicitan ?Modo M Anatómico?, sugerimos solicitar que este pueda ser obtenido tanto en tiempo real como desde bucles de cine para mejor cuantificación de la fracción de acortamiento o fracción de expulsión.</p> <p>Sugerimos soliciten Modo Flujo B Sanguíneo sin utilización de efecto Doppler, Modo que permite la visualización de la íntima del vaso sin ser ocultada como ocurre con el Doppler Color.</p> <p>Solicitan Strain Rate por el método 2D Speckle Tracking, sugerimos soliciten la obtención de Strain rate por los métodos de Doppler Tisular y Speckle Tracking, ya que ambos son complementarios entre sí.</p> <p>Solicitan Strain Rate, sin embargo no se menciona el Modo M curvo del Strain Rate, herramienta necesaria para la interpretación de la información de Strain Rate, ya que todos los trabajos publicados en el mundo con Strain rate utilizan el modo M Curvo. Por lo tanto sugerimos solicitar modo M curvo del Strain Rate formando parte integral en la consola, sin necesidad de utilización de estación de trabajo externa. Además de la capacidad del equipo de la obtención del modo M curvo desde bucles de cine de archivo.</p> <p>Para facilitar el traslado del equipo en las salas de terapia sugerimos soliciten unidad de alimentación interrumpida (UPS) con autonomía mínima de al menos 10 minutos, como parte integral interna al equipo desde fabrica.</p> <p>Sugerimos solicitar capacidad de Post Proceso de Imágenes de archivo de los siguientes parámetros, ganancia Modo B, Modo M, Modo PW, velocidad de barrido espectral, corrección del ángulo.</p> <p>Sugerimos solicitar al menos Seis niveles de armónica para transductores sectoriales adultos y al menos una armónica por inversión de pulso, ya que el rango de pacientes a estudiar es muy amplio y las necesidades encontradas así lo requieren.</p> <p>Sugerimos la incorporación de Software de Vision extendida con transductores lineales a los requerimientos, herramienta que permitirá la construcción, visualización y medición, en una imagen simple en 2D de segmentos mayores a los obtenidos en un barrido simple del transductor.</p> <p>Sugerimos Solicitar Software de Calculo de la fracción de eyección con detección automática de los bordes.</p> <p>Solicitan ?Transductor Phased Array adulto con ancho de banda de 1 a 4 MHz.?, Solicitamos permitan cotizar transductores con ancho de banda de 1.5 a 3.6 MHz, rango de frecuencias suficiente para la exploración en pacientes adultos y de este modo permitir la participación de un mayor numero de oferentes.</p> <p>Solicitan ?Transductor Phased Array pediátrico con ancho de banda de 5 a 8 MHz.?, Sugerimos solicitar transductores con ancho de banda de 3.0 a 8.0 MHz, para la exploración en pacientes pediátricos tanto neonatales como niños mayores.</p>	01-03-2011	08:03:28

### Listado de Consultas

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>AJUSTARSE A 8.000 o mayores</p> <p>Se Modifica a 4 puertos p/ conexión de periféricos</p> <p>Se Modifica a a 2048 o mas</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC. No es necesario</p> <p>Se agrega función Modo Anatomico del Strain Rate integrado a la consola</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Se agrega la función: ?Software para imagen extendida</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC</p> <p>Se modifica este punto por: ?Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array pediátrico con un ancho de banda de 3 a 8 Mhz</p>	04-03-2011	13:50:44

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>CONSULTA 1/15: Favor aclarar si los tres canales deben ser presentados en el display en tiempo real. De esta forma se podrá corregir cualquier error en alguna de las derivadas antes de imprimir todo el electrocardiograma en papel. De esta forma se economiza errores de impresión y por lo tanto papel.</p> <p>CONSULTA 2/15: Favor aclarar si el equipo debe detectar e indicar automáticamente en el display la desconexión o mala conexión de alguna vía del cable paciente. Recomendado para economizar tiempo de conexión y errores de impresión.</p> <p>CONSULTA 3/15: Favor aclarar si es necesario que el equipo cuente con filtro de línea de AC (50Hz). Este filtro elimina el ruido de la alimentación eléctrica.</p> <p>CONSULTA 4/15: Favor indicar si es necesario que el equipo cuente con filtro de EMG de: 25Hz, 35Hz y 45Hz que son utilizados para filtrar pacientes con escalofríos, pequeños temblores, pequeñas contracciones, etc.</p> <p>CONSULTA 5/15: Favor indicar si es necesario que el equipo cuente con filtro de DESVIO DE LINEA DE BASE de: 0,05Hz, 0,15Hz, 0,25Hz, 0,32Hz, 0,5Hz que son utilizados para filtrar el desvío de la línea de base horizontal en el trazado del electrocardiograma cuando existe se utiliza un buen contacto entre los electrodos, provocado por un gel deficiente, piel o pelos del paciente.</p> <p>CONSULTA 6/15: Favor indicar si es necesario que el equipo cuente con filtro pasa bajos de: 75Hz, 100Hz, 150Hz, que evita los ruidos de alta frecuencia.</p> <p>CONSULTA 7/15: Favor indicar si el electrocardiograma debe ser almacenado en la memoria interna del equipo. Esto permite que el médico pueda hacer una revisión de los electrocardiogramas adquiridos por el equipo.</p> <p>CONSULTA 8/15: Favor aclarar si las todas derivadas del electrocardiograma pueden ser impresas directamente a una impresora padrón con papel standard, por ejemplo utilizando una impresora de chorro de tinta, a través de un puerto USB. Esto permite la continuidad en el uso del equipo ante una falta de papel, utilizando un papel y una impresora padrón.</p> <p>CONSULTA 9/15: Favor indicar la respuesta en frecuencia del equipo (ancho de banda para el electrocardiograma). Se recomienda 0,05 a 150Hz o mejor rango.</p> <p>CONSULTA 10/15: Favor indicar la resolución de la conversión Analógica-Digital, se recomienda 10 bits o mejor.</p>	02-03-2011	07:03:22



### Listado de Consultas

<p>CONSULTA 11/15: Favor indicar la tasa o frecuencia de muestreo de la señal del ECG, se recomienda 1000Hz o mejor.</p> <p>CONSULTA 12/15: Favor indicar la velocidad de impresión del papel, se recomienda: 5mm/s; 6,25mm/s;10mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s; 50mm/s o mejor.</p> <p>CONSULTA 13/15: Favor indicar la ganancia de la señal del ECG que puede ser configurable por el usuario: 2,5mm/mV; 5mm/mV; 10mm/mV; 20mm/mV o ganancia automática (AGC).</p> <p>CONSULTA 14/15: Favor indicar el factor de Rechazo en Modo Común (RRMC) parámetro que define la capacidad de rechazo de ruidos externos, se recomienda como mínimo superior a 100dB.</p> <p>CONSULTA 15/15: Favor indicar si el equipo debe estar diseñado para uso continuo o sea es un equipo para uso hospitalario.</p>		
---	--	--

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>1/15. SI, los tres canales deben ser presentados en el display en tiempo real. De esta forma se podrá corregir cualquier error en alguna de las derivadas antes de imprimir todo el electrocardiograma en papel. De esta forma se economiza errores de impresión y por lo tanto papel.</p> <p>2/15 si el equipo debe detectar e indicar automáticamente en el display la desconexión o mala conexión de alguna vía del cable paciente. Recomendado para economizar tiempo de conexión y errores de impresión.</p> <p>3/15 si es necesario que el equipo cuente con filtro de línea de AC (50Hz). Este filtro elimina el ruido de la alimentación eléctrica</p> <p>4/15 Si es recomendable</p> <p>5/15 si es necesario que el equipo cuente con filtro de DESVIO DE LINEA DE BASE de: 0,05Hz, 0,15Hz, 0,25Hz, 0,32Hz, 0,5Hz que son utilizados para filtrar el desvío de la línea de base horizontal en el trazado del electrocardiograma cuando existe se utiliza un buen contacto entre los electrodos, provocado por un gel deficiente, piel o pelos del paciente</p> <p>6/15 si es necesario que el equipo cuente con filtro pasa bajos de: 75Hz, 100Hz, 150Hz, que evita los ruidos de alta frecuencia</p> <p>7/15 si es necesario que el equipo cuente con filtro pasa bajos de: 75Hz, 100Hz, 150Hz, que evita los ruidos de alta frecuencia</p> <p>8/15 SI todas derivadas del electrocardiograma pueden ser impresas directamente a una impresora padrón con papel standard, por ejemplo utilizando una impresora de chorro de tinta, a través de un puerto USB. Esto permite la continuidad en el uso del equipo ante una falta de papel, utilizando un papel y una impresora padrón</p> <p>9/15 Si Se recomienda 0,05 a 150Hz o mejor rango</p> <p>10/15 Ajustarse a la especificación a la especificación técnica</p> <p>11/15 Si se recomienda 1000hz o mejor</p> <p>12/15 Ajustarse a la especificación a la especificación técnica</p> <p>13/15 Ajustarse a la especificación a la especificación técnica</p> <p>14/15 se recomienda como mínimo superior a 100 dB</p> <p>15/15 si el equipo debe estar diseñado para uso continuo o sea es un equipo para uso hospitalario</p>	04-03-2011	14:03:02

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Maquinas de hemodiálisis:</p> <p>1) Panel para la visualización de los principales parámetros del tratamiento en todo momento por parte del operador:</p> <p>Favor aclarar el tipo de sistema se utilizara para la visualización de los parámetros del tratamiento, se recomienda para mayor seguridad y facilidad de operación solicitar un equipo con pantalla LCD para la visualización de los parámetros del tratamiento en todo momento.</p> <p>2) Batería interna recargable con duración de 2 horas o más en caso de corte de la energía eléctrica:</p>	02-03-2011	08:03:03

### Listado de Consultas

Se recomienda cambiar el tiempo de duración de la batería a 15 minutos o más en caso de corte de la energía eléctrica, este pedido se debe a que la función de la batería en una máquina de hemodiálisis es la de permitir el funcionamiento de la bomba de sangre y los sistemas de seguridad del paciente, permitiendo una desconexión segura del mismo, se debe tener en cuenta que el elevado consumo de corriente eléctrica por parte de la máquina de hemodiálisis no permite seguir con el tratamiento sin la energía eléctrica.		
---	--	--

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requiere el equipo con pantalla LCD de 14" como mín, para una mejor visualización de los principales parámetros del tratamiento. 2) Se requiere con batería interna recargable con 20 min. de autonomía como mín., porque es el tiempo necesario para realizar una hemodiálisis a un paciente con seguridad en el caso de que ocurra un corte de energía eléctrica	04-03-2011	15:01:38

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que la antigüedad del modelo ofertado coincida sea menor a 3 (tres) años, al igual que el software, de modo que el hardware y el software estén acorde a las aplicaciones solicitadas y aseguren el buen funcionamiento del equipo.	02-03-2011	08:03:56

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la especificación a la especificación técnica	04-03-2011	14:04:42

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que se puedan ofertar equipos con monitor de por lo menos 15, ya que no hará diferencia en la calidad de imagen y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.	02-03-2011	08:03:30

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la especificación técnica del PBC	04-03-2011	14:53:04

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podrán ofertarse equipos con Memoria Cine de al menos 1000 cuadros? Que igualmente permita almacenar hasta varios segundos de cine, suficiente para realizar revisión de latidos completos y que permita la participación de mayor cantidad de oferentes.	02-03-2011	08:03:05

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la especificación a la especificación técnica	04-03-2011	14:05:13

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ya que el equipo deberá contar con aplicaciones cardiológicas adulto/pediátricas, se solicitar aclarar si se deberán incluir un cable paciente adulto y un cable paciente por equipo.	02-03-2011	08:03:30

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Debe incluir cable de ECG	04-03-2011	14:05:45

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se podrán ofertar transductores con ancho de banda de al menos 3 a 12 MHz? Ya que con este ancho de banda se pueden realizar todas las aplicaciones solicitadas y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.	02-03-2011	08:03:57

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la especificación a la especificación técnica	04-03-2011	14:06:20

### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se podrán ofertar transductores con ancho de banda de al menos 2 a 4 MHz? Ya que con este ancho de banda se pueden realizar todas las aplicaciones solicitadas y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.	02-03-2011	08:03:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la especificación a la especificación técnica	04-03-2011	14:06:43

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Consulta 1: Como el equipo también debe estar montado en un carro, solicitamos poder ofertar equipos portátiles de hasta 9 Kg, con facilidad de movilización y transporte.</p> <p>Consulta 2: No se especifican la cantidad de puertos activos de transductores con los que debe contar el equipo, por lo que recomendamos incluir como requerimiento en las especificaciones técnicas, tener por lo menos dos puertos activos para conexión de transductores, ya que esto facilita de sobremanera la utilización del equipo, y protege al transductor de estar conectando y desconectando constantemente.</p> <p>Consulta 3: Uno de los transductores Phased Array solicitado es para uso en pacientes pediátricos, recomendamos modificar el rango de frecuencias a niveles superiores de 4 a 8 Mhz ya que el rango solicitado corresponde a transductores para uso en pacientes adultos.</p> <p>Consulta 4: No se especifica la capacidad del disco duro para el almacenamiento de imágenes estáticas y en movimiento, por lo que solicitamos incluir como requerimiento en las especificaciones técnicas, disco duro de 120 GB para almacenamiento.</p> <p>Consulta 5: Solicitan que el archivo interno pueda exportarse a dispositivos de almacenamiento externo CD/ DVD, USB flash card y DICOM, de manera a simplificar las tareas del usuario, solicitamos que el dispositivo grabador de CD/DVD este integrado al equipo y que el mismo cuente con puertos USB para la conexión de unidades de almacenamiento masivo como PEN DRIVES, con formatos AVI, JPEG, DICOM, etc.</p> <p>Consulta 6: Cuales son las licencias que deben estar habilitadas para el sistema DICOM, pues las mismas no se aclaran dentro de este punto, solo se menciona cuanto sigue: ?Posibilidad de conexión DICOM 3.0 con las siguientes licencias habilitadas? y no se describen las licencias solicitadas.</p> <p>Consulta 7: Solicitamos que la autonomía de la batería sea superior a una hora de uso, y que el tiempo de recarga de la misma sea inferior a cuatro horas, ya que con esto se dará más provecho al uso del equipo con baterías.</p>	02-03-2011	08:03:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>RESPUESTA: Consulta 1: Se modifica este punto por: ?Peso aproximado hasta 9 kg como máximo?</p> <p>RESPUESTA: Consulta 2: Ajustarse a las especificaciones del PBC.</p> <p>RESPUESTA: Consulta 3: Se modifica este punto por: ?Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array pediátrico con un ancho de banda de 3 a 8 Mhz</p> <p>RESPUESTA: Consulta 4: Se agrega en las especificaciones ?Capacidad de almacenamiento en Disco duro integrado al equipo de 120GB o mejor?</p> <p>RESPUESTA: Consulta 5: Se modifica este punto por: ?Dispositivo grabador de CD/DVD integrado al equipo con puertos USB , formatos AVI, JPEG?.</p> <p>RESPUESTA: Consulta 6: Se modifica este punto por: ?Posibilidad de conexión DICOM?.</p> <p>RESPUESTA: Consulta 7: Se modifica este punto por: ?Funcionamiento a batería de una hora de uso o más, con tiempo de recarga inferior a cuatro horas?</p>	04-03-2011	14:07:14

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan la función de strain y strain rate, solicitamos que este ítem sea un opcional, ya que las especificaciones en cuanto a cantidad de canales y calidad de imagen no corresponden a lo necesario para realizar esta función.	02-03-2011	08:03:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La función de Strain y Strain rate debe estar incluido en el equipo, la cantidad de canales fue modificada a 2048 o mas	04-03-2011	14:07:42

### Listado de Consultas

<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De manera a mejorar la calidad de imagen para las aplicaciones solicitadas, recomendamos incluir la función de reducción de speckle en la imagen.	02-03-2011	08:03:20

<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
se agrega incluir la función de reducción de speckle en la imagen	04-03-2011	14:08:16

<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se podrán ofertar equipos con dispositivo de impresión externo?	02-03-2011	08:03:06

<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si que sea compatible con impresora Standard	04-03-2011	14:08:36

<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos se amplie el plazo de entrega de los equipos a 90 días después de la firma del Contrato	02-03-2011	08:03:48

<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al PBC	04-03-2011	14:09:13

<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita se incluya como documentación a presentar constancia de habilitación de Servicio Técnico expedida por el M.S.P. y B.S.	02-03-2011	08:03:31

<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requiere que se incluya la documentación de constancia de habilitación	04-03-2011	14:59:39

<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se pueden ofertar equipos con transductor: Lineal con ancho de banda de 5-13MHZ y transductor Phased array adulto con ancho de banda de 2-4Mhz ya que estas frecuencias son suficientes?	02-03-2011	08:03:13

<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor Ajustarse al PBC	04-03-2011	14:09:45

<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Requieren Equipo con pantalla LCD de 14" como mín, para una mejor visualización de los principales parámetros del tratamiento.  Solicitamos que la pantalla LCD sea OPCIONAL no DESCALIFICATIVO por limitar la participacion de potenciales Oferentes.	15-03-2011	11:03:10

<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requiere ajustarse a la adenda 2, que dice se necesita Se elimina este requerimiento: y se requiere: la oferta de pantalla LCD puede ser incluida, y si se el tamaño del mismo se requiere como mínimo de 10 pulgadas.	21-03-2011	14:07:49

### Listado de Consultas

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>- Se podrán ofertar equipos con por los menos 1024 canales de procesamiento? Esto de manera a permitir que mayor cantidad de oferentes puedan presentar ofertas.</p> <p>- Se podrán ofertar equipos con la función de Medición de intima media como opcional, ya que esta es una función muy específica a estudios de carótida, lo cual no está descrito en las aplicaciones solicitadas y que además encarecen el costo del equipo.</p> <p>- Se podrá dejar como opcional la posibilidad de cotizar equipos con STRAIN y STRAIN rate? Ya que estas son funciones muy específicas a cierto tipo de patología, dependientes del paciente y del operador, que pueden encarecer el equipo. Esto también incluye la función del modo M Anatómico del strain. Esto permitirá que las empresas tengan mayor oportunidad de presentar ofertas.</p> <p>- Se podrán ofertar equipo que permitan almacenar al menor 1000 cuadros en el modo CINE y que permita a almacenar varios segundos de imagen, de modo que pueda servir para la revisión de imágenes adquiridas.</p> <p>- Se podrán ofertar equipos con monitor de al menos 15" de alta resolución? Esta es una medida estándar que no afecta la calidad de imagen y que puede cumplir con todas las especificaciones solicitados.</p> <p>- Se podrán ofertar transductores lineales con frecuencia de por lo menos 3 a 12MHz? Esto no afectará las aplicaciones del transductor solicitado.</p> <p>- Se podrán ofertar transductores sectoriales adultos con frecuencia de por lo menos 2 a 4 MHz? Esto no afectará las aplicaciones del transductor solicitado</p> <p>- Para permitir que las empresas oferten equipos nuevos, con tecnología de última generación, acorde a las exigencias tecnológicas y de calidad de imagen, recomendamos solicitar equipos con una antigüedad de fabricación del modelo de por lo menos 3(tres) años.</p> <p>- Respecto a la función de imagen extendida, esto corresponde a una función dedicada a estudios en pequeñas partes, músculo esquelético y mamas, por lo que estaría encareciendo el costo de un equipo para funciones ecocardiográficas, de manera que solicitamos mantener esta función como opcional.</p> <p>- Incluir la posibilidad de utilizar transductores transesofágicos.</p>	17-03-2011	08:03:54
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>- Se podrán ofertar equipos con por los menos 1024 canales de procesamiento? Esto de manera a permitir que mayor cantidad de oferentes puedan presentar ofertas. Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.</p> <p>- Se podrán ofertar equipos con la función de Medición de intima media como opcional, ya que esta es una función muy específica a estudios de carótida, lo cual no está descrito en las aplicaciones solicitadas y que además encarecen el costo del equipo. Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.</p> <p>- Se podrá dejar como opcional la posibilidad de cotizar equipos con STRAIN y STRAIN rate? Ya que estas son funciones muy específicas a cierto tipo de patología, dependientes del paciente y del operador, que pueden encarecer el equipo. Esto también incluye la función del modo M Anatómico del strain. Esto permitirá que las empresas tengan mayor oportunidad de presentar ofertas. Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.</p> <p>- Se podrán ofertar equipo que permitan almacenar al menor 1000 cuadros en el modo CINE y que permita a almacenar varios segundos de imagen, de modo que pueda servir para la revisión de imágenes adquiridas. Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.</p> <p>- Se podrán ofertar equipos con monitor de al menos 15" de alta resolución? Esta es una medida estándar que no afecta la calidad de imagen y que puede cumplir con todas las especificaciones solicitados. Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.</p> <p>- Se podrán ofertar transductores lineales con frecuencia de por lo menos 3 a 12MHz? Esto no afectará las aplicaciones del transductor solicitado. Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.</p> <p>- Se podrán ofertar transductores sectoriales adultos con frecuencia de por lo menos 2 a 4 MHz? Esto no afectará las aplicaciones del transductor solicitado Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.</p> <p>- Para permitir que las empresas oferten equipos nuevos, con tecnología de última generación, acorde a las exigencias tecnológicas y de calidad de imagen, recomendamos solicitar equipos con una antigüedad de fabricación del modelo de por lo menos 3(tres) años. Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.</p> <p>- Respecto a la función de imagen extendida, esto corresponde a una función dedicada a estudios en pequeñas partes, músculo esquelético y mamas, por lo que estaría encareciendo el costo de un equipo para funciones ecocardiográficas, de manera que solicitamos mantener esta función como opcional. Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.</p> <p>- Incluir la posibilidad de utilizar transductores trans esofágicos. Respuesta: Adecuarse a la adenda 1 de las especificaciones técnicas del PBC.</p>	21-03-2011	14:08:27

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	Grande	1	07.1508.019997/000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	25-03-2011
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	Grande	2	15.1508.00538.000	Póliza	MI GARANTIA	24-03-2011
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E. C.A. - 80012330-1	Grande	3	04.1508.1039	Póliza	SEGUROS GENERALES SA	25-03-2011
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO - 297749-4	Grande	4	07.1508.019995/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	24-03-2011
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	Grande	5	07.1508.020001/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S. A. DE SEGUROS	25-03-2011
NELSON ARCOS S.R.L. - 80000173-7	Grande	6	45.1508.0002940.0000	Póliza	Aseguradora del Este S.A	23-03-2011
SCARPE SRL - 80018104-2	Mediana	7	1.1508.0005027.0000	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO	25-03-2011
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	Grande	8	23.1508.0002103.0000	Póliza	El Sol S.A.	25-03-2011
IMESE S.A. - 80016426-1	Grande	9	24.0016.8730	Póliza	INTERCONTINENTAL	25-03-2011
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Grande	10	1508.020010/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S. A.	25-03-2011
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	Grande	11	007-1508-20011	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	25-03-2011

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42272504-999	Monitor Medidor de Gases Anestésicos					2.00
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	BC BIOMEDICAL	BC BIOMEDICAL	AA 2005	USA	SEGUN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	75,000,000	150,000,000
NELSON ARCOS S.R.L. - 80000173-7	BC Biomedical	BC Group	No tiene	USA	Monitor medidor de gases anestésicos	73,700,000	147,400,000
SCARPE SRL - 80018104-2	CRITICARE	CRITICARE SYSTEM. INC.	8500Q Poet IQ2	USA	Monitor de Gas Anestésico	44,000,000	88,000,000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42172101-999	Equipo Analizador de Desfibrilador					2.00
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	BC BIOMEDICAL	BC BIOMEDICAL	DA 2006	USA	SEGUN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	40,000,000	80,000,000
NELSON ARCOS S.R.L. - 80000173-7	BC Biomedical	BC Group	No tiene	USA	Equipo analizador de desfibrilador	40,300,000	80,600,000
IMESE S.A. - 80016426-1	FLUKE	Fluke Biomedical	Impulse 7000DP	U.S.A.	Equipo Analizador de Desfibrilador	88,000,000	176,000,000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Fluke	Fluke Biomedical	Impulse 7000DP	USA	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas y catalogo.	105,000,000	210,000,000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42181716-999	Equipo Simulador de ECG					4.00
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	BC BIOMEDICAL	BC BIOMEDICAL	PS 2220	USA	SEGUN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	25,000,000	100,000,000
NELSON ARCOS S.R.L. - 80000173-7	BC Biomedical	BC Group	No tiene	USA	Equipo simulador de ECG	24,000,000	96,000,000
IMESE S.A. - 80016426-1	FLUKE	Fluke Biomedical	PS420	U.S.A.	Equipo Simulador de ECG	30,937,500	123,750,000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Fluke	Fluke Biomedical	MSP-420	USA	Se adjunta planilla con especificaciones tecnicas y catalago.	27,500,000	110,000,000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	41113638-001	Osciloscopios	2.00

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON ARCOS S.R.L. - 80000173-7	BC Biomedical	BC Group	No tiene	USA	Osciloscopio	36,500,000	73,000,000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	42161632-001	Equipo de hemodialisis	3.00

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	Fresenius	Fresenius Medical Care	Fresenius 4008 "B"	Alemania	Máquinas de Hemodiálisis MARCA: FRESENIUS MODELO: 4008 "B", con Ultrafiltración Controlada (Volumétricas) aptos para uso con Bicarbonato. CON SILLONES ADICIONALES PARA LAS SESIONES	110,110,000	330,330,000
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	NIPRO	NIPRO	DIAMAX	JAPÓN		110,000,000	330,000,000
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C. A. - 80012330-1	BBRAUN	BBRAUN	DIALOG+	ALEMANA	EQUIPOS DE HEMODIALISIS	135,000,000	405,000,000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	42181716-002	Ecocardiografo	3.00

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	Philips	Philips Medical Systems	HD11XE	U.S.A.	Ecocardiografo	420,200,000	1,260,600,000
IMESE S.A. - 80016426-1	ESAOTE	ESAOTE	MyLab 50 XVision	ITALIA	Ecocardiografo	343,200,000	1,029,600,000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	General Electric	GE Healthcare	Vivid S6	USA Israel	Ecocardiografo modular	720,000,000	2,160,000,000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	42181716-002	Ecocardiografo	1.00

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	ESAOTE	ESAOTE	MyLab30 Gold	ITALIA	Ecocardiografo	270,600,000	270,600,000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	General Electric	GE Healthcare	Vivid i	USA - Israel	Ecocardiografo portatil	540,000,000	540,000,000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

8	41114509-005	Aparato de presion	395.00
---	--------------	--------------------	--------

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO - 297749-4	MAC (Mac-Check)	Matsuoka Meditech Corp.	-----	Japon	Segun planilla de especificaciones tecnicas	198,000	78,210,000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	OMRON	OMRON HEALTHCARE, INC.	ADULTO	CHINA	Se adjunta planilla con especificaciones tecnicas y catalago.	132,000	52,140,000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	ADC	American Diagnostic Corp.	776Z	USA	Aparato de Presión Adulto	170,887	67,500,365

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	41114509-005	Aparato de presion	150.00

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO - 297749-4	MAC (Mac-Check)	Matsuoka Meditech Corp.	-----	Japon	Segun planilla de especificaciones tecnicas	231,000	34,650,000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	OMRON	OMRON HEALTHCARE, INC.	PEDIATRICO	CHINA	Se adjunta planilla con especificaciones tecnicas y catalago.	132,000	19,800,000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	ADC	American Diagnostic Corp	776CZ	USA	Aparato de presión pediátrico	170,887	25,633,050

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	42181716-001	Electrocardiografo	6.00

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	SPACELABS	SPACELABS	CARDIOEXPRESS SL3	USA	SEGUN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	9,500,000	57,000,000
SCARPE SRL - 80018104-2	SEEUCO	Seeuco Electronics Technology Co., Ltd.	ECG-3A2	CHINA	ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL	5,300,000	31,800,000
IMESE S.A. - 80016426-1	ESAOTE	ESAOTE	P8000	ITALIA	Electrocardiografo	13,000,000	78,000,000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	EDAN INSTRUMENTS INC.	SE-3	CHINA	Se adjunta planilla con especificaciones tecnicas y catalago.	9,900,000	59,400,000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	Mindray	Mindray	DECG- 03A	China	Electrocardiografo de 3 canales	13,446,000	80,676,000

### Listado de Recepción de Lances

#### 2 - Equipo Analizador de Desfibrilador

Oferente	Precio	Fecha	Hora
ARGON S.R.L. - 80004373-1	110,000,000	28-03-2011	08:55:43.545
IMESE S.A. - 80016426-1	133,056,000	28-03-2011	09:01:05.710

#### 3 - Equipo Simulador de ECG

Oferente	Precio	Fecha	Hora
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	95,100,000	28-03-2011	09:15:13.826
ARGON S.R.L. - 80004373-1	105,000,000	28-03-2011	09:17:29.132
IMESE S.A. - 80016426-1	106,444,800	28-03-2011	09:16:52.369



### Listado de Recepción de Lances

#### 5 - Equipo de hemodialisis

Oferente	Precio	Fecha	Hora
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	264,990,000	28-03-2011	10:48:25.886
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	265,000,000	28-03-2011	10:48:23.813
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	266,000,000	28-03-2011	10:47:30.099
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	266,200,000	28-03-2011	10:46:55.211
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	273,000,000	28-03-2011	10:46:00.210
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	274,890,000	28-03-2011	10:45:39.453
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	274,999,999	28-03-2011	10:44:34.699
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	275,000,000	28-03-2011	10:42:50.354
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	279,000,000	28-03-2011	10:42:16.439
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	280,400,000	28-03-2011	10:41:49.268
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	280,500,000	28-03-2011	10:38:03.313
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	288,000,000	28-03-2011	10:37:05.880
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	289,960,000	28-03-2011	10:35:53.182
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	294,000,000	28-03-2011	10:35:41.109
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	295,650,000	28-03-2011	10:34:07.924
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	295,680,000	28-03-2011	10:33:09.883
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	324,000,000	28-03-2011	10:17:22.444
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	329,450,000	28-03-2011	10:06:19.603

#### 6 - Ecocardiografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1,800,000,000	28-03-2011	11:08:27.125

#### 9 - Aparato de presion

Oferente	Precio	Fecha	Hora
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	24,000,000	28-03-2011	12:21:36.117

### Listado de la Etapa de Puja

#### 1 - Monitor Medidor de Gases Anestésicos

Oferente	Precio	Fecha	Hora
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	140,000,000	28-03-2011	08:35:32.415

#### 5 - Equipo de hemodialisis

Oferente	Precio	Fecha	Hora
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	236,000,000	28-03-2011	10:55:17.193
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1			

### Listado de la Etapa de Puja

	238,900,000	28-03-2011	10:54:34.072
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	239,000,000	28-03-2011	10:54:15.167
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	239,500,000	28-03-2011	10:53:41.438
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	239,600,000	28-03-2011	10:53:16.349
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	239,750,000	28-03-2011	10:52:40.658
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	239,800,000	28-03-2011	10:52:08.417
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	245,380,000	28-03-2011	10:51:21.968
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	245,400,000	28-03-2011	10:50:28.601
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	255,000,000	28-03-2011	10:50:12.343
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	257,500,000	28-03-2011	10:49:53.936
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	258,000,000	28-03-2011	10:49:23.005
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	260,997,000	28-03-2011	10:49:07.368
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	263,500,000	28-03-2011	10:49:19.610
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	264,000,000	28-03-2011	10:48:46.768

#### 6 - Ecocardiografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1,250,000,000	28-03-2011	11:22:27.544

#### 7 - Ecocardiografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	270,550,000	28-03-2011	11:51:45.255

#### 8 - Aparato de presion

Oferente	Precio	Fecha	Hora
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	48,000,000	28-03-2011	12:11:49.886

#### 9 - Aparato de presion

Oferente	Precio	Fecha	Hora
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	19,484,900	28-03-2011	12:37:10.420
ARGON S.R.L. - 80004373-1	19,485,000	28-03-2011	12:35:57.745
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	19,500,000	28-03-2011	12:33:49.581
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO - 297749-4	29,700,000	28-03-2011	12:28:08.884

#### 10 - Electrocardiografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora
SCARPE SRL - 80018104-2	30,000,000	28-03-2011	12:53:03.343
IMESE S.A. - 80016426-1	33,000,000	28-03-2011	12:53:42.680

### Listado del Periodo Aleatorio

#### 1 - Monitor Medidor de Gases Anestésicos

28-03-2011

18 de 32

### Listado del Periodo Aleatorio

Oferente	Precio	Fecha	Hora
SCARPE SRL - 80018104-2	87,000,000	28-03-2011	08:44:59.642

#### 2 - Equipo Analizador de Desfibrilador

Oferente	Precio	Fecha	Hora
IMESE S.A. - 80016426-1	121,000,000	28-03-2011	09:12:43.966

#### 3 - Equipo Simulador de ECG

Oferente	Precio	Fecha	Hora
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	75,000,000	28-03-2011	09:29:35.630
ARGON S.R.L. - 80004373-1	79,000,000	28-03-2011	09:30:07.727
ARGON S.R.L. - 80004373-1	81,000,000	28-03-2011	09:29:16.831
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	82,000,000	28-03-2011	09:28:55.173
ARGON S.R.L. - 80004373-1	83,000,000	28-03-2011	09:28:59.813
ARGON S.R.L. - 80004373-1	85,000,000	28-03-2011	09:28:45.167
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	89,000,000	28-03-2011	09:28:28.625
ARGON S.R.L. - 80004373-1	90,000,000	28-03-2011	09:28:19.070
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	92,100,000	28-03-2011	09:28:00.768
ARGON S.R.L. - 80004373-1	93,000,000	28-03-2011	09:27:48.248
ARGON S.R.L. - 80004373-1	94,000,000	28-03-2011	09:27:34.851
IMESE S.A. - 80016426-1	99,440,000	28-03-2011	09:27:49.964

#### 5 - Equipo de hemodialisis

Oferente	Precio	Fecha	Hora
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	215,200,000	28-03-2011	11:02:04.817
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	217,470,000	28-03-2011	10:57:06.703
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	223,000,000	28-03-2011	10:56:24.230
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	225,500,000	28-03-2011	10:56:30.003
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	226,050,000	28-03-2011	10:56:09.382
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	234,000,000	28-03-2011	10:55:56.867
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	234,960,000	28-03-2011	10:55:39.204
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	235,000,000	28-03-2011	10:55:42.056

#### 6 - Ecocardiografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	930,000,000	28-03-2011	11:29:19.783
IMESE S.A. - 80016426-1	950,000,000	28-03-2011	11:29:07.689
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	960,300,000	28-03-2011	11:29:00.076
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	970,000,000	28-03-2011	11:28:40.020
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	1,003,200,000	28-03-2011	11:28:38.733

#### 7 - Ecocardiografo

### Listado del Periodo Aleatorio

Oferente	Precio	Fecha	Hora
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	255,550,000	28-03-2011	11:58:54.444
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	260,550,000	28-03-2011	11:57:56.219

#### 8 - Aparato de presion

Oferente	Precio	Fecha	Hora
ARGON S.R.L. - 80004373-1	43,400,000	28-03-2011	12:19:05.102
ARGON S.R.L. - 80004373-1	43,500,000	28-03-2011	12:18:51.264
ARGON S.R.L. - 80004373-1	44,000,000	28-03-2011	12:18:31.831
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	44,000,000	28-03-2011	12:18:39.895
ARGON S.R.L. - 80004373-1	45,000,000	28-03-2011	12:18:17.622
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	45,000,000	28-03-2011	12:18:22.743
ARGON S.R.L. - 80004373-1	46,000,000	28-03-2011	12:18:05.697

#### 9 - Aparato de presion

Oferente	Precio	Fecha	Hora
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	11,390,902	28-03-2011	12:48:56.772
ARGON S.R.L. - 80004373-1	11,550,000	28-03-2011	12:48:49.982
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	11,599,076	28-03-2011	12:47:51.687
ARGON S.R.L. - 80004373-1	11,980,000	28-03-2011	12:47:51.728
ARGON S.R.L. - 80004373-1	11,990,000	28-03-2011	12:47:38.972
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	11,999,976	28-03-2011	12:47:10.408
ARGON S.R.L. - 80004373-1	12,090,000	28-03-2011	12:47:20.688
ARGON S.R.L. - 80004373-1	12,100,000	28-03-2011	12:46:53.329
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	12,109,976	28-03-2011	12:46:00.149
ARGON S.R.L. - 80004373-1	12,700,000	28-03-2011	12:46:02.854
ARGON S.R.L. - 80004373-1	12,800,000	28-03-2011	12:45:49.991
ARGON S.R.L. - 80004373-1	12,900,000	28-03-2011	12:45:38.315
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	12,909,976	28-03-2011	12:45:15.702
ARGON S.R.L. - 80004373-1	13,000,000	28-03-2011	12:45:22.209
ARGON S.R.L. - 80004373-1	13,108,000	28-03-2011	12:44:59.614
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	13,109,010	28-03-2011	12:44:36.823
ARGON S.R.L. - 80004373-1	13,200,000	28-03-2011	12:44:21.404
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	14,009,010	28-03-2011	12:44:07.258
ARGON S.R.L. - 80004373-1	14,850,000	28-03-2011	12:43:49.892
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	15,399,010	28-03-2011	12:43:33.404
ARGON S.R.L. - 80004373-1	16,500,000	28-03-2011	12:43:19.222
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	16,999,600	28-03-2011	12:43:04.702
ARGON S.R.L. - 80004373-1	17,250,000	28-03-2011	12:42:49.685
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	17,999,600	28-03-2011	12:42:50.465
ARGON S.R.L. - 80004373-1	18,000,000	28-03-2011	12:42:31.951
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	18,084,900	28-03-2011	12:42:34.927
ARGON S.R.L. - 80004373-1	18,750,000	28-03-2011	12:42:16.949
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	19,084,900	28-03-2011	12:42:22.105

#### 10 - Electrocardiografo

### Listado del Periodo Aleatorio

Oferente	Precio	Fecha	Hora
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	27,690,000	28-03-2011	13:05:19.356
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	27,692,000	28-03-2011	13:04:50.629
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	27,700,000	28-03-2011	13:04:18.255
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	27,832,000	28-03-2011	13:03:57.203
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	27,900,000	28-03-2011	13:03:43.027
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	27,950,000	28-03-2011	13:03:15.030
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	28,000,000	28-03-2011	13:02:54.405
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	28,100,000	28-03-2011	13:02:40.549
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	28,400,000	28-03-2011	13:02:22.465
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	28,500,000	28-03-2011	13:01:44.962
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	29,250,000	28-03-2011	13:01:34.022
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	29,300,000	28-03-2011	13:01:15.170
SCARPE SRL - 80018104-2	29,400,000	28-03-2011	13:02:09.346
SCARPE SRL - 80018104-2	29,500,000	28-03-2011	13:01:31.249
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	29,750,000	28-03-2011	13:00:40.130
SCARPE SRL - 80018104-2	29,800,000	28-03-2011	13:00:17.123
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	29,900,000	28-03-2011	13:01:00.637
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	29,950,000	28-03-2011	13:00:02.347
ARGON S.R.L. - 80004373-1	39,600,000	28-03-2011	13:00:48.261

### Beneficio MyPIMES

### Listado General de todas las Ofertas

#### 1 - Monitor Medidor de Gases Anestésicos

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SCARPE SRL - 80018104-2	87,000,000	28-03-2011	08:44:59.642	Periodo Aleatorio
SCARPE SRL - 80018104-2	88,000,000	28-03-2011	08:20:29.560	Propuesta
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	140,000,000	28-03-2011	08:35:32.415	Etapas de Puja
NELSON ARCOS S.R.L. - 80000173-7	147,400,000	28-03-2011	08:20:29.603	Propuesta
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	150,000,000	28-03-2011	08:20:29.605	Propuesta

#### 2 - Equipo Analizador de Desfibrilador

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	80,000,000	28-03-2011	08:20:30.284	Propuesta
NELSON ARCOS S.R.L. - 80000173-7	80,600,000	28-03-2011	08:20:30.282	Propuesta
ARGON S.R.L. - 80004373-1	110,000,000	28-03-2011	08:55:43.545	Recepción de Lances
IMESE S.A. - 80016426-1	121,000,000	28-03-2011	09:12:43.966	Periodo Aleatorio
IMESE S.A. - 80016426-1	133,056,000	28-03-2011	09:01:05.710	Recepción de Lances
IMESE S.A. - 80016426-1	176,000,000	28-03-2011	08:20:30.279	Propuesta
ARGON S.R.L. - 80004373-1	210,000,000	28-03-2011	08:20:30.286	Propuesta

### Listado General de todas las Ofertas

#### 3 - Equipo Simulador de ECG

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	75,000,000	28-03-2011	09:29:35.630	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	79,000,000	28-03-2011	09:30:07.727	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	81,000,000	28-03-2011	09:29:16.831	Periodo Aleatorio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	82,000,000	28-03-2011	09:28:55.173	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	83,000,000	28-03-2011	09:28:59.813	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	85,000,000	28-03-2011	09:28:45.167	Periodo Aleatorio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	89,000,000	28-03-2011	09:28:28.625	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	90,000,000	28-03-2011	09:28:19.070	Periodo Aleatorio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	92,100,000	28-03-2011	09:28:00.768	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	93,000,000	28-03-2011	09:27:48.248	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	94,000,000	28-03-2011	09:27:34.851	Periodo Aleatorio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	95,100,000	28-03-2011	09:15:13.826	Recepción de Lances
NELSON ARCOS S.R.L. - 80000173-7	96,000,000	28-03-2011	08:20:30.726	Propuesta
IMESE S.A. - 80016426-1	99,440,000	28-03-2011	09:27:49.964	Periodo Aleatorio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	100,000,000	28-03-2011	08:20:30.728	Propuesta
ARGON S.R.L. - 80004373-1	105,000,000	28-03-2011	09:17:29.132	Recepción de Lances
IMESE S.A. - 80016426-1	106,444,800	28-03-2011	09:16:52.369	Recepción de Lances
ARGON S.R.L. - 80004373-1	110,000,000	28-03-2011	08:20:30.730	Propuesta
IMESE S.A. - 80016426-1	123,750,000	28-03-2011	08:20:30.724	Propuesta

#### 4 - Osciloscopios

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
NELSON ARCOS S.R.L. - 80000173-7	73,000,000	28-03-2011	08:20:31.185	Propuesta

#### 5 - Equipo de hemodialisis

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	215,200,000	28-03-2011	11:02:04.817	Periodo Aleatorio
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	217,470,000	28-03-2011	10:57:06.703	Periodo Aleatorio
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	223,000,000	28-03-2011	10:56:24.230	Periodo Aleatorio
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	225,500,000	28-03-2011	10:56:30.003	Periodo Aleatorio
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	226,050,000	28-03-2011	10:56:09.382	Periodo Aleatorio
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	234,000,000	28-03-2011	10:55:56.867	Periodo Aleatorio
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	234,960,000	28-03-2011	10:55:39.204	Periodo Aleatorio
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	235,000,000	28-03-2011	10:55:42.056	Periodo Aleatorio
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	236,000,000	28-03-2011	10:55:17.193	Etapa de Puja
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	238,900,000	28-03-2011	10:54:34.072	Etapa de Puja
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	239,000,000	28-03-2011	10:54:15.167	Etapa de Puja
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	239,500,000	28-03-2011	10:53:41.438	Etapa de Puja
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	239,600,000	28-03-2011	10:53:16.349	Etapa de Puja
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	239,750,000	28-03-2011	10:52:40.658	Etapa de Puja
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	239,800,000	28-03-2011	10:52:08.417	Etapa de Puja
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	245,380,000	28-03-2011	10:51:21.968	Etapa de Puja
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	245,400,000	28-03-2011	10:50:28.601	Etapa de Puja
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	255,000,000	28-03-2011	10:50:12.343	Etapa de Puja
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	257,500,000	28-03-2011	10:49:53.936	Etapa de Puja

### Listado General de todas las Ofertas

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	258,000,000	28-03-2011	10:49:23.005	Etapa de Puja
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	260,997,000	28-03-2011	10:49:07.368	Etapa de Puja
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	263,500,000	28-03-2011	10:49:19.610	Etapa de Puja
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	264,000,000	28-03-2011	10:48:46.768	Etapa de Puja
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	264,990,000	28-03-2011	10:48:25.886	Recepción de Lances
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	265,000,000	28-03-2011	10:48:23.813	Recepción de Lances
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	266,000,000	28-03-2011	10:47:30.099	Recepción de Lances
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	266,200,000	28-03-2011	10:46:55.211	Recepción de Lances
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	273,000,000	28-03-2011	10:46:00.210	Recepción de Lances
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	274,890,000	28-03-2011	10:45:39.453	Recepción de Lances
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	274,999,999	28-03-2011	10:44:34.699	Recepción de Lances
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	275,000,000	28-03-2011	10:42:50.354	Recepción de Lances
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	279,000,000	28-03-2011	10:42:16.439	Recepción de Lances
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	280,400,000	28-03-2011	10:41:49.268	Recepción de Lances
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	280,500,000	28-03-2011	10:38:03.313	Recepción de Lances
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	288,000,000	28-03-2011	10:37:05.880	Recepción de Lances
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	289,960,000	28-03-2011	10:35:53.182	Recepción de Lances
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	294,000,000	28-03-2011	10:35:41.109	Recepción de Lances
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	295,650,000	28-03-2011	10:34:07.924	Recepción de Lances
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	295,680,000	28-03-2011	10:33:09.883	Recepción de Lances
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	324,000,000	28-03-2011	10:17:22.444	Recepción de Lances
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	329,450,000	28-03-2011	10:06:19.603	Recepción de Lances
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	330,000,000	28-03-2011	08:20:31.714	Propuesta
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	330,330,000	28-03-2011	08:20:31.770	Propuesta
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	405,000,000	28-03-2011	08:20:31.671	Propuesta

#### 6 - Ecocardiografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	930,000,000	28-03-2011	11:29:19.783	Periodo Aleatorio
IMESE S.A. - 80016426-1	950,000,000	28-03-2011	11:29:07.689	Periodo Aleatorio
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	960,300,000	28-03-2011	11:29:00.076	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	970,000,000	28-03-2011	11:28:40.020	Periodo Aleatorio
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	1,003,200,000	28-03-2011	11:28:38.733	Periodo Aleatorio
IMESE S.A. - 80016426-1	1,029,600,000	28-03-2011	08:20:32.222	Propuesta
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1,250,000,000	28-03-2011	11:22:27.544	Etapa de Puja
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	1,260,600,000	28-03-2011	08:20:32.219	Propuesta
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1,800,000,000	28-03-2011	11:08:27.125	Recepción de Lances
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2,160,000,000	28-03-2011	08:20:32.224	Propuesta

#### 7 - Ecocardiografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	255,550,000	28-03-2011	11:58:54.444	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	260,550,000	28-03-2011	11:57:56.219	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	270,550,000	28-03-2011	11:51:45.255	Etapa de Puja
IMESE S.A. - 80016426-1	270,600,000	28-03-2011	08:20:32.681	Propuesta
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	540,000,000	28-03-2011	08:20:32.683	Propuesta

### Listado General de todas las Ofertas

#### 8 - Aparato de presion

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	43,400,000	28-03-2011	12:19:05.102	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	43,500,000	28-03-2011	12:18:51.264	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	44,000,000	28-03-2011	12:18:31.831	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	44,000,000	28-03-2011	12:18:39.895	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	45,000,000	28-03-2011	12:18:17.622	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	45,000,000	28-03-2011	12:18:22.743	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	46,000,000	28-03-2011	12:18:05.697	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	48,000,000	28-03-2011	12:11:49.886	Etapas de Puja
ARGON S.R.L. - 80004373-1	52,140,000	28-03-2011	08:20:33.133	Propuesta
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	67,500,365	28-03-2011	08:20:33.131	Propuesta
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO - 297749-4	78,210,000	28-03-2011	08:20:33.128	Propuesta

#### 9 - Aparato de presion

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	11,390,902	28-03-2011	12:48:56.772	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	11,550,000	28-03-2011	12:48:49.982	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	11,599,076	28-03-2011	12:47:51.687	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	11,980,000	28-03-2011	12:47:51.728	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	11,990,000	28-03-2011	12:47:38.972	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	11,999,976	28-03-2011	12:47:10.408	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	12,090,000	28-03-2011	12:47:20.688	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	12,100,000	28-03-2011	12:46:53.329	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	12,109,976	28-03-2011	12:46:00.149	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	12,700,000	28-03-2011	12:46:02.854	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	12,800,000	28-03-2011	12:45:49.991	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	12,900,000	28-03-2011	12:45:38.315	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	12,909,976	28-03-2011	12:45:15.702	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	13,000,000	28-03-2011	12:45:22.209	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	13,108,000	28-03-2011	12:44:59.614	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	13,109,010	28-03-2011	12:44:36.823	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	13,200,000	28-03-2011	12:44:21.404	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	14,009,010	28-03-2011	12:44:07.258	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	14,850,000	28-03-2011	12:43:49.892	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	15,399,010	28-03-2011	12:43:33.404	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	16,500,000	28-03-2011	12:43:19.222	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	16,999,600	28-03-2011	12:43:04.702	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	17,250,000	28-03-2011	12:42:49.685	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	17,999,600	28-03-2011	12:42:50.465	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	18,000,000	28-03-2011	12:42:31.951	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	18,084,900	28-03-2011	12:42:34.927	Periodo Aleatorio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	18,750,000	28-03-2011	12:42:16.949	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	19,084,900	28-03-2011	12:42:22.105	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	19,484,900	28-03-2011	12:37:10.420	Etapas de Puja
ARGON S.R.L. - 80004373-1	19,485,000	28-03-2011	12:35:57.745	Etapas de Puja
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	19,500,000	28-03-2011	12:33:49.581	Etapas de Puja
ARGON S.R.L. - 80004373-1	19,800,000	28-03-2011	08:20:33.579	Propuesta
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	24,000,000	28-03-2011	12:21:36.117	Recepción de Lances
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	25,633,050	28-03-2011	08:20:33.577	Propuesta



### Listado General de todas las Ofertas

LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO - 297749-4	29,700,000	28-03-2011	12:28:08.884	Etapas de Puja
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO - 297749-4	34,650,000	28-03-2011	08:20:33.574	Propuesta

#### 10 - Electrocardiografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	27,690,000	28-03-2011	13:05:19.356	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	27,692,000	28-03-2011	13:04:50.629	Periodo Aleatorio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	27,700,000	28-03-2011	13:04:18.255	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	27,832,000	28-03-2011	13:03:57.203	Periodo Aleatorio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	27,900,000	28-03-2011	13:03:43.027	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	27,950,000	28-03-2011	13:03:15.030	Periodo Aleatorio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	28,000,000	28-03-2011	13:02:54.405	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	28,100,000	28-03-2011	13:02:40.549	Periodo Aleatorio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	28,400,000	28-03-2011	13:02:22.465	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	28,500,000	28-03-2011	13:01:44.962	Periodo Aleatorio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	29,250,000	28-03-2011	13:01:34.022	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	29,300,000	28-03-2011	13:01:15.170	Periodo Aleatorio
SCARPE SRL - 80018104-2	29,400,000	28-03-2011	13:02:09.346	Periodo Aleatorio
SCARPE SRL - 80018104-2	29,500,000	28-03-2011	13:01:31.249	Periodo Aleatorio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	29,750,000	28-03-2011	13:00:40.130	Periodo Aleatorio
SCARPE SRL - 80018104-2	29,800,000	28-03-2011	13:00:17.123	Periodo Aleatorio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	29,900,000	28-03-2011	13:01:00.637	Periodo Aleatorio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	29,950,000	28-03-2011	13:00:02.347	Periodo Aleatorio
SCARPE SRL - 80018104-2	30,000,000	28-03-2011	12:53:03.343	Etapas de Puja
SCARPE SRL - 80018104-2	31,800,000	28-03-2011	08:20:34.016	Propuesta
IMESE S.A. - 80016426-1	33,000,000	28-03-2011	12:53:42.680	Etapas de Puja
ARGON S.R.L. - 80004373-1	39,600,000	28-03-2011	13:00:48.261	Periodo Aleatorio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	57,000,000	28-03-2011	08:20:34.022	Propuesta
ARGON S.R.L. - 80004373-1	59,400,000	28-03-2011	08:20:34.024	Propuesta
IMESE S.A. - 80016426-1	78,000,000	28-03-2011	08:20:34.018	Propuesta
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	80,676,000	28-03-2011	08:20:34.020	Propuesta

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - Monitor Medidor de Gases Anestésicos

Oferente	Mejor Precio
SCARPE SRL - 80018104-2	87,000,000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	140,000,000
NELSON ARCOS S.R.L. - 80000173-7	147,400,000

#### 2 - Equipo Analizador de Desfibrilador

Oferente	Mejor Precio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	80,000,000
NELSON ARCOS S.R.L. - 80000173-7	80,600,000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	110,000,000

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

IMESE S.A. - 80016426-1	121,000,000
-------------------------	-------------

#### 3 - Equipo Simulador de ECG

Oferente	Mejor Precio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	75,000,000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	79,000,000
NELSON ARCOS S.R.L. - 80000173-7	96,000,000
IMESE S.A. - 80016426-1	99,440,000

#### 4 - Osciloscopios

Oferente	Mejor Precio
NELSON ARCOS S.R.L. - 80000173-7	73,000,000

#### 5 - Equipo de hemodialisis

Oferente	Mejor Precio
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	215,200,000
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - 80012330-1	225,500,000
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	255,000,000

#### 6 - Ecocardiografo

Oferente	Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	930,000,000
IMESE S.A. - 80016426-1	950,000,000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	960,300,000

#### 7 - Ecocardiografo

Oferente	Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	255,550,000
IMESE S.A. - 80016426-1	270,600,000

#### 8 - Aparato de presion

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	43,400,000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	44,000,000
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO - 297749-4	78,210,000

#### 9 - Aparato de presion

Oferente	Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	11,390,902
ARGON S.R.L. - 80004373-1	11,550,000
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO - 297749-4	29,700,000

#### 10 - Electrocardiografo

Oferente	Mejor Precio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	27,690,000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	27,692,000
SCARPE SRL - 80018104-2	29,400,000

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

IMESE S.A. - 80016426-1	33,000,000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	39,600,000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80000173-7 - NELSON ARCOS S.R.L.

Item	Precio Ganador
4 - Osciloscopios	73,000,000

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item	Precio Ganador
8 - Aparato de presion	43,400,000

Proveedor: 80006779-7 - SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L.

Item	Precio Ganador
2 - Equipo Analizador de Desfibrilador	80,000,000
3 - Equipo Simulador de ECG	75,000,000
10 - Electrocardiografo	27,690,000

Proveedor: 80017358-9 - IMPORTEX S.A.

Item	Precio Ganador
5 - Equipo de hemodialisis	215,200,000

Proveedor: 80018104-2 - SCARPE SRL

Item	Precio Ganador
1 - Monitor Medidor de Gases Anestésicos	87,000,000

Proveedor: 80023913-0 - SOLUMEDIC S.A.

Item	Precio Ganador
6 - Ecocardiografo	930,000,000
7 - Ecocardiografo	255,550,000
9 - Aparato de presion	11,390,902

### Listado de Mensajes

1 - Monitor Medidor de Gases Anestésicos

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-03-2011	08:30:08.587
Buenos días, comenzamos la Subasta.	28-03-2011	08:30:27.214
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	28-03-2011	08:32:39.298
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-03-2011	08:33:43.831
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-03-2011	08:33:49.403
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-03-2011	08:41:32.586
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-03-2011	08:51:16.244

### Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-03-2011	08:51:17.330
--	------------	--------------

#### 2 - Equipo Analizador de Desfibrilador

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-03-2011	08:52:02.198
Continuamos con la Subasta.	28-03-2011	08:52:17.561
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	28-03-2011	08:53:54.842
Señores bajen sus precios.	28-03-2011	08:58:02.476
Señor oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	28-03-2011	09:00:15.044
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	28-03-2011	09:03:11.030
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	28-03-2011	09:04:36.699
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-03-2011	09:05:55.039
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-03-2011	09:06:02.747
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-03-2011	09:12:03.274
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-03-2011	09:13:03.653
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-03-2011	09:13:04.553

#### 3 - Equipo Simulador de ECG

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-03-2011	09:13:32.121
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	28-03-2011	09:13:51.371
Señores esperamos mejores ofertas.	28-03-2011	09:18:38.837
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	28-03-2011	09:19:54.858
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-03-2011	09:21:12.050
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-03-2011	09:21:17.448
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-03-2011	09:27:17.874
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-03-2011	09:36:58.640
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-03-2011	09:36:59.744

#### 4 - Osciloscopios

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-03-2011	09:38:01.137
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	28-03-2011	09:38:14.823
Señor oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	28-03-2011	09:40:02.767
Señor oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	28-03-2011	09:44:07.431
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	28-03-2011	09:46:31.773
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-03-2011	09:49:25.599
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-03-2011	09:49:31.550
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-03-2011	09:55:31.584
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-03-2011	10:03:53.383
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-03-2011	10:03:54.573

#### 5 - Equipo de hemodialisis

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

28-03-2011

28 de 32

### Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-03-2011	10:04:21.116
--	------------	--------------

### Listado de Mensajes

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	28-03-2011	10:04:35.757
Señor oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	28-03-2011	10:07:18.477
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	28-03-2011	10:18:20.950
Señor oferente necesitamos que mejore su oferta.	28-03-2011	10:34:31.691
Señores bajen sus precios.	28-03-2011	10:36:06.606
Señores oferentes, les recordamos que hoy es el último día de competencia.	28-03-2011	10:43:52.016
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	28-03-2011	10:46:04.561
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-03-2011	10:48:21.966
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-03-2011	10:48:28.636
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-03-2011	10:55:19.858
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-03-2011	11:05:18.697
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-03-2011	11:05:19.538

#### 6 - Ecocardiografo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-03-2011	11:06:24.824
Continuamos con la Subasta.	28-03-2011	11:08:22.779
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	28-03-2011	11:08:32.007
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	28-03-2011	11:10:06.883
Señor oferente necesitamos que mejore su oferta.	28-03-2011	11:10:45.938
Señores bajen sus precios.	28-03-2011	11:13:13.622
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	28-03-2011	11:16:33.141
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	28-03-2011	11:20:15.181
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-03-2011	11:20:20.635
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-03-2011	11:20:42.374
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-03-2011	11:28:27.571
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-03-2011	11:29:27.892
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-03-2011	11:29:29.723

#### 7 - Ecocardiografo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-03-2011	11:30:39.332
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	28-03-2011	11:35:19.017
Señor oferente necesitamos que mejore su oferta.	28-03-2011	11:46:21.287
Señor oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	28-03-2011	11:47:34.603
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	28-03-2011	11:50:57.224
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-03-2011	11:51:06.887
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-03-2011	11:51:21.579
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-03-2011	11:57:45.945
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-03-2011	12:07:42.548
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-03-2011	12:07:43.250

#### 8 - Aparato de presion

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-03-2011	12:08:07.996

### Listado de Mensajes

Atención pasamos a la etapa de puja.	28-03-2011	12:08:18.767
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-03-2011	12:11:22.249
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-03-2011	12:17:50.043
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-03-2011	12:19:19.552

### Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-03-2011	12:19:20.371
--	------------	--------------

#### 9 - Aparato de presion

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-03-2011	12:19:40.889
Señores esperamos mejores ofertas.	28-03-2011	12:19:52.978
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	28-03-2011	12:22:14.500
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-03-2011	12:25:57.586
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-03-2011	12:26:01.933
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-03-2011	12:41:58.169
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-03-2011	12:49:23.671
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-03-2011	12:49:24.732

#### 10 - Electrocardiografo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-03-2011	12:50:05.974
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-03-2011	12:50:17.872
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-03-2011	12:51:46.224
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-03-2011	12:59:42.854
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-03-2011	13:05:33.569
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-03-2011	13:05:35.472

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.