

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 302224

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:45 del día 28/4/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 302224 - LCO SBE 33-15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR - AD REFERENDUM 2016 de la Institución:

Código Verificador: 29607fec81a3574cc4eec4923594e959

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 3.2.5: Dimensiones de la camilla (con barandalesarriba): Longitud total 215cm o menos. Solicitamos muy respetuosamente sean aceptados camillas con longitud total de 225 cm o menos, para permitir la mayor participación de oferentes.		08-02-2016	16:15:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la adenda N° 3.		09-03-2016	14:43:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 3.4.1 - Colchon de 10cm de espesor como mínimo. Solicitamos muy respetuosamente que sean aceptados colchones con espesor de 5 cm como mínimo.		08-02-2016	16:21:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la adenda N° 3.		09-03-2016	14:43:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Presentar copias de contratos y/o Facturas a traves de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provision de Equipos dentro de los ultimos 5 años (2010-2011-2012-2013-2014) Se solicita a la convocante aceptar tambien contratos del año 2015		09-02-2016	15:45:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la adenda N° 3.		09-03-2016	14:44:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 1 Monitor Multiparamétrico Donde Dice: 1.5 Accesorios. Se solicita a la convocante especificar si los accesorios mencionados a partir de este punto son por cada equipo?		09-02-2016	15:49:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que, los accesorios solicitados son por cada equipo.		09-03-2016	14:44:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Punto 1.2.3: Se podrán ofertar equipos con posibilidad de conexión LAN mediante cables? La tecnología de conexión inalámbrica es excesivamente costosa en hardware.	09-02-2016	15:51:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la adenda N° 3.	09-03-2016	14:44:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 1.2.4: Considerando que los monitores no irán conectados a una central, sugerimos se amplíe la capacidad de almacenamiento de tendencias a 1.200 horas, así como a 1.600 registros de medición de presión no invasiva.	09-02-2016	15:52:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-03-2016	14:44:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 1.3.10: SpO2: el monitor debe contar con tecnología para supresión de artefactos y baja perfusión (tipo Massimo, FAST, o similar)?	09-02-2016	15:53:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que, el oferente puede presentar equipos con dichas tecnologías pero no son excluyentes.	09-03-2016	14:45:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1 Monitor Multiparametrico Donde dice: 1.6.3 La empresa debera trasladar e instalar el quipo dejando en funcionamiento el mismo en el Servicio donde será utilizado. Se solicita a la Convocante indicar los lugares y cantidades correspondientes, de modo a que los oferentes podamos calcular los costos que impliquen cumplir con dicho requisito.	09-02-2016	15:54:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que, el Programa de Rehabilitación Cardiovascular se desarrolla en Dr. Alexander Flemming esq. Dr. Antonio Bestard. A 100 m del acceso lateral del Hospital Central de IPS.	09-03-2016	14:45:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 1.5.2: Los cables de ECG solicitados deberán ser de 10 derivaciones para medir las 12 derivaciones solicitadas en el punto 1.3.2?	09-02-2016	15:55:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la adenda N° 3.	09-03-2016	14:45:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 2.2.5 La no accesibilidad de la batería podría ser opcional? La mayoría de los oxímetros portátiles del mercado operan con pilas recargables	09-02-2016	15:55:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la adenda N° 3.	09-03-2016	14:45:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 2.2.6 Las tendencias podrán ser 500 juegos de tablas? El oxímetro es un equipo que no irá conectado a un solo paciente durante su estadía, por lo que no sería útil la tendencia de 24 horas, sino mas bien la cantidad de tendencias que podría almacenar	09-02-2016	15:56:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-03-2016	14:45:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 2.3.1 El cable para alimentación podría ser opcional? Por lo general este tipo de oxímetros es sólo mediante baterías	09-02-2016	15:57:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que, se solicitan baterías recargables por lo que el cable de alimentación no puede ser opcional, por tanto el oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-03-2016	14:46:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2: Oxímetro de Pulso Donde Dice: 2.2.5 Batería interna recargable (No accesible al usuario) Se solicita a la convocante aclarar a que se refiere al mencionar (No accesible al usuario)	09-02-2016	16:00:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente deberá remitirse a la adenda N° 3.	09-03-2016	14:46:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2: Oxímetro de pulso Donde Dice: 2.3 Accesorios . Se solicita a la convocante especificar si los accesorios mencionados a partir de este punto son por cada equipo?	09-02-2016	16:01:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que, los accesorios solicitados son por cada equipo.	09-03-2016	14:46:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Cualquier otro documento adicional 8. Soporte tecnico demostrable mediante certificados del fabricante legalizados por consulado del país de origen. Se solicita a la convocante aceptar en la apertura de ofertas, copia simple del mencionado documento.	09-02-2016	16:07:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que, En las observaciones del mencionado punto se expresa: "Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por autoridades públicas de otro país, el oferente podrá presentar copia simple de los mismos, sin perjuicio de su posterior presentación, debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso de resultar adjudicados. Si el oferente no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato cuando estas sean requeridas, la adjudicación será revocada y la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada, conforme lo establece el Art. 45° del decreto 21909/03.", por tanto el oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-03-2016	14:46:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Documento adicional requerido 9. Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el consulado del país de origen, de que el quipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. Se solicita a la convocante aceptar en la apertura de ofertas, copia simple del mencionado documento.	09-02-2016	16:09:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En las observaciones del mencionado punto se expresa: "Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por autoridades públicas de otro país, el oferente podrá presentar copia simple de los mismos, sin perjuicio de su posterior presentación, debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso de resultar adjudicados. Si el oferente no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato cuando estas sean requeridas, la adjudicación será revocada y la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada, conforme lo establece el Art. 45° del decreto 21909/03", por tanto el oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-03-2016	14:47:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante aclarar el monitor solicitado debe ser pre-configurado o modular. Puesto que en los sub. Ítem dice: 1.3.20 - Módulos de parámetros NO integrados al monitor / 1.3.21- Posibilidad de ampliación de parámetros De modo tal posibilitar la participación de una mayor cantidad de oferentes, sin perjuicio del rendimiento del equipo.	09-02-2016	16:59:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-03-2016	14:47:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte de las especificaciones técnicas solicitadas dice en el punto 1.3.3 Análisis de arritmias avanzadas. Al menos 21 (veintiún) tipos de morfología. Solicitamos tengan a aceptar ofertas con "Al menos 15 (quince) (o más) tipos de morfología. De modo tal posibilitar la participación de una mayor cantidad de oferentes, sin perjuicio del rendimiento del equipo	09-02-2016	17:00:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-03-2016	14:47:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dice en el 3.4.1 - Colchón de 10 cm de espesor como mínimo Solicitamos a la convocante otorgar una variación de +/- 3cm, a fin de otorgar una flexibilización en las medidas.	09-02-2016	17:00:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la adenda N° 3.	09-03-2016	14:47:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EETT - 4.2 Pantalla. 4.2.4 - Tamaño diagonal de 5" o más. Solicitamos disminuir el tamaño como mínimo de 4" o más. EETT - 4.3 Adquisición 4.3.5 - Relación de rechazo en modo común: 100 dB o más. Favor, solicitamos muy respetuosamente sea aceptados equipos con parametros de 94dB como mínimo. EETT - 4.6 Generales 4.6.4 - Batería interna recargable con autonomía de al menos dos horas. solicitamos que sean aceptados baterias con autonomia mínima de 80min.	10-02-2016	08:35:34
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la adenda N° 3.	09-03-2016	14:47:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Monitor Multiparamétrico ¿El monitor solicitado es del tipo modular o es preconfigurado?	10-03-2016	08:04:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que, el punto "1.3.20 - Módulos de parámetros NO integrados al monitor", implica que los módulos pueden separarse del monitor por lo tanto es de configuración modular.	07-04-2016	12:18:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Monitor Multiparamétrico Dice en el sub ítem 1.3.3 Análisis de arritmias avanzadas. Al menos 21 (veintiún) tipos de morfología. Solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de monitores con "Al menos 15 (quince) tipos de morfología". Este pedido es de estricta justicia, considerando que la Convocante ha accedido a otros pedidos de disminución de exigencias, tales como en el ítem 4 Electrocardiógrafo que redujo la pantalla de 5 a 4 pulgadas y también en el ítem 3 - Camilla de traslado, en el cuál otorgó una variación de +/- 3 cms en las medidas del colchón; sólo por citar dos ejemplos.	10-03-2016	08:07:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que, el oferente debe ajustarse a las especificaciones solicitadas. Las reducciones en otros ítems no afectaban considerablemente la calidad del equipo como lo haría una disminución solicitada en la presente consulta.	07-04-2016	12:18:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4: Electrocardiógrafo de 6 canales Dice en el sub ítem 4.5.2 - Papel tipo Z con 210 mm de ancho. Debido a que, cada fabricante utiliza el tamaño papel conforme a las características propias de su marca y modelo; solicitamos al convocante omitir la medida del papel, y por ende permitir ofertas de Electrocardiógrafos con PAPEL tipo en Z (con tamaño adecuado al equipo ofertado).	10-03-2016	08:07:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 7.	07-04-2016	12:20:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 1.2.10: La saturación de O2 deberá contar con algoritmos para poder medir la saturación de oxígeno en condiciones de baja perfusión y movimiento del paciente?	07-04-2016	18:14:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que, puede incluir estos algoritmos pero no son excluyentes, por tanto el oferente deberá remitirse a lo solicitado al Pliego de Bases y Condiciones.	22-04-2016	10:48:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 1.3.15: Donde dice: Función automática de nueva medición de NIBP en caso que el software considere que se realizó una medición errónea, solicitamos se considere esta especificación como opcional, debido a que ciertas tecnologías de monitores, para cumplir con normas de seguridad y calidad, dan alarma ante una medición errónea y dejan registrado este evento y no vuelven a medir la presión hasta que la alarma sea atendida.	07-04-2016	18:15:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-04-2016	10:49:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 1.3.20: Donde dice: Módulos de parámetros NO integrados al monitor, los monitores deberán ser de tecnología modular con rack o espacio para agregar nuevos parámetros en el futuro, mediante módulos sin la necesidad de hacer cambios en el hardware o en el software?	07-04-2016	18:16:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que, los monitores deben ser modulares con posibilidad de agregar más parámetros sin cambio de hardware o necesidad de adquirir licencias extras, por tanto el oferente deberá remitirse a lo solicitado al Pliego de Bases y Condiciones.	22-04-2016	10:49:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 1.5.9: El soporte de pared deberá ser original?	07-04-2016	18:17:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que, todos los accesorios deben ser originales, por tanto el oferente deberá remitirse a lo solicitado al Pliego de Bases y Condiciones.	22-04-2016	10:49:43

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
DEZETA S.A. - 80019208-7	Sin categorizar	1	18.1508.0011218.0000	Póliza	Aseguradora Paraguaya S.A	14-04-2016	18-04-2016	15-10-2016
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Sin categorizar	2	007.1508.036049/000	Póliza	La Consolidada S.A.	27-04-2016	27-04-2016	03-11-2016
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	Sin categorizar	3	007.1508.36050/000	Póliza	LA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	27-04-2016	27-04-2016	14-10-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	42181904-002	Monitor multiparametrico					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DEZETA S.A. - 80019208-7	Mindray	Shenzen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd	iPM Series	China	Monitor Multiparametrico	45.000.000	135.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	Edan Instruments, Inc.	Elite V5	China.-	Se presentan Planillas de Especificaciones Técnicas, Catálogo y Manual de Usuario.-	80.000.000	240.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	Philips-Goldway	Philips Medical Systems	G60	China	Monitor multiparamétrico	50.000.000	150.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	42181801-001	Oxímetro de pulso					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	Edan Instruments, Inc.	H100B	China.-	Se presentan Planillas de Especificaciones Técnicas, Catálogo y Manual de Usuario.-	7.500.000	15.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
3	42192207-001	Camilla con ruedas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	SIGMA-CARE	SIGMA-CARE DEVELOPMEN CO., LTD	BT800	Taiwán.-	Se presentan Planillas de Especificaciones Técnicas, Catálogo y Manual de Usuario.-	35.000.000	35.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
4	42181716-001	Electrocardiografo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	Edan Instruments, Inc.	SE-601B	China.-	Se presentan Planillas de Especificaciones Técnicas, Catálogo y Manual de Usuario.-	35.000.000	35.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Monitor multiparametrico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DEZETA S.A - 80019208-7	113.850.000	28-04-2016	08:39:16.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75a8d5e57cfa22c3d069ab5d10abe63e	
DEZETA S.A - 80019208-7	115.500.000	28-04-2016	08:38:50.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11fad344b5c920c801552298f3e3a0b4	
DEZETA S.A - 80019208-7	120.000.000	28-04-2016	08:38:25.482	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a2cdca18bbc99c9452e9d51538454e0	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	125.700.000	28-04-2016	08:38:15.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3eda5d85ed3cca74db569846185b102a	
DEZETA S.A - 80019208-7	126.000.000	28-04-2016	08:37:32.976	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	986ab5dbc730392a830920c9577d5d22	
DEZETA S.A - 80019208-7	129.000.000	28-04-2016	08:37:14.471	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62284fc2199bc2ec24226109561bb673	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	131.700.000	28-04-2016	08:37:16.316	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac6992e7038589e9fda7d264c26b60c2	
DEZETA S.A - 80019208-7	132.000.000	28-04-2016	08:36:59.599	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51f23803a0f5e7f6a21c56616e35891d	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	134.700.000	28-04-2016	08:37:00.874	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71a6f85c01e4cf51616578af29e186f0	
DEZETA S.A - 80019208-7	135.000.000	28-04-2016	08:00:31.512	Propuesta
		Código Verificador:	82b6d4a9cbaea7887fe2a3e66c636b33	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	150.000.000	28-04-2016	08:00:31.507	Propuesta
		Código Verificador:	8e0c0ebeb5003fd6dbc2423caaae3f6f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	195.000.000	28-04-2016	08:30:48.786	Etapas de Puja
		Código Verificador:	1b96ff90fc55a6fd0e2951b65af22230	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	200.000.000	28-04-2016	08:25:26.718	Etapas de Puja
		Código Verificador:	c8fb45eb43b107e23887435eee63c8dd	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	220.000.000	28-04-2016	08:20:00.036	Etapas de Puja
		Código Verificador:	bf68012ab9b6cc581c8e5ef91c00930e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	240.000.000	28-04-2016	08:00:31.510	Propuesta
		Código Verificador:	7190dfac38f38d43cddf0b112f7aa68	

2 - Oximetro de pulso

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	8.200.000	28-04-2016	08:50:07.278	Recepción de Lances
		Código Verificador:	904ffff614f34d28a06bb3408c93589f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	10.000.000	28-04-2016	08:48:35.294	Recepción de Lances
		Código Verificador:	df3393dad98735f8e6fe778b7f704b24	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	13.000.000	28-04-2016	08:45:02.134	Recepción de Lances
		Código Verificador:	23a7a29619f6b551c9c8392fc499c291	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	15.000.000	28-04-2016	08:00:31.905	Propuesta
		Código Verificador:	765117eb9c35455ab60e079b6606440d	

3 - Camilla con ruedas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	29.800.000	28-04-2016	09:22:08.613	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffddab2cb8f401ebc91d5419bd1d6a15	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	31.000.000	28-04-2016	09:13:43.700	Recepción de Lances
		Código Verificador:	68632ccaebc4288f2160b09434f82517	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	33.000.000	28-04-2016	09:09:52.334	Recepción de Lances
		Código Verificador:	51715e5a5a01b2ba4e412d6c214aa095	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	35.000.000	28-04-2016	08:00:31.943	Propuesta
		Código Verificador:	ecce2f965e2736743b3451589befe2de	

Listado General de todas las Ofertas

4 - Electrocardiografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	33.000.000	28-04-2016	09:32:53.451	Recepción de Lances
		Código Verificador:	c2d6ba72f249bac6aec3d0a3f7c77af7	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	35.000.000	28-04-2016	08:00:31.971	Propuesta
		Código Verificador:	aa4aa77d8cc6fe87bb3678bd4e87b682	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Monitor multiparametrico

Oferente	Mejor Precio
DEZETA S.A - 80019208-7	113.850.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	125.700.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	195.000.000

2 - Oximetro de pulso

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	8.200.000

3 - Camilla con ruedas

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	29.800.000

4 - Electrocardiografo

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	33.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item	Precio Ganador
2 - Oximetro de pulso	8.200.000
3 - Camilla con ruedas	29.800.000
4 - Electrocardiografo	33.000.000

Proveedor: 80019208-7 - DEZETA S.A

Item	Precio Ganador
1 - Monitor multiparametrico	113.850.000

Listado de Mensajes

1 - Monitor multiparametrico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-04-2016	08:10:52.025
Buenos días, comenzamos la Subasta.	28-04-2016	08:10:58.077
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	28-04-2016	08:11:01.794
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	28-04-2016	08:12:49.573
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	28-04-2016	08:15:07.862
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-04-2016	08:15:10.572
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-04-2016	08:15:13.268
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-04-2016	08:36:49.073
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-04-2016	08:42:51.102
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-04-2016	08:42:51.165

Listado de Mensajes

2 - Oxímetro de pulso

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-04-2016	08:43:13.481
Continuamos con la Subasta.	28-04-2016	08:43:23.353
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	28-04-2016	08:43:26.890
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	28-04-2016	08:43:30.775
Señor Oferente, baje su precio	28-04-2016	08:44:51.921
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	28-04-2016	08:44:55.549
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	28-04-2016	08:45:53.882
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	28-04-2016	08:49:12.456
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-04-2016	08:50:17.931
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	28-04-2016	08:50:21.607
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-04-2016	08:50:24.799
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-04-2016	08:56:25.046
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-04-2016	09:04:51.076
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-04-2016	09:04:51.150

3 - Camilla con ruedas

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-04-2016	09:08:05.247
Continuamos con la Subasta.	28-04-2016	09:08:12.005
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	28-04-2016	09:08:16.234
Señor Oferente, baje su precio	28-04-2016	09:08:20.191
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	28-04-2016	09:11:38.432
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	28-04-2016	09:11:44.124
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	28-04-2016	09:13:34.347
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	28-04-2016	09:13:41.409
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-04-2016	09:15:36.025
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	28-04-2016	09:15:39.212
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-04-2016	09:15:41.485
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-04-2016	09:21:41.766
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-04-2016	09:28:43.132
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-04-2016	09:28:43.210

4 - Electrocardiografo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-04-2016	09:29:14.413
Continuamos con la Subasta.	28-04-2016	09:29:19.526
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	28-04-2016	09:29:25.027
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	28-04-2016	09:29:28.539
Señor Oferente, baje su precio	28-04-2016	09:32:24.662
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	28-04-2016	09:32:28.210
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	28-04-2016	09:34:10.552
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-04-2016	09:35:47.831
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	28-04-2016	09:35:53.332
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-04-2016	09:35:56.679
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-04-2016	09:41:56.816
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-04-2016	09:45:22.948
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-04-2016	09:45:23.137

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.