

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 310810

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:26 del día 8/6/2017, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 310810 - LPN SBE 40-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS de la Institución:

Código Verificador: 8301097a16663afecaca5faadb8e5993

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección VI C.G.C. 27.3 dice en cuanto a la garantía "...la sustitución sin costo de partes con defectos de fábrica." Cuando se refiere al mantenimiento correctivo dice "El mantenimiento correctivo será realizado por el personal técnico de la empresa proveedora del servicio al llamado, ante cualquier problema surgido con los equipos." No se aclara cómo se procederá cuando el problema sea atribuible a otras causas diferentes a un defecto de fabricación de las partes. Por favor aclarar cual es el procedimiento a seguir, en especial forma de pago de las partes sustituidas y plazos para la reparación en caso de sustituirse partes sin defectos de fabricación.		29-11-2016	21:44:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		06-03-2017	13:24:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 1 Punto 2.9 Por favor aclara a que se refiere con posibilidad de incorporar "Lentes Tóricas" como dispositivo auxiliar		29-11-2016	21:48:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que el equipo ofertado debe contar con la posibilidad de incorporar en el futuro ocular de visión amplia con retícula integrada y rotable manualmente; para permitir la alineación del ángulo de las lentes intraoculares tóricas		06-03-2017	13:24:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 1 Puntos 2.11 y 2.12 El Objetivo EIBOS es una marca de un fabricante en particular, así mismo los valores de sus lentes de 90D y 100D son para el diseño del dispositivo de visualización de fondo de ojo de ese fabricante. Pedimos especificar la funcionalidad del dispositivo en base a parámetros independientes, como ser el ángulo de visualización en el fondo de ojo y no de partes constituyentes del dispositivo		29-11-2016	21:55:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que el Dispositivo Eibos, aun siendo de un fabricante específico, es compatible con microscopios de otros fabricantes.		06-03-2017	13:24:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Item 1 puntos 3.7 y 6.2 La potencia de las lámparas halógenas depende del diseño y calidad de las ópticas del microscopio. Así a mayor calidad del microscopio y sus ópticas se obtiene la intensidad luminosa necesaria con lámparas de menor potencia. Pedimos que se especifique el sistema de iluminación en función de la luminosidad en el campo de visualización del microscopio y no de las lámparas.	29-11-2016	22:01:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.	06-03-2017	13:25:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 3 punto 2.2 Los objetivos utilizados en oftalmología son habitualmente de f=175 mm y f=200 mm. Actualmente el objetivo estandar de casi todos los fabricantes es el de 200 mm ya que con las técnicas quirúrgicas habituales se requiere de mayor espacio entre el ojo del paciente y el cuerpo del microscopio. Estas técnicas quirúrgicas mencionadas son las que se usan hoy en día en el servicio de oftalmología del IPS H.C. Pedimos que se aumente el rango de 170 mm +/- 10 mm a 170 mm +/- 30 mm de forma a comprender ambas lentes objetivas.	29-11-2016	22:09:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.	06-03-2017	13:26:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 3 punto 2.3 Los oculares del cirujano suponemos que pueden ser de 10x o 12x (tal como se especifica en 2.7 para el asistente). Por favor aclarar y/o corregir este punto	29-11-2016	22:14:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2.	06-03-2017	13:26:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 3 puntos 3.2 y 7.3 El sistema de iluminación especificado en 3.2 es de luz LED sin embargo en 7.3 se piden 4 lámparas halógenas de 150 W. Favor aclarar estos puntos	29-11-2016	22:17:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2.	06-03-2017	13:27:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCIÓN VII. Anexos – F. Cualquier otro documento adicional requerido.- En el numeral ocho dice lo siguiente: 8. Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio Técnico en la marca de los equipos ofertados.- Respecto a este pedido de documento, en otros llamados realizados por este Convocante (LPN 60 ID , LPN 70 ID , etc) se solicitaron para el numeral 8, de esta forma: Soporte técnico capacitado, demostrable mediante certificado del fabricante de los equipos ofertados, para la firma del Contrato el documento deberá estar legalizado por Consulado paraguayo del país de origen.- Por lo brevemente expuesto, respetuosamente solicitamos al Convocante solicitar como numeral 8. Soporte técnico capacitado, demostrable mediante certificado del fabricante de los equipos ofertados, para la firma del Contrato el documento deberá estar legalizado por Consulado paraguayo del país de origen.	30-11-2016	07:20:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	06-03-2017	13:27:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCIÓN III. Requisitos de los Bienes - Item N° 3 Microscopio Quirúrgico Dice en el punto 7.3: 4 (Cuatro) lámparas halógenas de 150W. Solicitamos a la convocante eliminar esta característica atendiendo que se solicita en el punto 3.2 FUENTE de LUZ LED.-	30-11-2016	07:31:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.	06-03-2017	13:27:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCIÓN VII. Anexos – F. Cualquier otro documento adicional requerido.- En este Inciso F) - respetuosamente solicitamos al Convocante tenga a bien incluir como requisito N° 19 lo siguiente: Presentación de la Declaración Jurada de Salarios que el empleador utilizó para el pago del seguro social, de los últimos seis meses anteriores al Acto de Apertura. En promedio, el oferente deberá tener al menos 10 (diez) empleados el Instituto de Previsión Social – IPS.- Hacemos este pedido, teniendo en cuenta el elevado valor de este llamado, lo que implica que las empresas oferentes deben contar con la capacidad adecuada, tanto en empleados como en infraestructura.- Similar pedido se realiza en la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación - Criterio para desempate de oferta : la convocante tendrá en cuenta al oferente que tenga mayor cantidad de empleados inscriptos en el Instituto de Previsión Social – IPS.-	30-11-2016	07:51:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciónes.	06-03-2017	13:28:03

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item N° 4 Laser Multispot para tratamientos en Retina Dice en el numeral 2.3 Duración de los pulsos simples de 10 a 2500ms A fin de permitir la participación de mas oferentes, solicitamos a la convocante flexibilizar este requerimiento a: 2.3 Duración de los pulsos simples de 10ms o mejor	27-01-2017	07:31:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 7.	06-03-2017	13:18:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item N° 4 Laser Multispot para tratamientos en Retina Dice en el numeral 2.4 Autopulsos de 10ms a 6s A fin de permitir la participación de mas de un oferente, solicitamos a la convocante flexibilizar este requerimiento: 2.4 Autopulsos de 10ms a 6s u otro sistema de Autopulso	27-01-2017	07:31:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente ha realizado la consulta en forma equivocada, se refieren al Ítem N° 4 Fotocoagulador Laser. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 7.	06-03-2017	13:19:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item N° 4 Laser Multispot para tratamientos en Retina Dice en el numeral 2.5 Spot único ajustable continuo dentro del rango de 50 a 1000m A fin de permitir la participación de mas de un oferente, solicitamos a la convocante flexibilizar este requerimiento: 2.5 Spot único ajustable continuo dentro del rango de 50 a 500m o mayor	27-01-2017	07:32:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente ha realizado la consulta en forma equivocada, se refieren al Ítem N° 4 Fotocoagulador Laser. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 7.	06-03-2017	13:19:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item N° 4 Laser Multispot para tratamientos en Retina Dice en el numeral 2.7 Duración de pulsos en cascada de 20 a 50ms A fin de permitir la participación de mas oferentes, solicitamos a la convocante flexibilizar este requerimiento: 2.7 Duración de pulsos en cascada de 20 a 50ms (+/-10 ms)	27-01-2017	07:32:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente ha realizado la consulta en forma equivocada, se refieren al Ítem N° 4 Fotocoagulador Laser. el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 7.	06-03-2017	13:19:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item N° 4 Laser Multispot para tratamientos en Retina Dice en el numeral 2.8 Grillas seleccionables de distribución lineal horizontal, vertical o en diagonal, distribución en curvas, semicírculos o círculos, con spots variable en diámetro.- A fin de permitir la participación de mas de un oferente, solicitamos a la convocante flexibilizar este requerimiento: 2.8 Grillas seleccionables de: Distribución Lineal horizontal o vertical o en diagonal o en cuadrado. Distribución en curvas o semicírculos y círculos. Distribución en arcos triples. Con spots variable en diámetro.	27-01-2017	07:33:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 7.	06-03-2017	13:20:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item N° 4 Laser Multispot para tratamientos en Retina Dice en el numeral 2.9 Pantalla LCD táctil. ¿Se podrá cotizar equipo Láser con teclado tipo QWERTY?	27-01-2017	07:36:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 7.	06-03-2017	13:20:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Item N° 2 Campímetro computarizado Nos dirigimos a la distinguida Convocante, a fin de solicitarle tenga a bien analizar y contestar las siguientes solicitudes de modificaciones y aclaraciones. Las solicitudes de modificación y flexibilización mas abajo mencionadas, están basadas en las disposiciones establecidas en la Ley 2051/03 que en su artículo 4° reza cuanto sigue: La actividad de contratación pública se regirá por los siguientes principios: a) Economía y Eficiencia: Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades SE OBLIGUEN a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el COSTO que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones RACIONALIDAD, AUSTERIDAD y disciplina presupuestaria. Como así también el inciso b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar SIN RESTRICCIÓN y en IGUALDAD DE OPORTUNIDADES en los procedimientos de contratación pública. En otras palabras, nuestra solicitud pretende flexibilizar los requerimientos técnicos, sin que ello desvíe significativamente las funciones esenciales del equipo, pero con una gran ventaja económica que permitirá a la convocante un ahorro - varias veces millonario - que podría destinarse a otros rubros médicos de igual o mayor importancia y además, permitir la participación de la mayor cantidad de potenciales oferentes. Consultas: En el subitem 2.2 dice: Rango temporal máximo: 90°. Solicitamos modificar el rango a: Rango temporal máximo: 90° (o mayor). En el subitem 2.3 dice: " Pruebas de umbral: Campo central: 10-2, 24-2, 30-2, Macula. Campo periférico: 60-4, Escalón nasal". Solicitamos modificar a: " Pruebas de umbral: Campo central: 10-2, 24-2, 30-2, Macula Campo periférico: 60-4, Escalón nasal. U otro tipo de Pruebas de Umbral similares.- En el subitem 2.4 dice: " Pruebas de detección: Campo central: C-40, C-64, C-76, C-80, C-Armaly. Campo periférico. Patrones de campo periférico". Solicitamos modificar a: " Pruebas de detección: Campo central: C-40, C-64, C-76, C-80, C-Armaly Campo periférico. Patrones de campo periférico. U otro tipo de Pruebas de Detección similares.- En el subitem 2.5 dice: Modos de detección: Corregido por edad, relativo al umbral, intensidad única. Solicitamos modificar a: Modos de detección: Corregido por edad, relativo al umbral, intensidad única. U otros tipos de Modos de Detección.- En el subitem 2.6 dice: Pruebas especiales: Esterman monocular, Esterman binocular, Superior 36, Superior 64, Test cinetito, test de usuario. Solicitamos modificar a: Pruebas especiales: Esterman monocular, Esterman binocular, Superior 36, Superior 64, Test cinetito, test de usuario. U otros tipos de Pruebas Especiales.- En el subitem 2.7 dice: Color estímulo/fondo: Blanco en blanco, Rojo en blanco, Azul en Blanco. Azul en amarillo (Perimetria automática de longitud de onda). Solicitamos modificar a: Color estímulo/fondo: Blanco en blanco, Rojo en blanco, Azul en Blanco. Azul en amarillo (Perimetria automática de longitud de onda). U otros tipos de Colores de estímulos.- En el subitem 2.9 dice: Características generales: Prueba de umbral foveal. Medición automática de pupilas, almacenamiento definido por el usuario. Solicitamos modificar a: Características generales: Prueba de umbral foveal. Medición automática de pupilas, almacenamiento definido por el usuario. U otras Características similares.- En el subitem 2.10 dice: Monitoreo de fijación: Punto ciego, imagen del ojo, soporte de lente de prueba, seguimiento de mirada, seguimiento de cabeza, seguimiento de lente (Vertex), capacidad de video remoto. Solicitamos modificar a: Monitoreo de fijación: Punto ciego, imagen del ojo, soporte de lente de prueba, seguimiento de mirada, seguimiento de cabeza, seguimiento de lente (Vertex), capacidad de video remoto. U otro tipo de Monitoreo de fijación.- En el subitem 2.11 dice: Control de operación: Monitor sensible al tacto, teclado con puntero deslizable, mentonera motorizada. Solicitamos modificar a: Control de operación: Monitor sensible al tacto o con teclado y mentonera ajustable motorizada o manual manualmente.- En el subitem 2.13 dice: Software de análisis: Análisis de estado único, análisis de estudios múltiples, análisis de progresión de glaucoma. Solicitamos modificar a: Software de análisis: Análisis de estado único, análisis de estudios múltiples, análisis de progresión de glaucoma. U otro tipo de Software de análisis similar.- En el subitem 2.14 dice en una parte: impresora. ¿Debe proveerse una impresora Láser junto con el Campímetro? ¿También debe proveerse una PC de Escritorio?</p>	<p>27-01-2017</p>	<p>08:38:31</p>
<p>RESPUESTAS</p>		
<p>Respuestas Obtenidas</p>	<p>Fecha</p>	<p>Hora</p>
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que el oferente podrá ofertar equipos con calidad superior.</p>	<p>06-03-2017</p>	<p>13:21:09</p>
<p>CONSULTA</p>		
<p>Consulta Realizada</p> <p>Nos dirigimos a la distinguida Convocante, a fin de solicitarle tenga a bien analizar y contestar las siguientes solicitudes de modificaciones y aclaraciones. Las solicitudes de modificación y flexibilización más abajo mencionadas, están basadas en las disposiciones establecidas en la Ley 2051/03 que en su artículo 4° reza cuanto sigue: La actividad de contratación pública se regirá por los siguientes principios: a) Economía y Eficiencia: Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades SE OBLIGUEN a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el COSTO que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones RACIONALIDAD, AUSTERIDAD y disciplina presupuestaria. Como así también el inciso b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar SIN RESTRICCIÓN y en IGUALDAD DE OPORTUNIDADES en los procedimientos de contratación pública. En otras palabras, nuestra solicitud pretende flexibilizar los requerimientos técnicos, sin que ello desvíe significativamente las funciones esenciales del equipo, pero con una gran ventaja económica que permitirá a la convocante un ahorro - varias veces millonario - que podría destinarse a otros rubros médicos de igual o mayor importancia y, además, permitir la participación de la mayor cantidad de potenciales oferentes. Consultas: En el sub ítem 2.2 de la Adenda N°2 dice: Objetivo de 170 mm (+/- 10 mm). Solicitamos modificar a: Objetivo de 170 mm o de 200 mm (+/- 10 mm) En el Sub ítem 7.3 de la Adenda N°2 dice: 4 Lámparas halógenas de 150 W Solicitamos suprimir o aclarar cuál sería el uso de estas lámparas siendo que se pide fuente de iluminación LED En el Sub ítem 2.7 del PBC: se pedía Cabezal binocular para asistente. Solicitamos confirmar que este ítem ya no es requerido puesto que no aparece en la Adenda N° 2</p>	<p>27-01-2017</p>	<p>09:47:15</p>
<p>RESPUESTAS</p>		
<p>Respuestas Obtenidas</p>	<p>Fecha</p>	<p>Hora</p>
<p>- En el sub ítem 2.2 de la Adenda N°2 dice: Objetivo de 170 mm (+/- 10 mm). Solicitamos modificar a: Objetivo de 170 mm o de 200 mm (+/- 10 mm) - Repuesta: el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. En el Sub ítem 7.3 de la Adenda N°2 dice: 4 Lámparas halógenas de 150 W Solicitamos suprimir o aclarar cuál sería el uso de estas lámparas siendo que se pide fuente de iluminación LED Repuesta: el oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2. - En el Sub ítem 2.7 del PBC: se pedía Cabezal binocular para asistente. Solicitamos confirmar que este ítem ya no es requerido puesto que no aparece en la Adenda N° 2 Repuesta: el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>	<p>06-03-2017</p>	<p>13:22:14</p>
<p>CONSULTA</p>		
<p>Consulta Realizada</p>	<p>Fecha</p>	<p>Hora</p>

Listado de Consultas

SECCIÓN III. Requisitos de los Bienes - Item N° 3 Microscopio Quirúrgico En la Adenda N° 2, en el punto 7.3 solicita: 4 (Cuatro) lámparas halógenas de 150W. Respetuosamente, solicitamos a la convocante eliminar esta característica atendiendo que se solicita en el punto 3.2 FUENTE de LUZ LED.-	07-03-2017	08:42:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 11.	11-04-2017	08:33:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Realizada SECCIÓN III. Requisitos de los Bienes - Item N° 3 Microscopio Quirúrgico En la Adenda N° 2, se eliminó el punto 2.7 : Con cabezal binocular para cirujano-asistente. Oculares de 10x o 12x.- Entendemos que este accesorio es muy importante para las cirugías en las que participan mas de un profesional médico. Por lo brevemente expuesto solicitamos a la convocante incorporar nuevamente esta característica técnica: 2.7 Con cabezal binocular para cirujano-asistente. Oculares de 10x o 12x.-	07-03-2017	08:45:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 11.	11-04-2017	08:33:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item N° 4 Laser Multispot para tratamientos en Retina Dice en el numeral 2.3 Duración de los pulsos simples de 10 a 2500ms A fin de permitir la participación de más oferentes, solicitamos a la convocante flexibilizar este requerimiento a lo siguiente: 2.3 Duración de los pulsos simples de 10ms o mejor	07-03-2017	08:47:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 11.	11-04-2017	08:33:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.1: En el pliego solicitan un OCT con Dominio Espectral que trabaja con ondas de longitud 830 - 840nm para obtención de imágenes del ojo del paciente a fines diagnósticos. Esta tecnología (Spectral Domain) existe hace mas de 8 años y viene ahora remplazada por una tecnología mas moderna y de mayor performance llamada Swept Source que existe hace mas de 3 años en el mercado, la cual permite imágenes MAS nítidas de las estructuras del ojo incluso a través de opacidades en el segmento anterior (catarata , trauma , etc...) . Esto NO es posible con el Dominio Espectral, pero si con el Swept Source. Para mantener al servicio de oftalmología del Hospital Central IPS a la par de los últimos avances tecnológicos y permitiendo así un diagnostico mas preciso y certero a los asegurados de la institución, solicitamos a la convocante la modificación de dicho punto "OCT de Dominio Spectral con fuente de ondas de Longitud 830 y 840 nm" por "OCT de Dominio Spectral o fuente de barrido (Swept Source) con longitudes de ondas comprendidas entre 830nm y 1100nm".	17-04-2017	09:50:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debe remitirse a lo solicitado en la Adenda 14.-	31-05-2017	12:15:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta los puntos 2.10 y 2.11 de las especificaciones técnicas de este ítem, se infiere que debe incluirse la lámpara de hendidura para aplicación del láser. Sin embargo, este accesorio, la lámpara de hendidura no está explícitamente mencionado, así como sus especificaciones técnicas mínimas. Sugerimos las siguientes especificaciones para la lámpara de hendidura: • Con Micromanipulador electrónico para ajuste fino de posición • Con Filtro activo automático de protección al cirujano • Con Magnificación variable de 5X a 30X • Con Rendija ajustable de 0 a 14mm • Con regulación continua de la intensidad de luz e iluminación coaxial con el haz láser de tratamiento.	08-05-2017	08:21:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debe remitirse a lo solicitado en la Adenda 14.-	31-05-2017	12:15:10

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
007.1508.039178/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	07-06-2017	07-06-2017	04-12-2017

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DGR INTERNACIONAL S.R.L. - RUC: 80028232-9			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
007.1508.039159/000	Póliza	La Consolidada S.A.	06-06-2017	08-06-2017	15-11-2017
Oferente: FALCON COM. & IND. S.R.L. - RUC: 80010835-3					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 3		
36.1508.0004944.0000	Póliza	Alfa S.A. De Seguros y Reaseguros	06-06-2017	07-06-2017	04-12-2017

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42295119-003	Microscopio Oftalmológico					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	HAAG-STREIT.-	Haag-Streit Surgical GmbH.-	HS HI-R NEO 900.-	Alemania.-	Se adjuntan Planilla con Especificaciones Técnicas y Catálogos.-	1.320.000.000	1.320.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42183021-9998	Campímetro computarizado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	ZEISS	Carl Zeiss Meditec, Inc.	HFA3 850	EE.UU.	Campímetro computarizado	300.000.000	300.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42295121-001	Microscopio Quirúrgico					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	TAKAGI.-	Takagi Seiko Co., Ltd.	OM-9.-	Japón.-	Se adjuntan Planilla con Especificaciones Técnicas y Catálogos.-	600.000.000	600.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	42183023-9999	Laser Multispot para tratamientos en Retina					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	QUANTEL.-	Quantel Medical SAS	VITRA Multispot Laser.-	Francia.-	Se adjuntan Planilla con Especificaciones Técnicas y Catálogos.-	560.000.000	560.000.000
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	ZEISS	Carl Zeiss Meditec, AG	VISULAS 532s VITE	Alemania	Fotocoagulador láser multispot	400.000.000	400.000.000
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	QUANTEL	QUANTEL MEDICAL INC.	VITRA MULTISPOT	FRANCIA	Laser Multispot para tratamientos en Retina	400.000.000	400.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	42183023-9997	Tomógrafo ocular de coherencia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	ZEISS	Carl Zeiss Meditec, Inc.	CIRRUS HD-OCT 5000	EE.UU.	Tomógrafo ocular de dominio espectral	700.000.000	700.000.000
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	TOPCON	TOPCON MEDICAL SYSTEM	DRI OCT - 1 TRITON	JAPON	Tomógrafo ocular de coherencia	750.000.000	750.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Microscopio Oftalmológico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.100.000.000	08-06-2017	08:19:10.348	Recepción de Lances
		Código Verificador:	2812c405fdf9f4e2cd366381fd0237bf	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.200.000.000	08-06-2017	08:17:44.177	Recepción de Lances
		Código Verificador:	34b9aa7d7de390fce4f3b05a4539f581	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.250.000.000	08-06-2017	08:16:13.145	Recepción de Lances
		Código Verificador:	43ac51a4703475eb05b82644582b1560	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.320.000.000	08-06-2017	08:00:43.802	Propuesta
		Código Verificador:	ea530efa5b39b4bfa85c456029ed4f7e	

2 - Campímetro computarizado

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	300.000.000	08-06-2017	08:00:43.868	Propuesta
		Código Verificador:	36980ea26e8f2b4632a0b04ebadcc6a4	

3 - Microscopio Quirúrgico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	400.000.000	08-06-2017	09:24:34.025	Recepción de Lances
		Código Verificador:	0c8b28dc0f9b729ab80eb351b38f5dbe	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	420.000.000	08-06-2017	09:23:51.037	Recepción de Lances
		Código Verificador:	321468d3cd64ace3dd0cf14e42e6b405	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	450.000.000	08-06-2017	09:23:03.619	Recepción de Lances
		Código Verificador:	5cfb05709aaf8559dc4fc2e6396207ba	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	500.000.000	08-06-2017	09:18:52.388	Recepción de Lances
		Código Verificador:	3080cc41ca5ce72a6f8bde79b6d63044	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	550.000.000	08-06-2017	09:18:04.993	Recepción de Lances
		Código Verificador:	65840b5eae5f10479cbce0b53a0b008	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	600.000.000	08-06-2017	08:00:43.931	Propuesta
		Código Verificador:	c36f199c0bdece42940c4780986ab536	

4 - Laser Multispot para tratamientos en Retina

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	309.000.000	08-06-2017	10:04:58.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	890d41a9f1a3219e4ec821c3a9861468	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	314.999.990	08-06-2017	10:04:41.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0953c34db6d269c163ab967377b80fcc	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	315.000.000	08-06-2017	10:04:26.261	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	862b8621a820490c304edbe2136ea9ac	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	319.999.990	08-06-2017	10:04:17.651	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1e53a0d68e6c58d856698b974d0f42b	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	320.000.000	08-06-2017	10:04:00.970	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac8e0a95d7bc3958e35099d9daf8f0f8	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	324.999.990	08-06-2017	10:03:58.668	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	84639c3837800f1e48a3b8a7d78b4e09
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	325.000.000	08-06-2017	10:03:39.751
		Código Verificador:	a2f4b55b06a6c7cb33295e21d9280d75
ARGON S.R.L. - 80004373-1	329.999.990	08-06-2017	10:03:26.839
		Código Verificador:	403b703c73f846e86ef2bb04ec5a35b3
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	330.000.000	08-06-2017	10:03:06.205
		Código Verificador:	6c513377c00213e982c0d04d76b7da37
ARGON S.R.L. - 80004373-1	335.999.990	08-06-2017	10:03:06.606
		Código Verificador:	8008f7f22db862c874a4e3dbd261610d
ARGON S.R.L. - 80004373-1	336.999.990	08-06-2017	10:02:59.080
		Código Verificador:	56e6057cee394e77cf0eaf8834bfefe
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	338.000.000	08-06-2017	10:02:59.159
		Código Verificador:	30077922440adb21fd89efb96d3c5bbf
ARGON S.R.L. - 80004373-1	338.999.990	08-06-2017	10:02:50.932
		Código Verificador:	f7936f321f39b5aac0de29767e3155a
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	340.000.000	08-06-2017	10:02:23.772
		Código Verificador:	4517315ca04d520584bc3b1124b3c0ba
ARGON S.R.L. - 80004373-1	341.999.990	08-06-2017	10:02:23.749
		Código Verificador:	da98bf494f3ed027ecd29e7b58936f1c
ARGON S.R.L. - 80004373-1	342.999.990	08-06-2017	10:02:16.409
		Código Verificador:	d36661bf37e32cd78ccae5921bcba85f
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	343.000.000	08-06-2017	10:02:23.432
		Código Verificador:	6e923c79ee5facacefa796cd0000649
ARGON S.R.L. - 80004373-1	343.999.990	08-06-2017	10:02:08.585
		Código Verificador:	0787ec4ab1979cc39770737c64f228f1
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	344.000.000	08-06-2017	10:01:39.722
		Código Verificador:	e6454b626caca75f2a0c61cfd6ab1f39
ARGON S.R.L. - 80004373-1	347.999.990	08-06-2017	10:01:39.879
		Código Verificador:	97aeb4ef3790149731249505c7c88519
ARGON S.R.L. - 80004373-1	348.999.990	08-06-2017	10:01:31.995
		Código Verificador:	edcf83c92b961f79f330c579ad961e73
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	349.000.000	08-06-2017	10:01:26.075
		Código Verificador:	498142e84abe7afdbfe23accb339fc8f
ARGON S.R.L. - 80004373-1	349.999.990	08-06-2017	10:01:20.723
		Código Verificador:	6f7aaa7df43845850304524a6f5e9259
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	352.000.000	08-06-2017	10:01:03.729
		Código Verificador:	2e60382e4ee76bec2593642664dfe02
ARGON S.R.L. - 80004373-1	353.999.990	08-06-2017	10:01:00.596
		Código Verificador:	e0d8a05be27cf755ae41e6aaf8330aaa
ARGON S.R.L. - 80004373-1	354.999.990	08-06-2017	10:00:50.888
		Código Verificador:	f7f4421eec455346edbc372e2fe6379d
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	356.000.000	08-06-2017	10:00:47.971
		Código Verificador:	cb964cf3607517d140742262c701b4ba
ARGON S.R.L. - 80004373-1	357.999.990	08-06-2017	10:00:39.097
		Código Verificador:	54e38b4b7213ee007f8988b2277ac4a3
ARGON S.R.L. - 80004373-1	359.999.990	08-06-2017	10:00:31.008
		Código Verificador:	2ff18824635074660a7667250570adc6
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	360.000.000	08-06-2017	10:00:19.182
		Código Verificador:	a0cc6eabed3059f68cd6084f3583f3aa
ARGON S.R.L. - 80004373-1	363.999.990	08-06-2017	10:00:11.809
		Código Verificador:	9a854e3909b20ed7e67eb624aa53fd84
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	365.000.000	08-06-2017	09:59:58.034
		Código Verificador:	ee79fcd00471c0957d7bd3f98088df17
ARGON S.R.L. - 80004373-1	369.999.990	08-06-2017	09:59:51.031
		Código Verificador:	d3a358838abdfb2d3859d2466259d0ca
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	370.000.000	08-06-2017	09:59:42.394
		Código Verificador:	44714bbc711f2a4f9400a3a2b06e5e24
ARGON S.R.L. - 80004373-1	371.999.990	08-06-2017	09:59:33.734

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	d2dd15d86892c3a128f48d9160e6af21
ARGON S.R.L. - 80004373-1	374.999.990	08-06-2017	09:59:24.276
		Código Verificador:	5e95fa90a50c0a30973c83fc4f50b9ed
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	375.000.000	08-06-2017	09:58:59.642
		Código Verificador:	4d0bab3af2d319b35b90184c042a5671
ARGON S.R.L. - 80004373-1	376.999.990	08-06-2017	09:58:57.304
		Código Verificador:	6522d640f6af25300deed2598eea19a2
ARGON S.R.L. - 80004373-1	379.999.990	08-06-2017	09:58:46.687
		Código Verificador:	35e82e6a931753589edb241d98eaa33f
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	380.000.000	08-06-2017	09:58:12.849
		Código Verificador:	44f4708891242868c5da692c0815dad8
ARGON S.R.L. - 80004373-1	384.999.990	08-06-2017	09:58:23.346
		Código Verificador:	9e9058c0067abeec4370c26183149027
ARGON S.R.L. - 80004373-1	386.999.990	08-06-2017	09:57:46.812
		Código Verificador:	e1777345c6c0a01923729abd9436e165
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	390.000.000	08-06-2017	09:50:14.597
		Código Verificador:	54fe078a08e896ac491e86fc628f1295
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	400.000.000	08-06-2017	08:00:44.120
		Código Verificador:	c1372f99dae589f72c9d70e787b58fb4
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	400.000.000	08-06-2017	08:00:44.122
		Código Verificador:	2e42a74d7d7da810900589cab9953466
ARGON S.R.L. - 80004373-1	405.000.000	08-06-2017	09:50:05.895
		Código Verificador:	e1065f4529dc95a10905b09c2eb91d04
ARGON S.R.L. - 80004373-1	410.000.000	08-06-2017	09:44:55.599
		Código Verificador:	44cf00f03fa11911cf4042e97313d0d4
ARGON S.R.L. - 80004373-1	450.000.000	08-06-2017	09:42:18.579
		Código Verificador:	6993a89f498364c1f30075e35768cc2e
ARGON S.R.L. - 80004373-1	500.000.000	08-06-2017	09:41:29.031
		Código Verificador:	ba0b3bcda9d7ad8a89ae225f51cb4755
ARGON S.R.L. - 80004373-1	560.000.000	08-06-2017	08:00:44.117
		Código Verificador:	dd6515f31d7de01413355e5660956c9a

5 - Tomógrafo ocular de coherencia

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	629.000.000	08-06-2017	10:26:00.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e2eedadb61a6e749ba1df04e3fecb31	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	635.000.000	08-06-2017	10:25:48.763	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26f382d7f408821e2219200b6aef4d77	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	639.000.000	08-06-2017	10:25:36.309	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad4fca1c76c6af7e17f6fd3398cc871c	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	640.000.000	08-06-2017	10:25:25.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	692a7b48249d06f99d110e6b87951823	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	644.000.000	08-06-2017	10:25:14.747	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22516635a93e8b1e12b0b9ca016d6c35	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	645.000.000	08-06-2017	10:25:03.896	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0fd53fba331aac540f19b4e1847ed31	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	649.000.000	08-06-2017	10:24:58.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b8068f53af6de7efe703a7fc146eaf	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	650.000.000	08-06-2017	10:24:46.087	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1be253d7827f16b759aa20acf2fa87f7	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	659.000.000	08-06-2017	10:24:29.410	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	147388994f1473c8900b870322209eae	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	660.000.000	08-06-2017	10:24:22.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48b5d91eb18fa1b7e66da5f70ee5040b	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	665.000.000	08-06-2017	10:24:08.252	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	3f720a4e380824212561f5b78fd61792	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	667.000.000	08-06-2017	10:23:59.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eec89c69262fea02954ca18883ee31ed	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	669.000.000	08-06-2017	10:23:40.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d2ce61624f360703c2ce6a9b3c285a3	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	670.000.000	08-06-2017	10:23:25.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0adde84c334f3340dfe8182771b73ead	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	679.000.000	08-06-2017	10:22:56.641	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c30b9e45ada644fe38b2cbcc8612f12f	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	680.000.000	08-06-2017	10:22:53.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0cb3b1a2fa2d13d2ddeb4847b0f88d7c	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	689.000.000	08-06-2017	10:20:38.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce1b46d213c2b2cb06762c44cff5da0c	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	690.000.000	08-06-2017	10:20:20.526	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aac9921ecfd0b39688dab76cae8928f7	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	699.000.000	08-06-2017	10:08:08.750	Recepción de Lances
		Código Verificador:	a0d9f305d9aee1c1bbe22bf302711f49	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	700.000.000	08-06-2017	08:00:44.179	Propuesta
		Código Verificador:	a9bbf3376dda3c84f36f270f86629cea	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	750.000.000	08-06-2017	08:00:44.182	Propuesta
		Código Verificador:	56430182c5de9cfa5d13bb0b858464de	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Microscopio Oftalmológico

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.100.000.000

2 - Campímetro computarizado

Oferente	Mejor Precio
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	300.000.000

3 - Microscopio Quirúrgico

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	400.000.000

4 - Laser Multispot para tratamientos en Retina

Oferente	Mejor Precio
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	309.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	314.999.990
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	343.000.000

5 - Tomógrafo ocular de coherencia

Oferente	Mejor Precio
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	629.000.000
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	635.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item	Precio Ganador
1 - Microscopio Oftalmológico	1.100.000.000
3 - Microscopio Quirúrgico	400.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80010835-3 - FALCON COM. & IND. S.R.L.

Item	Precio Ganador
4 - Laser Multispot para tratamientos en Retina	309.000.000
5 - Tomógrafo ocular de coherencia	629.000.000

Proveedor: 80028232-9 - DGR INTERNACIONAL S.R.L.

Item	Precio Ganador
2 - Campímetro computarizado	300.000.000

Listado de Mensajes

1 - Microscopio Oftalmológico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-06-2017	08:10:30.521
Buenos días, comenzamos la Subasta.	08-06-2017	08:10:39.351
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	08-06-2017	08:13:07.332
Señor Oferente, baje su precio	08-06-2017	08:15:39.879
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-06-2017	08:23:13.564
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-06-2017	08:23:19.980
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-06-2017	08:29:20.191
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-06-2017	08:38:56.209
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-06-2017	08:38:56.287

2 - Campímetro computarizado

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-06-2017	08:39:43.765
Continuamos con la Subasta.	08-06-2017	08:39:53.540
Señor Oferente, baje su precio	08-06-2017	08:43:12.201
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	08-06-2017	08:44:41.498
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	08-06-2017	08:50:01.662
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-06-2017	08:58:40.357
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-06-2017	08:58:42.669
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-06-2017	09:04:42.832
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-06-2017	09:14:06.925
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-06-2017	09:14:07.002

3 - Microscopio Quirúrgico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-06-2017	09:15:28.997
Continuamos con la Subasta.	08-06-2017	09:16:36.246
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	08-06-2017	09:17:21.110
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	08-06-2017	09:18:50.236
Señor Oferente, baje su precio	08-06-2017	09:21:44.242
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	08-06-2017	09:25:17.740
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-06-2017	09:26:00.475
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-06-2017	09:26:03.414
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-06-2017	09:32:03.469
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-06-2017	09:37:40.491
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-06-2017	09:37:40.581

4 - Laser Multispot para tratamientos en Retina

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-06-2017	09:37:56.815
Continuamos con la Subasta.	08-06-2017	09:38:07.750
Señores esperamos mejores ofertas.	08-06-2017	09:38:12.488
Señores bajen sus precios.	08-06-2017	09:42:21.410

Listado de Mensajes

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	08-06-2017	09:50:51.304
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-06-2017	09:50:59.486
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-06-2017	09:51:02.187
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-06-2017	09:57:02.263
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-06-2017	10:05:18.297
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-06-2017	10:05:18.395

5 - Tomógrafo ocular de coherencia

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-06-2017	10:05:35.595
Continuamos con la Subasta.	08-06-2017	10:05:45.423
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	08-06-2017	10:05:54.811
Señores bajen sus precios.	08-06-2017	10:07:36.648
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	08-06-2017	10:09:57.106
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-06-2017	10:12:55.526
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-06-2017	10:12:58.935
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-06-2017	10:18:59.038
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-06-2017	10:26:14.051
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-06-2017	10:26:14.135

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.