

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 342466

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:31 del día 3/12/2018, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 342466 - LPN SBE 37-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGIA DEL IPS de la Institución:

Código Verificador: 962cd6067c2024192e66a77cf33422bb

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los bienes requeridos. Listado de Servicios. En la pág. 15. Ítem 5 (Lámpara Cuello de Cisne) en el apartado 5.4.1 solicitan: Base estable, maciza, sin ruedas Considerando que : Debido a las tendencias modernas de la industria Solicitamos que: La Convocante modifique dicho requisito de la siguiente manera: Base móvil, estable, con 5 ruedas como mínimo Para que el equipo no solo realice las mismas prestaciones sino que también sea mucho más versátil y adaptable a las diferentes alternativas.		18-04-2018	09:06:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas modificadas en la Adenda N° 16.		11-10-2018	13:58:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los bienes requeridos. Listado de Servicios. En la pág. 15. Ítem 5 (Lámpara Cuello de Cisne) en el apartado 5.4.1 solicitan: Base estable, maciza, sin ruedas Considerando que : Debido a las tendencias modernas de la industria Solicitamos que: La Convocante modifique dicho requisito de la siguiente manera: Base móvil, estable, con 5 ruedas como mínimo Para que el equipo no solo realice las mismas prestaciones sino que también sea mucho más versátil y adaptable a las diferentes alternativas.		18-04-2018	09:07:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas modificadas en la Adenda N° 16.		11-10-2018	13:58:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los bienes requeridos. Listado de Servicios En la pág. 18, Item 8(LAMPARA SCIALITICA DE TECHO) en el apartado 8.4.2.3 solicitan: LED blanco de al menos 100 leds Considerando que: La tecnología de fabricación de leds camina hacia una mayor eficiencia energética, lo que hace posible iluminar mejor con cada vez menos elementos Solicitamos que: La Convocante modifique dicho requisito de la siguiente manera: LED blanco de al menos 45 leds para la lámpara satélite y al menos 60 leds para la lámpara principal, para lo cual considere fabricantes que consiguen la luminosidad máxima exigidas en las líneas 8.4.3.3 con menor cantidad de leds.		18-04-2018	09:07:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16		11-10-2018	13:58:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En la Sección III. Requisitos de los bienes requeridos. Listado de Servicios En la pág. 18, Item 8(LAMPARA SCIALITICA DE TECHO) en el apartado 8.4.3.1 solicitan: Diámetro de campo de luz ajustable de 230 o menor a 280 mm o mayor Solicitamos que: La convocante modifique dicho requisito de la siguiente manera: Diámetro de campo de luz, fijo, con diámetro de 200 mm +/- 20 mm, por tratarse de un servicio de ginecología, el diámetro de campo ajustable no tiene como justificativa una real necesidad como las cirugías de alta complejidad, tales como las cardíacas, torácicas (extirpar tumores del intestino o del estómago), con esta modificación permitirán la participación de una mayor cantidad de oferentes.	18-04-2018	09:12:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas modificadas en la Adenda N° 16.	11-10-2018	13:59:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los bienes requeridos. Listado de Servicios En la pág. 18, Item 8(LAMPARA SCIALITICA DE TECHO) en el apartado 8.5.2 solicitan: Batería interna con indicador de la carga y autonomía, con carga de 100%, de al menos 3 horas. Solicitamos que : La Convocante modifique dicho requisito de la siguiente manera: Batería interna con indicador de carga y autonomía, a 75 % de la carga máxima, de al menos 60 min, en razón a que a mayor tiempo de autonomía, exigirá la instalación en corredores o suspendidas del techo de sistemas de baterías que pesarán entre 50 a 80 kg, cuyos volúmenes restan espacios a los ya escasos existentes dentro del quirófano o sala de operaciones; como así también al reducir la autonomía, para 60 min, el peso de los sistemas de baterías cae a 10 a 12 kg y el espacio o volumen es mucho menor, pudiendo ser fijadas en la pared inclusive.	18-04-2018	09:12:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas modificadas en la Adenda N° 16.	11-10-2018	13:59:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos la posibilidad de incluir el pago de Anticipo del al menos 20%, considerando el alto costo de varios de los equipos, como en los ítems 4, 8 y 9. De igual manera, en caso de considerar el pago de dicho anticipo, que el plazo de entrega sea de 60 días corridos, posteriores al pago del anticipo	18-04-2018	15:01:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	11-10-2018	14:00:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5 Longitud total: 200cm o menos. ¿Se puede cotizar con una longitud total de 210cm o menos?	18-04-2018	15:03:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16	11-10-2018	14:00:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.11.1 Trendelenburg de 20° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática. ¿Se puede cotizar con Trendelenburg de 12° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática?	18-04-2018	15:04:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16	11-10-2018	14:00:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.11.3 Sección de espalda o Fowler que cubra el rango de 0 a 70° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática. ¿Se puede cotizar con sección de espalda o Fowler que cubra el rango de 0 a 65° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática?	18-04-2018	15:06:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:05:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.11.4 Altura máxima: 90cms o más ¿Se puede cotizar con altura máxima de 88cm o más?	18-04-2018	15:07:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas modificadas en la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:05:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.2 Pedal monopolar para corte y coagulación 5.3 Pedal bipolar. ¿Se puede cotizar un sólo pedal, que cumpla con ambas funciones ya sea monopolar y/o bipolar, dependiendo esto del modo en que esté siendo utilizado la unidad electroquirúrgica?	18-04-2018	15:11:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas modificadas en la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:08:32

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿El equipo debe contar con los siguientes sistemas de seguridad, como mínimo: - Autotest de aparato - Dosificación errónea - Control de electrodo neutro (dinámico, electrodo neutro de una y dos partes) - Monitor detector de corrientes de fuga BF/AF - Duración de activación - Activación de AF desconectable?	18-04-2018	15:15:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas modificadas en la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:08:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1.1 Tecnología LCD, al menos pantalla sensible al tacto. ¿Consultamos si la pantalla sensible al tacto podría ser opcional?. Ya que es una función que no afecta al uso que se pretende dar al equipo, además en algunos casos, esta función hace difícil la tarea de los operadores, al tener que emplear guantes, por ejemplo.	18-04-2018	15:19:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:09:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el numeral 2 Unidad de control de cámara, existe una mezcla de especificaciones de un cabezal de cámara HD y una unidad de control de cámara estándar o analógica. ¿Podrían aclarar si quieren una unidad de control de cámara Full HD con un cabezal Full HD, o una con tecnología analógica?	18-04-2018	15:28:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que el cabezal que se requiere es FULL HD. El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:09:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.2 Salidas de Video: DVI, SDI, S-Video con capacidad HDTV ¿Se puede cotizar con al menos 2 salidas de video, considerando que en los equipos Full HD no necesitan de salidas S-Video?	18-04-2018	15:30:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:09:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el caso que lo solicitado sea una unidad de control de cámara Full HD: Podrían especificar si la unidad debe contar con al menos 3 filtros digitales u ópticos integrados, que permitan entre otras cosas: 1) posibilitar unificar la iluminación de la cavidad, 2) permitir al usuario distinguir con claridad la transición entre los distintos tipos de tejidos, 3) permitir una mejor distinción de las estructuras rojas más pequeñas como vasos y mucosa. Con esto se estaría adquiriendo equipos de última generación tecnológica, que serían sumamente útiles a los usuarios, considerando la aplicación que se pretende dar al equipo.	18-04-2018	15:33:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:10:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En caso de que lo solicitado sea una unidad de control de cámara Full HD: ¿Podrían especificar si la unidad de control debe permitir mostrar en el monitor, al mismo tiempo, la imagen estándar, como la imagen con alguno de los filtros aplicados?	18-04-2018	15:35:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:10:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En caso de que lo solicitado sea una unidad de control de cámara Full HD: ¿Podrían especificar si el procesador debe poder comunicarse con los otros equipos de la Torre, como el Insuflador y la Fuente de Luz, para poder mostrar y configurar los parámetros de los mismos, a través del cabezal de cámara, en la pantalla de visualización?	18-04-2018	15:36:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:10:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.4 Cabezal de cámara con tres chips CCD de 1/3", 1920 x 1080 pixeles (full HD) o mayor, con zoom óptico parafoval. Creemos que existe un error de tipeo de las especificaciones técnicas del cabezal, considerando que el procesador solicitado no es Full HD, sino más bien convencional. Creemos que lo correcto sería solicitar: Cabezal de cámara con un chips CCD de 1/2", 768 x 494 pixeles o mayor, con zoom parafoval integrado.	18-04-2018	15:42:16
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas modificadas en la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:10:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.4 Cabezal de cámara con tres chips CCD de 1/3", 1920 x 1080 píxeles (full HD) o mayor, con zoom óptico parafocal. ¿Podrían especificar si es necesario que el cabezal de cámara cuente con el grado de protección del tipo Cardiac Flowing Desfibrilación Proof, de acuerdo a la norma IEC 60601-2-18. Este grado de protección es fundamental, tanto para proteger al equipo, como a usuarios y pacientes, para evitar descargas eléctricas en los mismos?	18-04-2018	15:44:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:10:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.4 Cabezal de cámara con tres chips CCD de 1/3", 1920 x 1080 píxeles (Full HD) o mayor, con zoom óptico parafocal. ¿Podrían especificar si la resolución 1920 x 1080 píxeles debe ser en escaneo progresivo?	18-04-2018	15:46:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:15:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6.5 Grabador/Reproductor de DVD con cables de conexión. ¿Solicitamos poder ofertar en forma opcional un módulo de grabación con capacidad para almacenar fotos y videos en calidad Full HD en memoria USB, con al menos 2 puertos USB?. Esto atendiendo a que los equipos grabadores / reproductores de DVD son tecnología totalmente obsoletas que en la mayoría de los casos ya ni siquiera se fabrican.	18-04-2018	15:48:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:15:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1 Monitor de uso médico, con pantalla LCD o plasma de al menos 32 pulgadas. ¿Se puede cotizar monitor de uso médico, con pantalla LCD o plasma de al menos 26 pulgadas o mayor?	18-04-2018	15:50:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:15:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4 Fuente de luz No se observa la potencia mínima que debe poseer la fuente de luz cotizada. ¿Se puede cotizar una fuente de luz LED de 175watts o mayor?	18-04-2018	15:52:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:15:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.3 Indicador de cambio de lámpara por horas de uso. Consultamos si esta característica podría ser opcional, para aquellos casos donde se coticen fuentes de luz, con lámparas con una vida útil superior 10.000 horas.	18-04-2018	15:55:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:16:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.4 Cable de luz de fibra óptica, diámetro de 5 a 10mm, longitud entre 250 a 300cm. Creemos que hubo un error de tipeo en cuanto al diámetro de la fibra, pues estás deberían ser entre 4 a 5mm de diámetro, para uso con las ópticas de 10mm solicitadas. ¿Podría aclarar, por favor?	18-04-2018	15:58:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas modificadas en la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:16:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Es correcto el precio referencial fijado para este ítem? Realizamos esta consulta considerando la complejidad del equipo que solicitan, en caso de que sea de tecnología FULL HD Solicitamos corregir el precio referencial, a los efectos de evitar que el ítem se declare desierto, al no contar con ofertas que se ajusten más o menos a ese precio fijado.	18-04-2018	16:01:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente deberá ajustarse a los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas. (SICP).-	11-10-2018	14:16:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.10 Velocidad del obturador: 1/100 a 1/50.000 o mayor rango. Solicitamos se pueda ofrecer con velocidad de obturador automático.	18-04-2018	16:11:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:16:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.11 Zoom electrónico ¿Se puede cotizar con zoom óptico parfocal y/o zoom electrónico?	18-04-2018	16:12:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:16:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6.6 Unidad electroquirúrgica Se puede cotizar con los siguientes datos técnicos, considerando que no especifican los mismos: Equipo Monopolar y Bipolar para todas las aplicaciones quirúrgicas. Pantalla táctil de al menos 6" Potencia nominal de alta frecuencia: - Potencia máxima monopolar: 400 watts. - Potencia máxima bipolar: 200Watts Grado de coagulación (efecto) preseleccionable a varios niveles: el grado de coagulación es la medida para la extensión de la profundidad de coagulación Función autostart: regulación manual del periodo de funcionamiento en el sector de la coagulación bipolar Corte regulado por tensión Función autostart en coagulación bipolar: activación automática de la corriente de coagulación, cuando el electrodo de coagulación toca el tejido con ambas ramas Las conexiones modulares para utilización unipolar y bipolar son seleccionables según las necesidades individuales Accesorios: 1 Interruptor de doble pedal, 100 placas neutras de un solo uso, 1 cable reutilizable para placas neutras, 1 mango con dos pulsadores, 1 cable para uso con el mango, Al menos 10 punteras reutilizables para uso con el mango, 1 contenedor para las punteras.	18-04-2018	16:20:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:17:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7.29 Pinza de robby bipolar. No se observan las características técnicas del mismo. Se pueden cotizar con los siguientes datos técnicos: 1 x Pinza de disección y agarre bipolar tipo KELLY, rotativas, con pin conector para la coagulación bipolar, aisladas, con conexión de irrigación para la limpieza, 36cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior aislada; Mango de plástico, Cable de alta frecuencia bipolar.	18-04-2018	16:24:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:17:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.2.3 LED blanco de al menos 100Leds ¿Se puede cotizar con al menos 60 leds o superior?	18-04-2018	16:30:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:17:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 8 - LAMPARA SCIALITICA DE TECHO Sub Ítem 8.4.1.3 - Ajuste vertical mínimo de 90cm. Solicitamos permitan la cotización de Ajuste vertical mínimo de 80cm.	18-04-2018	17:11:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:17:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 8 - LAMPARA SCIALITICA DE TECHO Sub Ítem 8.4.1.6 - Diámetro de 70 cm o mayor. Solicitamos permitan la cotización de Ajuste vertical mínimo de 60cm.	18-04-2018	17:12:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas modificadas en la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:18:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 8 - LAMPARA SCIALITICA DE TECHO Sub Ítem 8.4.2.6 - Temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin. Solicitamos permitan la cotización en rango de 3800 a 4800 grados Kelvin	18-04-2018	17:12:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El Oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas modificadas en la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:18:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 8 - LAMPARA SCIALITICA DE TECHO 8.4.3.1 - Sub Ítem Diámetro de campo de luz ajustable de 230 o menor a 280 mm o mayor. Solicitamos permitan la cotización en rango de de 230 o menor a 270 mm o mayor.-	18-04-2018	17:13:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas modificadas en la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:18:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 4.5.1 – Carro original para transporte del equipo ¿es posible cotizar carro de fabricación nacional?	18-04-2018	17:13:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas modificadas en la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:18:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 4.5.2 Pedal monopolar para corte y coagulación; y Sub Ítem 4.5.3 Pedal bipolar. ¿Se puede cotizar un sólo pedal, que cumpla con ambas funciones ya sea monopolar y/o bipolar, dependiendo esto del modo en que esté siendo utilizado la unidad electroquirúrgica?	18-04-2018	17:15:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:19:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 4.5.4 - Pinza bipolar recta de control de pedal, con cable. Cantidad: 25 (veinticinco) unidades o más. Solicitamos la reducción de la cantidad debido a que estos no se utilizan con mucha frecuencia en intervenciones quirúrgicas ginecológicas	18-04-2018	17:15:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las cantidades solicitadas fueron ajustadas en base a las necesidades puestas por cada uno de los Servicios afectados, puesto que las intervenciones ginecológicas irán en aumento en cantidad y complejidad.	11-10-2018	14:19:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 4.5.5 - Pinza bipolar con bayoneta de control de pedal, con cable. Cantidad: 25 (veinticinco) unidades o más. Solicitamos la reducción de la cantidad debido a que estos no se utilizan con mucha frecuencia en intervenciones quirúrgicas ginecológicas.	18-04-2018	17:16:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las cantidades solicitadas fueron ajustadas en base a las necesidades puestas por cada uno de los Servicios afectados, puesto que las intervenciones ginecológicas irán en aumento en cantidad y complejidad.	11-10-2018	14:19:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 4.5.6 - Lámparas desechables con control de corte y coagulación. Cantidad: 500 (quinientas) unidades o más. Solicitamos la reducción de la cantidad debido a que estos no se utilizan con mucha frecuencia en intervenciones quirúrgicas ginecológicas	18-04-2018	17:16:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las cantidades solicitadas fueron ajustadas en base a las necesidades puestas por cada uno de los Servicios afectados, puesto que las intervenciones ginecológicas irán en aumento en cantidad y complejidad.	11-10-2018	14:19:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 4.5.7 - Placas dobles desechables con gel húmedo para adulto. Cantidad: 1000 (mil) unidades o más. Solicitamos la reducción de la cantidad debido a que estos no se utilizan con mucha frecuencia en intervenciones quirúrgicas ginecológicas.	18-04-2018	17:28:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las cantidades solicitadas fueron ajustadas en base a las necesidades puestas por cada uno de los Servicios afectados, puesto que las intervenciones ginecológicas irán en aumento en cantidad y complejidad.	11-10-2018	14:19:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ítem 4 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Consideramos que sería necesario solicitar como accesorio el Aspirador de Humo, que es un complemento muy importante de la Unidad Electroquirúrgica. El precio referencial permite la incorporación de este accesorio	18-04-2018	17:28:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16	11-10-2018	14:20:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA 4.5 Accesorios En el listado de accesorios no se solicitan los correspondientes a la especialidad ginecológica. Tales como: ELECTRODO TIPO LAMINA CORTO, ELECTRODO TIPO LAMINA LARGO, ELECTRODO TIPO AGUJA CORTO, ELECTRODO TIPO AGUJA LARGO. Solicitamos la incorporación de los mismos en una cantidad acorde al flujo de trabajo del Servicio.	18-04-2018	17:37:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:20:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.4.2 Solicitan: "Capacidad de soporte de peso de 220 kg como mínimo y de la Sección pies de 180kg como mínimo." Solicitamos modificar este requerimiento por Capacidad de soporte de peso de 240 kg como mínimo y de la Sección pies de 150kg como mínimo, para permitir la participación de un mayor número de oferentes. 1.4.3 Solicitan: Dimensiones totales de la cama con cabecera, piecera y barandales arriba, incluyendo protectores. Longitud máxima 240 cm. Ancho máximo 105 cm. Solicitamos permitan cotizar camas con las siguientes Dimensiones totales de la cama con cabecera y barandales arriba, incluyendo protectores. Longitud máxima 212 cm. Ancho máximo 98 cm. 1.4.4 Solicitan: "Dimensiones de la superficie del paciente. Longitud mínima 195 cm. Ancho mínimo 85 cm. " Sugerimos soliciten que las dimensiones de la superficie del paciente sean del al menos 212 cm de longitud, y 98 cm de ancho. 1.4.6 Solicitan: "Retirada de la sección de los pies" Sugerimos soliciten sección de pies dotado de mecanismo que permita ocultar el apoyapiés en la misma cama de manera rápida y sencilla para el parto, para ayudar a la prevención de infecciones y lesiones dorsales entre el personal durante la manipulación del producto. Solicitan: "1.4.7 Inclinación automática del asiento" "1.4.8 Sección pélvica con inclinación automática para reducir el deslizamiento del paciente" Solicitamos modifiquen estos requerimiento por inclinación motorizada independiente de la sección de la pelvis. 1.4.10 Solicitan: "Barandas de cabecera y piecera desmontables." Considerando que se solicita cama de nacimiento, las mismas carecen de pieceras ya que el personal médico debe poder trabajar libremente en la sección de los pies, por lo que sugerimos modifiquen este requerimiento. 1.4.11 Solicitan: "4 (cuatro) ruedas 12 cm de diámetro como mínimo." Sugerimos soliciten ruedas de al menos 15 cm de diámetro. 1.4.18 Solicitan: "Porta historial clínico desmontable y abatible colocado en la piecera." Considerando que se solicita cama de nacimiento, la sección de los pies debe estar despejada para permitir al personal médico la manipulación del paciente, por lo que solicitamos eliminen este requerimiento 1.4.19 Solicitan: "Esquineros para evitar golpes en la estructura de la cama." Solicitamos eliminen este requerimientos para permitir la participación de un mayor número de oferentes. 1.5.1 Solicitan: "Altura ajustable (medido de la plataforma de la cama al piso, con colchón). Altura mínima 60 cm o menos. Altura máxima 95 cm o más. Altura máxima del asiento en posición Trendelenburg 100cm o más" Sugerimos formular este requerimiento de la siguiente manera, de manera a permitir que la altura máxima permita al personal médico trabajar con mayor libertad y comodidad: Altura ajustable (medido de la plataforma de la cama al piso, con colchón). Altura mínima 60 cm o menos. Altura máxima 105 cm o más. Altura máxima del asiento en posición Trendelenburg 100 cm o más 1.5.2 Solicitan: "Elevación máxima de la cabecera Rango de 0° a 60° como mínimo." Sugerimos ampliar este rango a al menos -10° a 70°. 1.5.3 Solicitan: "Elevación máxima del asiento. Rango de 0° a 15° como mínimo." Sugerimos ampliar este rango a al menos 0° a 18°. 1.5.4 Solicitan: "Trendelenburg máxima Rango de 0° a 8° como mínimo." Sugerimos ampliar este rango a al menos 0 a -10°. 1.5.7 Solicitan: "Indicador integrado de inclinación de la sección de espalda y Trendelenburg." Solicitamos eliminar este requerimiento de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. 1.5.8 Solicitan: "Posición de silla para el paciente." Solicitamos permitan cotizar equipos con angulación de la espalda en un rango a al menos -10° a 70°, y apoya pies reclinables, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. 1.5.9 Solicitan: "Posiciones Fowlers, Throne, Fours, Side, Squat, Tug-of-war" Solicitamos que este requerimiento sea opcional de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. 1.7.1 Solicitan: "Alarma sonora y luminosa de falta de energía eléctrica de red." Solicitamos eliminar este requerimiento de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. 1.7.2 Solicitan: "Alarma sonora y luminosa de batería baja. Con posibilidad de silenciado." Solicitamos eliminar este requerimiento de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	19-04-2018	00:37:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16	11-10-2018	14:20:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

8.4.1.3 Solicitan: "Ajuste vertical mínimo de 90 cm." Solicitamos permitan cotizar equipos con ajuste vertical de 90 cm ± 2 cm, permitiendo de esta manera la participación de un mayor número de oferentes. 8.4.1.4 Solicitan: "Cabezal con superficie externa lisa." Sugerimos solicitar equipos con superficie externa por módulos (del tipo pétalos) considerando que este tipo de construcción hace posible la circulación del flujo laminar, lo que evita la circulación de partículas en el campo quirúrgico. 8.4.1.6 Solicitan: "Diámetro de 70 cm o mayor." Podrían aclarar si esto se refiere al diámetro del cabezal de la lámpara o del plato de suspensión al techo. 8.4.2.2 Solicitan: "Fuente de luz:" Sugerimos solicitar adicionalmente que el equipo cuente con una fuente de luz ambiental, que facilitará los procedimientos endoscópicos. 8.4.2.3 Solicitan: "LED blanco de al menos 100 leds. Favor especificar si Esta cantidad se refiere a la Cantidad total de focos LED del conjunto Cabezal principal + satélite? 8.4.2.5 Solicitan: "Tiempo de vida útil de 30.000 horas." Sugerimos soliciten un tiempo de vida útil de al menos 50000 horas. 8.4.2.6 Solicitan: "Temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin." Esto se refiere a un equipo con Rango de Temperatura de color variable? De ser así: Solicitamos permitan cotizar equipos con Temperatura de color con rango ajustable de 3500 a 5000 Kelvin. 8.4.2.7 Solicitan: "Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 93 % como mínimo." Sugerimos soliciten equipos con Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 % , de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos. 8.4.3.1 Solicitan: "Diámetro de campo de luz ajustable de 230 o menor a 280 mm o mayor." Sugerimos modificar este requerimiento Por: Diámetro de campo de luz ajustable de 190 o 240 cm, considerando que solicitan una lámpara con Temperatura de Color variable, lo que trabaja a longitudes de onda variables. 8.4.3.2 Solicitan: "Profundidad de 100 cm o mayor a 1m de distancia de la fuente sin reenfoco." Sugerimos soliciten equipos con Profundidad de al menos 110 cm 8.4.4.3 Solicitan: "Diámetro de 60 cm o mayor. Podrían especificar cual es la diferencia entre este requerimiento y el solicitado en el punto 4.1.6." 8.5.2 Solicitan: "Batería interna con indicador de la carga y autonomía, con carga de 100%, de al menos 3 horas." Sugerimos solicitar una duración de la batería a carga completa de al menos 5 horas.	19-04-2018	00:49:20
---	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	11-10-2018	14:21:25

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3.4.1 Solicitan:"Que soporte un peso de 240 kg como mínimo." Solitamos permitan cotizar equipos con capacidad de carga de al menos 230 kg, para permitir la participación de un mayor número de oferentes. 3.4.4 Solicitan: "Medidas del sector paciente: Largo: 180 cm o más. Ancho: 50 cm o más." Sugerimos soliciten medidas del sector del paciente de al menos: Largo: 192 cm o más. Ancho: 65 cm o más De manera a poder asistir a un rango más variable de tipo de pacientes. 3.4.8 Solicitan:"Ruedas antiestáticas o conductivas de 15 cm de diámetro como mínimo." Sugerimos modificar este requerimiento por Ruedas antiestáticas de al menos 20 cm de diámetro. 3.4.9 Solicitan:" Sistema de frenado y direccionamiento centralizado. Con tres posiciones: freno, dirección y libre. Con control para pie al menos en ambos extremos de la camilla." Sugerimos ampliar este requerimiento a Sistema de frenado y direccionamiento centralizado con 5ta rueda para transporte. Con tres posiciones: freno, dirección y libre. Con control para pie al menos en ambos extremos de la camilla. 3.4.11.1 Solicitan: "Trendelenburg de 20° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática." Solicitamos permitan cotizar equipos con Trendelenburg de al menos 12°. 3.4.11.4 Solicitan: "Altura regulable hidráulicamente mediante pedal: Altura máxima: 90 cm o más. Altura mínima: 60 cm o menos." Solicitamos permitan cotizar equipos con los siguientes parámetros: Altura regulable hidráulicamente mediante pedal: Altura máxima: 89.5 cm. Altura mínima: 56.5 cm.	19-04-2018	01:08:43

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16	11-10-2018	14:21:39

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.4.2 Solicitan:"Funciones de regulación automática de potencia de acuerdo al tejido controladas por microprocesador o microcontrolador. " Solicitamos consideren este requerimiento como opcional de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes	19-04-2018	01:13:07

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:21:50

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.4: Cable de luz de fibra óptica, diámetro de 5 a 10 mm, longitud entre 250 a 300 cm. Cantidad: 1 (uno) por cada equipo. Se consultas: Se puede cotizar "Cable de luz de fibra óptica, diámetro de 5 a 10 mm (+/- 0,5 mm), longitud entre 250 a 300 cm. Cantidad: 1 (uno) por cada equipo"	19-04-2018	07:58:06

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:22:02

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 5.1: Monitor de uso médico, con pantalla LCD o plasma de al menos 32 pulgadas. Se consulta: Se puede cotizar "Monitor de uso médico, con pantalla LCD o plasma de 26 a 32 pulgadas"	19-04-2018	07:59:15

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:22:11

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Punto 7.5: 2 x Trocar con válvula multifuncional, tamaño 11 mm, Punta piramidal, Longitud útil 10.5 cm (± 1cm). Se compone de: Válvula multifuncional, tamaño 11 mm; Punzón de trocar con punta piramidal; Camisa de trocar sin válvula, con llave de insuflación. Se consulta: Puede cotizarse "2 x Trocar con válvula multifuncional, tamaño 11 mm (+/- 1 mm), Punta piramidal, Longitud útil 10.5 cm (± 1cm). Se compone de: Válvula multifuncional, tamaño 11 mm (+/- 1 mm); Punzón de trocar con punta piramidal; Camisa de trocar sin válvula, con llave de insuflación"	19-04-2018	08:00:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:22:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 7.6: 2 x Trocar con válvula multifuncional, tamaño 6 mm, Punta piramidal, Longitud útil 10.5 cm (±1cm). Se compone de: Válvula multifuncional, tamaño 6 mm; Punzón de trocar con punta piramidal; Camisa de trocar sin válvula, con llave de insuflación. Se consulta: Puede cotizarse "2 x Trocar con válvula multifuncional, tamaño 6 mm (+/- 1 mm), Punta piramidal, Longitud útil 10.5 cm (±1cm). Se compone de: Válvula multifuncional, tamaño 6 mm (+/- 1 mm); Punzón de trocar con punta piramidal; Camisa de trocar sin válvula, con llave de insuflación"	19-04-2018	08:01:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:23:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 7.7: 1 x Trocar HASSAN, tamaño 11 mm, Camisa de trocar con soporte de hilo bilateral, cono deslizante fijable y llave para insuflación, Longitud útil 13 cm (± 1cm). Se compone de: Válvula de cierre automático; Punzón de trocar con punta roma; Cono. Se consulta: 1 x Trocar HASSAN, tamaño 11 mm (+/- 1 mm), Camisa de trocar con soporte de hilo bilateral, cono deslizante fijable y llave para insuflación, Longitud útil 13 cm (± 2cm). Se compone de: Válvula de cierre automático; Punzón de trocar con punta roma; Cono.	19-04-2018	08:02:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:23:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 7.10: 1 x Mango de aspiración e irrigación, forma de pistola. Con válvula de manguito. Para irrigación y aspiración, esterilizable en autoclave. Con un juego de tubos, para un solo uso, estériles, envase de 10 unidades. Un tubo de irrigación y aspiración con aberturas laterales, 5mm, 36cm (±3cm). Un tubo de irrigación y aspiración con aberturas laterales, 10mm, 36cm (±3cm). Se consulta: Puede cotizarse "1 x Mango de aspiración e irrigación, forma de pistola. Con válvula de manguito. Para irrigación y aspiración, esterilizable en autoclave. Con un juego de tubos, para un solo uso, estériles, envase de 10 unidades. Un tubo de irrigación y aspiración con aberturas laterales, 5mm, 36cm (±3cm). Un tubo de irrigación y aspiración con aberturas laterales, 10mm, 36cm (±4cm)."	19-04-2018	08:03:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 16	11-10-2018	14:23:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 7.12: 1 x Cable de alta frecuencia unipolar. Con clavija de 4 mm, Longitud 300 cm (± 5cm), para unidades HF. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Cable de alta frecuencia unipolar. Con clavija de 4 mm, Longitud 300 cm (± 50cm), para unidades HF"	19-04-2018	08:04:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 16	11-10-2018	14:23:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 7.13: 2 x Tijera tipo METZENBAUM, Curvada, rotativa, con pin conector para la coagulación unipolar, longitud de las mandíbulas 12 mm, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, Se compone de: Inserto de tijera; Vaina exterior metálica aislado; Mango de plástico sin bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "2 x Tijera tipo METZENBAUM, Curvada, rotativa, con pin conector para la coagulación unipolar, longitud de las mandíbulas 12 mm(+/-1mm), desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 6cm), Tamaño 5 mm, Se compone de: Inserto de tijera; Vaina exterior metálica aislado; Mango de plástico sin bloqueo"	19-04-2018	08:05:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 16	11-10-2018	14:24:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 7.14: 1 x Pinza de disección y agarre tipo KELLY, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, con conexión de irrigación para la limpieza, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Pinza de disección y agarre tipo KELLY, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, con conexión de irrigación para la limpieza, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 6cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo"	19-04-2018	08:06:24
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 16		11-10-2018	14:24:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Punto 7.15: 1 x Pinza de agarre, mandíbulas de tigre, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, con conexión de irrigación para limpieza, aisladas, desmontable en tres partes, Abertura unilateral, 2 x 4 dientes, para agarre y liberación de órganos sólidos en especial durante la adhesiolisis, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico con bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Pinza de agarre, mandíbulas de tigre, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, con conexión de irrigación para limpieza, aisladas, desmontable en tres partes, Abertura unilateral, 2 x 4 dientes, para agarre y liberación de órganos sólidos en especial durante la adhesiolisis, Longitud 36 cm (± 6cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico con bloqueo"		19-04-2018	08:07:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 16		11-10-2018	14:24:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Punto 7.16: 1 x Pinza de disección y agarre tipo REDICK-OLSEN, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, abertura bilateral, robustas, Longitud 36cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plastico con bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Pinza de disección y agarre tipo REDICK-OLSEN, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, abertura bilateral, robustas, Longitud 36cm (± 5cm), Tamaño 5 mm, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plastico con bloqueo"		19-04-2018	08:08:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 16		11-10-2018	14:24:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SECCION III REQUISITOS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS • ITEM 4 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA  Donde dice: 5. ACCESORIOS 5.2 Pedal monopolar para corte y coagulación. 5.3 Pedal bipolar. Solicitamos: ¿Se puede ofertar con un solo pedal doble para cumplir ambas funciones monopolar y bipolar?  Donde Dice: 5.4 Pinza bipolar recta de control de pedal, con cable. Cantidad: 25 (veinticinco) unidades o más. 5.5 Pinza bipolar con bayoneta de control de Cantidad: 25 (veinticinco) unidades o más. 5.6 Lápices desechables con control de corte y coagulación. Cantidad: 500 (quinientas) unidades o más. 5.7 Placas dobles desechables con gel húmedo para adulto. Cantidad: 1000 (mil) unidades o más. Solicitamos aclarar: Si las cantidades solicitadas son por cada equipo o por el total de los equipos  Consultamos ¿Debe poseer sistema autostart bipolar? ¿Debe poseer al menos dos salidas monopolar? ¿Debe poseer un modo especial para regulación limitada para electrodos finos? ¿Cuántos espacios de memoria para almacenar programas debe poseer? ¿Debe ser compatible con módulo para gas argón? • ITEM 8 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO  Donde dice: 4.1.3 Ajuste Vertical mínimo 90 cm Solicitamos: ofertar con ajuste vertical mínimo 70 cm  Donde dice: 4.1.6 Diámetro de 70 cm o mayor. Solicitamos: Ofertar con diámetro de 50 cm o mayor  Donde dice: 4.2.3 LED blanco de al menos 100 leds. Solicitamos: Ofertar con 72 LEDS en lámpara principal y 36 LEDS en satélite como mínimo  Donde dice: 4.2.5 Tiempo de vida útil de 30.000 horas. Solicitamos: Que la vida útil estimada sea de 60.000 horas o superior		19-04-2018	08:08:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA 1: Se aclara que los insumos corresponden al total de los equipos. RESPUESTA 2: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 3: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-		11-10-2018	14:25:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Punto: 7.17: 1 x Pinza agarre con dentado atraumático especialmente fino, Múltiples dientes, rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo Se consulta: Puede cotizarse "1 x Pinza agarre con dentado atraumático especialmente fino, Múltiples dientes, rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza, Longitud 36 cm (± 6cm), Tamaño 5mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo"		19-04-2018	08:09:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-		11-10-2018	14:25:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Punto 7.18: 1 x Pinza agarre con dentado múltiple, Anchura de las mandíbulas de 4.8mm, para agarre atraumático y preciso, rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza, Longitud 36cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Pinza agarre con dentado múltiple, Anchura de las mandíbulas de 4.8mm, para agarre atraumático y preciso, rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza, Longitud 36cm (± 5cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo"		19-04-2018	08:10:34
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16	11-10-2018	14:25:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 7.19: 1 x Pinza agarre y disección, mandíbulas acodadas en ángulo recto, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Pinza agarre y disección, mandíbulas acodadas en ángulo recto, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza, Longitud 36 cm (± 5cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo"	19-04-2018	08:11:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16	11-10-2018	14:26:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 4.2.7 Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 93 % como mínimo. Solicitamos: Que el Índice de rendimiento cromático (CRI) sea de 96% como mínimo Donde dice: 4.3.2 Diámetro de campo de luz ajustable de 230 o menor a 280 mm o mayor Solicitamos: Ofertar con Diámetro de campo de luz ajustable de 180 mm o menor a 300 mm o mayor a 1 metro de distancia en lámpara principal y diámetro de campo de luz ajustable de 160 mm o menor a 2500 mm o mayor a 1 metro de distancia en lámpara satélite Donde dice: 4.3.2 Profundidad de 100 cm o mayor a 1m de distancia de la fuente o sin reenfoco. Solicitamos: Ofertar con profundidad de 90 cm o mayor a 1m de distancia de la fuente o sin reenfoco. Donde dice: 4.3.3 Intensidad luminosa homogénea de 160.000 lux o más (principal) y 100.000 lux o más (satélite). Solicitamos: Que la intensidad homogénea solicitada en la lámpara principal sea de 160.000 lux o más y en el satélite sea de 120.000 lux o más. Donde dice: 5.2 Batería interna con indicador de la carga y autonomía, con carga de 100%, de al menos 3 horas. Solicitamos: Que la autonomía mínima se la batería sea de 3.5 Hs con el 100% de su carga y que la carga total de la batería sea en un lapso no mayor a 2 Hs Además consultamos ¿Cuál debe ser la superficie de emisión de luz en cm2 tanto en lámpara principal como en el satélite? ¿Cuál debe ser el aumento máximo de la temperatura a la altura de la cabeza? ¿Cuál debe ser el aumento máximo de la temperatura en el área de la cirugía? ¿Cuál debe ser el peso máximo tanto de la lámpara principal como del satélite?	19-04-2018	08:12:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que el ítem 4 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA, no contiene las Especificaciones Técnicas mencionadas. Por lo que, el Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:26:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 7.20: 1 x Pinza de agarre tipo BABCOCK, Rotativas, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 10 mm, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de metálico con bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Pinza de agarre tipo BABCOCK, Rotativas, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 6cm), Tamaño 10 mm, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de metálico con bloqueo"	19-04-2018	08:12:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:26:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 7.21: 1 x Pinza de garra 2x3 dientes, Rotativas, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 10 mm, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de metálico con bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Pinza de garra 2x3 dientes, Rotativas, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 5cm), Tamaño 10 mm, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de metálico con bloqueo"	19-04-2018	08:13:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16	11-10-2018	14:26:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 7.25: 1 x Recipiente de plástico o metal conforme al tipo de esterilización recomendado, dimensiones adecuadas del mismo que garantice la esterilización y el almacenamiento de su contenido. Se consulta: Se solicita a la convocante modificar el siguiente punto, ya que las EETT no hacen referencia a un equipo adecuado para la esterilización de los materiales solicitados. Se sugiere colocar "Contenedor rígido de aluminio, autoclavable, con filtros reutilizables, precinto de seguridad y etiqueta de identificación, de 711 mm x 274 mm x 187 mm, con rack para protección y cuidado de los instrumentales laparoscópicos"	19-04-2018	08:16:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:26:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 7.28: Asa de ligadura, con nudos, con hilo sintético reabsorbible, envase de 10 o más unidades. Se consulta: Solicitamos que sea un ítem opcional o bien eliminar este ítem pues en absoluto tiene que ver con alguna función o característica del equipo ofertado, ya que un equipo de video cirugía no es un insumo dependiente de una marca o modelo de asa de ligadura.	19-04-2018	08:17:06

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:27:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 7.29: 1 Pinza de roby bipolar. Se consulta: Solicitamos a la convocante modificar este punto, ya que ROBBY hace referencia al nombre comercial de un fabricante específico. Podría cotizarse " Pinza bipolar tipo MARYLAND, fenestrada, de 5mm de diámetro, 42 cm de largo. Desmontable en 4 partes, compatible con la unidad electroquirúrgica solicitada, con los accesorios correspondientes para el uso"	19-04-2018	08:18:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:27:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCION III REQUISITOS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 4 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Donde dice: 5. ACCESORIOS 5.2 Pedal monopolar para corte y coagulación. 5.3 Pedal bipolar. Solicitamos: ¿Se puede ofertar con un solo pedal doble para cumplir ambas funciones monopolar y bipolar? Donde Dice: 5.4 Pinza bipolar recta de control de pedal, con cable. Cantidad: 25 (veinticinco) unidades o más. 5.5 Pinza bipolar con bayoneta de control de Cantidad: 25 (veinticinco) unidades o más. 5.6 Lápices desechables con control de corte y coagulación. Cantidad: 500 (quinientas) unidades o más. 5.7 Placas dobles desechables con gel húmedo para adulto. Cantidad: 1000 (mil) unidades o más. Solicitamos aclarar: Si las cantidades solicitadas son por cada equipo o por el total de los equipos Consultamos ¿Debe poseer sistema autostart bipolar? ¿Debe poseer al menos dos salidas monopolar? ¿Debe poseer un modo especial para regulación limitada para electrodos finos? ¿Cuántos espacios de memoria para almacenar programas debe poseer? ¿Debe ser compatible con módulo para gas argón?	19-04-2018	08:20:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA 1: El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 2: Se aclara que las cantidades solicitadas se corresponden para todos los equipos. Asimismo en las demás consultas el Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:31:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCION III REQUISITOS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 8 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO Donde dice: 4.1.3 Ajuste Vertical mínimo 90 cm Solicitamos: ofertar con ajuste vertical mínimo 70 cm Donde dice: 4.1.6 Diámetro de 70 cm o mayor. Solicitamos: Ofertar con diámetro de 50 cm o mayor Donde dice: 4.2.3 LED blanco de al menos 100 leds. Solicitamos: Ofertar con 72 LEDS en lámpara principal y 36 LEDS en satélite como mínimo Donde dice: 4.2.5 Tiempo de vida útil de 30.000 horas. Solicitamos: Que la vida útil estimada sea de 60.000 horas o superior Donde dice: 4.2.7 Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 93 % como mínimo. Solicitamos: Que el Índice de rendimiento cromático (CRI) sea de 96% como mínimo Donde dice: 4.3.2 Diámetro de campo de luz ajustable de 230 o menor a 280 mm o mayor Solicitamos: Ofertar con Diámetro de campo de luz ajustable de 180 mm o menor a 300 mm o mayor a 1 metro de distancia en lámpara principal y diámetro de campo de luz ajustable de 160 mm o menor a 2500 mm o mayor a 1 metro de distancia en lámpara satélite Donde dice: 4.3.2 Profundidad de 100 cm o mayor a 1m de distancia de la fuente o sin reenfoque. Solicitamos: Ofertar con profundidad de 90 cm o mayor a 1m de distancia de la fuente o sin reenfoque. Donde dice: 4.3.3 Intensidad luminosa homogénea de 160.000 lux o más (principal) y 100.000 lux o más (satélite). Solicitamos: Que la intensidad homogénea solicitada en la lámpara principal sea de 160.000 lux o más y en el satélite sea de 120.000 lux o más. Donde dice: 5.2 Batería interna con indicador de la carga y autonomía, con carga de 100%, de al menos 3 horas. Solicitamos: Que la autonomía mínima se la batería sea de 3.5 Hs con el 100% de su carga y que la carga total de la batería sea en un lapso no mayor a 2 Hs Además consultamos ¿Cuál debe ser la superficie de emisión de luz en cm2 tanto en lámpara principal como en el satélite? ¿Cuál debe ser el aumento máximo de la temperatura a la altura de la cabeza? ¿Cuál debe ser el aumento máximo de la temperatura en el área de la cirugía? ¿Cuál debe ser el peso máximo tanto de la lámpara principal como del satélite?	19-04-2018	08:24:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA 1: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 2: El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 3: El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 4: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 5: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 6: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 7: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 8: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:32:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>SECCION III REQUISITOS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 9 TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA Donde dice: 2.4 Cabezal de cámara con tres chips CCD de 1/3", 1920 x 1080 píxeles (Full HD) o mayor, con zoom óptico parafoval. Solicitamos: Ofertar con Cabezal de cámara con tres chips CCD (Full HD) o mayor, con zoom óptico motorizado y que sea comandable con una sola mano. Donde dice: 2.8 Corrección Gamma ajustable. Solicitamos: Aclarar a que se refiere este ítem o bien sea opcional Donde dice: 2.9 Corrección de sombras. Solicitamos: Aclarar a que se refiere este ítem o bien sea opcional Donde dice: 2.10 Velocidad del obturador: 1/100 a 1/50.000 o mayor rango. Solicitamos: Que esta sea una especificación opcional, ya que algunos fabricantes, como es en nuestro caso, manifiesta que cumple con este requisito, pero que los datos técnicos son de confidencialidad y que no dan a conocer Además consultamos ¿El procesador, junto con el cabezal de cámara debe poseer tecnología para diferenciar y resaltar los patrones y estructuras vasculares? ¿Qué tipo de tecnología debe ser óptica o digital? Donde dice: 3.1 Flujo de gas: 0 a 30 l/min (o mayor rango). Solicitamos: Que el flujo de gas sea de 0 a 45 l/min (o de mayor rango) Donde dice: 3.2 Presión intrabdominal: 0 a 30 mmHg (o mayor rango). Solicitamos: ofertar con Presión intrabdominal: 0 a 25 mmHg (o mayor rango). Donde dice: 3.3 Resolución: 1 mmHg. Solicitamos: Aclarar este ítem o que bien sea opcional Donde dice: 3.4 Con sistema calefactor. Solicitamos: Si esto puede considerarse un ítem opcional Donde dice: 4.1 Lámpara LED. Incluir 3 (tres) Lámpara LED adicionales de repuesto por cada equipo si la vida útil de la lámpara es menor a 10.000 horas. Solicitamos: Ofertar con lámpara de xenón de al menos 300 Watts y 3 lámparas de repuestos Además consultamos ¿Debe poseer lámpara de emergencia? Donde dice: 4.4 Cable de luz de fibra óptica, diámetro de 5 a 10 mm, 250 a 300 cm. Cantidad: 1 (uno) por cada equipo. Solicitamos: Ampliar el rango con cable de luz de fibra óptica, diámetro de 4 a 5 mm, longitud de 250 cm o más de longitud. Cantidad 2 (dos) por cada equipo Donde dice: 5.1 Monitor de uso médico, con pantalla LCD o plasma de al menos 32 pulgadas. Solicitamos: Ampliar el rango de modo a poder ofertar con Monitor de uso médico, con pantalla LCD o plasma de al menos 27 pulgadas. Donde dice: 6.5 Grabador/reproductor de DVD con cables de conexión. Solicitamos: Detallar algunas características mínimas, si debe ser de grado médico, si la grabación debe ser en al menos HD, si debe tener disco duro interno para almacenar imágenes, si además de DVD puede grabar en otro medio a través de un puerto USB. Donde dice: 6.6 Unidad electroquirúrgica. Solicitamos: Detallar algunas características mínimas que debe poseer el equipo, como ser cuantas salidas monopolares y bipolares, potencias de trabajo, alarmas, indicadores audiovisuales, si debe ser táctil, si debe ir montado en el carro del equipo o en su propio carrito, que insumos debe llevar Además consultamos ¿El carro debe ser original del fabricante? ¿Debe poseer fuente de aislamiento de corriente? Por seguridad ¿Debe tener brazo móvil para el monitor? Donde dice: 7.1 Óptica rígida de visión foroblicua panorámica de 0°. Diámetro 10 mm, Longitud 30 a 33 cm. Esterilizable en autoclave. Con canastilla de esterilización. Solicitamos: Ampliar el rango con Óptica rígida de visión foroblicua panorámica de 0°. Diámetro 10 mm, Longitud 29 a 33 cm. Esterilizable en autoclave. Con canastilla de esterilización. Donde dice: 7.1 Óptica rígida de visión foroblicua panorámica de 30°. Diámetro 10 mm, Longitud 30 a 33 cm. Esterilizable en autoclave. Con canastilla de esterilización. Solicitamos: Ampliar el rango con Óptica rígida de visión foroblicua panorámica de 30°. Diámetro 10 mm, Longitud 29 a 33 cm. Esterilizable en autoclave. Con canastilla de esterilización Donde dice: 7.13 2 x Tijera tipo METZENBAUM, Curvada, rotativa, con pin conector para la coagulación unipolar, longitud de las mandíbulas 12 mm, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, Se compone de: Inserto de tijera; vaina exterior metálica aislado; Mango de plástico sin bloqueo. Solicitamos: Ampliar el rango ofertando 2 x Tijera tipo METZENBAUM, Curvada, rotativa, con pin conector para la coagulación unipolar, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, Se compone de: Inserto de tijera; vaina exterior metálica aislado; Mango de plástico sin bloqueo. Donde dice: 7.18 1 x Pinza agarre con dentado múltiple, Anchura de las mandíbulas de 4.8mm, para agarre atraumático y preciso, rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina plástico sin bloqueo. Solicitamos: Ampliar el rango ofertando 1 x Pinza agarre con dentado múltiple, para agarre atraumático y preciso, rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina plástico sin bloqueo. Donde dice: 7.22 2 x Aplicador de clips, Desmontable, giratorio para clips de ligadura médium/large; después de conectar el clip, el mecanismo de bloqueo del mango fija la mandíbula, Tamaño 10 mm de diámetro, Longitud 36 cm (± 3cm), Rotativa, con bloqueo para las mordazas. Desmontable en tres partes, Se compone de: Mango de metal, con bloqueo; Vaina metálica exterior; Elemento de trabajo Solicitamos: Ampliar el rango ofertando 2 x Aplicador de clips, giratorio para clips de ligadura médium/large; de doble acción Tamaño 10 mm de diámetro, Longitud 36 cm (± 3cm), Rotativa, con bloqueo para las mordazas. Incluir 2.500 clips Donde dice: 7.24 1 x Macro porta aguja. Con inserto de carburo de tungsteno, mango ergonómico, recta, con bloqueo desconectable, posición de bloqueo a la derecha, mandíbulas curvadas a la izquierda, Tamaño 5 mm, Longitud 33 cm (± 2cm). Solicitamos: Ampliar el rango ofertando 1 x Macro porta aguja Mango ergonómico, recta, con bloqueo desconectable, posición de bloqueo a la derecha, mandíbulas curvadas a la izquierda, Tamaño 5 mm, Longitud 33 cm (± 2cm). Donde dice: 7.28 Asa de ligadura, con nudos, con hilo sintético reabsorbible, envase de 10 o más unidades. Solicitamos: Que esta sea considerada como un ítem opcional</p>	19-04-2018	08:29:06
---	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>RESPUESTA 1: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 2: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 3: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 4: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 5: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 6: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 7: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 8: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 9: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 10: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 11: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 12: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 13: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 14: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 15: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 16: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 17: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 18: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.- RESPUESTA 19: El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-</p>	11-10-2018	14:35:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>ITEM N° 6 - ELECTROCARDIOGRAFO Sub ítem 6.4.1.3 Tamaño diagonal de 8 o mas. A fin de permitir mayor participación de oferentes, sin que esto implique una sustancial disminución en la prestación del equipo, solicitamos al Convocante permitir la cotización de Electrocardiógrafos con: Sub ítem 6.4.1.3 Tamaño diagonal de 6,5 o mas</p>	19-04-2018	08:34:44

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:37:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 6 - ELECTROCARDIOGRAFO Sub ítem 6.4.2.3 Detección de por lo menos 100 tipos de arritmia. Respetuosamente pedimos la flexibilización de este requisito. Por lo que solicitamos permitir la cotización de Electrocardiógrafos con: Sub ítem 6.4.2.3 Detección de por lo menos 10 tipos de arritmia	19-04-2018	08:35:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:38:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Podría ser ampliada a NORMAS DEL MERCOSUR.-	19-04-2018	08:46:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16. En referencia a la consulta realizada La norma TUV, regularmente ya está incluida en la norma CE. En relación a las normas Mercosur y los certificados de Productos de origen nacional, estos no se corresponden a las certificaciones de calidad, se corresponden a manifestaciones cumplimiento documental de entes regulatorios de cada país y no se le puede asignar niveles de calidad.	11-10-2018	14:38:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Podría ser Base Estable en polímero inyectado con 4 ruedas.-	19-04-2018	08:47:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:39:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Podría ser Cabezal en polímero inyectado (Cabezal Reflector).-	19-04-2018	08:47:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:39:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Podría ser 40cm o mayor.-	19-04-2018	08:48:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:39:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Podría ser que se están refiriendo a la intensidad de los focos LED o la Cantidad de focos que debe tener la Lámpara?	19-04-2018	08:48:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:39:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Podría ser que permitan que la Temperatura de Color vaya desde el Rango de 3000 a 5000 grados kelvin o mejor?	19-04-2018	08:49:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:39:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Podría ser: Diámetro de Campo de Luz Ajustable de 110 hasta 250mm o mejor?	19-04-2018	08:50:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:40:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Podría ser Iluminación ajustable desde 0 a 160.000LUX por pantalla Touch Screen.-	19-04-2018	08:53:14
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:40:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Podría ser Diámetro de Cabezal de 50 cm o mayor.-	19-04-2018	08:53:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:40:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 2 – SILLA DE RUEDAS Sub Ítem 2.4.3. - Respaldo ajustable en la altura Solicitamos permitan la cotización de Respaldo ajustable en la altura o fijo, para posibilitar mayor cantidad de oferentes	19-04-2018	09:08:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:40:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 2 – SILLA DE RUEDAS Sub Ítem 2.4.10.4. - La estructura rematará en 2 (dos) manubrios curvos, con material sintético antideslizante para el agarre manual, imposible de extraer por simple tracción y en la parte inferior en 2 (dos) extremos en forma de palanca con 2 (dos) pedalines que permita inclinar la silla, para facilitar el ascenso y descenso de escalones a la persona que ayude. Solicitamos tengan a bien considerar como opcional la función de poseer en la parte inferior en 2 (dos) extremos en forma de palanca con 2 (dos) pedalines que permita inclinar la silla, para facilitar el ascenso y descenso de escalones a la persona que ayude. A fin de posibilitar mayor cantidad de oferentes	19-04-2018	09:08:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:40:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 2 – SILLA DE RUEDAS Sub Ítem 2.4.11.4. - Con aro de propulsión de acero cromado Solicitamos permitan la cotización Con aro de propulsión de acero cromado o acero pintado, para posibilitar mayor cantidad de oferentes	19-04-2018	09:10:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:40:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 2 – SILLA DE RUEDAS Sub Ítem 2.4.11.4. - Con aro de propulsión de acero cromado Solicitamos permitan la cotización Con aro de propulsión de acero cromado o acero pintado	19-04-2018	09:17:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:41:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 2 – SILLA DE RUEDAS Sub Ítem 2.4.11.7. - Deberán tener al menos 28 (veintiocho) rayos metálicos de no menos de 2.5 (dos punto cinco) mm de diámetro, o bien 36 (treinta y seis) rayos metálicos de no menos de 1.8 (uno punto ocho) mm. de diámetro, con el sistema de armado normal cruzado, o en polipropileno de alto impacto. Solicitamos permitan la cotización de ruedas traseras con al menos 9 (nueve) rayos de polipropileno de alto impacto de no menos de 2.5 (dos punto cinco) mm de diámetro, con el sistema de armado normal cruzado, para posibilitar mayor cantidad de oferentes. Tener en cuenta que las Sillas con rayos de polipropileno del alto impacto vienen con menor cantidad de rayos, que los metálicos	19-04-2018	09:17:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:41:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 3 – CAMILLA DE TRASLADO Sub Ítem 3.4.1. - Que soporte un peso de 240 kg como mínimo. Solicitamos permitan la cotización de soporte de un peso de 200 kg como mínimo, para posibilitar mayor cantidad de oferentes	19-04-2018	09:18:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:41:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 3 – CAMILLA DE TRASLADO Sub Ítem 4.11.1 - Trendelenburg de 20° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática. Solicitamos permitan la cotización de Trendelenburg de 12° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática. Así como lo solicitan para el sub ítem 4.11.2. Trendelenburg inverso de 12° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática	19-04-2018	09:20:03

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:41:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podría ser: ampliar a TUV, Mercosur o Certificado de marca de productos Nacionales	19-04-2018	09:40:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que, en referencia a la consulta realizada la norma TUV, regularmente ya está incluida en la norma CE. En relación a las normas Mercosur y los certificados de Productos de origen nacional, estos no se corresponden a las certificaciones de calidad, se corresponden a manifestaciones cumplimiento documental de entes regulatorios de cada país y no se le puede asignar niveles de calidad.	11-10-2018	14:41:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para dar oportunidad a mas oferentes solicitamos los siguientes puntos: Punto 5.2: Solicitamos que se agregue batería recargable de Lito o Batería recargable AA. pUNTO 5.3: Solicitamos que se agregue 1(un) cargador de Litio o un Cargador de batería AA por cada Equipo. Punto N° 5.4 :Solicitamos a la convocante dejar como OPCIONAL la utilizacion del Equipo sin la necesidad de batería, esto es por que el equipo es sencible y no puede conectarse por la toma corriente.	19-04-2018	09:41:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:42:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podría ser opcional	19-04-2018	09:42:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:42:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podría ser Opcional	19-04-2018	09:44:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:42:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podría ser: Altura máxima 80cm o mas	19-04-2018	09:47:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:42:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podrían aclarar a que se refiere y en todo caso si podría ser opcional	19-04-2018	09:50:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 16.-	11-10-2018	14:42:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podría ser ampliada a TUV, Mercosur, Certificado de marca para Productos Nacionales	19-04-2018	09:53:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que, en referencia a la consulta realizada La norma TUV, regularmente ya está incluida en la norma CE. En relación a las normas Mercosur y los certificados de Productos de origen nacional, estos no se corresponden a las certificaciones de calidad, se corresponden a manifestaciones cumplimiento documental de entes regulatorios de cada país y no se le puede asignar niveles de calidad.	11-10-2018	14:42:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podria Ser: Trendelemburg de 16° como minimo Ajustable en forma hidráulica o neumática	19-04-2018	09:57:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:43:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Punto 4.23 Solicitamos a la convocante cambiar de 100 tipo de arritmia a 27 como maximo por que este rango solicitado es exagerado e imposible de alcanzar para una persona, ya que lo maximo para alcanzar es 27.	19-04-2018	09:58:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:43:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
podria ser. Trendelenburg inverso de 16° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumático	19-04-2018	09:59:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 16.	11-10-2018	14:43:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor verificar que en la Adenda N° 16 no fue cargada la página 10.	12-10-2018	10:17:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 22.	23-11-2018	13:43:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAN: 1.3.1 Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. /1.3.2 Normas de calidad generales: ISO 13485. Sugerimos soliciten adicionalmente: Certificado de Seguridad Eléctrica, y Certificado de protección contra líquidos mínimo IPX4	12-10-2018	15:51:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	13:43:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2. SOLICITAN:1.4.2 Capacidad de soporte de peso de 220 kg como mínimo y de la Sección pies de 180kg como mínimo. Solicitamos permitan cotizar equipos con Capacidad de elevación de la cama (carga máxima segura): de hasta 240 Kg y Capacidad de carga de la plataforma de los pies (máxima) de 150 Kg.	12-10-2018	15:56:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	13:44:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4. SOLICITAN: 1.4.4 Dimensiones de la superficie del paciente. Longitud mínima 195 cm. Ancho mínimo 85 cm. Sugerimos soliciten equipos con Longitud mínima de 210 cm y Ancho mínimo de al menos 98 cm, para posibilitar la utilización con un mayor rango de pacientes.	12-10-2018	16:01:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	13:45:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5. SOLICITAN: 1.4.5 Sección de los Pies ergonómicamente diseñada y móvil - 1.4.6 Retirada de la sección de los pies Sugerimos soliciten: Plataforma de apoya pies integrada y abatible (no removible), de manera a facilitar el trabajo de los profesionales durante el parto.	12-10-2018	16:07:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	13:46:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6. SOLICITAN: 1.4.7 Inclinación automática del asiento Sugerimos modificar este requerimiento por Ajustes eléctricos de la altura de la base y elevación respaldo.	12-10-2018	16:10:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	13:46:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7. SOLICITAN: 1.4.8 Sección pélvica con inclinación automática para reducir el deslizamiento del paciente Solicitamos modifiquen este requerimiento por inclinación motorizada independiente de la sección de la pelvis.	12-10-2018	16:12:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	13:47:01
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
8. SOLICITAN: 1.4.10 Barandas de cabecera y piecera desmontables. Considerando que se solicita cama de nacimiento, las mismas carecen de pieceras ya que el personal médico debe poder trabajar libremente en la sección de los pies, por lo que sugerimos modifiquen este requerimiento.	12-10-2018	16:14:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	13:47:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
9. SOLICITAN: 1.4.11 4 (cuatro) ruedas 12 cm de diámetro como mínimo. Sugerimos soliciten equipos con Cuatro ruedas de alta resistencia, antiestáticas, de 150 mm. Con sistema de freno centralizado.	12-10-2018	16:19:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	13:48:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
10. SOLICITAN: 1.4.19 Esquineros para choques para evitar golpes en la estructura de la cama. Solicitamos eliminemos este requerimiento para permitir la participación de un mayor número de oferentes.	12-10-2018	16:26:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	13:48:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
11. SOLICITAN: 1.5.1 Altura ajustable (medido de la plataforma de la cama al piso, con colchón). Altura mínima 60 cm o menos. Altura máxima 95 cm o más. Altura máxima del asiento en posición Trendelenburg 100cm o más Sugerimos soliciten Altura máxima de al menos 105 cm de manera a permitir que la altura máxima permita al personal médico trabajar con mayor libertad y comodidad:	12-10-2018	16:30:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	13:51:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
12. SOLICITAN: 1.5.2 Elevación máxima de la cabecera Rango de 0° a 60° como mínimo. Sugerimos ampliar este rango a al menos -10° a 70°.	12-10-2018	16:32:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	13:53:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
13. SOLICITAN: 1.5.3 Elevación máxima del asiento. Rango de 0° a 15° como mínimo. Sugerimos ampliar este rango a al menos 0° a 18°.	12-10-2018	16:35:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	13:58:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
14. SOLICITAN: 1.5.4 Trendelenburg máxima Rango de 0° a 8° como mínimo. Sugerimos ampliar este rango a al menos 0 a -10°.	12-10-2018	16:36:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	13:59:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
15. SOLICITAN: 1.5.5 Mecanismo de liberación CPR de emergencia Sugerimos que adicionalmente la Posición CPR, sea activada con un solo movimiento mediante manijas ubicadas a ambos lados de la cama, con la rotulación "CPR" correspondiente.	12-10-2018	16:39:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	13:59:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
16. SOLICITAN: 1.5.7 Indicador integrado de inclinación de la sección de espalda y Trendelenburg. Solicitamos eliminar este requerimiento de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	12-10-2018	16:44:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:00:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
17. SOLICITAN: 1. 7 Alarmas - 1.7.1 Alarma sonora y luminosa de falta de energía eléctrica de red. - 1. 7.2 Alarma sonora y luminosa de batería baja. Con posibilidad de silenciado. Considerando que el equipo solicitado se trata de camas para la utilización durante la etapa de labor y del parto, Solicitamos eliminar estos requerimientos de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	12-10-2018	16:49:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:02:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. SOLICITAN: 3.4.1 Que soporte un peso de 240 kg como mínimo. Solicitamos permitan cotizar equipos Que soporten un peso de 230 kg como mínimo, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes	12-10-2018	17:02:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:02:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2. Solicitan: 3.4.4 Medidas del sector paciente: Largo: 180 cm o más. Ancho: 50 cm o más. Sugerimos soliciten: Medidas del sector paciente de al menos: Largo: 192 cm. Ancho: 65 cm de manera a poder utilizar el equipo con un mayor rango de pacientes	12-10-2018	17:03:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:03:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAN: 3.4.5 Dimensiones de la camilla (con barandales arriba): Longitud total 200 cm ± 10 cm o menos. Ancho total 95 cm o menos. Sugerimos Soliciten equipo con Dimensiones de la camilla (con barandales arriba) de al menos Longitud total 205 cm. Ancho total 75.5 cm, de manera a poder utilizar el equipo con un mayor rango de pacientes	12-10-2018	17:08:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:03:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4. SOLICITAN: 3.4.11.4 Altura regulable hidráulicamente mediante pedal: Altura máxima: 90 cm o más. Altura mínima: 60 cm o menos. Sugerimos soliciten equipos con Altura regulable hidráulicamente mediante pedal: Altura máxima: 89.5 cm o más. Altura mínima: 56.5 cm o menos.	12-10-2018	17:12:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:04:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. SOLICITAN: 4.4.2 Funciones de regulación automática de potencia de acuerdo al tejido controladas por microprocesador o microcontrolador. Solicitamos solicitar este requerimiento como opcional de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	12-10-2018	17:22:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:04:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. SOLICITAN: 4.4.2 Funciones de regulación automática de potencia de acuerdo al tejido controladas por microprocesador o microcontrolador. Solicitamos solicitar este requerimiento como opcional de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	12-10-2018	17:26:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:05:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2. SOLICITAN: 4.4.13 Autotest de aparato - Dosificación errónea - Control de electrodo neutro (dinámico, electrodo neutro de una y dos partes). Solicitamos solicitar este requerimiento como opcional de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	12-10-2018	17:26:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:06:29

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3. SOLICITAN: 4. 4.14 Monitor detector de corrientes de fuga BF/AF – Duración de activación – Activación de AF desconectable. Monitor detector de corrientes de fuga BF/AF – Duración de activación – Activación de AF desconectable. Solicitamos solicitar este requerimiento como opcional de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	12-10-2018	17:27:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:06:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAN: 8. 4.1.3 Ajuste vertical mínimo de 90 cm. Solicitamos permitan cotizar equipos con ajuste vertical de 90 cm ± 2 cm, permitiendo de esta manera la participación de un mayor número de oferentes.	12-10-2018	17:31:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:07:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAN: 8. 4.1.4 Cabezal con superficie externa lisa. Sugerimos solicitar equipos con superficie externa por módulos (del tipo pétalos) que permitirá la configuración a futuro, además este tipo de construcción hace posible la circulación del flujo laminar, lo que evita la circulación de partículas en el campo quirúrgico.	12-10-2018	17:32:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:07:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAN: "8.4.1.6 Diámetro de 70 cm o mayor." Sugerimos solicitar equipos con superficie externa por módulos (del tipo pétalos o similar) considerando que este tipo de construcción hace posible la circulación del flujo laminar, lo que evita la circulación de partículas en el campo quirúrgico, con una envergadura de al menos 695 mm.	12-10-2018	17:34:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:08:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAN: 8. 4.2.2 Fuente de luz: Sugerimos solicitar adicionalmente que el equipo cuente con una fuente de luz ambiental, que facilitará los procedimientos endoscópicos.	12-10-2018	17:35:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:08:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAN: 8. 4.2.3 LED blanco de al menos 100 leds. Favor especificar si Esta cantidad se refiere a la Cantidad total de focos LED del conjunto Cabezal principal + satélite?	12-10-2018	17:36:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:08:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAN: 8. 4.2.5 Tiempo de vida útil de 30.000 horas. Sugerimos soliciten un tiempo de vida útil de al menos 60000 horas.	12-10-2018	17:36:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:09:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAN: 8. 4.2.6 Temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin. Esto se refiere a un equipo con Rango de Temperatura de color variable? De ser así: Solicitamos permitan cotizar equipos con Temperatura de color con rango ajustable de 3500 a 5000 Kelvin.	12-10-2018	17:37:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que la temperatura de color es fija y el rango aceptable es entre 4200 y 6000 Kelvin por lo que el Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:09:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

4.3 Indicador de cambio de lámpara por horas de uso. Solicitamos que esta característica sea OPCIONAL, considerando que en al ser tecnología LED, no son focos, si no placas enteras que deben ser cambiadas.	12-10-2018	17:38:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:10:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAN: 8.4.2.7 Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 93 % como mínimo. Sugerimos soliciten equipos con Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 % , de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos.	12-10-2018	17:38:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:10:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAN: 8.4.3.1 Diámetro de campo de luz ajustable de 230 o menor a 280 mm o mayor. Sugerimos modificar este requerimiento Por: Diámetro de campo de luz ajustable de 190 o 240 cm, considerando que solicitan una lámpara con Temperatura de Color variable, lo que trabaja a longitudes de onda variables.	12-10-2018	17:39:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:10:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAN: 8.4.3.2 Profundidad de 100 cm o mayor a 1m de distancia de la fuente sin reenfoque. Sugerimos soliciten equipos con Profundidad de al menos 110 cm	12-10-2018	17:39:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:11:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6.5 Grabador/reproductor de DVD con cables de conexión, con al menos 2 puertos de USB Considerando que los grabadores/reproductores son equipos obsoletos que ya no se fabrican, ¿se podría cotizar Sistemas de gestión de datos, grabación de video y captura de imágenes con cables de conexión, con al menos 2 puertos USB?	12-10-2018	17:40:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:11:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAN: 8.4.4.3 Diámetro de 60 cm o mayor. Sugerimos solicitar equipos con superficie externa por módulos (del tipo pétalos o similar) considerando que este tipo de construcción hace posible la circulación del flujo laminar, lo que evita la circulación de partículas en el campo quirúrgico, con una envergadura de al menos 665 mm.	12-10-2018	17:42:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:12:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAN: 8.5.2 Batería interna con indicador de la carga y autonomía, con carga de 100%, de al menos 3 horas. Sugerimos solicitar una duración de la batería de al menos 5 horas.	12-10-2018	17:43:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:12:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7.12 1 x Cable de alta frecuencia unipolar. Con clavija de 4mm, longitud 300cm (+-50cm), para unidades HF. Este ítem se repite con el numeral 7.11, creemos que hubo un error en la transcripción y debería decir: 1x Cable de alta frecuencia bipolar. Longitud 300cm (+-50cm), para unidades HF.	12-10-2018	17:45:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se solicitan 2 cables en total.	23-11-2018	14:12:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PUNTO 2.4: DONDE DICE Cabezal de cámara con tres chips CCD de 1/3", 1920 x 1080 píxeles (Full HD) O MAYOR, ESTO SIGNIFICA QUE LA CONVOCANTE ACEPTARA LA ENTREGA DE EQUIPOS CON CABEZAL DE CAMARA DE MAYOR TEGNOLOGIA QUE LA ESPECIFICADA EN ESTE PUNTO?	12-10-2018	17:48:42
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones solicitadas son mínimas, se aceptarán equipos con mejor tecnología a la solicitada. Remitirse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:13:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PUNTO 7.7: PODRIA COTIZARSE 1 x Trocar HASSAN, tamaño 11 mm (+- 1CM), Camisa de trocar con soporte de hilo bilateral, cono deslizante fijable y llave para insuflación, Longitud útil 13 cm (± 2cm). Se compone de: Válvula de cierre automático; Punzón de trocar con punta roma; Cono ?	12-10-2018	17:49:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:13:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PUNTO 2.13: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ESTE PARAMETRO ES OPCIONAL?	12-10-2018	17:50:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:13:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PUNTO 7.22: Podría ofertarse 2 x Aplicador de clips, Desmontable O OPCIONAL SEGUN NECESIDAD, giratorio para clips de ligadura médium/large; después de conectar el chip, el mecanismo de bloqueo del mango fija la mandíbula, Tamaño 10 mm de diámetro, Longitud 36 cm (± 3cm), Rotativa, con bloqueo para las mordazas. Desmontable en tres partes, Se compone de: Mango de metal, con bloqueo; Vaina metálica exterior; Elemento de trabajo.	12-10-2018	17:51:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:14:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los puntos 7.13; 7.14; 7.15; 7.16; 7.17; 7.18; 7.19 y 7.21 Creemos excesivo aplicar un margen de +/-6cm o +/-5cm, considerando que los instrumentales serían utilizados en procedimientos endoginecológicos y no en laparoscopia abdominal. Con estos márgenes se corre el riesgo de adquirir instrumentales de 31cm (pediátricos), que no serían aptos para procedimientos endoginecológicos ya que no llegarían a la cavidad de trabajo, o de lo contrario, Instrumentales de 41cm (para laparoscopia bariátrica), muy largos para la cavidad de trabajo. Por lo expuesto, solicitamos que mantengan las especificaciones originales de 36cm (+/-3cm), a los efectos de adquirir instrumentos para laparoscopia ginecológica, que es lo que se pretende en este ítem.	12-10-2018	17:51:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:14:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7.25 Contenedor rígido de aluminio autoclavable, con filtros reutilizables, precintos de seguridad y etiqueta de identificación, de 711mm x 274mm x 187mm, con rack para protección y cuidado de los instrumentos laparoscópicos. Los contenedores de aluminio no son aptos para instrumentos laparoscópicos ya que producen resquebrajamiento de los mismos, además estableciendo parámetros absolutos, se esta limitando la participación a un sólo oferente. ¿Se puede cotizar Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento, con armazón extraíble para instrumentos y soporte para la fijación de hasta 12 instrumentos de 2,5 hasta 10 mm Ø y hasta 6 trocares, perforado, con tapa transparente, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 532 x 254 x 165 mm? A los efectos de permitir una mayor participación de oferentes.	12-10-2018	17:56:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:15:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7.29 Pinza bipolar tipo MARYLAND, fenestrada, de 5mm de diámetro, 42cm de largo. Desmontable en 4 partes, compatible con la unidad electroquirúrgica solicitada, con los accesorios correspondientes para el uso. 42cm de longitud es muy largo para la cavidad de trabajo. ¿Se puede cotizar de 36cm (+/-3cm), desmontable en 3 partes o más?	12-10-2018	17:58:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:15:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5 Incluir 3 filtros ópticos o digitales integrados para mejor visualización de las estructuras pequeñas Favor aclarar si esta es una función que debe cumplir la unidad de Control de Cámara y no la fuente de luz.	12-10-2018	18:00:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:15:44

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 7 – DETECTOR FETAL En el sub Ítem 7.4.4. dice: "Operación con baterías y con fuente de alimentación externa".- ¿Es posible presentar ofertas de Detectores de Operación con baterías y/o con fuente de alimentación externa", para posibilitar mayor participación de oferentes.-	15-10-2018	08:34:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:16:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 7 – DETECTOR FETAL En el sub Ítem 7.4.6. dice: "Apagado automático cuando no está en uso".- Solicitamos al Convocante permitir la cotización de Detectores sin "apagado automático cuando no está en uso.-	15-10-2018	08:34:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:16:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 7 – DETECTOR FETAL En el sub Ítem 7.5.4. dice: "Fuente de alimentación externa para conexión en red de 220V 50 Hz, para utilización del equipo sin necesidad de batería".- Resulta un tanto ambiguo el término "para utilización del equipo sin necesidad de batería". Solicitamos respetuosamente al Convocante que este sub ítem sea requerido de la siguiente manera: "Fuente de alimentación externa para conexión en red de 220V 50 Hz, para utilización del equipo en caso de que la batería se encuentre descargada".	15-10-2018	08:36:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:17:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 5 – LAMPARA CUELLO DE CISNE Sub Ítem 5.3.1. - Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas Solicitamos permitan la cotización de: Normas de calidad específicas: FDA, CE , JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas, para posibilitar mayor participación de oferentes.	15-10-2018	08:36:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:17:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 4.4.14 – Monitor detector de corrientes de fuga BF/AF – Duración de activación – Activación de AF desconectable Monitor detector de corrientes de fuga BF/AF – Duración de activación – Activación de AF desconectable. Respetuosamente solicitamos al Convocante declarar Opcional este requisito.-	15-10-2018	08:52:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:17:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 6 - ELECTROCARDIOGRAFO Sub ítem 6.4.1.3 Tamaño diagonal de 8 o mas. A fin de permitir mayor participación de oferentes, sin que esto implique una sustancial disminución en la prestación del equipo, solicitamos al Convocante permitir la cotización de Electrocardiógrafos con: Sub ítem 6.4.1.3 Tamaño diagonal de 6,5 o mas.	15-10-2018	08:52:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:18:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante agregar al Punto 5.2: batería recargable de Litio, ya que esta tiene mayor tiempo de vida y es de uso standard en los equipos medicos a batería. Además la misma dara mayor oportunidad de participacion a oferentes.	15-10-2018	09:00:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:18:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante agregar 1(un) cargador de litio en el punto 5.3 para que sea compatible con el punto numero 5.2 en caso de agregarse la batería de litio y así dar mayor participacion a oferentes.	15-10-2018	09:03:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:19:12

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los bienes requeridos. Listado de Servicios En la pág. 18, Item 8(LAMPARA SCIALITICA DE TECHO) en el apartado 8.4.2.3 solicitan: LED blanco de al menos 100 leds Considerando que: La tecnología de fabricación de leds camina hacia una mayor eficiencia energética, lo que hace posible iluminar mejor con cada vez menos elementos Solicitamos que: La Convocante modifique dicho requisito de la siguiente manera: LED blanco de al menos 45 leds para la lámpara satélite y al menos 60 leds para la lámpara principal, para lo cual considere fabricantes que consiguen la luminosidad máxima exigidas en las líneas 8.4.3.3 con menor cantidad de leds.	15-10-2018	09:05:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:20:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los bienes requeridos. Listado de Servicios En la pág. 18, Item 8(LAMPARA SCIALITICA DE TECHO) en el apartado 8.4.3.1 solicitan: Diámetro de campo de luz ajustable de 230 o menor a 280 mm o mayor Solicitamos que: La convocante modifique dicho requisito de la siguiente manera: Diámetro de campo de luz, fijo, con diámetro de 200 mm +/- 20 mm, por tratarse de un servicio de ginecología, el diámetro de campo ajustable no tiene como justificativa una real necesidad como las cirugías de alta complejidad, tales como las cardíacas, torácicas (extirpar tumores del intestino o del estómago), con esta modificación permitirán la participación de una mayor cantidad de oferentes.	15-10-2018	09:06:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:20:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que el punto 5.4 sea OPCIONAL, la utilización del equipo sin necesidad de batería. Este equipo es muy sensible por lo que las irregularidades en la corriente pueden causar algún desperfecto en la placa del equipo, por lo que no se recomienda el uso del mismo conectado directamente a la corriente.	15-10-2018	09:06:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:21:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los bienes requeridos. Listado de Servicios En la pág. 18, Item 8(LAMPARA SCIALITICA DE TECHO) en el apartado 8.5.2 solicitan: Batería interna con indicador de la carga y autonomía, con carga de 100%, de al menos 3 horas. Solicitamos que : La Convocante modifique dicho requisito de la siguiente manera: Batería interna con indicador de carga y autonomía, a 75 % de la carga máxima, de al menos 60 min, en razón a que a mayor tiempo de autonomía, exigirá la instalación en corredores o suspendidas del techo de sistemas de baterías que pesarán entre 50 a 80 kg, cuyos volúmenes restan espacios a los ya escasos existentes dentro del quirófano o sala de operaciones; como así también al reducir la autonomía, para 60 min, el peso de los sistemas de baterías cae a 10 a 12 kg y el espacio o volumen es mucho menor, pudiendo ser fijadas en la pared inclusive.	15-10-2018	09:06:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:21:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.5.2 donde dice: Mesa con ruedas y frenos de dimensiones adecuadas al equipo, con al menos un cajon, Solicitamos a la convocante agregar mesa con al menos un cajon o un cesto para asi dar mayor participacion a oferentes.	15-10-2018	09:12:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 22.	23-11-2018	14:22:08

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508015250	Póliza	Asepasa	29-11-2018	30-11-2018	28-06-2019

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: V & V S.A - RUC: 80038216-1		Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 2	
1508002123	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	30-11-2018	30-11-2018	18-06-2019
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3			
007.1508.044089/000	Póliza	LA CONSOLIDAD S.A.	30-11-2018	03-12-2018	21-06-2019
Oferente: B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - RUC: 80012330-1					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4			
1508002384	Póliza	SEGUROS GENERALES S.A - SEGESA	30-11-2018	03-12-2018	01-07-2019
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5			
28.1508.003665.0000	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	30-11-2018	30-11-2018	08-06-2019
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6			
007.1508.043747/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	07-11-2018	14-11-2018	02-06-2019
001.002	Endoso de Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	30-11-2018	03-12-2018	21-06-2019

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42191807-001	CAMA DE NACIMIENTO					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	CAMA DE NACIMIENTO	150.480.000	752.400.000
IMESE S.A. - 80016426-1	Hill-Rom	Hill-Rom	Affinity 4	USA	CAMA DE NACIMIENTO	150.000.000	750.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	LINET	LINET spol. s.r.o	AVE	REPUBLICA CHECA	CAMA DE NACIMIENTO	150.000.000	750.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42192210-001	SILLA DE RUEDAS					10

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	FOSHAN DONGFANG MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTURING LTD	2018	CHINA	SILLA DE RUEDAS	1.796.500	17.965.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	42192207-9999	CAMILLA DE TRASLADO	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Advanced	Advanced Instrumentations Inc.	ST-2000	USA	Camilla de traslado	30.000.000	120.000.000
V & V S.A - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	CAMILLA DE TRASLADO	29.000.000	116.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	LINET	LINET spol. s.r.o	SPRINT 100	REPUBLICA CHECA	CAMILLA DE TRASLADO	28.000.000	112.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	42291613-003	UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG.	Autocon III 300	Alemania	Unidad Electroquirúrgica	570.000.000	2.280.000.000
V & V S.A - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA	204.720.000	818.880.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BOWA	BOWA-electronic GmbH & Co. KG	No Aplica	Alemania	UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA	250.000.000	1.000.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	DAIWHA	DAIWHA CORP., LTD.	DE-400	COREA	UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA	200.000.000	800.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	42182601-001	LAMPARA CUELLO DE CISNE	8

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	LAMPARA CUELLO CISNE	1.518.000	12.144.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	42181716-001	ELECTROCARDIOGRAFO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	ELECTROCARDIOGRAFO	19.330.000	19.330.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	EDAN	EDAN INSTRUMENT INC.	SE-1200 Express	CHINA	ELECTROCARDIOGRAFO	19.000.000	19.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	42201702-001	DETECTOR FETAL	8

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	DETECTOR FETAL	2.646.000	21.168.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	EDAN	EDAN INSTRUMENT; INC.	SonoTrax II	CHINA	DETECTOR FETAL	2.600.000	20.800.000
-----------------------------	------	-----------------------	-------------	-------	----------------	-----------	------------

DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
8	39101602-002	LAMPARA SCIALÍTICA CON SATELITES					3	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Trilux	Trilux Medical GmbH & Co. KG.	Aurinio Wave	Alemania	Lámpara cialítica de techo, con satélites	205.000.000	615.000.000	
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	LAMPARA SCILITICA CON SATELITES	255.478.000	766.434.000	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Simeon Medical	Simeon Medical GmbH & Co. KG	No Aplica	Alemamia	Lampara scialitica con satellite	230.000.000	690.000.000	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	STERIS	STERIS CORPORATIO	XLED	FRANCIA	LAMPARA SCIALITICA CON SATELITES	255.000.000	765.000.000	

DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
9	42294805-001	TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG	No aplica	Alemania	Torre de Videolaparoscopia	980.000.000	980.000.000	
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	B. BRAUN AESCULAP	AESCULAP AG	TORRE 2D EDDY	ALEMANIA	TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	657.000.000	657.000.000	

Beneficio MyPIMES

1 - CAMA DE NACIMIENTO			
Oferente	Precio	Fecha	Hora
V & V S.A. - 80038216-1	699.500.000	03-12-2018	08:37:46.547
3 - CAMILLA DE TRASLADO			
Oferente	Precio	Fecha	Hora
V & V S.A. - 80038216-1	109.500.000	03-12-2018	09:30:46.758

Listado General de todas las Ofertas

1 - CAMA DE NACIMIENTO				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A. - 80038216-1	699.500.000	03-12-2018	08:37:46.547	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	90503adff416a30b3af832d86deb3667	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	700.000.000	03-12-2018	08:37:10.360	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd51d81299ff9a9696058e776b5f1d86	
V & V S.A. - 80038216-1	704.000.000	03-12-2018	08:37:11.025	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9debe07c8079ba718289692223ef8ffb	
IMESE S.A. - 80016426-1	707.900.000	03-12-2018	08:37:04.379	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ce89496edc8f7ab8eac2667ebb8c24c	
V & V S.A. - 80038216-1	708.000.000	03-12-2018	08:36:55.552	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a16cce6fce0359843dd7ac68c4b993c2	
IMESE S.A. - 80016426-1	709.900.000	03-12-2018	08:36:58.665	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74053ff27ee30d56e79799aff7f4a838	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	710.000.000	03-12-2018	08:36:52.862	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9339e0ccd0779b1a981e663b715b6722	
IMESE S.A. - 80016426-1	711.900.000	03-12-2018	08:36:48.019	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f353a86dd5a942d0697702639f43dbdb	
V & V S.A. - 80038216-1	712.000.000	03-12-2018	08:36:40.840	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10aec5fa2c1c11fef05ee38fab820b62	

Listado General de todas las Ofertas

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	715.000.000	03-12-2018	08:36:34.573	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb8aed04fa43f588dad0d5dbe9c1f280	
IMESE S.A. - 80016426-1	720.000.000	03-12-2018	08:36:18.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca5d9d8e3706d2196f2f4ec6c083095d	
V & V S.A. - 80038216-1	720.000.000	03-12-2018	08:36:25.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca0564f3e0ec9c4b0c09a27df9640054	
V & V S.A. - 80038216-1	722.000.000	03-12-2018	08:36:01.503	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	200fe6ed36c3b89933ed3713b53f370b	
IMESE S.A. - 80016426-1	724.940.900	03-12-2018	08:36:00.818	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9529e9173dfccb5163ac24f7688b65cc	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	725.000.000	03-12-2018	08:35:47.797	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f596fb5736c3bb21ad64c002c8eb788e	
V & V S.A. - 80038216-1	727.000.000	03-12-2018	08:35:48.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77e53b7bfe0056d3831837591aad3e31	
IMESE S.A. - 80016426-1	728.940.900	03-12-2018	08:35:43.157	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be46db46f635708ec9fd914be3e7aaf1	
V & V S.A. - 80038216-1	729.000.000	03-12-2018	08:35:31.682	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	940021c3ed07f0d249752038da682f0e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	730.000.000	03-12-2018	08:35:29.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e7739c43f4ef4f97ffe3b66bef59f62	
IMESE S.A. - 80016426-1	731.940.900	03-12-2018	08:35:27.090	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28ece7a3429a7ff8ea90be98592f5e8	
V & V S.A. - 80038216-1	732.000.000	03-12-2018	08:35:17.547	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43f76560ce65348e85c8c84e3e70f0d4	
IMESE S.A. - 80016426-1	734.940.900	03-12-2018	08:35:15.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	124c1308b3f1e8ff570a0a000a130568	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	735.000.000	03-12-2018	08:35:08.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd80520422a01ba457be800ee3725c8d	
V & V S.A. - 80038216-1	735.000.000	03-12-2018	08:35:09.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89141fc393f171e38f12ad9cafe70f95	
IMESE S.A. - 80016426-1	737.940.900	03-12-2018	08:35:03.641	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e1078bb6b708797354e2c32c046f426	
V & V S.A. - 80038216-1	738.000.000	03-12-2018	08:34:56.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7178dd0ee3f1fea84b9957e4a8bf53bb	
IMESE S.A. - 80016426-1	739.946.900	03-12-2018	08:34:46.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a5091e5ef8e82a75557b2369ab4ebd6	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	740.000.000	03-12-2018	08:34:36.402	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58aeb7e15df05d76432c6ecb49d7c446	
V & V S.A. - 80038216-1	740.000.000	03-12-2018	08:34:46.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50b40d08b1d841b2592921add274156f	
IMESE S.A. - 80016426-1	743.946.900	03-12-2018	08:34:31.119	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a12433a2482edf4e9aabe2977cf5b	
V & V S.A. - 80038216-1	744.000.000	03-12-2018	08:34:17.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55c998f9128bb23aacae860898a99385	
IMESE S.A. - 80016426-1	744.946.900	03-12-2018	08:34:22.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ddb21dda461acae3005bfe9a0871e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	745.000.000	03-12-2018	08:34:01.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c5002496fd0730f98ea8f57066debf9	
V & V S.A. - 80038216-1	749.945.000	03-12-2018	08:34:07.509	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5bdc14deb61cc6a8b79f77326f6609dd	
IMESE S.A. - 80016426-1	749.947.990	03-12-2018	08:32:49.702	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3d067b64aa6f61a6ab2895fc89623265	
V & V S.A. - 80038216-1	749.947.999	03-12-2018	08:27:25.628	Etapa de Puja
		Código Verificador:	10dd6bfa21e9470a2ccee2b5bf6655df	
IMESE S.A. - 80016426-1	749.948.000	03-12-2018	08:26:55.404	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fa96d27592812f423af9438934035bb9	
V & V S.A. - 80038216-1	749.950.000	03-12-2018	08:26:00.527	Etapa de Puja
		Código Verificador:	28fc138cacce6396c33c2c3cf236b170	

Listado General de todas las Ofertas

IMESE S.A. - 80016426-1	750.000.000	03-12-2018	08:01:20.917	Propuesta
		Código Verificador:	be0eef975dd1b51451dece4e49710386	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	750.000.000	03-12-2018	08:01:20.921	Propuesta
		Código Verificador:	1a144aae74ccbe3332ad9c26559cb26c	
V & V S.A. - 80038216-1	752.400.000	03-12-2018	08:01:20.922	Propuesta
		Código Verificador:	bed2e0b40e28e21a78af359af9d9a920	

2 - SILLA DE RUEDAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A. - 80038216-1	17.965.000	03-12-2018	08:01:21.344	Propuesta
		Código Verificador:	def435fc3d3a85b982fd519d41ec6e1a	

3 - CAMILLA DE TRASLADO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A. - 80038216-1	109.500.000	03-12-2018	09:30:46.758	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	f52cd753caa5f771bdb97a23fe430be7	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	110.000.000	03-12-2018	09:26:44.796	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24e0c5293c7c5104d7bf69a196dd8275	
V & V S.A. - 80038216-1	111.950.000	03-12-2018	09:20:08.554	Etapa de Puja
		Código Verificador:	15309536a17bd76b33d51125c756e922	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	112.000.000	03-12-2018	08:01:21.697	Propuesta
		Código Verificador:	0d3a130dfb3de54082e529f9a3e28cb8	
V & V S.A. - 80038216-1	116.000.000	03-12-2018	08:01:21.701	Propuesta
		Código Verificador:	abcec41cbb5d1b12c12f294640d2e223	
ALBATROS SACI - 80002766-3	118.440.000	03-12-2018	09:27:00.688	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b88e5cf81cb449950685a89bb084d3a5	
ALBATROS SACI - 80002766-3	120.000.000	03-12-2018	08:01:21.687	Propuesta
		Código Verificador:	5ff4c1f0b71443261777cfda7b94de7b	

4 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A. - 80038216-1	735.000.000	03-12-2018	09:54:31.456	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fb56e1bc70d65ba240b43b3cf04f987	
V & V S.A. - 80038216-1	738.000.000	03-12-2018	09:53:19.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c06ea87672c8e1ccd3b7dcb881480192	
V & V S.A. - 80038216-1	740.000.000	03-12-2018	09:52:10.287	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e868be31fc82a317bf33665559cd8853	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	744.000.000	03-12-2018	09:51:29.734	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10cf3fa72e98969fda3030a28b38b237	
V & V S.A. - 80038216-1	744.000.000	03-12-2018	09:51:45.821	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4c1fa7e53e2e4c43211989a52a02069	
V & V S.A. - 80038216-1	785.000.000	03-12-2018	09:49:58.470	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71558c4d9d2c48d0e6834c81d77e3edb	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	790.000.000	03-12-2018	09:49:35.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39856f1c5b5da1eeb8638cd79dabeea	
V & V S.A. - 80038216-1	790.000.000	03-12-2018	09:49:46.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c45d08949ceec70fea9ab7f694f7e4e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	800.000.000	03-12-2018	08:01:21.997	Propuesta
		Código Verificador:	445a6fb3c59d132594833c889ab38e2e	
V & V S.A. - 80038216-1	801.000.000	03-12-2018	09:48:15.337	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8af28afa4516eacce0b1e073a35094f3	
V & V S.A. - 80038216-1	818.880.000	03-12-2018	08:01:22.009	Propuesta
		Código Verificador:	faf0a960c832812ac3df47514c9ec759	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.000.000.000	03-12-2018	08:01:22.008	Propuesta
		Código Verificador:	e299cdb5df216e4c54e0697a08b28a74	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.894.000.000	03-12-2018	09:50:25.699	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f2cae851bc8652259d1cd06d3cfa9d	

Listado General de todas las Ofertas

ALBATROS SACI - 80002766-3	2.280.000.000	03-12-2018	08:01:21.987	Propuesta
		Código Verificador:	e5edf5ce2b27fba2ff4506f7b7483944	

5 - LAMPARA CUELLO DE CISNE

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	12.144.000	03-12-2018	08:01:22.117	Propuesta
		Código Verificador:	f9f9586cc6235105bcd263ba59c2eab3	

6 - ELECTROCARDIOGRAFO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	18.350.000	03-12-2018	10:43:20.608	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09f4873ef7a51ec7860ca17b4689e918	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	18.400.000	03-12-2018	10:43:10.368	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1bc75128dff8eb7f46a13dacc2927c41	
V & V S.A - 80038216-1	18.950.000	03-12-2018	10:42:30.747	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b91e54c94790029cf25e1a64344c7ac	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	19.000.000	03-12-2018	08:01:22.206	Propuesta
		Código Verificador:	6d8fea5eb4e4bef01f76d9136e17257a	
V & V S.A - 80038216-1	19.330.000	03-12-2018	08:01:22.207	Propuesta
		Código Verificador:	a896eb790dd118e3c9bc5821486bc1c1	

7 - DETECTOR FETAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	20.700.000	03-12-2018	10:53:12.036	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13e1091de2cf8bf8697ddb26c0bc92f5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	20.800.000	03-12-2018	08:01:22.295	Propuesta
		Código Verificador:	4a82bcb689d0bb255e302d9f7ad255f3	
V & V S.A - 80038216-1	21.168.000	03-12-2018	08:01:22.298	Propuesta
		Código Verificador:	81fa017a7e62b619b38798d0262114d5	

8 - LAMPARA SCIALÍTICA CON SATELITES

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	475.000.000	03-12-2018	11:14:51.820	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75fb14f24d0e97b9b44d41e95d946da9	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	480.000.000	03-12-2018	11:14:44.974	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5617d3972e48e404be16684eb35e8c3c	
V & V S.A - 80038216-1	488.000.000	03-12-2018	11:14:41.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91f7932794ad7cac96223018b4abc78e	
ALBATROS SACI - 80002766-3	489.000.000	03-12-2018	11:14:50.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b8277efb9c3609e6477daad12a1e4a1	
ALBATROS SACI - 80002766-3	490.000.000	03-12-2018	11:14:34.314	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	297ebda394efa6388b854f92cb8f7af7	
V & V S.A - 80038216-1	500.000.000	03-12-2018	11:14:31.478	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f22b8501ad011a9b53907de4b4e4f3c6	
V & V S.A - 80038216-1	505.000.000	03-12-2018	11:14:19.816	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	caa50cb5dba0671157ffb3b3d7780fe9	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	509.000.000	03-12-2018	11:14:34.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4df5495dc58fd6d7d42a8ac33bf56b3	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	510.000.000	03-12-2018	11:14:09.907	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df8125befadd4299cccb6444ddec263	
ALBATROS SACI - 80002766-3	510.000.000	03-12-2018	11:14:12.091	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47c496f15f87e0916f3013f38dbfd8eb	
V & V S.A - 80038216-1	515.000.000	03-12-2018	11:14:14.140	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4f1f62a37bd9938c06c836c937dc1a9	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	517.000.000	03-12-2018	11:14:05.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce74061335efebdf3ed2a72fecc6fe90	
V & V S.A - 80038216-1	519.000.000	03-12-2018	11:13:53.184	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	d20df528bf50875307c064725536985
BIOERIX S.A. - 80051821-7	520.000.000	03-12-2018	11:13:45.443
		Código Verificador:	4293a745de339aa0da5643ddbba06106
ALBATROS SACI - 80002766-3	525.000.000	03-12-2018	11:14:01.030
		Código Verificador:	0c711cae1e32703c6a1018db3052afd4
V & V S.A - 80038216-1	529.000.000	03-12-2018	11:13:46.735
		Código Verificador:	ea4f156caf026aea380c2886e07d70f
BIOERIX S.A. - 80051821-7	530.000.000	03-12-2018	11:13:40.660
		Código Verificador:	38b781a9afe50c96114980f38b74b026
V & V S.A - 80038216-1	540.000.000	03-12-2018	11:13:23.059
		Código Verificador:	e13f710890d83712b06d47863378559f
ALBATROS SACI - 80002766-3	540.000.000	03-12-2018	11:13:46.531
		Código Verificador:	90ff738e5a6609b8701e47171fb1ce0e
BIOERIX S.A. - 80051821-7	550.000.000	03-12-2018	11:13:18.570
		Código Verificador:	518418d90a71859657481a142a5f24dd
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	559.000.000	03-12-2018	11:13:18.079
		Código Verificador:	7e23827c54c375b24ff4dcd64daf1d94
V & V S.A - 80038216-1	560.000.000	03-12-2018	11:13:12.602
		Código Verificador:	fea13f4886d69275653045609b2c22bb
ALBATROS SACI - 80002766-3	564.000.000	03-12-2018	11:13:22.429
		Código Verificador:	f9b94bc355e2232903c88cb6274ae573
ALBATROS SACI - 80002766-3	565.000.000	03-12-2018	11:13:07.654
		Código Verificador:	c23cfc0770cd579d936b798113e18761
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	568.000.000	03-12-2018	11:13:09.839
		Código Verificador:	d447efbb6dcb0a790e9bfd16b009372e
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	569.000.000	03-12-2018	11:13:06.299
		Código Verificador:	4fd26e0614618b629ce291b6feafa827
V & V S.A - 80038216-1	570.000.000	03-12-2018	11:12:58.597
		Código Verificador:	721fed719a2623a3c41750c893c36d70
BIOERIX S.A. - 80051821-7	570.000.000	03-12-2018	11:13:06.998
		Código Verificador:	94851e8267301d9cc1126535976e4cc1
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	575.000.000	03-12-2018	11:12:58.862
		Código Verificador:	b4a773c688481b373c317a5356fdb452
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	575.500.000	03-12-2018	11:12:53.298
		Código Verificador:	5f4eb7df2b44a781bd0bf295cd3b47b6
BIOERIX S.A. - 80051821-7	580.000.000	03-12-2018	11:12:50.021
		Código Verificador:	8484b87b540cdd85a8d75350df1316d1
V & V S.A - 80038216-1	581.000.000	03-12-2018	11:12:34.972
		Código Verificador:	4116de6e7458de102b281d655c0ce1b1
ALBATROS SACI - 80002766-3	585.000.000	03-12-2018	11:12:24.889
		Código Verificador:	332421f49c09927384c12fa3a2ca91b2
V & V S.A - 80038216-1	588.000.000	03-12-2018	11:12:24.487
		Código Verificador:	50502759b18681ed925e9eaf3685b03f
BIOERIX S.A. - 80051821-7	589.000.000	03-12-2018	11:12:20.533
		Código Verificador:	3d7fa86ea88e699f76fe74f072801297
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	589.000.000	03-12-2018	11:12:24.321
		Código Verificador:	7cd065cce8c2ad591cc16a7b3a953d6a
ALBATROS SACI - 80002766-3	590.000.000	03-12-2018	11:12:09.700
		Código Verificador:	7ede353d8da1d60fbd355c1005f55928
V & V S.A - 80038216-1	595.000.000	03-12-2018	11:11:47.583
		Código Verificador:	6bc9168b39f00b54e71de4d4695dc1f8
BIOERIX S.A. - 80051821-7	599.000.000	03-12-2018	11:11:53.443
		Código Verificador:	9e4dc7ebc4612d029dc86114c5024856
ALBATROS SACI - 80002766-3	600.000.000	03-12-2018	11:11:31.017
		Código Verificador:	97b2a6ae6a2ee9dba98c1a659b6cf8f2
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	602.000.000	03-12-2018	11:11:40.627
		Código Verificador:	fcc3e228c7a572cb59da73be006ad5cb
V & V S.A - 80038216-1	605.000.000	03-12-2018	11:11:27.693

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	3095791c472f53f01203255d074bdec3
BIOERIX S.A. - 80051821-7	608.000.000	03-12-2018	11:11:19.282
		Código Verificador:	8c2581edf54978bb5c8ee9e0382b7a32
V & V S.A - 80038216-1	608.000.000	03-12-2018	11:11:20.700
		Código Verificador:	c3af62eac5db0eealac0b5df1de1597c
ALBATROS SACI - 80002766-3	609.000.000	03-12-2018	11:11:04.416
		Código Verificador:	545bd18d683b1ac94731e06c5e2d2f14
V & V S.A - 80038216-1	613.000.000	03-12-2018	11:11:11.155
		Código Verificador:	590e8365d44c3cc65207930f3079b828
BIOERIX S.A. - 80051821-7	613.500.000	03-12-2018	11:11:07.508
		Código Verificador:	b4d8afcba5158447c483f80adf0da773
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	614.000.000	03-12-2018	11:10:52.067
		Código Verificador:	4dc49683ac8bad4ef78e743ca3ca4091
ALBATROS SACI - 80002766-3	615.000.000	03-12-2018	08:01:22.569
		Código Verificador:	4db71d597af2d475abd67563ffa1a8d1
V & V S.A - 80038216-1	620.000.000	03-12-2018	11:10:39.579
		Código Verificador:	4fc435f5a721bc1629746ba317965be5
V & V S.A - 80038216-1	645.750.000	03-12-2018	11:00:17.333
		Código Verificador:	fb8952c5182c4d62e5d5c03dc4bac35
V & V S.A - 80038216-1	680.000.000	03-12-2018	10:56:05.491
		Código Verificador:	9a30e5194e90fc298600a54ac62c126a
BIOERIX S.A. - 80051821-7	690.000.000	03-12-2018	08:01:22.571
		Código Verificador:	4f7659fcad192c9c053d97918dfc903c
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	765.000.000	03-12-2018	08:01:22.570
		Código Verificador:	ba1a33d292166c3cf0ced9c876a4b2d8
V & V S.A - 80038216-1	766.434.000	03-12-2018	08:01:22.572
		Código Verificador:	eb6f0e1036fa725926ecacbd346dddf

9 - TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	657.000.000	03-12-2018	08:01:22.707	Propuesta
		Código Verificador:	07a9fcdac05299b7b3e5a78c2687a2c2	
ALBATROS SACI - 80002766-3	710.000.000	03-12-2018	11:26:24.574	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9362798638da7d1e2595f77e1ed7ecf3	
ALBATROS SACI - 80002766-3	820.000.000	03-12-2018	11:24:55.938	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a053bbe783f2d64bd0201a29f55ee315	
ALBATROS SACI - 80002766-3	980.000.000	03-12-2018	08:01:22.690	Propuesta
		Código Verificador:	d0e05a2163fa5a0401ebb44d8ee9ee17	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - CAMA DE NACIMIENTO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	699.500.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	700.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	707.900.000

2 - SILLA DE RUEDAS

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	17.965.000

3 - CAMILLA DE TRASLADO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	109.500.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	110.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	118.440.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

4 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	735.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	744.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	800.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.894.000.000

5 - LAMPARA CUELLO DE CISNE

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	12.144.000

6 - ELECTROCARDIOGRAFO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	18.350.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	18.400.000

7 - DETECTOR FETAL

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	20.700.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	20.800.000

8 - LAMPARA SCIALÍTICA CON SATELITES

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	475.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	480.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	489.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	559.000.000

9 - TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA

Oferente	Mejor Precio
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	657.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	710.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80012330-1 - B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.

Item	Precio Ganador
9 - TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	657.000.000

Proveedor: 80038216-1 - V & V S.A

Item	Precio Ganador
1 - CAMA DE NACIMIENTO	699.500.000
2 - SILLA DE RUEDAS	17.965.000
3 - CAMILLA DE TRASLADO	109.500.000
4 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA	735.000.000
5 - LAMPARA CUELLO DE CISNE	12.144.000
6 - ELECTROCARDIOGRAFO	18.350.000
7 - DETECTOR FETAL	20.700.000
8 - LAMPARA SCIALÍTICA CON SATELITES	475.000.000

Listado de Mensajes

1 - CAMA DE NACIMIENTO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	08:10:19.198

Listado de Mensajes

Buenos días, comenzamos la Subasta.	03-12-2018	08:10:25.993
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2018	08:14:17.758
Señores Oferentes, bajen sus precios	03-12-2018	08:22:07.886
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	08:22:11.856
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2018	08:22:17.408
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	03-12-2018	08:22:26.119
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	08:23:50.293
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	08:23:53.202
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	08:33:25.693
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	08:37:12.758
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	03-12-2018	08:37:12.872
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	03-12-2018	08:37:12.872
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	08:37:46.591

2 - SILLA DE RUEDAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	08:42:41.482
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	08:42:47.205
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	03-12-2018	08:50:29.915
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	03-12-2018	08:50:36.526
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	08:50:43.318
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	08:50:53.480
Señor/a Oferente, baje su precio	03-12-2018	08:51:01.076
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	03-12-2018	08:51:13.073
Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	03-12-2018	08:55:23.741
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	08:55:44.557
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	09:01:44.795
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	09:07:50.152
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	09:07:50.231

3 - CAMILLA DE TRASLADO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	09:08:23.119
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	09:08:29.771
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2018	09:08:53.478
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2018	09:11:21.209
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	09:11:29.166
Señores bajen sus precios.	03-12-2018	09:11:38.961
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	03-12-2018	09:11:46.283
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	09:16:56.026
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	09:16:58.889
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	09:26:08.863
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	09:30:22.919
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	03-12-2018	09:30:22.972
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	03-12-2018	09:30:22.972
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	09:30:46.796

4 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	09:31:04.823
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	09:31:10.893
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2018	09:31:54.611
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2018	09:32:59.266
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	09:33:07.693

Listado de Mensajes

Señores Oferentes, bajen sus precios	03-12-2018	09:33:28.556
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	03-12-2018	09:33:47.514
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	09:38:10.106
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	09:41:55.616
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	09:47:55.741
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	09:54:53.828
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	09:54:53.984

5 - LAMPARA CUELLO DE CISNE

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	09:55:58.018
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	09:57:00.913
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	03-12-2018	09:57:07.150
Señor/a Oferente, baje su precio	03-12-2018	09:58:02.413
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	09:58:08.927
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	03-12-2018	09:58:17.822
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	03-12-2018	09:58:25.448
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	10:06:48.521
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	10:06:50.875
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	10:12:50.982
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	10:22:43.121
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	10:22:43.273

6 - ELECTROCARDIOGRAFO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	10:25:04.615
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	10:25:10.258
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2018	10:25:17.179
Señores bajen sus precios.	03-12-2018	10:28:43.867
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	10:28:47.556
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2018	10:28:55.523
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	03-12-2018	10:31:59.306
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	10:34:06.541
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	10:34:12.318
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	10:40:12.598
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	10:44:05.668
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	10:44:05.741

7 - DETECTOR FETAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	10:44:29.558
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	10:44:34.654
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2018	10:44:45.732
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	10:44:55.604
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2018	10:45:00.789
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	03-12-2018	10:45:06.918
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	10:45:57.925
Señores Oferentes, bajen sus precios	03-12-2018	10:46:02.171
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	10:46:04.857
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	10:52:04.882
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	10:55:04.984
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	10:55:05.059

8 - LAMPARA SCIALÍTICA CON SATELITES

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	10:55:37.339
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	10:55:46.555
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	03-12-2018	10:55:49.644
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	03-12-2018	10:55:57.856
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	03-12-2018	10:56:06.103

Listado de Mensajes

Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	11:03:56.557
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	11:03:59.297
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	11:09:59.311
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	11:15:00.678
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	11:15:00.823

9 - TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	11:15:22.978
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	11:15:29.850
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2018	11:15:34.307
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	11:15:40.511
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2018	11:15:44.209
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	03-12-2018	11:17:11.816
Señores Oferentes, bajen sus precios	03-12-2018	11:18:23.137
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	11:18:28.391
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	11:18:40.473
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	11:24:40.543
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	11:31:32.606
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	11:31:32.658

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.