

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 358083

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 13:44 del día 17/12/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 358083 - LPN SBE 11-19 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES AREA INTERIOR DEL IPS de la Institución:

Código Verificador: 3f473c2ae3a6d9a90e105db1f72f6fa1

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM N° 67 – VIDEOCOLPOSCOPIO Sub Ítem 67.4.9 - Base redonda con 5 ruedas como mínimo y freno en por lo menos dos de ellas. Solicitamos al Convocante tenga a bien aceptar con Base redonda o cuadrada de 4 o 5 ruedas y frenos en por lo menos dos de ellas.-		14-03-2019	14:52:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:19:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM N° 67 – VIDEOCOLPOSCOPIO Sub Ítem 67.7 - Cámara fotográfica digital Considerando que el bien solicitado es un VIDEOCOLPOSCOPIO, por lo que no se debería solicitar una cámara fotográfica digital, sino más bien una video-cámara digital, solicitamos al Convocante modificar este numeral de modo a que quede redactado de la siguiente forma: Sub Ítem 111.5 – Video-cámara digital con Sistema de procesamiento de Imágenes ITEM N° 67 – VIDEOCOLPOSCOPIO Sub Ítem 67.7.1 - De 16 megapíxeles o mayor adaptable al colposcopio. Debido al pedido anterior, solicitamos modificar este numeral de la siguiente manera: Sub Ítem 67.7.1 - Video-cámara digital con Sistema de procesamiento de Imágenes, compuesto por: - Adaptador para video cámara - Video cámara digital - Notebook de al menos 15 pulgadas - Software con capacidad de realizar: Utilización amigable software sencillo de instalar y de utilizar, que permita al profesional contar con un amplio banco de imágenes digitales de alta resolución y calidad, videos digitales, que pueden ser archivados digitalmente en su ordenador o computador / Con posibilidad de archivar imágenes sin limitación del número de ellas en bancos personalizados por cada paciente. Y que estas imágenes puedan luego ser procesadas, archivadas, enviadas digitalmente o impresas en claros y elegantes informes / Que permita el archivo de videos digitales sin limitaciones en el número de ellos por paciente, los cuales pueden luego ser editados. - Impresora Láser color		14-03-2019	14:52:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:19:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 6 - BALANZA ADULTO Sub Item 6.4.8 - Altímetro digital. Solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Altímetro digital o manual tipo telescópico.		14-03-2019	14:56:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:19:53
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 6 - BALANZA ADULTO Sub Ítem 6.4.9 - Rango de medición entre 30 o menos a 210 cm o más. Solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Rango de medición entre 60 cm (o menor) a 200 cm (o mayor).		14-03-2019	14:56:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:19:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 14 - CAMILLA DE INSPECCION GINECOLOGICA Sub Ítem 14.3.1. - Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos permitan la cotización de: Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas, para posibilitar mayor participación de oferentes.		14-03-2019	15:42:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:20:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 14 - CAMILLA DE INSPECCION GINECOLOGICA Sub Ítem 14.4.3. - Trendelenburg y Trendelenburg inverso. Como se trata de una camilla de inspección, consideramos que la función Trendelenburg y Trendelenburg inverso, no corresponde, por lo que solicitamos al Convocante la eliminación de este sub ítem o sea declarado Opcional.		14-03-2019	15:42:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:20:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 14 - CAMILLA DE INSPECCION GINECOLOGICA Sub Ítem 14.4.7. - Ruedas con sistema de freno en las 4 ruedas. Las camillas ginecológicas no poseen ruedas, ya que son para inspección fija, no son para traslado de pacientes, por lo que no deberían poseer Ruedas. En ese sentido solicitamos permitan la cotización de Base estable con regatones de plástico o se declare Opcional este sub ítem.		14-03-2019	15:43:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:20:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 31 - CAMILLA DE TRASLADO Sub ítem 15.4.1 - Que soporte un peso de 240 kg como mínimo. Solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Que soporte un peso de 180kg como mínimo.		14-03-2019	16:06:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:20:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 31 - CAMILLA DE TRASLADO Sub Ítem 15.4.11.1 - Trendelenburg de 20° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática. Solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Trendelenburg de 18° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática.-		14-03-2019	16:06:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:20:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 20 - DETECTOR FETAL Sub Ítem 20.2.4. - Operación con baterías y con fuente de alimentación externa. Solicitamos a la convocante la posibilidad de cotizar: " Operación con baterías y/o con fuente de alimentación externa".		14-03-2019	16:08:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:20:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 20 - DETECTOR FETAL Sub Ítem 20.3.2. - Baterías recargables AA necesarias por cada equipo. Solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Baterías recargables AA o de Litio o 9 V, necesarias por cada equipo.		14-03-2019	16:09:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:20:40
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 20 - DETECTOR FETAL Sub Ítem 20.3.4. - Fuente de alimentación externa para conexión en red de 220V 50 Hz, para utilización del equipo sin necesidad de batería. Solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Fuente de alimentación externa para conexión en red de 220V 50 Hz, para utilización del equipo durante carga de batería".		14-03-2019	16:10:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:20:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 24 – ELECTROESTIMULADOR Sub ítem 24.3.1 - Con ancho de pulso en el rango de 10 y 1000 µs. Solicitamos al Convocante permita la cotización: Con ancho de pulso en el rango de 10 y 500 µs.		14-03-2019	16:13:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:22:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 24 – ELECTROESTIMULADOR Sub ítem 24.4.1 - Control de ancho de pulso entre 20 y 900 µs. Solicitamos al Convocante permita la cotización: Control de ancho de pulso entre 20 y 500 µs.		14-03-2019	16:13:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:22:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 24 – ELECTROESTIMULADOR Sub ítem 24.5.2 - Control de frecuencia de pulso entre 0,1 y 1000 Hz. Solicitamos al Convocante permita la cotización: Control de frecuencia de pulso entre 0,1 y 500 Hz.		14-03-2019	16:14:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:22:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 24 – ELECTROESTIMULADOR Sub ítem 24.6.3 - Batería recargable. Solicitamos al Convocante declarar OPCIONAL este numeral o se elimine; considerando que esta tipo de equipos no operan con baterías.		14-03-2019	16:14:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:22:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 24 – ELECTROESTIMULADOR Solicitamos al Convocante elevar el precio referencial de este Ítem, debido a que se encuentra muy por debajo del precio de mercado. Sugerimos al Convocante utilizar el mismo precio referencial del Llamado LPN SBE 12-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA OBRAS DEL AREA CENTRAL con ID: 357993 – en el que para el Ítem 55 EQUIPO NEUROESTIMULADOR TRASCUTANEO NEUROMUSCULAR (PORTATIL), dispuso un precio referencial de 20.475.000.-		14-03-2019	16:28:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al precio referencial modificado en el SICP.		16-09-2019	08:23:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 6 - BALANZA PEDIATRICA Sub Item 7.4.2 - Capacidad en el rango de 0 a 120 kg por lo menos. Considerando que la balanza solicitada es pediátrica (indicada para bebés y/o niños) solicitamos al Convocante modificar esta exigencia y permitir la cotización con: Capacidad en el rango de 0 a 20 kg por lo menos.		14-03-2019	16:34:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:23:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 7 - BALANZA PEDIATRICA Sub Item 7.4.2 - Capacidad en el rango de 0 a 120 kg por lo menos. Considerando que la balanza solicitada es pediátrica (indicada para bebés y/o niños) solicitamos al Convocante modificar esta exigencia y permitir la cotización con: Capacidad en el rango de 0 a 20 kg por lo menos.		14-03-2019	16:40:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:24:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ítem 7 - BALANZA PEDIATRICA Sub Item 7.4.9 - Tallimetro con capacidad de 70 cm de hasta 180 cm con pasos de 1 mm o menos. Considerando que la balanza solicitada es pediátrica (indicada para bebés y/o niños) solicitamos al Convocante modificar esta exigencia y permitir la cotización con: Tallimetro con capacidad de 10 cm de hasta 100 cm (o más) con pasos de 1 mm o menos.	14-03-2019	16:41:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:25:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 7 - BALANZA PEDIATRICA Sub Item 7.4.3 - Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). Solicitamos al Convocante la posibilidad de cotizar: Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko) o con Baterías.	14-03-2019	16:41:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:25:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Especificaciones técnicas: Donde dice: 1. 4.6 Filtro de seguridad para impedir entrada de secreciones a la bomba. Consulta: Si este filtro se trata de los siguientes; a) Frasco pequeño, con trampa, para protección contra sobrellenado, b) Frasco pequeño, con trampa, para protección contra sobrellenado, con filtro interior bacteriano y viral. c) Filtro descartable bacteriano y viral hidrófobo	15-03-2019	08:22:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:25:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Especificaciones técnicas: Donde dice: 1. 4.7 frascos de policarbonato, Consulta: Los frascos recolectores de polisulfona son esterilizables en autoclave a 134°C, mientras que los de policarbonato lo son a 121°C. Por lo anterior solicitamos se pueda cotizar frascos en material de polisulfona.	15-03-2019	08:23:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:25:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Especificaciones técnicas: Donde dice: 1. 4.9 Filtro antibacteriano e hidrófobo. Consulta: Si este filtro se trata de lo siguiente; a) Filtro descartable bacteriano y viral hidrófobo.	15-03-2019	08:24:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:25:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Especificaciones técnicas: Donde dice: 1. 4.14 Alimentación eléctrica: Consulta: Si para proteger de daños eléctricos y otros; la sala donde será utilizado el Aspirador Quirúrgico; a) El equipo aspirador vendrá equipado con fusibles de protección, y con tapa de acceso para reposición de los fusibles, en caso de fallas.	15-03-2019	08:25:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:25:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Especificaciones técnicas: Accesorios (por cada equipo) Donde dice: 1. 5.2 Veinte juegos de filtros de aire. Consulta: Si este filtro se trata de lo siguiente; a) Veinte filtros descartables bacteriano y viral hidrófobo; para colocar a la entrada de la bomba. b) Veinte filtros descartables; bacteriano hidrofóbico de papel; para colocar en la expulsión de la bomba.	15-03-2019	08:25:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:25:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos la posibilidad de incluir un anticipo financiero del 20%, considerando la cantidad y el alto costo de algunos de los equipos solicitados. En caso de incluirse el anticipo, solicitamos que el plazo de entrega sea desde el pago de dicho anticipo.	15-03-2019	15:15:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:25:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

4.3 Dimensiones totales de la cama con cabecera, piecera y barandales arriba, incluyendo protectores. Ancho máximo 100cm ¿Se podría cotizar con ancho máximo de 105cm?.	15-03-2019	15:18:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:25:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.4 Dimensiones de la supercie del paciente Longitud mínima 200cm ¿Podría cotizarse con longitud mínima de 195cm?.	15-03-2019	15:18:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:26:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1 Altura ajustable (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón) Altura mínima 49cm o menos. ¿Podría cotizarse con altura mínima de 55cm o menos?.	15-03-2019	15:20:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:26:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5 Dimensiones de la camilla (con barandales arriba) Longitud total 200cm o menos ¿Podría cotizarse con longitud total de 210cm o menos?.	15-03-2019	15:20:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:26:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.11.1 Trendelenburg de 20° como mínimo ¿Podría cotizarse con Trendelenburg de 12° como mínimo?.	15-03-2019	15:21:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:26:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.11.3 Sección de espalda o fowler que cubra el rango de 0 a 70° como mínimo. ¿Podría cotizar con sección de espalda o fowler que cubra el rango de 0 a 65° como mínimo?.	15-03-2019	15:22:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:26:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.11.4 Altura regulable hidráulicamente mediante pedal: Altura máxima: 90cms o más Altura mínima: 60cm o menos ¿Se podría cotizar con altura mínima de 88cm o más y altura mínima de 70cm o menos?.	15-03-2019	15:22:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:26:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6.12 Dimensiones mínimas: Altura 0,80m incluyendo ruedas, Ancho 0,65m, Profundidad 0,50m. ¿Podría cotizar con altura de 1,00m incluyendo ruedas, Ancho 0,62m, Profundidad 0,49m?.	15-03-2019	15:23:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:26:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6.1 Estructura en acero inoxidable AISI 304 ¿Podría cotizarse con estructura en acero al carbono?.	15-03-2019	15:24:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:26:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.7.2 Para papel de 50mm ¿Podría cotizarse para papel de 48 a 58mm.	15-03-2019	15:24:39
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:26:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1.1 Tecnología LCD, al menos pantalla sensible al tacto (touchscreen) ¿Podría considerarse como opcional la función de pantalla sensible al tacto?.	15-03-2019	15:25:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:27:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 4.5 Se debe incluir software para PC (al menos una licencia por equipo) que permita la visualización de datos/eventos grabados por el desfibrilador y cualquier accesorio necesario para la transferencia de datos del equipo a la PC. Se podrán ofertar equipos donde se pueda descargar la información de datos/eventos grabados en el desfibrilador en una memoria tipo USB incluida en la oferta?	15-03-2019	15:26:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:27:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.3 Tamaño diagonal de 8" o más De manera a dar participación a un mayor número de oferentes, solicitamos se puedan ofertar electrocardiógrafos con pantalla de 7, siempre y cuando se observen las 12 derivaciones en tiempo real	15-03-2019	15:27:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:27:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.2.3 Detección de por lo menos 100 tipos de arritmia. Solicitamos respetuosamente revisar este parámetro debido a que es una cantidad excesiva de arritmias.	15-03-2019	15:27:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:27:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4.1 Térmica y con posibilidad de conexión plug and play mediante puerto USB con impresoras a chorro de tinta y láser. Solicitamos que el puerto USB para impresora a chorro de tinta y láser pueda ser considerado como opcional, de manera a dar participación a un mayor número de oferentes.	15-03-2019	15:27:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:27:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.4.1 Diámetro del campo de iluminación de 20cm como mínimo ¿Se podría cotizar de 19cm como mínimo?.	15-03-2019	15:28:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:27:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el punto 9.3 Detección de mezclas de agentes anestésicos con despliegue de las concentraciones de los agentes mezclados. Debido a que los sistemas de anestesia cuentan con una protección anti mezcla de agentes anestésicos y que cuando un vaporizador está siendo utilizado los demás son bloqueados, sugerimos respetuosamente reemplazar de la siguiente manera: Detección de mezclas de gases con despliegue de las concentraciones de los gases mezclados.	15-03-2019	15:28:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:27:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.9 Ancho de la mesa: 55cm o más ¿Se podría cotizar con 52cm o más?.	15-03-2019	15:29:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:27:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el listado de accesorios solicitan en el punto: 11.9.3 Transductor de presión reusable. Cantidad: 6 (seis) por cada equipo como mínimo. Sets desechables (domo, llave de tres vías). Cantidad: 50 (cincuenta) por cada equipo como mínimo. Un cable interfase reusable. Solicitamos que esta especificación sea modificada de la siguiente manera: 1 Cable troncal y 100 kits de transductores descartables por cada canal. Esta solicitud obedece a que los transductores de presión reusable son de una tecnología obsoleta, debido a que son muy costosos y altamente sensibles a los golpes y lo más importante, son agentes de contaminación de virus y bacterias dentro del ámbito hospitalario, en este sentido se han publicado estudios científicos donde se comprueba los transductores podrían conducir infecciones intrahospitalarias de paciente a paciente.	15-03-2019	15:29:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:28:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.7 Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente. De manera a dar participación a un mayor número de oferentes y a marcas reconocidas en el mercado, solicitamos se puedan ofertar monitores con despliegue de al menos 8 curvas fisiológicas simultáneamente, siempre y cuando pueda contar con una pantalla para despliegue de las 12 ondas de ECG?	15-03-2019	15:29:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:28:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.10 Acolchados a prueba de agua de al menos 7cm adecuado para uso en cirugía. ¿Se podría cotizar con acolchado de al menos 6.5cm adecuado para uso en cirugía?.	15-03-2019	15:29:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:28:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.15 Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica. Por favor confirmar que este punto será aplicado si está conectado a una central de monitoreo	15-03-2019	15:30:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:28:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50cm en total ¿Podría cotizarse de al menos 30cm en total?.	15-03-2019	15:30:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:28:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.16 Capacidad de interfase con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7. Por favor confirmar que este punto será aplicado si está conectado a una central de monitoreo	15-03-2019	15:30:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:28:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6.11 Prolongadores laterales para pacientes bariátricos, para todas las secciones de la mesa ¿Podría considerarse como opcional?.	15-03-2019	15:31:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:28:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1.3 Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas. Este punto deberá incluir el análisis del segmento ST?	15-03-2019	15:31:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:29:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6. Alarmas 6.7 CO2. Por favor aclarar que la alarma de CO2 debe estar disponible si el monitor cuenta con el módulo de medición de CO2.	15-03-2019	15:32:04

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:29:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- De manera a evitar la propagación de infecciones intrahospitalarias, sugerimos puedan agregar a las especificaciones técnicas las siguientes especificaciones técnicas: El monitor no deberá contar con partes internas móviles, como cooler, ya que hace recircular el aire contaminado de una dependencia hospitalaria El monitor a ser cotizado deberá contar con bordes redondeados, sin puntos de unión en la superficie (ranuras) que permitan el alojamiento de bacterias. Facilidad de limpieza, que sea resistente a una amplia variedad de desinfectantes presentes en el mercado	15-03-2019	15:32:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:29:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Con el fin de facilitar la identificación del equipo que está con alarma, la luz de alarma del monitor deberá poder ser vista en 360°?	15-03-2019	15:32:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:29:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- El monitor a ser cotizado deberá contar con sensor de luz ambiental y ajuste automático de brillo para mayor confort de los pacientes?	15-03-2019	15:33:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:29:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR ACLARAR SI QUIEREN EQUIPO ANALÓGICO O DIGITAL. El titulo dice Digital pero luego en las especificaciones solicitan chasis y procesadora automática para revelado de películas y los insumos para el funcionamiento del equipo ANALÓGICO y negatoscopio. (todo esto es para mamógrafo ANALÓGICO) Y luego más abajo vuelven a poner especificaciones técnicas del detector digital, y Estación de Revisión que son parte de un equipo de Mamografía Digital. Entonces vuelvo a consultar quieren un ANALÓGICO o DIGITAL. En el caso que sea un equipo DIGITAL deberán rever el precio estimado ya que este precio referencial esta por debajo del costo de cualquier equipo digital. El caso que sea Equipo Analógico deberán rever el pliego y sacar las especificaciones técnicas del equipo DIGITAL.	15-03-2019	15:33:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15y a los datos modificados en el SICP.	16-09-2019	08:30:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- El monitor cotizado deberá contar con posibilidad de ampliación a futuro de conexión de equipos de terceros: ventiladores, bombas de infusión, sistemas de anestesia, de manera a concentrar la información en un solo lugar	15-03-2019	15:33:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:30:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.2.1 Altura ajustable con movimientos eléctricos como mínimo 1m de altura ¿Se podría cotizar con movimientos eléctricos como mínimo de 90cm de altura?	15-03-2019	15:34:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:30:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para aquellos equipos que precisan de Instalación Edilicia el pliego dice: Para los equipos que requieren instalación: Es responsabilidad del oferente comprobar que las dimensiones de la sala son suficientes para la instalación y utilización de los equipos. El oferente deberá presentar constancia de verificación del lugar donde será realizada la instalación o declaración jurada de conocer plenamente el lugar donde será realizada la instalación. Cualquier adecuación necesaria para la utilización de los equipos correrá por cuenta de la empresa adjudicada. Los equipos que necesitan instalación se describen en la planilla Distribución de Equipos. Que sucedería en caso que las dimensiones de la sala no fuesen suficientes para la instalación y utilización de equipos? Sera el oferente responsable únicamente por la adecuación de las salas adecuaciones necesarias según el pliego. Pero quien correrá con los costos de construcción o quien será responsable si las salas propuestas no cumplan con las dimensiones?	15-03-2019	15:34:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:31:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.2.2 Largo de mesa 180 a 200cm con extensor auxiliar retráctil ¿Se podría cotizar de 170 a 200cm?	15-03-2019	15:35:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:31:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.2.4 Trendelenburg y trendelenburg inverso de al menos +-12° de accionamiento eléctrico ¿Se podría cotizar de +-10°?	15-03-2019	15:36:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:32:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos la exclusión o que sean opcionales los numerales 4.3.3, 4.35, y 4.3.11 considerando que no son accesorios para uso con el tipo de mesa solicitado.	15-03-2019	15:39:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:32:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.7 Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente. ¿Podría cotizarse con al menos 7 curvas fisiológicas simultáneamente?.	15-03-2019	15:40:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:32:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el orden N°4.6: Donde dice capacidad de calor de ánodo: 150.000 HU o mayor Solicitamos que la capacidad de calor del ánodo sea al menos de 300.000 HU.	15-03-2019	15:40:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se encuentra dentro del rango. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:32:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el orden N°4.7, Donde dice: Filtros de Molibdeno y Rhodio Solicitamos para mayor participación de oferentes permitan que se modifique a: Filtros de Molibdeno o Rhodio.	15-03-2019	15:41:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:32:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el orden N° 4.11 donde dice selección automática de filtros, permitan la participación de equipos con filtro de Molibdeno o Rhodio o de un solo tipo de filtro.	15-03-2019	15:42:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:33:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.13 donde solicitan: Plato, placa o paleta de compresión de 18x24cm y de 24x30cm. Cantidad: 5 (cinco) de cada tamaño por cada equipo. A fin de optimizar la compra solicitamos consideren disminuir la cantidad de Plato, placa o paleta de compresión de 18x24cm y de 24x30cm a fin de poder agregar un dispositivo de magnificación 1.8x de 18x24cm y paleta de magnificación de estándar de 1.8x de 24x30cm. Quedando de la siguiente manera En el orden 4.13 donde dice: Plato, placa o paleta de compresión de 18x24cm y de 24x30cm cantidad 5(cinco) de cada tamaño por equipo. Solicitamos que reduzcan la cantidad de Plato, placa o paleta a 2 (dos) unidades. En el orden N° 4.16 donde dice: Bucky con regilla de 18 x 24cm y de 24x30cm cantidad 2(dos) de cada tamaño por cada equipo. Solicitamos reducir Bucky con regilla de 18 x 24cm y de 24x30cm cantidad 1 (uno) de cada tamaño por cada equipo.	15-03-2019	15:43:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:33:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

4.1.5 Teclas de función programable para funciones de cámara y accesorios periféricos. Esta es una función del cabezal de cámara y/o del videoendoscopio y no del procesador, favor excluir o considerarlo como opcional	15-03-2019	15:44:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:33:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos modificación del orden N° 4.15, sistema de impresión de datos del paciente en película con teclado alfanumérico, recomendamos para una mayor participación de oferentes permitir el uso de dispositivos alternativos para la identificación del nombre del paciente.	15-03-2019	15:44:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:33:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.20 Donde dice: Insumos necesarios para la reveladora ofertada para seis meses (cinco días a la semana, seis horas por día de utilización) según recomendación del fabricante. Entendemos que: por insumos, se refiere a los químicos (revelador y fijador), en cuyo caso la cantidad estimada por el fabricante es de 4 bidones/ 5lts de concentrado por mes, de cada uno. ¿Las placas mamográficas también se considerarán insumos para la provisión?, ¿En caso que sea afirmativo, cuantas cajas x 100 unidades de placas solicitarían por equipo?	15-03-2019	15:45:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:33:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.24 Donde dice: un (1) Tubos de rayos x de repuesto. Solicitamos que adquieran un solo tubo de rayos x de repuesto. para todos los 3 Mamografo.	15-03-2019	15:45:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:33:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1.7 Salidas de señal compuesta, RGB, DV y S-Video. Deberá proveer todos los cables por cada tipo de salida para su conexión. ¿Podría cotizarse con salidas de video: Señal compuesta RGB, DV, S-Video, DVI, SDI al menos 2 de ellos?	15-03-2019	15:46:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:33:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1.8 Lente zoom parfocal integrado. ¿Podría cotizarse con lente zoom parfocal integrado y/o zoom electrónico?	15-03-2019	15:48:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:34:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1.10 Zoom electrónico seleccionable de 2 aumentos ¿Se podría cotizar de 2 o más aumentos?	15-03-2019	15:49:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:34:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 50: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO En el punto 50.5.6.3 Donde dice: Medición de variación de volumen sistólico (VVS) o variación de presión de pulso (VPP) en porcentaje de forma automática, entendemos que estos valores se miden a través del gasto cardiaco, podrían por favor considerarlo como opcional, considerando que estamos hablando de una especificación de monitores, por el cual limitarían la participación de importantes marcas, y orientando a una marca en particular que no tendría competencia alguna.	15-03-2019	15:50:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:34:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 50 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Sub Ítem 50.4.1 – Monitor Modular Solicitamos permitan la cotización de MONITORES MODULARES O PRECONFIGURADOS.	15-03-2019	15:50:58
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:34:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1.11 Filtro digital y control de contraste. ¿Con esto se refieren a que el equipo de contar con filtros digitales u ópticosque permitan entre otras cosas: 1) posibilitar unificar la iluminación de la cavidad, 2) permitir al usuario distinguir con claridad la transición entre los distintos tipos de tejidos, 3) permitir una mejor distinción de las estructuras rojas más pequeñas como vasos y mucosa?	15-03-2019	15:51:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a: tonos y matices diversificados para la mejor diferenciacion de los distintos tipos de tejidos. Intensidad luminosa homogénea y realce para la diferenciacion de estructuras. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:34:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 50 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Sub Ítem 50.4.2 – PANTALLA DE 15 PULGADAS COMO MÍNIMO Solicitamos permitan la cotización de con pantalla de 13 pulgadas como mínimo.-	15-03-2019	15:53:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:34:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 50 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO En el numeral dice: 50.4.12 Sistema para fijación de cada monitor: Montaje de pared original. Solicitamos la siguiente aclaración ¿pueden utilizarse soporte de fabricación nacional?	15-03-2019	15:53:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Debe ser original. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:34:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 23 - ELECTROCARDIOGRAFO Sub ítem 23.4.1.3 Tamaño diagonal de 8 o más. A fin de permitir mayor participación de oferentes, sin que esto implique una sustancial disminución en la prestación del equipo, solicitamos al Convocante permitir la cotización de Electrocardiógrafos con: Sub ítem 23.4.1.3 Tamaño diagonal de 6,5 o más.	15-03-2019	15:53:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:35:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 23 - ELECTROCARDIOGRAFO Sub ítem 23.4.2.3 Detección de por lo menos 100 tipos de arritmia. Respetuosamente pedimos la flexibilización de este requisito. Por lo que solicitamos permitir la cotización de Electrocardiógrafos con: Sub ítem 23.4.2.3 Detección de por lo menos 10 tipos de arritmia.	15-03-2019	15:54:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:35:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 64 – UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 64.5.1 – Carro original para transporte del equipo ¿es posible cotizar carro de fabricación nacional?	15-03-2019	15:54:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No, el carro debe ser Original, Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:35:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 26- EQUIPO DE DIAGNOSTICO En el numeral dice: 26.4.1 Panel fijo por la pared. Solicitamos la siguiente aclaración ¿ los componentes de este equipo (Esfigmomanómetro y Lámparas de diagnóstico) deben estar sujetos a la pared mediante soporte original de la misma marca que los equipos ofertados? O ¿pueden utilizarse soporte de fabricación nacional?	15-03-2019	15:54:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Deben estar sujetos a la pared mediante soporte original de la misma marca que los equipos ofertados	16-09-2019	08:35:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 26 - EQUIPO DE DIAGNOSTICO El tamaño del reloj es muy pequeño, conforme el numeral 26.4.2.3 Diámetro del manómetro: 56 mm o más. El diámetro mínimo debe ser de 130mm pues es un producto que será colocado por la pared y debe poder visualizarse desde mucha distancia para facilitar la tarea a la enfermeras. Por lo brevemente expuesto, consideramos que este numeral debe solicitarse de la siguiente manera: 26.4.2.3 Diámetro del manómetro: 130 mm o más.	15-03-2019	15:55:07

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La consulta se enmarca en el rango contemplado en las EETT. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:35:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 26 - EQUIPO DE DIAGNOSTICO Sub ítem 26.4.2.6 – Pera insufladora integrada al manómetro, de manera a que ambos formen una sola estructura. Esta descripción corresponde a un Aparato de presión de mano y no corresponde al tipo de pared que se está solicitando. Por lo dicho, consideramos que este numeral debe solicitarse de la siguiente manera: 26.4.2.6 – Pera insufladora conectada al manómetro mediante tubuladura de goma de al menos 3 metros.-	15-03-2019	15:55:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:35:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 26: Equipo de Diagnostico Sub ítem 26.4.5.6. - Mango metálico de acabado antideslizante recargable directo. Recomendamos a la convocante aceptar con sistema de transformador con sistema de encendido automático con dos mangos para el Otoscopio y Oftalmoscopio, respectivamente, montado a la pared.-	15-03-2019	15:55:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:36:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.2.1 De 3 Chip HD CCD 16:9 de 1/3", 1920 x 1080 pixel por chip o mayor resolución, lente interna con zoom óptico parafoveal ¿Podría cotizarse Cabezal monochip HD CCD 16:9 de 1/3", 1920 x 1080 pixel, con foco fijo?	15-03-2019	15:55:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:36:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 26: Equipo de Diagnostico Sub ítem 26.4.6 – MARTILLO DE BUCK. Solicitamos que se declare opcional este artículo, habida cuenta que no forma parte del conjunto de pared solicitado.	15-03-2019	15:56:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:36:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 26: Equipo de Diagnostico Sub ítem 26.4.5.1 Otoscopio con fibra óptica con iluminación de luz Xenón o halógena de 3,5 V.. ¿La carcasa debe ser en material metálico? ¿Debe contar con conexión para insuflador? ¿Debe contar con ventana amplia con vidrio de aumento? ¿Debe contar con al menos 3x de aumento?	15-03-2019	15:56:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:36:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 26: Equipo de Diagnostico Sub ítem 26.4.5.4 Oftalmoscopio con iluminación por medio de lámpara de luz Xenón o halógena de 3,5 V.. ¿Debe contar con al menos 5 diafragmas (como por ejemplo: Diafragmas: Hendidura, filtro exento de rojo, estrella de fijación con coordenadas polares, círculo grande, círculo pequeño)?	15-03-2019	15:56:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:36:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 26: Equipo de Diagnostico Sub ítem 26.4.7.3 Posibilidad de movimiento de monitores para visualización de las imágenes para el especialista. Solicitamos a la convocante aclarar a que se refiere este sub ítem, pues no resulta claro en un termómetro	15-03-2019	15:57:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:36:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 26: Equipo de Diagnostico Sub ítem 26.4.5.8 Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango con sistema mecánico de giro. ¿El suministro de tensión de salida, de los mangos, debe ser de 3,5V? ¿Los dos mangos deben contar sistema de regulación de luminosidad? ¿Los dos mangos deben contar, cada uno, con cable espiralado de al menos 3 (tres) metros? ¿El transformador para los mangos debe contar con sistema automático de encendido y apagado?	15-03-2019	15:57:34

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:37:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.2.4 Lente zoom parfocal integrado con focos de al menos 25mm a 50mm ¿Se podría cotizar con lente de foco fijo de al menos 15mm a 50mm?	15-03-2019	15:57:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:37:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 26: Equipo de Diagnostico Sub ítem 26.4.3.7 Adultos en el rango de : 10 a 12 cm x 20 a 30 cm. Solicitamos al convocante aclarar la cantidad de brazales que debe de acompañar el equipo	15-03-2019	15:57:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:45:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 26: Equipo de Diagnostico Sub ítem 26.4.3.8 Pediátricas: en el rango de: 18 cm o mayor a 22 cm o menor.. Solicitamos al convocante aclarar la cantidad de brazales que debe de acompañar el equipo	15-03-2019	15:58:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:46:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1 ASPIRADOR QUIRÚRGICO PORTATIL Donde dice: 1.4.7 Uno o dos frascos de policarbonato, transparente, autoclavable, de 5 litros o más en total, con escala de volumen.- Solicitamos al Convocante permita la cotización de Aspirador con: 1.4.7 Uno o dos frascos de policarbonato, transparente, autoclavable, de 3 litros cada un frasco, con escala de volumen.	15-03-2019	15:59:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:46:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1 ASPIRADOR QUIRÚRGICO Donde dice: 1.5.2 Veinte juegos de filtro de aire.- Solicitamos al Convocante permita la cotización de Aspirador con: 1.5.2 Veinte filtros antibacteriano e hidrófobo.-	15-03-2019	15:59:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:46:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 5: Autorefractometro En donde dice en el sub ítem 5.4.1.5 – Tiempo de medición: 0.2 s o menor. Creemos que hubo un error involuntario en la transcripción del término tiempo. Entendemos que debería decir Tipo de medición: Automática. Por esta razón rogamos a la convocante aclarar este punto.	15-03-2019	15:59:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Refiere al tiempo de medición, ya que se mide en segundos. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:47:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 5: Autorefractometro Sub ítem 5.4.1.1 – Esférico:-25.00D (o menor) a +20.00D (o mayor) Solicitamos a la convocante ampliar el rango del Esférico:-25.00D (o menor) a +30.00D (o mayor), en pasos de 0.01/0.12/0.25D, esta variación permite tener un mayor rango de medición del ojo del paciente y poder brindar mejor resultado del estudio.	15-03-2019	16:00:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se encuentra dentro del rango. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:47:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 29 colposcopio las especificaciones técnicas no corresponde a un colposcopio, las mismas corresponden a un equipo de Rayos X Arco en C.	15-03-2019	16:00:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:47:39
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 5: Autorefractometro En donde dice en el sub ítem 5.5.6 – Tiempo de medición: 0.1 s o menor. Creemos que hubo un error involuntario en la transcripción del término tiempo. Entendemos que debería decir Tipo de medición: Automática. Por esta razón rogamos a la convocante aclarar este punto.	15-03-2019	16:00:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Refiere al tiempo de medición, ya que se mide en segundos. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:47:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.3 Fuente de luz LED Considerando que lo solicitado es una Torre de endoscopia Digestiva, ¿La fuente de luz debe contar con bomba de insuflación integrada con dos niveles de potencia, para insuflación con aire ambiente y CO2?	15-03-2019	16:00:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si, Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:49:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.4.2 Paneles divisores para los equipos, dos puertas con llave y una gaveta. ¿Podría considerarse como opcional las puertas y gavetas, considerando que lo solicitado es una torre de endoscopia digestiva?	15-03-2019	16:02:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:49:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 5: Autorefractometro En donde dice en el sub ítem 5.5.6 – Tiempo de medición: 0.1 s o menor. Creemos que hubo un error involuntario en la transcripción del término tiempo. Entendemos que debería decir Tipo de medición: Automática. Por esta razón rogamos a la convocante aclarar este punto.	15-03-2019	16:02:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Refiere al tiempo de medición, ya que se mide en segundos. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:49:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 5: Autorefractometro Sub ítem 5.6.2 – Diámetro de medición de pupila: 2mm (o menor) a 14mm (o mayor). Solicitamos se pueda cotizar rangos de Diámetro de medición de pupila: 2mm (o menor) a 8 mm (o mayor).	15-03-2019	16:03:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:49:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 5: Autorefractometro Sub ítem 5.6.9 – 2 (dos) taburetes de altura regulable. Por favor tengan a bien aclarar: ¿Deben ser de altura regulables a gas o mecánicos?	15-03-2019	16:03:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es limitante, puede ofertar según la tecnología del fabricante.	16-09-2019	08:50:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1.5. Basculación motorizada de la mesa de al menos +90°/-15.º.... Aquí nuevamente esta característica, lleva a la duda si lo que solicitan es un equipo convencional estatico o equipo dinámico. Si es convencional estático, no conozco que hay mesa basculante para combinar con esta modalidad de radiografías. Generalmente las mesas basculantes (90 +- 15) son para estudios dinámicos, con cadena de video y adquisición de seriografías, cine, etc). Por lo general una mesa convencional estatica tiene una mesa cuyos movimientos se limitan a movimientos horizontales longitudinal y transversal, así mismo el tubo tiene una angulacion para rx Oblicuas con pacientes sobre camilla, o en su defecto angular 90 grados para hacer exposición sobre bucky mural.	15-03-2019	16:03:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita un equipo de rayos digitan convencional estático. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:50:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 34 – ESTUFA DE ESTERILIZACION Sub Ítem 34.4.5 – CAPACIDAD: HASTA 60 LITROS Solicitamos permitan la cotización de capacidad de 55 litros o mayor.-	15-03-2019	16:04:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se encuentra dentro del rango Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:51:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ítem 34 – ESTUFA DE ESTERILIZACION Sub Ítem 34.4.7 – Control automático de temperatura desde temperatura ambiente hasta 350°C Entendemos que es excesivo el control de temperatura solicitado, pues se estaría hablando de una característica de un autoclave, normalmente la temperatura de la Estufa de esterilización oscilan de 5° a 250 °. Solicitamos permitan la cotización con Control automático de temperatura desde temperatura ambiente hasta 250°C o mayor.-	15-03-2019	16:04:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:51:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 34 – ESTUFA DE ESTERILIZACION Solicitamos aclarar a la convocante aclarar lo siguiente: la estufa debe de contar con sistema de aireación forzada, esta función realiza una mejor distribución de calentamiento de la cámara y pronta esterilización.-	15-03-2019	16:04:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:51:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 37: LAMPARA DE HENDIDURA Sub ítem 37.4.6 – Ancho de hendidura variable de: 0 - 10mm (o mayor). Solicitamos a la convocante ampliar el rango del ancho de la hendidura a 0 – 13 (o mejor) esta variación permite tener una visión en el ojo del paciente y poder brindar mejor resultado del estudio	15-03-2019	16:05:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:52:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1.11 Portadetector para mesa 4.5.1 Dos detectores. Uno ubicado en la mesa y otro en el buky mural.... En estos dos puntos, consulto, si la mesa y el mural necesitan porta detectores?...porque, si luego piden dos detectores, una para cada sitio?...por lo general se habla de porta detector, si se tendrá solo un detector que se moverá de la mesa al mural o vice versa cuando se esta trabajando. Por lo general si ya se tiene dos detectores, una para cada sitio, son de configuración fija (no quita y pone)	15-03-2019	16:05:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a dos detectores fijos, uno en la mesa y otro para el Bucky mural, esto es para evitar deterioro de los mismos, con el traslado. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:52:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.4.6 Sistema de documentación de grado médico con capacidad de grabación de video de alta calidad interna y memoria flash externa, y grabador/reproductor de DVD con sus respectivos cables de conexión ¿Podría cotizarse Sistema de documentación de grado médico con capacidad de grabación de video de alta calidad en memoria interna o externa, y/o grabador/reproductor de DVD con sus respectivos cables de conexión?	15-03-2019	16:06:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:53:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 37: LAMPARA DE HENDIDURA Sub ítem 37.4.6 – Ancho de hendidura variable de: 0 - 10mm (o mayor). Solicitamos a la convocante ampliar el rango del ancho de la hendidura a 0 – 13 (o mejor) esta variación permite tener una visión en el ojo del paciente y poder brindar mejor resultado del estudio	15-03-2019	16:06:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:54:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 37: LAMPARA DE HENDIDURA Sub ítem 37.4.6 – Ancho de hendidura variable de: 0 - 10mm (o mayor). Solicitamos a la convocante ampliar el rango del ancho de la hendidura a 0 – 13 (o mejor) esta variación permite tener una visión en el ojo del paciente y poder brindar mejor resultado del estudio	15-03-2019	16:06:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:54:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 37: LAMPARA DE HENDIDURA Sub ítem 37.4.4.2 –Proveer de 3 (tres) lámparas adicionales de repuesto. Solicitamos a la convocante en declarar la provisión de 3 (tres) lámparas adicionales de repuesto, en caso del que el equipo cuente con iluminación LED.	15-03-2019	16:07:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	08:55:49

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
5.1.2 Función NBI, FICE o cromoscopia electrónica ¿Podría cotizarse con función NBI, FICE, tecnología S o cromoscopia endoscópica?		15-03-2019	16:07:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:55:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 39: LAMPARA SCIALITICA DE TECHO Sub ítem 39.4.2.1 – Libre de sombras a la interposición de cuerpos. Solicitamos a la convocante aclarar se están refiriendo a que debe poseer un sistema de compensación automática de la disminución de la intensidad, para mantener una iluminación constante durante todo el procedimiento quirúrgico. Por lo dicho, consideramos que este numeral debe solicitarse de la siguiente manera: 39.4.2.1 – Libre de sombras con sistema de compensación automática de la disminución de la intensidad a la interposición de cuerpos.-		15-03-2019	16:07:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:56:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 39: LAMPARA SCIALITICA DE TECHO Sub ítem 39.4.2.9 – Libre de sombras a la interposición de cuerpos. Solicitamos a la convocante aclarar se están refiriendo a que debe poseer un sistema de compensación automática de la disminución de la intensidad, para mantener una iluminación constante durante todo el procedimiento quirúrgico. Por lo dicho, consideramos que este numeral debe solicitarse de la siguiente manera: 39.4.2.9 – Libre de sombras con sistema de compensación automática de la disminución de la intensidad a la interposición de cuerpos.-		15-03-2019	16:07:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:56:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 40: LAMPARA SCIALITICA PORTATIL Sub ítem 40.4.3.1 – Libre de sombras a la interposición de cuerpos. Solicitamos a la convocante aclarar se están refiriendo a que debe poseer un sistema de compensación automática de la disminución de la intensidad, para mantener una iluminación constante durante todo el procedimiento quirúrgico. Por lo dicho, consideramos que este numeral debe solicitarse de la siguiente manera: 40.4.3.1 – Libre de sombras con sistema de compensación automática de la disminución de la intensidad a la interposición de cuerpos.-		15-03-2019	16:08:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:56:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
5.1.4 Imagen tipo H ¿Podrían brindar mayores especificaciones de lo solicitado o que la misma sea opcional?		15-03-2019	16:08:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:57:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
5.1.8 Tubo de inserción con diámetro exterior entre 11 y 12,8mm ¿Se podría cotizar con tubo de inserción con diámetro exterior entre 11 y 13mm?		15-03-2019	16:09:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:58:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
5.1.11 Longitud total del tubo de inserción: de 2000mm o mayor. ¿Se podría cotizar de 1800mm o mayor?		15-03-2019	16:10:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	08:58:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos excluir los numerales 5.1.15 al 5.1.18 considerando que ya estan solicitados en el numeral 5.8 Accesorios		15-03-2019	16:11:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	09:01:07

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 45 – MESA QUIRURGICA En el numeral dice: 78.4.9 Ancho de la mesa: 55 cm o más Rogamos reducir mínimamente esta medida, a lo siguiente: 45.4.9 Ancho de la mesa: 50 cm o más	15-03-2019	16:13:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:01:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 45 – MESA QUIRURGICA En el numeral dice: 45.4.10 Acolchados a prueba de agua de al menos 7 cm adecuado para uso en cirugía. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Resistencia mínima: 250 Kg. Solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Acolchados a prueba de agua de al menos 5 cm.; y Resistencia mínima: 180 Kg.	15-03-2019	16:13:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:01:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 45 – MESA QUIRURGICA En el numeral dice: 45.4.10 Acolchados a prueba de agua de al menos 7 cm adecuado para uso en cirugía. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Resistencia mínima: 250 Kg. Solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Acolchados a prueba de agua de al menos 5 cm.; y Resistencia mínima: 180 Kg.	15-03-2019	16:14:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:02:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos excluir los numerales 5.7 Instrumentales: 5.1.7.1 al 5.1.7.11, considerando que no corresponden a las características del Videocolonoscopia. Todo esto ya fue especificado en los numerales 5.1.5 al 5.1.14	15-03-2019	16:14:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:02:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 45 – MESA QUIRURGICA En el numeral dice: 45.4.17 Resistencia mínima de: 250 Kg. Solicitamos al Convocante permitir la cotización con: Resistencia mínima: 180 Kg.	15-03-2019	16:14:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:02:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 45 – MESA QUIRURGICA 45.4.8 Largo de la mesa: 200 cm o más 45.4.9 Ancho de la mesa: 55 cm o más Respetuosamente solicitamos al Convocante flexibilizar estas características técnicas, a como sigue: 45.4.8 Largo de la mesa: 180 cm o más 45.4.9 Ancho de la mesa: 50 cm o más	15-03-2019	16:14:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:03:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 45 – MESA QUIRURGICA Respetuosamente solicitamos al Convocante flexibilizar las siguientes características técnicas: 45.5.1 Elevación desde 70 cm o menos a 95 cm o más (eléctrica). 45.5.2 Inclinación lateral: ± 18° o más, (eléctrica). 45.5.3 Trendelemburg directo e inverso: -25° o menor A +25° o mayor, (eléctrica). 45.5.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -25° o menos a +60° mas, (eléctrica). 45.5.5 Angulación vertical de la sección piernas: de -70° a +20° (eléctrica). 45.5.6 Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 60° (ambas secciones manual). 45.5.7 Angulación vertical de la sección cabeza: De -30° a +30°, (manual). 45.5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 40 cm en total	15-03-2019	16:14:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:03:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 45 – MESA QUIRURGICA Sub ítem 45.6.10 – Mesa auxiliar para operaciones de brazo 2 unidades. Solicitamos al Convocante declarar este sub ítem 45.6.10 como Opcional.	15-03-2019	16:15:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:03:49

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM N° 45 – MESA QUIRURGICA Sub ítem 45.6.12 – Prolongadores laterales para pacientes bariátricos, para todas las secciones de la mesa. No existen Prolongadores laterales para obesos PARA TODAS las secciones de la mesa, lo máximo que se puede conseguir son Prolongadores laterales para brazos. Además, este accesorio encarece innecesariamente al producto y supera el precio referencial. Por lo brevemente expuesto, respetuosamente solicitamos al Convocante declarar este sub ítem 45.6.12 como Opcional.		15-03-2019	16:15:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	09:04:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
5.1.8.8 2 Protector dental, con cinta elástica de goma, para un solo uso, no estéril ¿Solicitamos excluir o considerar como opcional este requisito, el videocolonoscopio no precisa un protector dental?		15-03-2019	16:15:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	09:04:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 46 – MESA DE PARTOS Sub ítem 46.3.11 – Dos soportes para pacientes obesos. Solicitamos al Convocante declarar este sub ítem 46.3.11 como Opcional. Atendiendo que en el sub ítem 46.4.2.3 - Ancho de mesa en el rango de 80 cm a 90 cm. La medida solicitada es suficiente para pacientes obesos		15-03-2019	16:16:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	09:04:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 46 – MESA DE PARTOS En el punto 46.4.2.9 dice: Angulación vertical de la sección piernas: de -90° o mayor a +15° o mayor, esta es una característica de una mesa de cirugía general solicitamos a la convocante eliminar esta característica, debido a que la mesa de parto lleva: (1 par) de Soporte para muslos de altura, distancia y Angulo regulables.		15-03-2019	16:16:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	09:04:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 46 – MESA DE PARTOS Sub ítem 46.3.8 – Dos colectores de desechos de acero inoxidable. Solicitamos al Convocante se podrá aceptar con colectores de desechos en material de plástico		15-03-2019	16:16:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	09:04:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Considerando que lo solicitado en el procesador de imágenes corresponde a un procesador analógico, solicitamos cambiar las especificaciones técnicas del cabezal, para que sea compatible con el procesador		15-03-2019	16:19:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	09:04:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Considerando que lo solicitado en el procesador de imágenes corresponde a un procesador analógico, solicitamos cambiar las especificaciones técnicas del cabezal, para que sea compatible con el procesador		15-03-2019	16:20:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	09:04:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
4.2.1 De 3 Chip HD CCD 16:9 de 1/3", 1920 x 1080 pixel por chip o mayor resolución, lente interna con zoom óptica para focal Considerando que el procesador solicitado es no HD, consultamos si se podría cotizar Cabezal de Cámara de un chip CCD 1/2", 768 x 494 pixeles o mayor resolución, lente interna zoom óptico para focal		15-03-2019	16:28:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No, Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	09:05:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

4.4.6 Sistema de documentación de grado médico con capacidad de grabación de video de alta calidad interna y memoria flash externa, y grabador/reproductor de DVD con sus respectivos cables de conexión ¿Podría cotizarse Sistema de documentación de grado médico con capacidad de grabación de video de alta calidad en memoria interna o externa, y/o grabador/reproductor de DVD con sus respectivos cables de conexión?	15-03-2019	16:29:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:05:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.13 2x Tijera Metzenbaum Curvada, rotativa, con pin conector para la coagulación unipolar, longitud de las mandíbulas 12mm...¿se podría cotizar con longitud de las mandíbulas de 12 a 15mm?.	15-03-2019	16:32:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:05:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.6.3 Medición de variación de volumen sistólico (VVS) o variación de presión de pulso (VPP) en porcentaje en forma automática ¿Podría considerarse como un parámetro opcional?.	15-03-2019	16:34:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:05:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 27 - EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA Sub ítem 27.3.3 - 20 (veinte) o más programas de tratamientos preestablecidos. Solicitamos al Convocante permitir la cotización: con 8 programas de tratamientos preestablecidos y 10 o más programas de tratamientos configurables por el usuario.	15-03-2019	17:12:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:05:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 27 - EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA Sub ítem 27.3.4 - Al menos 20 memorias para almacenar programas establecidos por el usuario. Solicitamos al Convocante que el punto 27.3.4 sea declarado "OPCIONAL".	15-03-2019	17:13:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:06:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 TB. Favor permitir que el almacenamiento en disco rígido (HDD) sea de 500 Gb o mas.	15-03-2019	17:13:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:06:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 28 – EQUIPO DE ONDA CORTA En la Planilla de Precios se describe el Ítem 28 Equipo de Onda Corta, sin embargo en el Pliego - Sección III – Requisitos de los Bienes Requeridos (página 43) se describe como Ítem 28 – Carro de curaciones. Solicitamos al Convocante la corrección.	15-03-2019	17:13:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:06:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 28 - EQUIPO DE ONDA CORTA Sub ítem 28.1.1 - Descripción: Carro para guardar y transportar medicamentos y otros insumos necesarios para curaciones de pacientes. La descripción no corresponde al bien solicitado. Solicitamos al Convocante la eliminación de este numeral.	15-03-2019	17:14:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:06:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 28 - EQUIPO DE ONDA CORTA Sub ítem 28.4.2 - Frecuencia de pulso de 50 Hz o menos a 1500 Hz o más. Solicitamos al Convocante permitir la cotización con: Frecuencia de pulso de 50 Hz o menos a 400 Hz o más.	15-03-2019	17:14:57
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:06:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 28 - EQUIPO DE ONDA CORTA Sub ítem 28.4.3 - Longitud de pulso de 50 o menos a 2000 microsegundos o más. Solicitamos al Convocante permitir la cotización con: Longitud de pulso de 50 o menos a 400 microsegundos o más.	15-03-2019	17:15:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:06:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 28 - EQUIPO DE ONDA CORTA Sub ítem 28.4.7 - Cabezal montado en brazo articulado con posibilidad de movimiento y fijación en la zona de tratamiento del paciente. Solicitamos al Convocante posibilidad de cotizar: Cabezal montado en brazo articulado con posibilidad de movimiento y fijación en la zona de tratamiento del paciente o un Par de electrodos de placa. Otra opción sería que el Convocante declare "OPCIONAL" este numeral.	15-03-2019	17:15:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:07:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 28 - EQUIPO DE ONDA CORTA Sub ítem 28.4.8 - Programas de tratamiento como mínimo 50 programas. Solicitamos al Convocante este punto sea declarado "OPCIONAL".	15-03-2019	17:16:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:07:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 28 - EQUIPO DE ONDA CORTA Solicitamos al Convocante revisar el precio referencial de este Ítem, el precio que proponen está muy por debajo del precio de mercado. Sugerimos al Convocante elevar el precio referencial del mismo.	15-03-2019	17:16:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al precio referencial modificado en el SICP.	16-09-2019	09:12:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 36 - LAMPARA CUELLO CISNE Sub Ítem 15.3.1. - Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos al Convocante permita la presentación de: Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas, para posibilitar mayor participación de oferentes.	15-03-2019	17:19:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:10:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 49 - MONITOR FETAL Sub Ítem 49.4.1. - Capacidad de monitoreo: 3 o más pacientes. Solicitamos al Convocante permitir la cotización con: Capacidad de monitoreo: 2 o más pacientes (dos fetos en simultáneo).	15-03-2019	17:20:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:11:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 49 - MONITOR FETAL Sub Ítem 49.4.16. - Display: 7 segmentos LED. Solicitamos al Convocante permitan la cotización de: Display: 7 segmentos LED o pantalla LCD.	15-03-2019	17:20:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:11:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 52 - NEGATOSCOPIO Sub Ítem 52.3.1. - Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos al Convocante permita la presentación de: Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas, para posibilitar mayor participación de oferentes.	15-03-2019	17:21:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:11:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 52 – NEGATOSCOPIO Sub Ítem 52.4.1. - Sistema de iluminación por LED. Solicitamos permitan la cotización de: Sistema de iluminación por LED o fluorescentes.	15-03-2019	17:21:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:12:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 52 – NEGATOSCOPIO Sub Ítem 52.4.2. - Ancho de 5 cm como máximo. Solicitamos permitan la cotización de: Ancho de 10 cm como máximo.	15-03-2019	17:21:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:23:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem N° 53 - OXIMETRO DE PULSO Sub Ítem 53.1.1. - Descripción general: Instrumento médico que sirve para visualizar y examinar el conducto auditivo externo y el tímpano. Solicitamos a la Convocante la corrección de la Descripción ya que no corresponde al bien solicitado.-	15-03-2019	17:22:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:25:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem N° 53 - OXIMETRO DE PULSO Sub Ítem 53.4.5. - Batería interna recargable (No accesible al usuario). Solicitamos al Convocante que sea eliminada la descripción: (No accesible al usuario). Considerando que debido a fallas o fin de vida útil de las baterías deben ser removidas y/o cambiadas.-	15-03-2019	17:22:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:25:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem N° 53 - OXIMETRO DE PULSO Sub Ítem 53.4.8. - Rango de medición: SpO2: 0 al 100%. El Convocante solicita nuevamente en el numeral 88.4.10: SpO2: 35 al 69% +/-3%. Por lo mencionado, solicitamos al Convocante eliminar el numeral 53.4.10 por corresponder a un rango de oxímetro de pulso de dedo para uso particular y no hospitalario.-	15-03-2019	17:23:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:25:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem N° 53 - OXIMETRO DE PULSO Sub Ítem 53.5.1. - Cable de alimentación de al menos 1,5 m de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). El Convocante solicita fuente de alimentación en el numeral 88.6.1: Alimentación a baterías recargables del tipo que posea el equipo, teniendo en cuenta esto solicitamos a la convocante eliminar el numeral 53.5.1.-	15-03-2019	17:23:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
88.5.1 El punto se refiere al cable, y el punto 88.6.1 se refiere a la batería que posea el equipo. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:26:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem N° 53 - OXIMETRO DE PULSO Sub Ítem 53.5.4. - 3 (tres) Sensores de dedo tipo clip para oximetría, reutilizable para pacientes pediátricos. Solicitamos a la Convocante la cotización de: 3 (tres) Sensores de dedo tipo clip o soft para oximetría, reutilizable para pacientes pediátricos.-	15-03-2019	17:24:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:26:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 56 - SILLA DE EXTRACCIÓN DE SANGRE Sub ítem 56.3.1 - Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos al Convocante permita la presentación de: Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas.	15-03-2019	17:24:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:27:25

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 56 - SILLA DE EXTRACCIÓN DE SANGRE Sub ítem 56.4.8 - Capacidad de soportar hasta 250 kg. Solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Capacidad de soportar 200 kg. (o más).	15-03-2019	17:25:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:27:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 56 - SILLA DE EXTRACCIÓN DE SANGRE Sub ítem 56.5.1 - Cajón para almacenamiento y mesa de trabajo. Solicitamos al Convocante declarar OPCIONAL este numeral.	15-03-2019	17:25:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:36:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 58 - SILLA DE RUEDAS Sub ítem 58.4.6 - Resistencia: Bastidor, asiento y respaldo deberán asegurar en su conjunto una resistencia a una carga constante no inferior a 220kg. Solicitamos al Convocante permitir la cotización con: Resistencia: Bastidor, asiento y respaldo deberán asegurar en su conjunto una resistencia a una carga constante no inferior a 150kg.	15-03-2019	17:26:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:37:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 58 - SILLA DE RUEDAS Sub ítem 58.4.9 - Las ruedas traseras y delanteras, deberá asegurarse que soporten una carga de trabajo a la compresión o flexión no inferior a los 150 (ciento veinte) kg cada una. Solicitamos a la Convocante la cotización de: Las ruedas traseras y delanteras, deberá asegurarse que soporten una carga de trabajo a la compresión o flexión no inferior a los 120 (ciento veinte) kg cada una.	15-03-2019	17:27:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:37:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 58 - SILLA DE RUEDAS Sub ítem 58.10.4 - Donde dice: y en la parte inferior en 2 (dos) extremos en forma de palanca con 2 (dos) pedalines que permita inclinar la silla, para facilitar el ascenso y descenso de escalones a la persona que ayude. Solicitamos al Convocante esta parte sea declarado "OPCIONAL" para dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes.	15-03-2019	17:28:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:37:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se observa que el ítem 29 en el listado de equipos de la página del portal de Contrataciones y en la lista de precios lo nombra como Equipo de Rayos X Digital y en el PBC dice Colposcopio. Además las especificaciones técnicas combina algunas especificaciones de colposcopio con algunos de un equipo de fluoroscopia como por ejemplo los ítems 29.4.1.5 donde dice Basculación motorizada de la mesa de al menos +90°/-15° y el ítem 29.4.6.6 donde dice Controles utilizados para el posicionamiento del paciente duplicados, encontrándose uno en el Comando a Distancia y otro en la mesa de rayos X respectivamente. Por lo expuesto solicitamos a la convocante aclarar que tipo de equipos desea adquirir y mejorar las especificaciones técnicas.	16-03-2019	19:25:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:37:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.9 donde dice Tiempo de exposición: 0,01 seg - 2,9 seg. Solicitamos amablemente a la convocante dar apertura al ítem mejorando el rango de tiempo solicitado y así dar mayor participación de oferentes, permitiendo cotizar equipos de 0.02 seg y mayores a 2.9 seg. Por lo expuesto recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Tiempo de exposición: 0,02 seg o menor a 2,9 seg o mayor	16-03-2019	19:26:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:37:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.2.6 donde dice Profundidad de 73 cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de equipos con profundidad desde 65 cm y dar apertura a la participación de oferentes y dar cumplimiento a la Ley 2053, ya que el valor de 73 cm solo lo cumple el equipo de la marca Siemens modelo Cios Select. De esta manera recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera Profundidad de 65 cm o más.	16-03-2019	19:28:01

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:37:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.3.2 donde dice Al menos dos campos de entrada solicitamos amablemente a la convocante mejorar este ítem, considerando que en el uso del equipo durante el acto quirúrgico son requeridos campos de visualización diferentes acorde a la parte del cuerpo que se explora, todos los fabricantes cuentan con modelos de equipos que permiten la visualización de 3 tamaños de campos que cubren así todo tipo de funcionalidad. Por lo expuesto recomendamos que para un mejor aprovechamiento del equipo se modifique el ítem de la siguiente manera Tres campos de entrada	16-03-2019	19:28:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:38:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.4.5 donde dice Posibilidad de guardar imágenes en memoria de al menos 10.000 imágenes solicitamos amablemente a la convocante mejorar el ítem solicitando al menos 120.000 imágenes de almacenamiento considerando el alto flujo de trabajo que tendrán los equipos. De esta manera el ítem quedaría de la siguiente manera: Posibilidad de guardar imágenes en memoria de al menos 120.000 imágenes	16-03-2019	19:29:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:38:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.6.3 donde dice Uno o dos focos entre 0,6 o menor y 1 mm o mayor. (Consulta 25) solicitamos amablemente a la convocante mejorar la especificación solicitada limitando el pedido a dos focos, dando mejor cobertura al espectro de radiación que manejaría cada foco y se evitaría desgaste innecesario del tubo como lo es cuando se tiene un solo foco para este tipo de equipos. Además, disminuir el diámetro del foco chico dando así mayor vida útil del tubo. Por lo expuesto sugerimos a la convocante que modifique la descripción del ítem de la siguiente manera: Dos focos entre 0,5 o menor y 1 mm o mayor.	16-03-2019	19:29:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo consultado se ajusta al rango establecido. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:38:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El ítem 42 se llama Mamógrafo Digital, las especificaciones técnicas desde el ítem 4.15 al 4.21 corresponden a un equipo analógico. Solicitamos amablemente a la convocante eliminar estos ítems.	16-03-2019	19:30:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:38:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.7 donde dice Filtros de Molibdeno y Rhodio, solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con filtros de Rhodio y Plata, y así dar mayor participación de oferentes ajustándose a lo establecido en la Ley 2053. De esta manera el ítem quedaría de la siguiente manera: Filtros de Molibdeno y Rhodio, o Rhodio y Plata,	16-03-2019	19:31:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:38:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.24 donde dice Tubo de rayos X de repuesto, solicitamos aclarar a la convocante el motivo de esta solicitud, ya que durante el tiempo de garantía del equipo se debería cubrir la reposición en caso de fallas. Esta solicitud encarece innecesariamente el precio del equipo. Por lo expuesto solicitamos eliminar el ítem.	16-03-2019	19:31:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:41:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.2 donde dice Licencias Dicom 3.0 worklist, pront, storage commitment y query/retrieve. Compatible con el sistema PACS del IPS, solicitamos a la convocante que la especificación Query/Retrieve sea opcional, pues no es indispensable para la conexión con el PACS del IPS y se tiene un precio referencial bajo. Por lo expuesto sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Licencias Dicom 3.0 worklist, pront, storage commitment y query/retrieve (opcional). Compatible con el sistema PACS del IPS.	16-03-2019	19:32:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:47:10

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.6 donde dice UPS para el mamógrafo y la estación de adquisición que permita su utilización de forma ininterrumpida si ocurre un corte de energía, con autonomía de por lo menos 20 minutos solicitamos amablemente a la convocante incluir en el precio referencial el costo de UPS para el equipo de mamografía, pues como se sabe esto representa un costo elevado de infraestructura (alrededor de U\$D 30.000 a USD 40.000) o en todo caso limitarse a solicitar el equipo de mamografía digital y adquirir la UPS en otro llamado de licitación. Por lo expresado sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Una UPS para la estación de adquisición y una UPS para la estación de trabajo, con autonomía de por lo menos 20 minutos.	16-03-2019	19:32:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:49:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.23 donde dice Alimentación eléctrica: 220 VAC ± 10%, 50 Hz. Cable de alimentación con toma eléctrica tipo Schuko (se aceptara otro tipo de tomas), solicitamos a la convocante mejorar las especificaciones debido a que de acuerdo a las características de kV, funcionamiento de motores, etc debería ser con alimentación eléctrica trifásica. Por lo expuesto sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Alimentación eléctrica: 220 VAC ± 10%, 50 Hz o 380 VAC ± 10%, 50 Hz.	16-03-2019	19:33:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:51:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.1.7 donde dice Cuatro ruedas, al menos dos de ellas con freno central, solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con freno en cada rueda y que el freno central sea opcional, ya que aumenta de manera innecesaria el precio del equipo. De esta manera el ítem quedaría de la siguiente manera Cuatro ruedas, al menos dos de ellas con freno central o con freno en cada rueda.	16-03-2019	19:34:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:52:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.1.8 donde dice Indicadores o manómetros electrónicos interconstruidos de presión para suministro de toma mural y de cilindros, solicitamos amablemente a la convocante aclarar el termino indicador, considerando que se puede entender subjetivamente como manómetro analógico y también como manómetro digital/electrónico, y por otro lado el uso de tecnología digital (transductores de presión, manómetro digital) para las tomas de los cilindros de respaldo encarece innecesariamente el precio del equipo, ya que prácticamente no es utilizado porque todas las tomas de gases son conectadas a la conexión mural. Por lo expuesto sugerimos mejorar el ítem de la siguiente manera Manómetro electrónico interconstruido de presión para suministro de toma mural, y manómetro analógico o digital para cilindros de respaldo.	16-03-2019	19:35:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:52:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.2.6 donde dice Control para ajuste de volumen de 5 mL o menor a 1400 mL o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar ajuste de volumen desde 10 mL y así dar mayor participación de oferentes ya que claramente se observa como especificación técnica de un solo fabricante que llamativamente es GE modelo Series 600.	16-03-2019	19:35:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:52:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.8 donde dice Flujo inspiratorio: 120 LPM. Como mínimo solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos de 100 LPM como mínimo, y así dar mayor participación de oferentes. Entonces el ítem quedaría de la siguiente forma: Flujo inspiratorio: 100 LPM como mínimo.	16-03-2019	19:36:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:53:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.10 donde dice Compensación automática de compliacia del circuito paciente y medición de 4 a 100 ml/cmH2O, se puede observar que esta especificación la tiene el equipo GE modelo Carestation Series 600, y como es tan poco el rango solicitado se entiende perfectamente que la convocante dirigió las especificaciones técnicas a una marca violando lo establecido en la Ley 2053, por este motivo solicitamos a la convocante mejorar la especificación del ítem colocando un mejor rango de 1 o menor a 280 o mayor ml/cmH2O quedando el ítem de la siguiente manera: Compensación automática de compliacia del circuito paciente y medición de 1 o menor a 280 o mayor ml/cmH2O.	16-03-2019	19:36:36
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:53:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.2 donde solicitan el despliegue de curvas y lazos, se aprecia que no se encuentran solicitados la curva de Volumen versus tiempo y el lazo de Presión/Flujo respectivamente. Por este motivo solicitamos amablemente a la convocante incluir estos ítems en las especificaciones técnicas.	16-03-2019	19:37:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	09:53:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 9.1 donde dice Identificación automática de agentes anestésicos, solicitamos amablemente a la convocante que este ítem sea opcional, pues encarece de manera considerable innecesariamente el valor del equipo y el precio referencial es bajo.	16-03-2019	19:37:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	11:56:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 9.7.4 donde dice Mezcla de gases, solicitamos a la convocante pueda aclarar en caso de que la mezcla de gases solicitada sea en el contexto de los agentes anestésicos, en que momento se produce la mezcla puesto que los vaporizadores no permiten la apertura en simultaneo como para generar una mezcla y por ultimo la OMS no recomienda la mezcla de gases. Por lo expuesto solicitamos a la convocante que elimine este ítem, que claramente se observa como especificación técnica de un solo fabricante que llamativamente es GE modelo Series 600 y que en coincidencia con otros ítems también se encuentran muchas especificaciones únicas de este fabricante.	16-03-2019	19:38:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a la mezcla de los gases medicinales con gases analgésicos, y no a la mezcla de 2 gases analgésicos	16-09-2019	11:57:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 11.3 donde dice Sensor de flujo reusable solicitamos amablemente a la convocante aclarar el termino reusable, ya que entendemos que significa que no debe ser cambiado periódicamente. En este contexto, favor mejorar lo solicitado de la siguiente manera Sensor de flujo reusable, que no requiere cambio	16-03-2019	19:38:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	11:57:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.10 donde dice Compensación automática de compliacia del circuito paciente y medición de 4 a 100 ml/cmH2O, se puede observar que esta especificación la tiene el equipo GE modelo Carestation Series 600, y como es tan poco el rango solicitado se entiende perfectamente que la convocante dirigió las especificaciones técnicas a una marca violando lo establecido en la Ley 2053, por este motivo solicitamos a la convocante mejorar la especificación del ítem colocando un mejor rango de 1 o menor a 280 o mayor ml/cmH2O quedando el ítem de la siguiente manera: Compensación automática de compliacia del circuito paciente y medición de 1 o menor a 280 o mayor ml/cmH2O.	16-03-2019	19:39:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	11:58:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.2 donde solicitan el despliegue de curvas y lazos, se aprecia que no se encuentran solicitados la curva de Volumen versus tiempo y el lazo de Presión/Flujo respectivamente. Por este motivo solicitamos amablemente a la convocante incluir estos ítems en las especificaciones técnicas.	16-03-2019	19:39:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	11:58:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ANTES QUE TODO SOLICITAMOS QUE SE ACLARE SUFICIENTEMENTE LA CANTIDAD DE ESTE ITEM YA QUE EN PBC EN EL LISTADO DE EQUIPOS ESTE ITEM MARCA 4 UNIDADES SIN EMBARGO EN LA CANTIDAD DE LA LISTA DE ENTREGA SE INDICA 32 UNIDADES. FAVOR ACLARAR	16-03-2019	20:34:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Corresponden a 4 unidades. Remitirse a la Adenda N° 15	16-09-2019	11:59:25
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR INDICAR LOS CENTROS MEDICOS DONDE SE INSTALARIAN LOS AUTOCLAVES DE MANERA A IDENTIFICAR LOS COSTOS DE INSTALACION Y LA DISTANCIA DE TRASLADO Y DEMAS DATOS NECESARIOS PARA COTIZAR BIEN EL PRODUCTO.	16-03-2019	20:35:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	11:59:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN EN EL PUNTO 3.1 Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. SOLICITAMOS QUE NO LIMITEN LA PARTICIPACION DE MARCAS QUE CUENTAN CON CALIDAD DEL MERCOSUR LAS QUE YA ESTAN COMERCIALIZADAS EN NUESTRO PAIS Y HAN PROBADO SU CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO. ESTAN RESTRINGIENDO LA PARTICIPACION A MARCAS MÁS CARAS Y CON LA MISMA O MENOR CALIDAD A LAS OFRECIDAS EN EL MERCOSUR. SI EL MISMO MINISTERIO DE SALUD ENTE REGULADOR DE ESTOS EQUIPOS ACEPTA Y ES ANALOGA A ANVISA Y ANMAT NO COMPRENDEMOS POR QUE NO PERMITEN PARTICIPAR A MARCAS DEL MERCOSUR. EN CASO DE NO HABILITAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD REGIONALES NOS VEREMOS EN LA NECESIDAD DE ACUDIR A UNA PROTESTA CONTRA EL PLIEGO.	16-03-2019	20:37:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	12:00:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: 4.1 Cámara horizontal rectangular con doble puerta. Debe ser compatible con sistema de trazabilidad, con puertos y/o conexiones necesarias para interconectar con sistema computarizado de trazabilidad, para almacenamiento electrónico de datos del proceso (Tiempo, Presión, Temperatura), en tiempo real con lectura automática de datos de usuario (nombre de la bandeja, nombre de usuario, fecha) y con sistema de diagnóstico remoto. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE CONSIDERAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL YA QUE ESTOS EQUIPOS SERAN INSTALADOS EN EL INTERIOR DEL PAIS, DONDE NO ESTARAN INTERCONECTADAS A NINGUN SISTEMA, NI CONTROL REMOTO, NI PARA MANTENIMIENTO REMOTO, YA QUE ESTAN PIDIENDO DOS AÑOS DE GARANTIA CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. ESO SOLO ENCARECE EL EQUIPO Y EN DEFINITIVA DA A PENSAR QUE SOLO ESTAN DIRECCIONANDO EL LLAMADO A MARCAS Y MODELOS EUROPEOS DONDE SI CUENTAN CON SISTEMAS DE TRASABILIDAD. NO LIMITEN LA PARTICIPACIÓN	16-03-2019	20:42:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	12:01:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN EN EL PUNTO 4.2 Capacidad de la cámara interna: 450 litros o mas. PORQUE UNA MEDIDA INTERMEDIA EN PARTICULAR, POR QUE NO 400 O 500 LITROS, ES COMO QUE DIRIGEN A UNA MARCA CON ESA CAPACIDAD, DE MANERA A QUE LOS DEMAS TENGAN QUE COTIZAR UNA DE 500 LITROS POR SUPUESTO MAS CARA, SOLICITAMOS SOLICITEN EQUIPOS DE 400 O 500LITROS DE MANERA A ESTANDARIZAR LA CAPACIDAD, DE MANERA A QUE TODOS TENGAN IGUALDAD DE PARTICIPACION	16-03-2019	20:47:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	12:01:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN 4.4 Certificado de aprobación de la cámara emitida por la ASME o por una Agencia de Inspección de Cámaras de Presión autorizada oficialmente por la ASME, o certificado de conformidad expedido por un organismo notificado relativo a las pruebas realizadas a cada cámara de presión de acuerdo con los requisitos de la directiva de equipamiento de presión (PED) 97/23/CE según lo referido en el modulo F o modulo G de la misma. Las mismas deberán ser entregadas en el momento de la recepción de los equipos por la empresa una vez sea adjudicada, los documentos deberán ser completamente legalizados (Documento autenticado por relaciones exteriores del país de origen [Consulado]), o por las respectivas embajadas del país donde se fabrica. SE REFIEREN A CERTIFICADOS EXIGIDOS EN OTRAS REGIONES NO EN NUESTRA REGION, LO QUE NO SIGNIFICA QUE SEAN DE MENOR CALIDAD YA QUE LOS MISMOS SE DESARROLLAN BAJO ESTAS NORMAS, SOLO QUE NO SE CERTIFICAN POR SU ALTO COSTO Y POR QUE CUENTAN CON OTRAS PRUEBAS DE CALIDAD SUFICIENTES PARA LOGRAR LA CALIDAD QUE SE PRECISA. SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL O EN TODO CASO HABILITEN DOCUMENTOS COMO LOS CERTIFICADOS DE BUENAS PRACTICAS QUE SI SE UTILIZADAN EN LA REGION DE MANERA A NO LIMITAR LA PARTICIPACION. SOLO QUEREMOS PARTICIPAR, DE IGUAL MANERA SE ASEGURAN CUANDO SOLICITAN DOS AÑOS DE GARANTIA DEL BIEN Y TIENEN UNA POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. NO LIMITEN LA PARTICIPACION NO DIRIJAN EL LLAMADO. EQUIPOS DEL MERCOSUR HAN DEMOSTRADO QUE FUNCIONAN CON UN BUEN SOPORTE TECNICO QUE LO QUE PODRIAN EXIGIR PARA UNA BUENA GARANTIA. PORQUE NO SE SOLICITA	16-03-2019	20:50:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	12:03:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

EN LOS PUNTOS DEL 4.5, 4.6, 4.7, Y 4.8 SON TODAS LIMITACIONES DE PARTICIPACION, LOS EQUIPOS DE FABRICACION EN LA REGION TIENEN OTROS CONTROLES DE CALIDAD QUE ASEGURAN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS. ESTAS ESPECIFICACIONES SERIAN ACORDES A LLAMADOS REALIZADOS EN EEUU O EUROPA. EN LA REGION EXISTEN OTROS CONTROLES DE CALIDAD COMO BUENAS PRACTICAS, O LOS CONTROLES EXIGENTES DE ANMAT y ANVISA QUE SON ADOPTADAS ADEMAS POR EL MISMO MINISTERIO DE SALUD, ENTE REGULADOR EN LA UTILIZACION DE ESTOS EQUIPOS. POR TANTO SI EL MISMO MINISTERIO DE SALUD LOS ACEPTA Y HABILITAN NO COMPRENDEMOS POR QUE IPS LOS LIMITAN, DIRIGIENDO EL LLAMADO A EQUIPOS MAS COSTOSOS Y TAL VEZ CON LA MISMA CALIDAD. NO LIMITEN LA PARTICIPACION NO DIRIJAN EL PLIEGO. DE IGUAL MANERA EXIGEN DOS AÑOS DE GARANTIA Y CUENTAN CON UNA POLIZA DE BUEN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA ASEGURAR LA COMPRA DE LOS EQUIPOS DEL MERCOSUR.	16-03-2019	20:51:16
--	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	12:03:58

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN EN EL 5.13 El equipo deberá realizar los siguientes ciclos como mínimo: - Bowie & Dick. - Test de Fugas. - Tejidos. - Instrumentales. - Flash. - Líquidos SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE CONSIDERAR ELIMINAR O DECLARARLO OPCIONAL EL CICLO DE FLASH, YA QUE ESTE CICLO ES UTILIZADO EN ESTUFAS O ESTERILIZADORES DE PEQUEÑAS CAPACIDADES PARA PROCESOS RÁPIDOS PARA EXCEPCIONES EN AREAS DE LABORATORIO O PEQUEÑAS CLINICAS, NO PARA ESTERILIZADORES UTILIZADOS EN HOSPITALES O CENTROS DE MUCHO TRABAJOS DE ESTERILIZACION. SINO PERMITAN LA CONFIGURACION COMO PROGRAMA DE UN CICLO FLASH PERO QUE SE INDIQUE EN UNA ADENDA, ASI COMO ESTA LIMITAN LA PARTICIPACION	16-03-2019	20:59:30

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	12:04:21

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ES FACIL IDENTIFICAR QUE LAS EETT NO SON ANALIZADAS, SINO COPIADAS DE LLAMADOS ANTERIORES TOTALMENTE DIRIGIDAS, YA QUE EN EL PUNTO 7.1 DICE: el abastecimiento de agua se hará desde el tanque de 120.000 Litros ubicado en la azotea del Hospital Central del IPS, SIN EMBARGO EL LLAMADO ES PARA HOSPITALES DEL AREA INTERIOR. FAVOR ELIMINAR ESTE APARTADO O CORREGIRLO COMO CORRESPONDE, ADEMAS DE LOS DEMAS PUNTOS DONDE SE ORIENTAN O LIMITAN LA PARTICIPACION	16-03-2019	21:07:19

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	12:04:39

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN LAS EETT INDICAN ITEM 3 COMO EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO, SIN EMBARGO EN LA LISTA Y EL PLAN DE ENTREGA MENCIONAN AUTOCLAVE ODONTOLOGICO. COMO SE HARIA LA CONSULTA, A CUAL DE LOS DOS PUNTOS DEBEMOS CONSIDERAR	16-03-2019	21:10:57

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	12:04:58

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR CORREGIR LA DESCRIPCION DEL EQUIPO DONDE DICE: Descripción: Dispositivo diseñado para uso en laboratorios con el fin de esterilizar los objetos de su interior mediante calor seco.	16-03-2019	21:16:49

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	12:05:17

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN 5.21 Nivel de ruido de la descarga sea inferior a 85dBA. SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE NO SE ENCUENTRA EN UN AMBIENTE COMO UNA SALA DE CIRUGIA NI DE TERAPIA NI DE INTERNACION COMO PARA QUE PUEDA CAUSAR ALGUN DAÑO FISICO AL PACIENTE, NI TAMPOCO AL PERSONAL QUE LO UTILICE. UNA VEZ MAS SE TRATA DE DIRECCIONAR A UNA MARCA QUE POR UNA DE ESAS COSAS DE SU FABRICACION CUENTA CON ESTA ESPECIFICACION.	16-03-2019	21:24:00

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	12:05:37

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

DONDE SOLICITAN: 6.5 Frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y onda pletismográfica. SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA DECLARADO OPCIONAL, NORMALMENTE ESTOS PARAMETROS Y POR SEGURIDAD Y POR DISPOSICION DEL MSPYBS SON VERIFICADOS Y CONTROLADOS MEDIANTE MONITORES MULTIPARAMETRICOS YA QUE TODAS LAS SALAS DE UTI NEONATAL DONDE SE UTILIZAN LAS INCUBADORAS SIEMPRE CUENTAN CON MONITORES, CON ESTO NO SE ENCARECE INNESARIAMENTE EL EQUIPO Y PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE MUCHOS MÁS OFERENTES.		16-03-2019	21:33:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	12:05:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN EN EL PUNTO 3.1 Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. SOLICITAMOS QUE NO LIMITEN LA PARTICIPACION DE MARCAS QUE CUENTAN CON CALIDAD DEL MERCOSUR LAS QUE YA ESTAN COMERCIALIZADAS EN NUESTRO PAIS Y HAN PROBADO SU CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO. ESTAN RESTRINGIENDO LA PARTICIPACION A MARCAS MÁS CARAS Y CON LA MISMA O MENOR CALIDAD A LAS OFRECIDAS EN EL MERCOSUR. SI EL MISMO MINISTERIO DE SALUD ENTE REGULADOR DE ESTOS EQUIPOS ACEPTA Y ES ANALOGA A ANVISA Y ANMAT NO COMPRENDEMOS POR QUE NO PERMITEN PARTICIPAR A MARCAS DEL MERCOSUR. EN CASO DE NO HABILITAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD REGIONALES NOS VEREMOS EN LA NECESIDAD DE ACUDIR A UNA PROTESTA CONTRA EL PLIEGO.		16-03-2019	21:38:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	12:06:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
EN EL PUNTO 7.1 DONDE DICE: Temperatura aire: $\pm 1^\circ$ C del punto seleccionado. Esta es una especificacion para incubadoras, no se puede medir el aire en una servocuna abierta. solicitamos que la misma sea opcional, por que estimamos que está dirigida a una marca cuya servocuna se transforma en incubadora, por eso solo esa cumple. Lo que se esta solicitando es una servocuna no una incubadora. NO LIMITEN LA PARTICIPACION		16-03-2019	21:41:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	12:06:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: EN EL PUNTO 10.2 DE LA LUMINOTERAPIA 3 Intensidades: Alta $> 50 \mu$ W/cm ² /nm; Media 35μ W/cm ² /nm; Baja 20μ W/cm ² /nm a 30 cm de distancia SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS DE LUMINOTERAPIAS QUE SEAN AJUSTABLES A DOS O MAS NIVELES, O AJUSTABLES EN TODO EL RANGO DE NIVELES DE POTENCIA, NO DIRIJAN A LA LUMINOTERAPIA DE TRES NIVELES CON LAS POTENCIAS INDICADAS DE LA MARCA MEDIX MODELO MEDILED MINI QUE SERIA LA UNICA QUE CUMPLE, O ESTABLEZCAN COMO OPCIONAL ESTE PUNTO		16-03-2019	21:51:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	12:07:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN EN EL PUNTO 10.4 Área de superficie efectiva :30 x 22 cm a 40 cm de distancia. SOLICITAMOS ESPECIFIQUE RANGOS DE MEDIDAS NO NUMEROS ABSOLUTOS EL CUAL SOLO CUMPLIRIA LA LUMINOTERAPIA DE LA MARCA MEDIX MODELO MEDILED MINI. RECOMENDAMOS LA SIGUIENTE ESPECIFICACION. 10.4 AREA DE SUPERFICIE EFECTIVA DE ENTRE 30 X 22 CM +/-5CM A UNA DISTANCIA DE 40 CM +/-5CM.		16-03-2019	22:05:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	12:07:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN EN EL PUNTO 3.1 Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. SOLICITAMOS QUE NO LIMITEN LA PARTICIPACION DE MARCAS QUE CUENTAN CON CALIDAD DEL MERCOSUR LAS QUE YA ESTAN COMERCIALIZADAS EN NUESTRO PAIS Y HAN PROBADO SU CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO. ESTAN RESTRINGIENDO LA PARTICIPACION A MARCAS MÁS CARAS Y CON LA MISMA O MENOR CALIDAD A LAS OFRECIDAS EN EL MERCOSUR. SI EL MISMO MINISTERIO DE SALUD ENTE REGULADOR DE ESTOS EQUIPOS ACEPTA Y ES ANALOGA A ANVISA Y ANMAT NO COMPRENDEMOS POR QUE NO PERMITEN PARTICIPAR A MARCAS DEL MERCOSUR. EN CASO DE NO HABILITAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD REGIONALES NOS VEREMOS EN LA NECESIDAD DE ACUDIR A UNA PROTESTA CONTRA EL PLIEGO.		16-03-2019	22:12:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	12:07:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

DONDE PIDE EN EL PUNTO 4.6 Capacidad de prelavado, lavado, desinfección, neutralizado, aclarado y secado. SOLICITAMOS QUE SE ACLARE SUFICIENTEMENTE QUE SIGNIFICA LA CAPACIDAD DE NEUTRALIZADO Y LA CAPACIDAD DE ACLARADO. SOLICITAMOS ADEMÁS NO EMPAQUETAR O ENLATAR CICLOS O PROGRAMAS O LAS CAPACIDADES CITADAS. ESTO SOLO DIRIGE A UNA MARCA, SE AGREGUE EL TERMINO O DE MEJORES CAPACIDADES O DECLAREN OPCIONAL ESTE PUNTO ANTES DE DIRIGIRLO A UNA MARCA	16-03-2019	22:22:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15	16-09-2019	12:08:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN DESDE EL PUNTO 6.1 AL 6.8 ENTENDEMOS QUE CORRESPONDEN A ESPECIFICACIONES DE AUTOCLAVES QUE SI PRECISAN DE AGUA BIEN TRATADA PARA EQUIPOS DE TERMODESINFECTORA ES SUFICIENTE QUE LAS MISMAS CUENTEN CON SISTEMAS DE TRATAMIENTO POR OSMOSIS INVERSA DE SUFICIENTE PRODUCCION PARA EL EQUIPO. ENTONCES PARA NO ENCARECER EL EQUIPO PODRIAN DECLARARLO COMO OPCIONAL.	16-03-2019	22:30:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	12:08:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CREEMOS QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE HA AGREGADO ESPECIFICACIONES DE UN VENTILADOR PULMONAR TRADICIONAL HOSPITALAR EN ESTE QUE ES DE TRASLADO. POR LO QUE SOLICITAMOS QUE DESDE EL PUNTO 66.9 EN ADELANTE Y HASTA FINAL SEA ELIMINADO. POR QUE EN LA MISMAS ESTAN SOLCITANDO PUNTOS SIN SENTIDOS COMO POR EJEMPLO UN HUMIDIFICADOR PARA UN VENTILADOR DE TRASLADO NO CORRESPONDE.	16-03-2019	22:59:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	12:09:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 8.2 Peso de 5 kg o menos. Incluyendo baterías externas, de ser necesarias. SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS DE POR LO MENOS 10KG O MAS. LA DIFERENCIA EN CUANTO AL PESO NO HACE DIFERENCIA EN CUANTO A SU FUNCION. SOLICITAMOS EL PUNTO PARA DAR UNA MAYOR PARTICIPACION	16-03-2019	23:02:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	12:09:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 4.8 AUTOPEED. SOLICITAMOS QUE ESTA ESPECIFICACION SEA CONSIDERADA COMO OPCIONAL YA QUE SE ESTARIA DIRIGIENDO A UNA SOLA MARCA Y LA MISMA PARA UNA VENTILADOR DE TRASLADO NO ES NECESARIA PARA LA FUNCION QUE CUMPLE.	16-03-2019	23:03:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	12:10:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 2.10 AJUSTE DE LA RAMPA DE PRESION, SOLICITAMOS QUE ESTA ESPECIFICACION SEA OPCIONAL, YA QUE SE ESTARIA DIRIGIENDO A UNA UNICA MARCA Y MODELO CON ESTA ESPECIFICACIÓN QUE PARA UNA VENTILACION DE TRANSPORTE NO SE PRECISA	16-03-2019	23:04:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	12:11:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 2.7 PEEP/CPAP (cm H2O). Limite inferior 0 o apagado. Limite superior 40 o mayor SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON LIMITE SUPERIOR DE 20 O MAYOR, DE MANERA A DAR MAYOR PARTICIPACION A OFERENTES.	16-03-2019	23:05:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	12:11:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

DONDE SOLICITAN: 2.1 Volumen Corriente (ml). Limite inferior 5 o menor. Limite superior 3000 o mayor. CREEMOS QUE HAY UN ERROR EN CUANTO AL LIMITE INFERIOR YA QUE HASTA LOS VENTILADORES CONVENCIONALES NO LLEGAN HASTA ESTE LIMITE INFERIOR POR LO QUE SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON LIMITE INFERIOR DE 50 O SUPERIOR.		16-03-2019	23:08:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	12:12:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
en el punto 4.1 donde dice: 11. 4.1 Estructura metálica con tratamiento en pintura epóxipoliéster homeada anticorrosiva y antiestática. Solicitamos a la convocante poder cotizar estructura de acero con revestimiento de epoxi, el cual es una resina antiestatica y anticorrosiva la cual cumpliria la misma funcio de la estructura metalica y dando asi mayor participacion a oferentes		17-03-2019	13:28:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	12:12:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
en el punto 4.4 Dimensiones de la superficie del paciente. donde dice: Ancho mínimo 90 cm.. Solicitamos a la convocante poder cotizar desde 88cm o mas. para asi dar mayor participacion a los oferentes		17-03-2019	13:32:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	12:14:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Punto 4.12 Asas para traslado y movimientos de la cama abatible Consulta: Solicitamos a la convocante dejar este punto como opcional ya que lo solicitado es una característica de las camillas de urgencia, no de las camas hospitalarias. No conocemos ningún fabricante que realice asas para traslado en las camas. Las camas de internacion disponen de cabeceros y pieceros extraíbles cuyo diseño permite asirlos, y así no hay asas externas que puedan dificultar el movimiento de la cama en su traslado o que puedan golpear al personal médico o acompañantes de manera a permitir mayor cantidad de oferentes.		17-03-2019	13:34:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	12:14:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Punto 4.13 Porta historial clínico desmontable y abatible colocado en la piecera. Consulta: Solicitamos a la convocante la posibilidad de cotizar mesa para escribir que se coloca en el piecero, es desmontable, e incluye un cesto porta historiales, para permitir la participación de mas oferentes.		17-03-2019	13:34:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	12:14:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
4.15. 5 Colchón solicitan el certificado de cumplimiento de normativas del colchón de CE MDD 93/42/EEC Clase, dispositivos medicos. Consulta: Solicitamos a la convocante la posibilidad de presentar otros certificados del colchon, como ISO/TS16949, ISO 9001, ya que en varios paises el colchon no se concidera dispositivos medicos por lo que no se emiten CE, de manera a dar mayor oportunidad a mas oferente		17-03-2019	13:39:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	12:15:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Escalera 4.17.2 Estructura metálica en acero tubular. Solicitamos a la convocante poder cotizar la escalera de acero cromado para dar participacion a mas oferentes.		17-03-2019	13:45:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	13:44:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
en el punto 4.1 donde dice: Estructura metálica con tratamiento en pintura epóxipoliéster homeada anticorrosiva y antiestática. Solicitamos a la convocante poder cotizar estructura de acero con revestimiento de epoxi, el cual es una resina antiestatica y anticorrosiva la cual cumpliria la misma funcio de la estructura metalica y dando asi mayor participacion a oferentes		17-03-2019	13:47:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	13:45:12

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.4 Dimensiones de la superficie del paciente.. Ancho mínimo 90 cm. Solicitamos a la convocante agregar una variación de +-5cm a la superficie del paciente	17-03-2019	13:51:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:45:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.12 Asas para traslado y movimientos de la cama abatible Consulta: Solicitamos a la convocante dejar este punto como opcional ya que lo solicitado es una característica de las camillas de urgencia, no de las camas hospitalarias. No conocemos ningún fabricante que realice asas para traslado en las camas. Las camas de internación disponen de cabeceros y piecero extraíbles cuyo diseño permite asirlos, y así no hay asas externas que puedan dificultar el movimiento de la cama en su traslado o que puedan golpear al personal médico o acompañantes de manera a permitir mayor cantidad de oferentes	17-03-2019	13:51:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:45:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.13 Porta historial clínico desmontable y abatible colocado en la piecera. Consulta: Solicitamos a la convocante la posibilidad de cotizar mesa para escribir que se coloca en el piecero, es desmontable, e incluye un cesto porta historiales, para permitir la participación de mas oferentes.	17-03-2019	13:52:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:46:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 5.10 posiciones fowler, vascular, cardiaco, inclinacion lateral Consulta: solicitamos a la convocante dejar como opcional la inclinacion lateral, para dar mayor oportunidad a mas oferentes.	17-03-2019	13:58:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:46:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 6.5 Punto ,solicitan el certificado de calidad de cumplimiento de normativas del colchón de CE MDD 93/42/EEC Clase, dispositivos medicos. Consulta: Solicitamos a la convocante la posibilidad de presentar otros certificados del colchon, como ISO/TS16949, ISO 9001, ya que en varios paises el colchon no se concidera dispositivos medicos por lo que no se emiten CE, de manera a dar mayor oportunidad a mas oferente	17-03-2019	13:58:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:46:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Puntos 7.1 y 7.2 Alarma sonora y luminosa Para permitir la participacion de mas oferentes solicitamos incluir solo alarma luminosa de las camas o dejar como opcional la alarma sonora	17-03-2019	14:00:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:47:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1.3 Regulación automática de exposición. Solicitamos aclarar si este punto se refiere al ajuste de estructura de la imagen, como ser nitidez de la estructura de la mucosa y de los colores de la estructura (exposición). Seria: Regulación automática de exposición y/o Regulación del énfasis de la estructura y Tono?	17-03-2019	18:06:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:47:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1.8. Lente Zoom Parfocal integrado. Solicitamos que este punto sea OPCIONAL ya que este se refiere a cabezales de cámara utilizados en laparoscopia rígida y no en videoendoscopios flexibles. El zoom que posee el procesador esta en el punto 4.1.10. Zoom electrónico seleccionable de 2 aumentos.	17-03-2019	18:07:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:48:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

4.1.10. Zoom electrónico seleccionable de 2 aumentos. Solicitamos si este puede ser de 2 aumentos o mas. Seria: Zoom electrónico seleccionable de 2 aumentos o mas.?	17-03-2019	18:07:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:48:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.2. Cabezal de cámara Solicitamos que este ITEM sea EXCLUIDO o OPCIONAL ya que este cabezal se utiliza en los laparoscopios rígidos y o en los fibroendoscopios. Al solicitar video endoscopios este cabezal no es necesario. Además, permitirán mayor participación de oferentes y mayor tecnología.	17-03-2019	18:08:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:48:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.3.5 Cable de luz de fibra óptica, diámetro mayor a 3mm, longitud entre: 250 y 350cm. Solicitamos que este punto sea Excluido o Opcional ya que el cable de fibra óptica se utiliza en laparoscopia rígida y no en videoendoscopios ya que el cable de fibra óptica esta incluido dentro de los videoendoscopios.	17-03-2019	18:08:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:49:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.4.1 Monitor de grado médico LCD de 26 pulgadas como mínimo. Solicitamos que el monitor sea de 21 pulgadas como mínimo ya que solicitan carro con puertas y el monitor de 27 pulgadas no entraría dentro del carro.	17-03-2019	18:09:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:49:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.4.6 Sistema de documentación de grado medico con capacidad de grabación de video de alta calidad interna y memoria flash externa, y grabador/reproductor de DVD con sus respectivos cables de conexión. Solicitamos saber si esto se refiere a un equipo aparte del carro para transporte: Grabador de DVD y favor aclarar También si este debe ser de GRADO MEDICO.	17-03-2019	18:09:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:49:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1.4 Imagen tipo H. Solicitamos para mayor participación de oferentes que sea Imagen tipo H o gran imagen circular.	17-03-2019	18:09:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:50:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1.6 Profundidad de campo: de 2 mm (o menor) a 100 mm (o mayor). Solicitamos para mayor participación de oferentes que sea Profundidad de campo: de 3 mm (o menor) a 100 mm (o mayor).	17-03-2019	18:10:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:50:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1.11 Longitud total del tubo de inserción: de 2000 mm o mayor. Solicitamos para mayor participación de oferentes que sea Longitud total del tubo de inserción: de 1990 mm o mayor.	17-03-2019	18:10:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:51:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1.14. Posibilidad de cambiar la rigidez del tubo de inserción mediante un anillo de ajuste Solicitamos que esta característica sea opcional para mayor participación de oferentes.	17-03-2019	18:10:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:51:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1.7.1 Diámetro exterior de la vaina entre 12mm a 13mm. Solicitamos que se aclare este punto o se retire de las EETT ya que se repiten en el punto 5.1.8. Tubo de inserción con diámetro exterior entre 11 y 12,8 mm.	17-03-2019	18:10:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:51:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1.7.2 Longitud útil entre 1.300 a 1.700mm. Solicitamos que se aclare este punto o se retire de las EETT ya que se repiten en el punto 5.1.12 Longitud útil de inserción: 1680 mm o mayor.	17-03-2019	18:11:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:52:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1.7.3 Diámetro del canal de trabajo de 3,7 a 4mm. Solicitamos que se aclare este punto o se retire de las EETT ya que se repiten en el punto 5.1.9. Diámetro interior del canal de instrumentos: 3,7 a 3,8 mm.	17-03-2019	18:11:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:52:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1.7.4. Acodamiento: Arriba 180o (+/-10o) y Abajo 180o (+/-10o). Solicitamos que se aclare este punto o se retire de las EETT ya que se repiten en el punto 5.1.10 Angulaciones:hacia arriba: 180o o mayorhacia abajo: 180o o mayorhacia la derecha: 160o o mayor hacia la izquierda: 160o o mayor.	17-03-2019	18:11:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:52:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1.7.7Acodamiento: Izquierda 160o (+/-10o) y Derecha 160o (+/-10o). Solicitamos que se aclare este punto o se retire de las EETT ya que se repiten en el punto 5.1.10 Angulaciones:hacia arriba: 180o o mayorhacia abajo: 180o o mayorhacia la derecha: 160o o mayor hacia la izquierda: 160o o mayor.	17-03-2019	18:12:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:53:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1.7.10. Campo visual de 140o o mayor. Solicitamos que se aclare este punto o se retire de las EETT ya que se repiten en el punto 5.1.5. Campo de visión: 140o o mayor (visión frontal).	17-03-2019	18:12:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:53:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1.7.11. Profundidad de campo entre 4 o menor a 100mm o mayor. Solicitamos que se aclare este punto o se retire de las EETT ya que se repiten en el punto 5.1.6 Profundidad de campo: de 2 mm (o menor) a 100 mm (o mayor).	17-03-2019	18:12:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:53:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.2.2 Aumento 8X para un diagnóstico óptimo como mínimo. Solicitamos ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si este puede ser : Aumento x2 o mas para un diagnóstico óptimo. Lo máximo en endoscopia electrónica es x2. Puede que tenga de 8 a 20 niveles o graduaciones de zoom .	17-03-2019	18:13:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a las graduaciones de los distintos niveles de zoom. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:54:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.2.3 Zoom electrónico, regulable en 4 niveles. Solicitamos ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si este puede ser : Zoom electrónico, regulable en 4 a 20 niveles.	17-03-2019	18:13:15

Listado de Consultas

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	13:55:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
5.2.6.11 Profundidad de campo entre 2 o menor a 100mm o mayor. Solicitamos ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si este puede ser : Profundidad de campo entre 4 o menor a 100mm o mayor.		17-03-2019	18:13:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	13:55:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El oferente deberá proveer todos los recipientes necesarios para realizar la limpieza del equipo. Así también de los accesorios y productos de desinfección en el periodo que dure la garantía. Solicitamos que solo se provea los recipientes que serian 4 tapers rectangulares y no los desinfectantes ya que estos se encuentran en el vademécum del IPS y se proveen de manera constante en licitaciones aparte. Además, el precio de referencia no abarcaría para esto.		17-03-2019	18:13:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	13:56:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Favor verificar el precio de referencia ya que el valor aproximado es de G.20.000.000		17-03-2019	18:57:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al precio referencial modificado en el SICP.		16-09-2019	13:56:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Dimensiones de la camilla (con barandales arriba): Longitud total 200cm o menos. ancho total 95cm o menos Solicitamos a la convocante poder cotizar camilla con dimensiones de Longitud total 220cm o menos. Ancho total 82 cm o mas. dando asi mayor participacion a oferentes		17-03-2019	18:57:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	13:57:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
en el punto 4.11.1 donde dice: trendenburg de 20° como minimo. Solicitamos a la convocante poder cotizar trendenburg de 16° como minimo, para asi dar mayor participacion a oferentes		17-03-2019	18:58:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	13:57:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
4.11.4 Pociones Altura regulable hidráulicamente mediante pedal: Altura máxima: 90 cm o más. Altura mínima: 60 cm o menos. Solicitamos a la convocante una variacion de +-3cm en las medidas solicitadas , de esa manera dar oportunidad a mas oferentes.		17-03-2019	19:02:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	13:57:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Punto 3.1 Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos respetuosamente a la convocante solicitar las siguientes Normas de calidad para este Item : FDA, CE , JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas. para dar oportunidad a las marcas nacionales.		17-03-2019	19:08:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	13:58:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Referente al plazo de entrega de los equipos, solicitamos respetuosamente a la convocante que sea extendido dicho plazo a 120 días desde el cobro del anticipo, teniendo en cuenta que la gran cantidad de equipos requeridos obliga a incurrir en un proceso de importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de tramites aduaneros. De manera a no limitar la presentación de potenciales oferentes.		17-03-2019	19:09:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:58:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente a la convocante el cobro del anticipo del 20%, este pedido obedece a la magnitud de equipos que estan solicitando, de esa manera el oferente podra tener un apoyo economico para iniciar las importaciones que tienen un costo muy elevado.	17-03-2019	19:15:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	13:59:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice : La empresa adjudicada deberá proveer garantía del bien de 2 (dos) años desde la emisión del Acta de Recepción Provisoria, incluyendo la sustitución sin costo de partes con defectos de fábrica. Durante el periodo de garantía se deberá incluir soporte de mantenimiento preventivo y correctivo. Cumplido el primer año de garantía, Administrador de Contrato emitirá el Acta de Conformidad de Cumplimiento de Contrato a fin de que la empresa pueda solicitar el pago del 3% del monto del contrato que fuera retenido en concepto de garantía. Si hubiera multas por incumplimientos, las mismas serán asentadas en el acta. Cumplido el segundo año de garantía, el Administrador de Contrato emitirá el Acta de Recepción Final, la que habilitará a la empresa a solicitar el pago del 3% del monto del contrato restante. Solicitamos a la convocante se aclare este punto, el acta de recepcion final debe emitirse con la entrega de los Equipos para poder solicitar el cobro.	17-03-2019	19:21:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con la emision del Acta de Recepcion Provisoria, la empresa adjudicada ya podra cobrar el 94% del valor del bien contra la entrega del mismo, al culminar el primer año de garantia segun el Acta de Conformidad emitida por el Administrador del Contrato podra cobrar el 3% y en el segundo año los otros 3% restantes con el Acta Definitiva.	16-09-2019	14:00:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante especificar en la planilla de distribucion donde seran instalados los equipos y las cantidades que se entregaran en cada lugar, (cuidad) esta informacion es fundamental para los proveedores para la planificacion de entrega y calcular los costos de traslado.	17-03-2019	19:25:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:00:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 21.1.1 Descripción: Solicitan: Equipos MODULARES de alta resolución que se utilizan con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica invasiva y no invasiva para estudios generales en pacientes adultos, mientras que en el punto 21.4.1 Solicitan: Ecografo PORTATIL con funcionamiento a corriente eléctrica y batería (incorporada). Solicitamos por favor aclarar si la solicitud corresponde a equipo portátil o modular.	17-03-2019	22:29:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:01:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 21. 4.2 Solicitan: Peso: hasta 8 Kg (incluyendo pantalla y batería interna). Considerando que solicitan un equipo portátil, sugerimos que el peso no sobrepase los 5.5 kg, para facilitar la manipulación y el transporte del mismo.	17-03-2019	22:29:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:01:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto:21. 4.6 Solicitan: Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 320 GB. Sugerimos soliciten capacidad de almacenamiento de los datos en discos de estado sólido SSD de al menos 160 GB, lo que permite un acceso a la información almacenada más rápida y eficiente.	17-03-2019	22:30:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:02:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto:21.4.8 Solicitan: Rango dinámico de al menos 280 dB o mejor. Solicitamos permitan cotizar equipos con Rango dinámico de al menos 255 dB de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	17-03-2019	22:30:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:02:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto:21.4.92 Solicitan: (dos) puertos activos, como mínimo, para conexión de transductores, fácilmente intercambiables. Sugerimos soliciten al menos 3(tres) puertos activos, para conexión de transductores, fácilmente intercambiables, de manera a minimizar la manipulación de los transductores y preservar su vida útil.	17-03-2019	22:31:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:02:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto:21. 4.13 Solicitan: 1024 o más canales de procesamiento multiplexados. Sugerimos soliciten Formador de haz (beamformer) de al menos 950.000 canales, considerando las aplicaciones solicitadas	17-03-2019	22:32:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:03:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto:21.5.1.1 Solicitan: Elastografía. Sugerimos descartar este requerimiento, ya que la solicitud corresponde a un equipo de aplicaciones cardiológicas, y este modo no es aplicable en las mismas, e incrementa los precios innecesariamente.	17-03-2019	22:32:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:03:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto21.5.2.3 Solicitan: Modo Triplex en tiempo real. Sugerimos que el mismo este disponible tanto para los modos Doppler Continuo (CW) y Pulsado (PW).	17-03-2019	22:32:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:04:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto:21. 6.2 Solicitan: Con capacidad de revisión de imágenes estáticas y clips de cine, reportes, mediciones (Datos Crudos) e impresiones. Sugerimos ampliar este requerimiento con: Procesamiento de datos crudos que permita modificar en imágenes de archivo los parámetros: 1. Modo B: ganancia, zoom, rechazo, mapas de grises, rango dinámico 2. Modo M: ganancia, velocidad horizontal, mapas de gris, rechazo 3. Modo Doppler espectral: Ganancia, Velocidad de Barrido, Rechazo, mapa de gris 4. Modo Color: Ganancia y Línea de Base, Varianza, Mapa de Color	17-03-2019	22:33:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:04:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto:21. 6.4 Solicitan: Función 4D. Considerando que no solicitan transductores para esta aplicación, sugerimos modificar este requerimiento por: Posibilidad de incorporar a futuro Función 4D, con al menos las siguientes funcionalidades: Adquisición volumen 4D transeofagico completo sin usar conexión a ECG Adquisición de un volumen con hasta 6 latidos para mayor calidad de rendering Adquisición Triplanar en tiempo real, incluso con doppler color y tisular color en la sonda transeofagica 4D Obtención imágenes 2D arbitrarias con un caliper partiendo de volumen 4D (Laser Lines o similar) Obtención de volúmenes 4D en cualquier dirección y grosor a partir de 2 clicks de cursor sobre imagen 2D Obtención automática de vistas predefinidas en 4D Software cuantificación automática de ventrículo izquierdo en 4D con curva de volumen. Tasa volumen 4D de al menos 1000 vol/seg.	17-03-2019	22:33:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:04:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 21. 7.4 Solicitan: Paquete de pediatría. cálculos y mediciones para cardiología Sugerimos que en el paquete soliciten además Z-Scores pediátricos.	17-03-2019	22:34:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:05:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 21. 9.7 Solicitan: Transductor Convexo con ancho de banda de 2 a 6,8 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo. Solicitamos permitan cotizar Transductor Convexo con ancho de banda de 1.5 a 5.0 MHz, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes y considerando que esa variación de Ancho de banda no impediría la realización de estudios en un amplio rango de tipo de pacientes.	17-03-2019	22:34:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:05:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 21.9.8 Solicitan: Transductor para aplicaciones cardiológicas Phasearray pediátrico con ancho de banda de 2 a 9 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo. Solicitamos permitan cotizar Transductor para aplicaciones cardiológicas Phasearray pediátrico con ancho de banda de 2 a 7 MHz de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	17-03-2019	22:34:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:05:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 21.9.9 Solicitan: Transductor para aplicaciones cardiológicas Phasearray neonatal con ancho de banda de 4 a 12 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo. Solicitamos permitan cotizar Transductor para aplicaciones cardiológicas Phasearray neonatal con ancho de banda de 4.5 a 12 MHz de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	17-03-2019	22:35:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:06:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 21.10.2 Solicitan: Carro de transporte original y de la misma marca del equipo ofertado, con sistema de anclaje y posibilidad de colocación de transductores y periféricos. Cantidad: una (01) unidad por cada equipo. Sugerimos soliciten Que el carro cuente adicionalmente con las siguientes características: desplazamiento vertical de hasta 1,10m de altura 3 conectores activos para phased array Batería adicional de duración mínima 3 horas	17-03-2019	22:35:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:06:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: Solicitan: 21. 11.2 Soportado por batería interna de al menos 45 minutos de duración a carga máxima. Sugerimos que la batería interna tenga una duración de al menos 180 minutos.	17-03-2019	22:36:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:07:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto:22. 4.1 Solicitan: Pantalla: Monitor al menos 19" (pulgadas), medidas diagonalmente. Sugerimos soliciten Monitor LCD de al menos 21" medidas diagonalmente.	17-03-2019	22:49:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se encuentra dentro del rango. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:07:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto:22. 4.4 Solicitan: Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 TB. Solicitamos permitan cotizar equipos con Disco duro integrado de 500 GB, considerando que la tendencia es enviar los estudios a sistemas de PACS.	17-03-2019	22:50:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:08:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto:22. 4.6 Solicitan: Rango dinámico de al menos 195 dB. Sugerimos soliciten Rango dinámico de al menos 250 dB, de manera a tener más posibilidades de ajuste de imagen.	17-03-2019	22:50:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:08:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto:22. 4.7 Solicitan:3 (tres) puertos activos, como mínimo, para conexión de transductores. Sugerimos soliciten al menos 4 (cuatro) puertos activos.	17-03-2019	22:50:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:08:58
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 22. 6.1.5 Solicitan: Software para elastografia. Sugerimos soliciten que el equipo tenga Elastografia por compresión y Elastografía Shear wave, lo que ampliara el tipo de estudios a realizar.		17-03-2019	22:51:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	14:09:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 22. 7.2.1 Solicitan: Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5 a 12 Mhz. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo. Sugerimos soliciten Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 4 a 15 Mhz, lo que ampliara las posibilidades en cuanto al tipo pacientes y de estudios a realizar.		17-03-2019	22:51:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	14:09:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 22.7.2.2. Solicitan: Transductor Convexo con un ancho de banda de 1 a 5 MHz.Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo. Sugerimos soliciten Transductor Convexo con un ancho de banda de 1 Mhz a 6 Mhz con ángulo de exploración de al menos 70°, lo que permitirá hacer estudio en un mayor rango de tipo de pacientes.		17-03-2019	22:51:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	14:10:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El precio referencial de este ítem asciende a Gs. 293.143.613 , lo que se encuentra por debajo del precio de mercado, de acuerdo con las especificaciones solicitadas, sugerimos la revisión del mismo.		17-03-2019	22:52:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al precio referencial modificado en el SICP.		16-09-2019	14:11:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 39.4.1.3 Solicitan: Ajuste vertical mínimo de 80cm. Solicitamos permitan cotizar equipos con ajuste vertical de 90 cm ± 2 cm, permitiendo de esta manera la participación de un mayor número de oferentes.		17-03-2019	23:01:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	14:11:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto: 39. 4.1.4 Solicitan: Cabezal con superficie externa lisa. Sugerimos solicitar equipos con superficie externa por módulos (del tipo pétalos) considerando que este tipo de construcción hace posible la circulación del flujo laminar, lo que evita la circulación de partículas en el campo quirúrgico.		17-03-2019	23:01:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las EETT no limitan la forma del Cabezal, solo requiere que sean superficies lisas para su facil limpieza y desinfeccion. Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	14:12:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 39. 4.2.2 Solicitan: Fuente de luz: Sugerimos solicitar adicionalmente que el equipo cuente con una fuente de luz ambiental, que facilitará los procedimientos endoscópicos.		17-03-2019	23:02:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	14:12:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 39. 4.2.3 Solicitan: LED blanco de al menos 60 leds. Favor especificar si Esta cantidad se refiere a la Cantidad total de focos LED del conjunto Cabezal principal + satélite?, sugerimos soliciten al menos 60 LEDS por cabezal.		17-03-2019	23:02:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	14:13:13
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto 39. 4.2.5 Solicitan: Tiempo de vida útil de 30.000 horas. Sugerimos soliciten un tiempo de vida útil de al menos 50000 horas	17-03-2019	23:02:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:13:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN el punto 39. 4.2.6 Solicitan: Temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin. Esto se refiere a un equipo con Rango de Temperatura de color variable? De ser así: Solicitamos permitan cotizar equipos con Temperatura de color con rango ajustable de 3500 a 5000 Kelvin.	17-03-2019	23:03:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:14:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN el punto 39. 4.2.7 Solicitan: Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 93 % como mínimo. Sugerimos soliciten equipos con Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 %, de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos	17-03-2019	23:03:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo consultado se ajusta al rango establecido. Remitirse a la Adenda N° 15	16-09-2019	14:14:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN el punto 39. 4.3.1 Solicitan: Diámetro de campo de luz ajustable de 190 o menor a 280 mm o mayor. Sugerimos modificar este requerimiento Por: Diámetro de campo de luz ajustable de 190 o 240 cm, considerando que solicitan una lámpara con Temperatura de Color variable, lo que trabaja a longitudes de onda variables.	17-03-2019	23:03:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:15:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 39. 4.3.2 Solicitan: Profundidad de 90 cm o mayor a 1m de distancia de la fuente sin reenfoque. Sugerimos soliciten equipos con Profundidad de al menos 110 cm	17-03-2019	23:04:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:15:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 39.5.2 Solicitan: Batería interna con indicador de la carga y autonomía, con carga de 100%, de al menos 3 horas. Sugerimos solicitar una duración de la batería a carga completa de al menos 5 horas.	17-03-2019	23:04:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:16:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE 11.4.5 Cubierta radio transparente y soporte para chasis de RX. Solicitamos que este punto sea opcional, ya que una cama de internación articulada, para uso en sala no se usa para procedimientos de RX, ni la sala de internación está preparado en espacio físico.	17-03-2019	23:17:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:16:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 11.4.14.5 Sistema de RCP mecánico. CONSULTA: El sistema RCP, para que sea de rápida liberación, ¿Debe ser por sistema de resorte a gas?	17-03-2019	23:18:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar, Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:17:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 12.5.1 Altura ajustable (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón). Altura mínima 49 cm o menos. Altura máxima 88 cm o más. CONSULTA: Se podrá ofertar una cama con altura ajustable (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón). Altura mínima 57 cm o menos. Altura máxima 75 cm o más.	17-03-2019	23:20:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:19:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 12.4.9 Sistema de frenado y direccionamiento centralizado para transporte. Con tres posiciones: freno, movimiento en línea recta con giro y libre para movimiento en cualquier dirección. Con control para pie. CONSULTA: ¿ Se podrá ofertar con Sistema de frenado y direccionamiento centralizado para transporte. Con dos posiciones: freno, movimiento en línea recta con giro además con una quinta rueda para libre para movimiento en cualquier dirección. Con control para pie.	17-03-2019	23:21:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:21:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 12.4.5 Cubierta radio transparente y soporte para chasis de RX con posibilidad de realizar RX. CONSULTA: ¿Toda la cama debe ser radio transparente? ¿Se puede ofertar con solo el tablero del respaldo radio transparente? Que es lo que en realidad se necesita que sea radio transparente para poder realizar RX	17-03-2019	23:22:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo que se busca es que se pueda realizar estudios de rayos X en pacientes que no puedan ser movilizados, la cama debería permitir realizar estudios en toda la superficie del paciente. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:22:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 12.7.1 Alarma sonora y luminosa de falta de energía eléctrica de red ¿Se podrá considerar esto como un ítem opcional?	17-03-2019	23:23:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:22:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
12.7.2 Alarma sonora y luminosa de batería baja. Con posibilidad de silenciado. ¿Se podrá considerar esto como un Ítem Opcional?	17-03-2019	23:24:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:22:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante reconsiderar un aumento del 30% en el precio referencial	17-03-2019	23:26:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al precio referencial modificado en el SICP.	16-09-2019	14:24:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 39.4.3.2 Profundidad de 90 cm o mayor a 1m de distancia de la fuente sin reenfoque. CONSULTA: ¿Se podrá considerar ofertar equipos con Profundidad de 80 cm o mayor a 1m de distancia de la fuente sin reenfoque.	17-03-2019	23:27:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:24:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 39.5.2 Batería interna con indicador de la carga y autonomía, con carga de 100%, de al menos 3 horas. CONSULTA: Se podrá considerar ofertar Batería interna con indicador de la carga y autonomía o UPS, con carga de 100%, de al menos 3 horas.	17-03-2019	23:28:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:25:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 39.4.2.3 LED blanco de al menos 60 leds. CONSULTA: Para garantizar una mejor calidad de iluminación, ¿se podrá considerar aumentar a LED blanco de al menos 72 LEDS en lámpara principal y 54 LEDS o más en el satélite?	17-03-2019	23:29:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:25:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

DICE: 39.4.2.5 Tiempo de vida útil de 30.000 horas. CONSULTA: Considerando la larga vida útil de las lámparas LEDS, se podrá considerar como mínima mente Tiempo de vida útil de 55.000 horas o más?	17-03-2019	23:30:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:26:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 39.4.2.7 Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 93 % como mínimo. CONSULTA: Es recomendable un índice de rendimiento cromático (CRI) de 96% como mínimo, ¿Se podrá considerar este porcentaje como el mínimo solicitado?	17-03-2019	23:31:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo consultado se ajusta al rango establecido. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:26:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: ¿ Qué capacidad de lx de regulación eléctrica/electrónica debe poseer el equipo?	17-03-2019	23:32:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:27:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: ¿Cuál debe ser el área de trabajo tanto de la lámpara principal como la lámpara satélite?	17-03-2019	23:32:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:27:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: ¿Cuál debe ser la superficie emisora de luz tanto en la lámpara principal como en la lámpara satélite?	17-03-2019	23:33:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:29:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 15.4.9 Sistema de frenado y direccionamiento centralizado. Con tres posiciones:freno, dirección y libre. Con control para pie al menos en ambos extremos de la camilla CONSULTA: Se podrá ofertar con Sistema de frenado y direccionamiento centralizado. Con dos posiciones: freno, dirección y una quinta rueda para libre. Con control para pie al menos en ambos extremos de la camilla	17-03-2019	23:36:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:30:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 45.4.7 Superficie radio transparente, de fibra de carbono. CONSULTA: ¿Se podrá considerar una mesa que no sea de superficie de fibra de carbono pero que sea radio transparente?	17-03-2019	23:37:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:30:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 45.5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50 cm en total. CONSULTA: ¿Se puede ampliar el rango permitiendo ofertar una mesa con desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 37 cm en total.	17-03-2019	23:39:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:31:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 45.6.4 Soporte para pantalla a la altura del tórax del paciente (01 una unidad). CONSULTA: ¿Se podrá considerar esto como un ítem opcional?	17-03-2019	23:40:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:32:14
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 45.4.17 Resistencia mínima de: 250 kg. CONSULTA: ¿Se podrá elevar la capacidad de la mesa, exigiendo como resistencia mínima 400 Kg? Para poder tener mesas de mayor prestaciones	17-03-2019	23:40:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:32:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 45.5.1 Elevación desde 81 cm o menos a 104 cm o más (eléctrica). CONSULTA: Para tener mesas con mejores prestaciones, ¿Se podrá considerar mesas con Elevación desde 58 cm o menos a 109 cm o más (eléctrica).?	17-03-2019	23:41:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:32:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 45.5.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -10° ó menos a +65° o más (eléctrica). CONSULTA: Para tener mejores prestaciones, ¿se podrá considerar como mínimo mesas con angulación vertical de la sección espalda: de -40° ó menos a +80° o más (eléctrica)?	17-03-2019	23:42:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo consultado se ajusta al rango establecido Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:33:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 45.5.5 Angulación vertical de la sección piernas: de -90° a +20° (eléctrica). CONSULTA: A modo de tener una mesa con mayores prestaciones, se podrá considerar mínimamente una mesa con angulación vertical de la sección piernas: de -90° a +50°(eléctrica) y que sean Bi partidas y desmontables de acoplamiento rápido y fácil	17-03-2019	23:43:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:33:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 45.5.11 Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos en caso de falla. CONSULTA: ¿Se podrá considerar ofertar una mesa con sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos básicos en caso de falla.	17-03-2019	23:43:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:34:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: ¿La mesa deberá tener una rueda central, que permita el giro total y fácil de la mesa?	17-03-2019	23:44:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:34:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 56.5.1 Cajón para almacenamiento y mesa de trabajo CONSULTA: ¿Se podrá considerar esto como un accesorio opcional?	17-03-2019	23:46:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:35:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 64.5.4 Pinza bipolar recta de control de pedal, con cable. Cantidad: 1 (una) unidad o más. 64.5.5 Pinza bipolar con bayoneta de control de pedal, con cable. Cantidad: 1 (una) unidad o más. CONSULTA: ¿Son correctas las cantidades? Las pinzas deben ser con tecnología de punta antiadherente?	17-03-2019	23:53:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:35:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 64.5.6 Lápices desechables con control de corte y coagulación. Cantidad: 70 (setenta) unidades o más. CONSULTA: ¿Son correctas las cantidades? Considerando que es un insumo de alta rotación de uso y vital para el uso del electrobisturi pero que que está solicitada en cantidades muy pequeñas y teniendo en cuenta licitaciones anteriores de la convocante que solicita 500 unidades de este ITEM, solicitamos amablemente elevar las cantidades solicitadas a 500 unidades	17-03-2019	23:54:30

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:36:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 64.5.7 Placas dobles desechables con gel húmedo para adulto. Cantidad: 70 (setenta) unidades o más. CONSULTA: ¿Son correctas las cantidades? Es un insumo totalmente necesario para el uso del equipo y de alto consumo, en anteriores licitaciones pidieron una cantidad significativamente mayor. ¿Podrían elevar las cantidades a 1.000 (mil) unidades como mínimo, como en otras licitaciones anteriores?	17-03-2019	23:55:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:36:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: Solicitamos aclarar cuál debe ser el rango de memorias para configuración de usuarios o programas que debe poseer el equipo. ¿100 o más?, ¿200 o más?, ¿300 o más?	17-03-2019	23:55:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:36:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: Solicitamos que la convocante aclare cuantas salidas monopolar debe tener el equipo.	17-03-2019	23:56:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:37:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: ¿El equipo debe poseer un programa o un modo especial para electrodos finos para limitar la potencia?	17-03-2019	23:56:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:37:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: ¿El equipo debe poseer una función para intercambiar entre salidas monopolar y bipolar mediante una tecla o botón en el pedal?	17-03-2019	23:56:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:38:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: ¿Debe ser compatible con módulo de gas argón? Debe tener el módulo para gas argón	17-03-2019	23:56:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:39:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: ¿El equipo debe contar con Regulación del arco Voltaico para efectos reproducibles en el tejido?	17-03-2019	23:57:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:39:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: ¿El equipo debe poseer un programa o un modo especial para electrodos finos para limitar la potencia?	17-03-2019	23:57:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:40:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 64.5.1 Carro original para transporte del equipo. CONSULTA: ¿Qué características deberá tener el carro? ¿Deberá poseer una caja con tapa para guardar objetos? ¿Deberá poseer frenos? ¿Deberá tener una manija frontal para traslado?	17-03-2019	23:58:19

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No, el carro debe ser Original, Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:41:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2.2 donde dice Cable del disparador de al menos 5 m o inalámbrico solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con longitud de al menos 3 m y así dar mayor participación de oferentes. De esta manera el ítem quedaría: Cable del disparador de al menos 3 m o inalámbrico	18-03-2019	00:02:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:42:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2.3 donde dice Cajón para al menos 4 chasis de 35x43 cm solicitamos a la convocante aclarar y mejorar lo descripto en el ítem, pues solicita un equipo digital y por ende ya no se cuenta con chasis en este tipo de equipo, y lo que debería tener sería un cajón o bandeja donde colocar el o los detectores. Como en el ítem 5 solicitan un solo detector solicitamos amablemente a la convocante que pida incluir al menos una bandeja para detector de 35 x 43 cm. Por lo expuesto recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Bandeja o cajo para al menos un detector de 35 x 43 cm o mejor.	18-03-2019	00:02:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:42:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2.4 donde dice Cable de alimentación de al menos 5m solicitamos amablemente a la convocante eliminar el ítem pues se encuentra duplicado el pedido del cable, coincide con el ítem 6.6.	18-03-2019	00:03:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:43:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3.2 donde dice Potencia: 30 kW o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos de 20 kW, considerando que piden 300 mA de corriente. Por lo expuesto recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera Potencia: 20 kW o más.	18-03-2019	00:03:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:43:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3.5 donde dice Capacidad máxima: 150 KHU o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos desde 105 KHU y así dar mayor participación de oferentes. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: Capacidad máxima: 100 KHU o más.	18-03-2019	00:04:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:47:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62.4.1 Unidad de procesamiento de imágenes endoscópicas. CONSULTA: ¿Se podría re considerar las especificaciones técnicas en los sub ítems: 62.4.1.1 al 62.4.1.12? teniendo en cuenta que lo solicitado es tecnología obsoleta y ya no son fabricados en la actualidad, ajustando lo solicitado a tecnologías actuales en alta definición	18-03-2019	00:04:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:47:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.1 donde dice Variación de mA de 32 mA o menos a 200 mA o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos de hasta 70 mA o menor y así dar mayor participación de oferentes.	18-03-2019	00:04:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:48:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.2 donde dice Variación de mAs de 1 mAs o menor a 250 mAs o más solicitamos amablemente a la convocante mejorar el rango a 0.2 mAs o menor a 480 mAs o mayor.	18-03-2019	00:04:42
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se encuentra dentro del rango. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:49:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.3 donde dice Tiempo mínimo de exposición a 3,5 ms o menor a 2 seg o mayor solicitamos a la convocante mejorar el rango a 1 ms o menor a 2 seg o mayor, considerando que la performance del equipo debería ser obtener imágenes de buena calidad en el menor tiempo posible y así de esta manera se disminuye la exposición a radiación del paciente.	18-03-2019	00:05:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15	16-09-2019	14:49:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.4 donde dice Display digital para KV/mA/mAs solicitamos a la convocante permita que el equipo cotizado despliegue al menos dos de los parámetros solicitados. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: Display digital para KV/mA/mAs, al menos dos de estos parámetros.	18-03-2019	00:05:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:50:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Los ítems 6.3 Cajón porta detector y 6.4 Pulsador de disparo de 3 a 4 m de longitud se encuentran repetidos, solicitamos amablemente a la convocante eliminar dichos ítems.	18-03-2019	00:05:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:50:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62.4.2 Cabezal de cámara CONSULTA: ¿Se podría considerar este ítem como opcional o bien eliminar este ÍTEM ya que por la naturaleza del llamado no corresponde lo solicitado	18-03-2019	00:06:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:51:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
62.4.3.1 Luz fría con tecnología LED. CONSULTA: ¿Se podría ampliar el rango y considerar ofertas con fuente de luz LED o Xenon?	18-03-2019	00:08:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:51:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62.4.3.2 Temperatura de color de 6000K o más. CONSULTA: ¿Se podría considera esto como un ÍTEM opcional?	18-03-2019	00:10:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:10:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62.4.3.3 Regulación manual de intensidad luminosa progresiva. CONSULTA: ¿Se podría ampliar el rango y considerar ofertar con Regulación manual y/o automática de intensidad luminosa?	18-03-2019	00:12:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:11:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
62.4.3: FUENTE DE LUZ LED: Debe poseer control automático de brillo	18-03-2019	00:13:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:11:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
62.4.3: FUENTE DE LUZ LED: ¿Debe poseer lámpara de emergencia?	18-03-2019	00:13:58
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:12:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
62.4.3: FUENTE DE LUZ LED: Debe ser compatible con cromoendoscopia? ¿Mediante que tecnología debe ser? ¿OPTICA o DIGITAL?	18-03-2019	00:15:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:12:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
62.4.3: FUENTE DE LUZ LED: Debe poseer contador de vida útil de la lámpara?	18-03-2019	00:15:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:13:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
62.4.3.5 Cable de luz de fibra óptica, diámetro mayor a 3 mm, longitud entre: 250 y 350 cm. CONSULTA: ¿ Se podría considerar esto como un ítem opcional o bien eliminar este requisito?, ya que no corresponde a la naturaleza del llamado	18-03-2019	00:17:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:13:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62.4.4.2 Paneles divisores para los equipos, dos puertas con llave y una gaveta. CONSULTA: ¿Se podría re considerar este requisito? NO existen carros para transporte con puertas en ninguno de los principales fabricantes, solo en carros de Origen nacional que no son de grado médico	18-03-2019	00:20:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:14:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62.4.4.4 Conexión eléctrica con tomas de conexión para todos los equipos que comprenden la torre y prolongador de 5 ms. como mínimo. CONSULTA: ¿Las conexiones eléctricas deben ser originales del carro? ¿Debe poseer fuente de aislamiento eléctrico para mayor seguridad?	18-03-2019	00:23:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:15:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
62.4.4 Carro para transporte: ¿Debe ser original del fabricante?	18-03-2019	00:24:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:15:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
62.4.4 Carro para transporte: ¿Debe poseer un brazo móvil para el monitor?	18-03-2019	00:25:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:15:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
62.5.1 Set de Video colonoscopio: Existen varias contradicciones en lo solicitado se solicita en el punto 62. 5.1.6 Profundidad de campo: de 2 mm (o menor) a 100 mm (o mayor), sin embargo se pide en el punto 62.5.1.7.11 Profundidad de campo entre 4 o menor a 100 mm o mayor. Cambien hay contradicción entre los puntos 62.5.1.8 que dice: Tubo de inserción con diámetro exterior entre 11 y 12,8 mm. y el punto 62.5.1.7.1 Diámetro exterior de la vaina entre 12mm a 13mm. Existe otra contradicción entre el punto 62.5.1.9 Diámetro interior del canal de instrumentos: 3,7 a 3,8 mm. y el punto 62.5.1.7.3 Diámetro del canal de trabajo de 3,7 a 4 mm. Otra contradicción se observa entre los puntos 62.5.1.12 Longitud útil de inserción: 1680 mm o mayor. y el punto 62.5.1.7.2 Longitud útil entre 1.300 a 1.700mm. CONSULTA: Solicitamos modificar y aclarar estos puntos y los rangos para que sean válidos	18-03-2019	00:42:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:16:33

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
62.5.1 Set de Video colonoscopio: ¿Debe ser en alta definición?	18-03-2019	00:43:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si, debe ser FULL HD	16-09-2019	15:16:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
62.5.1 Set de Video colonoscopio: Debe poseer canal de irrigación auxiliar?	18-03-2019	00:44:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar, Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:17:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62.5.1.3 Completamente sumergible en agua y desinfectantes. ¿Debe ser hermético, sin tapón adicional?	18-03-2019	00:45:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar, Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:17:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62.5.1.5 Campo de visión: 140° o mayor (visión frontal). CONSULTA: Se podría considerar mínimamente con Campo de visión: 170° o mayor (visión frontal)	18-03-2019	00:47:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:18:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62.5.1.8.8 Protector dental, con cinta elástica de goma, para un solo uso, no estéril. CONSULTA: Solicitamos eliminar este ítem, ya que no corresponde por la naturaleza del llamado	18-03-2019	00:49:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:18:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62. 5.1.8.9 1 Envase de pinzas para biopsia, con mandíbulas ovaladas y púa, longitud útil 160cm como mínimo, para un solo uso, estéril, envase de 10 unidades. CONSULTA: Solicitamos eliminar este ítem ya que una pinza de 160 no es compatible con equipos de videocolonoscopia	18-03-2019	00:51:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La longitud describe una medida referencial mínima. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:19:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62. 5.1.8.11 10 Cepillo de limpieza, longitud 220cm como mínimo, 5mm de diámetro, para un solo uso, no estéril. CONSULTA: Solicitamos re considerar esta ÍTEM permitiendo ofertar lo siguiente: 50 Cepillos de limpieza, longitud 220cm como mínimo, para un solo uso, no estéril.	18-03-2019	00:54:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:20:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: Solicitamos ajustar el precio referencial, ya que el precio fijado está fuera de precio de mercado	18-03-2019	00:55:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al precio referencial modificado en el SICP.	16-09-2019	15:21:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
62.5.1 Set de Video colonoscopio: CONSULTA: SOLicitamos aclarar otros insumos o accesorios básicos de endoterapia que deben ser considerados y las cantidades, como ser clips, clipadoras, Inyectores y Asas de poilpectomia.	18-03-2019	00:57:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar, Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:21:52
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62.5.1.9 Unidad electroquirúrgica con modo de corte puro, coagulación y al menos 2 (dos) mezclas, modo bipolar, frecuencia de 350 KHz o mayor, ajuste potencia de salida regulable, sistema de monitoreo de placa neutra, pedal de accionamiento de 2 interruptores, alarmas audibles y visuales, potencia de corte monopolar: 100W o mayor, potencia máxima de coagulación monopolar: 70 W o mayor, potencia máxima en modo bipolar: 50 W o mayor, 20 (veinte) unidades de electrodo neutro de doble campo descartable con cable de conexión al equipo y 2 (dos) lápices de comando manual reutilizable para corte y coagulación con cable de conexión al equipo. Alimentación de 220 V ± 10 % / 50 Hz. CONSULTA: Solicitamos re considerar las especificaciones de la siguiente manera: Unidad electroquirúrgica con software especial par endoscopia, especialmente para papilotomía, frecuencia de 330 KHz o mayor, ajuste potencia de salida regulable, sistema de monitoreo de placa neutra, con módulo de gas argón, pedal de accionamiento de 2 interruptores con posibilidad de cambiar entre los modos monopolar y bipolar mediante una tecla o botón en el pedal, alarmas audibles y visuales, potencia de corte monopolar: 250 W o mayor, potencia máxima de coagulación monopolar: 100 W o mayor, potencia máxima en modo bipolar: 100 W o mayor, memoria para al menos 100 configuraciones, carro original del fabricante, 100 (unidades) de electrodo neutro de doble campo descartable con cable de conexión al equipo, 3 sondas de argón reutilizables, Bombona para gas argón con soporte instalado en el carro, 2 cables monopolar para accesorios de endoterapia. Todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del electrobisturi y el gas argón Alimentación de 220 V ± 10 % / 50 Hz.	18-03-2019	01:11:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:22:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
62.5.2 Set de Videogastroscopio: ¿Debe poseer canal de irrigación auxiliar?	18-03-2019	01:12:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar, Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:22:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE:62.5.2.2 Aumento 8X para un diagnóstico óptimo como mínimo. CONSULTA: puede ser considerado esto como un ítem opcional, no existe videogastroscopio con esta característica	18-03-2019	01:14:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a las graduaciones de los distintos niveles de zoom. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:23:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62. 5.2.3 Zoom electrónico, regulable en 4 niveles. Consulta: ¿Se podría considerar ofertar con Zoom electrónico, regulable en 3 niveles?	18-03-2019	01:15:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:23:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
62.5.2 Set de Videogastroscopio. CONSULTA: Debe ser compatible con cromoendoscopia? ¿Debe ser con tecnología óptica o digital?	18-03-2019	01:16:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:24:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62.5.2.6.1 Diámetro exterior de la vaina entre 9.2mm a 9.5mm. CONSULTA: Se podría considerar ofertar con diámetro exterior de 9.9 mm?	18-03-2019	01:18:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:24:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62.5.2.7.8 - 2 Protector dental, con cinta elástica, este es un ÍTEM desechable, se podría considerar al menos 100 unidades de Protector dental, con cinta elástica,	18-03-2019	01:20:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:24:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62. 5.2.7.8 - 2 Protector dental, con cinta elástica de goma, para un solo uso, no estéril. CONSULTA: Esto es un ítem desechable, se podría considerar al menos 100 Protector dental, con cinta elástica de goma, para un solo uso, no estéril.	18-03-2019	01:22:06
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:25:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62.5.2.7.9 1 Pinzas para biopsia, con mandíbulas ovaladas y púa, longitud útil 180cm como mínimo, para un solo uso, estéril, envase de 10 unidades. CONSULTA: Se podría considerar Pinzas para biopsia, con mandíbulas ovaladas y púa, longitud útil 155 cm como mínimo, para un solo uso, estéril, al menos 20 unidades.	18-03-2019	01:24:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:25:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62.5.2.7.10 - 1 Pinzas para biopsia, con mandíbulas ovaladas, longitud útil 180cm como mínimo, para un solo uso, estéril, envase de 10 unidades. CONSULTA: Se podría considerar ofertar con Pinzas para biopsia, con mandíbulas ovaladas, longitud útil 155 cm como mínimo, para un solo uso, estéril, al menos 20 unidades	18-03-2019	01:25:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:26:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
62.5.2 Set de Videogastroscopio: ¿Debe ser totalmente sumergible, hermético, sin tapón adicional?	18-03-2019	01:27:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar, Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:26:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
62.5.2 Set de Videogastroscopio: ¿Debe ser compatible con tecnología de cromosendoscopia? ¿Mediante que tecnología debe ser? ¿Óptica o Electrónica?	18-03-2019	01:28:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:27:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62. 5.2.6.11 Profundidad de campo entre 2 o menor a 100 mm o mayor. CONSULTA: ¿Se puede considerar ofertar con sistema de doble foco? Siendo profundidad de campo cercano de 2 a 6 mm y Normal de 5 a 100 mm?	18-03-2019	01:30:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:27:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62. 5.2.7.11 10 Cepillo de limpieza, longitud 220cm como mínimo, 5mm de diámetro, para un solo uso, no estéril CONSULTA: Se podrá ofertar con 50 Cepillos de limpieza, longitud 220cm como mínimo, para un solo uso, no estéril	18-03-2019	01:31:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:28:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
62.5.2 Set de Videogastroscopio: Podrían especificar que otros accesorios de endoterapia son necesarios: ¿Como ser clips y clipadoras?	18-03-2019	01:33:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar, Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:28:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: EL sistema debe contar con una bomba de irrigación auxiliar? ¿Cuáles deben ser las características?	18-03-2019	01:34:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar, Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:29:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA: ¿El equipo debe contar con un insuflador de CO2 para endoscopia? ¿Cuáles deben ser las características?	18-03-2019	01:36:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:29:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4 solicitan: Bomba de vacío tipo rotativo a paletas o tornillos. Solicitamos permitan ofertar: Bomba de vacío tipo rotativo a paletas o tornillos o Bomba a pistón	18-03-2019	07:04:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:29:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para asegurar la compatibilidad de las bombas con frascos de cualquier fabricante, solicitamos agregar la siguiente característica Un riel multipropósito para que cualquier frasco del mercado pueda ser compatible y utilizado con el equipo	18-03-2019	07:06:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:30:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.2 solicitan Capacidad de soporte de peso de 220Kg como mínimo Teniendo en cuenta que esta cama está orientada a sala de internación en donde difícilmente se necesite cargar equipamiento extra a la cama, solicitamos nos permitan cotizar camas con capacidad de peso de 200Kg como mínimo.	18-03-2019	07:07:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:34:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta que esta cama está orientada a sala de internación normal en donde el paciente normalmente es trasladado a la sala de diagnósticos por RX en una camilla de traslado, solicitamos que la especificación 4.5 Cubierta radio transparente y soporte para chasis de RX sea OPCIONAL. De igual manera y considerando la limpieza y desinfección de la cama, solicitamos que esta especificación quede redactada de la siguiente manera: Cubierta radio transparente y soporte para chasis de RX (OPCIONAL). La cubierta debe ser fácilmente removible sin el uso de ninguna herramienta, construida en material plástico de alta resistencia, lavable, resistente a la limpieza y desinfección con cloro	18-03-2019	07:08:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:37:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando la seguridad del paciente, solicitamos que se agregue la siguiente característica: Las barandas deben contar con un sistema de seguridad que evite la apertura por parte del paciente desde el lecho de la cama	18-03-2019	07:09:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:37:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con el objetivo de garantizar la seguridad del paciente durante el traslado de la cama, solicitamos que la especificación 4.7 quede redactada de la siguiente manera: Barandas de cabecera y piecera desmontables, construidas en material termoplástico de alta resistencia, lavables, resistentes a la limpieza y desinfección, con mecanismo de bloqueo para evitar que se desmonten accidentalmente durante el traslado	18-03-2019	07:09:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:38:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.12 piden: Asas para traslado y movimientos de la cama abatibles. Consideramos que esta es una cuestión de diseño de la cama. Algunos fabricantes usan asas para traslado y otros cuentan con las mismas integradas a la cabecera y piecera. Es más, por una cuestión de higiene, es mejor evitar dispositivos como bisagras en las asas, que pueden juntar suciedad y son difíciles de limpiar. Por lo que solicitamos que esta especificación quede redactada de la siguiente manera: Asas para traslado y movimientos de la cama incorporados en la cabecera y en la piecera	18-03-2019	07:10:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:38:46
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para dar mayor confort al paciente y minimizar los casos de úlceras por presión, solicitamos agregar la siguiente característica: Regresión automática de la plataforma del colchón aumentando el área y reduciendo la presión en zona pélvica durante el movimiento de las secciones de espalda y zona pélvica, para minimizar las úlceras por presión		18-03-2019	07:10:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	15:39:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la sección de posiciones de la cama, solicitamos agregar los parámetros relacionados a la altura de la cama: Altura ajustable (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón). Altura mínima 42 cm o menos. Altura máxima 75 cm o más.		18-03-2019	07:11:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	15:39:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.15.7 solicitan Espesor mínimo de 15cm. Solicitamos nos permitan cotizar colchones de 14cms de espesor mínimo.		18-03-2019	07:12:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	15:40:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 2.2 donde dice Cable del disparador de al menos 5 m o inalámbrico solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con longitud de al menos 3 m y así dar mayor participación de oferentes. De esta manera el ítem quedaría: Cable del disparador de al menos 3 m o inalámbrico		18-03-2019	07:19:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	15:41:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Todos los hospitales del area interior del IPS cuentan con suministro eléctrico. Las camas manuales están dejándose de utilizar debido a que los precios de las camas eléctricas básicas ya compiten con los precios de las camas manuales mas avanzadas. Sin embargo, las camas eléctricas ofrecen mayor versatilidad y son mas cómodas tanto para el paciente y principalmente para los enfermeros. Por lo manifestado, solicitamos que se modifique el tipo de cama solicitado por: "Cama de Internación eléctrica" y agregar también en la sección 5. Otros Requerimientos: "Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko)."		18-03-2019	07:22:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	15:41:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Las especificaciones corresponden a una cama electrica. Sin embargo se utiliza el codigo de catalogo "42191807-002 Cama Manual para Paciente". Solicitamos cambiar el codigo de catalogo a "42191807-001 Cama Eléctrica para Paciente"		18-03-2019	07:25:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al precio referencial modificado en el SICP.		16-09-2019	15:42:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Considerando que se trata de una cama para cuidados críticos en donde es importante la comodidad del paciente, solicitamos que se agregue la siguiente característica: Extensión de la plataforma de la cama en 20cms como mínimo		18-03-2019	07:25:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Puede ofertar, no se especifica, por lo tanto no es limitante		16-09-2019	15:43:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Considerando que se trata de una cama para cuidados críticos en donde es importante la seguridad del paciente, solicitamos que se agregue la siguiente característica: Las barandas deben contar con un sistema de seguridad que evite la apertura por parte del paciente desde el lecho de la cama		18-03-2019	07:25:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	15:43:57

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para asegurar la facilidad de uso, agilizar los procesos durante procedimientos de urgencia y abaratar los costos de mantenimiento de la cama, solicitamos que el punto 4.7 quede redactado de la siguiente manera: "Cabecera y piecera independientes del lecho de la cama, desmontables sin ningún tipo de circuito electrónico o conexión eléctrica incluida en las mismas, construidas en material termoplastico de alta resistencia. La cabecera y piecera debe tener un mecanismo de bloqueo para evitar que se desmonten accidentalmente durante el traslado, y deben poder ser desbloqueadas presionando un solo botón"	18-03-2019	07:26:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:44:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.10, solicitan la capacidad de colocar portasueros, solicitamos que se exija que los portasueros puedan ser colocados en las 4 esquinas de la cama, quedando esta especificación de la siguiente manera: 4.10 Capacidad de colocación de portasueros en los cuatro vértices de la cama	18-03-2019	07:27:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:44:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.12 piden: Asas para traslado y movimientos de la cama abatibles. Consideramos que esta es una cuestión de diseño de la cama. Algunos fabricantes usan asas para traslado y otros cuentan con las mismas integradas a la cabecera y piecera. Es más, por una cuestión de higiene, es mejor evitar dispositivos como bisagras que normalmente tienen las asas abatibles, que pueden juntar suciedad y son difíciles de limpiar. Por lo que solicitamos que esta especificación quede redactada de la siguiente manera: Asas para traslado y movimientos de la cama incorporados en la cabecera y en la piecera	18-03-2019	07:29:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:45:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que la limpieza y desinfección es fundamental en un hospital y mas aun en una sala de cuidados críticos, solicitamos agregar la siguiente especificación: Lecho construido en material termoplástico de alta resistencia, de al menos 4 secciones, desmontables, lavables, resistentes a la limpieza y desinfección con cloro a 5000 y 10000ppm	18-03-2019	07:30:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Puede ofertar, no se especifica, por lo tanto no es limitante.	16-09-2019	15:45:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando la seguridad del paciente durante el traslado, solicitamos incluir la siguiente especificación: Al menos 8 puntos de anclaje de fácil acceso para contención del paciente	18-03-2019	07:30:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:46:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta el punto 4.5 en el que solicitan que la cama tenga capacidad para uso de arco en C, solicitamos agregar la siguiente especificación: "Mecanismo de variación de la altura de la cama accionado por sistema de motores columnares electromecánicos (no hidráulicos ni neumáticos para evitar fuga de lubricantes) con espacio libre que permita el acceso del arco en C"	18-03-2019	07:31:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:46:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando de que se trata una cama para cuidados críticos en donde puede haber líquidos, y para asegurar la calidad y confiabilidad de la cama, solicitamos agregar la siguiente especificación: Todos los motores de la cama deben tener nivel de protección contra líquidos IPX4	18-03-2019	07:32:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Puede ofertar, no se especifica, por lo tanto no es limitante.	16-09-2019	15:47:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.1 solicitan que la altura máxima sea 88cms o mas. Solicitamos que permitan cotizar camas con altura máxima de 77cms o más. Esto permitirá participar a un mayor número de oferentes y 77cms ya es suficiente para los procedimientos realizados en cuidados críticos.	18-03-2019	07:33:50

Listado de Consultas

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	15:48:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 5.5 solicitan: Sección de rodilla. Rango de 0 a 20° como mínimo. Solicitamos nos permitan cotizar camas con Sección de rodilla. Rango de 0 a 15° como mínimo.		18-03-2019	07:34:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	15:48:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para dar mayor confort al paciente y minimizar los casos de úlceras por presión, solicitamos agregar la siguiente característica que está científicamente demostrado que ayuda a minimizar estas lesiones y que finalmente ahorra costos al hospital y al paciente: Regresión automática de la plataforma del colchón aumentando el área y reduciendo la presión en zona pélvica durante el movimiento de las secciones de espalda y zona pélvica, para minimizar las úlceras por presión		18-03-2019	07:36:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	15:49:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 6.8 solicitan Espesor mínimo de 16 cm.. Solicitamos nos permitan ofertar colchones con 14cms de espesor que cumplan con lo indicado en las demás especificaciones del colchón		18-03-2019	07:36:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	15:49:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para dar mas versatilidad a la camilla, solicitamos agregar la siguiente especificación: Superficie de la camilla rígida, radiotransparentes, compatibles para ser usados con equipos de RX y arco en C		18-03-2019	07:37:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	15:50:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 5.21: Alarma de falta de agua en generador, agua en bomba de vacío, vapor y aire comprimido, e imposibilidad de iniciar ciclo ante la falta de dichos parámetros. Nivel de ruido de la descarga sea inferior a 85dBA. Se solicita que: La convocante considere que existen equipos que utilizan otro sistema de vacío (como por ejemplo por Venturi) para lograr un sistema silencioso al realizar el vacío de la cámara, para lo cual se pide modificar el punto con respecto a la alarma por agua en bomba de vacío. Se sugiere: Alarma de falta de agua en generador, falta de agua en sistema de vacío, vapor y aire comprimido, e imposibilidad de iniciar ciclo ante la falta de dichos parámetros. Nivel de ruido de la descarga sea inferior a 85dBA.		18-03-2019	07:39:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	15:50:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 5.28: El equipo deberá tener manovacuómetro de cámara interna en los dos frentes y manómetro de cámara externa en el lado de carga como mínimo. Se solicita que: La convocante considere que existen fabricantes con criterios distintos los cuales, en vez de colocar un manómetro de cámara externa, consideran la colocación de manómetro para generador de vapor para la visualización desde la Zona No Estéril. Esto es debido a que la cámara externa se utiliza solamente para mantener la temperatura dentro de la cámara interna del equipo y no así como en otros modelos que utilizan la cámara externa como reservorio de vapor. Se sugiere que la convocante considere cambiar dicho punto a: El equipo deberá tener manovacuómetro de cámara interna en los dos frentes y manómetro de generador de vapor o de cámara externa en el lado de carga como mínimo.		18-03-2019	07:39:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	15:51:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.8 solicitan Movimientos de Trendeleburg directo e inverso, accionados eléctricamente, de al menos $\pm 15^\circ$. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Movimientos de Trendeleburg directo e inverso o continuo sin escalamiento, de al menos $\pm 12^\circ$. Teniendo en cuenta que al introducir movimientos mediante accionamientos de un motor eléctrico, no hace más que introducir ruido al ambiente térmico neutral del neonato, cosa que se debe de evitar. Por eso solicitamos a la convocante que considere a las marcas de equipos que, por normativas europeas, utilizan movimientos mecánicos no eléctricos, para dar así un mayor número de oferentes de equipos biomédicos de calidad y tecnología conocidas por el personal médico. Y también la modificación de los valores de ángulos ya que eso solo limita la cantidad de oferentes.		18-03-2019	07:40:17

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:52:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.5 solicitan Frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y onda pletismográfica. Solicitamos que: La convocante elimine dicha característica o la modifique a OPCIONAL dado que todo paciente en una incubadora es monitorizado mediante un monitor de signos vitales el cual cuenta (hasta los más básicos) con ECG, SPO2, Presiones arteriales y temperaturas corporales. Este punto sería la única limitante para la participación de oferentes. Además en el punto 9.2 de este mismo ítem, detallan que los accesorios deben entregarse solo en el caso en que los equipos cuenten con el módulo de medición de saturación de oxígeno.	18-03-2019	07:40:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:52:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7.1 solicitan Temperatura aire: +1/-3°C del punto seleccionado. Solicitamos que: La convocante aclare los valores solicitados, ya que lo descrito en el pliego no es entendible o modifique el punto a Temperatura aire: 2.5°C del punto seleccionado. De modo a dar lugar a un mayor número de oferentes.	18-03-2019	07:41:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:53:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.1 solicitan Columna fija al techo con tres Cabezales (principal y dos satélites) Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Columna fija al techo con dos Cabezales (principal y un satélites) Teniendo en cuenta el precio referencial establecido por la convocante, consideramos que el mismo es demasiado bajo para cotizar una Lámpara Scialítica de tres cabezales, el monto referencial solo se ajusta a una de dos. Solicitamos la modificación de este punto de modo a permitir la participación de oferentes de marcas de equipos con altos estándares de calidad y de funcionalidad y durabilidad ya conocida por la institución.	18-03-2019	07:41:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:56:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3.1 solicitan Diámetro de campo de luz ajustable de 190 o menor a 280 mm o mayor Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Diámetro de campo de luz de 200 mm o más De modo a dar lugar a un mayor número de oferentes para este ítem. Teniendo en cuenta el precio referencial para este ítem, el cual se adecua a un equipo de mediana complejidad, solicitamos la modificación de este punto para poder presentar una oferta acorde a las demás especificaciones y precio referencial.	18-03-2019	07:42:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:56:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3 solicitan Rotación de la cúpula en torno de su brazo de suspensión en 360°C y rotación de la cúpula en torno de su propio eje también en 360°C. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Rotación de la cúpula en torno de su brazo de suspensión y rotación de la cúpula en torno de su propio eje también Consideramos que al ser equipos Portátiles, los mismos cuentan con ruedas para poder posicionarlos en el lugar y forma que se necesitan, así también existen equipos de marcas certificadas y de excelente calidad que no cumplen con el giro en grados solicitados, por lo que este punto limitaría la participación de los mismos.	18-03-2019	07:42:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:57:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4.4 solicitan Intensidad luminosa homogénea de 100.000 a 160.000 luxes a 1 m de distancia de la fuente. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Intensidad luminosa homogénea de 100.000 o menor a 120.000 o mayor luxes a 1 m de distancia de la fuente. De modo a dar lugar a un mayor número de oferentes para este ítem. Teniendo en cuenta el precio referencial para este ítem, el cual se adecua a un equipo de mediana complejidad, solicitamos la modificación de este punto para poder presentar una oferta acorde a las demás especificaciones y precio referencial.	18-03-2019	07:43:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:57:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) CGC 15.1 dice: Pago de Anticipo y Garantía: NO APLICA.- Solicitamos respetuosamente a la convocante otorgar un Anticipo de por lo menos el 20% del total del monto adjudicado, y por ende que el plazo de entrega de los equipos sea computado a partir del cobro de dicho Anticipo.-		18-03-2019	07:43:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	15:58:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el portal de contrataciones, para el ítem 75, Máquina de Anestesia, el precio referencial establecido es de Gs. 395.000.000 Solicitamos que: La Convocante considere aumentar el precio referencial establecido a al menos Gs. 570.000.000. Teniendo en cuenta la complejidad del equipo solicitado, los accesorios y consumibles; el precio referencial estimado es demasiado bajo, haciendo muy difícil poder configurar todas la prestaciones solicitadas en este equipo de alta complejidad teniendo el precio indicado en el llamado. Tomando como referencia los equipos adquiridos por la Convocante en la Licitación 310187 - CVE N° 23-16 ya el monto de las Máquinas de Anestesia adquiridas por la institución fue de Gs. 555.855.826, siendo estos equipos de la misma complejidad que las solicitadas en esta licitación. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre esa licitación y ésta creemos que el monto referencial solicitado se ajusta a los costos actuales. Podemos tomar otra referencia, la Licitación 342160 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS – PLURIANUAL, Para el Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero, donde también solicitan Máquinas de Anestesia de Alta Complejidad y donde el monto referencial para estos equipos es de Gs. 570.000.000. Consideramos que establecer un precio referencial tan bajo imposibilitaría la participación de oferentes que cuentan con las representaciones de marcas ya adquiridas por la institución y que ya han demostrado su calidad y durabilidad.		18-03-2019	07:43:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al precio referencial modificado en el SICP.		16-09-2019	15:59:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) – CGC 27 En una parte de esta cláusula CGC 27 dice: ...será pasible de una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0,1%) del valor del bien o servicio en demora, por cada día de atraso Solicitamos respetuosamente que la multa de los equipos sea por cada semana de atraso o fracción mayor a 3 días, es decir, que diga será pasible de una multa equivalente al Cero coma un por Ciento (0,1%) del valor del bien y/o Servicio en demora, por cada semana de atraso o fracción mayor a 3 días.-		18-03-2019	07:43:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		16-09-2019	15:59:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.1.5 solicitan Cajones, al menos dos Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por Cajones, al menos uno Los equipos instalados en el quirófano del hospital central del IPS cuentan con solo un cajón, por lo que entendemos que uno es más que suficiente. La inclusión de otro cajón no hace más que encarecer el costo final de la oferta del equipo, y teniendo en cuenta que el precio referencial es bastante limitado y la complejidad del equipo solicitado, esto solo limita la cantidad final de oferentes para este llamado.		18-03-2019	07:44:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	16:01:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.1.7 solicitan Cuatro ruedas, al menos dos de ellas con freno central. Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por Cuatro ruedas, al menos dos de ellas con freno Ya que este punto no afecta la funcionalidad del equipo y que los equipos instalados en el Hospital Central del IPS, no cuentan con este mecanismo. Este punto sería la única limitante para la participación de oferentes.		18-03-2019	07:44:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	16:01:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>En el punto 5.2.6 solicitan Control para ajuste de volumen de 50 ml o menor a 1400 ml o mayor. Solicitamos que: La Convocante modifique lo anterior por Control para ajuste de volumen: de 5 a 1400 ml o mejor. Teniendo en cuenta que este punto entra en CONTRADICCIÓN con el punto 5.2, donde aclara que el equipo debe ser Para ventilación de pacientes neonatos, pediátricos y adultos. Al colocar el rango inferior del control para ajuste de volumen en 50 ml como requisito es más que evidente que el equipo no podrá ser utilizado para ventilación de pacientes neonatos por no poder entregar un volumen menor a 50 ml. En el MANUAL DE ATENCIÓN NEONATAL PARAGUAY 2011, en uno de sus apartados indica lo siguiente: "Parámetros de la ventilación mecánica convencional •Volumen: volumen corriente o tidal es la cantidad de mezcla gaseosa que entra y sale del paciente en cada ciclo respiratorio, en RN normales de término es aproximadamente 5 a 10 ml, estando muy disminuido en los pacientes con membrana hialina. En los respiradores volumétricos es determinado por el operador, en cambio en los demás es una resultante según el estado del paciente (compliance) y las presiones utilizadas." Afirmando lo anteriormente mencionado, que el volumen en pacientes neonatales debe ser de entre 5 a 10 ml. Teniendo en cuenta que el volumen corriente utilizado en ventilación es de 6 a 8 ml por kilogramo del paciente, un volumen de 50 ml podría ventilar pacientes de entre 6 a 8 kilogramos, que serían en este caso pacientes pediátricos. Para ventilación en pacientes neonatales se necesitan volúmenes mucho menores, con posibilidad de ventilar pacientes de al menos 1 kilo. En el documento "Recomendaciones para la asistencia respiratoria en el recién nacido" de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA en uno de sus apartados menciona lo siguiente: El empleo de volumen controlado permite disminuir el volutrauma, y la hipocapnia, además de permitir un autodesfate progresivo según mejora el pulmón. En el momento actual, varios estudios han sugerido la conveniencia de emplear Vt en torno a 5 ml/kg (4-6 ml/kg) Por lo cual podemos confirmar que los parámetros solicitados no se ajustan a pacientes neonatales.</p>	<p>18-03-2019</p>	<p>07:45:08</p>
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:02:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el punto 11.6 solicitan Sensor de temperatura reusable (Esofágico-Rectal). Cantidad: 3 (tres) por cada equipo como mínimo. Y piel 3 (tres) como mínimo Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Sensor de temperatura reusable (Esofágico-Rectal). Cantidad: 3 (tres) por cada equipo como mínimo.. Debido a que los sensores de temperatura de piel tienen una punta metálica la cual va apoyada el paciente, esta punta puede ocasionar diversos tipos de lesiones y quemaduras si se utiliza un Electrobisturí durante la cirugía. Por lo que es recomendable utilizar solo sensores de temperatura Esofágico-Rectal.</p>	<p>18-03-2019</p>	<p>07:45:37</p>
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:03:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) – CGC 27 En una parte de esta cláusula CGC 27 dice: ...será pasible de una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0,1%) del valor del bien o servicio en demora, por cada día de atraso Solicitamos respetuosamente que la multa de los equipos sea por cada semana de atraso o fracción mayor a 3 días, es decir, que diga será pasible de una multa equivalente al Cero coma un por Ciento (0,1%) del valor del bien y/o Servicio en demora, por cada semana de atraso o fracción mayor a 3 días.-</p>	<p>18-03-2019</p>	<p>07:46:01</p>
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-09-2019	16:04:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el punto 4.2: Sección de las piernas bi-partida y desmontable completamente e intercambiables entre sí. Solicitamos que: La convocante considere también la sección de piernas que son desmontables completamente pero que no son intercambiables entre sí, puesto que no hay diferencia en tener los soportes para piernas ya sean intercambiables entre sí o no y así dar oportunidad a oferentes con mesas de excelente calidad pero que no tienen el criterio de hacer soporte para piernas intercambiables entre sí.</p>	<p>18-03-2019</p>	<p>07:46:13</p>
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:05:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Plan de Entregas Teniendo en cuenta la gran cantidad de equipos y que no se otorga Anticipo, respetuosamente solicitamos que el Plazo de Entrega sea de por lo menos 90 días, contados a partir de la firma del Contrato respectivo.</p>	<p>18-03-2019</p>	<p>07:46:34</p>
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:05:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el punto 4.7: Superficie radio transparente, de fibra de carbono Se solicita que: La convocante pueda considerar el cambio del punto a Superficie radiotransparente (fibra de carbono opcional) puesto a que existen materiales radiotransparentes que no precisamente son de fibra de carbono. Así también se ahorra en el costo de adquisición del equipo por parte de la convocante.</p>	<p>18-03-2019</p>	<p>07:46:39</p>
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:06:25
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.10: Acolchados a prueba de agua de al menos 7 cm adecuado para uso en cirugía. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Resistencia mínima: 250 kg. Se solicita: Que la convocante considere cambiar este punto a Acolchados a prueba de agua de al menos 6 cm adecuado para uso en cirugía. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Resistencia mínima: 250 kg. Se considera que no existe una diferencia muy grande en el espesor del colchón, pues se trata de 1cm pero limita a demás oferentes a no cumplir con este punto, siendo un requerimiento que no afecta el funcionamiento del equipo y tampoco es perceptible por el paciente (hablando de la comodidad que se merece una persona que está sometida al estrés del procedimiento quirúrgico) y tampoco afecta en la comodidad del cirujano puesto a que es compensada por la elevación de la mesa a la altura más cómoda para el profesional.	18-03-2019	07:47:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:07:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.11: Cuatro ruedas que permitan el giro total de la mesa Solicitamos que: La convocante permita la participación de oferentes cuyas mesas cuentan además con una rueda auxiliar para traslado en línea recta, cumpliendo las otras 4 ruedas la misma función especificada en los requerimientos de este punto.	18-03-2019	07:47:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:07:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.12: Sistema de freno total eléctrico de la mesa de un solo accionamiento. Solicitamos que: La convocante también considere los sistemas de freno central de la mesa de un solo accionamiento a pedal. Puesto a que el sistema de frenado depende del criterio del fabricante, se pide que en este punto el sistema de frenado sea opcional, ya sea eléctrico, mecánico o hidráulico, de esta forma se da oportunidad a más oferentes de equipos de excelente calidad.	18-03-2019	07:48:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:08:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.14: Panel de control de movimientos en la base del equipo Solicitamos que: La convocante pueda considerar que en este punto se tenga en cuenta que existen fabricantes que no colocan el panel de control de movimientos en la base del equipo por seguridad ante la exposición de líquidos o elementos que puedan caer sobre la base del equipo, por lo que han optado por colocar el panel de control de mandos por la columna del equipo. Se pide aclarar esto y/o colocar Panel de control de movimientos en la base o columna del equipo	18-03-2019	07:48:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:08:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.5: Angulación vertical de la sección de piernas: de -90° a +20° (eléctrica) Solicitamos que: La convocante pueda considerar la angulación vertical de piernas de forma manual, ya que no influye en el trabajo del equipo médico durante el procedimiento quirúrgico y también de esta forma se da oportunidad a oferentes con equipos de excelente calidad.	18-03-2019	07:49:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:09:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.5 solicitan: Dimensiones de la camilla (con barandales arriba): Longitud total 200 cm o menos. Mirando las especificaciones de las camas solicitados en este llamado, se observan que se permite longitud máxima de hasta 250cms. Se infiere entonces que los ascensores y lugares de circulación del hospital están preparados para esta longitud. Por otro lado, las ambulancias soportan medidas de camillas de hasta 240cms según observaciones realizadas. De la misma manera, si el largo del sector del paciente es de 180cms o más, es imposible que en 200cms se puedan montar los parachoques, portuaseros y demás accesorios solicitados sin comprometer la seguridad y comodidad del paciente. Por consiguiente, solicitamos modificar esta especificación que permitirán la participación de un mayor número de oferentes: Solicitamos entonces nos permitan ofertar camillas con: Longitud total de 211cms o menos	18-03-2019	07:49:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:09:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.7: Angulación vertical de la sección cabeza: de -45° a +45° (manual) Solicitamos que: La convocante considere disminuir el rango de este punto, puesto a que es limitante por una cantidad casi insignificante en cuanto al ángulo de posicionamiento máximo de la cabecera y evita la participación de oferentes con equipos de alta calidad. Se pide que se pueda cambiar el punto a: Angulación vertical de la sección cabeza: de -40° a +30° o mejor rango (manual)	18-03-2019	07:49:51

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:10:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.8: Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50 cm en total. Solicitamos respetuosamente que la convocante considere que: El desplazamiento longitudinal depende del diseño de la mesa. Existen mesas cuyos diseños requieren un desplazamiento longitudinal mayor para poder realizar inspecciones con el Arco en C, en cambio, existen otras las cuales no requieren un desplazamiento longitudinal tan grande puesto a que están diseñadas como para permitir inspecciones en un área mayor del cuerpo por lo que el desplazamiento longitudinal es menor, obteniendo la misma área de inspección en una mesa con un desplazamiento longitudinal de 23cm que una mesa con desplazamiento de 50cm. Por lo tanto, se pide cambiar este punto a: Desplazamiento longitudinal de la tabla que permita un área de inspección con Arco en C de al menos 103cm.	18-03-2019	07:50:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:11:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.2 solicitan Pantalla de 15 pulgadas como mínimo Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por Pantalla de 12 pulgadas como mínimo Siempre y cuando se puedan mantener los demás parámetros del equipo, el tamaño de la pantalla no afecta la funcionalidad del mismo. Existen marcas de equipos que son capaces de medir todos los parámetros solicitados en estas EETT pero que tienen una pantalla de menor tamaño, siendo esta especificación una limitante para su participación.	18-03-2019	07:51:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:11:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4 solicitan Manipuleo y control directamente al menos por pantalla táctil Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por Manipuleo y control directamente al menos por pantalla táctil o mando rotatorio El manipuleo y control en un Monitor Multiparamétrico no es una especificación que afecta la funcionalidad del equipo, no es un parámetro sustancial ya que solo afecta el manejo del equipo en sí no su funcionalidad. Existen equipos instalados en todos los Hospitales del IPS con ambos modos de manipuleo que cuentan con todas las demás EETT y que ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad en uso a través de los años. No modificar este punto solo limitaría la cantidad de oferentes para este ítem.	18-03-2019	07:51:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:12:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando la seguridad del paciente es importante que los barandales sean de barras ya que estos proporcionan seguridad y al mismo tiempo permite el acceso fácil al paciente durante el traslado. Existen en el mercado camillas con barandales enterizos (similares a las barandas laterales de las camas) que dificultan el acceso al paciente cuando están hacia arriba y son de costo de mantenimiento mas elevados que las barandas de barras. Por lo manifestado, solicitamos modificar el punto 4.6 quedando de la siguiente manera: Barandales laterales de barras colapsables, plegables o abatibles, se funcionamiento suave y silencioso; la separación de las barras de la barandilla no debe ser superior a 22cms para minimizar el riesgo de caídas	18-03-2019	07:51:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:13:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.7 solicitan Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente. Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por Despliegue de al menos 8 curvas fisiológicas simultáneamente. Ya que los parámetros solicitados como ECG, SPO2, 2 PI, Respiración, tienen un despliegue máximo de 7 curvas, a estos sumados los parámetros que son solo numéricos como PANI y Temperatura, no vemos la necesidad de solicitar esa cantidad de curvas. Solicitamos la modificación de este punto a modo de dar mayor participación a oferentes.	18-03-2019	07:51:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:13:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.7 solicitan Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente. Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por Despliegue de al menos 8 curvas fisiológicas simultáneamente. Ya que los parámetros solicitados como ECG, SPO2, 2 PI, Respiración, tienen un despliegue máximo de 7 curvas, a estos sumados los parámetros que son solo numéricos como PANI y Temperatura, no vemos la necesidad de solicitar esa cantidad de curvas. Solicitamos la modificación de este punto a modo de dar mayor participación a oferentes.	18-03-2019	07:52:28
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:14:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4, Características. En el punto 4.8 solicitan Tendencias gráficas y numéricas de 48 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas o más como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos Dado que este punto no afecta la funcionalidad del equipo, solicitamos su modificación de modo a dar lugar a un mayor número de oferentes. En el caso de contar con una central de monitoreo las horas de almacenamiento de tendencias podría aumentar a través de ello, pero no existe una necesidad sustancial para la cantidad de horas solicitadas.	18-03-2019	07:52:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:15:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.6.3 solicitan Medición de variación de volumen sistólico (VVS) o variación de presión de pulso (VPP) en porcentaje de forma automática. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Medición de variación de volumen sistólico (VVS) o variación de presión de pulso (VPP) en porcentaje de forma automática. (OPCIONAL) La diferencia entre la presión del pulso máxima y mínima determina la variación de la presión del pulso (VPP), este es una maniobra rápida y fácil de realizar manualmente, por lo que no es estrictamente sustancial que el equipo cuente con este parámetro. Este punto sería el único limitante para la participación de oferentes de equipos biomédicos de marcas y modelos conocidas por la institución, de calidad y tecnología reconocidas por los médicos. La no modificación de este punto permitiría participar solo a ciertas marcas y modelos de equipos que cuentan con esta opción.	18-03-2019	07:53:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:16:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6.5 solicitan Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionados eléctricamente, de al menos $\pm 15^\circ$. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Movimientos de Trendelemburg directo e inverso o continuo sin escalamiento, de al menos $\pm 15^\circ$. Teniendo en cuenta que al introducir movimientos mediante accionamientos de un motor eléctrico, no hace más que introducir ruido al ambiente térmico neutral del neonato, cosa que se debe de evitar. Por eso solicitamos a la convocante que considere a las marcas de equipos que, por normativas europeas, utilizan movimientos mecánicos no eléctricos, para dar así un mayor número de oferentes de equipos biomédicos de calidad y tecnología conocidas por el personal médico.	18-03-2019	07:53:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:16:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para garantizar la estabilidad de la camilla durante el traslado, solicitamos que la especificación 4.8 quede redactado de la siguiente manera: "Ruedas antiestáticas o conductivas de 20 cm de diámetro como mínimo."	18-03-2019	07:54:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se encuentra dentro del rango. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:17:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6.5 solicitan Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionados eléctricamente, de al menos $\pm 15^\circ$. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Movimientos de Trendelemburg directo e inverso o continuo sin escalamiento, de al menos $\pm 15^\circ$. Teniendo en cuenta que al introducir movimientos mediante accionamientos de un motor eléctrico, no hace más que introducir ruido al ambiente térmico neutral del neonato, cosa que se debe de evitar. Por eso solicitamos a la convocante que considere a las marcas de equipos que, por normativas europeas, utilizan movimientos mecánicos no eléctricos, para dar así un mayor número de oferentes de equipos biomédicos de calidad y tecnología conocidas por el personal médico.	18-03-2019	07:54:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:18:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7.2 solicitan Temperatura cutánea: $\pm 0,2^\circ \text{C}$ del punto seleccionado. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Temperatura cutánea: $\pm 0,3^\circ \text{C}$ o menor del punto seleccionado. De modo a dar lugar a un mayor número de oferentes para este ítem. Consideramos que la diferencia de $0,1^\circ \text{C}$ de temperatura entre los solicitado por la convocante y lo solicitado en la consulta no afecta la funcionalidad del equipo y no implica un riesgo para el paciente.	18-03-2019	07:54:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:18:56

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.11.1 solicitan: Trendelenburg de 20° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática. Solicitamos nos permitan cotizar camillas con Trendelenburg de 18° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática	18-03-2019	07:54:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:19:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En 9.5 y 9.8 solicitan respectivamente Resucitador manual neonatal reusable con mascarilla, bolsa reservorio y extensión para oxígeno. Y Cronometro digital. Solicitamos que: La Convocante modifique los puntos destacados a OPCIONAL, ya que los accesorios solicitados no forman parte del equipo ni son indispensables para su funcionamiento, los mismos deben ser solicitados por separado como otros ítems. Teniendo en cuenta el monto referencial para este ítem, la inclusión de estos accesorios dificultaría la presentación de oferta acorde a lo solicitado.	18-03-2019	07:55:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:20:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 10.2 solicitan 3 Intensidades: Alta > 50 μ W/cm ² /nm; Media 35 μ W/cm ² /nm; Baja 20 μ W/cm ² /nm a 30 cm de distancia Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Intensidades seleccionables entre 30 μ W/cm ² /nm o menor a 50 μ W/cm ² /nm o mayor. Ya que no todas las marcas utilizan las mismas tecnologías y los mismos valores de intensidades. Este punto limita la cantidad de oferentes para este ítem.	18-03-2019	07:55:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:20:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.11.2 solicitan: Trendelenburg inverso de 11° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática. Solicitamos elevar los grados del Trendelenburg inverso ya que con sólo 11o no sería posible realizar todos los procedimientos de emergencia. Entonces esta especificación podría quedar redactada de la siguiente manera: Trendelenburg inverso de 18° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática	18-03-2019	07:55:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a una medida mínima, si es superior está dentro del rango, Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:21:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.14 solicitan Mecanismo de disparo o Trigger por presión y por flujo. Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por Mecanismo de disparo o Trigger por presión o por flujo. Teniendo en cuenta que la Sensibilidad de disparo por Flujo es la más rápida, sensible y tiene como respuesta menor tiempo que la sensibilidad por presión, lo cual implica un menor trabajo respiratorio para el paciente, y no solo eso, sino que es la más exacta. Por lo que cambiar este punto no afecta la funcionalidad del equipo ni la calidad del mismo. Existen equipos instalados en el HC del IPS que cuentan con el mecanismo de disparo por Flujo, los cuales ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad a través de los años	18-03-2019	07:55:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:21:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.12 solicitan Cálculo de Distensibilidad o Compliance (estática y dinámica). Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por Cálculo de Distensibilidad o Compliance Ya que la compliancia Estática bien puede ser calculada mediante fáciles maniobras y cálculos. No es una condición que pueda afectar el funcionamiento del equipo o la utilización del mismo por parte del personal Médico. La modificación de este punto permitirá la participación de oferentes de marcas y modelos de equipos médicos conocidos por la institución los cuales ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad.	18-03-2019	07:56:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:22:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En 6.15 y 6.16 solicitan respectivamente Cálculo de Trabajo Respiratorio del paciente. Y Cálculo de Trabajo Respiratorio del equipo. Solicitamos que: La Convocante modifique los puntos destacados a OPCIONAL. Ya que los mismos no afectan la funcionalidad del equipo, además tomando como referencia otras licitaciones de la Institución como la LPN 12/18, estos puntos no fueron solicitados. Este punto sería la única limitante para la participación de oferentes de equipos de marcas ya conocidas por la Institución y de excelente calidad.	18-03-2019	07:56:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:23:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.11.4 solicitan: Altura máxima: 90 cm o más.. Solicitamos nos permitan cotizar camillas con: Altura máxima: 85 cm o más.	18-03-2019	07:56:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:23:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 10.10 solicitan Filtro exhalatorio de bacterias reusable. Cantidad: 6 (seis) por equipo. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Filtro exhalatorio de bacterias reusable. Cantidad: 6 (seis) por equipo, en caso de que el equipo lo requiera ya que no todas las marcas utilizan filtros exhalatorios, ya que cuentan con otras tecnologías que permite filtrar el aire exhalado por el paciente. Este punto sería una limitante para la participación de oferentes.	18-03-2019	07:57:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:23:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 10.11 solicitan Manómetro para CUFF para presión endotraqueal Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Manómetro para CUFF para presión endotraqueal (Opcional) Este accesorio no forma parte de los accesorios necesarios para la funcionalidad del equipo. Es un accesorio que se utiliza independiente a cualquier maniobra que involucre al equipo, por lo que no vemos la necesidad de incluirlo dentro de los accesorios solicitados. Existen empresas importadoras de equipos médicos que no comercializan estos accesorios, por lo que de incluirlos en el pliego sería una limitante para su participación a este llamado.	18-03-2019	07:57:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:24:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.1 solicitan Volumen Corriente (ml). Límite inferior 5 o menor. Límite superior 3000 o mayor. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Volumen Corriente (ml). Límite inferior 50 o menor. Límite superior 2000 o mayor. Teniendo en cuenta que el volumen corriente utilizado en ventilación es de 6 a 8 ml por kilogramo del paciente, un volumen de 50 ml podría ventilar pacientes de entre 6 a 8 kilogramos, cubriendo de esta forma pacientes tanto pediátricos como adultos. Todas las demás especificaciones para este ítem, incluyendo los accesorios solicitados, sugieren que el equipo solicitado es para tratar solo pacientes adultos, por lo que consideramos que un volumen de 50 ml en adelante se adecua a ellos. Así también consideramos que lo solicitado como límite superior es excesivo, tomando la misma regla un volumen corriente de 3000 ml podría ventilar a un paciente de entre 375 y 500 kilogramos, pero con la salvedad de que los pacientes obesos tienen una menor capacidad pulmonar, por lo que nunca se llegaría a usar esos niveles de Volumen. Este punto sería la única limitante para la participación de oferentes.	18-03-2019	07:57:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:24:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.3 solicitan Presión Inspiratoria (cm H2O). Límite inferior 5 o menor. Límite superior 70 o mayor. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Presión Inspiratoria (cm H2O). Límite inferior 5 o menor. Límite superior 55 o mayor. Teniendo en cuenta que en el ciclado por presión deben instaurarse valores que preferiblemente no superen 20 cm de agua, pero si se requieren valores más elevados no se debe superar el límite de 35 cm de agua de presión inspiratoria máxima puesto que valores superiores se correlacionan significativamente con la aparición de barotrauma, e incremento de las presiones transmuralas vasculares lo que favorece el aumento en la presión hidrostática, alteración en la permeabilidad de la membrana con el consecuente riesgo de aumento del agua alveolar. Consideramos que el límite superior es excesivo, por lo que no modificar este punto solo limitaría la cantidad de oferentes.	18-03-2019	07:58:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:24:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.4 solicitan Frecuencia Respiratoria (rpm). Límite inferior 5 o menor. Límite superior 120 o mayor. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Frecuencia Respiratoria (rpm). Límite inferior 5 o menor. Límite superior 60 o mayor. Dado que los parámetros utilizados en adulto van de 8 a 12 rpm y en neonatos de 40 a 60 rpm, no vemos la necesidad de solicitar un límite superior tan elevado dado que, según los demás puntos de este ítem, se trata de un ventilador para pacientes adultos.	18-03-2019	07:58:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:25:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto 2.7 solicitan PEEP/CPAP (cm H2O). Límite inferior 0 o apagado. Límite superior 40 o mayor. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por PEEP/CPAP (cm H2O). Límite inferior 0 o apagado. Límite superior 20 o mayor. Los valores de PEEP utilizados en ventilación pulmonar por lo general están entre los 3 y 5 cm H2O, en casos de ventilación con protección pulmonar puede llegar a un máximo de 15 cm de H2O, por lo que no vemos la necesidad de pedir un valor tan elevado de PEEP. Solicitamos la modificación de este punto a modo de lograr un mayor número de oferentes.	18-03-2019	07:59:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:25:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 8.2 solicitan Peso de 5 Kg o menos. Incluyendo baterías externas, de ser necesarias Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Peso de 6 Kg o menos. Incluyendo baterías externas, de ser necesarias Consideramos que aumentar un kilo el peso final del equipo no afectaría su utilidad ni funcionalidad, teniendo en cuenta que es un peso manipulable y que estos equipos por lo general se encastran a soportes de ambulancias o de las camillas de traslado. Este punto no hace más que limitar la cantidad de oferentes para este ítem.	18-03-2019	07:59:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:25:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que se agregue la siguiente especificación en la sección 4.11 Posiciones: Posición de Silla Cardiaca, elevación pasiva de las piernas, posición vascular total Esto ayuda a reducir el riesgo de aspiración y también es el procedimiento indicado para cardiopatías.	18-03-2019	08:00:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:26:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante aclarar si requieren un equipo de mamografía digital o analógico. El titulo dice Digital pero luego en las especificaciones solicitan chasis y procesadora automática para revelado de películas y los insumos para el funcionamiento del equipo ANALÓGICO y negatoscopio. (todo esto es para mamografo ANALÓGICO) Y luego más abajo vuelven a poner especificaciones técnicas del detector digital, y Estación de Revisión que son parte de un equipo de Mamografía Digital.	18-03-2019	08:00:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requiere Mamografo Digital. Remitirse a la Adenda N° 15 y al precio referencial modificado en el SICP.	16-09-2019	16:26:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.2 donde dice Rango de mAs: 4 mAs (o menor) a 400 mAs (o mayor) Solicitamos modificar a: 4.2 Rango de mAs: 5 mAs (o menor) a 400 mAs (o mayor) considerando que esta modificación no afectará al desempeño del equipo teniendo en cuenta que el rango de mAs utilizado se encuentra muy por encima de los 5 mAs y que de esta manera se permitirá la participación de una mayor cantidad de oferentes.	18-03-2019	08:01:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:26:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.7 Filtros de Molibdeno y Rhodio Solicitamos a la convocante modificar a: Filtros motorizados de cambio automático de Molibdeno y Rhodio, Molibdeno y Plata o Rhodio y Plata con el fin de permitir la mayor cantidad de oferentes y considerando que este cambio no afecta en la funcionalidad ni impone limitaciones en cuanto a calidad al equipo solicitado.	18-03-2019	08:02:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:27:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.13 Brazo o Gantry con movimientos: rotación -135° a +180° mayor rotación. Vertical 60 cm o mayor. Solicitamos modificar a rotación -135° a +180° mayor rotación. Vertical 55 cm o mayor, considerando que con este rango se cubren todas las necesidades desde el punto de vista operativo y no representa una limitación ni en funcionalidad ni calidad de imagen y a fin de permitir participación de una mayor cantidad de oferentes.	18-03-2019	08:02:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:27:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

4.14 Plato, placa o paleta e compresión de 18x24 cm y de 24x30 cm cantidad 5(cinco) de cada tamaño por cada equipo. Solicitamos a la convocante modificar a: Plato, placa o paleta e compresión de 24x30 cm cantidad 2(dos) de cada tamaño por cada equipo. Consideramos que solicitar placas de 18x24 cm no corresponde pues no se han solicitados detectores de este tamaño y que además la cantidad solicitada obedecería a la presunción de negligencia en el manejo del equipo o a la mala calidad del producto ofertado, pues la cantidad indicada sobrepasa los requerimientos y producirá un sobre costo para la institución. Sugerimos reducir a 2 (dos) placas de 24x30 cm y además se ha solicitado un único equipo por lo cual la frase por cada equipo carece de sentido.	18-03-2019	08:02:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:27:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3 donde dice: R42. 4.3 Rango de kV: 20 kV (o menor) a 34 kV (o mayor), con incrementos de 1 kV o menor. Solicitamos a la convocante a modificar de la siguiente manera: 4.3 Rango de kV: 23 kV (o menor) a 34 kV (o mayor), con incrementos de 1 kV o menor, considerando que con este rango se cubren todos los requerimientos en la práctica de la mamografía y que poner un límite inferior de 20Kv induce a pensar que este punto tiene como objetivo excluir a ciertos fabricantes de gran prestigio.	18-03-2019	08:07:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:28:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.2 Cable del disparador de al menos 5 m o inalámbrico. solicitamos a la convocante eliminar el requerimiento de disparadores inalámbricos y reducir el requerimiento del cable disparador a 3 metros, pues distancias como 5 metros son innecesarias, siempre y cuando el operador cuente con su delantal plomado para protección. Además consideramos que el disparador inalámbrico está sujeto a extravío.	18-03-2019	08:12:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:28:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1 de Comandos Donde dice: Variación de mA de 32 a 200mA o más Solicitamos a la convocante modificar a: Variación de 50 a 300mA o más considerando que en el punto 3.2 solicitan con una corriente máxima de 300mA, con lo cual se contradice con lo solicitado en este punto.	18-03-2019	08:14:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:28:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4 de Comandos Donde dice: Display digital para KV/mA/mAs Solicitamos modificar a: Display digital para KV/mAs que son los únicos parámetros ajustados en los equipos de rayos x móviles de la mayor de los fabricantes, quedando el ajuste del tiempo y corriente de disparo seleccionado por medio de algoritmos propios del equipo a fin de obtener un óptimo rendimiento del equipo.	18-03-2019	08:15:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:28:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.2.1 donde dice: Movimiento vertical motorizado de 40 cm o más. Solicitamos amablemente a la convocante modificar a: Movimiento vertical motorizado o contrabalanceado de 40 cm o más. Esto a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes y considerando que el movimiento contrabalanceado es de mayor rapidez que el movimiento motorizado.	18-03-2019	08:19:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:29:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4.3.3 donde dice: Dos monitores LCD de grado médico optimizado para imágenes de arco en C, de por lo menos 19" con carro de transporte. Capacidad de resguardo de monitores. Solicitamos a la convocante aclarar el alcance de la frase "Capacidad de resguardo de monitores".	18-03-2019	08:24:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:29:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante corregir el ítem 29 considerando que en el listado de equipos solicitados hacen referencias a un equipo de rayos x digital y en las especificaciones técnicas citan y describen a un Colposcopio, pero nuevamente al ponder las especificaciones técnicas puntuales citan las correspondientes a un equipo de rayos x digital.	18-03-2019	08:32:11

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:29:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.5 donde dice: Basculación motorizada de la mesa de al menos +90°/-15.º: solicitamos a la convocante aclarar el tipo de equipo que solicita, pues en varios puntos de las especificaciones técnicas pareciera que estan requiriendo un equipo de rayos x telecomandado. Sin embargo no hacen ninguna descripcion especifica a cerca del sistema de TV o captura de imagen dinámica que requeririan. Esto crea confusión al momento de elegir el equipo a ofertar.	18-03-2019	08:35:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:29:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.6.4 Interruptor de pie para la sala de exámenes Solicitamos amablemente a la convocante aclarar la función requerida en el interruptor de pie.	18-03-2019	08:36:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Es una opción para realizar el disparo en la sala de examen.	16-09-2019	16:29:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.6.6 Donde dice: Controles utilizados para el posicionamiento del paciente duplicados encontrándose uno en el comando a distancia y otro en la mesa de rayos x. Este punto hace referencia a una mesa telecomandada. Solicitamos a la convocante aclarar el alcance de esta solicitud, pues de tratarse de un equipo fijo, esto es algo innecesario y no disponible en equipos tipo fijo.	18-03-2019	08:38:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:28:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 21 4.8 donde dice, Rango dinámico de al menos 280 dB o mejor, solicitamos a la convocante amablemente que permita ofertar equipos con el Rango de 160dB, teniendo en cuenta que este parámetro no es una características esencial, ya que combinados con otras características es posible es obtener una calidad de imagen óptima y mejor.	18-03-2019	08:38:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:28:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 21 4.9 donde indica, 2 (dos) puertos activos, como mínimo, para conexión de transductores, fácilmente intercambiables, solicitamos amablemente a la convocante que aclare en qué caso se utilizan 2 transductores a la vez, ya que conectados ambos se deteriora los cristales y decrece la vida útil del mismo, dando como resultado un mayor costo para la convocante en la compra de nuevos transductores. Por lo expuesto sugerimos que ítem quede de la siguiente manera, 1 (uno) puerto activo, como mínimo, para conexión de transductores, fácilmente intercambiables.	18-03-2019	08:38:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:28:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 21 4.13 donde indica 1024 o más canales de procesamiento multiplexados, solicitamos a la convocante mejorar la cantidad de canales ya que es una característica esencial para obtener una imagen óptima en la visualización de exploración del estudio. Por lo expuesto sugerimos que el ítem quede de la siguiente forma 350.000 o más canales de procesamiento multiplexados.	18-03-2019	08:39:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:28:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 21 5.1.12 donde dice Elastografía Considerar como opcional, debido a que el parámetro se utiliza en partes blandas, debido a lo expuesto solicitamos amablemente que este ítem quede de la siguiente forma, Elastografía opcional.	18-03-2019	08:39:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:28:51
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 21 6.4 donde dice Función 4D Solicitamos amablemente a la convocante que este parámetro sea opcional, teniendo en cuenta que no solicitan transductores matriciales o volumétricas para realizar la exploración del estudio.		18-03-2019	08:39:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	16:29:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 21 9.7 donde dice Transductor Convexo con ancho de banda de 2 a 6,8 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo El rango de frecuencia del transductor pertenece a una marca específica, Transductor Convexo C353, 2-6,8 Mhz, SONOSCAPE, por lo que solicitamos a la convocante muy amablemente permita también cotizar transductor de 5 a 7 Mhz para tener mayor participación de oferentes y por lo expuesto solicitamos la modificación de este ítem.		18-03-2019	08:40:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	16:20:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 21 9.8 donde indica, Transductor para aplicaciones cardiológicas Phasearray pediátrico con ancho de banda de 2 a 9 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo, solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar también transductores de ancho de banda de 3 a 8MHz para poder tener mayor participantes de los oferentes. También sugerimos amablemente a la convocante añadir un ítem para un transductor transesofagico con un ancho de banda de 3 a 7 MHz para aplicaciones cardiológicas pediátricas.. Cantidad: 1 (uno) como opcional para posterior compra compatible al equipo.		18-03-2019	08:40:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	16:20:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 22 4.4 donde dice Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 TB Solicitamos amablemente a la convocante que permita cotizar con capacidad de al menos 500GB de almacenamiento para tener mayor oferentes de participantes, sugerimos a la convocante que el ítem pueda quedar de la siguiente manera Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB.		18-03-2019	08:41:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	16:21:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.1.9 donde dice: Posapiés para apoyo del paciente. Solicitamos a la convocante eliminar este ítem de tratarse de un equipo de rayos x fijo y no telecomandado ya que este accesorio es utilizado en equipos de rayos x basculantes y no fijos.		18-03-2019	08:41:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	16:21:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 22 4.5 donde indica, Memoria CINE de al menos 1000 cuadros solicitamos amablemente a la convocante que se a pueda aumentar la Memoria a 1200 cuadros, esta característica junta con otra del ítem 22.4 podrán realizar imágenes óptimas y bien definidas, por lo expuesto solicitamos que dicho ítem pueda quedar de la siguiente manera Memoria de cine de al menos 1200 cuadros		18-03-2019	08:41:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Lo solicitado se encuentra dentro del rango. Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	16:13:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 22 4.6 donde dice, Rango dinámico de al menos 195 dB solicitamos amablemente a la convocante aumentar el rango a 256 dB debido a que están solicitando alta capacidad de almacenamiento, pero baja resolución de imagen basada en Dynamic Range, en los ítem 22.4, por lo expuesto solicitamos que el ítem pueda quedar de la siguiente manera Rango dinámico de al menos 256 dB.		18-03-2019	08:41:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	16:21:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 22 6.1.5 donde indica Software para elastografía Solicitamos a la convocante que este punto sea opcional para poder tener mayor participación de oferentes por lo expuesto sugerimos que este punto pueda quedar de la siguiente manera Software para elastografía Opcional		18-03-2019	08:41:59
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:21:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.2.2 Donde dice Transductor Convexo con un ancho de banda de 1 a 5 MHz. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo Solicitamos amablemente a la convocante que permita cotizar transductores con banda ancha de 2 a 5 MHz, para tener mayor participación de oferentes.	18-03-2019	08:42:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:22:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.11 donde dice: Portadetector para mesa y para pared con rejilla con relación 10:1 y 40 líneas/cm o 12:1 y 36 líneas/cm. como mínimo. Solicitamos a la convocante aclarar donde estará ubicado el porta detector de pared, pues no se observa entre los requerimientos del pliego la provisión de un Bucky mural para este fin. De ser este dispositivo donde será instalado el portadetectector, solicitamos amablemente indicar los requerimientos mínimos de dicho accesorio.	18-03-2019	08:44:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:22:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN EN EL PUNTO 3.1 Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. SOLICITAMOS QUE NO LIMITEN LA PARTICIPACION DE MARCAS QUE CUENTAN CON CALIDAD DEL MERCOSUR LAS QUE YA ESTAN COMERCIALIZADAS EN NUESTRO PAIS Y HAN PROBADO SU CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO. ESTAN RESTRINGIENDO LA PARTICIPACION A MARCAS MÁS CARAS Y CON LA MISMA O MENOR CALIDAD A LAS OFRECIDAS EN EL MERCOSUR. SI EL MISMO MINISTERIO DE SALUD ENTE REGULADOR DE ESTOS EQUIPOS ACEPTA Y ES ANALOGA A ANVISA Y ANMAT NO COMPRENDEMOS POR QUE NO PERMITEN PARTICIPAR A MARCAS DEL MERCOSUR. EN CASO DE NO HABILITAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD REGIONALES NOS VEREMOS EN LA NECESIDAD DE ACUDIR A UNA PROTESTA CONTRA EL PLIEGO.	18-03-2019	08:45:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:22:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN EN EL PUNTO 3.1 Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. SOLICITAMOS QUE NO LIMITEN LA PARTICIPACION DE MARCAS QUE CUENTAN CON CALIDAD DEL MERCOSUR LAS QUE YA ESTAN COMERCIALIZADAS EN NUESTRO PAIS Y HAN PROBADO SU CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO. ESTAN RESTRINGIENDO LA PARTICIPACION A MARCAS MÁS CARAS Y CON LA MISMA O MENOR CALIDAD A LAS OFRECIDAS EN EL MERCOSUR. SI EL MISMO MINISTERIO DE SALUD ENTE REGULADOR DE ESTOS EQUIPOS ACEPTA Y ES ANALOGA A ANVISA Y ANMAT NO COMPRENDEMOS POR QUE NO PERMITEN PARTICIPAR A MARCAS DEL MERCOSUR. EN CASO DE NO HABILITAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD REGIONALES NOS VEREMOS EN LA NECESIDAD DE ACUDIR A UNA PROTESTA CONTRA EL PLIEGO.	18-03-2019	08:45:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:11:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS – NUMERAL 4. PLANILLA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS En la parte de la REQUIERE CAPACITACION (SI/NO) Solicitamos al convocante aclarar la lista de distribución de los lugares de la instalación de estos equipos, a fin de elaborar un presupuesto de acorde a las distancias donde serán realizadas las capacitaciones.	18-03-2019	08:49:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:11:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN EN EL PUNTO 3.1 Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. SOLICITAMOS QUE NO LIMITEN LA PARTICIPACION DE MARCAS QUE CUENTAN CON CALIDAD DEL MERCOSUR LAS QUE YA ESTAN COMERCIALIZADAS EN NUESTRO PAIS Y HAN PROBADO SU CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO. ESTAN RESTRINGIENDO LA PARTICIPACION A MARCAS MÁS CARAS Y CON LA MISMA O MENOR CALIDAD A LAS OFRECIDAS EN EL MERCOSUR. SI EL MISMO MINISTERIO DE SALUD ENTE REGULADOR DE ESTOS EQUIPOS ACEPTA Y ES ANALOGA A ANVISA Y ANMAT NO COMPRENDEMOS POR QUE NO PERMITEN PARTICIPAR A MARCAS DEL MERCOSUR. EN CASO DE NO HABILITAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD REGIONALES NOS VEREMOS EN LA NECESIDAD DE ACUDIR A UNA PROTESTA CONTRA EL PLIEGO.	18-03-2019	08:49:31
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:11:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS – NUMERAL 4. PLANILLA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS En la parte de la REQUIERE INSTALACION EDILICIA (SI/NO) Solicitamos al convocante indicarnos la lista de instalacion del Item 39 - Lampara scialitica de techo, de tal forma a realizar una visita técnica y elaborar un presupuesto acorde a la infraestructura disponible.	18-03-2019	08:49:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:11:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN EN EL PUNTO 3.1 Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. SOLICITAMOS QUE NO LIMITEN LA PARTICIPACION DE MARCAS QUE CUENTAN CON CALIDAD DEL MERCOSUR LAS QUE YA ESTAN COMERCIALIZADAS EN NUESTRO PAIS Y HAN PROBADO SU CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO. ESTAN RESTRINGIENDO LA PARTICIPACION A MARCAS MÁS CARAS Y CON LA MISMA O MENOR CALIDAD A LAS OFRECIDAS EN EL MERCOSUR. SI EL MISMO MINISTERIO DE SALUD ENTE REGULADOR DE ESTOS EQUIPOS ACEPTA Y ES ANALOGA A ANVISA Y ANMAT NO COMPRENDEMOS POR QUE NO PERMITEN PARTICIPAR A MARCAS DEL MERCOSUR. EN CASO DE NO HABILITAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD REGIONALES NOS VEREMOS EN LA NECESIDAD DE ACUDIR A UNA PROTESTA CONTRA EL PLIEGO.	18-03-2019	08:50:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:11:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 4.1.1 Columna fija al techo con tres Cabezales (principal y dos satélite). EQUIPO TOTALMENTE OBSOLETO, CON UN PRINCIPAL Y UN SATELITE SE LOGRA EXACTAMENTE LO MISMO O MEJOR A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. YA NO SE FABRICAN, POR FAVOR NO LIMITEN LA PARTICIPACIÓN SOLICITEN EN TODO CASO DE 2 O MÁS CABEZALES.	18-03-2019	08:50:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:11:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS ITEM 60 - 42192102-998 - Sillón oftalmológico El precio de referencia es de Gs. 30.916.667, sin embargo se están solicitando varios accesorios adicionales (opcionales) tales como: FOROPTERO, OFTALMOSCOPIO DIRECTO, OFTALMOSCOPIO INDIRECTO, RETINOSCOPIO, LAMPARA DE HENDIDURA; respetuosamente solicitamos al convocante incrementar el precio de referencia a Gs. 147.543.334, teniendo como referencia al actual llamado con ID: 357993 - LPN SBE 12-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS. Ítems del llamado LPN SBE 12-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA OBRAS DEL AREA CENTRAL con ID: 357993 Ítem Código Catálogo Descripción del Bien Unidad de Medida Precio unitario (IVA incluido) 101 42192102-998 SILLON OFTALMOLOGICO Unidad 37.750.000 61 42183029-001 FOROPTERO Unidad 23.400.000 86 42182005-003 OFTALMOSCOPIO DIRECTO Unidad 5.120.000 87 42182005-004 OFTALMOSCOPIO INDIRECTO Unidad 23.200.000 93 42183023-004 RETINOSCOPIO Unidad 5.106.667 67 42183023-006 LAMPARA DE HENDIDURA Unidad 52.966.667 147.543.334	18-03-2019	08:52:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al precio referencial modificado en el SICP.	16-09-2019	16:10:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 4.2.6 Temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin. CON DOS O MAS CABEZALES UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 A 5000 GRADOS KELVIN ES MÁS QUE SUFICIENTE. SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS DE 3000 A 5000 K.	18-03-2019	08:52:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:12:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 4.2.7 CRI DEL 93% SOLICITAMOS QUE PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON CRI DE 90% O MAS.	18-03-2019	08:53:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:12:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN 4.3.1 CAMPO DE LUZ. SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON CAMPO DE LUZ EN EL RANGO DE 160 A 220 O MEJOR.	18-03-2019	08:53:36

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:12:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5 donde dice: REQUISITOS DE INSTALACIÓN Para los equipos que requieren instalación: Es responsabilidad del oferente comprobar que las dimensiones de la sala son suficientes para la instalación y utilización de los equipos. El oferente deberá presentar constancia de verificación del lugar donde será realizada la instalación o declaración jurada de conocer plenamente el lugar donde será realizada la instalación. Cualquier adecuación necesaria para la utilización de los equipos correrá por cuenta de la empresa adjudicada. Los equipos que necesitan instalación se describen en la planilla Distribución de Equipos. Solicitamos a la convocante aclarar donde serán entregados estos equipos pues no se visualiza en el PBC una planilla de distribución de equipos.	18-03-2019	08:53:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:08:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5. REQUISITOS DE INSTALACIÓN Para los equipos que requieren instalación: Es responsabilidad del oferente comprobar que las dimensiones de la sala son suficientes para la instalación y utilización de los equipos. El oferente deberá presentar constancia de verificación del lugar donde será realizada la instalación o declaración jurada de conocer plenamente el lugar donde será realizada la instalación. Cualquier adecuación necesaria para la utilización de los equipos correrá por cuenta de la empresa adjudicada. Los equipos que necesitan instalación se describen en la planilla Distribución de Equipos. Solicitamos a la convocante aclarar el alcance de los terminos "Cualquier adecuación necesaria" pues esto tiene un alcance ilimitado y sujeto a la subjetividad de cada parte involucrada.	18-03-2019	08:55:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:08:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN : 4.3.2.1 LEDS BLANCO 45 LEDS, SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON 36 LEDS	18-03-2019	08:57:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:09:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4. PLANILLA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega de los equipos de 60 a 120 días, especialmente a los equipos de gran porte, como autoclaves, equipos de rayos x fijos o móviles, arco en C, etc. Considerando que estos equipos son producidos en su mayoría en Asia y que la importación via marítima de esa región requiere un mínimo de 80 a 90 días, mas los tiempos de desaduanización hacen que sea de cumplimiento imposible. Además, la importación de los mismos via aérea encarecería innecesariamente los equipos.	18-03-2019	09:00:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:09:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS – NUMERAL 4. PLANILLA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS En la parte de la REQUIERE CAPACITACION (SI/NO) Solicitamos al convocante excluir de la capacitación a los siguientes ítems: 1 Aspirador quirúrgico 6 Balanza adulto 7 Balanza pediátrica 8 Baño María para laboratorio 9 Bicicleta estática 10 Caja de lentes 13 Camilla de inspeccion 14 Camilla de inspeccion ginecologica 20 Detector fetal 23 Electrocardiógrafo 26 Equipo de diagnostico 27 Equipo de magnetoterapia 28 Equipo de Onda Corta 33 Equipo de ultrasonido 34 Estufa de esterilizacion 36 Lampara cuello de cisne 37 Lampara de hendidura 38 Lampara infrarroja 40 Lampara scialitica portatil 41 Macrocentrifuga 47 Microcentrifuga 48 Microscopio binocular 49 Monitor fetal 51 Nebulizador 52 Negatoscopio 53 Oxímetro de pulso 54 Proyector oftalmológico 56 Silla de extracción de sangre 57 Silla de hidratación 58 Silla de rueda 60 Sillón oftalmológico Los mismos son equipos sencillos que no requieren capacitación.	18-03-2019	09:01:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:09:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante modificar los plazos de entrega de los equipos, pues en dicha planilla se ha fijado sin discriminación de complejidad de fabricación, ni volumen y peso los plazos de entrega fijándose en forma general a 60 días ya sea para equipos de venta masiva como equipos específicos y de gran porte. Por esta razón solicitamos ampliar el plazo de entrega para aquellos equipos cuya importación, por volumen y peso, deba hacerse via marítima a 120 días.	18-03-2019	09:02:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:09:41

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.2 Capacidad de soporte de peso de 220kg como mínimo, Solicitamos diga Capacidad de soporte de peso de 200kg	18-03-2019	09:08:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:09:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.3 Donde dice Dimensiones totales de la cama con cabecera, piecera y barandales arriba, incluyendo protectores. Ancho máximo 105cm , Solicitamos permita ofertar camas con Ancho máximo 110cm	18-03-2019	09:09:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:09:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.5 Donde dice Cubierta radiotransparente y soporte para chasis de Rx, solicitamos diga Cubierta radiotransparente y/o soporte para chasis de Rx	18-03-2019	09:09:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:10:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.14.5 Donde dice Sistema de RCP mecánico, solicitamos que este punto sea opcional	18-03-2019	09:09:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:10:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.15.7 Donde dice Colchón. Espesor mínimo 15cm, solicitamos diga Espesor mínimo 15cm +/-1cm	18-03-2019	09:10:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:06:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 5.2 Donde dice Balon de oxígeno con su respectivo soporte incorporado a la cama, solicitamos que este punto sea opcional.	18-03-2019	09:11:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:06:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 11, Punto 3 Plan de Entregas, donde dice Plazo de entrega 60 días, solicitamos diga: Plazo de entrega 120 días considerando la cantidad solicitada y el volumen de carga.	18-03-2019	09:12:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:07:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 5.1. Donde dice Altura ajustable: Altura máxima 88cm o más solicitamos diga Altura máxima 80 cm o mas	18-03-2019	09:13:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:07:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 5.1. Donde dice Altura ajustable: Altura máxima 88cm o más solicitamos diga Altura máxima 80 cm o mas	18-03-2019	09:15:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:07:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Punto 5.10. Posición Fowler, vascular, cardíaco, inclinación lateral, solicitamos que la inclinación lateral sea opcional ya que corresponde a una función exclusiva de la marca Linet	18-03-2019	09:16:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:07:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS aclaración de los solicitado, es un colposcopio o una mesa de control remota para radiografía y fluoroscopia.	18-03-2019	09:16:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Corresponde a un Equipo de Rayos X digital. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:07:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 6.8 Donde dice Colchón espesor mínimo de 16 cm, solicitamos diga Colchón espesor mínimo de 16 cm +/-2cm	18-03-2019	09:16:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:07:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 4.2.3 Temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin. CON DOS O MAS CABEZALES UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 A 500 GRADOS KELVIN ES MÁS QUE SUFICIENTE. SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS DE 3000 A 5000 K.	18-03-2019	09:16:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:07:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 12, Punto 3 Plan de Entregas, donde dice Plazo de entrega 60 días, solicitamos diga: Plazo de entrega 120 días considerando la cantidad solicitada y el volumen de carga.	18-03-2019	09:16:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:08:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS modificar el precio referencial de 1.297.416.667 a por los menos Gs. 1.398.000.000, ya que las especificaciones técnicas solicitadas no están acorde al precio referencial.	18-03-2019	09:16:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.	16-09-2019	16:03:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 6.1 Donde dice: Estructura en acero inoxidable AISI 3014 solicitamos diga: Estructura en acero inoxidable AISI 3014 o Estructura con columnas de acero y construido con material ABS anticorrosivo y acabado de alta resistencia.	18-03-2019	09:17:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:03:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 31. 4.2.6 DONDE DICE: Profundidad de 73 cm o más. SOLICITAMOS que la profundidad sea de al menos 70 cm o más, esto permitirá que haya mayor cantidad de oferentes, además la mayoría de las marcas tienen al menos 70 cm de profundidad.	18-03-2019	09:17:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:03:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 6.4 Donde dice Soporte lateral para balón de oxígeno de 3 litros, solicitamos diga: Soporte lateral o trasero para balón de oxígeno de 3 litros	18-03-2019	09:17:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:03:37

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 11, Punto 3 Plan de Entregas, donde dice Plazo de entrega 60 días, solicitamos diga: Plazo de entrega 90 días considerando la cantidad solicitada y el volumen de carga.		18-03-2019	09:18:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	16:03:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SOLICITAMOS que el precio referencial de 532.633.333 se actualice, es decir, se modifique por los menos a Gs. 633.000.000, ya que lo solicitado en las especificaciones técnicas no se ajusta el precio referencial.		18-03-2019	09:18:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al precio referencial modificado en el SICP.		16-09-2019	16:04:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 4.3.4 CRI DEL 93% SOLICITAMOS QUE PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON CRI DE 90% O MAS.		18-03-2019	09:18:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	16:04:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Punto 9.9 Donde dice Transductor para aplicaciones cardiológicas Phase array neonatal con ancho de banda de 4 a 12 Mhz. Cantidad mínima 1 unidad por equipo, solicitamos permita ofertar Transductor para aplicaciones cardiológicas Phase array neonatal con ancho de banda de 5 a 13 Mhz. Cantidad mínima 1 unidad por equipo, teniendo en cuenta que para los pacientes neonatos se utilizan frecuencias más altas.		18-03-2019	09:18:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	16:04:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Punto 31. 4.6.3 DONDE DICE: Uno o dos focos entre 0,6 o menor y 1 mm o mayor. SOLICITAMOS que se diferencien los tamaños de los focos entre ánodo fijo y ánodo giratorio, ya que los tamaños son totalmente diferentes, solicitamos que los parámetros sean entre 0,5 o menor y 1,5 mm o mayor para ánodo fijo; y para ánodo giratorio entre 0,3 mm o menor y 0,6 mm o mayor. Esta diferenciación permitirá que puedan participar más oferentes.		18-03-2019	09:18:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	16:04:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Punto 4.13 Donde dice: El equipo deberá poder aceptar transductores matriciales de al menos 1000 elementos solicitamos que este punto sea opcional a fin de permitir una mayor participación de oferentes		18-03-2019	09:19:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	16:04:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Punto 7.2.1 Donde dice: Transductores solicitados Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5 a 12Mhz. Cantidad mínima 02 (dos) unidades por cada equipo, considerando el elevado costo de los transductores matriciales y a fin de que haya una mayor participación de oferentes solicitamos diga: Transductor Lineal o Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5 a 12Mhz. Cantidad mínima 02 (dos) unidades por cada equipo		18-03-2019	09:19:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.		16-09-2019	15:55:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Al convocante solicitamos respetuosamente, dividir la etapa competitiva en 3 (tres) días, debido a la gran cantidad de ítems solicitados. -		18-03-2019	09:19:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el SICP.		16-09-2019	15:59:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

SOLICITAMOS que el precio referencial se actualice de 934.400.000 a por los menos Gs. 1.100.000.000, ya que lo solicitado en las especificaciones técnicas no se ajusta al precio referencial actual.	18-03-2019	09:19:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al precio referencial modificado en el SICP.	16-09-2019	16:00:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 4.3.3 Temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin. CON DOS O MAS CABEZALES UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 A 500 GRADOS KELVIN ES MÁS QUE SUFICIENTE. SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS DE 3000 A 5000 K.	18-03-2019	09:19:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:00:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 1. DONDE DICE: Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Equipos Biomédicos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta. SOLICITAMOS que se puedan incluir copias de Contratos y/o Facturas de provisión de equipos biomédicos y adicionalmente sistemas y equipos del área tecnológica, ya que existen empresas nacionales con años de trayectoria con buena facturación en el área de tecnología en general; de no ser así, solicitamos reducir el porcentaje a 20%, es decir, que el volumen de negocios en su totalidad se igual o superior al 20% (veinte por ciento) del valor de su oferta. Esto permitirá que más empresas tecnológicas puedan participar.	18-03-2019	09:20:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-09-2019	16:00:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.2 Donde dice Flujo inspiratorio (L/min) Limite inferior 3 o menor Limite superior 150 o mayor Solicitamos diga: Flujo inspiratorio (L/min) Limite inferior 5 o menor Limite superior 120 o mayor	18-03-2019	09:21:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:01:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN 4.4 Movimiento de angulación lateral de las piernas. SOLICITAMOS NOS INDIQUE CUAL SERÍA ESTE MOVIMIENTO Y LA FUNCION DE LA MISMA. SON ESPECIFICACIONES DIRIGIDAS A UNA MARCA EN PARTICULAR PARA UNA MAYOR PARTICIPACION SOLICITAMOS QUE LA MISMA SEA OPCIONAL	18-03-2019	09:22:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a la apertura de la pierna, en concordancia con el apartado 4.2	16-09-2019	16:01:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 9.7 Donde dice: Compensación de Fugas de al menos 40 lpm, solicitamos diga Compensación de Fugas de al menos 25 lpm	18-03-2019	09:22:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:01:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCIÓN VII – ANEXO N° I - F) Cualquier otro documento adicional requerido. Punto 7. DONDE DICE: Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio técnico en la marca de los equipos ofertados. SOLICITAMOS que dicho certificado se pueda entregar a la firma del contrato y mientras tanto se pueda presentar una declaración jurada que el mismo se presentará, esto permitirá que muchas empresas que están iniciando en nuevos rubros puedan ofertar.	18-03-2019	09:22:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-09-2019	16:01:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 9.8 donde dice: Pantalla grafica LCD a colores de 8 o mayor para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas, recomendamos solicitar Pantalla grafica LCD a colores de al menos 12 de manera a permitir una mejor visualización de las curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas	18-03-2019	09:22:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	16:01:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 8. DONDE DICE: Copia simple de la Certificación emitida por el fabricante de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. Para la firma de contrato deberán presentar completamente legalizada y consularizada por el consulado del país de origen o centro regional de distribución. SOLICITAMOS que se pueda presentar la copia simple o una declaración jurada por parte del oferente, y que al momento de la entrega de los equipos se presente el certificado Apostillado, ya que la legalización o Apostillado tiene un tiempo variable dependiendo del país de origen, los tiempos escapan de las manos del oferente, depende del país de origen.	18-03-2019	09:23:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-09-2019	15:52:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 18. DONDE DICE: Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Equipos Biomédicos donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). SOLICITAMOS que se pueda presentar 3 (tres) Certificados, Actas o Notas de remisión de Equipos Biomédicos o Equipos de Tecnología en general donde conste el desempeño del oferente.	18-03-2019	09:24:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-09-2019	15:52:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN 5.5 Angulación vertical de la sección piernas: de -90° a +20°(eléctrica). SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON MOVIMIENTO DE +10 PARA DAR MAYOR PARTICIPACIÓN.	18-03-2019	09:25:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:52:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice El proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos y sin uso, con una antigüedad de fabricación no mayor a 1 (un) año, comprobable con un certificado de fabricación emitida por la fábrica y legalizado por el Consulado del país de origen, solicitamos diga El proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos y sin uso, con una antigüedad de fabricación no mayor a 1 (un) año, comprobable con un certificado de fabricación emitida por la fábrica y legalizado por el Consulado del país de origen o apostillada.	18-03-2019	09:27:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-09-2019	15:52:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 63.4.1 Unidad de procesamiento de imágenes endoscópicas. CONSULTA: Se podrían actualizar las especificaciones, desde el sub ítem 63.4.1.1 hasta el sub ítem 63.4.1.13, las características solicitadas corresponden modelos obsoletos, hoy en día se fabrican equipos en definición FULL HD y/o 4K (ULTRA HD) sin embargo las características mencionadas corresponde a equipos con definición ESTANDARD	18-03-2019	09:27:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:53:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN 5.5 Angulación vertical de la sección piernas: de -90° a +20°(eléctrica). SOLICITAMOS PARA UNA MAYOR PARTICIPACION QUE SE PERMITA COTIZAR EQUIPOS CON MOVIMIENTO MANUAL DE LA SECCION PIERNAS.	18-03-2019	09:27:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:53:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN 5.6 Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 90° (ambas secciones manual). SOLICITAMOS NO ACLAREN A QUE MOVIMIENTO SE REFIERE Y LA FUNCION DE LA MISMA. SOLICITAMOS DECLARARLO OPCIONAL PARA DAR MAYOR PARTICIPACION Y NO DIRIGIR EL LLAMADO.	18-03-2019	09:29:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:53:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Punto 8. DONDE DICE: Copia simple de la Certificación emitida por el fabricante de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. Para la firma de contrato deberán presentar completamente legalizada y consularizada por el consulado del país de origen o centro regional de distribución. SOLICITAMOS que se pueda presentar la copia simple o una declaración jurada por parte del oferente, y que al momento de la entrega de los equipos se presente el certificado Apostillado, ya que la legalización o Apostillado tiene un tiempo variable dependiendo del país de origen, los tiempos escapan de las manos del oferente, depende del país de origen.	18-03-2019	09:29:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-09-2019	15:53:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 63.4.2.4 Lente Zoom Parfocal integrado con focos de al menos 25 mm a 50 mm. CONSULTA: ¿Se podría considerar ofertar con focos de al menos 15,8 mm - 31,3 mm?	18-03-2019	09:30:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:53:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 18. DONDE DICE: Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Equipos Biomédicos donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). SOLICITAMOS que se pueda presentar 3 (tres) Certificados, Actas o Notas de remisión de Equipos Biomédicos o Equipos de Tecnología en general donde conste el desempeño del oferente.	18-03-2019	09:30:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-09-2019	15:53:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN 5.7 Angulación vertical de la sección cabeza: De -45° a +45°(manual). SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON MOVIMIENTOS DE -30 A +40 O MEJOR PARA DAR UNA MAYOR PARTICIPACION	18-03-2019	09:30:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:45:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor especificar a que se refiere en el punto 7.4 de las especificaciones técnicas donde dice: Dos cables troncales y cinco cables de paciente para ECG de tres puntas	18-03-2019	09:31:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere al cable de conexión del monitor que se conecta con los cables que contienen los electrodos que van por el paciente. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:45:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 63. 4.2.6 Cabezal esterilizable por oxidoetileno, formaldehído o plasma. CONSULTA: ¿Se podría considerar que el cabezal además sea esterilizable por autoclave?	18-03-2019	09:31:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:46:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN 5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50 cm en total. SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON DESPLAZAMIENTO TOTAL DE 20 CM O MAYOR PARA DAR UNA MAYOR PARTICIPACION	18-03-2019	09:31:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:46:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 63.4.2.5 Cable de conexión para periféricos CONSULTA: ¿Podrían aclarar a que cables se refiere? por el cabezal viene integrado un solo cable para conectar al procesador	18-03-2019	09:32:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere al cable de conexión del puerto que tenga el dispositivo ofertado al periférico. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:46:18
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
63.4.2 Cabezal de cámara. CONSULTA: ¿Debe ser con zoom óptico motorizado de 0,9X-1,8X?	18-03-2019	09:35:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:46:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
63.4.2 Cabezal de cámara: Debe ser compatible con algún sistema de mejoramiento de observación de patrones vasculares?	18-03-2019	09:36:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:46:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 63.4.3.1 Luz fría con tecnología LED. CONSULTA: Se puede considerar ofertar con tecnología XENON?	18-03-2019	09:37:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:46:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 63.4.3.2 Temperatura de color de 6000K o más. CONSULTA: ¿Se puede considerar esto como un ítem opcional?	18-03-2019	09:37:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:47:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 63.4.3.3 Regulación manual de intensidad luminosa progresiva. CONSULTA: ¿Se puede considerar ofertar con Regulación manual o automática de intensidad luminosa?	18-03-2019	09:38:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:47:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
63.4.3 Fuente de luz LED. CONSULTA: ¿Debe poseer lámpara de emergencia?	18-03-2019	09:39:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:41:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.2 solicitan pantalla LCD a colores de 14cm (5.6 pulgadas) como mínimo. El desarrollo de la tecnología permite utilizar pantallas de mayor tamaño que permiten desplegar mayor información en las mismas. Solicitamos aumentar el tamaño de la pantalla a 7 pulgadas como mínimo.	18-03-2019	09:41:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:41:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.2.5 solicitan Capacidad de cargar en 10 segundos o menos a 200 Joules o más.. Solicitamos modificar esta especificación para asegurar la adquisición de equipos más eficientes quedando este punto redactado de la siguiente manera: 4.2.5 Capacidad de cargar en 5 segundos o menos a 200 Joules o más.	18-03-2019	09:41:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:41:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos agregar las siguientes especificaciones en la sección 4.5 ECG: Frecuencia cardiaca: - Adulto: de 15 a 300 lpm Pediátrico/Neonatal: de 15 a 350 lpm Prueba de desfibrilación: Tipo CF: ECG, RESP, SpO2; Tipo BF: desfibrilación externa	18-03-2019	09:41:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:41:33
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos agregar la siguiente especificación importante en la sección 4.7 Sistema de Registro: Con capacidad para almacenar al menos 100 perfiles de pacientes y por lo menos 1000 eventos por paciente. Almacenamiento de ondas de al menos 24hs consecutivas	18-03-2019	09:42:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Puede ofertar, no se especifica, por lo tanto no es limitante.	16-09-2019	15:41:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que se agregue el tiempo de recarga de la batería, muy importante para cualquier desfibrilador. Por lo que sugerimos que la especificación 4.8.1 quede redactada de la siguiente manera: Recargable. Tiempo de recarga en menos de 180min al 100%	18-03-2019	09:42:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:41:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que este equipo puede funcionar a batería y que podría ser utilizado en ambulancias o en condiciones de falta de energía eléctrica, es importante siempre que el operador pueda saber el estado de carga de las baterías. Por lo que sugerimos agregar la siguiente especificación en la sección 4.8 Batería: Indicadores LED para visualización rápida del estado de carga de la batería	18-03-2019	09:42:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:41:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
63.4.3 Fuente de luz LED CONSULTA: ¿Debe ser compatible con algún sistema de observación para el mejoramiento de los patrones vasculares? EN caso de ser afirmativo ¿Debe ser con tecnología óptica o electrónica?	18-03-2019	09:42:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:42:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para asegurar la calidad del equipo ofertado en su conjunto, sugerimos a la convocante exigir también las normas de calidad para el carro de paro ya que así como están establecidas las especificaciones se puede entender que las normas de calidad listadas en los puntos 3.1 y 3.2 se aplican solamente al Desfibrilador y no al carro de paro. Por lo que sugerimos agregar el siguiente requerimiento en la sección 3 Normativas: 3.3. Ambos, el desfibrilador y el carro de paro deben cumplir con las normas citadas en los dos puntos anteriores	18-03-2019	09:43:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los puntos 3.1 y 3.2 aplican para todos los componentes descritos en las EETT.	16-09-2019	15:42:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos agregar al punto 4.10 (Acolchados) características que aseguren la calidad e higiene de los mismos. Cabe indicar que muchos proveedores, para ahorrar costos, fabrican los acolchados localmente perdiéndose así todas las normas de calidad exigidas para la mesa. Finalmente los acolchados son los accesorios más frágiles y de mayor uso de la mesa. Sugerimos respetuosamente que el punto 4.10 quede redactado de la siguiente manera: Acolchados con espuma viscoelástica, a prueba de agua sin líneas de costura o uniones adhesivas, de al menos 7 cm adecuado para uso en cirugía, sin latex. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Deben ser antiestáticos con una resistencia máxima de 1.000.000 ohmios conforme con la norma EN 2050:1978. Debe cumplir con las normativas BS EN 597-1 y BS EN 597-2 de fuentes de ignición. Debe cumplir con los requisitos de sensibilidad/ toxicidad y citotoxicidad en la piel definidos en la norma ISO 10993. Resistencia mínima: 250 kg.	18-03-2019	09:43:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:42:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para permitir que se realicen mayor cantidad de procedimientos, solicitamos que el punto 5.1 quede redactado de la siguiente manera: 5.1 Elevación desde 81 cm o menos a 104 cm o más (eléctrica).	18-03-2019	09:44:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:38:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos aumentar los grados del Trendelenburg ya que los 30o solicitados son insuficientes para algunos procedimientos quirúrgicos. Sugerimos respetuosamente que el punto 5.3 quede redactado así: 5.3 Trendelenburg directo e inverso: -45° ó menor a +30° ó mayor (eléctrica).	18-03-2019	09:44:29

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:38:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos aumentar los grados de la angulación vertical de la sección de espaldas para permitir la realización de mas tipos de procedimientos quirúrgicos. Por lo que recomendamos respetuosamente que el punto 5.4 quede redactado de la siguiente manera: Angulación vertical de la sección espalda: de -85° ó menos a +85° o más (eléctrica).	18-03-2019	09:44:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo consultado se ajusta al rango establecido Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:38:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 63.4.4.2 Paneles divisores para los equipos, dos puertas con llave y una gaveta. CONSULTA: ¿Se puede considerar ofertar con paneles divisores para los equipos, sin puertas ni gavetas?	18-03-2019	09:44:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:38:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.8 solicitan que el desplazamiento longitudinal de la mesa sea de al menos 50cms en total. Solicitamos modificar esta característica y que se permita ofertar mesas con 45cms como mínimo de desplazamiento longitudinal para permitir la participación de un mayor numero de oferentes. Sugerimos que el punto 5.8 quede redactado de la siguiente manera: Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 45 cm en total.	18-03-2019	09:45:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:38:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos modificar el punto 4.2.2 para permitir que participen un mayor numero de oferentes y considerando que esta característica es una cuestión de diseño que no afecta a los procedimientos. Pedimos respetuosamente que esta especificación quede redactada de la siguiente manera: Largo de la mesa 157 a 212cm con extensor auxiliar retráctil	18-03-2019	09:45:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:38:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos modificar el punto 4.2.3 para permitir que participen un mayor número de oferentes y considerando que esta característica es una cuestión de diseño que no afecta a los procedimientos. Pedimos respetuosamente que esta especificación quede redactada de la siguiente manera: Ancho de mesa de 80 a 98 cms	18-03-2019	09:46:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:39:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos modificar el punto 4.2.4 para permitir que participen un mayor número de oferentes. Pedimos respetuosamente que esta especificación quede redactada de la siguiente manera: Trendelemburg y trendelemburg inverso de al menos 10o de accionamiento eléctrico	18-03-2019	09:46:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:39:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 63.4.4.4 Conexión eléctrica con tomas de conexión para todos los equipos que comprenden la torre y prolongador de 5 ms. como mínimo. CONSULTA: Además de lo mencionado ¿Debe tener fuente de aislamiento eléctrico? integrado al carro con un switch de encendido y apagado para todo el sistema?	18-03-2019	09:46:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:39:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos modificar el punto 4.2.9 para permitir que participen un mayor número de oferentes. Pedimos respetuosamente que esta especificación quede redactada de la siguiente manera: Angulación vertical de la sección piernas: de 0° a +135° o mayor. Los soportes de piernas deberán ser desmontables para el parto	18-03-2019	09:46:59

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:39:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos agregar la siguiente característica indispensable para el manejo del equipo y visualización de los ciclos: Pantalla alfanumérica TFT de al menos 5.5 en el lado de la carga que muestre la fase del ciclo de lavado, temperatura y posibles anomalías, alarma audible. El equipo deberá contar con al menos 4 ciclos preconfigurados y al menos 8 ciclos programables por el usuario	18-03-2019	09:47:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:36:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
63.4.4 Carro para transporte: ¿Debe ser original del fabricante?	18-03-2019	09:47:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Debe ser original. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:36:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos modificar el punto 4.14 para asegurar las temperaturas del equipo. Sugerimos que este punto quede redactado de la siguiente manera: 4.14 Unidad eléctrica de secado por aire equipado con prefiltro y filtro HEPA. La temperatura debe ser programable a temperatura baja (82oC) y alta (95 o C o mayor)	18-03-2019	09:47:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar, Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:36:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.1 solicitan dos carros semi automaticos o automaticos para la carga y descarga de los racks. Estos carros son utilizados normalmente en maquinas de mayor capacidad y son de costos muy elevados. Considerando que este equipo es de 264L solicitamos que estos accesorios sean considerados como OPCIONAL.	18-03-2019	09:48:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:36:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.8 solicitan: El equipo deberá contar con una válvula de desvío para permitir que los autoclaves tengan alimentación de agua si el equipo quedara fuera de funcionamiento.. Teniendo en cuenta que el ítem 61 es una Termodesinfectadora, solicitamos respetuosamente eliminar esta característica.	18-03-2019	09:48:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:37:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
63.4.4 Carro para transporte: CONSULTA ¿Debe poseer un brazo para montar el monitor?, ¿el brazo debes ser móvil?	18-03-2019	09:48:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita, puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:37:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos modificar el punto 8.2 para permitir cotizar equipos con Peso de 10Kg o menos, incluyendo baterias externas de ser necesarias	18-03-2019	09:49:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	15:37:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
63.4.5.2 Presión intrabdominal: 0 a 30 mmHg (o mayor rango). CONSULTA: Se puede ofertar con presión intrabdominal: 0-2 a 25 mmHg (o mayor rango).	18-03-2019	09:52:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:55:56
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 63.4.5.4 Con sistema calefactor. CONSULTA: ¿Se podría considerar esto como un ITEM opcional?	18-03-2019	09:54:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:55:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos modificar el punto 8.2 para permitir cotizar equipos con Peso de 20Kg o menos, incluyendo baterias externas de ser necesarias	18-03-2019	09:54:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:54:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.1 solicitan: Volumen Corriente (ml). Limite inferior 5 o menor. Limite superior 3000 o mayor. Solicitamos nos permitan cotizar equipos con: Volumen Corriente (ml). Limite inferior 20 o menor. Limite superior 2000 o mayor.	18-03-2019	09:55:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:54:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.4 solicitan: Frecuencia Respiratoria (rpm). Limite inferior 5 o menor. Limite superior 120 o mayor Solicitamos nos permitan cotizar equipos con: Frecuencia Respiratoria (rpm). Limite inferior 5 o menor. Limite superior 100 o mayor	18-03-2019	09:55:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:54:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
63.5.20 1 x Pinza de agarre tipo BABCOCK, Rotativas, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 10 mm, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de metálico con bloqueo. CONSULTA: ¿Se puede ofertar con mango de plástico con bloqueo?	18-03-2019	09:57:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:54:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
63. 5.21 1 x Pinza de garra 2x3 dientes, Rotativas, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 10 mm, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de metálico con bloqueo. CONSULTA: ¿Se puede ofertar con mango de plástico con bloqueo?	18-03-2019	09:58:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:54:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
63. 5.22 2 x Aplicador de clips, Desmontable, giratorio para clips de ligadura médium/large; después de conectar el clip, el mecanismo de bloqueo del mango fija la mandíbula, Tamaño 10 mm de diámetro, Longitud 36 cm (± 3cm), Rotativa, con bloqueo para las mordazas. Desmontable en tres partes, Se compone de: Mango de metal, con bloqueo; Vaina metálica exterior; Elemento de trabajo. CONSULTA: Se puede ofertar con 2 x Aplicador de clips, Desmontable, giratorio para clips de ligadura médium/large; después de conectar el clip, el mecanismo de bloqueo del mango fija la mandíbula, Tamaño 10 mm de diámetro, Longitud 36 cm (± 3cm), Rotativa.	18-03-2019	09:59:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:53:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El precio referencial de Gs. 15.400.000 es muy inferior al precio de estos equipos. Como ejemplo, en la licitacion con ID 339940, el precio referencial de una mesa con las mismas características fue superior a 180mm. Sugerimos verificar el precio referencial para adecuarlo a valores reales de mercado	18-03-2019	10:00:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al precio referencial modificado en el SICP.	16-09-2019	14:53:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

63. 5.23 1 x Aguja para inyección, Diámetro 1.2 mm, tamaño 5 mm, longitud 36 cm (± 3cm). ¿SE puede considerar ofertar 1 x Aguja para inyección, Diámetro 1.2 a 1.5mm, tamaño 5 mm, longitud 36 cm (± 3cm)?	18-03-2019	10:00:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 15.	16-09-2019	14:53:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 35: INCUBADORA Consulta En el punto 4.7 solicitan Ajuste de altura variable eléctricamente. Variación de 8cm o más Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Opcional. De modo a dar lugar a un mayor número de oferentes teniendo en cuenta que el precio referencial fijado por la convocante es muy bajo y lo solicitado en este punto implica una configuración extra que no hace mas que encarecer la oferta final ya que no tiene ninguna finalidad clínica.	17-09-2019	13:52:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 15	05-12-2019	08:59:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 35: INCUBADORA En el punto 4.8 solicitan Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionados eléctricamente, de al menos ± 15°. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionados mecánica o eléctricamente de al menos ± 12°. Teniendo en cuenta que al introducir movimientos mediante accionamientos de un motor eléctrico, no hace más que introducir ruido al ambiente térmico neutral del neonato, cosa que se debe de evitar. Por eso solicitamos a la convocante que considere a las marcas de equipos que, por normativas europeas, utilizan movimientos mecánicos no eléctricos, para dar así un mayor número de oferentes de equipos biomédicos de calidad y tecnología conocidas por el personal médico. Y también la modificación de los valores de ángulos ya que eso solo limita la cantidad de oferentes.	17-09-2019	13:52:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 15	05-12-2019	09:00:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 35: INCUBADORA Consulta En el punto 7.1 solicitan Temperatura aire: +1 (o menos) / -3°C (o más) del punto seleccionado. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Temperatura aire: +1.5 (o menos) / -3°C (o más) del punto seleccionado, modificar este punto dará lugar a la participación de más oferentes de marcas reconocidas por la Convocante, las cuales ya han demostrado su durabilidad y funcionalidad.	17-09-2019	13:54:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 15	05-12-2019	09:00:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 39: Lámpara Scialítica de Techo Consulta En el punto 4.3.1 solicitan Diámetro de campo de luz ajustable de 200 o menor a 240 mm o mayor Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Diámetro de campo de luz de 200 mm o más ya que la Normativa IEC 60601-2-41 que determina las características de las lámparas quirúrgicas "No exige" diámetro de campo variable, ni tampoco detalla un valor específico, esto depende de cada fabricante. Existen estudios clínicos que indican que aumentar el diámetro de campo disminuye la calidad de la luz proyectada, porque aumentar el diámetro de campo implica "dispersar" la luz que se encontraba "concentrada", y esto evidentemente genera espacios vacíos y sombras. Por lo que solicitamos la modificación de este punto de modo a dar lugar a más oferentes.	17-09-2019	13:55:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 25	05-12-2019	09:00:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 40: Lámpara Scialítica Portátil Consulta En el punto 4.4.4 solicitan Intensidad luminosa homogénea de 100.000 a 160.000 luxes a 1 m de distancia de la fuente. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Intensidad luminosa homogénea de 100.000 o menor a 120.000 o mayor luxes a 1 m de distancia de la fuente. De modo a dar lugar a un mayor número de oferentes para este ítem. Teniendo en cuenta el precio referencial para este ítem, el cual se adecua a un equipo de mediana complejidad, solicitamos la modificación de este punto para poder presentar una oferta acorde a las demás especificaciones y precio referencial.	17-09-2019	13:55:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 25	05-12-2019	09:01:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Ítem 43: Máquina de Anestesia Consulta En el punto 5.2.6 solicitan Control para ajuste de volumen de 50 ml o menor a 1400 ml o mayor. Solicitamos que: La Convocante modifique lo anterior por Control para ajuste de volumen de 5 a 1400 ml o mejor. Teniendo en cuenta que este punto entra en CONTRADICCIÓN con el punto 5.2, donde aclara que el equipo debe ser Para ventilación de pacientes neonatos, pediátricos y adultos. Al colocar el rango inferior del control para ajuste de volumen en 50 ml como requisito es más que evidente que el equipo no podrá ser utilizado para ventilación de pacientes neonatos por no poder entregar un volumen menor a 50 ml. En el MANUAL DE ATENCIÓN NEONATAL PARAGUAY 2011, en uno de sus apartados indica lo siguiente: "Parámetros de la ventilación mecánica convencional •Volumen: volumen corriente o tidal es la cantidad de mezcla gaseosa que entra y sale del paciente en cada ciclo respiratorio, en RN normales de término es aproximadamente 5 a 10 ml, estando muy disminuido en los pacientes con membrana hialina. En los respiradores volumétricos es determinado por el operador, en cambio en los demás es una resultante según el estado del paciente (compliance) y las presiones utilizadas." Afirmando lo anteriormente mencionado, que el volumen en pacientes neonatales debe ser de entre 5 a 10 ml. Teniendo en cuenta que el volumen corriente utilizado en ventilación es de 6 a 8 ml por kilogramo del paciente, un volumen de 50 ml podría ventilar pacientes de entre 6 a 8 kilogramos, que serían en este caso pacientes pediátricos. Para ventilación en pacientes neonatales se necesitan volúmenes mucho menores, con posibilidad de ventilar pacientes de al menos 1 kilo. En el documento "Recomendaciones para la asistencia respiratoria en el recién nacido" de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA en uno de sus apartados menciona lo siguiente: El empleo de volumen controlado permite disminuir el volutrauma, y la hipocapnia, además de permitir un autodesfate progresivo según mejora el pulmón. En el momento actual, varios estudios han sugerido la conveniencia de emplear Vt en torno a 5 ml/kg (4-6 ml/kg) Por lo cual podemos confirmar que los parámetros solicitados no se ajustan a pacientes neonatales.</p>		17-09-2019	13:56:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 25		05-12-2019	09:01:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Ítem 43: Máquina de Anestesia Consulta En el punto 11.6 solicitan Sensor de temperatura reusable (Esofágico-Rectal). Cantidad: 3 (tres) por cada equipo como mínimo. Y piel 3 (tres) como mínimo Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Sensor de temperatura reusable (Esofágico-Rectal). Cantidad: 3 (tres) por cada equipo como mínimo.. Debido a que los sensores de temperatura de piel tienen una punta metálica la cual va apoyada el paciente, esta punta puede ocasionar diversos tipos de lesiones y quemaduras si se utiliza un Electrobisturí durante la cirugía. Por lo que es recomendable utilizar solo sensores de temperatura Esofágico-Rectal.</p>		17-09-2019	13:57:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 25		05-12-2019	09:01:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Ítem 43: Máquina de Anestesia Consulta En el punto 11.8.1 solicitan Trampa de agua. Cantidad: 50 (cincuenta) por cada equipo como mínimo Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Trampa de agua. Cantidad: 24 (veinticuatro) por cada equipo como mínimo. Debido a que estos insumos son reemplazados una vez al mes y el periodo de garantía es de 24 meses. Solicitar insumos y accesorios en demasía no hace más que encarecer la oferta final del equipo.</p>		17-09-2019	13:57:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 25		05-12-2019	09:02:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Ítem 43: Máquina de Anestesia En el punto 11.8.3 solicitan Adaptador (codo). Cantidad: 100 (cien) por cada equipo como mínimo Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Adaptador (codo). Cantidad: 100 (cien) por cada equipo como mínimo en caso que el equipo lo requiera. Este insumo no lo utilizan todas las marcas ya que el adaptador (codo) para las líneas de muestra, ya se encuentran en todas las tubuladuras tanto reutilizable o descartable. En el caso de que alguna marca necesite un tipo específico de adaptador es entendible solicitar pero para marcas que no necesitan es un gasto extra para un insumo que no será utilizado.</p>		17-09-2019	13:58:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 25		05-12-2019	09:03:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Ítem 45: Mesa quirúrgica radiolúcida Consulta 1 En el punto 4.5 solicitan Soporte de piernas ginecológico, con altura regulable y ángulo regulable, con sujeción de piernas Solicitamos que: La convocante considere que también en el punto 6.3 piden soportes para muslos (1 par) de altura y ángulo regulables lo que también podría realizarse con el accesorio pedido del punto 4.5, es decir, es el mismo accesorio solicitado dos veces. Se pide que la convocante considere unificar esto en un solo punto con el fin de abaratar costos de adquisición para la misma. Recomendamos que sea el punto 4.5 Soporte de piernas ginecológico, con altura regulable y ángulo regulable, con sujeción de piernas el punto que se deje vigente, ya que con el mismo accesorio para mesa se podría realizar también la sujeción del muslo.</p>		17-09-2019	13:58:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 15		05-12-2019	09:04:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ítem 50: Monitor Multiparamétrico Consulta En el punto 4.2 solicitan Pantalla de 15 pulgadas como mínimo Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por Pantalla de 12 pulgadas como mínimo Siempre y cuando se puedan mantener los demás parámetros del equipo, el tamaño de la pantalla no afecta la funcionalidad del mismo. Existen marcas de equipos que son capaces de medir todos los parámetros solicitados en estas EETT pero que tienen una pantalla de menor tamaño, siendo esta especificación una limitante para su participación.	17-09-2019	14:01:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:23:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 50: Monitor Multiparamétrico Consulta En el punto 4.4 solicitan Manipuleo y control directamente al menos por pantalla táctil Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por Manipuleo y control directamente al menos por pantalla táctil o mando rotatorio El manipuleo y control en un Monitor Multiparamétrico no es una especificación que afecta la funcionalidad del equipo, no es un parámetro sustancial ya que solo afecta el manejo del equipo en si no su funcionalidad. Existen equipos instalados en todos los Hospitales del IPS con ambos modos de manipuleo que cuentan con todas las demás EETT y que ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad en uso a travez de los años. No modificar este punto solo limitaría la cantidad de oferentes para este ítem.	17-09-2019	14:02:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	09:23:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 50: Monitor Multiparamétrico Consulta En el punto 7.1 solicitan Dos cables troncales y cinco sensores tipo dedal, reusables, para oximetría de pulso. Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Un cable troncal y tres sensores tipo dedal, reusables, para oximetría de pulso.. Debido a que estos insumos son reutilizables no es necesario solicitar una cantidad excesiva, consideramos que la cantidad recomendada cumpliría con creses el periodo de garantía. Solicitar insumos en demasía no hace más que encarecer la oferta final del equipo, lo cual genera una desventaja competitiva para marcas renombradas cuyos insumos y accesorios son costosos debido a la calidad y durabilidad de los mismos.	17-09-2019	14:02:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	09:23:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 50: Monitor Multiparamétrico Consulta En el punto 7.2 solicitan Cinco sensores reusables de temperatura (de piel o superficie) por cada canal. Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Cuatro sensores reusables de temperatura (de piel o superficie) por cada equipo.. Debido a que estos insumos son reutilizables no es necesario solicitar una cantidad excesiva, consideramos que la cantidad recomendada cumpliría con creses el periodo de garantía, además al solicitar por cada canal para equipos que cuentan con dos canales de temperatura la cantidad de sensores se duplica. Solicitar insumos en demasía no hace más que encarecer la oferta final del equipo, lo cual genera una desventaja competitiva para marcas renombradas cuyos insumos y accesorios son costosos debido a la calidad y durabilidad de los mismos.	17-09-2019	14:19:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	09:24:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 50: Monitor Multiparamétrico Consulta En el punto 7.3 solicitan Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva. Cinco adulto Mediano, Cinco adulto grande, dos mangueras con conector para los brazaletes. Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, Tres adulto Mediano, tres adulto grande, dos mangueras con conector para los brazaletes.. Debido a que estos insumos son reutilizables no es necesario solicitar una cantidad excesiva, consideramos que la cantidad recomendada cumpliría con creses el periodo de garantía. Solicitar insumos en demasía no hace más que encarecer la oferta final del equipo, lo cual genera una desventaja competitiva para marcas renombradas cuyos insumos y accesorios son costosos debido a la calidad y durabilidad de los mismos.	17-09-2019	14:20:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	09:24:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice: 1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Equipos Biomédicos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta. Consulta: Amparados el Artículo N° 2 de la Ley N° 4659/12 de la Resolución N° 669/16 del máximo Ente Regulador dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (DINAVISA) Que Dice lo siguiente: "A los efectos de esta Ley, se establecen las siguientes definiciones: DISPOSITIVOS MEDICOS: son los instrumentos, aparatos, insumos hospitalarios y otros artículos - incluyendo sus envases y las materias primas, componentes, partes o accesorios que lo conforman - para ser usados solo o en combinación y ser aplicados en seres humanos. Son destinados principalmente al diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento y alivio de enfermedades, daño o incapacidad. Además son utilizados en investigación, reemplazo o modificación de la anatomía, en los procesos fisiológicos y el control de la concepción. Pudiendo ser los mismo: I) Dispositivo Medico Activo, II) Dispositivo Medico Invasivo y III) Dispositivo Medico Invasivo de Tipo Quirúrgico. Visto lo mencionado en el párrafo anterior, solicitamos adecuarse a lo establecido por DINAVISA que no discrimina ni incorpora el termino EQUIPOS BIOMÉDICOS como tal, sino se encuentran englobados dentro de "DISPOSITIVOS MEDICOS" por lo tanto solicitamos a la convocante modificar el punto y quedar de la siguiente manera: 1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de DISPOSITIVOS MEDICOS a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 25% (veinticinco por ciento) del valor de su oferta.	17-09-2019	14:20:32
--	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	05-12-2019	09:26:21

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 50: Monitor Multiparamétrico Consulta En el punto 7.3 solicitan Dos cables troncales y cinco cables de paciente para ECG de tres puntas. Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Dos cables troncales y tres cables de paciente para ECG de tres puntas.. Debido a que estos insumos son reutilizables no es necesario solicitar una cantidad excesiva, consideramos que la cantidad recomendada cumpliría con creces el periodo de garantía. Solicitar insumos en demasía no hace más que encarecer la oferta final del equipo, lo cual genera una desventaja competitiva para marcas renombradas cuyos insumos y accesorios son costosos debido a la calidad y durabilidad de los mismos.	17-09-2019	14:21:10

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	09:24:41

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 65: Ventilador Pulmonar Consulta En el punto 10.7 solicitan Seis circuitos de paciente adulto reusables (Incluye adaptadores, conectores y trampas de agua. Debe ser compatible con el humidificador). Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Tres circuitos de paciente adulto reusables (Incluye adaptadores, conectores y trampas de agua. Debe ser compatible con el humidificador).. Debido a que estos insumos son reutilizables no es necesario solicitar una cantidad excesiva, consideramos que la cantidad recomendada cumpliría con creces el periodo de garantía. Solicitar insumos en demasía no hace más que encarecer la oferta final del equipo, lo cual genera una desventaja competitiva para marcas renombradas cuyos insumos y accesorios son costosos debido a la calidad y durabilidad de los mismos.	17-09-2019	14:21:50

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:24:52

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 65: Ventilador Pulmonar Consulta En el punto 10.9 solicitan Nueve mascarillas reusables de tamaños grande, mediano y chico, tres de cada tamaño. Con arnés o sujetador. Por cada equipo. Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Seis mascarillas reusables de tamaños grande, mediano y chico, dos de cada tamaño. Con arnés o sujetador. Por cada equipo.. Debido a que estos insumos son reutilizables no es necesario solicitar una cantidad excesiva, consideramos que la cantidad recomendada cumpliría con creces el periodo de garantía. Solicitar insumos en demasía no hace más que encarecer la oferta final del equipo, lo cual genera una desventaja competitiva para marcas renombradas cuyos insumos y accesorios son costosos debido a la calidad y durabilidad de los mismos.	17-09-2019	14:22:37

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:24:58

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 65: Ventilador Pulmonar En el punto 10.10 solicitan Filtro de bacterias reusable (si la tecnología del equipo lo requiere) Cantidad: al menos 6 (seis) por cada equipo o 100 (cien) descartable por cada equipo. Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Filtro de bacterias reusable (si la tecnología del equipo lo requiere) Cantidad: al menos 3 (tres) por cada equipo o 50 (cincuenta) descartable por cada equipo.. Debido a que estos insumos son reutilizables no es necesario solicitar una cantidad excesiva y los que son descartables no son utilizados siempre, consideramos que la cantidad recomendada cumpliría con creces el periodo de garantía. Solicitar insumos en demasía no hace más que encarecer la oferta final del equipo, lo cual genera una desventaja competitiva para marcas renombradas cuyos insumos y accesorios son costosos debido a la calidad y durabilidad de los mismos.	17-09-2019	14:23:20

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:25:04

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ítem 65: Ventilador Pulmonar Consulta En el punto 10.10 solicitan Se deberán incluir 3 (tres) conjuntos de cartuchos exhalatorios o filtro o casetes exhalatorio o válvula exhalatoria o sensor de flujo o cualquier componente a ser cambiados por cada paciente para su limpieza, desinfección o esterilización. Por cada equipo. Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Se deberán incluir 2 (dos) conjuntos de cartuchos exhalatorios o filtro o casetes exhalatorio o válvula exhalatoria o sensor de flujo o cualquier componente a ser cambiados por cada paciente para su limpieza, desinfección o esterilización. Por cada equipo.. Debido a que estos insumos son reutilizables no es necesario solicitar una cantidad excesiva, consideramos que la cantidad recomendada cumpliría con creces el periodo de garantía. Solicitar insumos en demasía no hace más que encarecer la oferta final del equipo, lo cual genera una desventaja competitiva para marcas renombradas cuyos insumos y accesorios son costosos debido a la calidad y durabilidad de los mismos.	17-09-2019	14:23:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:25:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 66: Ventilador Pulmonar de Traslado Consulta En el punto 2.1 solicitan Volumen Corriente (ml). Límite inferior 5 o menor. Límite superior 1500 o mayor. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Volumen Corriente (ml). Límite inferior 50 o menor. Límite superior 1500 o mayor. Teniendo en cuenta que el volumen corriente utilizado en ventilación es de 6 a 8 ml por kilogramo del paciente, un volumen de 50 ml podría ventilar pacientes de entre 6 a 8 kilogramos, cubriendo de esta forma pacientes tanto pediátricos como adultos. Tanto la descripción como todas las demás especificaciones para este ítem, incluyendo los accesorios solicitados, sugieren que el equipo solicitado es para tratar solo pacientes adultos, por lo que consideramos que un volumen de 50 ml en adelante se adecua a ellos. Solo los ventiladores para pacientes neonatos podrían llegar a un volumen de 5 ml, pero lo solicitado en este ítem es un ventilador adulto y para traslado. Modificar este punto permitirá la participación a un mayor número de oferentes	17-09-2019	14:24:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:27:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Equipos Biomédicos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta. Consulta: Dado el volumen del negocio, solicitamos a la convocante para dar mayor participación de oferentes, disminuir la experiencia de facturación exigida al 25% (veinticinco por ciento).	17-09-2019	14:24:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	05-12-2019	09:27:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 66: Ventilador Pulmonar de Traslado Consulta En el punto 2.4 solicitan Frecuencia Respiratoria (rpm). Límite inferior 4 o menor. Límite superior 80 o mayor. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Frecuencia Respiratoria (rpm). Límite inferior 4 o menor. Límite superior 60 o mayor. Dado que los parámetros utilizados en adulto van de 8 a 12 rpm y en neonatos de 40 a 60 rpm, no vemos la necesidad de solicitar un límite superior tan elevado dado que, según los demás puntos de este ítem, se trata de un ventilador para pacientes adultos.	17-09-2019	14:25:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
en neonatos de 40 a 60 rpm, no vemos la necesidad de solicitar un límite superior	05-12-2019	09:27:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 66: Ventilador Pulmonar de Traslado Consulta En el punto 9.1 solicitan Circuito reusable adulto, con todos sus accesorios. Cantidad: al menos 10 (diez) por cada equipo. Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Circuito reusable adulto, con todos sus accesorios. Cantidad: al menos 4 (cuatro) por cada equipo.. Debido a que estos insumos son reutilizables no es necesario solicitar una cantidad excesiva, consideramos que la cantidad recomendada cumpliría con creces el periodo de garantía. Solicitar insumos en demasía no hace más que encarecer la oferta final del equipo, lo cual genera una desventaja competitiva para marcas renombradas cuyos insumos y accesorios son costosos debido a la calidad y durabilidad de los mismos.	17-09-2019	14:25:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:25:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 66: Ventilador Pulmonar de Traslado En el punto 10.10 solicitan Filtro de bacterias reusable (si la tecnología del equipo lo requiere). Cantidad: al menos 25 (Veinticinco) por cada equipo o 100 (cien) descartable por cada equipo. Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Filtro de bacterias reusable (si la tecnología del equipo lo requiere). Cantidad: al menos 25 (Veinticinco) por cada equipo o 50 (cincuenta) descartable por cada equipo.. Debido a que estos descartables no son utilizados siempre, consideramos que la cantidad recomendada cumpliría con creces el periodo de garantía. Solicitar insumos en demasía no hace más que encarecer la oferta final del equipo, lo cual genera una desventaja competitiva para marcas renombradas cuyos insumos y accesorios son costosos debido a la calidad y durabilidad de los mismos.	17-09-2019	14:26:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:25:27

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 55: Servocuna con Luminoterapia Consulta En el punto 7.1 solicitan Temperatura cutánea: $\pm 0,2^{\circ}$ C del punto seleccionado. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Temperatura cutánea: $\pm 1^{\circ}$ C o menor del punto seleccionado. Al tratarse de una Servocuna, es un sistema abierto de termorregulación, por lo que ante cualquier manipuleo del equipo o movimiento alrededor del equipo, podría provocar una variación de 0.2° C. Si bien podrían existir equipos que cuenten con este rango de sensibilidad no vemos la utilidad del mismo ya que es muy poco probable que se configure a ese nivel. Modificar este punto permitirá la participación de más oferentes.	17-09-2019	14:26:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	09:33:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 55: Servocuna con Luminoterapia En el punto 8.8 solicitan Tomacorriente adicional interconstruido uno como mínimo. Con enchufe tipo schuko. Solicitamos que: La Convocante modifique el punto destacado anteriormente por Tomacorriente adicional interconstruido uno como mínimo. Con enchufe tipo schuko en caso que el equipo lo requiera. Existen equipos que cuentan con conectores especiales para sus accesorios no necesariamente del tipo Schuko, como ejemplo en algunas marcas la balanza y el calentador se conectan al equipo por un puerto especial. Modificar este punto permitirá la participación de un mayor número de oferentes.	17-09-2019	14:27:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	09:35:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 55: Servocuna con Luminoterapia Consulta El precio referencial para este Ítem es de Gs. 115.000.000. Solicitamos: La Convocante aumentar el precio referencial en por lo menos 50%, ya que están solicitando un equipo de alta complejidad con Luminoterapia Led y Resucitador, esto implica una configuración avanzada del equipo a ofertar por lo que resultaría imposible presentar una oferta dentro del precio referencial fijado por la Convocante. Aumentar el precio referencial permitiría a la Convocante poder recibir ofertas de marcas de calidad europea que son líderes mundiales en el cuidado de pacientes neonatales.	17-09-2019	14:28:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el SICP	05-12-2019	09:35:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al punto 3.4.9 correspondiente al equipo de referencia, solicitamos amablemente que puedan ser aceptados equipos con tiempo de disparo de 0.02 segundos a 4 segundos. Ya que con mencionados tiempos se tendrá mayor rango de ajuste.	17-09-2019	14:39:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:36:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente se pueda especificar que el peso indicado en el subítem 15.4.1 (240kg) corresponde a la camilla en estado estacionado.	17-09-2019	14:53:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:36:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente que puedan ser aceptados equipos con Trendelenburg de 12° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática. De manera a posibilitar mayor participación de oferentes.	17-09-2019	15:00:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:40:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Dice: 1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Equipos Biomédicos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2014 2015 2016 2017 2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta. Consulta: Amparados el Artículo N° 2 de la Ley N° 4659/12 de la Resolución N° 669/16 del máximo Ente Regulador dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (DINAVISA) Que Dice lo siguiente: "A los efectos de esta Ley, se establecen las siguientes definiciones: DISPOSITIVOS MEDICOS: son los instrumentos, aparatos, insumos hospitalarios y otros artículos - incluyendo sus envases y las materias primas, componentes, partes o accesorios que lo conforman - para ser usados solo o en combinación y ser aplicados en seres humanos. Son destinados principalmente al diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento y alivio de enfermedades, daño o incapacidad. Además son utilizados en investigación, reemplazo o modificación de la anatomía, en los procesos fisiológicos y el control de la concepción. Pudiendo ser los mismo: I) Dispositivo Medico Activo, II) Dispositivo Medico Invasivo y III) Dispositivo Medico Invasivo de Tipo Quirúrgico. Visto lo mencionado en el párrafo anterior, solicitamos adecuarse a lo establecido por DINAVISA que no discrimina ni incorpora el termino EQUIPOS BIOMÉDICOS como tal, sino se encuentran englobados dentro de "DISPOSITIVOS MEDICOS" por lo tanto solicitamos amablemente a la convocante considerar modificar el punto y quedar de la siguiente forma: 1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de DISPOSITIVOS MEDICOS a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2014 2015 2016 2017 2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 25% (veinticinco por ciento) del valor de su oferta.	17-09-2019	15:02:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	05-12-2019	09:26:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dice: 1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Equipos Biomédicos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2014 2015 2016 2017 2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta. Consulta: Debido al alto volumen de ITEMS SOLICITADOS, solicitamos amablemente a la convocante, reducir la experiencia de facturación solicitada al 25% (veinticinco por ciento). De esta manera se podrá dar mayor participación y cantidad de oferentes	17-09-2019	15:07:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	05-12-2019	09:40:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: 62.4.1.5: Teclas de función programables para funciones programables y accesorios periféricos CONSULTA: Solicitamos a la convocante modificar el ITEM y permitir ofertar: Con teclado, para intrucción de datos y funciones programables	17-09-2019	15:12:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:46:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al subitem 23.4.1.3 tamaño diagonal, solicitamos amablemente puedan ser aceptados equipos con tamaño diagonal de 5 pulgadas o más, debido a que no afecta en la visualización de las curvas ni en la impresión del resultado, y a su vez posibilita mayor participación a oferentes.	17-09-2019	15:13:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:46:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: 62.4.1.11: Corrección de sombras Consulta: Solicitamos aclarar a la convocante a que se refiere este punto, o bien considerar como opcional, tanto la lente como las guías de luz no se interfieren entre si, por lo que no podría generarse sombras	17-09-2019	15:20:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
A la capacidad del procesador de imágenes de gestionar las sombras (que pueden ser producidas por los instrumentales, algunos tipos de lámparas)de manera digital u ópticas. El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15.	05-12-2019	09:47:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: 62.4.1.5: Monitor de uso médico, con pantalla LED o LCD de al menos 19 pulgadas Consulta: Solicitamos a la convocante modificar el ITEM y ampliar las pulgadas del monitor a Monitor de uso médico, con pantalla LED o LCD de al menos 26 pulgadas, eya que MONITORES DE 19 PULGADAS grado Médico ya no son fabricadas en la actualidad	17-09-2019	15:26:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
LO SOLICITADO SE REFIERE A UNA MEDIDA MINIMA, NO ES LIMITANTE, PUEDE OFERTAR	05-12-2019	09:47:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al punto 30.4.9 correspondiente al equipo de referencia, solicitamos amablemente que puedan ser aceptados equipos con tiempo de disparo de 0.02 segundos a 4 segundos. Ya que con mencionados tiempos se tendrá mayor rango de ajuste.	17-09-2019	15:29:54

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:47:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: ITEM 62.4.5 Insuflador de CO2 Las especificaciones técnicas solicitadas, corresponden a un Insuflador de CO2 pero para uso en Laparoscopia, que no es apto ni compatible para uso en Endoscopia, solicitamos amablemente a la convocante revisar las especificaciones técnicas solicitadas y modificar las mismas, a fin de que el insuflador de CO2 solicitado sea para Endoscopia Digestiva, y se adecue a la naturaleza del llamado, y el mismo sea compatible para uso en endoscopia digestiva	17-09-2019	15:31:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:54:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente puedan ser aceptados equipos que estén en conformidad con las normas MERCOSUR. De manera a posibilitar mayor participación de oferentes.	17-09-2019	15:33:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:54:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: 62.4.6.1: Potencia de corte monopolar, de al menos 300 W Consulta: Solicitamos a la convocante poder ofertar con Potencia de corte monopolar de al menos 250 Watts, en endoscopia 250 Watts es muy superior a la potencia necesaria a ser utilizada	17-09-2019	15:35:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:54:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: 62.4.6 Unidad electroquirurgica CONSULTA: La convocante está solicitando un electrobisturi o unidad electroquirurgica para uso en endoscopia digestiva, sin embargo en ningun lugar se menciona que el equipo deba poseer un software especial para gastroenterología, para uso en polipectomía y papilotomía, ¿debería el equipo tener un software especial para gastroenterología, para uso en papilotomia y polipectomía	17-09-2019	15:39:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
NO SE LIMITA PUEDE OFERTAR	05-12-2019	09:54:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: 62.4.6 Unidad electroquirurgica CONSULTA: La convocante está solicitando un electrobisturi o unidad electroquirurgica para uso en endoscopia digestiva, sin embargo en ningun lugar se menciona que el equipo deba ser compatible con modulo de gas argón, mejor deba poseer el modulo de gas argón y sus accesorios para que pueda ser utilizado ¿Debe el equipo ser compatible y poseer modulo de gas argón, para uso en endoscopia digestiva, y además cuantas sondas de gas argón se deberá ofertar con el equipo?	17-09-2019	15:42:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:58:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6.1 ¿Se podría cotizar estructura en acero inoxidable, acero al carbono o superior y/o en polímero de alta densidad?	17-09-2019	15:58:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	09:58:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6.5 DICOM Print. ¿Podría ser considerado como opcional?	17-09-2019	16:01:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	09:59:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

DICE: 62.4.6.4: Potencia nominal de alta frecuencia - Corte Power CUT (unipolar): 220Watts/500 Ohmios, Coagulación Standard - Coag unipolar 120 Watts/500 Ohmios, Forced - coag (unipolar) 120 Watts/500 Ohmios, Standard coag bipolar 120 Watts/75 Ohmios o mejor CONSULTA: Solicitamos ampliar estos rangos, tanto de potencia como de resistencia, quedando de la siguiente manera: Potencia nominal de alta frecuencia - Corte Power CUT (unipolar): 200-250 Watts/400 - 600 Ohmios, Coagulación Standard - Coag unipolar 80 - 120 Watts/400 - 600 Ohmios, Forced - coag (unipolar) 80 - 120 Watts/400 - 600 Ohmios, Standard coag bipolar 80 Watts/65 - 100 Ohmios o mejor	17-09-2019	16:02:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	10:01:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.6.4 ¿Se podría cotizar con Potencia Nominal de alta frecuencia -Corte (unipolar) 220W - Coagulación estándar (unipolar) 120W -Coagulación Forzada (unipolar) 80W, Coagulación estándar (bipolar) 120W o mejor?	17-09-2019	16:07:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	10:02:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE. 62.5.1 SET DE VIDEOCOLONOSCOPIO CONSULTA: ¿El equipo debe ser en calidad FULL HD?	17-09-2019	16:07:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	10:02:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE. 62.5.1 SET DE VIDEOCOLONOSCOPIO ¿El equipo debe ser totalmente sumergible, hermetico. sin tapon adicional y sin cable conector? Todos los fabricantes hoy generan esta tecnología, reduciendo esto ampliamente la posibilidad de infiltración accidental por no colocar el tapón correctamente	17-09-2019	16:11:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La hermeticidad viene ligada a la posibilidad sumergir el videocolono. El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	10:09:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente puedan ser aceptados equipos de lámparas scialítica de diámetro de campo de luz ajustable de 250mm o menor a 280mm o mayor. De manera a posibilitar mayor participación de oferentes.	17-09-2019	16:11:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	10:14:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente puedan ser aceptados equipos de lámparas scialítica de diámetro de campo de luz ajustable de 180mm o menor a 260mm o mayor. De manera a posibilitar mayor participación de oferentes.	17-09-2019	16:14:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	10:14:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62.5.1.8.8: 1 pinzas para biopsia con mandíbulas ovaladas y pua, longitud útil 160 cm como mínimo, para un solo uso, estéril, envase de 1 unidades. CONSULTA: Solicitamos, amablemente a la convocante, eliminar este ITEM, ya que el mismo no corresponde por caraterísticas a pinzas de biopsia para uso en Video colonoscopia, y se esta solicitando como accesorio del videocolonosocopio, además el mismo accesorio, en forma correcta está siendo solicitado en el punto 62.5.1.8.9	17-09-2019	16:24:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	10:14:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Mediante este medio solicitamos amablemente a la convocante pueda reconsiderar la solicitud de baterías para el equipo de referencia, atendiendo a que todos los quirófanos están conectados a sistemas de respaldo de energía eléctrica (generadores). La presente solicitud no alterará el funcionamiento de la lámpara, y permitirá mayor participación de oferentes.	17-09-2019	16:26:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	10:16:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

DICE: 62.4.1 Unidad de procesamiento de imágenes No se menciona en ningún punto la resolución o capacidad que tiene que tener el el procesador, CONSULTA: El equipo debe ser con resolución FULL HD o bien 1080p -1080i	17-09-2019	16:28:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	10:17:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62.5.6.9: 1 pinzas para biopsia con mandibulas ovaladas y pua, longitud útil 180cm como mínimo, para un solo uso, estéril, envase de 10 unidades. CONSUTA: Se puede ofertar pinzas para biopsia con mandibulas ovaladas y pua, longitud útil 155 cm como mínimo, para un solo uso, estéril, mínimo 10 unidades.	17-09-2019	16:33:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	10:17:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 62.5.6.10: 1 pinzas para biopsia con mandibulas ovaladas, longitud útil 180cm como mínimo, para un solo uso, estéril, envase de 10 unidades. CONSUTA: Se puede ofertar pinzas para biopsia con mandibulas ovaladas, longitud útil 155 cm como mínimo, para un solo uso, estéril, mínimo 10 unidades.	17-09-2019	16:34:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	10:17:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Item 3 - Electrocardiógrafo, en el punto 4.11 donde dice: Memoria de como mínimo 3000 estudios. Consulta: Para dar mayor participación de oferentes se puede ofertar equipos que posean una memoria de 800 estudios.	17-09-2019	16:54:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	10:17:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se observa en la Planilla de Distribución de Equipos para los ítems 1 al 67 que el plazo para la entrega es de 60 días contados a partir de la firma del contrato. Solicitamos a la Convocante que el plazo de entrega sea extendido a 90 (ciento veinte) días corridos, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra, en los lugares establecidos en las Especificaciones Técnicas atendiendo a que los bienes son importados y dependen de diversos factores preestablecidos como: a) Fabricación b) Permisos administrativos en el país de origen c) Trámites aduaneros de exportación d) Flete internacional e) Trámites aduaneros de importación, entre otros.	17-09-2019	17:06:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	10:17:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante a eliminar la exigencia de pasos de 1kV o en su defecto permitir la participación de equipos con pasos de 1KV o superiores. El pedido obedece a que la usualmente las configuraciones para la toma de imágenes suelen ser realizadas mediante la selección de diversos valores de kV y mAs, valores usualmente encontrados en los programas de órganos presentados por la mayoría de los equipos.	17-09-2019	17:09:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	10:18:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante incluir Titanio como uno de los materiales permitidos para el filtro. El pedido obedece primeramente a que dicho material reduce considerablemente la carga del tubo de rayos X, disminuyendo a su vez en gran medida la dosis aplicada al paciente en exámenes de mamografía de rutina así como exámenes de mamografía de contraste.	17-09-2019	17:10:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	10:18:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Debido a que el monitor de la estación de adquisición no está diseñado como para ser utilizado con fines de diagnóstico, se solicita amablemente a la convocante solo exigir monitores TFT de 19 o superior con matriz de 1.3MP o inferior, manteniendo el pedido de monitores de mayor resolución en la estación de trabajo. Dicha decisión permitiría por un lado una mayor participación de oferentes sin incidir en un aumento sustancial en el precio del equipo.	17-09-2019	17:10:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25		05-12-2019	10:18:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.5 donde dice Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 TB" Solicitamos muy amablemente a la convocante nos permita cotizar, con," Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 512 GB"; para tener mayor cantidad de oferentes, también sabemos que es una característica de equipo que no influye en nada en la calidad de imágenes ni el procesamiento de datos de la imagen.		17-09-2019	17:12:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25		05-12-2019	10:18:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 5.1.12, donde dice " Elastografía" Solicitamos muy amablemente a la convocante poner opcional o eliminar este Software ya que es un equipo cardiológico y no se utiliza en aplicaciones cardiológicas.		17-09-2019	17:13:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25		05-12-2019	10:19:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En punto 6.4 donde dice" Función 4D" Sugerimos a la convocante poner como opcional o modificar de la siguiente manera, Función 4D en TEE" ya que solicitan un equipo cardiológico.		17-09-2019	17:13:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25		05-12-2019	10:20:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 9.8 donde dice "Transductor para aplicaciones cardiológicas Phasearray pediátrico con ancho de banda de 2 a 9 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo Solicitamos a la convocante muy amablemente nos deje cotizar transductor para aplicaciones cardiológicas Phasearray pediátrico con ancho de banda de 3 a 8 MHz. Ya que lo solicitado solo posee una marca que es GE, así de esta forma podrá tener mayor oferente.		17-09-2019	17:13:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25		05-12-2019	10:20:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.4 donde dice Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 TB" Solicitamos muy amablemente a la convocante nos permita cotizar, con," Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 512 GB"; para tener mayor cantidad de oferentes, también sabemos que es una característica de equipo que no influye en nada en la calidad de imágenes ni el procesamiento de datos de la imagen.		17-09-2019	17:14:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25		05-12-2019	10:20:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 6.1.6 Donde dice " Capacidad de almacenamiento de imágenes estáticas y clips dinámicos, con capacidad de almacenamiento de al menos 70.000 imágenes. Solicitamos a la convocante que este ítem pueda quedar " Capacidad de almacenamiento de imágenes estáticas y clips dinámicos de esta forma no se limitara la cantidad de oferentes, y también teniendo en cuenta que el equipo no es un Pack de almacenamiento de imágenes.		17-09-2019	17:14:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25		05-12-2019	10:20:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde solicitan; 2.3.1 Presentar certificado de Normas de Calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. Solicitamos respetuosamente permitan cotizar equipos con certificados de Normas del Mercosur como ANVISA y ANMAT, quienes están habilitados por el mismo MSPYBS de nuestro país. No comprendemos como equipos adquiridos por el mismo IPS y cuyo rendimiento es de uno de los mejores, no permiten que se cotizen en su propio llamado. Finalmente se constituyen en una limitante innecesaria, es más ya se han comprobado que esterilizadores con estas normas de calidad, principalmente CE han tenido peores prestaciones que los del Mercosur. Es evidente que se quiere favorecer a una marca, no se busca comprar calidad al menor costo.		17-09-2019	17:27:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25		05-12-2019	10:21:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

DICE: 63.2.4 Cabezal de cámara con 3 chips CCD de 1/3", 1920 x 1080 pixeles (Full HD) o mayor, con zoom optico parafoval CONSULTA: Solicitamos a la convocante, que nos permite ofertar Cabezal de cámara con 3 chips CCD de 1/3" o CMOS, de 1920 x 1080 pixeles (Full Hd) o mayor)	17-09-2019	17:33:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	10:21:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 63.2.9: Corrección de sombras CONSULTA: Solicitamos a la convocante aclarar esta especificacion solicitada, pues las guías de luz y la lente de imagen están en la parte frontal de la óptica, por lo tanto el equipo no podría generar sombras, o bien considerar este punto como opcional	17-09-2019	17:35:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
A la capacidad del preprocesador de imagenes de gestionar las sombras (que pueden ser producidas por los instrumentales, algunos tipos de lámparas)de manera digital u ópticas. El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15.	05-12-2019	10:30:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE 63.2.11 Zoom Optico y Digital CONSULTA: ¿Se podría considerar ofertar con Zoom Optico o Zoom Digital?	17-09-2019	17:36:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	10:31:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con referencia al sub ítem: 5.2 Capacidad de 40 litros o mas. Consulto, a qué se refiere este punto? Siendo que la capacidad de la cámara interna está descrita en la: 4.2 Capacidad de la cámara interna: al menos 100 litros o más. Creemos que la capacidad de cámara interna debe ser de 40 litros con respecto al precio unitario estimado, por lo que esperamos una aclaración con respecto a estos puntos.	17-09-2019	17:46:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	10:31:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde solicitan; 55.3.1 Presentar certificado de Normas de Calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. Solicitamos respetuosamente permitan cotizar equipos con certificados de Normas del Mercosur como ANVISA y ANMAT, quienes están habilitados por el mismo MSPYBS de nuestro país. No comprendemos como equipos adquiridos por el mismo IPS y cuyo rendimiento es de uno de los mejores, no permiten que se cotizen en su propio llamado. Finalmente se constituyen en una limitante innecesaria, es más ya se han comprobado que esterilizadores con estas normas de calidad, principalmente CE han tenido peores prestaciones que los del Mercosur. Es evidente que se quiere favorecer a una marca, no se busca comprar calidad al menor costo.	17-09-2019	17:51:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	10:33:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde solicitan; 61.3.1 Presentar certificado de Normas de Calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. Solicitamos respetuosamente permitan cotizar equipos con certificados de Normas del Mercosur como ANVISA y ANMAT, quienes están habilitados por el mismo MSPYBS de nuestro país. No comprendemos como equipos adquiridos por el mismo IPS y cuyo rendimiento es de uno de los mejores, no permiten que se cotizen en su propio llamado. Finalmente se constituyen en una limitante innecesaria, es más ya se han comprobado que esterilizadores con estas normas de calidad, principalmente CE han tenido peores prestaciones que los del Mercosur. Es evidente que se quiere favorecer a una marca, no se busca comprar calidad al menor costo.	17-09-2019	17:55:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	10:33:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde solicitan; 45.3.1 Presentar certificado de Normas de Calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. Solicitamos respetuosamente permitan cotizar equipos con certificados de Normas del Mercosur como ANVISA y ANMAT, quienes están habilitados por el mismo MSPYBS de nuestro país. No comprendemos como equipos adquiridos por el mismo IPS y cuyo rendimiento es de uno de los mejores, no permiten que se cotizen en su propio llamado. Finalmente se constituyen en una limitante innecesaria, es más ya se han comprobado que esterilizadores con estas normas de calidad, principalmente CE han tenido peores prestaciones que los del Mercosur. Es evidente que se quiere favorecer a una marca, no se busca comprar calidad al menor costo.	17-09-2019	17:57:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	10:33:36

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde solicitan; 39.3.1 Presentar certificado de Normas de Calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. Solicitamos respetuosamente permitan cotizar equipos con certificados de Normas del Mercosur como ANVISA y ANMAT, quienes están habilitados por el mismo MSPYBS de nuestro país. No comprendemos como equipos adquiridos por el mismo IPS y cuyo rendimiento es de uno de los mejores, no permiten que se cotizen en su propio llamado. Finalmente se constituyen en una limitante innecesaria, es más ya se han comprobado que esterilizadores con estas normas de calidad, principalmente CE han tenido peores prestaciones que los del Mercosur. Es evidente que se quiere favorecer a una marca, no se busca comprar calidad al menor costo.	17-09-2019	17:57:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	10:33:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde solicitan; 40.3.1 Presentar certificado de Normas de Calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. Solicitamos respetuosamente permitan cotizar equipos con certificados de Normas del Mercosur como ANVISA y ANMAT, quienes están habilitados por el mismo MSPYBS de nuestro país. No comprendemos como equipos adquiridos por el mismo IPS y cuyo rendimiento es de uno de los mejores, no permiten que se cotizen en su propio llamado. Finalmente se constituyen en una limitante innecesaria, es más ya se han comprobado que esterilizadores con estas normas de calidad, principalmente CE han tenido peores prestaciones que los del Mercosur. Es evidente que se quiere favorecer a una marca, no se busca comprar calidad al menor costo.	17-09-2019	17:58:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	10:33:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 11.4.15.5 Antihongo, antimicrobial, radiotransparente, recubrimiento de material lavable, impermeable y retardante al fuego. Presentar certificado de calidad de cumplimiento de normativas del colchón de CE MDD 93/42/EEC Clase, Dispositivos Médicos. Solicitamos respetuosamente considerar este punto como opcional, o utilizar los términos como "similar" o "mejor", ya que si bien habilitan a cotizar equipos con Certificados de Calidad FDA, CE o JIS, con esta especificación están limitando la participación a equipos con certificados de calidad FDA o JIS, ya que ellos no precisan contar específicamente con este certificado identificado como CE MDD 93/42/EEC Clase, Dispositivos Médicos, por lo que los únicos que tendrían serían los que cuenten con certificado CE, como se puede observar a todas luces. Favor considerar este punto y no limitar a la participación de muy buenas marcas internacionales, lo que se trata es de buscar competitividad en los precios, con esto solo limita participación.	17-09-2019	18:17:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	10:34:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 12.6.5 Antihongo, antimicrobial, radiotransparente, recubrimiento de material lavable, impermeable y retardante al fuego. Presentar certificado de calidad de cumplimiento de normativas del colchón de CE MDD 93/42/EEC Clase, Dispositivos Médicos. Solicitamos respetuosamente considerar este punto como opcional, o utilizar los términos como "similar" o "mejor", ya que si bien habilitan a cotizar equipos con Certificados de Calidad FDA, CE o JIS, con esta especificación están limitando la participación a equipos con certificados de calidad FDA o JIS, ya que ellos no precisan contar específicamente con este certificado identificado como CE MDD 93/42/EEC Clase, Dispositivos Médicos, por lo que los únicos que tendrían serían los que cuenten con certificado CE, como se puede observar a todas luces. Favor considerar este punto y no limitar a la participación de muy buenas marcas internacionales, lo que se trata es de buscar competitividad en los precios, con esto solo limita participación.	17-09-2019	18:19:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	10:34:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.5.1 donde dice Estación de adquisición con monitor de 19" o mayor matriz de 5MP o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar monitor de 2 MP en la estación de adquisición, ya que toda la interpretación y manipulación de las imágenes adquiridas serán realizadas en la estación de trabajo, solicitada en el ítem 4.6. Esto representa un gasto innecesario para la convocante pues no tiene sentido que compre un monitor de alta resolución para no ser utilizado como tal. Por lo expuesto recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Estación de adquisición con monitor de 19" o mayor matriz de 2MP o mayor.	17-09-2019	18:25:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	10:34:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 5.8 donde dice Flujo inspiratorio: 120 LPM. Como mínimo, solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con flujo hasta 100 LPM y no lo tome como mínimo el parámetro solicitado, pues para la gran mayoría de los pacientes adultos, se considera adecuado un caudal máximo de 60 LPM. Es sabido que el flujo máximo inspiratorio alto aumenta las presiones máximas de las vías respiratorias y disminuye la presión media de las vías respiratorias, esto puede disminuir la oxigenación. Los diseños modernos de los fabricantes de máquinas de anestesia permiten flujos máximos de ALREDEDOR DE 100 LPM, que puede ser útil para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva y al mismo tiempo garantizar que los flujos máximos permanezcan en un rango de uso seguro. Este rango seguro es una especificación que se debe indicar como MAXIMO, y no como MINIMO según solicita la convocante. Por lo expuesto solicitamos a la convocante que el ítem quede expresado de la siguiente manera: Flujo inspiratorio: menor o igual a 100 LPM.	17-09-2019	18:25:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	10:34:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2.2 donde dice Cable del disparador de al menos 4 m o inalámbrico. solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar cables con 2 metros de longitud y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes ya que es considerado la distancia de 2 m como segura para este tipo de equipos.	17-09-2019	18:26:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	10:38:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.1.6 donde dice Movimiento longitudinal de la mesa relativo al tubo de +/- 45 cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con +/- 43 cm de movimiento longitudinal y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes. Recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Movimiento longitudinal de la mesa relativo al tubo de +/- 43 cm o más.	17-09-2019	18:26:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	10:39:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.2.5 donde dice Tiempo mínimo de exposición de 1 ms o menos solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tiempo mínimo de exposición de 5 ms y así dar apertura al ítem para la mayor participación de oferente. Entonces recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Tiempo mínimo de exposición de 5 ms o menos.	17-09-2019	18:27:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	10:39:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.3.3 donde dice Capacidad térmica del ánodo de al menos 350 KHU solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad termina de al menos 300 KHU y dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes. Recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Capacidad térmica del ánodo de al menos 300 KHU.	17-09-2019	18:27:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	10:39:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.6.4 donde dice De selenio amorfo (a-Se) o silicio o silicón amorfo (a-Si) o yoduro de cesio solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar detectores Gadox, dando participación a todos aquellos fabricantes que utilizan esta composición de elementos para los detectores. Recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: De selenio amorfo (a-Se) o silicio o silicón amorfo (a-Si) o yoduro de cesio o Gadox.	17-09-2019	18:27:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	10:39:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 4.5 Se debe incluir software para PC (al menos una licencia por equipo) que permita la visualización de datos/eventos grabados por el desfibrilador y cualquier accesorio necesario para la transferencia de datos del equipo a la PC. Se podrán ofertar equipos donde se pueda descargar la información de datos/eventos grabados en el desfibrilador en una memoria tipo USB incluida en la oferta?	17-09-2019	18:30:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	10:40:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice: 6.6 Conexión AC con filtro de línea para equipos con cable de cinco (05) metros y tres (03) tomas tipo schuko como mínimo, con soporte para cable. Se podrán ofertar Conexión AC con filtro de línea para equipos con cable de cinco (05) metros y dos (02) tomas tipo schuko como mínimo, con soporte para cable, de acuerdo al diseño de cada fabricante?.	17-09-2019	18:31:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:24:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.17 Donde solicitan CE o normas del MERCOSUR, solicitamos respetuosamente eliminar este requisito debido a que estarían restringiendo la participación a empresas de industria nacional u otras de la región que no pertenezcan al MERCOSUR.	17-09-2019	18:31:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:40:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.13 Donde solicitan: Función o perfil de cálculos hemodinámicos, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes solicitamos que esta función sea considerada opcional.	17-09-2019	18:32:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:40:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 4.15 Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la unidad médica, como en esta licitación no se está solicitando central de monitoreo y de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes solicitamos que esta función sea considerada opcional.	17-09-2019	18:32:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:41:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Item N° 22, en el punto 7.2.1 donde dice: Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5 o menor a 12 MHz o mayor. Consulta: para poder dar mayor participación de oferentes se pueden ofertar transductores lineales para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5 o menor a 12 MHz o mayor, sin la necesidad de ser matriciales, en vista que para las aplicaciones vasculares y pequeñas partes no es necesaria tal tecnología.	17-09-2019	19:35:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:41:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Según Adenda 15 se detalla en el punto 4.1.4 Equilibrado automático de blancos con Función de grabación. Solicitamos que esta función sea OPCIONAL, ya que el al pedir un procesador de imágenes digital combinado con una fuente de LUZ LED este ya no requiere de ajuste automático de blancos. (esto lo haría con lámparas XENON)	17-09-2019	23:03:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:41:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Según Adenda 15 se detalla en el punto 4.1.5 Teclas de función programables para funciones de cámara y accesorios periféricos. Solicitamos que diga 4.1.5 Teclas de función programables para funciones de cámara o videoendoscopios y accesorios periféricos.	17-09-2019	23:03:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	11:42:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Según Adenda 15 se detalla en el punto 4.1.12 Velocidad del obturador: 1/100 a 1/20.000 o automático a mayor rango. Solicitamos que este punto sea OPCIONAL ya que esta característica no corresponde a una videoprocadora de imágenes endoscópicas para endoscopios flexibles. Se utiliza mas en videolaparscopia en el cabezal de cámara o cámaras fotográficas.	17-09-2019	23:04:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	11:42:39
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Según Adenda 15 se detalla en el punto 4.3.1 Lámpara LED. Incluir 2 (dos) lámparas adicionales de repuesto por cada equipo si la vida útil de la lámpara es menor a 10.000 horas. Solicitamos que el punto sea 4.3.1 Lámpara LED. Incluir 2 (dos) lámparas adicionales de repuesto por cada equipo si la vida útil de la lámpara es menor a 5.000 horas.	17-09-2019	23:04:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	11:42:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Según Adenda 15 se detalla en el punto 4.5 Insuflador electrónico de CO2. Solicitamos que todo este ITEM sea retirado de las Especificaciones Técnicas de este Ítem ya que es algo que se utiliza en VIDEOLAPAROSCOPIA y no en VIDEOENDOSCOPIA.	17-09-2019	23:04:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	11:43:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Según Adenda 15 se detalla en el punto 4.6.6 Funciona autostart en coagulación bipolar: activación automática de la corriente de coagulación. Cuando el electrodo de coagulación toca el tejido con ambas ramas. Solicitamos que este punto sea OPCIONAL o se excluya ya que es una función no utilizada en videoendoscopia y si en videolaparoscopia. El instrumental bipolar utilizado en videoendoscopia es diferente al de videolaparoscopia y el accesorio o pinza bipolar endoscópico flexible no permite realizar el autostart en coagulación bipolar. Es algo no utilizado en endoscopia flexible .	17-09-2019	23:05:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	11:43:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Según Adenda 15 se detalla en el punto : Favor aclarar los puntos ya que se esta pidiendo doble: 4.6.8 UPS adecuada para los bienes ofertados. Alimentación eléctrica: 220V CA +- 10% /50 Hz con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (shuko) y el punto 4.7.6 UPS adecuada para los bienes ofertados. Cable de alimentación principal con toma tipo Schuko. El carro deberá tener de llave de encendido y apagado para conexión con la UPS Central.	17-09-2019	23:06:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	11:43:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Según Adenda 15 se detalla en el punto 5.1.7.2 Longitud útil entre 1.300 a 1.700mm. Favor verificar el rango ya que presentando un tubo de 1300 de longitud útil en un videocolonoscopio este no completaría a estudiar todo el colon o inclusive llegar al ciego. Lo estándar internacionalmente es 1600 a 1700 de longitud útil.	17-09-2019	23:06:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	11:43:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Según Adenda 15 se detalla en el punto 4.7.5 Modulo de grabación con capacidad para almacenar fotos y videos en calidad Full HD, con al menos 2 puertos USB. Solicitamos PARA MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES que sea dicho punto punto 4.7.5 Modulo de grabación con capacidad para almacenar fotos y videos en calidad Full HD, con al menos 1 puerto USB, CD y memoria interna.	17-09-2019	23:06:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	11:43:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Según Adenda 15 se detalla en el punto 5.1.4 Imagen tipo H. o función de realce en todo el espectro de frecuencia. Favor aclarar si este punto se trata del tipo de imagen en pantalla.	17-09-2019	23:06:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	11:43:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Según Adenda 15 se detalla en el punto 5.2.6.12 El oferente deberá proveer todos los recipientes necesarios para realizar la limpieza del equipo. Así también de los accesorios en el periodo que dure la garantía. Favor retirar de las especificaciones técnicas " Así también de los accesorios en el periodo que dure la garantía" ya que los accesorios no tienen nada que ver con la garantía del equipo. Además al poner "accesorios" existe en videoendoscopia una variedad importante de accesorios como también de consumo. Para eso el IPS licita insumos de uso endoscópicos aparte ya incluidos en el vademécum.	17-09-2019	23:07:16

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a los recipientes necesarios para la limpieza del equipo y sus accesorios. El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15.	05-12-2019	11:44:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante que pueda analizar y reconsiderar lo solicitado en el punto 64.4.2 correspondiente al producto de referencia: "Funciones de regulación automática de potencia de acuerdo al tejido controladas por microprocesador o microcontrolador". Debido a que mencionada funcionalidad es propietaria de un fabricante, por lo tanto hay un solo equipo en el mercado que cumple con mencionada función. Lo solicitado permitirá la libre competencia para la provisión del producto de referencia.	18-09-2019	06:40:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	11:44:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Presentar Certificado de Nomas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado. SOLICITAMOS amablemente que solo se presente le certificado ISO 13485 sin indicar marca y tipo de equipo, ya que este certificado ISO se refiere a procesos y no pueden ser indicados dentro del mismos la marca y el tipo de equipo.	18-09-2019	07:39:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	11:44:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Potencia de al menos 50 kW. SOLICITAMOS amablemente que se pueda ofertar equipos con Potencia de al menos 40kW, ya que la potencia comúnmente utilizada en estos tipos de equipos son de 40 kW, y con esto se puede realizar un amplio espectro de estudios, además esta modificación permitirá una mayor participación de oferente.	18-09-2019	07:48:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:45:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Con 500mA o mayor. SOLICITAMOS amablemente que se pueda ofertar equipos con 400mA o mayor, ya que estos tipos de equipos comúnmente utilizan corrientes de 400mA y con esto se puede realizar un amplio espectro de estudios, además permitirá que puedan participar mas oferentes.	18-09-2019	07:53:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:45:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Tensión de al menos 150kV o mayor. SOLICITAMOS amablemente que se pueda ofertar equipos con una Tensión de al menos 120kV o mayor, ya que este tipo de equipo comúnmente suelen utilizar de 120kV y con esto se puede realizar un amplio espectro de estudios, además esto permitirá que se puedan presentar la mayor cantidad de oferentes	18-09-2019	08:00:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:45:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 5.1. Donde dice Altura ajustable: Altura máxima 88cm o más solicitamos diga Altura máxima 76 cm o mas	18-09-2019	08:05:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:46:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 12, Punto 3 Plan de Entregas, donde dice Plazo de entrega 60 días, solicitamos diga: Plazo de entrega 120 días considerando la cantidad solicitada y el volumen de carga.	18-09-2019	08:06:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	11:46:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Punto 9.9 Donde dice Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array neonatal con ancho de banda de 4 a 12 Mhz. Cantidad mínima 1 unidad por equipo, solicitamos permita ofertar Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array neonatal con ancho de banda de 5 a 13 Mhz. Cantidad mínima 1 unidad por equipo, teniendo en cuenta que para los pacientes neonatos se utilizan frecuencias más altas	18-09-2019	08:06:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:46:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 5.1.14 Donde dice: Z-scores pediátrico, solicitamos dejar esta función como opcional de manera a dar una mayor participación a los oferentes.	18-09-2019	08:07:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:47:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Capacidad térmica del ánodo de al menos 350 KHU. SOLICITAMOS que se puedan ofertar equipos de al menos 300KHU, ya que estos tipos de equipos comúnmente tienen una capacidad de 300KHU y no presentan problemas y además pueden realizar todo tipo de estudios, esta modificación permitirá que participen una mayor cantidad de oferentes	18-09-2019	08:09:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:47:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Presentar Certificado de Nomas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado. SOLICITAMOS amablemente que solo se presente el certificado ISO 13485 sin indicar marca y tipo de equipo, ya que este certificado ISO se refiere a procesos y no pueden ser indicados dentro del mismo la marca y el tipo de equipo. El Certificado ISO se confiere a la fábrica y no a los equipos	18-09-2019	08:13:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	11:44:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Presentar Certificado de Nomas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado. SOLICITAMOS amablemente que solo se presente el certificado ISO 13485 sin indicar marca y tipo de equipo, ya que este certificado ISO se refiere a procesos y no pueden ser indicados dentro del mismo la marca y el tipo de equipo. El Certificado ISO se le confiere a la fábrica y no a los equipos	18-09-2019	08:16:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:44:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: 1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Equipos Biomédicos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta. SOLICITAMOS que se pueda incluir toda facturación de la empresa, ya que existen empresas en el mercado con muy buena facturación, experiencia y años de trayectoria proveyendo tecnología y servicios tanto en el ámbito privado como público, esta modificación permitirá que muchas empresas puedan participar con nuevas tecnologías y con mejores precios. De no ser posible lo anterior solicitamos que el porcentaje sea reducido al 25%, así como hicieron en otras licitaciones	18-09-2019	08:30:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	05-12-2019	11:47:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: PUNTO 18. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Equipos Biomédicos donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). SOLICITAMOS que se puedan presentar 3 (tres) Certificados o Acta de Recepción Final de provisión de equipos y servicios tecnológicos, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas, esto permitirá que muchas empresas con años de experiencia y trayectoria que están incursionando en el sector o rubro biomédico puedan participar y ofertar equipos de tecnología avanzada, esto le dotará al IPS la opción de elegir muy buenos equipos con mejores precios.	18-09-2019	08:42:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	05-12-2019	11:47:51
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Se consulta si la puerta automática debe poseer un sistema de antiatrapamiento cuando se cierre . Consulta Se consulta si todas las cañerías y tubulaciones en contacto con el vapor o sus condensados deben ser aislados térmicamente por seguridad. Consulta Se consulta si todas las válvulas deben ser neumáticas debido a su mayor vida útil, silenciosas y menor mantenimiento cuando comparadas con las válvulas solenoides. Consulta Favor aclarar si el equipo debe contar con manómetros para Cámara Externa, Cámara Interna, Generador de vapor en el panel de control en el lado sucio. Consulta En las especificaciones no se definió el tamaño de la pantalla. Se consulta si ele la pantalla debe ser del tipo touchscreen color. Favor definir el tamaño de la pantalla de 7 pulgadas o 10 pulgadas. Consulta Se consulta si el autoclave debe contar con test automático de fugas o hermeticidad. Consulta Si las cañerías son de acero inoxidable, las resistencias y las válvulas también deben ser de acero inoxidable para no contaminar el vapor, favor aclarar en las especificaciones. Consulta Se consulta si la bomba de vacío debe tener una alarma de bajo nivel de agua para evitar el daño de la bomba de vacío ante la falta de agua. Consulta Se consulta si el equipo debe contar con un sistema de mensajes de alerta para intervalos de servicios o mantenimiento preventivo. Consulta En las especificaciones se solicita que El oferente deberá cotizar cañerías de cobre, bronce o acero inoxidable y cuerpos de válvulas, uniones y/o conexiones de cobre bronce o acero inoxidable, pero en el ítem 4.11 se solicitan resistencias de acero inoxidable. Es incoherente solicitar resistencias de acero inoxidable con cañerías de bronce y cobre, ya que se contamina el vapor limpio producido por el generador de vapor. Solicitamos que todas las resistencias, conexiones, válvulas y bomba de vacío sean de acero inoxidable para evitar contaminar el vapor producido por el generador de vapor. Consulta Se consulta si el equipo debe poseer modo en espera o standby. En este modo desconecta la cámara interna y apaga el generador de vapor de forma a ahorrar energía cuando no se tiene carga para esterilizar. Consulta Se consulta si el autoclave debe poseer horario de encendido y apagado automático programable por el usuario. El encendido automático sirve para precalentar la cámara en la hora programada por el usuario. Ahorra tiempo y trabajo. El apagado automático se usa para no gastar energía y garantizar que el equipo se va a apagar en el último turno. Consulta La mayoría de los autoclaves que posee el IPS son de 8 Unidades de Esterilización con cámaras de 550 Litros o mayor. Solicitamos que se aumente el tamaño de la cámara para contener 8 Unidades de Esterilización con una cámara igual o superior a 550Litros.	18-09-2019	08:50:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:48:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.15. Donde dice el equipo deberá poder aceptar transductores matriciales de al menos 1000 elementos solicitamos que este punto sea opcional, de manera a dar mayor participación a los oferentes	18-09-2019	09:11:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:50:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Hoy en día la tecnología led está muy avanzada y por lo tanto solicitamos extender la vida útil de los LEDs a 50.000hs o mayor. Solicitar 30.000hs es muy poco. Consulta No todos los fabricantes tienen cúpulas con diámetro de 60cm, ni poseen diseños circulares, algunos son tipo pétalos o tipo flores o tipos asas. Favor considerar este requerimiento opcional o aproximado. Consulta No todos los fabricantes poseen exactamente 60 LEDs en sus cúpulas. La producción y calidad de la luz producida y colimada no es directamente dependiente de la cantidad de LEDs y si del sistema óptico que optimiza la luz producida. Favor considerar este ítem opcional o retirar. Consulta Se consulta si se puede cotizar scialíticas en el rango de 3.900 a 6.000 grados kelvin. Consulta Se consulta si la debe poseer control de intensidad digital y electrónico de 10 a 100% Consulta Se consulta si el scialitica debe tener luz ambiental para videolaparoscopia Consulta Se consulta si la dilución de sombras para la cúpula principal debe ser de 86% o mejor con dos mascarar y 100% con una mascarar. Consulta Se consulta si la dilución de sombras para las cúpulas satélites debe ser de 65% o mejor con dos mascarar y 100% o mejor con una mascarar. Consulta Se consulta si se puede cotizar scialíticas con profundidad de iluminación a 60% de 50cm o mejor. Consulta Se consulta si la scialitica debe tener punto focal ajustable electrónicamente y controlada en el panel de control de 20 a 25cm o mejor . Consulta Se consulta si el equipo debe tener panel de control del tipo touchscreen color para controlar todos las funciones de la scialitica. Consulta Se consulta si se puede cotizar scialíticas con cúpula principal de 150.000Lux o mayor.	18-09-2019	09:13:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:50:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN EL PUNTO 4.7- CARACTERÍSTICAS Donde dice: rango dinámico de al menos 250 Db O mejor. Solicitamos que el rango dinámico sea de 216 Db.	18-09-2019	09:17:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:51:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.3- SOFTWARE Donde dice: Posibilidad de soportar y exportar imágenes y clips a diferentes formatos como bpm,jpg,avi,etc. Solicitamos que el formato avi sea opcional.	18-09-2019	09:17:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	11:58:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto 9.8 – Transductores Donde dice: Transductor para aplicaciones cardiológicas Phasearray pediátrico con ancho de banda de 2 a 9 MHz. Cantidad mínima 01 (una) unidad por cada equipo Consulta: para poder dar mayor participación de oferentes se pueden ofertar Transductor para aplicaciones cardiológicas Phasearray pediátrico con ancho de banda de 2,8 a 6,2 MHz. Cantidad mínima 01 (una) unidad por cada equipo.		18-09-2019	09:18:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25		05-12-2019	11:58:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 9.9 - Transductores Donde dice: Transductor para aplicaciones cardiológicas Phesearray neonatal con ancho de banda de 4 a 12 MHz. Cantidad mínima 01 (una) unidad por cada equipo. Consulta: para poder dar mayor participación de oferentes se pueden ofertar Transductor para aplicaciones cardiológicas Phesearray neonatal con ancho de banda de 4 a 9 MHz. Cantidad mínima 01 (una) unidad por cada equipo.		18-09-2019	09:18:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25		05-12-2019	11:58:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 4.6.7 donde dice DQE de 50% o mayor a 3.1 lp./mm. o mayor o una dosis de 2 uGy o menor solicitamos amablemente a la convocante corrija el ítem, pues se entienque que la relación de DQE y Lp/mm es inversamente proporcional, es decir a un valor alto de DQE corresponde un valor bajo de Lp/mm. Recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera DQE de 50% o menor a 3.1 lp./mm. o menor a una dosis de 2 uGy.		18-09-2019	09:18:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25		05-12-2019	12:44:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.4 – Características Donde dice: Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de almenos 1 TB. Solicitamos Que la capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) sea de 500 GB		18-09-2019	09:18:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25		05-12-2019	11:59:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 2.2 donde dice Cable del disparador de al menos 4 m o inalámbrico. solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar cables con 2 metros de longitud y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes ya que es considerado la distancia de 2 m como segura para este tipo de equipos.		18-09-2019	09:19:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25		05-12-2019	12:00:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.6 Donde dice: Rango dinámico de al menos 250Db Solicitamos que: El rango dinámico sea de 214 Db.		18-09-2019	09:19:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25		05-12-2019	12:00:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 3.1 donde dice Generador de alta frecuencia de al menos 40 kHz, solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con 30 kHz y así dar oportunidad a participación a potenciales oferentes.		18-09-2019	09:19:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25		05-12-2019	12:01:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 6.1.8 - SOFTWARE Donde dice: Posibilidad de soportar y exportar imágenes y clips a diferentes formatos como bpm,jpg,avi,etc. Solicitamos que el formato avi sea opcional.		18-09-2019	09:19:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25		05-12-2019	12:01:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 5.6 donde dice DQE de 50% o mayor o 3.1 lp./mm. o mayor o una dosis de 2 uGy o menor solicitamos amablemente a la convocante corrija el ítem, pues se entienque que la relación de DQE y Lp/mm es inversamente proporcional, es decir a un valor alto de DQE corresponde un valor bajo de Lp/mm. Recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera DQE de 50% o menor a 3.1 lp./mm. o menor a una dosis de 2 uGy.	18-09-2019	09:19:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	12:44:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al equipo de referencia, subítem 4.4.4 "Cámara a presión con certificación ASME o PED 97/23/CEE" solicitamos amablemente puedan ser aceptados equipos con normas Asiaticas. De manera a posibilitar la participación de los oferentes.	18-09-2019	09:25:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	12:45:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Hoy en día la tecnología led está muy avanzada y por lo tanto solicitamos extender la vida útil de los LEDs a 50.000hs o mayor. Solicitar 30.000hs es muy poco. Consulta No todos los fabricantes poseen exactamente 45 LEDS en sus cúpulas. La producción y calidad de la luz producida y colimada no es directamente dependiente de la cantidad de LEDs y si del sistema óptico que optimiza la luz producida. Favor considerar este ítem opcional o retirar. Consulta Se consulta si la dilución de sombras para la cúpula debe ser de 45% o mejor con dos mascararas, 40% o mejor con una mascara. Consulta Se consulta si la scialitica debe tener una Profundidad de iluminación al 60% de 60cm o mejor. Consulta Se consulta si la scialitica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de forma a evitar la caída de la potencia de iluminación, lo que posibilita una iluminación constante durante toda la cirugía.	18-09-2019	09:26:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	12:45:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Se consulta si la scialitica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de forma a evitar la caída de la potencia de iluminación, lo que posibilita una iluminación constante durante toda la cirugía. Consulta Se consulta si la scialitica debe detectar sistema automático para la detección de la cabeza del cirujano y compensar su sombra aumentando automaticamente la intensidad en los otros leds.	18-09-2019	09:27:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
NO SE LIMITA PUEDE OFERTAR	05-12-2019	12:45:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al subítem 4.5.9 "Por lo menos tres temperaturas de trabajo seleccionables, temperaturas de trabajo en el rango de 100° o menos y 143° o mas" Solicitamos amablemente puedan ser considerados equipos con temperaturas de trabajo de 100° o menos y 135° o más, debido a que la temperatura máxima de esterilización es de 134°. A su vez, esto posibilitará mayor participación de oferentes	18-09-2019	09:30:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	12:45:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 23 - ELECTROCARDIOGRAFO Sub Ítem 23.5.1 – Accesorios Solicitamos respetuosamente al Convocante aclarar los puntos 23.5.1 – 6 sets de electrodos adulto / 23.5.2 – 4 sets de electrodos adultos para extremidades. Consulta ¿al decir SETS se refiere a la cantidad de unidades? Es decir: 23.5.1 – 6 sets; cada set debe estar compuesto por 6 unidades de electrodos adulto (peras de succión) 23.5.2 – 4 sets; cada set debe estar compuesto por 4 unidades de electrodos adultos para extremidades (pinzas).	18-09-2019	09:30:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
cada set representa el conjunto de unidades tanto para los electrodos de succión y los electrodos de contacto tipo pinzas. El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	12:46:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 23 - ELECTROCARDIOGRAFO Sub Ítem 23.5.1 – Accesorios Solicitamos respetuosamente al Convocante aclarar los puntos 23.5.3 – Caja con 10 cables para adquisición de datos de ECG. Solicitamos aclarar ¿ la CAJA debe estar compuesta de 1 cable con 10 latiguillos o puntas? En ese caso la descripción debería ser: 23.5.3 – 1 (una) Caja compuesta por 1 (un) cable de 10 latiguillos o puntas para adquisición de datos de ECG.	18-09-2019	09:31:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Caja con 10 unidades de cable paciente. El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	12:46:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ítem 23 - ELECTROCARDIOGRAFO Sub Ítem 23.5.1 – Accesorios Solicitamos aclarar a la convocante lo siguiente: ¿el electrocardiógrafo debe contar con carro de transporte original del fabricante? O ¿puede cotizarse carro de fabricación nacional?	18-09-2019	09:31:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
NO SE LIMITA PUEDE OFERTAR	05-12-2019	12:46:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 26 - EQUIPO DE DIAGNOSTICO Sub ítem 26.4.2.6 – Pera insufladora conectada al manómetro mediante tubuladura de goma de al menos 3 metros.- Solicitamos al convocante permitir la cotización de: Sub ítem 26.4.2.6 – Pera insufladora conectada al manómetro mediante tubuladura de goma de al menos 1 metro.-	18-09-2019	09:32:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	12:47:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 26 - TERMOMETRO Sub ítem 26.4.7.1 – Intervalo de temperatura paciente 30 a 43 °C o mayor rango. - Solicitamos al convocante permitir la cotización de : Sub ítem 26.4.7.1 – Intervalo de temperatura paciente 30 a 40 °C o mayor rango. -	18-09-2019	09:32:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	12:47:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 37 – LAMPARA DE HENDIDURA Sub Ítem 37.4.6 – Ancho de hendidura variable de: 0 – 12 mm (o menor) Solicitamos respetuosamente al Convocante modificar a: 37.4.6 – Ancho de hendidura variable de: 0 – 12 mm (o mayor) Atendiendo que al ser mayor obtiene mejor beneficio el profesional para la vision del ojo del paciente	18-09-2019	09:32:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	12:48:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al subítem 2.4.1 Solicitamos amablemente a la convocante que la función de sistema de diagnóstico remoto pueda ser considerado como opcional, ya que esto no afecta a las funcionalidades del equipo, y permitirá mayor participación de oferentes.	18-09-2019	09:34:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	12:48:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 37 – LAMPARA DE HENDIDURA Sub Ítem 37.4.6 – Ancho de hendidura variable de: 0 – 12 mm (o menor) Solicitamos respetuosamente al Convocante modificar a: 37.4.6 – Ancho de hendidura variable de: 0 – 12 mm (o mayor) Atendiendo que al ser mayor obtiene mejor beneficio el profesional para la vision del ojo del paciente	18-09-2019	09:34:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	12:48:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice: SECCION III – Requisitos de los bienes Requeridos – 4 Planilla de Distribución de Equipos SOLICITAMOS NOS INDIQUE ESPECIFICAMENTE LOS LUGARES DE CAPACITACION DE LOS DISTINTOS ITEMS SOLICITADOS, DE MANERA A COSTEAR CORRECTAMENTE LOS GASTOS REFERENTE A LA CAPACITACION Y LA CONFORMIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	18-09-2019	09:35:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
LA DISTRIBUCION SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE CADA AREA, POR LO QUE EL IPS NOTIFICARA UNA VEZ ADJUDICADO DONDE DEBERA ENTREGAR LA EMPRESA ADJUDICADA LOS EQUIPOS, Y POR ENDE DONDE DEBERA REALIZAR LA CAPACITACION	05-12-2019	12:48:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice: SECCION III – Requisitos de los bienes Requeridos – 4 Planilla de Distribución de Equipos Solicitamos a la convocante ACLARAR los lugares en donde serán entregados estos equipos, en la mayoría de los equipos solicitan capacitación y así mismo se debe de firma la CONFORMIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ya que no es el mismo costo operativo que Capacitar e instalar los equipos en Asunción, como así en Encarnación. Asumimos que la respetable convocante ya tiene establecido sus necesidades de equipar los distintos lugares. Éste dato podría ser generar inconvenientes para ambas partes, por lo que solicitamos aclarar y de esa manera evitar controversias.	18-09-2019	09:35:36
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
LA DISTRIBUCION SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS REQUERMIENTOS DE CADA AREA, POR LO QUE EL IPS NOTIFICARA UNA VEZ ADJUDICADO DONDE DEBERA ENTREGAR LA EMPRESA ADJUDICADA LOS EQUIPOS, Y POR ENDE DONDE DEBERA REALIZAR LA CAPACITACION	05-12-2019	12:48:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a los subítems 2.4.4; 2.4.5; 2.4.6; 2.4.7 y 2.4.8, solicitamos amablemente a la convocante que puedan ser consideradas normas Asiáticas, idénticas a las normas ASME, PED 97/23/CE para el cumplimiento técnico total. De manera a posibilitar mayor participación a oferentes.	18-09-2019	09:38:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	12:49:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 6 - BALANZA ADULTO Sub Item 6.4.12 - Alimentación eléctrica: 220V CA±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). Solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Alimentación eléctrica: 220V CA±10% / 50Hz.	18-09-2019	09:41:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	12:51:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 7 - BALANZA PEDIATRICA Sub Item 7.4.3 - Alimentación eléctrica: 220V CA±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). Solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Alimentación eléctrica: 220V CA±10% / 50Hz.	18-09-2019	09:41:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	12:51:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 31 - CAMILLA DE TRASLADO Sub ítem 15.4.1 - Que soporte un peso de 240 kg como mínimo. Solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Que soporte un peso de 180kg como mínimo.-	18-09-2019	09:42:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	12:51:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 24 - ELECTROESTIMULADOR Sub ítem 24.3.1 - Con ancho de pulso en el rango de 10 y 1000 µs. Solicitamos al Convocante permita la cotización: Con ancho de pulso en el rango de 10 y 500 µs.	18-09-2019	09:42:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	12:51:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 24 - ELECTROESTIMULADOR Sub ítem 24.4.1 - Control de ancho de pulso entre 20 y 900 µs. Solicitamos al Convocante permita la cotización: Control de ancho de pulso entre 20 y 500 µs.	18-09-2019	09:42:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	12:52:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 24 - ELECTROESTIMULADOR Sub ítem 24.5.2 - Control de frecuencia de pulso entre 0,1 y 1000 Hz. Solicitamos al Convocante permita la cotización: Control de frecuencia de pulso entre 0,1 y 500 Hz.	18-09-2019	09:43:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	12:52:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 24 - ELECTROESTIMULADOR Sub ítem 24.6.3 - Batería recargable. Solicitamos al Convocante declarar OPCIONAL este numeral o se elimine; considerando que esta tipo de equipos no operan con baterías.	18-09-2019	09:43:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	12:53:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ítem 27 - EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA Sub ítem 27.3.3 - 20 (veinte) o más programas de tratamientos preestablecidos. Solicitamos al Convocante permitir la cotización: con 8 programas de tratamientos preestablecidos y 10 o más programas de tratamientos configurables por el usuario.	18-09-2019	09:44:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	12:58:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 27 - EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA Sub ítem 27.3.4 - Al menos 20 memorias para almacenar programas establecidos por el usuario. Solicitamos al Convocante que el punto 27.3.4 sea declarado "OPCIONAL".	18-09-2019	09:45:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	12:58:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al subítem 2.4.9. donde dice: "Puertas automáticas de deslizamiento vertical tipo guillotina, construidas en acero inoxidable 316 o 316L o 316Ti, provistas con junta de silicona y bloqueo neumático" Solicitamos amablemente pueda ser incluido el sistema de apertura de puerta visagrada y bloqueo motorizado o con actuadores electromecánicos. La solicitud obedece a que consideramos que son sistemas actuales y válidos técnicamente, y que permitirá mayor participación a oferentes.	18-09-2019	09:45:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	12:59:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 28 - EQUIPO DE ONDA CORTA Sub ítem 28.4.2 - Frecuencia de pulso de 50 Hz o menos a 1500 Hz o más. Solicitamos al Convocante permitir la cotización con: Frecuencia de pulso de 50 Hz o menos a 400 Hz o más.	18-09-2019	09:46:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	12:59:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Presentar certificado de Normas de calidad específicas FDA, CE o JIS al menos una de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado. SOLICITAMOS: Presentar certificado de Normas de calidad específicas FDA, CE o JIS al menos una de ellas sin indicar marca y tipo de equipo. Debido a que este documento es general, no detalla marca y equipo.	18-09-2019	09:46:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	05-12-2019	13:00:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 28 - EQUIPO DE ONDA CORTA Sub ítem 28.4.3 - Longitud de pulso de 50 o menos a 2000 microsegundos o más. Solicitamos al Convocante permitir la cotización con: Longitud de pulso de 50 o menos a 400 microsegundos o más.	18-09-2019	09:46:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	13:00:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado. SOLICITAMOS que solo se presente el certificado ISO 13485 sin indicar marca y tipo de equipo. Debido a que este documento es general, no detalla marca y equipo.	18-09-2019	09:46:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	05-12-2019	13:00:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 28 - EQUIPO DE ONDA CORTA Sub ítem 28.4.7 - Cabezal montado en brazo articulado con posibilidad de movimiento y fijación en la zona de tratamiento del paciente. Solicitamos al Convocante posibilidad de cotizar: Cabezal montado en brazo articulado con posibilidad de movimiento y fijación en la zona de tratamiento del paciente o un Par de electrodos de placa.	18-09-2019	09:47:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	13:00:45
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Se consulta si en el freno eléctrico la mesa debe apoyarse totalmente sobre su estructura. Consulta Se consulta si la piñonera debe partirse articuladamente de forma a que permita la técnica francesa en videolaparoscopia, es decir el cirujano pueda ingresar entre la piernas del paciente. Consulta Se solicita ampliar el renglo de peso de la mesa y del colchon, debido a los pacientes bariátricos. Recomendamos como mínimo una carga de 400kg o mayor deb ido a que también tienen que considerarse que los accesorios están anclados a la mesa y su peso también influye. Favor verificar. Consulta Recomendamos un rango de altura de 60 a 100cm o mejor rango, considerando las cirugías oftalmológicas y neurocirugías donde el cirujano generalmente está sentado y la altura de la mesa debe ser la menor posible. Consulta Se consulta si se puede cotizar Trendelenburg directo e inverso: -25° ó menor a +25° ó mayor (eléctrica). Consulta Se consulta si la mesa debe tener funciones automaticas para operar en modo NORMAL o INVERTIDA donde la cabeza es la pierna y viceversa. Consultamos Debido a la diversidad y complejidad de cirugías en el IPS, recomendamos que la angulacion vertical de piernas sea a de -90° a +80° y que sea eléctrica no manual. Por las especificaciones se supone que es una mesa de alta complejidad. Consulta Se consulta si se puede cotizar mesas con desplazamiento longitudinal 310 mm o mejor. Consulta Se consulta si la mesa debe tener monvimientos eléctricos de FLE y REFLEX de 20 grados lado izquierdo y 20 grados lado derecho. Estos movimientos son utilizados en urología y cirugías de torax Consultla Se consulta si la mesa debe tener control remoto inhalambrico para evitar daños al cable que posee el control alámbrico. Consulta Se solicita solamente solicitar una mesa auxiliar. Es muy difícil realizar 2 cirugías de mano al mismo tiempo.	18-09-2019	09:48:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	13:00:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 28 - EQUIPO DE ONDA CORTA Sub ítem 28.4.8 - Programas de tratamiento como mínimo 25 programas. Solicitamos al Convocante este punto sea declarado "OPCIONAL".	18-09-2019	09:48:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	13:01:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al subítem 2.5.16, solicitamos amablemente que puedan ser considerados equipos con modificación en el tiempo de esterilización entre 1 a 30 minutos o mayor. Esto se debe a que el ciclo de Bowie & Dick dura solamente 3,30 minutos.	18-09-2019	09:48:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	13:01:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 38 - LAMPARA INFRARROJA Sub Ítem 38.4.2. Cuello con movimiento angular de 0° o menos a 45° o más y articulación abatible con bisagras, portalámparas con movimiento angular de 0° o menos a 45° o mas y articulación abatible con bisagras y graduación de altura con base de caño. Solicitamos al Convocante permita la cotización de: Cuello con movimiento angular de 0° o menos a 45° o más y articulación abatible con bisagras, portalámparas con movimiento angular de 0° o menos a 45° o mas y articulación abatible con bisagras y graduación de altura con base de caño o Cuello tubular metálico flexible.	18-09-2019	09:48:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	13:02:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 52 – NEGATOSCOPIO Sub Ítem 52.3.1. - Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos al Convocante permita la presentación de: Normas de calidad específicas: FDA, CE , JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas, para posibilitar mayor participación de oferentes.	18-09-2019	09:49:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	13:02:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 52 – NEGATOSCOPIO Sub Ítem 52.4.2. - Ancho de 5 cm como máximo. Solicitamos permitan la cotización de: Ancho de 10 cm como máximo	18-09-2019	09:49:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	13:02:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al subítem 5.22, "Cierre de la puerta con aire comprimido o vapor" solicitamos amablemente pueda ser incluido cierre de puerta manual.	18-09-2019	09:49:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	13:02:54

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta En las especificaciones se solicitaron accesorios para lateralizar al paciente pero no se solicitó movimientos de laterización eléctrica. Se consulta si la mesa debe tener movimiento par lateralización eléctrica. Se recomienda mínimo una lateralización de 20 grados o mayor.	18-09-2019	09:50:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	13:03:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Se consulta si la mesa debe tener movimientos electrohidraulicos para todos los movimientos.	18-09-2019	09:51:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	13:03:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem N° 53 - OXIMETRO DE PULSO Sub Ítem 53.5.1. - Cable de alimentación de al menos 1,5 m de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). El Convocante solicita fuente de alimentación en el numeral 88.6.1: Alimentación a baterías recargables del tipo que posea el equipo, teniendo en cuenta esto solicitamos a la convocante eliminar o declarar opcional el numeral 53.5.1.-	18-09-2019	09:51:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	13:04:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem N° 53 - OXIMETRO DE PULSO Sub Ítem 53.5.1. - Cable de alimentación de al menos 1,5 m de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). El Convocante solicita fuente de alimentación en el numeral 88.6.1: Alimentación a baterías recargables del tipo que posea el equipo, teniendo en cuenta esto solicitamos a la convocante eliminar o declarar opcional el numeral 53.5.1.-	18-09-2019	09:53:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	13:04:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al subítem 2.7.1, 2.7.2 solicitamos que el sistema de tratamiento de agua sea apto para el equipo solicitado y que pueda ser incluido tratamiento de agua por medios magnéticos, para evitar calcificaciones por síndrome de agua dura como opción alternativa al sistema de osmosis inversa.	18-09-2019	09:53:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	13:04:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem N° 53 - OXIMETRO DE PULSO Sub Ítem 53.5.4. - 3 (tres) Sensores de dedo tipo clip para oximetría, reutilizable para pacientes pediátricos. Solicitamos a la Convocante la cotización de: 3 (tres) Sensores de dedo tipo clip o soft para oximetría, reutilizable para pacientes pediátricos.-	18-09-2019	09:53:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	13:04:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al subítem 2.7.9; 2.7.10; 2.7.13 solicitamos que el sistema de tratamiento de agua sea apto para el equipo solicitado y que pueda ser incluido tratamiento de agua por medios magnéticos, para evitar calcificaciones por síndrome de agua dura como opción alternativa al sistema de osmosis inversa.	18-09-2019	09:53:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	13:04:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 58 - SILLA DE RUEDAS Sub ítem 58.4.3 - Respaldo ajustable en la altura . Solicitamos al Convocante permitir la cotización con: Respaldo ajustable en la altura o fijo	18-09-2019	09:54:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	13:05:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Con relación al subítem 2.8.1 "Compresor de aire exento de aceite acorde a los requerimientos del equipo ofertado". En caso de que el equipo ofertado no requiera de aire comprimido para su funcionamiento, el requerimiento mencionado en la primera línea pueda ser obviado.	18-09-2019	09:56:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	13:05:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Se consulta si el equipo debe tener compresor o turbina incorporado. Favor especificar. Consulta Se solicita un ventilador ped y adulto. Por este rango se solicita ampliar el rango de volumen corriente de 20 a 2000mL. Consulta Se consulta si el nebulizador debe ser electronico del tipo microbomba y no debe modificar el volumen corriente programado. Consulta Debido a la cantidad de parametros medidos y curvas solicitadas. solicitamos ampliar el tamaño de la pantalla touchscreen color a 12 pulgadas o mayor Consulta Solicitamos ampliar la compensacion de fugas a 60LPM como minimo para la ventilacion NO invasiva.	18-09-2019	09:57:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 15	05-12-2019	13:05:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Se consulta si la Cámara de humidificación reusable adulto debe tener sistema de autollenado automatico con boya.	18-09-2019	09:58:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
NO SE LIMITA PUEDE OFERTAR	05-12-2019	13:05:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación a los subítems 2.4.4; 2.4.5; 2.4.6; 2.4.7; 2.4.8, solicitamos amablemente a la convocante que puedan ser consideradas normas asiaticas similares o pares a las normas ASME, PED 97/23/CE para el cumplimiento técnico total, de manera a posibilitar mayor participación a oferentes.	18-09-2019	09:58:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 25	05-12-2019	13:05:43

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - RUC: 80011101-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508003212	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A	10-12-2019	13-12-2019	10-07-2020
Oferente: ANDRES H. ARCE SA - RUC: 80023488-0					
Oferente: ANDRES H. ARCE SA - RUC: 80023488-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 10
1508001601	Póliza	REGIONAL S.A. DE SEGUROS	12-12-2019	12-12-2019	09-06-2020
Oferente: CHACO INTERNACIONAL SA - RUC: 80026564-5					
Oferente: CHACO INTERNACIONAL SA - RUC: 80026564-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 11
1508010552	Póliza	Aseguradora del Este S.A.	12-12-2019	13-12-2019	20-06-2020

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ASUNCION COMUNICACIONES S.A - RUC: 80012224-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 12
03.1508.03602/000	Póliza	LA PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	12-12-2019	12-12-2019	29-06-2020
Oferente: EDISON S.R.L. - RUC: 80093090-8					
Oferente: EDISON S.R.L. - RUC: 80093090-8			Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 13
1508002583	Póliza	Seguros Generales S.A.	12-12-2019	12-12-2019	09-07-2020
Oferente: FALCON COM. & IND. S.A. - RUC: 80010835-3					
Oferente: FALCON COM. & IND. S.A. - RUC: 80010835-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 14
1508006323	Póliza	ALFA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	09-12-2019	12-12-2019	09-07-2020
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1					
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 15
1508005134	Póliza	EL SOL DEL PARAGUAY COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	12-12-2019	13-12-2019	10-07-2020
Oferente: LA CASA DEL MEDICO S.A. - RUC: 80011068-4					
Oferente: LA CASA DEL MEDICO S.A. - RUC: 80011068-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 16
1508016670	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	12-12-2019	12-12-2019	19-06-2020
Oferente: DENTAL GUARANI SA - RUC: 80025640-9					
Oferente: DENTAL GUARANI SA - RUC: 80025640-9			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 17
28.1508004334.0000	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA SA	01-11-2019	04-11-2019	11-06-2020
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0					
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 18
1508047881	Póliza	LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS	12-12-2019	12-12-2019	09-07-2020
Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0					
Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 19
1508016672	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	12-12-2019	12-12-2019	19-07-2020

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: INFOTEC SA - RUC: 80021897-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508047878-000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	12-12-2019	12-12-2019	19-07-2020
Oferente: CODEX S.R.L. - RUC: 80000173-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 20
1508010555	Póliza	Aseguradora del Este S.A. de Seguros	12-12-2019	12-12-2019	20-06-2020
Oferente: DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80017185-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 21
1508004560	Póliza	FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	11-12-2019	12-12-2019	13-07-2020
Oferente: G T SCIENTIFIC S.A. - RUC: 80000084-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 22
28.1508004483.0000	Póliza	Aseguradora Yacyreta S.A.	12-12-2019	12-12-2019	09-07-2020
Oferente: MAKRI S.A. - RUC: 80029237-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 23
1508002959	Póliza	Sancor Seguros del Paraguay S.A.	12-12-2019	12-12-2019	09-06-2020
Oferente: TECNOLAB S.A - RUC: 80096550-7			Categoría: Pequeña		Nro. Oferente: 24
1508001889	Póliza	Central SA de Seguros	12-12-2019	13-12-2019	13-06-2020
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7			Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 25
28.1508004485.0000	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	12-12-2019	12-12-2019	09-07-2020
Oferente: V & V S.A - RUC: 80038216-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 26
1508001208	Póliza	Panal Compañía de Seguros Generales S.A.	11-12-2019	12-12-2019	29-06-2020

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: SIEGEN S.A. - RUC: 80037885-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 27
1508010557	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS	12-12-2019	13-12-2019	20-06-2020
Oferente: Consorcio Sumi - RUC: 80109965-0					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 28		
0021508005464	Póliza	LA RURAL S.A. DE SEGUROS	12-12-2019	12-12-2019	09-07-2020
Empresas del Consorcio					
RUC		Razón Social			
80068800-7		SUMI SOCIEDAD ANONIMA			
990840-4		SUMI SCIENTIFIC			
Oferente: SALUMAX S.A. - RUC: 80018828-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508003219	Póliza	Royal Seguros S.A.	11-12-2019	12-12-2019	19-06-2020
Oferente: EMEN S.R.L. - RUC: 80012015-9			Categoría: Pequeña		Nro. Oferente: 4
1508005825	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	31-10-2019	05-11-2019	11-08-2020
5825	Endoso de Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	31-10-2019	13-05-2020	11-08-2020
Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
1508016669	Póliza	Asepasa - Aseguradora Paraguaya S.A.E.C.A	12-12-2019	12-12-2019	19-06-2020
Oferente: DGR INTERNACIONAL S.R.L. - RUC: 80028232-9			Categoría: Pequeña		Nro. Oferente: 6
1508047870 - END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	11-12-2019	13-12-2019	20-06-2020
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7
1508047875 - END.: 000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	12-12-2019	12-12-2019	09-07-2020

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: CASA BOLLER S.A. - RUC: 80001556-8		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 8	
1508047876	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS	12-12-2019	12-12-2019	19-07-2020

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DEZETA S.A - RUC: 80019208-7		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 9	
1508005135	Póliza	El Sol del Paraguay	12-12-2019	13-12-2019	10-07-2020

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42295123-002	ASPIRADOR QUIRURGICO					32
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOTEC SA - 80021897-3	FAZZINI	FAZZINI	F-100/F4	ITALIA	ASPIRADOR QUIRÚRGICO	17.500.000	560.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	GEMMY	Gemmy Industrial Corp.	SU-305	Taiwan	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	14.600.000	467.200.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	CA-MI	CA-MI	HOSPIVAC 350 FS5	ITALIA		10.950.000	350.400.000
V & V S.A - 80038216-1	ARI MEDICAL	ARI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	YX980D	CHINA	ASPIRADOR QUIRURGICO	14.634.700	468.310.400

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42281508-002	AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	BAUMER	BAUMER N/A	HI VAC II B0110-542	BRASIL	AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION	660.000.000	2.640.000.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	Goldberg	Eryigit Medical Devices Inc.	422D	Turquia	AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION	508.000.000	2.032.000.000
V & V S.A - 80038216-1	SHINVA	SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	MAST-V Series	CHINA	AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION	508.000.000	2.032.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42281508-002	AUTOCLAVE ODONTOLOGICO					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	PHOENIX LUFERCO	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA.	AB-21	Brasil	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	20.000.000	100.000.000
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	GNATUS	ALLIAGE SA INDUSTRIE MEDICO ODONTOLOGI	21 LITROS	BRASIL	AUTOCLAVE ODONTOLOGICO	25.000.000	125.000.000
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	BIOART	BIO-ART EQUIPAMIENI ODONTOLOGI LTDA	ELITE 21L	BRASIL	AUTOCLAVE ODONTOLOGICO	13.000.000	65.000.000

V & V S.A - 80038216-1	SHINVA	SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	MOST-T	CHINA	AUTOCLAVE ODONTOLOGICO	9.500.000	47.500.000
------------------------	--------	---	--------	-------	---------------------------	-----------	------------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
4	42281508-001	AUTOCLAVE VERTICAL				2	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	PHOENIX LUFERCO	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA.	AVP-75	Brasil	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	50.000.000	100.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
5	42183023-007	AUTOREFRACOMETRO				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	GRAND SEIKO	Grand Seiko Co., Ltd	GR3300K	Japon	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	70.000.000	70.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
6	41111508-001	BALANZA DIGITAL PARA ADULTOS CON ALTIMETRO DIGITAL				66	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	SECA	SECA gmbh & co. kg.	285	Alemania	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	12.500.000	825.000.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Adam Equipment	Adam Equipment	MDW 300L	EE.UU	BALANZA DIGITAL PARA ADULTOS CON ALTIMETRO DIGITAL	12.640.000	834.240.000
V & V S.A - 80038216-1	CHARDER MEDICAL	CHARDER ELECTRONICS CO., LTD	MS4910	TAIWAN	BALANZA DIGITAL PARA ADULTOS CON ALTIMETRO	10.533.556	695.214.696
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	SHEKEL	SHEKEL	H151/6	ISRAEL		10.000.000	660.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
7	41111508-002	BALANZA DIGITAL PEDIATRICA CON ALTIMETRO				13	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	SECA	SECA gmbh & co. kg.	799	Alemania	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	10.000.000	130.000.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Adam Equipment	Adam Equipment	MDW 300L	EE.UU	BALANZA DIGITAL PEDIATRICA CON ALTIMETRO	5.050.000	65.650.000
V & V S.A - 80038216-1	CHARDER MEDICAL	CHARDER ELECTRONICS CO., LTD	MS series	TAIWAN	BALANZA DIGITAL PEDIATRICA CON ALTIMETRO	2.518.400	32.739.200

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
8	41102426-004	BAÑO MARIA				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Benchmark Scientific	Benchmark Scientific	B2000-12-E	EE.UU	BAÑO MARIA	14.800.000	14.800.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Nahita	Auxilab	no aplica	España	Baño maria para laboratorio	17.112.000	17.112.000

DATOS DEL ITEM							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	49201503-001	BICICLETA ESTATICA HORIZONTAL					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	AG-SERIES	CHINA	BICILETA ESTATICA HORIZONTAL	11.031.250	33.093.750

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	42183009-001	CAJA DE LENTES					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	REICHERT	Reichert, Inc.	266	U.S.A.	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	10.000.000	10.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	42191807-002	CAMA DE INTERNACION ARTICULADA					230
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	JING DONG	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO.,LTD	JDCSO	China	CAMA DE INTERNACION ARTICULADA	12.542.000	2.884.660.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Pukang / Small Nurse	Hebei Pukang Medical Instrument Co. Ltd.	S-3-1	China	CAMA DE INTERNACION ARTICULADA	11.480.800	2.640.584.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DOMETAL MUBI	DOMETAL MUBI	GALAXIA	COLOMBIA	CAMA DE INTERNACION ARTICULADA	15.000.000	3.450.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Saikang	Saikang	SK015-3	China	Cama de Internacion Articulada	13.219.777	3.040.548.710
V & V S.A. - 80038216-1	SAIKANG MEDICAL	JIANGSU SAIKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	SK015-1	CHINA	CAMA DE INTERNACION ARTICULADA	9.647.731	2.218.978.130
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	LINET	LINET spol	PRATIKA 1	REPUBLICA CHECA		16.000.000	3.680.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	42191807-001	CAMA DE INTERNACION ELECTRICA					13
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	MESPA	MESPA SA LIK MALZEMEELER SAN. VE T C.A.	NG 5010 MODIFY	Turquia	CAMA DE INTERNACION ELECTRICA	41.330.000	537.290.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Pukang / Small Nurse	Hebei Pukang Medical Instrument Co. Ltd.	DA-2A	China	CAMA DE INTERNACION ELECTRICA	37.835.388	491.860.044
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DOMETAL MUBI	DOMETAL MUBI	LYNIX	COLOMBIA	CAMA DE INTERNACION ELECTRICA	46.000.000	598.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Saikang	Saikang	SK001-10	China	Cama de Internacion Electrica	28.223.583	366.906.579
MAKRI S.A. - 80029237-5	Los Pinos	INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.	Orion 840 - 252	Colombia	CAMA DE INTERNACION ELECTRICA	31.794.444	413.327.772
SIEGEN S.A. - 80037885-7	HOSPIMETAL	Hospimetal Industria Metalúrgica de Equipamientos Hospitalares LTDA.	HM 2002 E	BRASIL	Cama eléctrica para pacientes	42.000.000	546.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	LINET	LINET spol	ELEGANZA 2	REPUBLICA CHECA		37.600.000	488.800.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
13	42192207-005	CAMILLA DE INSPECCION FIJA					106

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	MESPA	MESPA SAILIK MALZEMELER SAN. VE T C.A.	MS 1630	Turquia	CAMILLA DE INSPECCION FIJA	3.125.000	331.250.000
V & V S.A - 80038216-1	SAIKANG MEDICAL	JIANGSU SAIKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	X09-1	CHINA	CAMILLA DE INSPECCIÓN FIJA	2.547.334	270.017.404
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	SOLUMEDIC	SOLUMEDIC SA	SM1	PARAGUAY		2.400.000	254.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	42182901-001	CAMILLA DE INSPECCION GINECOLOGICA	15

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	CG-01	Paraguay	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	6.000.000	90.000.000
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	JIANGSU XUHUA MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	XH710J-3	CHINA	CAMILLA DE INSPECCION GINECOLOGIA	4.597.500	68.962.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	42192207-9999	CAMILLA DE TRASLADO	45

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co.,Ltd.	BIPT005H	China	CAMILLA DE TRASLADO	24.363.000	1.096.335.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Pukang / Small Nurse	Hebei Pukang Medical Instrument Co. Ltd.	E-8	China	CAMILLA DE TRASLADO	24.159.874	1.087.194.330
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DOMETAL MUBI	DOMETAL MUBI	HIDRUX	COLOMBIA	CAMILLA DE TRASLADO	30.000.000	1.350.000.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	Los Pinos	INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.	C-374	Colombia	CAMILLA DE TRASLADO	20.302.415	913.608.675
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BIHEALTHCARE	ZHANGJIAGANG BRAUN INDUSTRY Co. Ltd.	BIPT005H	CHINA	CAMILLA DE TRASLADO	30.000.000	1.350.000.000
V & V S.A - 80038216-1	XHYL	JIANGSU XUHUA MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	XHP10C	CHINA	CAMILLA DE TRASLADO	20.302.415	913.608.675
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	LINET	LINET spol	SPRINT 100	REPUBLICA CHECA		25.000.000	1.125.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	42183021-9998	CAMPIMETRO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	ZEISS	CARL ZEISS MEDITEC Inc.	HFA3 850	EE.UU. o Singapur	Campímetro computarizado	310.000.000	310.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	49201603-001	CINTA CAMINADORA	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	ES-SERIES	CHINA	CINTA CAMINADORA	11.128.720	33.386.160

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
18	42295202-010	SIERRA CORTA YESO					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
19	42172101-001	DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO					19
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	CU MEDICAL	CU Medical Systems, Inc.	CU-HD1	Corea	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	90.000.000	1.710.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	EFFICIA DFM100	ALEMANIA	DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO	65.000.000	1.235.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Nihon Kohden	Nihon Kohden	TEC-5631	Japon	Desfibrilador con Carro de Paro	58.460.576	1.110.750.944
V & V S.A. - 80038216-1	US DEFI	US DEFIB MEDICAL TECHNOLOGII LLC	CARDIOSTART	EEUU	DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO	47.900.000	910.100.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	SHENZEN MINDRAY BIOMEDICAL	BENEHEART D3	CHINA		50.000.000	950.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
20	42201702-001	DETECTOR FETAL					16
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	Edan Instruments, Inc.	SD3 PLUS	China	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	5.000.000	80.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	A100C	CHINA	DETECTOR FETAL	2.615.000	41.840.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	EDAN	EDAN Electronics	SONTORAX II	CHINA		2.615.000	41.840.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
21	42181716-002	ECOCARDIOGRAFO					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	AFFINITY 50	U.S.A.	ECOCARDIOGRAFO	619.000.000	1.857.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	VIVID S70N	NORUEGA/ CHINA		650.000.000	1.950.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
22	42201718-001	ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPOSITO					7
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DEZETA S.A. - 80019208-7	Mindray	Mindray Medical International Limited	DC-70	China	Ecografo Modular Multiproposito	540.000.000	3.780.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	AFFINITY 50	U.S.A.	ECOGRAFO MODULAR	634.000.000	4.438.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ P9	COREA		538.000.000	3.766.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
23	42181716-001	ELECTROCARDIOGRAFO					11

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOTEC SA - 80021897-3	FAZZINI	FAZZINI	ECG 1200 A	ITALIA	ELECTROCARDIOGRAFO	26.000.000	286.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	Edan Instruments, Inc.	SE-1200ESPRESS	China	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	35.000.000	385.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Spacelabs	Edan	no aplica	USA / China	Electrocardiografo	102.355.680	1.125.912.480
V & V S.A. - 80038216-1	ZONCARE	WUHAN ZONCARE BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD	i MAC 120	CHINA	ELECTROCARDIOGRAFO	21.697.808	238.675.888

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	42141805-003	EQUIPO NEUROESTIMULADOR TRASCUTANEO NEUROMUSCULAR (PORTATIL)	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	AG-EST	CHINA	ELECTROESTIMULADOR	1.873.248	5.619.744
SIEGEN S.A. - 80037885-7	GLOBUS	DOMINO S.R.L.	PREMIUM 400	ITALIA	EQUIPO NEUROESTIMULADOR TRASCUTANEO	3.000.000	9.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	42182401-001	EQUIPO DE AUDIOMETRIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMEN S.R.L. - 80012015-9	MAICO / SIBELMED	MAICO DIAGNOSTICS SIBELMED S.A.U.	MAICO MA-42 / CABINA PARA AUDIOMETRIA \$40-E	EE.UU. / ESPAÑA	AUDIOMETRO CLINICO / CABINA INSONORIZADA	198.000.000	198.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	OTOPRONT	Happersberger Otopront GmbH	AUDIO	Alemania	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	300.000.000	300.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	42182005-9999	EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED	56

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	HEINE	HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG	CENTRO DE DIAGNOSTICO HEINE EN200 + GAMMA G5 + GAMMA 3.2	Alemania	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	15.000.000	840.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	HONSUN	ZHEJIANG HONSUN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	HS-S100	CHINA	EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED	7.233.725	405.088.600
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	ADC	AMERICAN DIAGNOSTICS	5610L	EEUU		7.250.000	406.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	42251623-005	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	MEDITEA	MEDITEA Electromedica S.R.L.	Magnetherp 440	Argentina	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	30.000.000	90.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	MG-MINI	CHINA	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	19.524.875	58.574.625
SIEGEN S.A. - 80037885-7	CEC	CEC Electronica S.R.L.	MAG 3T	ARGENTINA	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	22.000.000	66.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
28	42251623-006	EQUIPO DE ONDA CORTA					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	CARCI	CARCI - Ind. Com. de Aparelhos Cirurgicos e Ortopedicos Ltda.	4022	Brasil	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	30.000.000	90.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	AG-ODC	CHINA	EQUIPO DE ONDA	14.300.000	42.900.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	CEC	CEC Electronica S.R.L.	M8	ARGENTINA	EQUIPO ONDA CORTA	15.200.000	45.600.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
29	41111808-001	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL					7
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DEZETA S.A. - 80019208-7	Agfa	Agfa Healthcare	DR400	Bélgica	Rayos X fijo Digital	1.100.000.000	7.700.000.000
EDISON S.R.L. - 80093090-8	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY	NEW ORIENTAL 1000MC	CHINA	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL	1.142.857.142	7.999.999.994
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VILLA SISTEMI MEDICALI	VILLA SISTEMI MEDICALI SPA	MOVIPLAN IC TF	ITALIA	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL	1.500.000.000	10.500.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	General Electric	General Electric	Brivo 118	USA	Rayos X Digital	1.686.382.183	11.804.675.281
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX FUSION MAX	ALEMANIA	Equipo de rayos X fijo	1.790.000.000	12.530.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	CARESTREAM	CARESTREAM	ASCEND	EEUU		1.257.000.000	8.799.000.000
Consortio Sumi - 80109965-0	SHIMADZU	SHIMADZU	RADSPPEED PRO MF	JAPON	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL	900.000.000	6.300.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
30	42152008-9999	EQUIPO RAYOS X ODONTOLOGICO					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	GNATUS	ALLIAGE SA INDUSTRIE MEDICO ODONTOLOGI	TIMEX 70 E	BRASIL	EQUIPO DE RAYOS X	15.000.000	60.000.000
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	ACTEON	DE GOTZEN SRL ACTEON GROUP	AC X-MIND	ITALIA	EQUIPO RAYOS X ODONTOLOGICO	18.000.000	72.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
31	41111808-004	EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ASUNCION COMUNICACIONES S.A. - 80012224-0	ITALRAY	ITALRAY S.R.L.	CARMEX	ITALIA	EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C	600.000.000	1.800.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Allengers	Allengers Medical Systems Ltda.	HF59 Plus	India	EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C	628.677.000	1.886.031.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	BV VECTRA	INDIA/ HOLLANDA	EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C	624.000.000	1.872.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	General Electric	General Electric	Brivo Essential	USA	Rayos X Arco en C	686.684.340	2.060.053.020
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	CIOS SELECT	ALEMANIA	Equipo de rayos X arco en C - Fijo	610.000.000	1.830.000.000
Consortio Sumi - 80109965-0	SHIMADZU	SHIMADZU	OPESCOPE ACTENO	JAPON	EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C	650.000.000	1.950.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
32	41111808-002	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL					7
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DEZETA S.A. - 80019208-7	DRGEM	DRGEM Corporation	TOPAZ	Corea del Sur	Rayos X movil ditital	990.000.000	6.930.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Allengers	Allengers Medical Systems Ltda.	MobilX DR Mars 30	India	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL	1.252.608.042	8.768.256.294
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VILLA SISTEMI MEDICALI	VILLA SISTEMI MEDICALI	VISITOR T30 M-DR	ITALIA	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL	1.242.000.000	8.694.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	General Electric	General Electric	XR Optima 240	USA	Rayos X Portatil Digital	1.368.184.817	9.577.293.719
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	CARESTREAM	CARESTREAM	DRX REVOLUTION CORE	EEUU		1.053.000.000	7.371.000.000
Consortio Sumi - 80109965-0	SHIMADZU	SHIMADZU	MX8c MOBILE DART EVOLUTION	JAPON	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL	1.000.000.000	7.000.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
33	42251623-001	EQUIPO DE ULTRASONIDO					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	MEDITEA	MEDITEA Electromedica S.R.L.	Sonotherp 1100	Argentina	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	30.000.000	90.000.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	CEC	CEC electronica srl	US Dual	ARGENTINA	EQUIPO ULTRASONIDO	14.125.000	42.375.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
34	41104506-002	ESTUFA DE ESTERILIZACION					15
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	GEMMY	Gemmy Industrial Corp.	YCO-010 de 57 litros	Taiwán	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	10.000.000	150.000.000
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	MRC	MRC	LHT58/350	ISRAEL	ESTUFA DE ESTERILIZACION	45.110.000	676.650.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Nahita	Auxilab	no aplica	España	Estufa de Esterilización	25.551.840	383.277.600
V & V S.A. - 80038216-1	BIOBASE	BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO., LTD	HAS-T50	CHINA	ESTUFA PARA ESTERILIZACION	7.211.646	108.174.690

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
35	42271714-001	INCUBADORAS					19
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX	MEDIX	NATAL CARE	ARGENTINA	INCUBADORAS	120.000.000	2.280.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	NINGBO DAVID MEDICA	NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE CO., LTD	YP-2000	CHINA	INCUBADORAS DE TERAPIA INTENSIVA	96.444.444	1.832.444.436
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	NOVOS	NOVOS	KANGAROO KI 1000	TURQUIA		96.000.000	1.824.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
36	42182601-001	LAMPARA CUELLO DE CISNE					29
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	LI - 01	Paraguay	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	1.100.000	31.900.000

V & V S.A. - 80038216-1	ARI MEDICAL	ARI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	YD01A	CHINA	LAMPARA CUELLO DE CISNE	1.100.000	31.900.000
-------------------------	-------------	---------------------------------	-------	-------	-------------------------	-----------	------------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
37	42183023-006	LAMPARA DE HENDIDURA				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Apramed	Apramed Industria e Comercio de Aparelhos Medicos LTDA	SLL3M	Brasil	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	85.000.000	85.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
38	42251623-002	LAMPARA INFRARROJA				3	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	CARCI	CARCI - Ind. Com. de Aparelhos Cirurgicos e Ortopedicos Ltda.	3014	Brasil	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	7.500.000	22.500.000
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	IR LIGHT SERIES	CHINA	LAMPARA INFRARROJA	3.357.578	10.072.734

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
39	39101602-001	LAMPARA SCIALITICA DE TECHO				12	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	DRAGER	DRAGER	POLARIS 600/600	ALEMANIA	LAMPARA SCIALITICA DE TECHO	164.000.000	1.968.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Heal Force	Shanghai Fuhong Science & Technology Development Co., Ltd.	TopLED-6000LE	China	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	200.000.000	2.400.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	BAUMER	BAUMER N/A	F-0301-500700	BRASIL	LAMPARA SCIALITICA DE TECHO	165.000.000	1.980.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	ARI MEDICAL	ARI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	AML700/500 LED	CHINA	LAMPARA SCIALITICA DE TECHO	136.666.667	1.640.000.004
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	INPROMED	INPROMED DO BRASIL	DOBLE DOME INP 5X3 F-MASTER	BRASIL	LAMPARA SCIALITICA DE TECHO	136.600.000	1.639.200.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	STERIS	STERIS Corporation	XLED	FRANCIA		137.000.000	1.644.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
40	39101602-003	LAMPARA SCIALITICA PORTATIL				10	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	DRAGER	DRAGER	POLARIS 100	ALEMANIA	LAMPARA SCIALITICA PORTATIL	76.350.000	763.500.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Heal Force	Shanghai Fuhong Science & Technology Development Co., Ltd.	TopLED-6060	China	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	100.000.000	1.000.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	BAUMER	BAUMER	F-0301-500-P	BRASIL	LAMPARA SCIALITICA PORTATIL	80.000.000	800.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	ARI MEDICAL	ARI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	AML700E LED	CHINA	LAMPARA SCIALITICA PORTATIL	63.625.000	636.250.000
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	INPROMED	INPROMED DO BRASIL	SL 300	BRASIL	LAMPARA SCIALITICA PORTATIL	63.620.000	636.200.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	SHENZEN MINDRAY BIOMEDICAL	HYLED 600M	CHINA		64.000.000	640.000.000
-----------------------------	---------	----------------------------	------------	-------	--	------------	-------------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
41	41103907-001	MACROCENTRIFUGA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Benchmark Scientific	Benchmark Scientific	Z306-E	EE.UU	MACROCENTRIFUGA	47.800.000	47.800.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
42	42201803-002	EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Allengers	Allengers Medical Systems Ltda.	Fairy DR MAM- VENUS+	India	EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL	2.075.776.500	6.227.329.500
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	General Electric	General Electric	Crystal Nova	USA	Mamografo Digital	2.267.306.130	6.801.918.390
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VILLA SISTEMI MEDICALI	VILLA SISTEMI MEDICALI SPA	MELODY IIID	ITALIA	MAMOGRAFO DIGITAL	2.058.000.000	6.174.000.000
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MAMMOMAT FUSION	ALEMANIA	Mamografo	1.590.000.000	4.770.000.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	IMS GIOTTO SpA	IMS GIOTTO SpA	GIOTTO CLASS	Italia	EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL	1.740.000.000	5.220.000.000
Consortio Sumi - 80109965-0	PLANMED	PLANMED	CLARITY S	FINLANDIA	EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL	1.350.000.000	4.050.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
43	42272504-007	MAQUINA DE ANESTESIA					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOTEC SA - 80021897-3	aXcent Medical	aXcent	APUSx2	ALEMANIA	MÁQUINA DE ANESTESIA	565.000.000	5.650.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	DRAGER	DRAGER	PRIMUS	ALEMANIA	MAQUINA DE ANESTESIA	569.191.446	5.691.914.460
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	General Electric	General Electric	Avance/B650	USA	Maquina de Anestesia	616.529.201	6.165.292.010
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON/PHILIPS	PENLON LTD/ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	PRIMA 465/MX500	INGLATERRA/ ALEMANIA	MAQUINA DE ANESTESIA C/MONITOR	559.000.000	5.590.000.000
V & V S.A - 80038216-1	HERSILL	HERSILL S.L.	GENESIS	ESPAÑA	MAQUINA DE ANESTESIA	474.326.205	4.743.262.050

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
44	42203501-003	GENERADOR DE MARCAPASOS EXTERNO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Medtronic	Medtronic	5392	USA - Malaysia	Generador de marcapasos externo	38.000.000	38.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
45	42295108-001	MESA QUIRURGICA RADIOLUCIDA					9
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	MEDIFA	Medifa GmbH & Co. KG	Medifa 7000	Alemania	MESA QUIRURGICA RADIOLUCIDA	745.000.000	6.705.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	FAMED	FAMED	SU-05	POLONIA	MESA QUIRÚRGICA RADIOLÚCIDA	750.000.000	6.750.000.000

ALBATROS SACI - 80002766-3	Barrfab	Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equipos Hosp. Ltda.	BF 683	Brasil	Mesa quirúrgica radiolúcida	625.000.000	5.625.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	SCHMITZ	SCHMITZ	DIAMOND 60 BLK	ALEMANIA	MESA QUIRURGICA RADIOLUCIDA	753.822.666	6.784.403.994
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TECHNOLOGY CORP.	TRIMAX 650NS	TAIWAN	MESA QUIRURGICA RADIOLUCIDA	747.540.812	6.727.867.308
V & V S.A. - 80038216-1	TECHART MEDICAL	NINGBO TECHART MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	ET SERIES	CHINA	MESA QUIRURGICA RADIOLUCIDA	628.185.556	5.653.670.004
MAKRI S.A. - 80029237-5	Mecsul	Mecsul Industria e Comercio Imp. E Exp. De Equipamientos Hospitalarios Ltda.	MEC/S-140 L BR	Brasil	MESA QUIRURGICA RADIOLUCIDA	628.185.556	5.653.670.004
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	STERIS	STERIS Corporation	CMAX 3	FRANCIA		620.000.000	5.580.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
46	42191807-001	CAMA DE NACIMIENTO					8
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOTEC SA - 80021897-3	FAMED	FAMED	SU-14	POLONIA	CAMA DE NACIMIENTO	213.000.000	1.704.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ST FRANCIS	ST FRANCIS MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	OT-800G	TAIWAN	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	200.000.000	1.600.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	XHYL	JIANGSU XUHUA MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	XH710J-1	CHINA	CAMA DE NACIMIENTO	177.950.000	1.423.600.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	LINET	LINET spol	AVE 2	REPUBLICA CHECA		180.000.000	1.440.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
47	41103901-001	MICROCENRIFUGA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
48	41111709-001	MICROSCOPIO BINOCULAR					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	OPTIKA	OPTIKA	B-159	ITALIA	MICROSCOPIO BINOCULAR	22.000.000	22.000.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	VELAB	VELAB	VE-B5	EE.UU	MICROSCOPIO BINOCULAR	21.180.000	21.180.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS LATIN AMERICA INC.	CX23	JAPON	MICROSCOPIO BINOCULAR	25.000.000	25.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	BW OPTICS	BW OPTICS AND INSTRUMENT CO., LTD	MB540	CHINA	MICROSCOPIO BINOCULAR	17.650.000	17.650.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
49	42181901-002	MONITOR FETAL					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	Edan Instruments, Inc.	F2	China	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	35.000.000	350.000.000

V & V S.A - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	AG-BZ011	CHINA	MONITOR FETAL	25.716.000	257.160.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	EDAN	EDAN Instruments Inc.	F3	CHINA		25.800.000	258.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
50	42181904-002	MONITOR MULTIPARAMETRICO					29
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOTEC SA - 80021897-3	SINOHERO	SINOHERO	IS15PRO	CHINA	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	99.500.000	2.885.500.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	Edan Instruments, Inc.	Elite V6	China	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	66.000.000	1.914.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	BLT Biolight	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd.	Q7	China	MONITOR MULTIPARAMETRICO	98.770.000	2.864.330.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Nihon Kohden	Nihon Kohden	BSM-3763	Japom	Monitor Multiparametrico	54.968.416	1.594.084.064
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	MX550	ALEMANIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO	83.000.000	2.407.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Spacelabs	SpaceLabs	no aplica	USA	Monitor multiparametrico	177.317.600	5.142.210.400
V & V S.A - 80038216-1	EMTEL MEDICAL	EMTEL SLIWA SP. K.	FX 3000MD	POLONIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO	83.000.000	2.407.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	SHENZEN MINDRAY BIOMEDICAL	BENEVISION N15	CHINA		83.000.000	2.407.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
51	42271802-001	NEBULIZADOR					19
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	MEDIUNION	ZHEJIANG MEDIUNION HEALTHCARE CO., LTD	AIR-NB	CHINA	NEBULIZADOR	1.500.000	28.500.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
52	42201815-001	NEGATOSCOPIO					50
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	GIMA	GIMA S.p.A.	Negatoscopio 1 cuerpo	Italia	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	1.320.000	66.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Gima	Gima	44701	Italia	Megatoscopio	9.300.000	465.000.000
V & V S.A - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	ZG-1CS	CHINA	NEGATOSCOPIO	1.320.000	66.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
53	42181801-001	OXIMETRO DE PULSO					27
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Advanced	Advanced Instrumentations Inc.	PO-100B	USA	Oximetro de pulso	6.000.000	162.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	Edan Instruments, Inc.	H100B	China	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	7.500.000	202.500.000
V & V S.A - 80038216-1	ACCURATE	HUNAN ACCURATE BIO-MEDICAL	HS20A	CHINA	OXIMETRO DE PULSO	4.418.000	119.286.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	SHENZEN MINDRAY BIOMEDICAL	PM60	CHINA		6.000.000	162.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
54	42183023-003	PROYECTOR OFTALMOLOGICO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Apramed	Apramed Industria e Comercio de Aparelhos Medicos LTDA	CB300B	Brasil	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	20.000.000	20.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
55	42191802-003	SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX	MEDIX	SM-401 AMERICA	ARGENTINA	SERVOCUNA	115.000.000	575.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	NINGBO DAVID MEDICAL	NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE CO., LTD	HKN-93B	CHINA	SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA	115.000.000	575.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	OLIDEF	OLIDEF	MATRIX SC	BRASIL		115.000.000	575.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
56	42192107-001	SILLA DE EXTRACCION DE SANGRE					12
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
57	42192102-9999	SILLON DE HIDRATAACION					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
58	42192210-001	SILLA DE RUEDA					70
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	FOSHAN	FOSHAN DONGFANG MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTOIR CO., LTD	FS901	CHINA	SILLA DE RUEDA PLEGABLE	1.640.278	114.819.460

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
59	42151701-001	SILLON ODONTOLOGICO					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	Gnatus	ALLIAGE INDUSTRIA MEDICO ODONTOLOGI	S200	BRASIL	SILLON ODONTOLOGICO	60.000.000	300.000.000
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	DENIMED	DENIMED ELECTRONIC/	CAPRI	ARGENTINA	SILLON ODONTOLOGICO	48.365.000	241.825.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
60	42192102-998	SILLON OFTALMOLOGICO					3
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Apramed	Apramed Industria e Comercio de Aparelhos Medicos LTDA	EVIDENCE PLUS EX 3	Brasil	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	250.000.000	750.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
61	41103202-002	TERMODESINFECTADORA				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	BAUMER	BAUMER N/A	TW-E2000-287-P	BRASIL	TERMODESINFECTADORA	550.000.000	550.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	STERIS	STERIS Corporation	AMSCO	Canada/EEUU		500.000.000	500.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
62	42294944-998	TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA				2	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	SONOSCAPE	SONOSCAPE MEDICAL CORP.	HD-550	China	TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA	1.240.000.000	2.480.000.000
SALUMAX S.A. - 80018828-4	FUJIFILM / FUJINON	FUJIFILM CORPORATION	ELUXEO 7000 CON TUBOS SERIE 5	JAPON	TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA	1.450.000.000	2.900.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG.	No Aplica	Alemania	Torre de videoendoscopia	1.300.000.000	2.600.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS LATIN AMERICA INC.	CV170	JAPON	TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA	1.650.000.000	3.300.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
63	42294805-002	TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA				2	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG	No Aplica	Alemania	Torre de Videolaparoscopia	1.050.000.000	2.100.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS LATIN AMERICA INC.	VISERA ELITE II	JAPON / ALEMANIA	TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	1.100.000.000	2.200.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
64	42291613-003	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA				19	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	BOWA	BOWA-electronic GmbH & Co. KG	ARC 303	Alemania	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA	180.000.000	3.420.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	FAZZINI	FAZZINI	DIATROM 400	ITALIA	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA	182.000.000	3.458.000.000
SALUMAX S.A. - 80018828-4	ERBE	Erbe Elektromedizin GmbH	VIO 300 D	ALEMANIA	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA	195.000.000	3.705.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	KLS Martin	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	MAXIUM	Alemania	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	250.000.000	4.750.000.000
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Covidien	Covidien	ValleylabFX8	USA	Unidad electroquirúrgica	120.000.000	2.280.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS LATIN AMERICA INC.	ESG-400	JAPON / ALEMANIA	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA	200.000.000	3.800.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	AHANVOS	BEIJING JINHENGWEI TECHNOLOGY DEVELOPMEN CO., LTD	HV-300B	CHINA	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA	151.794.203	2.884.089.857

MAKRI S.A. - 80029237-5	Ahanvos	Beijing Jinhehngwei Technology Development Co. Ltda.	HV 300 A	China	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA	151.794.203	2.884.089.857
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	CONMED	CONMED	HelixAR	EEUU		250.000.000	4.750.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
65	42272207-001	VENTILADOR PULMONAR					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	DRAGER	DRAGER	SAVINA 300 SELECT	ALEMANIA	VENTILADOR PULMONAR	229.395.000	1.376.370.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Magnamed	MAGNAMED TECNOLOGÍA MÉDICA S.A.	Fleximag Plus	Brasil	VENTILADOR PULMONAR	228.043.666	1.368.261.996
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	General Electric	General Electric	R860	USA	Ventilador Pulmonar	248.474.100	1.490.844.600
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	CAREFUSION	VYAIR	AVEA	U.S.A.	VENTILADOR PULMONAR	220.000.000	1.320.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	LEISTUNG	LEISTUNG INGENIERIA S.R.L.	PR4-G	ARGENTINA	VENTILADOR PULMONAR	191.163.333	1.146.979.998

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
66	42272207-002	VENTILADOR PULMONAR DE TRASLADO					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Magnamed	MAGNAMED TECNOLOGÍA MÉDICA S.A.	Oxymag	Brasil	VENTILADOR PULMONAR DE TRASLADO	176.358.000	352.716.000
V & V S.A. - 80038216-1	LEISTUNG	LEISTUNG INGENIERIA S.R.L.	LUFT3	ARGENTINA	VENTILADOR PULMONAR DE TRASLADO	148.200.000	296.400.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	SHENZEN MINDRAY BIOMEDICAL	SV 300	CHINA		165.000.000	330.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
67	42182003-002	VIDEOLAPAROSCOPIO					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	MEDGYN	MEDGYN PRODUCTS INC.	AL-105Z	U.S.A.	Se adjunta Planilla de Especificaciones técnicas, catálogos y/o manual de usuario	110.000.000	660.000.000

Beneficio MyPIMES

48 - MICROSCOPIO BINOCULAR

Oferente	Precio	Fecha	Hora
BIOERIX S.A. - 80051821-7	8.999.999	16-12-2019	16:37:44.101

63 - TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.670.000.000	17-12-2019	12:23:19.763

Listado General de todas las Ofertas

1 - ASPIRADOR QUIRURGICO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A. - 80038216-1	199.300.000	13-12-2019	08:33:59.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c397f000768a75035c060a2c5d5da87	
V & V S.A. - 80038216-1	199.400.000	13-12-2019	08:33:55.009	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2473f2cd6146aad6be25f7c77800d736	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	199.500.000	13-12-2019	08:33:50.158	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1583cb3e82f5387cfa12ab33bbab6a4c	
V & V S.A - 80038216-1	199.650.000	13-12-2019	08:33:45.550	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1012445d7c1bfe32a299f3f9032fb08f	
V & V S.A - 80038216-1	199.750.000	13-12-2019	08:33:40.688	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33ff7a67f4fa16c68f90e52009d9f676	
V & V S.A - 80038216-1	200.000.000	13-12-2019	08:33:23.785	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	711f56bc2e0997dd66d117957174db9	
V & V S.A - 80038216-1	201.000.000	13-12-2019	08:33:19.869	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93577c00342917a96c5544e69651003c	
V & V S.A - 80038216-1	201.500.000	13-12-2019	08:33:15.530	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4bf53de14fe63ee564024ec7af3ea57a	
V & V S.A - 80038216-1	202.000.000	13-12-2019	08:33:11.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a166bd5d4952b64e83e594dc9632d15e	
V & V S.A - 80038216-1	202.850.000	13-12-2019	08:33:07.427	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e95d61d5e4c611334047693f6829787	
V & V S.A - 80038216-1	203.000.000	13-12-2019	08:33:02.775	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b08ed6d26fd2480c127210f1d97c51a8	
V & V S.A - 80038216-1	204.000.000	13-12-2019	08:32:58.850	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68a9177ac7256612268dd0000c3ad6ae	
V & V S.A - 80038216-1	204.500.000	13-12-2019	08:32:54.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf301e571c810c2452aebab456098cbb	
V & V S.A - 80038216-1	204.950.000	13-12-2019	08:32:50.560	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d929c5bc7e7db014a07174de4dbc589	
INFOTEC SA - 80021897-3	205.000.000	13-12-2019	08:32:41.648	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	701fe176f0604294fbaa04bdc04b81c4	
V & V S.A - 80038216-1	297.000.000	13-12-2019	08:32:42.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffac76a37ca386ac452b77eaa1821d41	
V & V S.A - 80038216-1	297.500.000	13-12-2019	08:32:38.188	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	507ce995af4eb9dfcd104e6eadcbb43	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	298.000.000	13-12-2019	08:36:18.959	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4790e5944d4f1989c335a2f9fd5c127	
V & V S.A - 80038216-1	298.500.000	13-12-2019	08:32:32.671	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7b1526b40b80af96b879d32f6ae0479	
V & V S.A - 80038216-1	299.750.000	13-12-2019	08:32:26.483	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	040b4d6e76accbbebd46bdb9f82b7af2	
V & V S.A - 80038216-1	300.000.000	13-12-2019	08:32:18.562	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	414ffa2f92cfcf7a600f08c4213fd1b9	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	300.000.000	13-12-2019	08:36:10.235	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c805bd8ce8f01eda7639da7c7d53c14f	
INFOTEC SA - 80021897-3	301.000.000	13-12-2019	08:32:26.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4a2d87a64c0507957f204a2a959a8df	
V & V S.A - 80038216-1	301.500.000	13-12-2019	08:32:14.295	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	550947137afdc423ca80f36b32064c08	
V & V S.A - 80038216-1	301.950.000	13-12-2019	08:32:10.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3c4801abd5974a3ec2e49c5ffeabfee	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	301.999.000	13-12-2019	08:36:04.181	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	888aef369f84876640752d04a16c3e9f	
INFOTEC SA - 80021897-3	303.000.000	13-12-2019	08:32:04.246	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39482b20dea6a400137ca3bec82b1709	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	303.999.000	13-12-2019	08:35:50.671	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d139543e4ead9068741e9862bc6ad381	
V & V S.A - 80038216-1	304.500.000	13-12-2019	08:32:05.949	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ff68e9f656de60274440d685beae2df	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	305.000.000	13-12-2019	08:35:41.427	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12137276c66979c0883a67154e3423f8	
V & V S.A - 80038216-1	305.750.000	13-12-2019	08:32:01.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	512e8ee9649441b31dac0d08c6c8b5d0	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	306.500.000	13-12-2019	08:31:53.491	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4227d5f3d3b61b9130ac794f4a2bac5	
V & V S.A - 80038216-1	306.950.000	13-12-2019	08:31:49.095	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ac583226a8e8b39628b4a333bd6c70b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	307.999.000	13-12-2019	08:35:38.621	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e81d3c4138eb9ccbde7713d9ca3ca84	
V & V S.A - 80038216-1	308.000.000	13-12-2019	08:31:44.247	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6dde99dd35c5d9cd4c37e76548dab26	
INFOTEC SA - 80021897-3	308.000.000	13-12-2019	08:31:51.007	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3737163f6d46c4fe84ab575fa32c545d	
V & V S.A - 80038216-1	308.500.000	13-12-2019	08:31:40.263	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72165f53cd247063717edcb194f12ad0	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	309.000.000	13-12-2019	08:35:27.422	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eeb2ae26543de4582071e844c371f0a1	
V & V S.A - 80038216-1	309.850.000	13-12-2019	08:31:34.945	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	058d0b7351e7d060767ee417fe4d5292	
INFOTEC SA - 80021897-3	310.000.000	13-12-2019	08:31:31.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7afb7e5f15e4ff5d56080df58fe3b2b2	
V & V S.A - 80038216-1	310.250.000	13-12-2019	08:31:30.402	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abd1d8dc6f4198ac6c006b2522b2eff3	
V & V S.A - 80038216-1	310.500.000	13-12-2019	08:31:26.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f3bad40274e2a9aa884b7fb1ad6a5d9	
V & V S.A - 80038216-1	310.950.000	13-12-2019	08:31:22.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	289f80b80622f7d4d80538d7794cbd0f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	310.999.000	13-12-2019	08:35:28.979	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d0c31e31f99cc0b3b1a42eb39ef8dad	
V & V S.A - 80038216-1	312.000.000	13-12-2019	08:31:16.299	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97cdb453994173b29d3aae34a4d5d3d9	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	312.000.000	13-12-2019	08:35:11.661	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5240ec7102a86501c453cb661b4393b0	
V & V S.A - 80038216-1	312.500.000	13-12-2019	08:31:12.002	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9535c075ae66ca7928509ddf2d73cef5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	312.999.000	13-12-2019	08:35:14.176	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2a0387d879b929f0d3a4a9197c338b1	
INFOTEC SA - 80021897-3	313.000.000	13-12-2019	08:31:19.762	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9405b3d0a64853a0e19cba71fb27fb23	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	313.000.000	13-12-2019	08:35:01.778	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fc47387f1d559601bfde39df30d01f9	
V & V S.A - 80038216-1	313.750.000	13-12-2019	08:31:07.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba3f81088a6ab6718ba4c623961b1bbb	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	314.000.000	13-12-2019	08:34:57.576	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23cc0a1b5ffc15b6686c13bd2fb98db5	
INFOTEC SA - 80021897-3	315.000.000	13-12-2019	08:31:02.956	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a43d402184958fde0a57fd508ca5ed5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	315.000.000	13-12-2019	08:34:49.733	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64594d92fb2f426b984f2776e08c41bb	
V & V S.A - 80038216-1	315.750.000	13-12-2019	08:31:03.377	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e6dbc724a1d93ec7c96dbdbb6ee7a5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	315.999.000	13-12-2019	08:34:48.840	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5a246872e23b1f67f53d40d6ce69235	
V & V S.A - 80038216-1	316.650.000	13-12-2019	08:30:58.820	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fecc1a1a375f74a9041c1641da47943	
V & V S.A - 80038216-1	317.000.000	13-12-2019	08:30:52.246	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0213a37d3e141fd112d8471725a0052	
V & V S.A - 80038216-1	317.250.000	13-12-2019	08:30:44.454	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa940bc53c5fe82a2c79810a48df2f47	
V & V S.A - 80038216-1	317.500.000	13-12-2019	08:30:38.613	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b6da77c9156d5360a5f8626d338f9db	

Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	317.999.000	13-12-2019	08:34:39.293	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8d463afa46d938e35362f0e6395e2f98	
INFOTEC SA - 80021897-3	318.000.000	13-12-2019	08:30:31.799	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1a78fe91e96ab1c2ca9d61fa28ec0c1	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	318.000.000	13-12-2019	08:34:17.940	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	323bf2c9f4a8eaa83686e9073780e00b	
V & V S.A - 80038216-1	318.500.000	13-12-2019	08:30:34.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1cb9a8c6c5ff3116251ef6fb060539db	
V & V S.A - 80038216-1	318.750.000	13-12-2019	08:30:26.498	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b218dc0bf8bdcbe26f115d3f911a919a	
V & V S.A - 80038216-1	319.000.000	13-12-2019	08:30:21.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	916b62138447925c7ce5c838ec2dc347	
V & V S.A - 80038216-1	319.250.000	13-12-2019	08:30:15.974	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e18e072cd70363c0f100c12c906d656	
V & V S.A - 80038216-1	319.500.000	13-12-2019	08:30:11.013	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d260e62825ba327936a9ecb87094f787	
INFOTEC SA - 80021897-3	320.000.000	13-12-2019	08:30:01.289	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	383a6d441be74e14e9e49f433e7ee939	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	320.000.000	13-12-2019	08:34:07.028	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc5034fd627a018b32f5d97d07ca41f5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	321.999.000	13-12-2019	08:34:02.545	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6070849d701905ea393206e94370f5a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	323.000.000	13-12-2019	08:33:40.377	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a7896f7c9f307f83b449a54e45ad828	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	323.499.000	13-12-2019	08:33:46.973	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c60550b178e252e8c927f90f565e80fb	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	323.500.000	13-12-2019	08:33:33.839	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99333e333122ccffbb73707fe2c711bd	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	323.900.000	13-12-2019	08:33:28.212	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc346b5b4b78bae547c0ec2cf1a67b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	324.000.000	13-12-2019	08:33:16.348	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59859a7a7261686b1b9f0ef74a45f016	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	325.000.000	13-12-2019	08:32:52.623	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d3cadf151a02f962f5cbfc646385968	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	329.999.000	13-12-2019	08:32:52.140	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddc4de0aba438376a1cf71018fe12032	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	330.000.000	13-12-2019	08:32:37.829	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f880d0c1343d8ced0723375904f79c2c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	332.999.000	13-12-2019	08:32:37.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bafac8c2cc3ee7f73a227b6e6d8ea76b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	334.000.000	13-12-2019	08:32:31.267	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5cdd73da755545151993166e28f3668d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	334.999.000	13-12-2019	08:32:29.848	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7819e2e441855b917327bc07b358d384	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	335.000.000	13-12-2019	08:32:10.260	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecce35df3823d35de7a670d34a55cb8a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	339.999.000	13-12-2019	08:31:55.837	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6a050aa18ef9960989b9c1924fc1ed2	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	340.000.000	13-12-2019	08:31:21.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c8e64f9a8c14e520d02e90b6e38f03c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	344.999.000	13-12-2019	08:31:15.702	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2cd8ae4a79a1d1a61312ef32281acaea	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	345.000.000	13-12-2019	08:30:58.812	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5d6b2a284b2913d9b606933426ca2a5	
V & V S.A - 80038216-1	347.000.000	13-12-2019	08:29:48.117	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce3a3ffe7a30ec7bafc28f141aa684c0	
V & V S.A - 80038216-1	347.500.000	13-12-2019	08:29:43.269	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6601a736025fc7ff00ac483505eef949	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	348.000.000	13-12-2019	08:29:36.906	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4c464ca13afa2de6f73b402dc1a88b9	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	349.000.000	13-12-2019	08:30:39.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	590b0c3c62ed4593e3e391b98cd77f33	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	350.000.000	13-12-2019	08:20:57.682	Etapa de Puja
		Código Verificador:	bc9a602d00007b7a5f9519f391756286	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	350.400.000	13-12-2019	08:00:38.203	Propuesta
		Código Verificador:	ed921d01854f3bbcc3f513abe07dcca	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	460.000.000	13-12-2019	08:23:07.844	Etapa de Puja
		Código Verificador:	2dfac9ac8c4f467d37d4c25267348df	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	467.200.000	13-12-2019	08:00:38.188	Propuesta
		Código Verificador:	34d44c1729357f7143175df66de8626a	
V & V S.A - 80038216-1	468.310.400	13-12-2019	08:00:38.197	Propuesta
		Código Verificador:	60482b34f1e4ee309f43e08305e8d73d	
INFOTEC SA - 80021897-3	560.000.000	13-12-2019	08:00:38.207	Propuesta
		Código Verificador:	e71b3885e8168e1a795ae562efec11c6	

2 - AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	1.638.000.000	13-12-2019	08:55:26.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5723b7835ae1248c387e07f26ba5f5cf	
V & V S.A - 80038216-1	1.639.000.000	13-12-2019	08:55:21.032	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8516c6c29502dcae919d5443a0996dd	
V & V S.A - 80038216-1	1.640.000.000	13-12-2019	08:55:00.184	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cfa192b53987ec723049092435da8d1	
V & V S.A - 80038216-1	1.646.000.000	13-12-2019	08:54:50.275	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b5f7ee0f91f3e0c395c4b9304e77463	
V & V S.A - 80038216-1	1.647.000.000	13-12-2019	08:54:44.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b8cb4a372122f1d16daab1ee78f2a5c	
V & V S.A - 80038216-1	1.649.000.000	13-12-2019	08:54:40.016	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71413e70a2be214060738bcf20e86d07	
V & V S.A - 80038216-1	1.650.000.000	13-12-2019	08:54:34.485	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06d245c8c6f8587036cc90aec198c3a8	
V & V S.A - 80038216-1	1.655.000.000	13-12-2019	08:54:29.158	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42c075025ddb141e77bf1cb3d602a422	
V & V S.A - 80038216-1	1.659.000.000	13-12-2019	08:54:19.206	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02119a90aa920ce78cac767053c3e6ea	
V & V S.A - 80038216-1	1.660.000.000	13-12-2019	08:54:14.152	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70873a49d6bacdfef3ad5fe0dca62bfb	
V & V S.A - 80038216-1	1.661.000.000	13-12-2019	08:54:09.266	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dff88e3dbf17d8c5f9deed817d7e27ce	
V & V S.A - 80038216-1	1.663.000.000	13-12-2019	08:54:04.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bda9244b0826d0f88a6b98de81936f7d	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.663.000.000	13-12-2019	08:54:20.628	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9f430632ed50e4539fd570170668694	
V & V S.A - 80038216-1	1.665.000.000	13-12-2019	08:54:00.182	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d32ee3aef51b6878e352e5f3d8a0e98	
V & V S.A - 80038216-1	1.667.000.000	13-12-2019	08:53:55.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5556d04e6d9283fc346d85f880d152b0	
V & V S.A - 80038216-1	1.668.000.000	13-12-2019	08:53:50.956	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb42d951f19d35a67b85e07aff1d7bc8	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.668.000.000	13-12-2019	08:54:00.474	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e609dbe406c7512c48056347729279d	
V & V S.A - 80038216-1	1.669.000.000	13-12-2019	08:53:46.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7da65bfadd42970b6fc148c7b362a8d	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.669.000.000	13-12-2019	08:53:47.068	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18fa4990fa952a91455e5798dfbc3f22	
V & V S.A - 80038216-1	1.670.000.000	13-12-2019	08:53:16.223	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	bf86ccafb1d507a51c118a7753d5270f	
V & V S.A - 80038216-1	1.675.000.000	13-12-2019	08:53:11.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	746493f5fb2461d5a262e7f9571d6029	
V & V S.A - 80038216-1	1.680.000.000	13-12-2019	08:52:54.433	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	494590dc32ed50112ab8f28a19a54e86	
V & V S.A - 80038216-1	1.685.000.000	13-12-2019	08:52:48.921	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7459e1481365eb561b0df319c2e2905	
V & V S.A - 80038216-1	1.690.000.000	13-12-2019	08:52:44.275	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1fcf56b5a89ede7ecfe5c0fea9348f9	
V & V S.A - 80038216-1	1.695.000.000	13-12-2019	08:52:37.712	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6aaea439430d3ead848ceb17ac2d026	
V & V S.A - 80038216-1	1.700.000.000	13-12-2019	08:52:32.542	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1cba019b2b5c022ec81f8b0b738cf30d	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.720.000.000	13-12-2019	08:52:22.866	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27e260128fd05eed85ba6b76bb46facb	
V & V S.A - 80038216-1	1.725.000.000	13-12-2019	08:50:38.496	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f021c10152ce6367b9aab7cc75152f6a	
V & V S.A - 80038216-1	1.735.000.000	13-12-2019	08:50:29.286	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	244fcfb80d7b6d8b4584ca43a06faca6	
V & V S.A - 80038216-1	1.750.000.000	13-12-2019	08:50:20.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33d8ee6363fd2c2f66f44bbc0ebd81d7	
V & V S.A - 80038216-1	1.760.000.000	13-12-2019	08:50:10.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27212d8e33386bf4369c18023298c484	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.770.000.000	13-12-2019	08:49:59.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51219d8105d1c0cbbcd121f8376f5645	
V & V S.A - 80038216-1	1.890.000.000	13-12-2019	08:49:31.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53f476248ef0e0f9d37c78dbd1005b57	
V & V S.A - 80038216-1	1.895.000.000	13-12-2019	08:49:25.219	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd20a133ee14da9798fb92c4ba137b36	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.970.000.000	13-12-2019	08:49:45.510	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5e7d0cc87be95acbb1854298aa4ad04	
V & V S.A - 80038216-1	1.990.000.000	13-12-2019	08:49:19.295	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c711a3a8947f88bcb5a5487c3ef5f314	
V & V S.A - 80038216-1	1.995.000.000	13-12-2019	08:49:13.302	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8edddaafd08e2f3b3dac15cf9d978c8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.999.000.000	13-12-2019	08:49:42.490	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aadec206421c7e8612f8f8b4435e0a8d	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.000.000.000	13-12-2019	08:49:06.050	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6be51542c29283eb77afa9e381cf9b0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.024.999.999	13-12-2019	08:49:21.199	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6406cae7a8a7804cb8ec64f173b7f8b2	
V & V S.A - 80038216-1	2.025.000.000	13-12-2019	08:48:51.389	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e883dc26df06828cc3686e7849342d40	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.027.999.999	13-12-2019	08:48:58.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd137d0a03ba96fc6649b38f5b408c6c	
V & V S.A - 80038216-1	2.028.000.000	13-12-2019	08:48:42.038	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04376588546eb9e650bd1b4b39d97dfe	
V & V S.A - 80038216-1	2.030.000.000	13-12-2019	08:48:32.570	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be18509f589c879481dd10f7d6585c54	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.031.999.999	13-12-2019	08:48:39.917	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22c8d03d0051bfc54b5ad7d99aea2918	
V & V S.A - 80038216-1	2.032.000.000	13-12-2019	08:00:38.548	Propuesta
		Código Verificador:	4bae3d810f26e178b1478b07b68cbf8e	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.032.000.000	13-12-2019	08:00:38.549	Propuesta
		Código Verificador:	a010b84621047ffd47b0fe4154ba5ab1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.032.000.000	13-12-2019	08:47:36.701	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53783042577731bbe5e19547f085a0a8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.640.000.000	13-12-2019	08:00:38.545	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	ae5da8e4df995226b5f22e29b771b155
---------------------	----------------------------------

3 - AUTOCLAVE ODONTOLOGICO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V.S.A - 80038216-1	44.300.000	13-12-2019	09:15:53.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	436226dada18d7df79f5bfa8e0bf6b99	
V & V.S.A - 80038216-1	44.350.000	13-12-2019	09:15:48.946	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5f4e84a33fa7e7669b23b9f663e502f	
V & V.S.A - 80038216-1	44.500.000	13-12-2019	09:15:36.919	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1bf9d1272257e1c3267c323fe9bfae6	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	44.590.000	13-12-2019	09:15:42.597	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa482a675f59c0fbb44c1abf9d712c8	
V & V.S.A - 80038216-1	44.650.000	13-12-2019	09:15:32.193	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70a23ea21cbb3f6284cea45a5467a604	
V & V.S.A - 80038216-1	44.700.000	13-12-2019	09:15:28.025	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29327848fcbf338c8e5c7aa1a33fedaa	
V & V.S.A - 80038216-1	44.750.000	13-12-2019	09:15:22.441	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	def70cd3fb61d3f625effe8ae1efad35	
V & V.S.A - 80038216-1	44.800.000	13-12-2019	09:15:18.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a1127331d7e7927d66823df06245cc9	
V & V.S.A - 80038216-1	44.850.000	13-12-2019	09:15:13.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df4834805d93f693cd4a871ac32e562e	
V & V.S.A - 80038216-1	44.950.000	13-12-2019	09:15:08.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b4932e188c57e832f4505489a648cdd	
V & V.S.A - 80038216-1	45.000.000	13-12-2019	09:14:51.924	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cccd5802d3683e7aa6c24f972f0f08e	
V & V.S.A - 80038216-1	45.050.000	13-12-2019	09:14:47.705	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3df060ac6c2963cc3e3239b230ee0ec2	
V & V.S.A - 80038216-1	45.100.000	13-12-2019	09:14:41.281	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82906b3c4f527821f2b260105b83f84e	
V & V.S.A - 80038216-1	45.150.000	13-12-2019	09:14:37.285	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbd69d914c44ec7f1a861a7883160228	
V & V.S.A - 80038216-1	45.185.000	13-12-2019	09:14:32.793	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	880b9cca36fc979537678215d72b36d2	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	45.190.000	13-12-2019	09:14:32.338	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c45fc0bdfadb101bc330e671d3b8248	
V & V.S.A - 80038216-1	45.200.000	13-12-2019	09:14:28.433	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2613ceec03eec8cea907174e80e6fa86	
V & V.S.A - 80038216-1	45.250.000	13-12-2019	09:14:24.070	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7cd2d2dac7ee4fcf11b54d51337aef	
V & V.S.A - 80038216-1	45.300.000	13-12-2019	09:14:17.937	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bccf3b8005b19e1405782b7c5a8a4d38	
V & V.S.A - 80038216-1	45.350.000	13-12-2019	09:14:13.935	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50f3611c1bb54fc43d055dfda64e0f35	
V & V.S.A - 80038216-1	45.400.000	13-12-2019	09:14:09.110	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	509012eca3cac5eed78aab12b8a36d76	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	45.490.000	13-12-2019	09:14:15.707	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	244af4ea04413d158e81dd476217de4f	
V & V.S.A - 80038216-1	45.500.000	13-12-2019	09:14:03.110	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0df76e9fb92df7be02ace0d838e2094a	
V & V.S.A - 80038216-1	45.750.000	13-12-2019	09:13:58.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e6f1ba2a323127826c85b072db013b6	
V & V.S.A - 80038216-1	45.950.000	13-12-2019	09:13:54.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3e4106dc2a59556d579020e736a5413	
V & V.S.A - 80038216-1	46.000.000	13-12-2019	09:13:49.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	850cab2a386e51868ee272fae3dd226e	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	46.090.000	13-12-2019	09:13:54.667	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4e3cc949425590e44ebf2e7047687e0	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	46.100.000	13-12-2019	09:13:45.274	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8284369dfc0d6c0edccf07e4fc39e96	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	46.190.000	13-12-2019	09:13:42.782	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	920876093d8cd84e0a1b77f4840055ee	
V & V S.A - 80038216-1	46.200.000	13-12-2019	09:13:40.895	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36dde6f1db3ce571021892d2e511454f	
V & V S.A - 80038216-1	46.250.000	13-12-2019	09:13:36.121	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	591ec4f8d51d26982988df6fd6b7106e	
V & V S.A - 80038216-1	46.300.000	13-12-2019	09:13:31.993	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	620526f34289461a9c0a9704524a493a	
V & V S.A - 80038216-1	46.400.000	13-12-2019	09:13:27.471	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ddb19dda2c7f6f6f1eaf4ffbdea7a9b	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	46.490.000	13-12-2019	09:13:32.269	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2659924e18b58adab35e82e656ab8011	
V & V S.A - 80038216-1	46.500.000	13-12-2019	09:13:22.852	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d684ac441ff48ceb0e410ace4f5ce17	
V & V S.A - 80038216-1	46.600.000	13-12-2019	09:13:17.530	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43a7ffa781d491db64ec7325572b8c56	
V & V S.A - 80038216-1	46.700.000	13-12-2019	09:13:11.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f4e5fad6d8f7f8e6dc7340b691ff80a	
V & V S.A - 80038216-1	46.750.000	13-12-2019	09:13:07.603	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1555d4dc17b1b4d6931015cb976ddc10	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	46.790.000	13-12-2019	09:13:14.656	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3fa8c0bd0a5d9d0bc51e57962f575ff	
V & V S.A - 80038216-1	46.800.000	13-12-2019	09:13:02.808	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	693dcd70524b6f05962f18055b838c6c	
V & V S.A - 80038216-1	46.850.000	13-12-2019	09:12:56.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b097ab060a7bc6a76b7bf3ea8ce94ebc	
V & V S.A - 80038216-1	47.000.000	13-12-2019	09:12:51.650	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf38ba021011b04c4828882886deca6	
V & V S.A - 80038216-1	47.250.000	13-12-2019	09:12:46.969	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63336d48a9e15e4058a696b5dda484cb	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	47.390.000	13-12-2019	09:12:50.598	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b56e2388419802ba54187327f5750cb	
V & V S.A - 80038216-1	47.400.000	13-12-2019	09:12:39.697	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0fcd18b32fc5cb6006d837b671f3afb9	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	47.480.000	13-12-2019	09:12:31.316	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a189246af6b42e7239ebf0745306696d	
V & V S.A - 80038216-1	47.500.000	13-12-2019	08:00:38.694	Propuesta
		Código Verificador:	4b4a083257e2300df35008d7679b0f7b	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	51.000.000	13-12-2019	09:08:07.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6cb1378d6a63a34311140badf5eaf9e1	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	52.000.000	13-12-2019	09:00:19.303	Recepción de Lances
		Código Verificador:	019d075ac6bd497d695b3f4618ca8aed	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	65.000.000	13-12-2019	08:00:38.695	Propuesta
		Código Verificador:	a50d988b9c029c59e402bc58ccbdadee	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	100.000.000	13-12-2019	08:00:38.691	Propuesta
		Código Verificador:	37d11abea18077d69643db39a55238a7	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	125.000.000	13-12-2019	08:00:38.697	Propuesta
		Código Verificador:	701c5e4f62e5ab4b7fd6c137797b4a3d	

4 - AUTOCLAVE VERTICAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	90.000.000	13-12-2019	09:29:24.023	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39e78eddf41756ce533b9cbdb9ee7557	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	100.000.000	13-12-2019	08:00:38.733	Propuesta
		Código Verificador:	53239572434e35912ad78b19c3f54030	

Listado General de todas las Ofertas

5 - AUTOREFRACOMETRO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	60.000.000	13-12-2019	09:48:54.876	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c15282361b6b404a76d482130f24be9e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	65.000.000	13-12-2019	09:38:38.815	Recepción de Lances
		Código Verificador:	b43fbfe65f73984ef99f4d7f573ca25b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	70.000.000	13-12-2019	08:00:38.778	Propuesta
		Código Verificador:	5336ca46499516488033bff3eb7db5dc	

6 - BALANZA DIGITAL PARA ADULTOS CON ALTIMETRO DIGITAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	317.500.000	13-12-2019	10:10:44.304	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0325acf10a2169f6844575e3fa8cce79	
V & V S.A - 80038216-1	318.000.000	13-12-2019	10:08:59.137	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee5d69fac628b7ecd7b0c235bc0cfffdd	
V & V S.A - 80038216-1	320.000.000	13-12-2019	10:08:53.570	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e859984f1b1157aec5e890f09754b517	
V & V S.A - 80038216-1	325.000.000	13-12-2019	10:08:49.439	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bdbd8e1210a4478cb93335ccfc6aec21	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	333.300.000	13-12-2019	10:08:51.228	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5f92a3faef2ab6064eb6977efa5ee4c	
V & V S.A - 80038216-1	335.000.000	13-12-2019	10:08:40.768	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc6feda58d60e7d10beb9f94b1fc22c1	
V & V S.A - 80038216-1	345.000.000	13-12-2019	10:08:35.102	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d32b790aff4110f3e1ff04b415c12fd0	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	345.840.000	13-12-2019	10:08:32.715	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	969a973bfeed99350bc00dadcd6d839fe	
V & V S.A - 80038216-1	350.000.000	13-12-2019	10:08:31.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	774fe8c4f3c33b45418385aa87812ae6	
V & V S.A - 80038216-1	370.000.000	13-12-2019	10:08:26.056	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97732299c23adee1a350dbe34f7c640f	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	372.240.000	13-12-2019	10:08:16.516	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d80ac78ef5039854be16702b3303a77	
V & V S.A - 80038216-1	385.000.000	13-12-2019	10:08:19.201	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51bc57cdbb48f29e5b58cd237d8496df	
V & V S.A - 80038216-1	390.000.000	13-12-2019	10:08:13.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b648b061cc7f337e31e71173f5b9f98d	
V & V S.A - 80038216-1	397.000.000	13-12-2019	10:08:03.573	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78fd3104d98e08308a10608a8a709a88	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	398.640.000	13-12-2019	10:08:04.756	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	408bfbcfbf23cc98bee03e58da66f723	
V & V S.A - 80038216-1	399.000.000	13-12-2019	10:07:57.568	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	adae5641430dc764d6677a666a15a62f	
V & V S.A - 80038216-1	400.000.000	13-12-2019	10:07:52.622	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16c18ad25d8338d95c6da6dbbbecd956	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	425.040.000	13-12-2019	10:07:53.451	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3592e5c3404e29a374257446a52f8025	
V & V S.A - 80038216-1	430.000.000	13-12-2019	10:07:48.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	193946c9c713d6f01b8443572a44bb9e	
V & V S.A - 80038216-1	440.000.000	13-12-2019	10:07:41.121	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a45d1f6c0c7077a5b6db0a6dbcf320	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	451.440.000	13-12-2019	10:07:33.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c82f029160b8470bf5531c7968de5c8e	
V & V S.A - 80038216-1	475.000.000	13-12-2019	10:07:35.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec8fd2d0d98fab799eeef4368fcd06	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	480.000.000	13-12-2019	10:07:30.431	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	863030b44f5c545db1f780600e7a55e4	
V & V S.A - 80038216-1	485.000.000	13-12-2019	10:07:24.281	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae19223c9dc45e95ffaa6c473e72f95e	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	491.040.000	13-12-2019	10:07:14.775	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	795bcac5e7d4e6d43f39a20deee3dc79	
V & V S.A - 80038216-1	498.000.000	13-12-2019	10:07:16.439	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	deb6347ea8f0cc7182121e288cf332f2	
V & V S.A - 80038216-1	499.500.000	13-12-2019	10:07:10.164	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55ab02ade81897743f30319bead81912	
V & V S.A - 80038216-1	500.000.000	13-12-2019	10:07:04.329	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2dfc8175061a89f794d04f756ea3e4c5	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	504.240.000	13-12-2019	10:06:54.611	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1a62829f38c8ed1819870b92edbc82c	
V & V S.A - 80038216-1	550.000.000	13-12-2019	10:06:59.198	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a0af2c1b9a79f4bc5a4665b6d1fcafb	
V & V S.A - 80038216-1	565.000.000	13-12-2019	10:06:54.481	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d53a8bc3644433d939f053053603dfb8	
V & V S.A - 80038216-1	570.000.000	13-12-2019	10:06:50.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20e1cafbee05a9e1b75c84949ec1a2fb	
V & V S.A - 80038216-1	575.000.000	13-12-2019	10:06:46.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5e4f90822bf68e05c5d0a1ac35a2357	
V & V S.A - 80038216-1	580.000.000	13-12-2019	10:06:41.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cba9319aff73324f229da67cf3eb73a2	
V & V S.A - 80038216-1	583.000.000	13-12-2019	10:06:37.337	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7309c7c5ddd080ed7ad49e52c382cfe	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	583.440.000	13-12-2019	10:06:26.818	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c7d958799580937253c3e58f3c1bf0d	
V & V S.A - 80038216-1	617.750.000	13-12-2019	10:06:29.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74dafbc10a5cbd574648db78c1b34fcd	
V & V S.A - 80038216-1	618.000.000	13-12-2019	10:06:25.008	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0efd35f47d4e32203d6b0c68961ee60	
V & V S.A - 80038216-1	618.500.000	13-12-2019	10:06:21.297	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41f88a181f518675d1dc5f9f4fcfe461	
V & V S.A - 80038216-1	618.750.000	13-12-2019	10:06:16.850	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8f22fab143fd09242ac8762cf2d848d	
V & V S.A - 80038216-1	620.000.000	13-12-2019	10:06:08.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bdb1187efcab1830954bde0b148568be	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	620.000.000	13-12-2019	10:06:14.721	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d26dcefe709e091b700ab69f61cbd592	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	623.040.000	13-12-2019	10:05:56.431	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68e7dc221a18f5ab56e24a8d355b8673	
V & V S.A - 80038216-1	638.750.000	13-12-2019	10:05:57.861	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7ca13100cea1f38cd1479f45177a67c	
V & V S.A - 80038216-1	639.000.000	13-12-2019	10:05:53.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76d15b20cf4b3f44619a60596d1e4354	
V & V S.A - 80038216-1	639.250.000	13-12-2019	10:05:48.495	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab89133a58225cc8bc8a82ec48136932	
V & V S.A - 80038216-1	639.500.000	13-12-2019	10:05:43.520	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67b4ae05582695041c0bb27cfda03c01	
V & V S.A - 80038216-1	640.000.000	13-12-2019	10:05:38.745	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcf4946595d1a509fbd8be08605571ff	
V & V S.A - 80038216-1	641.000.000	13-12-2019	10:05:32.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c63b6e95d803b93f7cf00e9c4bfdac6c	
V & V S.A - 80038216-1	643.000.000	13-12-2019	10:05:28.497	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a97077539fe32260fac0fb2e4e48dc1b	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	645.000.000	13-12-2019	10:05:23.234	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c37946bbd96736a5e8240d0be27e18005	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	649.440.000	13-12-2019	10:05:02.297	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc808ec2f42ca6d8bbe65ebb77fb5781	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	660.000.000	13-12-2019	08:00:38.945	Propuesta
		Código Verificador:	c9878c000d19f04253ee4b1bf3205f5c	
V & V S.A - 80038216-1	695.214.696	13-12-2019	08:00:38.943	Propuesta
		Código Verificador:	8315f3a3d901071324130014c2aa44e2	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	825.000.000	13-12-2019	08:00:38.941	Propuesta
		Código Verificador:	a971f6027654e2cb8a4d2c5712c347fd	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	834.240.000	13-12-2019	08:00:38.946	Propuesta
		Código Verificador:	8e166b88255411cd1f95c10c2f8c5d06	

7 - BALANZA DIGITAL PEDIATRICA CON ALTIMETRO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	32.739.200	13-12-2019	08:00:39.056	Propuesta
		Código Verificador:	bac0810dc19b650455c012b47bebe468	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	65.650.000	13-12-2019	08:00:39.058	Propuesta
		Código Verificador:	c3317f4007c82c06450f71c3a6f78b89	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	130.000.000	13-12-2019	08:00:39.054	Propuesta
		Código Verificador:	d8473475dd1c9a94d07fc5aac21e7268	

8 - BAÑO MARIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	11.800.000	13-12-2019	10:49:20.148	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	985b02284be587473043f585802b0869	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	12.800.000	13-12-2019	10:49:10.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a58ed01b978efd5f3784751b308c0fde	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	14.000.000	13-12-2019	10:48:39.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7429190e2f95e0815a26ed02733aa060	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	14.300.000	13-12-2019	10:48:02.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b33242b3280d1829edfa4eb64b4b1565	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	14.700.000	13-12-2019	10:47:52.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9aba6b433108b968ede0556d533d4918	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	14.800.000	13-12-2019	08:00:39.115	Propuesta
		Código Verificador:	69644cd6b9065299258333913975912	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	17.112.000	13-12-2019	08:00:39.117	Propuesta
		Código Verificador:	cc5dadd1afc3df80a8b6311bc15698f8	

9 - BICICLETA ESTATICA HORIZONTAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	33.093.750	13-12-2019	08:00:39.154	Propuesta
		Código Verificador:	ea6107455e76447f7bfb9d89a11f01bf	

10 - CAJA DE LENTES

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	9.600.000	13-12-2019	11:16:06.546	Recepción de Lances
		Código Verificador:	1dd4e90230afd8261b1840b46a495abf	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	10.000.000	13-12-2019	08:00:39.194	Propuesta
		Código Verificador:	3d6bb5eaf4e8696c6ac392a6673c7282	

11 - CAMA DE INTERNACION ARTICULADA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	1.970.000.000	13-12-2019	11:57:04.566	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20af73983e585c13b43f5342a0590e28	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	1.980.000.000	13-12-2019	11:56:59.454	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1cf6213054a81b994727811d5448915	
V & V S.A - 80038216-1	1.995.000.000	13-12-2019	11:56:54.591	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5cc73b65379dabbc4f4e29573eaf0fd3	
V & V S.A - 80038216-1	2.000.000.000	13-12-2019	11:56:49.389	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b723d72052ff83950ffc1a335b0a84b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.010.000.000	13-12-2019	11:56:51.099	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69f6459bf9cdd0806eb21f39bbfd6cd4	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.020.000.000	13-12-2019	11:56:42.634	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c89dce769bb56da8f7697eaf484d82b	
V & V S.A - 80038216-1	2.035.000.000	13-12-2019	11:56:44.976	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0f7bcd26ab2e7b3bf41328b541fdea2	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.040.000.000	13-12-2019	11:56:43.418	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0c4a4c10b7cb02be5dd7a54ff57fad9	
V & V S.A - 80038216-1	2.045.000.000	13-12-2019	11:56:39.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd9cb2e81febe31473da94049ac1a000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.050.000.000	13-12-2019	11:56:32.453	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ab533586d02a33e158a6b63dde89712	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.050.000.000	13-12-2019	11:56:35.113	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71ae85badc34086c183982031c00baa6	
V & V S.A - 80038216-1	2.055.000.000	13-12-2019	11:56:29.951	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82982f7eddd7732381667a064030438d	
V & V S.A - 80038216-1	2.065.000.000	13-12-2019	11:56:23.971	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	982375e65d194629b1ed3519af60212b	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.070.000.000	13-12-2019	11:56:24.011	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54d0f026c238f56c39b621761b5d0034	
V & V S.A - 80038216-1	2.080.000.000	13-12-2019	11:56:05.558	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a19ffc0a9917eca1c2dc75ea756ae17	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.080.000.000	13-12-2019	11:56:13.408	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16750f07a4e9a7059cae8a6fcf760098	
V & V S.A - 80038216-1	2.085.000.000	13-12-2019	11:56:00.305	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8adc36ce48b84f3762b65f9e772112ee	
V & V S.A - 80038216-1	2.095.000.000	13-12-2019	11:55:52.910	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edff9a84fa99f037805396ad682aed87	
V & V S.A - 80038216-1	2.100.000.000	13-12-2019	11:55:46.245	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0baf64ec996c212702c14a300a92fbd	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.100.000.000	13-12-2019	11:55:49.639	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b2f9e46df5a11fb4de5c6fed2e9777f	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.100.000.000	13-12-2019	11:55:54.985	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c76a99379cc7351f22be1390a1cb6a75	
V & V S.A - 80038216-1	2.105.000.000	13-12-2019	11:55:35.677	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a57a788fb4987ca1ef4ec8673de4cfb	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.110.000.000	13-12-2019	11:55:29.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0db2365d843639fda1c3aa31003a569	
V & V S.A - 80038216-1	2.115.000.000	13-12-2019	11:55:22.903	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6bd66eccdfadef8ab4d527f6e5e446bc	
V & V S.A - 80038216-1	2.120.000.000	13-12-2019	11:55:18.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6bef441562e3a0d4b660f5fa780e43d1	
V & V S.A - 80038216-1	2.125.000.000	13-12-2019	11:55:12.935	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6da16c6d270e7c3c1654714905e4afd	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.130.000.000	13-12-2019	11:55:23.670	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c2912793383a4e06c0d3033d1d3824c	
V & V S.A - 80038216-1	2.135.000.000	13-12-2019	11:55:08.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d5e86faa3e566bca518b8270f52f0fc	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.140.000.000	13-12-2019	11:55:18.100	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b98a140fb72f999f55f3a0bd2d354a3c	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	2.145.000.000	13-12-2019	11:55:03.372	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fb8c80d4d1f43ec0bd83d0867283de8	
V & V S.A - 80038216-1	2.155.000.000	13-12-2019	11:54:58.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74743617346366d1c93554cbc02392f5	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.160.000.000	13-12-2019	11:54:53.612	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d71129ad82422112b975e98f99f5060f	
V & V S.A - 80038216-1	2.165.000.000	13-12-2019	11:54:51.979	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37ead74a037f171398fc5fa71b90ea20	
V & V S.A - 80038216-1	2.170.000.000	13-12-2019	11:54:46.215	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5393964294bad3c68c5d5334e384d79b	
V & V S.A - 80038216-1	2.175.000.000	13-12-2019	11:54:41.576	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3328fca5b574b6a0d528e3365b1b0cd2	
V & V S.A - 80038216-1	2.180.000.000	13-12-2019	11:54:32.612	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27e85c7f0f70f33c43614f9577faa468	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.180.000.000	13-12-2019	11:54:38.366	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3235aebc388e82b61956cd04af9d4f9	
V & V S.A - 80038216-1	2.185.000.000	13-12-2019	11:54:18.311	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2135aaeabfe1d523915a83322f8b438c	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.190.000.000	13-12-2019	11:54:08.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81ce1311c6a2cee77d7c4003cce02acd	
V & V S.A - 80038216-1	2.218.978.130	13-12-2019	08:00:39.388	Propuesta
		Código Verificador:	1d7d04925f26e81ee53f85a02b0bf76	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.600.000.000	13-12-2019	11:54:42.050	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee39ad5d96208fc31eb2f753242a1e5d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.640.583.000	13-12-2019	11:54:40.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67244418d67cf6256105d6ae13480847	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.640.584.000	13-12-2019	08:00:39.394	Propuesta
		Código Verificador:	674f590881c546cb3e37f03bc1615d31	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.884.660.000	13-12-2019	08:00:39.391	Propuesta
		Código Verificador:	dec8a005f0107f300d4bfe1492dff4e	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.040.548.710	13-12-2019	08:00:39.393	Propuesta
		Código Verificador:	a2ed1ab4d673fb0c75f8b256c2e85d17	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.449.900.000	13-12-2019	11:47:20.813	Etapa de Puja
		Código Verificador:	42f467eb48c5b8a2b1faaa9c198eea3e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.450.000.000	13-12-2019	08:00:39.386	Propuesta
		Código Verificador:	bcdf7450a13014a83d2b0bd8297f31bf	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.650.000.000	13-12-2019	11:42:47.594	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c3c2cb0b246ec3e3f4e92b224024e8cc	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.680.000.000	13-12-2019	08:00:39.390	Propuesta
		Código Verificador:	e0b7a8aca84ddb2b86ceb80ad6899745	

12 - CAMA DE INTERNACION ELECTRICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	273.000.000	13-12-2019	12:13:08.448	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8691120e00173452e0190576a4e50729	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	274.000.000	13-12-2019	12:11:30.205	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c1389c57587b1f9b8db11bf015d4993	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	275.000.000	13-12-2019	12:10:38.117	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7570991d8c795e0f74e996873d4c00c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	286.999.999	13-12-2019	12:10:35.431	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8281d09cc9c9ba7e43aa7e26d3a6ccf5e	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	287.000.000	13-12-2019	12:10:23.039	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a54808e929d9746da2252476dde1b457	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	289.999.999	13-12-2019	12:10:16.537	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	015770c4c2f241cff438a569f3503150	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	290.000.000	13-12-2019	12:09:58.483	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1415f3c98b310628dd8cf7d4252e9d60	

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	294.999.999	13-12-2019	12:09:51.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45c9fd4dc931b3a01492506961be7731	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	295.000.000	13-12-2019	12:09:35.435	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abd5a6c10788483887d0e94e160613bc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	298.999.999	13-12-2019	12:09:26.171	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	253cfcadccb027325c5ad8d8c901cc6b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	299.000.000	13-12-2019	12:09:05.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1898e63acdc87fb6a40c94ab9e19b2b5	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	304.000.000	13-12-2019	12:09:34.048	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a782574cf6ff030ee772d95ab748eef1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	304.999.999	13-12-2019	12:09:11.087	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27abb011c52df5b5a0935e1b8f0d226b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	305.000.000	13-12-2019	12:08:51.338	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	baccf75793b67597848289fdbbc166595	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	309.000.000	13-12-2019	12:09:07.798	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bffc159da8b07fa01ea9cd7d544b22d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	309.999.999	13-12-2019	12:08:59.132	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	032cd655bd27530172d87ea4d32bba71	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	310.000.000	13-12-2019	12:08:44.581	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed2b7dec2631e611a3fc9ed1faf8023c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	312.999.999	13-12-2019	12:08:48.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f15bdb1f681d95ccdd3568be159b4713	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	313.000.000	13-12-2019	12:08:31.155	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f7675644854e0334988c2696ae324de	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	314.999.999	13-12-2019	12:08:36.223	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aae76774b1af30f2063937d8f20645d6	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	315.000.000	13-12-2019	12:08:23.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c93849fbfe7f165383c73da85d7b12d2	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	318.000.000	13-12-2019	12:08:19.171	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	375884584b0b98a87791d05c19ed2653	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	320.000.000	13-12-2019	12:08:12.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e1449a90e640cbaf54fa43614b99c81	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	324.999.999	13-12-2019	12:08:20.737	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9a90e2826bce246cbffe54e3484f363	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	325.000.000	13-12-2019	12:08:03.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f724388c54d1ef69af88219e7a308d9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	329.000.000	13-12-2019	12:08:05.858	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6e0786760f3dc517b7d77e320aab23c	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	330.000.000	13-12-2019	12:07:51.882	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2dc220b04cac708fd50d191996e12a1	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	335.000.000	13-12-2019	12:07:48.949	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ad4a4c51ac0b89dc32392650a890493	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	340.000.000	13-12-2019	12:07:43.032	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78bd987dc7b45276b2773a15cba99160	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	344.999.999	13-12-2019	12:07:53.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ce544e8cc68ce208438e48d1affe58a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	345.000.000	13-12-2019	12:07:37.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd787839368e470c65239aad2fc679c4	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	350.000.000	13-12-2019	12:07:33.980	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	051bb78059d7274bd097a76ff542ba10	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	350.500.000	13-12-2019	12:07:28.592	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fbf3b56f3548b2cac588cef5b8a595e9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	354.000.000	13-12-2019	12:07:25.389	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8075f9b238cfb5848c3be83a23b9ffc	

Listado General de todas las Ofertas

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	355.000.000	13-12-2019	12:07:08.592	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e0aa14c3c78e1433792764c91d404c0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	366.805.579	13-12-2019	12:06:57.686	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f350e1c22e0a0d5dccc6832c72f34a729	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	366.906.579	13-12-2019	08:00:39.617	Propuesta
		Código Verificador:	204818f652448e095f43f8e93e72f2ae	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	368.000.000	13-12-2019	12:14:52.289	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75d8698dafa137eb451f1928ba7e3ada	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	370.000.000	13-12-2019	12:14:30.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62497c3c66cdecabdefb146b82a0608	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	371.900.000	13-12-2019	12:14:21.320	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e1213b5a968e8bdd60aa7d9d0a48526	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	372.000.000	13-12-2019	12:14:10.446	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7db4f3489899b3d74d5ff0f397a2d355	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	374.000.000	13-12-2019	12:13:59.983	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ede7c160c4f1b6419a102a1584806bda	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	374.900.000	13-12-2019	12:13:53.112	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f247b2a4140b69999a1071d6fcd5dc3b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	376.000.000	13-12-2019	12:13:37.915	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cec9f9060502c0847822e19b6356a80d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	379.000.000	13-12-2019	12:13:10.513	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d42133f39103b628db05d74fdc15d9ca	
MAKRI S.A. - 80029237-5	380.000.000	13-12-2019	12:13:24.768	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7611681518d1114092e13cb2748bc7a5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	381.000.000	13-12-2019	12:12:51.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27f92397dda4ff5e7530e5a38e032929	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	383.000.000	13-12-2019	12:12:38.970	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f798412a7807ee2bd094b7faf85f941	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	384.500.000	13-12-2019	12:12:30.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51fc48cbeb0237dbab2ddee762305687	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	385.000.000	13-12-2019	12:12:19.887	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bcd059ff4b57ea5c22cc1fdcbef0950	
MAKRI S.A. - 80029237-5	387.000.000	13-12-2019	12:12:06.655	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2a942c454eb4e8b392855f126e6a3a8	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	388.000.000	13-12-2019	12:11:33.386	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59ea8354962030fbf83191ffbd93ab7c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	390.000.000	13-12-2019	12:10:59.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3726272a65b3731cbec4cacb17005483	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	395.000.000	13-12-2019	12:10:35.240	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5ca45ef8b5f058b57b3fb03378222af	
MAKRI S.A. - 80029237-5	395.000.000	13-12-2019	12:10:52.452	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	101adf67d36ef832252b9ec44f65b1d7	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	396.000.000	13-12-2019	12:10:24.424	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb159105c4ac4ac3b94067efcc5234aa	
MAKRI S.A. - 80029237-5	396.000.000	13-12-2019	12:10:30.167	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b91ec736f163e1ed671fae75e229afbe	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	397.000.000	13-12-2019	12:10:18.625	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff7d74af22eabd0aa6882950917ffabe	
MAKRI S.A. - 80029237-5	398.000.000	13-12-2019	12:10:05.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f58f491d17c4710a4dbd761746494241	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	399.000.000	13-12-2019	12:09:00.762	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a26c0648e2b8673f318a8c7be3517d74	
MAKRI S.A. - 80029237-5	400.000.000	13-12-2019	12:08:21.599	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	519b2177ad25f0893d2f493541c9467f	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	412.500.000	13-12-2019	12:07:19.625	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77eb07975a98ba7f909f93801fccef66	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	413.000.000	13-12-2019	12:06:40.467	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a642e7bf2bda6c54ee9093dacaac5f0b	

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	413.327.771	13-12-2019	12:06:11.514	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	604085a789b00e4dfe8631b070c6f50	
MAKRI S.A. - 80029237-5	413.327.772	13-12-2019	08:00:39.620	Propuesta
		Código Verificador:	7c628a3e76a13b545bceacce46a7bd2e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	488.800.000	13-12-2019	08:00:39.614	Propuesta
		Código Verificador:	2e7da34d8da62b3c9711c1fa56be719a	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	491.860.044	13-12-2019	08:00:39.618	Propuesta
		Código Verificador:	9f238894e5d907a2cd699c1b16045c08	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	537.290.000	13-12-2019	08:00:39.616	Propuesta
		Código Verificador:	0e913cd5d93967c48f14f17e701608f6	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	546.000.000	13-12-2019	08:00:39.613	Propuesta
		Código Verificador:	2eec5b302fff9ffb200eddc82f6291b5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	598.000.000	13-12-2019	08:00:39.611	Propuesta
		Código Verificador:	5baaf3feb6fecdd8ee7a52ad4680c76b9	

13 - CAMILLA DE INSPECCION FIJA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	118.000.000	13-12-2019	12:31:38.689	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34603fe37e2e9a138e990594c21747a7	
V & V S.A - 80038216-1	118.500.000	13-12-2019	12:31:33.765	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9fab2d5165c3ec8e95aef9e45d75db52	
V & V S.A - 80038216-1	119.000.000	13-12-2019	12:31:29.362	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87a032c0591815290a5c516415659857	
V & V S.A - 80038216-1	120.000.000	13-12-2019	12:31:24.836	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bdfbc671805493c146f9a782c61ba972	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	122.000.000	13-12-2019	12:31:18.474	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3e75366b81c17354ab290e14becc9b1	
V & V S.A - 80038216-1	123.000.000	13-12-2019	12:31:19.461	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b669ad43b1fd36374fd740b7a06e5829	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	124.000.000	13-12-2019	12:31:11.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6e6dc07057e5c1cd5ae10bc303e4a9a	
V & V S.A - 80038216-1	125.000.000	13-12-2019	12:30:52.643	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ed85234b9f8e41ebfd204bf4cc91f6a	
V & V S.A - 80038216-1	127.000.000	13-12-2019	12:30:47.296	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4a222dfcfc8cb08a97fc785b83e8bdc	
V & V S.A - 80038216-1	128.000.000	13-12-2019	12:30:42.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17bc341a582c3ff43fc541665634733a	
V & V S.A - 80038216-1	130.000.000	13-12-2019	12:30:38.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c09c501e3b7758f6ea45ce7584a74ded	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	133.000.000	13-12-2019	12:30:38.981	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04c77c36e2f8e45b5c52ec4605f5d222	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	135.000.000	13-12-2019	12:30:30.622	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	861a7817a921b58ddcef362952460488	
V & V S.A - 80038216-1	135.000.000	13-12-2019	12:30:34.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b2be3d9be4ffa9318879dfd17d7c730	
V & V S.A - 80038216-1	138.000.000	13-12-2019	12:30:28.607	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	943595db5082aa03961bb6819e4568dc	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	140.000.000	13-12-2019	12:30:23.412	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b739ef7e103ad50ca4c9882dc12fae77	
V & V S.A - 80038216-1	142.000.000	13-12-2019	12:30:23.874	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c201a8d4b8352b4e50159574d37a255a	
V & V S.A - 80038216-1	144.000.000	13-12-2019	12:30:19.241	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f17343cf26eb5a58e6c4d457a760ad1	
V & V S.A - 80038216-1	145.000.000	13-12-2019	12:30:15.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44e58e4cd20f5c6f87a2c88ae9044b89	

Listado General de todas las Ofertas

CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	147.000.000	13-12-2019	12:30:17.742	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec3face10d76dd422da5d46a2a3fe606	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	149.000.000	13-12-2019	12:30:12.647	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41da23373c464215c87ffdcbb8846e07	
V & V S.A - 80038216-1	150.000.000	13-12-2019	12:30:10.566	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9743f1357934aea4db8e6f228ab8da3	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	155.000.000	13-12-2019	12:30:03.803	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c88b2830f4a8c1f1e0c901f5ac6c548f	
V & V S.A - 80038216-1	158.000.000	13-12-2019	12:30:04.975	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f676627741388e61eb2128d18aadd3de	
V & V S.A - 80038216-1	160.000.000	13-12-2019	12:29:58.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a7a72575c4c4ccb861b097d92b6dd8	
V & V S.A - 80038216-1	164.000.000	13-12-2019	12:29:54.578	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	510dffafbb5a8ac7da2c0496073c632	
V & V S.A - 80038216-1	165.000.000	13-12-2019	12:29:50.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee57c97a3bf31fb2979953478eeeb853	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	170.000.000	13-12-2019	12:29:58.338	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f33006ffcbec17326d54360acf12d997	
V & V S.A - 80038216-1	175.000.000	13-12-2019	12:29:44.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc5d5be891df69ad1212d263e4fff348	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	179.000.000	13-12-2019	12:29:46.906	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfab8b56a4999d108dff8e536319eef0	
V & V S.A - 80038216-1	185.000.000	13-12-2019	12:29:41.209	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0fe85cfa792f45a4c4d44d771d368e3a	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	185.000.000	13-12-2019	12:29:42.017	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c45c8e486b8caa231ab7764377e6a8fc	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	190.000.000	13-12-2019	12:29:35.368	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a91b6b29a7e1488ee64472ca17d601ac	
V & V S.A - 80038216-1	190.000.000	13-12-2019	12:29:37.159	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	faf62a47b9c929f592a94f62f9195ea8	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	195.000.000	13-12-2019	12:29:31.348	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dbbeaa21a015f7d993fa940da441a1e4	
V & V S.A - 80038216-1	199.000.000	13-12-2019	12:29:30.722	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b2b37d5ed3550fcfd49c9a73b26554a	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	200.000.000	13-12-2019	12:29:23.259	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43d3269189179b0cf40cf11afb131e51	
V & V S.A - 80038216-1	214.000.000	13-12-2019	12:29:27.236	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e1a1529758f0015d6c011f62f57b7d0	
V & V S.A - 80038216-1	215.000.000	13-12-2019	12:29:22.449	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d575d17c7c0e2108b5c7b2ae58f02f3	
V & V S.A - 80038216-1	218.000.000	13-12-2019	12:29:18.100	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92de1313f227ad6fe4bdb29925ca8da4	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	220.000.000	13-12-2019	12:29:12.113	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b647a5f0e30675aeee352bf5d87c6900	
V & V S.A - 80038216-1	224.500.000	13-12-2019	12:28:31.131	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e5053f09e28bd8e7fe3a7f0f869a2fb	
V & V S.A - 80038216-1	225.000.000	13-12-2019	12:28:26.378	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2700a3d6af97a9d274eea45ae3c7a2c	
V & V S.A - 80038216-1	226.500.000	13-12-2019	12:28:21.979	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bda5218abd9ec7c26be17be362019b7b	
V & V S.A - 80038216-1	227.000.000	13-12-2019	12:27:05.618	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5935762b484f3d59f0ac2f5a5d953678	
V & V S.A - 80038216-1	228.000.000	13-12-2019	12:27:01.522	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edd4fa44475d558acc89ed71aa63b67	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	229.000.000	13-12-2019	12:26:55.091	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc5cf4132ce68adc7ec5bb60b34f8066	
V & V S.A - 80038216-1	230.000.000	13-12-2019	12:26:48.863	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d989ee48cfca39e91a03f4be7e0bbe06	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	230.000.000	13-12-2019	12:28:14.816	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6aad36e08380e2756886b4b275dd457	
V & V S.A - 80038216-1	235.000.000	13-12-2019	12:26:43.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29bd43f9d98e78d79eeb989e577012c6	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	235.000.000	13-12-2019	12:27:27.860	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a831714a4e13295d57636d7266cf066	
V & V S.A - 80038216-1	238.000.000	13-12-2019	12:26:39.672	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86f21bc877c75595575092f2863574f8	
V & V S.A - 80038216-1	240.000.000	13-12-2019	12:26:35.858	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55af2eea58d62d7dd2fa43499828ee12	
V & V S.A - 80038216-1	244.000.000	13-12-2019	12:26:31.666	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f48bbcd575be57835944dcf38edc72c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	245.000.000	13-12-2019	12:26:24.309	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	185cb8ea24c6526cab4494c67d1b4963	
V & V S.A - 80038216-1	246.000.000	13-12-2019	12:26:27.532	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd3decfd298d7e2ae8dbcd1723de5785	
V & V S.A - 80038216-1	246.500.000	13-12-2019	12:26:23.532	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8cccc20d648a278341091f5a726d10b	
V & V S.A - 80038216-1	247.500.000	13-12-2019	12:26:19.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47162f45869d3b799ffc13ec75f0b513	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	248.000.000	13-12-2019	12:26:21.304	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6b3f630d4388a589f683221c5f154cb	
V & V S.A - 80038216-1	249.000.000	13-12-2019	12:26:15.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c1094607b435bf469ea200ee6f31ee8	
V & V S.A - 80038216-1	250.000.000	13-12-2019	12:26:10.661	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aaf309c9cc310695e55f77f11081c8b9	
V & V S.A - 80038216-1	251.000.000	13-12-2019	12:26:05.551	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ce56da738c81376684dba647688c635	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	252.000.000	13-12-2019	12:25:58.580	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e834f468ee36925018419d5cc11687a4	
V & V S.A - 80038216-1	253.000.000	13-12-2019	12:25:47.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abd44e80ae6154511e0aefca40a6c9c1	
V & V S.A - 80038216-1	253.500.000	13-12-2019	12:25:40.712	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8e662fc95aa18b56bed53c6745374d6	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	254.000.000	13-12-2019	12:25:20.454	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b47d28046a59173646f138988b3f3e2f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	254.300.000	13-12-2019	12:19:04.039	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fdf4c4053a2e9fea1aeac2368701c590	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	254.400.000	13-12-2019	08:00:39.732	Propuesta
		Código Verificador:	7f3b300ae83b5232ced46e9f4ff03855	
V & V S.A - 80038216-1	270.017.404	13-12-2019	08:00:39.730	Propuesta
		Código Verificador:	b41c10cc9f4a23e8f70b6ae5b4956348	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	331.250.000	13-12-2019	08:00:39.733	Propuesta
		Código Verificador:	7b1fe17ac760084d10f3643f84b443fc	

14 - CAMILLA DE INSPECCION GINECOLOGICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	68.962.500	13-12-2019	08:00:39.800	Propuesta
		Código Verificador:	077044a48ca45130ffcc26d2bb42454f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	82.050.000	13-12-2019	12:41:02.416	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	964b9a0295577e0ca0c4a1215f0be58a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	90.000.000	13-12-2019	08:00:39.798	Propuesta
		Código Verificador:	f68b956c9131b2b99f12f19ebee05949	

Listado General de todas las Ofertas

15 - CAMILLA DE TRASLADO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	485.000.000	13-12-2019	13:15:14.194	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e1f4fdc3fdcc683fc002550963da4a7	
V & V S.A - 80038216-1	490.000.000	13-12-2019	13:15:09.879	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c59b228396798191c0688505ffc897e	
V & V S.A - 80038216-1	493.000.000	13-12-2019	13:15:05.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2421c8e36619178de686808029e40e53	
V & V S.A - 80038216-1	495.000.000	13-12-2019	13:14:59.658	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f74067bf53ef1faedc2ec6cbc322c83	
V & V S.A - 80038216-1	500.000.000	13-12-2019	13:14:55.289	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71b91b7eed96bc6b86778777b89ac88d	
V & V S.A - 80038216-1	510.000.000	13-12-2019	13:14:51.144	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9af7d84934d62bf1a1af1fd8a2165a04	
V & V S.A - 80038216-1	515.000.000	13-12-2019	13:14:47.135	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7598efac0cde38ac9a363a3b5a97851d	
V & V S.A - 80038216-1	520.000.000	13-12-2019	13:14:42.761	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7179ac179356233eed750d32e739c28	
V & V S.A - 80038216-1	525.000.000	13-12-2019	13:14:38.373	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92216b0f725c6f946841a187c8dab43a	
V & V S.A - 80038216-1	530.000.000	13-12-2019	13:14:33.739	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59f8ce7e957e4b56838b792a2dc833d0	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	530.000.000	13-12-2019	13:14:43.649	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fedc9951ada888674fd96f5b02293af9	
V & V S.A - 80038216-1	550.000.000	13-12-2019	13:14:28.483	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18c1228cbdabeff981f968bda4798d9e	
V & V S.A - 80038216-1	555.000.000	13-12-2019	13:14:21.630	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04f92b91a40b3f42a2183d1252946344	
V & V S.A - 80038216-1	565.000.000	13-12-2019	13:14:14.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b17ed41018b94093776113e0bed662a2	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	570.000.000	13-12-2019	13:14:26.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90a911a4305d3f0231607b5f157be1d3	
V & V S.A - 80038216-1	575.000.000	13-12-2019	13:14:08.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8ab946971ae789b0ba7c8c9ad07e762	
V & V S.A - 80038216-1	585.000.000	13-12-2019	13:14:04.397	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48f6763e9afd698113b94e49ba5b4ac1	
V & V S.A - 80038216-1	600.000.000	13-12-2019	13:14:00.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	013b3545fdcb3c5385c2a2c6cb3bf03	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	610.000.000	13-12-2019	13:14:11.762	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f4ef8c38360e7080586bac76ce7e8fb	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	620.000.000	13-12-2019	13:14:12.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0bee9a75f88dd190d141032ab86fa1cb	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	630.000.000	13-12-2019	13:13:52.672	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6aa061624b481aa06af61d1109e589e5	
V & V S.A - 80038216-1	635.000.000	13-12-2019	13:13:54.510	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de6d1b9b9cac9ea757a78347ff77e674	
V & V S.A - 80038216-1	640.000.000	13-12-2019	13:13:49.605	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	996569f2a87cde47d44e50cfa5f67554	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	644.000.000	13-12-2019	13:13:57.882	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ca3a172be44f6f5f9128f91ddff0f86	
V & V S.A - 80038216-1	645.000.000	13-12-2019	13:13:45.092	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e282e9eb234340204d8ab48163516fac	
V & V S.A - 80038216-1	648.000.000	13-12-2019	13:13:40.538	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97396d57b996f36d8863763a9bdb2450	
V & V S.A - 80038216-1	650.000.000	13-12-2019	13:13:35.280	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a21add6de2399b0c3b6d278a338790c	
V & V S.A - 80038216-1	670.000.000	13-12-2019	13:13:31.090	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	98a3a5e08fb49843f2a660f0b11cd016
BIOERIX S.A. - 80051821-7	700.000.000	13-12-2019	13:13:34.770
		Código Verificador:	ac3949af13f985fd7e383a58210858b0
V & V S.A - 80038216-1	705.000.000	13-12-2019	13:13:26.566
		Código Verificador:	77504be0b42ed140364cb5f3c0cefceb
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	705.000.000	13-12-2019	13:13:35.222
		Código Verificador:	87744bf0f8f2def2cb3237e1089cb8d2
BIOERIX S.A. - 80051821-7	710.000.000	13-12-2019	13:13:21.780
		Código Verificador:	c38572d748234a0556e50a2390d8fcb7
V & V S.A - 80038216-1	710.000.000	13-12-2019	13:13:22.085
		Código Verificador:	329d3f73beb3501bd9e431cc008949a4
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	712.000.000	13-12-2019	13:13:25.508
		Código Verificador:	ad334f4cda5dce9c1c47cc72f5a96df0
V & V S.A - 80038216-1	715.000.000	13-12-2019	13:13:12.688
		Código Verificador:	0e15f90478e5869fc77670ee8026f47f
V & V S.A - 80038216-1	725.000.000	13-12-2019	13:13:07.684
		Código Verificador:	438c89366b5a2f4dbee28d06032c4cb2
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	729.000.000	13-12-2019	13:19:05.682
		Código Verificador:	8cff270a1eca517c16e83ab2781ffe5c
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	730.900.000	13-12-2019	13:18:53.779
		Código Verificador:	6de348b1b7b10c79ff7fa1ed035ecb70
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	731.000.000	13-12-2019	13:17:54.614
		Código Verificador:	c44814590d004b92709f98ccb9c43385
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	731.900.000	13-12-2019	13:17:30.722
		Código Verificador:	cf6f83aed1115cc0f407ef886ea953ab
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	732.000.000	13-12-2019	13:15:30.171
		Código Verificador:	4ab32b2da6a45acd70ea30be6d585d00
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	734.000.000	13-12-2019	13:15:30.568
		Código Verificador:	2a5eef10e1fb6fbed0bff3b11c050d05
V & V S.A - 80038216-1	735.000.000	13-12-2019	13:13:03.055
		Código Verificador:	5e2b258ce527dedc176703427ffa1711
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	735.000.000	13-12-2019	13:15:14.072
		Código Verificador:	b595617a7ddeb49fe1ff7e28cf820c1c
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	735.000.000	13-12-2019	13:15:20.849
		Código Verificador:	50775c538eff91f064640bd28a2de426
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	739.000.000	13-12-2019	13:14:50.616
		Código Verificador:	f82b80ebfaf9666462cc153c46ef69f5
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	739.999.999	13-12-2019	13:13:12.242
		Código Verificador:	524f8d7f230edb6ad7403e292f4ea852
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	740.000.000	13-12-2019	13:14:03.823
		Código Verificador:	6e9eff2a395ca371fde7c9940dc96355
V & V S.A - 80038216-1	750.000.000	13-12-2019	13:12:57.684
		Código Verificador:	e5658ed116ad8bcab59161b59ba644e6
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	750.000.000	13-12-2019	13:13:08.523
		Código Verificador:	c05a77ce9f07de7fc4e0810411ca894d
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	799.999.999	13-12-2019	13:12:59.654
		Código Verificador:	d6f1035df9eb739dea51d72352cda47b
BIOERIX S.A. - 80051821-7	800.000.000	13-12-2019	13:13:11.760
		Código Verificador:	edcc90125f8a7ed24d1e9354e2150838
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	809.000.000	13-12-2019	13:12:58.248
		Código Verificador:	4eb51f5cf225625639d3e3dae32f57cc
V & V S.A - 80038216-1	810.000.000	13-12-2019	13:12:53.690
		Código Verificador:	f2942877a3313bb8a13466b093c7e940
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	818.000.000	13-12-2019	13:12:53.452
		Código Verificador:	

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	5c097ff405ea099fde1dafa6245554bc	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	820.000.000	13-12-2019	13:12:47.877	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c459354e09240206c03b754bd6e9574	
V & V S.A - 80038216-1	820.000.000	13-12-2019	13:12:48.366	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de36019bf3c967b74ccb489c0aa60c00	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	823.000.000	13-12-2019	13:12:42.167	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c90367be0eed9110e643eb9a561b376	
V & V S.A - 80038216-1	825.000.000	13-12-2019	13:12:43.874	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61e06a6d67c48a2fb9230fed21431c8f	
V & V S.A - 80038216-1	835.000.000	13-12-2019	13:12:39.796	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b99c445060974b20e3fceedbb2e544e5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	849.999.999	13-12-2019	13:12:42.978	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36fdfaed78ee4546e370dcd1e56f48b	
V & V S.A - 80038216-1	850.000.000	13-12-2019	13:12:35.831	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52f6c9248ad13a15ff2a9a9ad31662a6	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	850.000.000	13-12-2019	13:12:43.678	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61efc6d5327e4de0a4be6b364b8de83f	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	854.000.000	13-12-2019	13:12:38.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	234fe5fc65127c79e596f70df8d5f75b	
V & V S.A - 80038216-1	855.000.000	13-12-2019	13:12:28.643	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85466f355f80cb0545ae498f6660ee82	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	859.999.999	13-12-2019	13:12:30.479	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6bc88b296ee2067a55f9816e602d22b6	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	860.000.000	13-12-2019	13:12:28.861	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf8207e4e4d1102c6a2a0ecd5397de3d	
V & V S.A - 80038216-1	865.000.000	13-12-2019	13:12:23.302	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cecff549d816e33c6eae6497aa3c1e26	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	865.000.000	13-12-2019	13:12:25.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	355d0ebfd4779adfd2c3ed4cccd3e815	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	869.000.000	13-12-2019	13:12:20.706	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	077550583ea5bec8b37b6d0d31e717c2	
V & V S.A - 80038216-1	870.000.000	13-12-2019	13:12:18.871	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84d8ed635ecf241684209d183785c85b	
V & V S.A - 80038216-1	875.000.000	13-12-2019	13:12:14.274	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1cc42543ef23761ddcf2ff5d1a1279b9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	875.999.999	13-12-2019	13:12:15.567	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06e0fc905103f9cbbd10bc6ebff6cd18	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	879.000.000	13-12-2019	13:12:15.304	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd938f47f5eff207ff036e427d1ae72d	
V & V S.A - 80038216-1	880.000.000	13-12-2019	13:12:10.235	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3fa4661bd1b67da74983cee1406f0d77	
V & V S.A - 80038216-1	885.000.000	13-12-2019	13:12:05.590	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f31fa869bf20b947ca5c969698276de	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	885.000.000	13-12-2019	13:12:10.426	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d2959002caa9a5427b81d7253393f65	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	890.000.000	13-12-2019	13:11:57.392	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5fc2cb5366161a8158e1b0fdf6346cad	
V & V S.A - 80038216-1	890.000.000	13-12-2019	13:11:58.132	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed0b4385e70932ba4eb87f5e9aa01852	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	890.000.000	13-12-2019	13:12:02.188	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9bd130d9e854644a8e058a15528b3d8	
V & V S.A - 80038216-1	895.000.000	13-12-2019	13:11:52.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28af9e8fe7b9e164edd7c33a524a3c2f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	899.999.999	13-12-2019	13:12:01.765	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	284a5ea3f3c37c4d3690a2961243145d	
V & V S.A - 80038216-1	900.000.000	13-12-2019	13:11:48.419	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d080bb8de2e1aa43a3934ecc42ecbfa	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	900.000.000	13-12-2019	13:11:54.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2566d9160d05c572864748bc25721b12	
MAKRI S.A. - 80029237-5	900.000.000	13-12-2019	13:13:22.927	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b43f3795eb173671330969981918ffe	
V & V S.A - 80038216-1	902.000.000	13-12-2019	13:11:42.058	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a7516b0728f3fc5f860df9a31117fc2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	904.999.999	13-12-2019	13:11:50.535	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7e82765e3b75edee81392a0dc031b02	
V & V S.A - 80038216-1	905.000.000	13-12-2019	13:11:34.437	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb0f1049fcc3149e8de83adc6688e0b7	
V & V S.A - 80038216-1	908.000.000	13-12-2019	13:11:30.066	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c84311896c2bd67e44acd515bd742ec	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	909.999.999	13-12-2019	13:11:35.799	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2f738d81bda892a99ef2c7c83adba3c	
V & V S.A - 80038216-1	910.000.000	13-12-2019	13:11:16.735	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a8ca782e02f482cc6346a0b85b1aff8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	912.999.999	13-12-2019	13:11:21.328	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc14a82bc7e21cdf6ab889d4318691b0	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	913.000.000	13-12-2019	13:10:59.522	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c325eaf6581e2636c504094ff074b8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	913.608.672	13-12-2019	13:11:03.851	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee69582c6d42e2f35755c3b3a6b107d3	
V & V S.A - 80038216-1	913.608.673	13-12-2019	13:04:42.646	Etapas de Puja
		Código Verificador:	4858087c57c749125d194a76e81304f1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	913.608.674	13-12-2019	13:00:14.844	Etapas de Puja
		Código Verificador:	1dd955037d267e9b3eb754ebc3d0c717	
V & V S.A - 80038216-1	913.608.675	13-12-2019	08:00:40.027	Propuesta
		Código Verificador:	15d5b9170291e32bf03b219e431a850a	
MAKRI S.A. - 80029237-5	913.608.675	13-12-2019	08:00:40.033	Propuesta
		Código Verificador:	a3b1ad8a3a2d4675fcd014677c1c6fca	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.087.194.330	13-12-2019	08:00:40.032	Propuesta
		Código Verificador:	25f2ddee161bb6418a5434de49798a25	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.096.335.000	13-12-2019	08:00:40.030	Propuesta
		Código Verificador:	d1c739a85b4dc459437f07ef55231cb1	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.124.000.000	13-12-2019	12:55:33.412	Etapas de Puja
		Código Verificador:	14674c238ca8d7a38c37929ddfc433c4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.125.000.000	13-12-2019	08:00:40.029	Propuesta
		Código Verificador:	e83cdf69752e28aa5bafa8c93d85e484	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.350.000.000	13-12-2019	08:00:40.025	Propuesta
		Código Verificador:	d73407a33e1deab3cfe817c34ac0a73c	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.350.000.000	13-12-2019	08:00:40.035	Propuesta
		Código Verificador:	10994e8d6e3af921adabccca09bd9209	

16 - CAMPIMETRO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	310.000.000	13-12-2019	08:00:40.069	Propuesta
		Código Verificador:	f67a4c5cf215d43af41f0cb17d77b197	

17 - CINTA CAMINADORA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	33.386.160	13-12-2019	08:00:40.115	Propuesta
		Código Verificador:	c7d8c12385116e4a61a85160f344a507	

Listado General de todas las Ofertas
19 - DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	879.999.999	13-12-2019	14:23:24.373	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d85035a5e80562820fead441603ad529	
V & V S.A - 80038216-1	880.000.000	13-12-2019	14:21:01.098	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eccb95f10009d7ed4a40dfa6dcf6a455	
V & V S.A - 80038216-1	890.000.000	13-12-2019	14:20:53.326	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e855dcfae47e1ee2503312af260f930d	
V & V S.A - 80038216-1	895.000.000	13-12-2019	14:20:47.209	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04007643988275ab9f7653e7c8c43a23	
V & V S.A - 80038216-1	900.000.000	13-12-2019	14:20:42.429	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	128359625afbde376d8f48d64ba1ed47	
V & V S.A - 80038216-1	905.000.000	13-12-2019	14:20:33.872	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d044171244c4eb2cd38c20ddc0eae955	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	909.999.999	13-12-2019	14:20:22.901	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a6c70021af777fbde1aebcf5148a0fc	
V & V S.A - 80038216-1	910.100.000	13-12-2019	08:00:40.334	Propuesta
		Código Verificador:	a2d2124d9bb0de37353a5eb1369a0ee8	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	940.000.000	13-12-2019	14:23:09.824	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7407ee380477c3c4a299277716e3b48d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	943.000.000	13-12-2019	14:22:56.246	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0359f8d6bce0532705fcf1d5b7cf4f4e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	944.000.000	13-12-2019	14:22:38.348	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb793a2950c96d395741b946bfff533a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	945.000.000	13-12-2019	14:22:16.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4cd0d59ca88ece9c32fcfeal4a2a69a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	947.000.000	13-12-2019	14:22:04.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80d479d822a053de77bb78871023fa5c	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	948.000.000	13-12-2019	14:21:33.068	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05111afbd86bc046d390e0f2fde7596f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	949.999.980	13-12-2019	14:14:11.198	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a28784136ea72b0c192372390fa3c1e0	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	949.999.990	13-12-2019	14:05:53.827	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a063bc448d3f95c4a2a9993e7b900397	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	950.000.000	13-12-2019	08:00:40.335	Propuesta
		Código Verificador:	880d95ce247124804146451a3e5ff395	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.110.750.944	13-12-2019	08:00:40.337	Propuesta
		Código Verificador:	49b8ce16789686a59a7e64199ccf38dc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.235.000.000	13-12-2019	08:00:40.332	Propuesta
		Código Verificador:	4ee2fbb1f52f3a8852b61a91ccd2279	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.254.000.000	13-12-2019	14:23:23.738	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	838288117b5b47e482aea60e95aacb1c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.300.000.000	13-12-2019	14:21:20.923	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77a7a0eae93100a7b1625cbb6cd94be8	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.500.000.000	13-12-2019	14:21:11.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fd2b3c7e4497090d1d85c4c5e8c157e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.700.000.000	13-12-2019	14:10:23.747	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d044c1d3cf008ff70a9a7855b886c967	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.710.000.000	13-12-2019	08:00:40.330	Propuesta
		Código Verificador:	d5ab91394db728a880f9211977fa5c64	

20 - DETECTOR FETAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	29.100.000	13-12-2019	14:49:56.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3e2e9915f5222729bc086cb2647a98b	
V & V S.A - 80038216-1	29.150.000	13-12-2019	14:49:52.091	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4181c5d74ca27c9a8aa696dadceb4e3	
V & V S.A - 80038216-1	29.200.000	13-12-2019	14:48:42.269	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	272d352aef7ba115a040dde917845d4d
V & V.S.A - 80038216-1	29.250.000	13-12-2019	14:48:37.169
		Código Verificador:	6b4f56e5d8f0ee4968a34667f8ccc9aa
V & V.S.A - 80038216-1	29.300.000	13-12-2019	14:48:16.927
		Código Verificador:	0cd5cb55cf942bf7c3b52fd59eb2950c
V & V.S.A - 80038216-1	29.350.000	13-12-2019	14:48:02.332
		Código Verificador:	66962cdd6017762174b8cd735bc494cf
V & V.S.A - 80038216-1	29.400.000	13-12-2019	14:47:41.723
		Código Verificador:	2269c66e6f4d160b8057b2be532d9c7d
V & V.S.A - 80038216-1	29.500.000	13-12-2019	14:46:50.234
		Código Verificador:	9facc7048c8fdb2179e6f6d2c595d7f1
V & V.S.A - 80038216-1	29.850.000	13-12-2019	14:46:45.426
		Código Verificador:	f167f6f13f02c93a1090d7e8229b6ed1
V & V.S.A - 80038216-1	29.950.000	13-12-2019	14:46:41.167
		Código Verificador:	4b56d85f322f7fea8a5c1c6bd324d6cd
V & V.S.A - 80038216-1	30.000.000	13-12-2019	14:46:34.620
		Código Verificador:	69d401bd6cedd9f6d962f258825ff36
V & V.S.A - 80038216-1	30.250.000	13-12-2019	14:46:29.965
		Código Verificador:	b200552349dad9101303229106d36b9b
V & V.S.A - 80038216-1	30.500.000	13-12-2019	14:46:24.879
		Código Verificador:	3fc2e607a21aa65d0b0acac4f4f594f2
V & V.S.A - 80038216-1	31.500.000	13-12-2019	14:46:19.207
		Código Verificador:	7a2c13ebdc91f420bc2b227fdabcc893
V & V.S.A - 80038216-1	33.000.000	13-12-2019	14:46:15.072
		Código Verificador:	fb2a4a44573dd43c122507902016eccc
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	34.500.000	13-12-2019	14:46:21.487
		Código Verificador:	63f6d3deb6ee60659155051027a08160
V & V.S.A - 80038216-1	35.000.000	13-12-2019	14:46:10.745
		Código Verificador:	7f6b358ce664b93b6ac3de22b0eab50e
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	39.000.000	13-12-2019	14:46:04.563
		Código Verificador:	a24e87d488824b899db9446478c36d63
V & V.S.A - 80038216-1	40.000.000	13-12-2019	14:46:06.725
		Código Verificador:	c73bc840a024f9648f073aab55fbeatc
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	40.100.000	13-12-2019	14:45:54.241
		Código Verificador:	ae7f1bccbc529da66cdb8f3456072fd4
V & V.S.A - 80038216-1	40.250.000	13-12-2019	14:46:02.707
		Código Verificador:	bff8b362f222adaa1ef731d6c5faff3b
V & V.S.A - 80038216-1	40.400.000	13-12-2019	14:45:58.556
		Código Verificador:	9fae96e053fb89e33b2816e009b559be
V & V.S.A - 80038216-1	40.550.000	13-12-2019	14:45:53.659
		Código Verificador:	c11831c81d47b4b7ac684261bfadce84
V & V.S.A - 80038216-1	40.650.000	13-12-2019	14:45:47.254
		Código Verificador:	865ee21c6c8300637c7b9794f039040c
V & V.S.A - 80038216-1	40.750.000	13-12-2019	14:45:42.374
		Código Verificador:	fe655b56737f4b2e2cb4e14c155102cc
V & V.S.A - 80038216-1	40.850.000	13-12-2019	14:45:37.767
		Código Verificador:	6d7e43a2c63aa4f610767e306dc070f4
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	40.900.000	13-12-2019	14:45:48.938
		Código Verificador:	dd76bcb9851dbb4f2c7656a179e11b15
V & V.S.A - 80038216-1	40.950.000	13-12-2019	14:45:28.194
		Código Verificador:	bf8a993c04a9d91e151a656883169592
V & V.S.A - 80038216-1	41.000.000	13-12-2019	14:45:22.280
		Código Verificador:	0e69d6a28baaa00c3cfabd037df25b83
V & V.S.A - 80038216-1	41.150.000	13-12-2019	14:45:17.146
		Código Verificador:	9e2c33df64b1e122baecf1d786f5de92
V & V.S.A - 80038216-1	41.250.000	13-12-2019	14:45:11.027
		Código Verificador:	ba23df9687b6967d0ca1ce1676c8ac54
V & V.S.A - 80038216-1	41.350.000	13-12-2019	14:45:05.180
		Código Verificador:	

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	98274c2d6647bfc4988dd7d6720c1f13	
V & V S.A. - 80038216-1	41.500.000	13-12-2019	14:44:59.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17eba452df80b092f39f79de73461006	
V & V S.A. - 80038216-1	41.650.000	13-12-2019	14:44:54.411	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6d9b5a14e667b0237de3f717a7afcb9	
V & V S.A. - 80038216-1	41.700.000	13-12-2019	14:44:49.916	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12fda124e37d3ba56b9ffc168dd7a281	
V & V S.A. - 80038216-1	41.750.000	13-12-2019	14:44:43.354	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84c84e06ca4909a927650ba0495bf33f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	41.800.000	13-12-2019	14:38:34.436	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3ffdd2bb1d05b0231f9d577eb658b96d	
V & V S.A. - 80038216-1	41.840.000	13-12-2019	08:00:40.448	Propuesta
		Código Verificador:	fb47ad9b91d343260b14d3afe1682eab	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	41.840.000	13-12-2019	08:00:40.449	Propuesta
		Código Verificador:	d6032e30e9a0e5a71ce2d289391d7f8f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	49.776.000	13-12-2019	14:46:17.260	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5f638c80d4609e1bfa78da25ca54a77	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	75.000.000	13-12-2019	14:32:52.535	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c47447c64f4331cbdeea32117a8803b4	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	80.000.000	13-12-2019	08:00:40.446	Propuesta
		Código Verificador:	8672a2403089626636382478c7622234	

21 - ECOCARDIOGRAFO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.700.000.000	13-12-2019	15:11:32.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03529c75c5eb1393b2a31ffef64ffe7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.715.000.000	13-12-2019	15:11:20.698	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae9ba8ceddcd3d20535cf241070c9fcf	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.729.000.000	13-12-2019	15:11:09.507	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd2c395276f29434906bef4cf9bb25ed	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.734.500.000	13-12-2019	15:11:11.704	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	820354b8dcc939b9fbb4a365512d582a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.735.000.000	13-12-2019	15:10:56.678	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb2a47ddd5e715d0de35a65fed8aa382	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.758.500.000	13-12-2019	15:10:59.212	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a94d8f80fbfb5fd6e48c5d036e326d1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.759.500.000	13-12-2019	15:10:43.587	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72b57f4819dbcd7bd871e8d69bbae629	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.760.500.000	13-12-2019	15:10:49.365	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac8599c50ad81edd332ff942a75a9cc3	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.764.000.000	13-12-2019	15:10:40.757	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	909a2d8bde2a75fb3b3bb84ddca46be4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.765.000.000	13-12-2019	15:10:30.021	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b38c1f84740cb49602a63d3d6b489c45	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.766.000.000	13-12-2019	15:10:30.269	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83fa0948272ff57a1d25e1eca2afde4a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.768.000.000	13-12-2019	15:10:09.968	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e6bbb5f89841374a10644ed151ca5ec	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.776.000.000	13-12-2019	15:10:21.592	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9534dad05301bc0f6347a59a57f3b54	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.778.000.000	13-12-2019	15:10:03.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c39017917c10288abf02b81786edcee	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.779.000.000	13-12-2019	15:09:48.933	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fe867f3763d99abbee29f33171aa9e8	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.780.500.000	13-12-2019	15:09:55.658	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	860eea6312323292a9f8d1fe2b6bf8d0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.785.000.000	13-12-2019	15:09:34.028	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee69625441509d3885bfb9340c5ab284	

Listado General de todas las Ofertas

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.795.500.000	13-12-2019	15:09:33.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0fa2aeb549a8e42d5bc96ff6d02f711	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.799.000.000	13-12-2019	15:09:18.497	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f78ff5b6107e0c9750f23b414eac81fd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.800.000.000	13-12-2019	15:09:09.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13e6e49b4db5791450908605496681cf	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.824.500.000	13-12-2019	15:09:14.338	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23deeb4a0671013ec2e74d7da33eed26	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.825.000.000	13-12-2019	15:09:00.740	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8a475976776d89e746210acea45e3f5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.830.000.000	13-12-2019	15:08:37.423	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f6b7380dd637af9d86162adb908b938	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.833.999.997	13-12-2019	15:08:50.672	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f663d152d84fe44d52068aa782a4f119	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.843.999.997	13-12-2019	15:08:04.272	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f02d5fcb9f5a37df64b3c8e8a925a30	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.844.999.999	13-12-2019	15:06:29.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5e9c4d3b053cb3ec0bce32d42f0fd29	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.846.329.000	13-12-2019	15:05:22.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	637b47f9357e9b32ce232842ccb3f1b6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.857.000.000	13-12-2019	08:00:40.504	Propuesta
		Código Verificador:	a2f445ddb3e41df1740530926948193d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.936.799.000	13-12-2019	15:06:37.411	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba8573dc6bb9d6539ff5ec4f56c0fd07	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.936.799.010	13-12-2019	15:05:32.544	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b604d1e425af42029a8ed2b51efb2f2	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.949.999.900	13-12-2019	14:57:37.221	Etapa de Puja
		Código Verificador:	dd90bbe9a88c06de2a89c0b73617a819	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.950.000.000	13-12-2019	08:00:40.505	Propuesta
		Código Verificador:	0e7d19edce6b4c4c3d17c707bb8cb34	

22 - ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPOSITO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.576.949.000	13-12-2019	15:26:53.493	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3d74d88e3c62feff99906689efc7917	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.580.000.000	13-12-2019	15:26:51.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24790dca6f78c880143ba6ff087ef2a5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.586.000.000	13-12-2019	15:26:46.956	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdc3285d3d296a18628def81a9628441	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.589.500.000	13-12-2019	15:26:38.757	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80056d7a19497300eb90e669ff37159f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.596.000.000	13-12-2019	15:26:41.343	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c74eac54065c0491a76a5bfc70f2ac21	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.597.000.000	13-12-2019	15:26:32.396	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3dceb101f8f59b03e49dd151345a572	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.599.000.000	13-12-2019	15:26:26.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b64bad7917f03f798aa33d27f1ba31e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.599.000.000	13-12-2019	15:26:29.387	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	196e3da5cfa6d2b3a5b668c8e5a56840	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.610.000.000	13-12-2019	15:26:17.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c92b1c44453f6c084eb3ebb2c3bb792	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.620.000.000	13-12-2019	15:26:09.415	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76b444524963da9c8670f28a4ea61bc0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.629.000.000	13-12-2019	15:26:18.237	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25feecd4a7677a21ce6fae2d07d73c60	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.630.000.000	13-12-2019	15:26:03.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2fbfecae8f75ef41a62688541839202	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.634.000.000	13-12-2019	15:26:06.016	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	cc28989e2e76a8d2573c1d227b983e91
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.635.000.000	13-12-2019	15:25:59.973
		Código Verificador:	b627028c4cf6098af689454174db9046
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.639.000.000	13-12-2019	15:25:57.037
		Código Verificador:	d03c0d14e6f549c972ea7aee26013006
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.640.000.000	13-12-2019	15:25:52.033
		Código Verificador:	f23ab51e859b3eca74a23a56909d1e8c
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.645.000.000	13-12-2019	15:25:46.180
		Código Verificador:	a415c96f6b09dc1b13f7ddb89edd1c45
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.650.000.000	13-12-2019	15:25:46.366
		Código Verificador:	f0fd569847ec10bda8614cb323df48ef
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.660.000.000	13-12-2019	15:25:41.868
		Código Verificador:	7095157c9d6ec2fdb20f80e1a42820b0
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.669.000.000	13-12-2019	15:25:30.096
		Código Verificador:	857dd836f02795826b3a1cbe67ae9f58
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.680.000.000	13-12-2019	15:25:33.397
		Código Verificador:	417e1d3ed4f534037f3537b2bcc96705
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.688.000.000	13-12-2019	15:25:28.126
		Código Verificador:	02779bbef34b4350ca82753d1553f924
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.689.000.000	13-12-2019	15:25:19.838
		Código Verificador:	8905aca2d140fb1969d74b78767667da
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.698.000.000	13-12-2019	15:25:14.730
		Código Verificador:	56dd721f3a008dcb774ea1a3295b474
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.700.000.000	13-12-2019	15:25:02.561
		Código Verificador:	c32bca5a2bd6c3dc0635141605fcef16
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.700.000.000	13-12-2019	15:25:08.306
		Código Verificador:	341c1c100ff54cc739d70475aa26730a
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.710.000.000	13-12-2019	15:24:54.507
		Código Verificador:	cfe8c68c6896e89c2c9accac60f0474f
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.714.000.000	13-12-2019	15:24:58.615
		Código Verificador:	11fa81b98955cafec30dd2ee7af77f81
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.719.000.000	13-12-2019	15:24:50.429
		Código Verificador:	6824f1578601eb4fd515347b14cb9280
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.720.000.000	13-12-2019	15:24:50.442
		Código Verificador:	a7529deceeee91febef33f9220632781
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.720.900.000	13-12-2019	15:24:45.070
		Código Verificador:	f75776b53856fc973202f13568d1c251
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.725.000.000	13-12-2019	15:24:40.406
		Código Verificador:	42f16de08528a72b778781f23caaf389
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.728.900.000	13-12-2019	15:24:38.868
		Código Verificador:	0fcdcd9c90299f61f1ce8f0b3e164db3
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.730.000.000	13-12-2019	15:24:28.551
		Código Verificador:	7b9210ef6733f8b0461a399ce57dc632
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.733.900.000	13-12-2019	15:24:33.304
		Código Verificador:	bd8e5aa6339eb16979f6587b0d41cce5
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.734.000.000	13-12-2019	15:24:27.470
		Código Verificador:	7edc648136060c19b29cc38f81bb8322
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.734.500.000	13-12-2019	15:24:25.073
		Código Verificador:	374ee80e90ff6a51ee33e4c5c3358c48
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.735.000.000	13-12-2019	15:24:18.714
		Código Verificador:	c442358a5aa49692bdb4c3efb8d0a085
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.735.423.000	13-12-2019	15:24:17.380
		Código Verificador:	c5606e256213417484010222dc044335
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.736.000.000	13-12-2019	15:24:14.718
		Código Verificador:	2492d9a0064eda818a1f516ddb326133
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.737.000.021	13-12-2019	15:24:05.694
		Código Verificador:	b7d49670054e4e7ac3fd089e2a44be96
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.737.393.281	13-12-2019	15:24:04.137

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	cea822e350caacecdac39830495eddc8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.739.422.173	13-12-2019	15:23:50.469	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d77a8b77370044e989ebd24f42ef256f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.742.000.021	13-12-2019	15:23:52.696	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06533e1e7424a0a9961328bffaebd5cc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.743.981.000	13-12-2019	15:23:38.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a446a4e7fc904fa9d9d42c8be1dd2f9	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.744.000.021	13-12-2019	15:23:40.477	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eed007c5bc0f0a646e9202fe9ddea22a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.744.060.021	13-12-2019	15:23:34.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74eff61d398e34661e588d6252acac8a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.745.060.021	13-12-2019	15:23:27.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc0ea575fa01f98ea061689f238c8b76	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.745.500.000	13-12-2019	15:23:25.616	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed10f2a6bce423adc734e0636ea02cb4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.746.960.021	13-12-2019	15:23:20.880	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	218ea218f1ab3462e3739efedd3687d6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.747.000.000	13-12-2019	15:23:11.201	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de4fa5a0557238006cd5c9bda6125432	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.748.960.321	13-12-2019	15:23:04.737	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e039e3808a570ff7fc80ed740b4ea8f9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.748.999.999	13-12-2019	15:22:57.930	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fc63c3f0354f0961338a905c65e0a1c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.749.000.000	13-12-2019	15:22:50.687	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a08a4a54978b9c2791a0fe6efd9764a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.750.939.000	13-12-2019	15:22:41.359	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f0edab4e15c8af3a1b83e132b844a1f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.752.000.000	13-12-2019	15:22:40.732	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a9a5f8cb2137ab3be849d9e9a47c91f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.752.800.000	13-12-2019	15:22:23.112	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b00e5f516f29227f1b5ca72afb81342b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.754.000.000	13-12-2019	15:22:18.922	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1c2aaa10891893d6946506e4fe5a03a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.754.400.000	13-12-2019	15:22:08.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e860cad226fea9db5da751df1839eef1	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.756.000.000	13-12-2019	15:22:10.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cda46d07a830305509a0f4fc89e91feb	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.757.900.000	13-12-2019	15:22:02.456	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	debe558ecf820a5a3ff4ad3968c69d08	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.758.500.000	13-12-2019	15:21:46.899	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1fede2a2176e0486a977c45406a604b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.762.000.000	13-12-2019	15:21:46.412	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b393382f03be353d6bd214a6049e9bb1	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.762.500.000	13-12-2019	15:21:41.117	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80c123b9fea9b1d22d8f146749a043ff	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.763.999.969	13-12-2019	15:21:17.470	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4c648f0db04ac3a2cc90777bbe0a317	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.766.000.000	13-12-2019	08:00:40.619	Propuesta
		Código Verificador:	2c162e51674e145dc2abb072745a4a16	
DEZETA S.A - 80019208-7	3.780.000.000	13-12-2019	08:00:40.620	Propuesta
		Código Verificador:	1ef1a8e43fa764c4ef49bfaa67485430	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.438.000.000	13-12-2019	08:00:40.616	Propuesta
		Código Verificador:	5d776e365cfd67112c9149e693c193c3	

23 - ELECTROCARDIOGRAFO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	209.000.000	13-12-2019	15:45:03.746	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1a32be97d73e7dbca8adf6a2de1d3a7	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	210.000.000	13-12-2019	15:44:59.678	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9261846db4567ccc3b496ddef7574cb	
INFOTEC SA - 80021897-3	215.000.000	13-12-2019	15:44:53.650	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	657f89044155a6559070bb3668a1fba2	
V & V S.A - 80038216-1	215.000.000	13-12-2019	15:44:55.313	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6928b7c2898f941adc5981fd4ab64e19	
V & V S.A - 80038216-1	218.000.000	13-12-2019	15:44:48.728	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfc68d1fa4bc0ec0682b464927f63fbd	
INFOTEC SA - 80021897-3	220.000.000	13-12-2019	15:44:40.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23424a2046aaba64c2afb79fea2ea24d	
V & V S.A - 80038216-1	229.000.000	13-12-2019	15:44:23.188	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3fc89469887781942b0a7cdf0ecd5aed	
V & V S.A - 80038216-1	229.500.000	13-12-2019	15:44:18.770	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93018e6f8361091d608595a4595d33c1	
V & V S.A - 80038216-1	230.000.000	13-12-2019	15:44:11.570	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3e0325d980a04ee9b69b29e8aabce9f	
V & V S.A - 80038216-1	231.000.000	13-12-2019	15:44:06.676	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69d0b3b16e67017f9c3e70ba344f2352	
V & V S.A - 80038216-1	232.000.000	13-12-2019	15:44:01.075	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9567e8e31384512bf7f3ec43ed784423	
V & V S.A - 80038216-1	233.000.000	13-12-2019	15:43:53.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41521508dcca7599b51a6242ee5a6334	
V & V S.A - 80038216-1	235.000.000	13-12-2019	15:43:48.678	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6afc41cd708dfdeeb3c69a3efa198a36	
INFOTEC SA - 80021897-3	237.000.000	13-12-2019	15:43:50.139	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a1896db7907463cd0942a6ca36e894b	
V & V S.A - 80038216-1	238.000.000	13-12-2019	15:43:42.879	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49bbdb309c0ba11d7ee541d6580ad8c0	
INFOTEC SA - 80021897-3	238.675.800	13-12-2019	15:43:30.757	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e3ce90fe8a792c0dd83a1aed8efdef3	
V & V S.A - 80038216-1	238.675.888	13-12-2019	08:00:40.753	Propuesta
		Código Verificador:	57aceefa3fb662aae6dd425ehead743d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	275.000.000	13-12-2019	15:44:24.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e04a5b2f215250059547ea255ccc9fe	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	285.000.000	13-12-2019	15:42:51.178	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe657e77d2a5d3e86690bb1231fed832	
INFOTEC SA - 80021897-3	286.000.000	13-12-2019	08:00:40.755	Propuesta
		Código Verificador:	0db0698150951ecd804e2e46b37b15a5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	385.000.000	13-12-2019	08:00:40.751	Propuesta
		Código Verificador:	6e2e419db20b70e796d52876aa49ba03	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	479.792.310	13-12-2019	15:35:52.808	Etapa de Puja
		Código Verificador:	9caaae92c0ca55b8f16addd3a4320b85	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	1.125.912.480	13-12-2019	08:00:40.754	Propuesta
		Código Verificador:	abf205c75c4f3d91411ec070b021e2e2	

24 - EQUIPO NEUROESTIMULADOR TRASCUTANEO NEUROMUSCULAR (PORTATIL)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	5.619.744	13-12-2019	08:00:40.833	Propuesta
		Código Verificador:	ebb9c98154ec34a6d78afb9f5415120c	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	9.000.000	13-12-2019	08:00:40.835	Propuesta
		Código Verificador:	f36847e71df20e6420a8e05c8cd6223d	

25 - EQUIPO DE AUDIOMETRIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EMEN S.R.L - 80012015-9	198.000.000	13-12-2019	08:00:40.927	Propuesta
		Código Verificador:	18aff75a923f5bba1c4dcb19dd19e226	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	250.000.000	13-12-2019	16:12:34.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fac589dde93a50489f2f9f3ad596acbe	

Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	300.000.000	13-12-2019	08:00:40.925	Propuesta
		Código Verificador:	c33536368c1b4643ca125c148a635740	

26 - EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	398.050.000	16-12-2019	08:39:26.877	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	885f6a852d8be35ad7eae59c60dc19ba	
V & V S.A - 80038216-1	398.100.000	16-12-2019	08:39:21.780	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d058a146d3c6ff7d7942b7eb0519d02	
V & V S.A - 80038216-1	398.150.000	16-12-2019	08:39:16.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c090b7728d2d9e7a3c83e4d9690aefc	
V & V S.A - 80038216-1	398.200.000	16-12-2019	08:39:11.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5967deec02dbcf78f43b82bed57e5c	
V & V S.A - 80038216-1	398.250.000	16-12-2019	08:39:07.323	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc5bd51d1139aea1a9917a1cd99b2a4e	
V & V S.A - 80038216-1	398.350.000	16-12-2019	08:39:00.638	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8887673668e120067d1b89005ce3431f	
V & V S.A - 80038216-1	398.450.000	16-12-2019	08:38:56.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f66db6ebc593a8765e1257973eb60253	
V & V S.A - 80038216-1	398.550.000	16-12-2019	08:38:50.999	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	333036af87c5b16f6367f67fd64d57a	
V & V S.A - 80038216-1	398.650.000	16-12-2019	08:38:45.681	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	997eddaad92b18503d9cff0447f8f7da	
V & V S.A - 80038216-1	398.750.000	16-12-2019	08:38:40.438	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a4f2077e293ba81d0aeb726d00ba767	
V & V S.A - 80038216-1	398.850.000	16-12-2019	08:38:34.071	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92b409fff8aa169d462f2ac65da0f81d	
V & V S.A - 80038216-1	399.000.000	16-12-2019	08:38:25.437	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfddd3e213477b3e6200909ddf3a08eb	
V & V S.A - 80038216-1	399.050.000	16-12-2019	08:38:21.142	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65d54e4b69c3b951537df22f34b0aeb8	
V & V S.A - 80038216-1	399.150.000	16-12-2019	08:38:15.883	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad36b5a8526479f00dd65613ade02340	
V & V S.A - 80038216-1	399.250.000	16-12-2019	08:38:09.429	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89bb65e02bdfc616137975c596f8a8c5	
V & V S.A - 80038216-1	399.350.000	16-12-2019	08:38:05.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	900149f4890317d0623743ddfec4d86c	
V & V S.A - 80038216-1	399.450.000	16-12-2019	08:38:00.349	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	baaa7be5657f8f2b90fb08c9703121f1	
V & V S.A - 80038216-1	399.550.000	16-12-2019	08:37:53.918	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45a373761099ed2d15ba324c9c20566e	
V & V S.A - 80038216-1	399.750.000	16-12-2019	08:37:49.056	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4aa2672584c8b65eeee8ccf2fc3fa8ce	
V & V S.A - 80038216-1	399.950.000	16-12-2019	08:37:43.952	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35900f6cb4d36b3baf3db8cf24e5cc72	
V & V S.A - 80038216-1	400.000.000	16-12-2019	08:37:37.471	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76007f8b6c03e4768816e2127437fa6a	
V & V S.A - 80038216-1	400.150.000	16-12-2019	08:37:31.245	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	029207f7586295f60c4c011e54eca6fd	
V & V S.A - 80038216-1	400.350.000	16-12-2019	08:37:26.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4e3adea11c5cf653cdcb5266e7826d8	
V & V S.A - 80038216-1	400.550.000	16-12-2019	08:37:21.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35b6c32259039ec4b69fb7340fdd6d2d	
V & V S.A - 80038216-1	400.750.000	16-12-2019	08:37:16.885	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea7075f6f209849c91b5314eccc24e410	
V & V S.A - 80038216-1	400.850.000	16-12-2019	08:37:11.460	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3b2c97fb38772e1d579e11efd94fe42	
V & V S.A - 80038216-1	401.000.000	16-12-2019	08:37:00.132	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	56e7730728de5afa39013d73f533f328	
V & V S.A - 80038216-1	401.150.000	16-12-2019	08:36:55.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86ad78dc99da7cb108aa504b580b372d	
V & V S.A - 80038216-1	401.250.000	16-12-2019	08:36:49.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	541b31c486b6edcef2c207ed76764f24	
V & V S.A - 80038216-1	401.500.000	16-12-2019	08:36:44.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8478613aaaf78a46b60c4f2102e6a1e4	
V & V S.A - 80038216-1	401.650.000	16-12-2019	08:36:39.522	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efd6c180dfaba9de16daaacf4030b5ce	
V & V S.A - 80038216-1	401.750.000	16-12-2019	08:36:34.663	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c1dc7688ae433086b89c1be1652e445	
V & V S.A - 80038216-1	401.850.000	16-12-2019	08:36:30.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	567d8184eb22dba37311cebd87fe37c1	
V & V S.A - 80038216-1	402.000.000	16-12-2019	08:36:24.046	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	821d9e8a66642fb6107f2cd3377b5e12	
V & V S.A - 80038216-1	402.500.000	16-12-2019	08:36:16.494	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7411b93dc95c0f14cbe1c049e41a55ec	
V & V S.A - 80038216-1	402.750.000	16-12-2019	08:36:11.990	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c67e0311362f4c5f5c596c2264675479	
V & V S.A - 80038216-1	402.950.000	16-12-2019	08:36:07.616	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3ebabefe106969e9b500414ce3e3dd	
V & V S.A - 80038216-1	403.000.000	16-12-2019	08:36:01.573	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a564e3fa00d3e1afa296502b5a16fed4	
V & V S.A - 80038216-1	403.250.000	16-12-2019	08:35:54.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b12831b4640e20a736ff4a9679e63ebb	
V & V S.A - 80038216-1	403.500.000	16-12-2019	08:35:49.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a281764f4ad7be860da8937c871d53c	
V & V S.A - 80038216-1	403.750.000	16-12-2019	08:35:44.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1aa392fd58e36ee90eb4ce77f867901d	
V & V S.A - 80038216-1	404.000.000	16-12-2019	08:35:39.423	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77094ce1903d3fd5208e4e2b182bf00f	
V & V S.A - 80038216-1	404.250.000	16-12-2019	08:35:34.887	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	834a7e046af76a26ac6c27c029dcac46	
V & V S.A - 80038216-1	404.500.000	16-12-2019	08:35:30.393	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38bedbb24648824ea51d32e1dbbfff66	
V & V S.A - 80038216-1	404.750.000	16-12-2019	08:35:22.833	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4352fe16bd5869f721dd9953da568bc	
V & V S.A - 80038216-1	405.000.000	16-12-2019	08:35:16.981	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5bbcd6d139031e7f36d96f67ea1b54c5	
V & V S.A - 80038216-1	405.088.600	13-12-2019	08:00:41.075	Propuesta
		Código Verificador:	02d33aaa9ce11dd1110c5c8e77bbb6da	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	406.000.000	13-12-2019	08:00:41.076	Propuesta
		Código Verificador:	12733828412a7562a3a18d51c74c7513	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	616.000.000	16-12-2019	08:34:30.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70f92c781b8b49df6d3a79137941b8f0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	800.000.000	16-12-2019	08:26:36.784	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c0bad60962eafb8b5d45823aa9eb26ef	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	840.000.000	13-12-2019	08:00:41.074	Propuesta
		Código Verificador:	0c4563b4d492385d8cc7258283900e02	

27 - EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	31.950.000	16-12-2019	08:57:16.963	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b3b9c05340a2e773643c0bf0e8f91ff	
V & V S.A - 80038216-1	33.000.000	16-12-2019	08:57:13.311	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c3a8509006e969247379fd7ba9764c6	
V & V S.A - 80038216-1	33.500.000	16-12-2019	08:57:07.687	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14a8def709a4fed95f7f59b5f146e604	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	34.000.000	16-12-2019	08:57:01.619	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	606a33808beca51305960571fe6641a6	
V & V S.A - 80038216-1	35.000.000	16-12-2019	08:56:57.056	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf1d522230f788cd9cf5a9fc8e4f4f33	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	36.600.000	16-12-2019	08:56:55.558	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d10cf93dd610ec295c1749b09bdcbf5	
V & V S.A - 80038216-1	39.000.000	16-12-2019	08:56:50.921	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3758cfc77db4310c38fa5651879b918	
V & V S.A - 80038216-1	39.500.000	16-12-2019	08:56:45.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a128f705cdd0c6b7b6f88188c0b520e	
V & V S.A - 80038216-1	40.000.000	16-12-2019	08:56:41.208	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3899cbc409babd63f8ffe34f39432749	
V & V S.A - 80038216-1	40.500.000	16-12-2019	08:56:36.880	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09912921be2ed64cba45b71db0026a55	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	41.700.000	16-12-2019	08:56:31.775	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d04270b97c8a74012db04d68f49ecd4	
V & V S.A - 80038216-1	42.500.000	16-12-2019	08:56:32.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	663f76fed937fdae954f5051f295e7a6	
V & V S.A - 80038216-1	42.850.000	16-12-2019	08:56:27.044	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed971b0c5bbf1f96a6dcb1fbf5f10a51	
V & V S.A - 80038216-1	43.000.000	16-12-2019	08:56:23.311	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40cd990cb0529762d6da12319e91500b	
V & V S.A - 80038216-1	43.750.000	16-12-2019	08:56:17.126	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9dca3d8c283c9c60a763ee60c87d1bcb	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	45.960.000	16-12-2019	08:56:02.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2c014ef2c5bf1ced166045b87b28fd7	
V & V S.A - 80038216-1	47.250.000	16-12-2019	08:56:08.746	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eab5b07a22324406ddb29619c92b630f	
V & V S.A - 80038216-1	47.750.000	16-12-2019	08:56:01.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae38e3996bba886dd8bd0e68e8496f7a	
V & V S.A - 80038216-1	48.000.000	16-12-2019	08:55:55.218	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efe957e88a978d1c4a3055a8b8ffdd99	
V & V S.A - 80038216-1	48.250.000	16-12-2019	08:55:47.208	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c9e6c03d19a06601101684527a85733	
V & V S.A - 80038216-1	48.500.000	16-12-2019	08:55:41.963	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3b800be640be1e13fe1fe0f905173e6	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	48.600.000	16-12-2019	08:55:22.187	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	563902c987de6a23d8b6f2d197342392	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	55.000.000	16-12-2019	08:48:52.139	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1c3f991ed4bf78cb2154fe7d56a60dc4	
V & V S.A - 80038216-1	58.574.625	13-12-2019	08:00:41.206	Propuesta
		Código Verificador:	ae67e0ff0f167f35325045f9dcbba204	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	66.000.000	13-12-2019	08:00:41.207	Propuesta
		Código Verificador:	1c3dfb798fe1cdfaba2e1df92ab5fcc6	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	75.000.000	16-12-2019	08:57:42.891	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9bc832320c92ddd34c25c4d0e5a46e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	90.000.000	13-12-2019	08:00:41.204	Propuesta
		Código Verificador:	c6af3b57f0ce6ed6aa7dd437ba49e1ad	

28 - EQUIPO DE ONDA CORTA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	34.550.000	16-12-2019	09:20:43.983	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ea642989c17d8c483dc4fc01b68d998	
V & V S.A - 80038216-1	34.600.000	16-12-2019	09:20:39.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fa48e6416a28e5853dfd84c227c2007	
V & V S.A - 80038216-1	34.650.000	16-12-2019	09:20:31.637	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f82b463fbb111f8787e5470d7ccd360	
V & V S.A - 80038216-1	34.750.000	16-12-2019	09:20:26.375	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	12e68975814044de37a239b11c111f19
V & V S.A - 80038216-1	34.800.000	16-12-2019	09:20:20.135 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfeb8ef3eb74023200ea67b9ab2478c7
V & V S.A - 80038216-1	34.850.000	16-12-2019	09:20:14.759 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a0a4106f28ca519a0882501932769d5
V & V S.A - 80038216-1	34.900.000	16-12-2019	09:20:09.366 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7aecc0bb3fd3be43c2585934f8c84b14
V & V S.A - 80038216-1	34.950.000	16-12-2019	09:20:04.771 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6284622ac8e97cc61031e6876a194cb5
V & V S.A - 80038216-1	35.000.000	16-12-2019	09:19:33.968 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	599f3034bfdd346aedd93c7a87030bac
V & V S.A - 80038216-1	35.050.000	16-12-2019	09:19:28.833 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1519add65f8aa64c418f24dc5b752762
V & V S.A - 80038216-1	35.100.000	16-12-2019	09:19:21.781 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81c7adfd7770efac6b6ab9bc065e0a80
V & V S.A - 80038216-1	35.150.000	16-12-2019	09:18:51.298 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43d336945f9033dfbb0806f8b2cdd642
V & V S.A - 80038216-1	35.200.000	16-12-2019	09:18:39.684 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35c5c27ed03bd99b86532edca5edd284
V & V S.A - 80038216-1	35.250.000	16-12-2019	09:18:32.882 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0eb8f9204a56f60e181f46437c5ad7e
V & V S.A - 80038216-1	35.300.000	16-12-2019	09:18:26.976 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab5e5ce9c248690e49d306836b781888
V & V S.A - 80038216-1	35.350.000	16-12-2019	09:18:21.476 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aef2a0dfd5cdef607efafb166bafde25
V & V S.A - 80038216-1	35.400.000	16-12-2019	09:18:16.859 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5107dda96bd36e9d633225ea5c0a9df
V & V S.A - 80038216-1	35.500.000	16-12-2019	09:18:04.671 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	068d0abb964dd906023d23961decd0af
V & V S.A - 80038216-1	35.550.000	16-12-2019	09:17:59.296 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d305558a72d11b927f32426eb7d93d0a
V & V S.A - 80038216-1	35.650.000	16-12-2019	09:17:53.680 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aea34c332f857c26dae2c8856254551c
V & V S.A - 80038216-1	35.700.000	16-12-2019	09:17:48.521 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5776e14fe66c9805205c8e3240485e65
V & V S.A - 80038216-1	35.750.000	16-12-2019	09:17:39.282 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3566f057e825c54abc9d79766b7f8bc1
V & V S.A - 80038216-1	35.800.000	16-12-2019	09:17:34.538 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac77144a66a75c53e4e56bf323092fa4
V & V S.A - 80038216-1	35.900.000	16-12-2019	09:17:29.234 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86c876f1142044174059f5ea4a093011
V & V S.A - 80038216-1	36.000.000	16-12-2019	09:17:08.225 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c242a4b8ae4a7e9f4aee4d96caa3c96
V & V S.A - 80038216-1	36.050.000	16-12-2019	09:17:00.584 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c59100a7356d85347b45cb71e487cf47
V & V S.A - 80038216-1	36.100.000	16-12-2019	09:16:55.300 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b47689ef578be721457f4a55afafbf1
V & V S.A - 80038216-1	36.150.000	16-12-2019	09:16:49.556 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcac11d3c68c74e4ef5deff5449687fa
V & V S.A - 80038216-1	36.200.000	16-12-2019	09:16:43.739 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfb363ae452421ad7e7043355cedd048
V & V S.A - 80038216-1	36.250.000	16-12-2019	09:16:38.527 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdf512b271aa82f09745d59a2d328cd9
V & V S.A - 80038216-1	36.300.000	16-12-2019	09:16:29.295 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bdb96f47aad69d49b90e29e0dbe1d9f
V & V S.A - 80038216-1	36.350.000	16-12-2019	09:16:21.203 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9a42aa34d0a8aa46f19f5ec405dd204
V & V S.A - 80038216-1	36.400.000	16-12-2019	09:16:17.011 Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	e8db8020ce0acaf90af61ba1330af39
V & V S.A. - 80038216-1	36.500.000	16-12-2019	09:16:10.253
		Código Verificador:	a8779d6f94490a441fc285bc8cf53c21
SIEGEN S.A. - 80037885-7	36.600.000	16-12-2019	09:15:28.617
		Código Verificador:	e7479e943de5f945b8e4b5b24538afea
SIEGEN S.A. - 80037885-7	40.800.000	16-12-2019	09:06:56.252
		Código Verificador:	b84f3298ddb97a4ac10bccfaa81fd765
V & V S.A. - 80038216-1	42.900.000	13-12-2019	08:00:41.328
		Código Verificador:	a382fc288fe54cd751fc793668e8b1a4
SIEGEN S.A. - 80037885-7	45.600.000	13-12-2019	08:00:41.329
		Código Verificador:	847c8d843f2c681c571cf768b9626325
ARGON S.R.L. - 80004373-1	75.000.000	16-12-2019	09:16:29.929
		Código Verificador:	177c2ab9db2fbacae7f71686722c404f
ARGON S.R.L. - 80004373-1	90.000.000	13-12-2019	08:00:41.326
		Código Verificador:	2733c48e91b55ec992268ccc22e3387c

29 - EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.200.000.000	16-12-2019	09:50:20.474	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d03d6a3fb8917d66b997ceff7534f2a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.230.000.000	16-12-2019	09:50:12.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27469553be75b2088295fdd0873753da	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.245.000.000	16-12-2019	09:50:17.882	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a3b0a2ada80a533a7f331f842d2039b	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.250.000.000	16-12-2019	09:49:53.363	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5d94ea009ca2e561d9cdadfd9e91e8b7	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.280.000.000	16-12-2019	09:50:19.749	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	525d8c66ae6c3f871579fc3e33e2f0ea	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.290.000.000	16-12-2019	09:49:55.909	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f073283574879ec8a78cf4881e99027a	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.290.000.000	16-12-2019	09:50:04.287	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cfb98d7d93a7c2d8da5a5dbbd880765	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.299.000.000	16-12-2019	09:49:47.471	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f9717ae8ecb063ef70d6e2ab3d35a88	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.300.000.000	16-12-2019	09:49:42.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3748c3480391a41b366733678a8d121	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.300.000.000	16-12-2019	09:49:47.359	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b8d05ec4bfab06029bf960496d3f25d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.310.000.000	16-12-2019	09:49:35.714	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	643d65867c726b3a69d4ebb4125a66e3	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.320.000.000	16-12-2019	09:49:45.373	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d70beb5de439a32cc5ead8999ddc5d0a	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.330.000.000	16-12-2019	09:49:24.658	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be971260bd8cf936901d58d7bc43ecb7	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.330.000.000	16-12-2019	09:49:35.754	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d5df5eb63f1b96ce50ec8e1fd51b094	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.340.000.000	16-12-2019	09:49:28.120	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c334d3d687630bcc1ebdae86a1c1af80	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.340.000.000	16-12-2019	09:49:28.215	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c27e9f7792b46c8a5a0b1081d411d2b	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.350.000.000	16-12-2019	09:49:14.587	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1497949c1674d7dbdc6048aaf64575	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.350.000.000	16-12-2019	09:49:18.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6bea3ece4de36ae4ce71de9dd3b3a311	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.360.000.000	16-12-2019	09:49:20.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b887897c8787e96daea7d92777ace7b2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.369.000.000	16-12-2019	09:49:19.273	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22dd4c9be65f3d9556a7f4519a0434fe	

Listado General de todas las Ofertas

EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.370.000.000	16-12-2019	09:49:08.191	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b6c0dd31aa43068fb54210da9ef0526	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.380.000.000	16-12-2019	09:48:54.699	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4908ffb133898b9412ba8a6747d6d81	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.380.000.000	16-12-2019	09:48:58.539	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ee2655fbc358a6264e8690d12e17fc9	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.380.000.000	16-12-2019	09:49:00.146	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18e28024b838df25ce78c444aababf3b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.390.000.000	16-12-2019	09:48:47.347	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f412bba07aa28c8cbddf4246599ce218	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.390.000.000	16-12-2019	09:48:47.854	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75682bd7ef21d028f5039eee6b12a060	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.400.000.000	16-12-2019	09:48:12.966	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f31371fe9604b6a0a0f5b44c52960608	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.400.000.000	16-12-2019	09:48:40.328	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53add1e0fc12fce4636bf932356ba1dc	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.420.000.000	16-12-2019	09:48:23.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30a996a22f786dc5e977c7e3176baf5b	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.420.000.000	16-12-2019	09:48:31.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	153495e91ac2dbbfc9eedab102ddc63f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.440.000.000	16-12-2019	09:48:07.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d64e3cf409dfa12f14336cd472be42c	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.450.000.000	16-12-2019	09:47:57.661	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1324726ad32fa25e4b36803d8e31f434	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.450.000.000	16-12-2019	09:48:19.332	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfca9a99bdd11c4e7104a476ff32c87b	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.480.000.000	16-12-2019	09:47:48.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62f4f1b730f644dc581ef77fc3936442	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.490.000.000	16-12-2019	09:47:36.811	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6da9bb3d96ca66b90df82763cce2116	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.490.000.000	16-12-2019	09:47:45.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	857d1ba7a3f8d3b5fea47b98527f5702	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.500.000.000	16-12-2019	09:47:27.111	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6dd8f53a65d1c55d0694b1fa406102e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.530.000.000	16-12-2019	09:47:23.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b268bd8856fadf0f6157c65bbff8daf	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.550.000.000	16-12-2019	09:46:59.331	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8268b1e5734188e9ff72bce693d7fd3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.579.000.000	16-12-2019	09:47:34.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	087445d404575dfe5703e7b2885f7e89	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.580.000.000	16-12-2019	09:47:07.942	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	581b3af26e9f62c9f6006148ab41d61e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.585.000.000	16-12-2019	09:47:17.314	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ab5d04e5fbddb9fedf085281333d4db	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.590.000.000	16-12-2019	09:46:54.296	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6aceb00172d754f16fba1224c2bde07b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.599.000.000	16-12-2019	09:46:57.211	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2792fefe3ca4bc2195502a1f67539df4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.600.000.000	16-12-2019	09:46:38.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9d9bb12cf45bdefe4d14aec269cf9c0	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.600.000.000	16-12-2019	09:46:43.491	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d25de4dee4163de31478509168c837d4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.645.000.000	16-12-2019	09:46:39.326	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8512a98505fba63906574ae38ef6068	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.650.000.000	16-12-2019	09:46:22.863	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df3886d3392208345b953cc07ee73372	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.650.000.000	16-12-2019	09:46:35.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7139c932f65a979a15788ad7e1b1f883	

Listado General de todas las Ofertas

EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.650.000.000	16-12-2019	09:46:38.523	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cade243b4260136d8e269f75c8e1c2b6	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.700.000.000	16-12-2019	09:46:07.452	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	336425c6efa7312707c1381c166e2e88	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.700.000.000	16-12-2019	09:46:15.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	904b85910d887b6352cdf0e8b4f89889	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.780.000.000	16-12-2019	09:46:06.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a941395f641e11d400971f619b603380	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.790.000.000	16-12-2019	09:46:09.904	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e37ae889a3ecec4767d5db7030a9d1e93	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.800.000.000	16-12-2019	09:45:58.473	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72985b82a20ea9fe2108cc66de51142b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.890.000.000	16-12-2019	09:45:42.570	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffa838a3c3a33c7f24b9acfeaa5f675e	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.900.000.000	16-12-2019	09:45:39.119	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6d68e1c2a3c3edb5d1642945fd44252	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.910.000.000	16-12-2019	09:45:51.419	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42ef907e022724b3c442cf5208a621fa	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.950.000.000	16-12-2019	09:45:34.899	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b80d136956c9d0003c4ae1b2fc4ce6a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.990.000.000	16-12-2019	09:45:27.803	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5334463715e4d5016e4bdf3217a6176	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.999.000.000	16-12-2019	09:45:30.146	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28154edd96184bd7e8cf70f3ea35d477	
Consorcio Sumi - 80109965-0	6.000.000.000	16-12-2019	09:45:09.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3e3b89c3432084c765eae275a92c3	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	6.000.000.000	16-12-2019	09:45:18.463	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0facd1c0ec56e455f5451b98bdd6023	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	6.080.000.000	16-12-2019	09:44:59.654	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e1a8a47f62891a1332174fd2dad4972	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	6.099.000.000	16-12-2019	09:45:17.064	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a69bd12a2e51c307541fb0354f610694	
Consorcio Sumi - 80109965-0	6.100.000.000	16-12-2019	09:44:44.525	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72eace24c7719c3f6ddf1cd8014625d5	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	6.110.000.000	16-12-2019	09:45:05.637	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c31ac558323e41bb8b1d33f0beb0ffc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	6.120.000.000	16-12-2019	09:44:34.698	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	032a1b103682f041abfe6621e1d17b94	
Consorcio Sumi - 80109965-0	6.200.000.000	16-12-2019	09:44:15.200	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74c7ed377cac3a1fa9ce03917c3f95c4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	6.200.000.000	16-12-2019	09:44:36.198	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dafd32744ca28ecc6e8e2dbdc661d188	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	6.299.999.990	16-12-2019	09:44:05.154	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc0f5ab7587a4f566d647c3e2314a5aa	
Consorcio Sumi - 80109965-0	6.300.000.000	13-12-2019	08:00:41.602	Propuesta
		Código Verificador:	0099e2afe0f2618adcb57c82079c3b95	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	6.500.000.000	16-12-2019	09:44:02.193	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4499ae00048777d1b951f14d11145ec8	
DEZETA S.A. - 80019208-7	6.880.000.000	16-12-2019	09:48:48.916	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fec9e971939cda01fc084d282c47cec6	
DEZETA S.A. - 80019208-7	6.900.000.000	16-12-2019	09:48:32.539	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0911f5641428f026520e7ee95dfc3b18	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	6.910.000.000	16-12-2019	09:48:21.843	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52fc51f10ff37bb97171c22b5aa74478	
DEZETA S.A. - 80019208-7	6.920.000.000	16-12-2019	09:48:12.490	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	094dbb57320a632fc7384327afc4384e	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	6.940.000.000	16-12-2019	09:48:11.518	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40c7dd84e399bf82b3fcfab9670779f	

Listado General de todas las Ofertas

DEZETA S.A - 80019208-7	6.950.000.000	16-12-2019	09:47:46.947	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5e272d9ddf6e049beedad52993e62c7	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	6.980.000.000	16-12-2019	09:47:58.090	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef297313029bc3082281d5d5e8c0b8c5	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	6.990.000.000	16-12-2019	09:47:29.982	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48b3ec10289d54f096582e5edb776e0b	
DEZETA S.A - 80019208-7	7.010.000.000	16-12-2019	09:47:12.890	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06bab622fcd862c33d2f7459fc0ead9c	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	7.010.000.000	16-12-2019	09:47:13.571	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51865bac1d28d4b2469fd717d6d3e806	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	7.020.000.000	16-12-2019	09:46:53.682	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80e26d56daaf88beb71297e2a65aff03	
DEZETA S.A - 80019208-7	7.050.000.000	16-12-2019	09:46:39.313	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06fa3196d92ec274621c1db8dcb51e2b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	7.050.000.000	16-12-2019	09:46:43.978	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3b395896c0ad1331324c19c1fab3bce	
DEZETA S.A - 80019208-7	7.100.000.000	16-12-2019	09:46:14.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec4cd59309240aba44f13f6e26580adb	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	7.100.000.000	16-12-2019	09:46:20.087	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae92d30003bb52443588a3d590d25eac	
DEZETA S.A - 80019208-7	7.150.000.000	16-12-2019	09:45:57.685	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	523902c6ae77ca1f707c8980bb2d80f5	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	7.200.000.000	16-12-2019	09:45:36.528	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b48abc5a889974ffda48491a6d6f5952	
DEZETA S.A - 80019208-7	7.310.000.000	16-12-2019	09:45:28.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	837c37b0847ef8075fbc0b9ff85f7c61	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	7.350.000.000	16-12-2019	09:45:19.313	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd5409c5ec814dff805f339c29d685a	
DEZETA S.A - 80019208-7	7.400.000.000	16-12-2019	09:45:05.661	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac2ccbf3951a162b293990cbd00e79fc	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	7.450.000.000	16-12-2019	09:45:03.829	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e89deb02769ea6107ea59c3d2f9bee3	
DEZETA S.A - 80019208-7	7.550.000.000	16-12-2019	09:44:43.602	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5816617e69186795623321885beb591	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	7.650.000.000	16-12-2019	09:44:30.978	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec01beef5a3dc2565dca173cd566176e	
DEZETA S.A - 80019208-7	7.700.000.000	13-12-2019	08:00:41.597	Propuesta
		Código Verificador:	a24462d759a989f3fc5569d79c3a6604	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	7.850.000.000	16-12-2019	09:43:27.195	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96a971c884175d9747b5142add860a44	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	7.999.999.994	13-12-2019	08:00:41.599	Propuesta
		Código Verificador:	23a47de5b1b402ca81750fa9ed7708e9	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	8.790.000.000	16-12-2019	09:36:43.359	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ea2c5ba83d450edcb5aeb49e7f854bef	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	8.798.000.000	16-12-2019	09:33:02.387	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1f7c8198d8a67e9d38305b606520ede8	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	8.799.000.000	13-12-2019	08:00:41.595	Propuesta
		Código Verificador:	df215117e82f8600e563bcc0aaf26f5c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	10.500.000.000	13-12-2019	08:00:41.593	Propuesta
		Código Verificador:	747f659255fb8542ea47451b984d191d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	11.804.675.281	13-12-2019	08:00:41.600	Propuesta
		Código Verificador:	2788ebf202af56a64f1ef303e127295e	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	12.530.000.000	13-12-2019	08:00:41.603	Propuesta
		Código Verificador:	489c63c33515ccfda501ec9636be87a2	

30 - EQUIPO RAYOS X ODONTOLOGICO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

Listado General de todas las Ofertas

ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	60.000.000	13-12-2019	08:00:41.687	Propuesta
		Código Verificador:	07518c8a85321f68797c0059f36ef4dc	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	72.000.000	13-12-2019	08:00:41.685	Propuesta
		Código Verificador:	329c3a0d0bdfb9cce7550f45311d6411	

31 - EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.275.000.000	16-12-2019	10:30:43.652	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6fb4f95b4f00671831465c62b38b18f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.285.000.000	16-12-2019	10:29:43.542	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2a7255ba75f76282fe55d25c7c210cc	
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	1.299.000.000	16-12-2019	10:30:10.143	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f78cb0f3b2cc19c3e0ac021eb4d9a124	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.380.000.000	16-12-2019	10:29:52.532	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d23b072f8d224db29783b8703817044	
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	1.398.000.000	16-12-2019	10:29:27.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7ee0a7361b7ac01485629e6be4febe4	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.410.000.000	16-12-2019	10:29:25.901	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4570e9d285bd42410e26b980347bc950	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.430.000.000	16-12-2019	10:29:12.551	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	011a7dd17f11aed3bf5ee2b15ecfddb4	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.450.000.000	16-12-2019	10:29:04.441	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed7da5a7a5bf3dd01a44560de4bbcf35	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.490.000.000	16-12-2019	10:28:47.186	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	007c30a7378c64c98802f1496d20f6e4	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.500.000.000	16-12-2019	10:29:18.316	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3792c8cb554155bcb9de49dc7a71014	
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	1.515.000.000	16-12-2019	10:28:54.952	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8477424954e28db8dc69f5913c64aa2	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.520.000.000	16-12-2019	10:29:00.295	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00dedcf16b08401cb9f84134170c3ca6	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.530.000.000	16-12-2019	10:28:44.909	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a5e2faf8e45cf04867692fbafd93fde	
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	1.545.000.000	16-12-2019	10:28:29.877	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8192cd016d1937742ad97c7dc2cca69	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.550.000.000	16-12-2019	10:28:20.390	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	299f261221efa935dbb055bf2182334d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.550.000.000	16-12-2019	10:28:36.895	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96eea1b2a49f3eedc6fe15e371ef038e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.569.000.000	16-12-2019	10:28:26.372	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	892dead9c79eab634f595b1a95220e72	
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	1.582.500.000	16-12-2019	10:28:04.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93cb8f6d3d0cdeb9ac1aa419d488a834	
Consortio Sumi - 80109965-0	1.590.000.000	16-12-2019	10:28:45.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed465ea497fe7fa41ad5f6b385620da6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.599.000.000	16-12-2019	10:28:14.590	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	555e21b32658a05362e6b6c8628a85ad	
Consortio Sumi - 80109965-0	1.615.000.000	16-12-2019	10:27:58.545	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83bd968937c99e04bca84aa1b5da1032	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.620.000.000	16-12-2019	10:27:55.706	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	483e23139ccacfd014c1f97b80bd8d60	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.630.000.000	16-12-2019	10:27:41.295	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8726995288a1947ecade1f37ab4b8d8d	

Listado General de todas las Ofertas

ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	1.636.500.000	16-12-2019	10:27:35.200	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b02f79e9e6312b1062b15b4f4052cf7	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.650.000.000	16-12-2019	10:28:06.092	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d753c67558a3a338938a57979fa0159	
Consorcio Sumi - 80109965-0	1.660.000.000	16-12-2019	10:27:37.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36a13bde2c4f3386d05a40ae1401cbda	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.670.000.000	16-12-2019	10:27:12.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c77e4e4ef222684fe2188cfe51d65644	
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	1.698.000.000	16-12-2019	10:27:14.099	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24c4b71a6976c8a0d601112756db8f6c	
Consorcio Sumi - 80109965-0	1.700.000.000	16-12-2019	10:26:58.663	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acc190d003bb95cc4d302d4d1a22d5dd	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.720.000.000	16-12-2019	10:26:46.255	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48d8a5f13ef5d3f75909916c31405855	
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	1.800.000.000	13-12-2019	08:00:41.871	Propuesta
		Código Verificador:	df4e2abaf53f13f2916b4d4e03cb7c32	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.830.000.000	13-12-2019	08:00:41.876	Propuesta
		Código Verificador:	11eeb88c4fa73bc9bd9d4df977f3bf9d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.850.000.000	16-12-2019	10:27:43.261	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3f5b815605055ccfb95be980bf16816	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.872.000.000	13-12-2019	08:00:41.869	Propuesta
		Código Verificador:	720f34e4f7892cb6d23a851e7dc318b2	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.886.031.000	13-12-2019	08:00:41.875	Propuesta
		Código Verificador:	381e5e875bc2e779eede0b08e10b3e83	
Consorcio Sumi - 80109965-0	1.950.000.000	13-12-2019	08:00:41.873	Propuesta
		Código Verificador:	56fe762de7a93140b810b91488113d02	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.060.053.020	13-12-2019	08:00:41.872	Propuesta
		Código Verificador:	142faaccfee9fcccdd4f8101ac508064	

32 - EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DEZETA S.A - 80019208-7	4.100.000.000	16-12-2019	10:47:33.630	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdc71adf3d98494ed40015757efc2c29	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.100.000.000	16-12-2019	10:47:37.530	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2aff45c2c091cc73306a47e0ff32815a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.150.000.000	16-12-2019	10:47:24.772	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50ef9d238c97253861f162eb53ea4aa2	
DEZETA S.A - 80019208-7	4.150.000.000	16-12-2019	10:47:26.349	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55e517dd0cabfbb66e994fe2134ab62f	
DEZETA S.A - 80019208-7	4.180.000.000	16-12-2019	10:47:12.123	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce43a6a48e679d912caf6f7d8f5d62a9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.230.000.000	16-12-2019	10:47:12.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6289df2fa9bbf1c6e3693e8875731cfc	
DEZETA S.A - 80019208-7	4.300.000.000	16-12-2019	10:46:56.903	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbb838fb75dc3fb291fc113502e6d2df	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.380.000.000	16-12-2019	10:47:01.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3913b9d1da49e5e611f41bbdf7bd56c	
Consorcio Sumi - 80109965-0	4.390.000.000	16-12-2019	10:47:19.756	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e0662b73c2677b98c01010a76999147	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.400.000.000	16-12-2019	10:46:32.865	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07191f17d5864d2418bb0753ac076481	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	4.599.000.000	16-12-2019	10:47:14.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f28639e43ae147d3e2a57e889b27bf34	
Consorcio Sumi - 80109965-0	4.600.000.000	16-12-2019	10:46:59.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35b49ee1cdc3d386c1cebf4b3bcf9c23	

Listado General de todas las Ofertas

Consorcio Sumi - 80109965-0	4.700.000.000	16-12-2019	10:46:45.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98bfc996cd4ad655e13521bcc03ef460	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	4.710.000.000	16-12-2019	10:46:59.194	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d306ff542331978f0266e16426e32805	
DEZETA S.A - 80019208-7	4.720.000.000	16-12-2019	10:46:32.509	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afb7e81b8e09294a83ab43783e36964a	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	4.750.000.000	16-12-2019	10:46:38.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7b909095575a700f1996d7a01fb1349	
Consorcio Sumi - 80109965-0	4.780.000.000	16-12-2019	10:46:33.394	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0c19adbc7cd6645425a12236e1a367	
DEZETA S.A - 80019208-7	4.800.000.000	16-12-2019	10:46:20.535	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80e92c5b32e84457735f70f987a8b2b8	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	4.850.000.000	16-12-2019	10:46:26.454	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	864e7a44895a26633c020374887a82e2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.900.000.000	16-12-2019	10:46:13.606	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7811c56cbb818babf0d82d695d7a44	
Consorcio Sumi - 80109965-0	4.900.000.000	16-12-2019	10:46:23.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94eb4faeeceab32748bd2d4d84a05fab	
DEZETA S.A - 80019208-7	4.980.000.000	16-12-2019	10:46:11.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5756db3b2cdfd5b3af71e2ecbf707431	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.000.000.000	16-12-2019	10:46:08.674	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5943bb1d820e3f7db08c78fc2f3dd9d7	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	5.000.000.000	16-12-2019	10:46:14.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	378c7bf03f5e5b169028ad32ea09fa64	
DEZETA S.A - 80019208-7	5.050.000.000	16-12-2019	10:45:59.078	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a87e484db16607fba9e277edaf69ad	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.100.000.000	16-12-2019	10:45:56.716	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27cbdc456842b585b88f27f343f8d0ca	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.100.000.000	16-12-2019	10:46:01.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	260715811ad7a679672fed00aa29427c	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	5.100.000.000	16-12-2019	10:46:03.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddc4b0228f15c1e18eb3db88d9cc5fc9	
DEZETA S.A - 80019208-7	5.130.000.000	16-12-2019	10:45:43.162	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc0a2ba098398a535753932b82d50ef3	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	5.200.000.000	16-12-2019	10:45:45.701	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0de61459f0d4307f7c0e06f55fc47ad6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.290.000.000	16-12-2019	10:45:42.964	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b903937c77601777c1f15089a54c4e6	
DEZETA S.A - 80019208-7	5.300.000.000	16-12-2019	10:45:27.597	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67a7f9892cf18099c4415fdd517843f7	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.300.000.000	16-12-2019	10:45:44.552	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4e5326ec24652136e9f09524fd28735	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.350.000.000	16-12-2019	10:45:33.235	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d6897aa2022cad1bedaeb049d5a5adb	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.400.000.000	16-12-2019	10:45:22.260	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ffc8e8c26740a23a4fe85dbe0bb96e4	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.400.000.000	16-12-2019	10:45:30.774	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cb54573761d3b9472a2cd470555f7fd	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	5.410.000.000	16-12-2019	10:45:32.959	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9afa69e6ab58afc2e77dc3d27d0a9c26	
DEZETA S.A - 80019208-7	5.420.000.000	16-12-2019	10:45:11.169	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5601ca0f7d1ba9910750dc8b422c5100	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.430.000.000	16-12-2019	10:45:12.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2387b21f439ceaaf6bd5c7e6f20af3d0	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.450.000.000	16-12-2019	10:45:22.541	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0a625cc260d3684044343849dbf7bef	
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.500.000.000	16-12-2019	10:45:06.226	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb609efa5696ab87a0e5813fa3212fe8	

Listado General de todas las Ofertas

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	5.530.000.000	16-12-2019	10:45:16.975	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7eb6c9cb66b3c3f4eb65ca044bdcaac9	
DEZETA S.A - 80019208-7	5.550.000.000	16-12-2019	10:44:55.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b36262b4346cce2027ca81ee34baf35	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.600.000.000	16-12-2019	10:45:01.176	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6aea315faf8a376988e805d10ff0ba8	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	5.630.000.000	16-12-2019	10:44:59.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0255aed8367651ccba4e3023d4d141ab	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.635.000.000	16-12-2019	10:44:45.863	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44ed69a95edda57decab6d3db1dd6385	
Consortio Sumi - 80109965-0	5.650.000.000	16-12-2019	10:44:58.748	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6c29f22e0e06312236b87b3741f0295	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	5.699.000.000	16-12-2019	10:44:45.367	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13325c882bcd7c7586314602ad8602b6	
DEZETA S.A - 80019208-7	5.700.000.000	16-12-2019	10:44:31.518	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c4c62f65c4de27ee9ea67857719aeb3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.835.000.000	16-12-2019	10:44:35.460	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b3829752b92c05594965220a8841db0	
Consortio Sumi - 80109965-0	5.850.000.000	16-12-2019	10:44:48.414	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d19e674b8e69932f30f10dda90d0e716	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.880.000.000	16-12-2019	10:44:13.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28e4fdd09aa237c69b32f91823c7c814	
DEZETA S.A - 80019208-7	5.880.000.000	16-12-2019	10:44:23.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccf9ac313088c026c8732549d78ad042	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	5.999.000.000	16-12-2019	10:44:20.870	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2926459d6bfad0170b98ee856220620	
Consortio Sumi - 80109965-0	6.000.000.000	16-12-2019	10:43:57.566	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6de42d3f76c72ab8d466612b1c805c87	
DEZETA S.A - 80019208-7	6.000.000.000	16-12-2019	10:44:06.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a6d86bc44850276c82f47d1d48631f9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	6.080.000.000	16-12-2019	10:44:00.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	566b6de4a770a6e9a28ff0de289ee046	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	6.099.000.000	16-12-2019	10:44:05.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8d88b098559e911901298340274da32	
DEZETA S.A - 80019208-7	6.100.000.000	16-12-2019	10:43:46.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d69d6ee61a4282c3fd55ff6ec994f597	
Consortio Sumi - 80109965-0	6.210.000.000	16-12-2019	10:43:51.389	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c6b0256ca4b6bae726940eeac4e8e15	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	6.250.000.000	16-12-2019	10:43:51.033	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37c5f237fd930ea344a6d6ddcb525147	
DEZETA S.A - 80019208-7	6.280.000.000	16-12-2019	10:43:34.949	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09d2742cf135fd0855d9b676e838397c	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	6.300.000.000	16-12-2019	10:43:22.242	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f06960ab03afefb0dd5558b4cc14bac0	
Consortio Sumi - 80109965-0	6.300.000.000	16-12-2019	10:43:31.539	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0a9d705a0903806744b9ae11ced2f29	
DEZETA S.A - 80019208-7	6.400.000.000	16-12-2019	10:43:11.693	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5884fcc7caae31a1b4eb9705577f1a5	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	6.500.000.000	16-12-2019	10:43:14.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9d562282dae9b86cad3cfac5a9fd8c4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	6.535.000.000	16-12-2019	10:43:11.963	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42754efada13f35ab298e4092d431ebb	
DEZETA S.A - 80019208-7	6.550.000.000	16-12-2019	10:42:52.567	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcb1bc523b89eeb33e2986f2271e6f41	
Consortio Sumi - 80109965-0	6.600.000.000	16-12-2019	10:43:14.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c24543fd56548c019866ac7df2d512e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	6.695.000.000	16-12-2019	10:42:52.422	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b538ff61ae8f14491f8f5126ff1b7ec1	

Listado General de todas las Ofertas

DEZETA S.A - 80019208-7	6.750.000.000	16-12-2019	10:42:30.711	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	715eadf42474793c10e92e2a7deebf7f	
Consorcio Sumi - 80109965-0	6.900.000.000	16-12-2019	10:42:47.796	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d281ff6a36509b3ad4304e1a1537136	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	6.900.000.000	16-12-2019	10:42:48.869	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1d0654df2c38d97760d027390995fdd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	6.929.999.999	16-12-2019	10:42:18.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9896da08ae3bd64301a729dcc0b42a85	
DEZETA S.A - 80019208-7	6.930.000.000	13-12-2019	08:00:42.059	Propuesta
		Código Verificador:	83197f66bae2c516bf9098fd673a077e	
Consorcio Sumi - 80109965-0	7.000.000.000	13-12-2019	08:00:42.061	Propuesta
		Código Verificador:	3ca4c4d5134c6eb7a552b1d1073ecd8d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	7.250.000.000	16-12-2019	10:47:25.351	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa4ec9056d5daae2dd61744b40f5e76b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	7.300.000.000	16-12-2019	10:47:04.098	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e726cff8235cb99f35f15ca0653887e4	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	7.350.000.000	16-12-2019	10:43:05.953	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33dd5fcf8273ee6bbbed8920051605b9d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	7.371.000.000	13-12-2019	08:00:42.058	Propuesta
		Código Verificador:	4e573a3b3f1695ec0c92caac4b4c56ba	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	8.694.000.000	13-12-2019	08:00:42.056	Propuesta
		Código Verificador:	e465543293402b2526425957f1bbcec9	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	8.768.256.294	13-12-2019	08:00:42.062	Propuesta
		Código Verificador:	69f333542cc3ca2d5507262f4882a6ed	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	9.577.293.719	13-12-2019	08:00:42.060	Propuesta
		Código Verificador:	9fad571fbbd1e282c9bec6c4d9c2b69a	

33 - EQUIPO DE ULTRASONIDO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SIEGEN S.A. - 80037885-7	42.300.000	16-12-2019	11:05:23.506	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	434bcc0c0ebf20017c6846a6364f61b9	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	42.375.000	13-12-2019	08:00:42.120	Propuesta
		Código Verificador:	bdbe49cee4a037fb571be8eef98eedfa	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	75.000.000	16-12-2019	11:02:08.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4783c5facab508b244c76f0272e2b05d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	90.000.000	13-12-2019	08:00:42.118	Propuesta
		Código Verificador:	b13abb6671d5fea370812bd6796fe71f	

34 - ESTUFA DE ESTERILIZACION

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	108.174.690	13-12-2019	08:00:42.279	Propuesta
		Código Verificador:	56df38b2816a1f69789b1a64c8fb00de	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	150.000.000	13-12-2019	08:00:42.277	Propuesta
		Código Verificador:	e47d32067e029d48f9f28ee897af7b8d	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	383.277.600	13-12-2019	08:00:42.281	Propuesta
		Código Verificador:	44dd7fb5c62297b45926176a88823ae1	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	520.500.000	16-12-2019	11:16:13.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f786c58525a01e31cbb448f468513bff	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	676.650.000	13-12-2019	08:00:42.282	Propuesta
		Código Verificador:	debd16e04e43b75a063fce2710c27eae	

35 - INCUBADORAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	1.148.000.000	16-12-2019	11:51:04.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a608b6df06b4fa40022bac730393d39	
V & V S.A - 80038216-1	1.149.000.000	16-12-2019	11:50:58.382	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	e41c1881d1042b7686c41205cee135f7
V & V S.A - 80038216-1	1.150.000.000	16-12-2019	11:50:23.642
		Código Verificador:	ca686b1a56696483469a39b058d76dec
V & V S.A - 80038216-1	1.175.000.000	16-12-2019	11:50:15.779
		Código Verificador:	d0857620425c5f2c33578006ebf2a755
V & V S.A - 80038216-1	1.185.000.000	16-12-2019	11:50:09.829
		Código Verificador:	243c331b98ab8d32e18b52cf7e4f61ad
V & V S.A - 80038216-1	1.195.000.000	16-12-2019	11:50:04.534
		Código Verificador:	95415e7d1b66520fd0cea46b77657c3c
V & V S.A - 80038216-1	1.200.000.000	16-12-2019	11:49:59.758
		Código Verificador:	25b6e7c98b97c1a5b669e56cece6ab34
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.220.000.000	16-12-2019	11:49:51.653
		Código Verificador:	22ed6273a97c90008997db2f68a6c27d
V & V S.A - 80038216-1	1.220.000.000	16-12-2019	11:49:54.215
		Código Verificador:	45fa99aad2117dce66c11683d5d254db
V & V S.A - 80038216-1	1.230.000.000	16-12-2019	11:49:49.842
		Código Verificador:	c59957dcb1ad59c7ca2917e298be70f3
V & V S.A - 80038216-1	1.235.000.000	16-12-2019	11:49:44.663
		Código Verificador:	6dc92c3c62e7e8ce054158fbc69554b3
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.240.000.000	16-12-2019	11:49:43.200
		Código Verificador:	7cdfd285d2b7f8c327b35ad885d4e9d8
V & V S.A - 80038216-1	1.250.000.000	16-12-2019	11:49:39.785
		Código Verificador:	778f1c6d7f880f189e947c57bd8a0dbb
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.260.000.000	16-12-2019	11:49:33.764
		Código Verificador:	3cdec14367674f8f60d8018ed673ab71
V & V S.A - 80038216-1	1.263.000.000	16-12-2019	11:49:33.064
		Código Verificador:	0afce4f09c4bb640645593d8cd17e597
V & V S.A - 80038216-1	1.263.500.000	16-12-2019	11:49:22.343
		Código Verificador:	44f444ae3cc950994f942f480defcc83
V & V S.A - 80038216-1	1.264.000.000	16-12-2019	11:49:16.612
		Código Verificador:	00711294254ed8e834ad152c4d807430
V & V S.A - 80038216-1	1.265.000.000	16-12-2019	11:48:56.078
		Código Verificador:	f6f4689f2c633e58b7d33f95bc3d6805
V & V S.A - 80038216-1	1.275.000.000	16-12-2019	11:48:50.293
		Código Verificador:	9e94518d2b7caf37609ff804a7b33982
V & V S.A - 80038216-1	1.285.000.000	16-12-2019	11:48:45.143
		Código Verificador:	71c2a9090b318339b49cc48efdfa8ead
V & V S.A - 80038216-1	1.300.000.000	16-12-2019	11:48:40.056
		Código Verificador:	840e8f16f8ea6b7029d3949639fbbdd5
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.320.000.000	16-12-2019	11:48:36.285
		Código Verificador:	1d3e25b3d3c23a0a50fb81e6a8396fe3
V & V S.A - 80038216-1	1.335.000.000	16-12-2019	11:48:34.728
		Código Verificador:	ac5c36c7defe72e7627ec401b4453c87
V & V S.A - 80038216-1	1.350.000.000	16-12-2019	11:48:27.532
		Código Verificador:	61d6059db553229e87d6063af4b434d7
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.380.000.000	16-12-2019	11:48:32.978
		Código Verificador:	49e5456c0ebdcb09ad4cea087edd3998
V & V S.A - 80038216-1	1.385.000.000	16-12-2019	11:48:23.313
		Código Verificador:	53a3bc5cac04813c9c09f126a7d03f08
V & V S.A - 80038216-1	1.400.000.000	16-12-2019	11:48:18.553
		Código Verificador:	5f3ef12303db208d6e929c802dc25ff6
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.440.000.000	16-12-2019	11:48:25.601
		Código Verificador:	f70075ba04aa10e5e81f1fa407f7eb3d
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.450.000.000	16-12-2019	11:48:12.866
		Código Verificador:	f1c543a69d2746653c1a490cb27107de
V & V S.A - 80038216-1	1.475.000.000	16-12-2019	11:48:13.632
		Código Verificador:	c05c4a9d350e2c800968f15724202351
V & V S.A - 80038216-1	1.480.000.000	16-12-2019	11:48:08.684
		Código Verificador:	

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	c7bc408308f1011cfcf3cf2d5d6039fa	
V & V S.A - 80038216-1	1.485.000.000	16-12-2019	11:48:04.076	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4f6325730df228d6ace1117477f2ca6	
V & V S.A - 80038216-1	1.495.000.000	16-12-2019	11:47:59.402	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f7ec7c0dda930e3bbdadcca59448409	
V & V S.A - 80038216-1	1.500.000.000	16-12-2019	11:47:54.261	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76da19639cd78a550d46e8b45f2abe0b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.500.000.000	16-12-2019	11:48:04.584	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce4319cd27b7118f5f138f62b6be48d9	
V & V S.A - 80038216-1	1.515.000.000	16-12-2019	11:47:48.937	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fe5fd0e810282694d3f199abe594da5	
V & V S.A - 80038216-1	1.535.000.000	16-12-2019	11:47:44.011	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18ce070393b286048e64cbdcbb1d1e10	
V & V S.A - 80038216-1	1.550.000.000	16-12-2019	11:47:39.401	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f89435df338cb14de7faa7fa766e5f0	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.550.000.000	16-12-2019	11:47:41.233	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad04de7c13b2298ba9d3052d9a07b945	
V & V S.A - 80038216-1	1.575.000.000	16-12-2019	11:47:34.925	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	290281e4aa00727cb350060c24a08af6	
V & V S.A - 80038216-1	1.585.000.000	16-12-2019	11:47:29.665	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93bdc19fcb93c0a5a3491174d186161b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.590.000.000	16-12-2019	11:47:30.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48a8adff750508874060093796434334	
V & V S.A - 80038216-1	1.595.000.000	16-12-2019	11:47:23.258	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f4a3593e0ad30b5a6be024011a5c2c5	
V & V S.A - 80038216-1	1.605.000.000	16-12-2019	11:47:16.852	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef1e3ee30acfd74189645777a72d081a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.610.000.000	16-12-2019	11:47:13.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85a7e11af684691bbc6d77c3ae11b4f2	
V & V S.A - 80038216-1	1.620.000.000	16-12-2019	11:47:10.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1fd263fd2360a3b32d65f204bfd3941	
V & V S.A - 80038216-1	1.630.000.000	16-12-2019	11:46:59.704	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41f5114e4a38d86c9098f566a5b2c815	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.630.000.000	16-12-2019	11:47:08.703	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0854464b0b5ed655b00a51c2b5621cc	
V & V S.A - 80038216-1	1.640.000.000	16-12-2019	11:46:53.756	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33841aedcd17ccf3a1eaea8ac570c706	
V & V S.A - 80038216-1	1.650.000.000	16-12-2019	11:46:45.948	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92385df5cea3c3fc20ed017e1e525775	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.680.000.000	16-12-2019	11:46:46.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0d6a1f8b39cfa5bb74c6ec3a10a95ed	
V & V S.A - 80038216-1	1.685.000.000	16-12-2019	11:46:37.184	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74ab4c89f3fe94cd97ebf6c69ed8f8c4	
V & V S.A - 80038216-1	1.695.000.000	16-12-2019	11:46:32.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8de681fa62a96d5026d053229b7f166a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.700.000.000	16-12-2019	11:46:20.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d526fbccb9df4e18cc6e4964bb9c180c	
V & V S.A - 80038216-1	1.710.000.000	16-12-2019	11:46:25.172	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b371723fec6e3cbc48b7637ec2c97364	
V & V S.A - 80038216-1	1.715.000.000	16-12-2019	11:46:20.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f685beaa3fd71ca17c5965723d7fd87	
V & V S.A - 80038216-1	1.720.000.000	16-12-2019	11:46:13.851	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8aae2ecaa452caefebf30807ca6d100b	
V & V S.A - 80038216-1	1.730.000.000	16-12-2019	11:46:06.862	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	263988f76a274987eda7b7c762c8bb1d	
V & V S.A - 80038216-1	1.735.000.000	16-12-2019	11:46:02.447	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a015c4dd81da4d542091510810d690cb	
V & V S.A - 80038216-1	1.750.000.000	16-12-2019	11:45:55.782	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	df04258696460ca794941bef2f513a54
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.760.000.000	16-12-2019	11:45:43.561 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5832e4199a1238c729dd9856b2edc2f
V & V S.A - 80038216-1	1.770.000.000	16-12-2019	11:45:49.172 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6dc758ef26e60b01e0caef15e24d76b
V & V S.A - 80038216-1	1.775.000.000	16-12-2019	11:45:43.742 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3bc0ebac3b60fb4b170d595ff332c17d
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.780.000.000	16-12-2019	11:45:36.603 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f38fc099b2ad7382e4678ebb5e8f4fa5
V & V S.A - 80038216-1	1.785.000.000	16-12-2019	11:45:36.749 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be0661090ae67f451f03814a6761d120
V & V S.A - 80038216-1	1.790.000.000	16-12-2019	11:45:28.553 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	696e7ef38137d8bcf537c7f487cd70bf
V & V S.A - 80038216-1	1.795.000.000	16-12-2019	11:45:22.444 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	387e8a473ca1941155627901c1ee6b22
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.800.000.000	16-12-2019	11:45:15.483 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f385ea844b9c7b37821d1475a14ab33
V & V S.A - 80038216-1	1.819.500.000	16-12-2019	11:45:16.533 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eba17d2962349ca024d87fc939299fed
V & V S.A - 80038216-1	1.820.000.000	16-12-2019	11:45:04.327 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb0b26063d5057465f7869a2e0856890
V & V S.A - 80038216-1	1.821.000.000	16-12-2019	11:44:59.693 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	663104f5b2882d417c897d4f51bc46dc
V & V S.A - 80038216-1	1.822.000.000	16-12-2019	11:44:53.137 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e171d828aa920e42934dcb0a96b9a49
V & V S.A - 80038216-1	1.823.000.000	16-12-2019	11:44:46.950 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2580734439894d15dc6da068483ff4b9
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.824.000.000	13-12-2019	08:00:42.407 Propuesta
		Código Verificador:	03867a1ea98c94f32dfa36345ddcb673
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.832.000.000	16-12-2019	11:45:51.141 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa77f04559143e3a1067f686e55bbf5a
V & V S.A - 80038216-1	1.832.444.436	13-12-2019	08:00:42.406 Propuesta
		Código Verificador:	e5dc0720bda10c6fff1e728ec79dc675
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.280.000.000	13-12-2019	08:00:42.404 Propuesta
		Código Verificador:	78f8747ab0c3ba38a8cceb6217e3381

36 - LAMPARA CUELLO DE CISNE

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	23.850.000	16-12-2019	12:27:25.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4b4f9d9ba4c79a0bb6e2b6e7bd658c0	
V & V S.A - 80038216-1	24.000.000	16-12-2019	12:27:20.714	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	396cab61d8c8892a37748ec7b55def6f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	24.999.000	16-12-2019	12:27:22.521	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6586bba4e6d49f712a76914aea824dbe	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	25.499.000	16-12-2019	12:27:15.013	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4445cc742ad1f828713c40e0ae90e3a3	
V & V S.A - 80038216-1	25.500.000	16-12-2019	12:27:16.357	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08aa890f8587224b829503a411118b33	
V & V S.A - 80038216-1	25.850.000	16-12-2019	12:27:11.835	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5fc230d8851d27be6705cbee8c14a0bd	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	25.999.000	16-12-2019	12:27:08.142	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05f240de44a971bafce75364d2a98a51	
V & V S.A - 80038216-1	26.000.000	16-12-2019	12:27:06.764	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57b1ac343888e64c1ffd9748b593ae9e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	26.499.000	16-12-2019	12:26:59.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea348ccfb7cb363efbaf51b0174b6742	
V & V S.A - 80038216-1	26.500.000	16-12-2019	12:27:01.513	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	585730f744624d19d9d9c1697f9e165b	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	26.750.000	16-12-2019	12:26:56.940	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c135255db535019c3ca438d1ac31137	
V & V S.A - 80038216-1	26.850.000	16-12-2019	12:26:51.357	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aefb10342e73436d3fb58377edfd62f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	26.999.000	16-12-2019	12:26:50.742	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2398bf0c58ca168deb675ed9dc429eb	
V & V S.A - 80038216-1	27.000.000	16-12-2019	12:26:46.144	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a54e818635483bc2140dade3d451d3f7	
V & V S.A - 80038216-1	27.450.000	16-12-2019	12:26:40.747	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e046d7d316ed194f73cfde8b7b1096bf	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	27.499.000	16-12-2019	12:26:40.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24f71c8ec5bddeaf9d3834318550a806	
V & V S.A - 80038216-1	27.500.000	16-12-2019	12:26:35.273	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43a5c27b010d70a038e250280b56aef4	
V & V S.A - 80038216-1	27.650.000	16-12-2019	12:26:30.471	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a3c5b6bdc60006777f6dbd9af64bf34	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	27.699.000	16-12-2019	12:26:32.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	028424445df29cd01a0fddc3e4996197	
V & V S.A - 80038216-1	27.850.000	16-12-2019	12:26:23.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e936d17cda64aa032db091ab3e0e740d	
V & V S.A - 80038216-1	28.000.000	16-12-2019	12:26:17.583	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3520a804acd7a2e1de07a38c4bfdde9e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	28.299.000	16-12-2019	12:26:12.030	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b3864c4e9298d38cedf60d635805923	
V & V S.A - 80038216-1	28.350.000	16-12-2019	12:26:13.346	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8a84b94c59d7b02b88d55a05670f849	
V & V S.A - 80038216-1	28.440.000	16-12-2019	12:26:08.344	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0bda7f8e201e3cd35993c3570f1f6755	
V & V S.A - 80038216-1	28.450.000	16-12-2019	12:26:00.298	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac4bf896afcecd5bf8fde9b59898d002	
V & V S.A - 80038216-1	28.475.000	16-12-2019	12:25:54.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	975f2bdc0a9535f582347e74412121d3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	28.499.000	16-12-2019	12:25:51.250	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac562e0d6630894faddbde83b8562419	
V & V S.A - 80038216-1	28.500.000	16-12-2019	12:25:45.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f0a4e4ece78ee9fa830af91118efacd	
V & V S.A - 80038216-1	28.650.000	16-12-2019	12:25:39.295	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	358a44355aa62d1849388d1b722b375a	
V & V S.A - 80038216-1	28.750.000	16-12-2019	12:25:33.470	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a8cf280de506d4e69a53791e273a2a2	
V & V S.A - 80038216-1	29.000.000	16-12-2019	12:25:28.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19a93855023060db98343f763b89262a	
V & V S.A - 80038216-1	29.050.000	16-12-2019	12:25:23.997	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2641d2e004c1912d144597cd79d666c5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	29.099.000	16-12-2019	12:25:21.334	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46e52e836241b56786a7be3dec46d60c	
V & V S.A - 80038216-1	29.100.000	16-12-2019	12:25:19.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5d21c24c67348418b6026ab40bc2bb0	
V & V S.A - 80038216-1	29.200.000	16-12-2019	12:25:14.571	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42eb05efbba2a9014c26ec9474df15d8	
V & V S.A - 80038216-1	29.250.000	16-12-2019	12:25:09.372	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3eadc2f73b4dc5d7cacaf7b11423d40	
V & V S.A - 80038216-1	29.290.000	16-12-2019	12:25:05.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3edd6cfe3b9cec2b7875190b8fb5846	
V & V S.A - 80038216-1	29.295.000	16-12-2019	12:25:00.613	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8aa8c2850695d87f9c46c51241c4b646	
V & V S.A - 80038216-1	29.300.000	16-12-2019	12:24:54.632	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18ccd655e93b66888c7cf072d42f3853	

Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	29.499.000	16-12-2019	12:24:45.377	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	502adf3c01094cd2b2d9d49303ab1719	
V & V S.A - 80038216-1	29.630.000	16-12-2019	12:24:49.606	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd13eca76d53a653ad2a9711bd0dae28	
V & V S.A - 80038216-1	29.635.000	16-12-2019	12:24:44.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3cc4e44753da3d6f533e218b5d1464f	
V & V S.A - 80038216-1	29.650.000	16-12-2019	12:24:29.685	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb18835aafe38b783a759bfc096329b5	
V & V S.A - 80038216-1	29.675.000	16-12-2019	12:24:23.203	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a99fee7af13a8f42fdb3609ebb2e47fb	
V & V S.A - 80038216-1	29.700.000	16-12-2019	12:24:17.694	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	071448268ad9e8cb50389dff081bc600	
V & V S.A - 80038216-1	29.750.000	16-12-2019	12:24:09.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e504841e2dd1b78749edec9ffc5313	
V & V S.A - 80038216-1	29.775.000	16-12-2019	12:24:05.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f38238f80b1fdc6b8b742bd1870ed6d	
V & V S.A - 80038216-1	29.800.000	16-12-2019	12:24:00.320	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15273a282e672c92dbeb2efe8a3e0aa9	
V & V S.A - 80038216-1	29.850.000	16-12-2019	12:23:55.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	803b786051e6d40bfd28e379c7b86a83	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	29.999.000	16-12-2019	12:23:44.565	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec1de33afbb37db05dd2791bda990b69	
V & V S.A - 80038216-1	30.245.000	16-12-2019	12:23:49.983	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99d32606c7a4c21f923166d4f9fbb871	
V & V S.A - 80038216-1	30.250.000	16-12-2019	12:23:43.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	679d7ef51ff881e471ce38fca9c4424a	
V & V S.A - 80038216-1	30.260.000	16-12-2019	12:23:34.172	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abeeb8574e40fa413d571731a09f34b8	
V & V S.A - 80038216-1	30.265.000	16-12-2019	12:23:28.541	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e373f8ae7148cb0bf51e9de1d0d1ac1	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	30.269.000	16-12-2019	12:23:30.710	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b064b94910e9159239e32c7c2c4e45ba	
V & V S.A - 80038216-1	30.270.000	16-12-2019	12:23:21.035	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4fb6159385809966cfa1b564d1daf0c	
V & V S.A - 80038216-1	30.275.000	16-12-2019	12:23:15.907	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ef631d71f81bf4c75cc5e20572176a6	
V & V S.A - 80038216-1	30.285.000	16-12-2019	12:23:05.500	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7e9b6fbb806c18aa2b6909ac7b98915	
V & V S.A - 80038216-1	30.290.000	16-12-2019	12:23:00.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b59d0b4304310724a44c8baf923faa2c	
V & V S.A - 80038216-1	30.295.000	16-12-2019	12:22:55.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6307017997782952a8f966be0cc365cc	
V & V S.A - 80038216-1	30.300.000	16-12-2019	12:22:41.979	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7677e33f655353c490471d241d230261	
V & V S.A - 80038216-1	30.350.000	16-12-2019	12:22:37.449	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bdaaebb0d8b25e41859904501ae6829a	
V & V S.A - 80038216-1	30.400.000	16-12-2019	12:22:31.987	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37674e1173c0a59ebf2186c7f971c2e2	
V & V S.A - 80038216-1	30.450.000	16-12-2019	12:22:27.250	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62b74d4cb92ec8efe09256eb0dc0e14c	
V & V S.A - 80038216-1	30.500.000	16-12-2019	12:22:21.558	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3859bfc296360dc57ed3a14e1a987e5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	30.999.000	16-12-2019	12:22:11.676	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	784c62e7cf21f0b86e2f891e0fb30d8b	
V & V S.A - 80038216-1	31.275.000	16-12-2019	12:22:15.571	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0764e5181ffb0de7d3520189ab99f7e	
V & V S.A - 80038216-1	31.285.000	16-12-2019	12:21:59.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67eea53aa13d4890d7e156b56e369af8	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	31.295.000	16-12-2019	12:21:53.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab28f0244c681c3d4f76596faa136f0d	
V & V S.A - 80038216-1	31.300.000	16-12-2019	12:21:44.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99757ad8f5461965606b6022e970b696	
V & V S.A - 80038216-1	31.335.000	16-12-2019	12:21:34.155	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e51c86aa9c229c252cdaedb1c03212e9	
V & V S.A - 80038216-1	31.350.000	16-12-2019	12:21:21.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb8e7285f456abc4ac78bea410dc74fd	
V & V S.A - 80038216-1	31.365.000	16-12-2019	12:21:10.183	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db16eedb93d9b2576a2a687f5de2da38	
V & V S.A - 80038216-1	31.375.000	16-12-2019	12:21:03.434	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	217b605c84b1ea2d0f79f1c314561db7	
V & V S.A - 80038216-1	31.380.000	16-12-2019	12:20:58.662	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e63bf95e4d418ad5bf9db7bbacd1fec	
V & V S.A - 80038216-1	31.385.000	16-12-2019	12:20:53.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	677cbccd8d10fa423f2cc9a84d819e18	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	31.399.000	16-12-2019	12:20:44.024	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9eb914590df6350f94da1f783237d60	
V & V S.A - 80038216-1	31.400.000	16-12-2019	12:20:19.906	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af821478dbbe6603d67623e0c6fae799	
V & V S.A - 80038216-1	31.500.000	16-12-2019	12:20:14.441	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b60e2aba6e8ae64b64bcf0268f116492	
V & V S.A - 80038216-1	31.550.000	16-12-2019	12:20:09.265	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c26f1c2a37e8c5e4b11d4e2bf5c8ff8	
V & V S.A - 80038216-1	31.600.000	16-12-2019	12:20:01.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5f169798a2f1c62ead79419c0a5c0b5	
V & V S.A - 80038216-1	31.650.000	16-12-2019	12:19:56.627	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a6e3dcac4d0860bcb9c08ec59f60970	
V & V S.A - 80038216-1	31.700.000	16-12-2019	12:19:50.519	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62358550636e54595cc819601bb34ae1	
V & V S.A - 80038216-1	31.750.000	16-12-2019	12:19:43.590	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd7b6c981cc9deda207a120d3fb24b0c	
V & V S.A - 80038216-1	31.800.000	16-12-2019	12:19:13.794	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4d61632deab16ef27e670702c90fcbe	
V & V S.A - 80038216-1	31.850.000	16-12-2019	12:19:06.097	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7380195636be0f41942553d0506ed466	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	31.900.000	13-12-2019	08:00:42.494	Propuesta
		Código Verificador:	45e92a5d11b1012901d727cd25459034	
V & V S.A - 80038216-1	31.900.000	13-12-2019	08:00:42.496	Propuesta
		Código Verificador:	980b0fd6ead6ac348526b092149af5d9	

37 - LAMPARA DE HENDIDURA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	76.730.000	16-12-2019	12:53:53.202	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	faf0aaaabc051b63d634a30eb023dccc	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	85.000.000	13-12-2019	08:00:42.528	Propuesta
		Código Verificador:	cf8c41bf03aa0c54433e057582673f38	

38 - LAMPARA INFRARROJA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	10.072.734	13-12-2019	08:00:42.586	Propuesta
		Código Verificador:	2f3e5872c44843391df366ab0756dd57	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.000.000	16-12-2019	13:11:59.898	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8d787967e44b44c03fb2bdc496199384	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	22.500.000	13-12-2019	08:00:42.585	Propuesta
		Código Verificador:	2041654cf5f438988cb078c204fcabc3	

Listado General de todas las Ofertas
39 - LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	870.000.000	16-12-2019	13:42:25.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	870325555b988449693ba18d2c3cd427	
V & V S.A - 80038216-1	871.000.000	16-12-2019	13:42:20.993	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b594ae1c506abd5c4b8a00c6e6de39af	
V & V S.A - 80038216-1	872.000.000	16-12-2019	13:42:16.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ed6c76403786c6e84879ed0f5f87d3	
V & V S.A - 80038216-1	873.000.000	16-12-2019	13:42:11.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66741af2e0f2fb9f3a9ec9afb0068102	
V & V S.A - 80038216-1	875.000.000	16-12-2019	13:41:57.874	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f204924483f4658701f131cc05391c50	
V & V S.A - 80038216-1	880.000.000	16-12-2019	13:41:52.505	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	518adb1b858a7f58ac92936deb9c59ce	
V & V S.A - 80038216-1	885.000.000	16-12-2019	13:41:45.474	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76c67669ca44918b25845719b09ff25f	
V & V S.A - 80038216-1	900.000.000	16-12-2019	13:41:36.739	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be932ecec1b1fffe4226081da2f8679f	
V & V S.A - 80038216-1	915.000.000	16-12-2019	13:41:30.343	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e444ffa44d39b40619098bca78b11ea9	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	920.000.000	16-12-2019	13:42:06.742	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d875c9810af846e60d74f214ca81073f	
V & V S.A - 80038216-1	925.000.000	16-12-2019	13:41:25.268	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84a0f7205020d374a0d0321bb598456a	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	925.000.000	16-12-2019	13:41:46.924	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1339fbe9724003a38d3100a02a3d234	
V & V S.A - 80038216-1	930.000.000	16-12-2019	13:41:19.721	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a379c83c2a7b5204fedc1685b9bbf20	
V & V S.A - 80038216-1	935.000.000	16-12-2019	13:41:12.896	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45e3686dfa9c166bb1aac6795352fab0	
V & V S.A - 80038216-1	940.000.000	16-12-2019	13:41:09.434	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31306fc3039f0ec6e784696fa5a59008	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	940.000.000	16-12-2019	13:41:36.842	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	578bccbd7986ac7eea6226cab4bf91c0	
V & V S.A - 80038216-1	950.000.000	16-12-2019	13:40:54.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e84eb44dd2e7b3ac09ce7b3b026baf82	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	950.000.000	16-12-2019	13:41:08.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1210933575198ea2358d67889971955	
V & V S.A - 80038216-1	955.000.000	16-12-2019	13:40:49.699	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5540df6e4a3a8657c1b45c542e19272a	
V & V S.A - 80038216-1	960.000.000	16-12-2019	13:40:45.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a787f0c339d228b52d025c9dc70b442	
V & V S.A - 80038216-1	965.000.000	16-12-2019	13:40:40.233	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4ac8958e47b711c3de8d156cf3b8a83	
V & V S.A - 80038216-1	975.000.000	16-12-2019	13:40:35.127	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	251ef48854701053c7668167dc00ecf7	
V & V S.A - 80038216-1	1.000.000.000	16-12-2019	13:40:30.059	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1361108ab10ecaa46dfd6187899e091	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.000.000.000	16-12-2019	13:40:46.148	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b9919159834864148959265898bfff79	
V & V S.A - 80038216-1	1.015.000.000	16-12-2019	13:40:21.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e37e7e2c3128921c6a1d9fde3db8461	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.030.000.000	16-12-2019	13:40:34.870	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4640989896337593ef3da5651c31606a	
V & V S.A - 80038216-1	1.040.000.000	16-12-2019	13:40:15.033	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	5d5ca5d409f98743419e0a86397d2f4f	
V & V.S.A - 80038216-1	1.050.000.000	16-12-2019	13:40:06.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce922580a759482b9662a9110aecd4ef	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.050.000.000	16-12-2019	13:40:13.001	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91793dfa15d2c7f0ecf21a89f421ee50	
V & V.S.A - 80038216-1	1.065.000.000	16-12-2019	13:40:01.540	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24f7b915d132e7b1f3018421565fb076	
V & V.S.A - 80038216-1	1.075.000.000	16-12-2019	13:39:55.532	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df224f8e90816fe09d6e1778d4cf4392	
V & V.S.A - 80038216-1	1.085.000.000	16-12-2019	13:39:48.721	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2661c893dfac0d28ba0411c7dcf45136	
V & V.S.A - 80038216-1	1.100.000.000	16-12-2019	13:39:43.218	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11e357cb4b1c44d4fad82d3cc19367a0	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.100.000.000	16-12-2019	13:39:51.413	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	094a708b08580393c22f5f3f3f695a0	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.115.000.000	16-12-2019	13:39:44.573	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39af60452c781e9b18d270db0cbbe2a2	
V & V.S.A - 80038216-1	1.125.000.000	16-12-2019	13:39:37.038	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a51618d7e1a640ffbef651e4c51f830	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.135.000.000	16-12-2019	13:39:38.149	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ce090dad8baabf570e64feca8591fb4	
V & V.S.A - 80038216-1	1.140.000.000	16-12-2019	13:39:32.235	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	640a8d14328ef9002a78d5673b17e496	
V & V.S.A - 80038216-1	1.150.000.000	16-12-2019	13:39:27.414	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9b821181f6ecc84b6cf9222db1d2d29	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.160.000.000	16-12-2019	13:39:31.512	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00a3b3de6dee2e27b27c4d4a4081ff90	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.165.000.000	16-12-2019	13:39:24.693	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f81eaf6b98714079acb4855facc4175	
V & V.S.A - 80038216-1	1.175.000.000	16-12-2019	13:39:21.978	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf5850c7fe90b30259cde31791d82755	
V & V.S.A - 80038216-1	1.185.000.000	16-12-2019	13:39:16.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a24f1a1f028b0f10388628959dc5188d	
V & V.S.A - 80038216-1	1.200.000.000	16-12-2019	13:39:11.679	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	454f5e5a3b8c7ebe5766428f46d8c319	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.200.000.000	16-12-2019	13:39:17.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fd0545a0b1fc35f06fae8835f9bbf1a	
V & V.S.A - 80038216-1	1.225.000.000	16-12-2019	13:39:07.143	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e54f2408fc331684d36c01c51d9b895	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.240.000.000	16-12-2019	13:43:31.110	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d69081e7a8f6ec44a8bc615905735cf	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.242.000.000	16-12-2019	13:43:20.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eabf131da50127beff38859fed1d3bbf	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.243.500.000	16-12-2019	13:43:31.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77d75f2b82cda3a8e9945b40abe9e671	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.244.000.000	16-12-2019	13:43:12.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1166482843773680ed39ea6b593cb92c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.245.000.000	16-12-2019	13:42:57.441	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a86fe7ef39929ca557815ed8b5a0c4c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.247.000.000	16-12-2019	13:42:50.624	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a964fac6b81c1c382f4d6feaf3612bc1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.248.000.000	16-12-2019	13:42:42.901	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a25bf75a26e2b653b99e06d513c18c0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.249.000.000	16-12-2019	13:42:38.011	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d736279cbf2ebfb4fbbd0f5a92b7ace	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A. - 80038216-1	1.250.000.000	16-12-2019	13:39:01.882	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a1005210ae062dd91128dd4fa39b623	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.250.000.000	16-12-2019	13:42:20.980	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bb64abafce421c54a83ad0a397ae328	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.254.000.000	16-12-2019	13:42:07.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53ca286e7d7efd37f768890ec52ef038	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.255.000.000	16-12-2019	13:41:57.143	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d7ea2daadb24f402fba833ae136979e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.264.000.000	16-12-2019	13:41:45.329	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1bb762b372f20ad311f8e3ac7f99b81	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.265.000.000	16-12-2019	13:41:28.812	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	125a5fb1d35b44107b58618baae91995	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.275.000.000	16-12-2019	13:39:09.522	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e24667e0ca0541fd880e1f10353047a7	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.275.000.000	16-12-2019	13:41:19.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b808ba58000c61d06b477b8604425ba7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.275.500.000	16-12-2019	13:40:44.993	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8d7f74e9975eb44315ede060c16a6c6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.280.000.000	16-12-2019	13:39:13.312	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72138357e7f2fa1aadd4196d38990f3f	
V & V S.A. - 80038216-1	1.285.000.000	16-12-2019	13:38:55.194	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3b5be4e7492b02a4f0dad474bda5a41	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.285.000.000	16-12-2019	13:39:09.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6668fb464c8bf2e9910abe01436d41f7	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.290.000.000	16-12-2019	13:39:03.920	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d53e244e8842d63f067016684010aad9	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.300.000.000	16-12-2019	13:38:46.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d56e9a7d9e552cb3cb6703e67fa8a9f9	
V & V S.A. - 80038216-1	1.300.000.000	16-12-2019	13:38:48.697	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57e5094672e997070e1d6d64bdc7b893	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.300.000.000	16-12-2019	13:38:55.419	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ceb2d7b1aec308829076f8af1954aeab	
V & V S.A. - 80038216-1	1.325.000.000	16-12-2019	13:38:42.099	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd87d484d4e352f2e04deb9aa3b621b6	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.325.000.000	16-12-2019	13:38:47.555	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	127ac598525242f2c3025ba36af798d5	
V & V S.A. - 80038216-1	1.350.000.000	16-12-2019	13:38:36.113	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01a3bad6b7972a0475e7a4b03c107b45	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.355.000.000	16-12-2019	13:38:37.779	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4be342f40f77ee4f5208c899c32fccf	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.365.000.000	16-12-2019	13:38:34.845	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7d677e3d0e527da8272aa69be48735f	
V & V S.A. - 80038216-1	1.375.000.000	16-12-2019	13:38:27.632	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3992560220a1198df4e8dcd1ea355e0f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.385.000.000	16-12-2019	13:38:30.008	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f61ea71db194ee8fe08cb1f9d4bc1245	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.390.000.000	16-12-2019	13:38:29.184	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6717d281b062dda0f7614851c1fd8a0b	
V & V S.A. - 80038216-1	1.400.000.000	16-12-2019	13:38:22.233	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a464bb6006a4863d39c267e2fcbf1b2	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.400.000.000	16-12-2019	13:38:22.470	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d179f850028e96d4a673058e3fa3b2fd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.410.000.000	16-12-2019	13:38:14.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3bd0dbc04d38074b1cf24a091776d26c	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.410.000.000	16-12-2019	13:38:21.701	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	09f5b03f69c373e8d9c879b584814f83	
V & V S.A - 80038216-1	1.425.000.000	16-12-2019	13:38:16.073	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6096040a84d6f31f6024253a5977a65	
V & V S.A - 80038216-1	1.450.000.000	16-12-2019	13:38:06.554	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbb1a408c735aa94ccd6d9ba4344f51e	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.460.000.000	16-12-2019	13:38:10.078	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93985836535c811d5958055bfed69862	
V & V S.A - 80038216-1	1.475.000.000	16-12-2019	13:37:59.999	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63df747593f87d2132337efac19025fc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.480.000.000	16-12-2019	13:38:02.573	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	861cad73b6a8708cd03c879c31987d62	
V & V S.A - 80038216-1	1.485.000.000	16-12-2019	13:37:54.138	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0705c77af16c2608228d3b9b033b85a5	
V & V S.A - 80038216-1	1.500.000.000	16-12-2019	13:37:48.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1044364a1586ecff91dd11e4a7779d	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.500.000.000	16-12-2019	13:37:54.852	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49375041abfe43b1a0d8da5e78568fb5	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.500.000.000	16-12-2019	13:38:00.333	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4197e1b91f54493f196f50511fc57165	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.520.000.000	16-12-2019	13:37:53.473	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b459ccbe0e433134d4ac683fd63c77fd	
V & V S.A - 80038216-1	1.525.000.000	16-12-2019	13:37:42.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b03ffb6ba4e3a74e3f81984a6d43f8ed	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.535.000.000	16-12-2019	13:37:45.301	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6fe5e7ecec660ee695bb12d54fb2186	
V & V S.A - 80038216-1	1.550.000.000	16-12-2019	13:37:38.282	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5e6e7fb5f32cb7aad7418d86ffc6529	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.560.000.000	16-12-2019	13:37:45.952	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	437e07bd245d2bc586be61f626a40c06	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.565.000.000	16-12-2019	13:41:14.395	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e791e4c15cd02e37e3d08ccb94de900	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.570.000.000	16-12-2019	13:40:39.324	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a5662be2facf3564c27d3b4e7c4f0e3	
V & V S.A - 80038216-1	1.575.000.000	16-12-2019	13:37:31.728	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9c80e7aa2ed4c50af531613bc2d0a76	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.580.000.000	16-12-2019	13:37:31.924	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f2919a6ca0ad709532e5ddd6905fc34	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.580.000.000	16-12-2019	13:37:37.550	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1aa347eb9ed851bbe53bae5b16bcff75	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.580.000.000	16-12-2019	13:40:30.581	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f37cfc8812b14c3309c0a14fe7f2348	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.580.000.000	16-12-2019	13:40:42.976	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05948cc22324b624f56220280bc23be9	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.582.000.000	16-12-2019	13:40:28.736	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72b1cae4901b29a8514df87f05ecd772	
V & V S.A - 80038216-1	1.585.000.000	16-12-2019	13:37:26.803	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3638328121c8f3fa33a5da58c5b77d4	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.585.000.000	16-12-2019	13:40:12.433	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d37e69d2e968b896de82cb1f7ea49a04	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.589.000.000	16-12-2019	13:40:02.639	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be454e8975b3658a7e6e9d6a777bc580	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.590.000.000	16-12-2019	13:37:21.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a23572dcba239739d6ca2db91490accf	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.590.000.000	16-12-2019	13:39:37.187	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df644185520067ca9de8a64ed78fab22	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.599.000.000	16-12-2019	13:39:28.596	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	5b8cc0416999ef55377aed22c44c7631	
V & V S.A - 80038216-1	1.600.000.000	16-12-2019	13:37:21.324	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	733701f21bdb32cb9f662c87f426bdf0	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.600.000.000	16-12-2019	13:37:25.922	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81e9fd923586c0f574decccb32ee9565	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.600.000.000	16-12-2019	13:39:07.243	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15d5a8bd8a3d6b6a247dba17e7534e0c	
V & V S.A - 80038216-1	1.610.000.000	16-12-2019	13:37:14.187	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	901daef36093bb3a0704be86d4ecea74	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.610.000.000	16-12-2019	13:37:16.279	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b86e81327e6f241bd2c9ae46e3a2145	
V & V S.A - 80038216-1	1.615.000.000	16-12-2019	13:37:09.623	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85bcf2f4a680a9ce81ff37ada9bcb43	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.620.000.000	16-12-2019	13:37:03.845	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d85e608149b9712d04fe05e1880b4a8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.629.000.000	16-12-2019	13:37:03.736	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7af42c788c6f969447c7b2ab23b213d4	
V & V S.A - 80038216-1	1.635.000.000	16-12-2019	13:37:03.780	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ac0a880341e51a02c017a9181e2c159	
V & V S.A - 80038216-1	1.636.000.000	16-12-2019	13:36:57.326	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f3f38c07602fd4759e08b8df5e4dcb3	
V & V S.A - 80038216-1	1.637.000.000	16-12-2019	13:36:48.940	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b3308c0791ffd47f2c798ea45b12e1b	
V & V S.A - 80038216-1	1.638.000.000	16-12-2019	13:36:40.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ba515638760aa0d4a90e45698f79845	
V & V S.A - 80038216-1	1.638.500.000	16-12-2019	13:36:33.198	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cacfaa4e268da41cbcb335cd62b2d092	
V & V S.A - 80038216-1	1.639.000.000	16-12-2019	13:36:26.371	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ec48e2e63dbdaef34182008552032a3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.639.190.000	16-12-2019	13:36:31.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88eea7368054f1b0f80961302e5f4467	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	1.639.200.000	13-12-2019	08:00:42.747	Propuesta
		Código Verificador:	4a612a6ca5247b17ae599241206bb90d	
V & V S.A - 80038216-1	1.640.000.004	13-12-2019	08:00:42.744	Propuesta
		Código Verificador:	c92077d7b9c93c20cfd05ecf1692c5e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.643.000.000	16-12-2019	13:37:57.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72507d81399771ea1e151eae62ba6ac8	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.644.000.000	13-12-2019	08:00:42.745	Propuesta
		Código Verificador:	f2fdb045985c0b07e47a271222da0aea	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.960.000.000	16-12-2019	13:36:57.080	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd193988b2c6b456726644efd9bdd950	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.968.000.000	13-12-2019	08:00:42.742	Propuesta
		Código Verificador:	e7524cfa2ff44005af89e6916ca1bf4d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.980.000.000	13-12-2019	08:00:42.740	Propuesta
		Código Verificador:	d9f05a70511b079943e780b38536e079	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.400.000.000	13-12-2019	08:00:42.739	Propuesta
		Código Verificador:	d00a35371f78d18c8d9e3d43bdd24567	

40 - LAMPARA SCIALITICA PORTATIL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	300.000.000	16-12-2019	13:58:34.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	386941ce97fe16c54ecc6653b13697a1a	
V & V S.A - 80038216-1	300.000.000	16-12-2019	13:59:12.036	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be6f39c086d070de9e6802fa63357e99	
V & V S.A - 80038216-1	310.000.000	16-12-2019	13:58:41.663	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	73abd0759fe14992fb71a438ebc70079
V & V S.A. - 80038216-1	312.000.000	16-12-2019	13:58:31.507
		Código Verificador:	73920811dcc64f115ab831e4bab855c2
V & V S.A. - 80038216-1	313.000.000	16-12-2019	13:58:27.111
		Código Verificador:	8deea4621e469de58c84efc1e61e4f2c
V & V S.A. - 80038216-1	315.000.000	16-12-2019	13:58:20.855
		Código Verificador:	07df2f267d05c5ce57d7c0142935445e
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	315.000.000	16-12-2019	13:58:30.409
		Código Verificador:	48544a4467dbc803531dcf983c49fb2c
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	320.000.000	16-12-2019	13:58:19.536
		Código Verificador:	f390272c43e6d9e75f29857ed15076da
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	320.000.000	16-12-2019	13:58:27.000
		Código Verificador:	e256e40ab9f56d4f1efea4f2439e42c3
V & V S.A. - 80038216-1	325.000.000	16-12-2019	13:58:14.174
		Código Verificador:	75f4606d4c1d6745fc6fa787f9bdfaea
V & V S.A. - 80038216-1	330.000.000	16-12-2019	13:58:07.742
		Código Verificador:	5b80c746f8c3ee3920992bfca94a050f
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	345.000.000	16-12-2019	13:58:19.094
		Código Verificador:	e3aa03e1e9628283a1cf6a2f563211b8
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	347.000.000	16-12-2019	13:58:03.385
		Código Verificador:	533e8b9f06298d2c9af0e89ba9e7307
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	350.000.000	16-12-2019	13:57:55.158
		Código Verificador:	b9de1319e95cd702f25d3b239bb42937
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	350.000.000	16-12-2019	13:57:57.469
		Código Verificador:	c2c7e7c7bd41b965177659fe32c489b3
V & V S.A. - 80038216-1	350.000.000	16-12-2019	13:57:59.588
		Código Verificador:	38ccf4683aa3a77d731bf094dfb8d950
V & V S.A. - 80038216-1	351.000.000	16-12-2019	13:57:54.914
		Código Verificador:	f919e6ea175911a2b9b7112050ac2e17
V & V S.A. - 80038216-1	353.000.000	16-12-2019	13:57:50.465
		Código Verificador:	b695480423a3b867d814655d05c48243
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	354.000.000	16-12-2019	13:57:48.748
		Código Verificador:	997a60c635609c8e3e0aed59e4462aec
V & V S.A. - 80038216-1	355.000.000	16-12-2019	13:57:44.941
		Código Verificador:	f529b8f23b483fc23b0bb18207f8313e
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	360.000.000	16-12-2019	13:57:28.726
		Código Verificador:	6ae0473ca1c77f98ceaaf7610878ef90
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	370.000.000	16-12-2019	13:57:03.351
		Código Verificador:	f4e540463a5b3700ab0a80ad91cc1013
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	370.000.000	16-12-2019	13:57:21.065
		Código Verificador:	b9725bf098bba2f5d6582d8dd95254c0
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	380.000.000	16-12-2019	13:56:36.573
		Código Verificador:	e2ffcf01c0787015a97db5b385eae24b
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	380.000.000	16-12-2019	13:57:11.810
		Código Verificador:	4d735b75e690b016748152c17a5ae60a
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	390.000.000	16-12-2019	13:56:22.369
		Código Verificador:	56c5ee266eb7d23ab829dc95577933ed
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	390.000.000	16-12-2019	13:57:47.168
		Código Verificador:	2dd349b582614139803e326f0255a338
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	399.000.000	16-12-2019	13:56:38.348
		Código Verificador:	d7737943841ec03a8bfec3f0edfc4e6d
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	400.000.000	16-12-2019	13:56:22.630
		Código Verificador:	e855b77cd92a374cfe674cd9329fce98
V & V S.A. - 80038216-1	400.000.000	16-12-2019	13:56:40.307
		Código Verificador:	6c89a51516469eb2417084caaae4b77c

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	402.000.000	16-12-2019	13:56:26.964	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab122fe3966a19dc064b971ff1a4cc7d	
V & V S.A - 80038216-1	404.000.000	16-12-2019	13:56:21.624	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5065762f65e106159a89b69395b3be10	
V & V S.A - 80038216-1	405.000.000	16-12-2019	13:56:15.890	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aeefa52a3fa82275011f000d6d01038f	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	407.000.000	16-12-2019	13:56:15.745	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f04e55f0d3d8654bf443b4f613f297c	
V & V S.A - 80038216-1	408.000.000	16-12-2019	13:56:11.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a62783bd77d5540210074495b33d7aa	
V & V S.A - 80038216-1	410.000.000	16-12-2019	13:56:05.575	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	541df4457dca3f1d045fa033567117fc	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	415.000.000	16-12-2019	13:56:13.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	305f444b8a147d33f8c7f3a47cc16248	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	420.000.000	16-12-2019	13:55:57.249	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c4904166b8a06128687354620062d41	
V & V S.A - 80038216-1	425.000.000	16-12-2019	13:55:58.419	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7a0d7377b566aab79b6b8ce4c9d0593	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	430.000.000	16-12-2019	13:55:50.754	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	560f499c64e1957af8c8d0176bf4b4ee	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	430.000.000	16-12-2019	13:55:51.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bdc15fc526eea0dd6f4ef1ee06aa79e	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	430.000.000	16-12-2019	13:56:04.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c765e214c0b2f17c75f13f47ff7b5ea	
V & V S.A - 80038216-1	435.000.000	16-12-2019	13:55:50.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63d0f63efb259ba4f0083384f2c92b37	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	445.000.000	16-12-2019	13:55:42.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eedde6c978b506b375fd8cf8ccb5d7	
V & V S.A - 80038216-1	445.000.000	16-12-2019	13:55:42.845	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27ee081059333198cb33bbd97c0387f2	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	450.000.000	16-12-2019	13:55:34.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	160985e1237ecc3d9c4197dcea8def3d	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	450.000.000	16-12-2019	13:55:35.017	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4aeaaa2e83548b9b3fbc76ec4c55bd6	
V & V S.A - 80038216-1	465.000.000	16-12-2019	13:55:36.316	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00448addbe9a5ff1715c74d3535475fa	
V & V S.A - 80038216-1	470.000.000	16-12-2019	13:55:30.654	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73296f1214fa7ee577c541beff602686	
V & V S.A - 80038216-1	475.000.000	16-12-2019	13:55:26.055	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba2c4eb892b1bf459ae87e619b5bca15	
V & V S.A - 80038216-1	480.000.000	16-12-2019	13:55:20.378	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa94a65bb1bedbc1aeb83185f0ec27bc	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	480.000.000	16-12-2019	13:55:25.060	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e6664a96d871bc4c9071b936deed4cc	
V & V S.A - 80038216-1	485.000.000	16-12-2019	13:55:15.116	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	094348ddd42a45dcc449a74fb52acdd9	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	494.000.000	16-12-2019	13:55:31.404	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a9cb3ea8d83c06c8b6f73d496c39f17	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	495.000.000	16-12-2019	13:55:17.863	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e59c6ff6a474422e2b016887f0dabe04	
V & V S.A - 80038216-1	500.000.000	16-12-2019	13:55:09.927	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	152fc1be4befbb4247a262acd185aaf9	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	500.000.000	16-12-2019	13:55:16.868	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a406d967589cf340c202967431f5290	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	510.000.000	16-12-2019	13:55:05.113	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d245f9d25203cdf577800dc16a2e952a	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	510.000.000	16-12-2019	13:55:05.417	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66f34121d7daac23c5ff33abbf6dd5c2	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	510.000.000	16-12-2019	13:55:09.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94bfaf1ba166450de75ce0a2a069a679	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	510.000.000	16-12-2019	13:55:13.038	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74a4e7f83115f9963fcf18e05c7945ee	
V & V S.A - 80038216-1	515.000.000	16-12-2019	13:55:01.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1873945343817693bb479f34b6b4178	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	520.000.000	16-12-2019	13:55:02.933	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c056a35b8c4da018ca87b816a27e4776	
V & V S.A - 80038216-1	525.000.000	16-12-2019	13:54:56.691	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc7648513be5598150710a7b3784ce9c	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	525.000.000	16-12-2019	13:54:59.963	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de8b99805d5ec1f7d7785ce1cb1a4cdb	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	530.000.000	16-12-2019	13:54:50.422	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35a016765b6f6237da5f40b6a8df2cd6	
V & V S.A - 80038216-1	530.000.000	16-12-2019	13:54:52.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfafe2e050def1a3213970362da175cb	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	530.000.000	16-12-2019	13:54:54.657	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	768ac3f957ab1a63e62513faa844d0f3	
V & V S.A - 80038216-1	535.000.000	16-12-2019	13:54:48.580	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	836215d3e84591ccb0a3f554ee91263a	
V & V S.A - 80038216-1	540.000.000	16-12-2019	13:54:44.243	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbe8fb6b84476f61e2bca588642640ad	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	540.000.000	16-12-2019	13:54:56.205	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a4863d8d42fa6da824ff62676ff098c	
V & V S.A - 80038216-1	550.000.000	16-12-2019	13:54:39.419	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8644adb0363d5d2fb3945050eb22393f	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	550.000.000	16-12-2019	13:54:46.027	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	860cfd57bc8de8593ace6721adb19d8c	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	560.000.000	16-12-2019	13:54:49.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4eb433a3273d6a96c40c3c6e796d48fe	
V & V S.A - 80038216-1	575.000.000	16-12-2019	13:54:34.681	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6c58238e511ffb8c061a1e416f9c24f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	580.000.000	16-12-2019	13:54:38.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b73e8e1953e0bc96781662ccf7f05c2	
V & V S.A - 80038216-1	585.000.000	16-12-2019	13:54:29.872	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81d6ec550c66ea538fc09475342b4469	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	590.000.000	16-12-2019	13:54:40.119	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79ce56a5cc1f07de7489127fac508c64	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	600.000.000	16-12-2019	13:54:19.926	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00f92f3c9c40482d7fd16267613fbc32	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	610.000.000	16-12-2019	13:59:14.917	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee20779d2148323dc29d57c5b3d6743b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	610.999.999	16-12-2019	13:59:19.049	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4828df451fc728b11143012a7204b091	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	612.000.000	16-12-2019	13:59:06.143	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	393fce44b9d28d4f031383ef67b96cb0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	612.999.999	16-12-2019	13:59:09.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0d847555814a198bcdb03e1a50487dc	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	613.000.000	16-12-2019	13:58:52.381	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d512bf0d2df3ee723673da3e48e9f375	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	613.999.999	16-12-2019	13:58:57.742	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2719064db33822a0e20bda813679fbc	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	615.000.000	16-12-2019	13:58:43.071	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64399f47876621e9dc05265d3ddb6bc5	

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	615.999.999	16-12-2019	13:58:42.167	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9fe4f988c65fee6e4cc2c40f45e5eea3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	616.000.000	16-12-2019	13:58:29.522	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d765868db4bc5065ec71ca1256df3d15	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	617.999.999	16-12-2019	13:58:29.593	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4a679ad10342a7697b50791648fb97f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	618.000.000	16-12-2019	13:58:18.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dcc49ba078d56d22e896d220455b4b3b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	618.999.999	16-12-2019	13:58:03.584	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be607fcad5a0a0af8b024e0615bff11	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	619.000.000	16-12-2019	13:57:52.213	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b83309feb8b6d027b4e7b135b54679c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	621.000.000	16-12-2019	13:57:42.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09a47a8948ce224e9678409bb4ae9cd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	622.999.999	16-12-2019	13:57:46.310	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15d52bf937426a08479c91564a09be5a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	623.000.000	16-12-2019	13:57:33.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4bbd48c9c70ae80e1fd81cb913b8063	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	623.999.999	16-12-2019	13:57:24.143	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d350ab60bc5973518e734b58005b105	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	624.000.000	16-12-2019	13:57:21.947	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9da5dac68c53281f3540ec130d6d81eb	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	625.000.000	16-12-2019	13:57:06.696	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dccbe33df6cce643b239ba09465537b6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	626.999.999	16-12-2019	13:57:04.200	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d1fc4389aea7a3fd7f034464f557c1	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	627.000.000	16-12-2019	13:56:50.397	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bae43fdb4dda98fe45cf8c8ab86a789b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	627.999.999	16-12-2019	13:56:29.084	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19c5c256ae9db043d014c5914f85239d	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	628.000.000	16-12-2019	13:54:30.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d12a92b661d6666849dc9675379dfe81	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	628.000.000	16-12-2019	13:56:07.531	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d01324487962427ad1f341e7289eb1bf	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	629.000.000	16-12-2019	13:55:43.753	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d35857dca50d003d99594fa59c025176	
V & V S.A - 80038216-1	630.000.000	16-12-2019	13:54:21.424	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01630ea0462fc88281b736ea9735763c	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	630.000.000	16-12-2019	13:54:28.407	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d113d77da8cf37ecce83285cfc21504	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	631.000.000	16-12-2019	13:55:02.909	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61021713565d775e3a8762594ab1fd9f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	631.500.000	16-12-2019	13:54:19.823	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abb4c08344f3348a50e537d46d205e0d	
V & V S.A - 80038216-1	632.000.000	16-12-2019	13:54:04.367	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d08cd701d14ea953543fa6f7df0d96a9	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	632.000.000	16-12-2019	13:54:19.181	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19f0eca835e3ce5aab7638a12cdb2808	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	632.800.000	16-12-2019	13:54:05.944	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5245e311eb353cc23c6de45e0d30f519	
V & V S.A - 80038216-1	633.000.000	16-12-2019	13:53:52.916	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da82f37d0ee16cf053d2bd433a8ae02a	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	633.000.000	16-12-2019	13:54:01.803	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68f330168fc773f7f4021ca848c3f146	
V & V S.A - 80038216-1	634.000.000	16-12-2019	13:53:45.529	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b98a059d65fc1d3c3253379fe4aa27a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	634.500.000	16-12-2019	13:53:21.197	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	f8b8748f9a82ff6a7c469a2c1342a7ec	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	635.000.000	16-12-2019	13:53:04.154	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad028f1f00aac1c8eb305b724bfd34d7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	636.190.000	16-12-2019	13:52:42.832	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ea6206d4f66c34a3f1ab309220f457b	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	636.200.000	13-12-2019	08:00:42.921	Propuesta
		Código Verificador:	2a6dc31ca84ed72cd9745013a1be9a0a	
V & V S.A - 80038216-1	636.250.000	13-12-2019	08:00:42.919	Propuesta
		Código Verificador:	a082f4e2b2de6481578ec8e8984374c3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	639.000.000	16-12-2019	13:54:03.916	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73572f4e78b89d7eef49e17c87abb48e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	640.000.000	13-12-2019	08:00:42.920	Propuesta
		Código Verificador:	0f3004941eb05fd8920a181fc4cb869a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	763.000.000	16-12-2019	13:53:18.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b05e95661633bbfae85f3df88e9a2ef	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	763.500.000	13-12-2019	08:00:42.918	Propuesta
		Código Verificador:	4fdb266d9efd8fc67707b1ac54c7f09	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	800.000.000	13-12-2019	08:00:42.917	Propuesta
		Código Verificador:	7b57ce9d802a4e088441d1b062190f5b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.000.000.000	13-12-2019	08:00:42.916	Propuesta
		Código Verificador:	97623d6aa56647571ad9187ae3a7582b	

41 - MACROCENTRIFUGA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	47.800.000	13-12-2019	08:00:42.957	Propuesta
		Código Verificador:	16c563d78dc8b543b7e22142d5bc90ff	

42 - EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Consorcio Sumi - 80109965-0	2.995.000.000	16-12-2019	14:44:37.379	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2492ca5cc28eca4529b66d78cc3e06e9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.999.000.000	16-12-2019	14:44:15.928	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90c3896052342d0d9813d4c238d18ef8	
Consorcio Sumi - 80109965-0	3.000.000.000	16-12-2019	14:44:24.817	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b561e2cc633eaf6db3b0a9614a339ab	
Consorcio Sumi - 80109965-0	3.020.000.000	16-12-2019	14:44:05.039	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	245e2e075357d1d994c6c9ef909c516f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.030.000.000	16-12-2019	14:43:57.197	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9e56dd466f09f8360b230505c2761f4	
Consorcio Sumi - 80109965-0	3.070.000.000	16-12-2019	14:43:57.466	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	069610b69a8912a9e16ae91c01182062	
Consorcio Sumi - 80109965-0	3.080.000.000	16-12-2019	14:43:49.545	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9da2f196a6c421687a870c97303a623	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.090.000.000	16-12-2019	14:43:37.545	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aea0b171b2e1dd041df8d5d40a88ebdd	
Consorcio Sumi - 80109965-0	3.090.000.000	16-12-2019	14:43:45.592	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c25119a4e342e9e3e58b0a29681207b	
Consorcio Sumi - 80109965-0	3.100.000.000	16-12-2019	14:43:17.066	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d4fb9358254cbccc92a63c38fd113ba	
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.120.000.000	16-12-2019	14:43:29.895	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5927bb1cb564d6754d0325e80c5b018	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.128.000.000	16-12-2019	14:43:03.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26d507afba2ec825f99138370bd4f7c7	
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.140.000.000	16-12-2019	14:43:00.220	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6905f3ef66daff048db2a099448fbddd	
Consorcio Sumi - 80109965-0	3.145.000.000	16-12-2019	14:43:00.328	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	c1d47c068952caec1578a3b5a8ca0bd9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.148.000.000	16-12-2019	14:42:46.075	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39e979a500e15a0f69a905477789eff2	
Consorcio Sumi - 80109965-0	3.150.000.000	16-12-2019	14:42:40.506	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b61c7a2f1c494c59a8dbd10150ce7dc	
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.150.000.000	16-12-2019	14:42:50.572	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18f3ab0fbbc739f13775f6a908f7e472	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.155.000.000	16-12-2019	14:42:32.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	304733f3576e6899b061ac631ef181bc	
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.160.000.000	16-12-2019	14:42:42.109	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd5ebc8912a0dbd3d12669e6fa4fc961	
Consorcio Sumi - 80109965-0	3.170.000.000	16-12-2019	14:42:24.460	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fca183490fe20766189f98713b8c97ee	
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.170.000.000	16-12-2019	14:42:32.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd45d687657ff22c825fd6df58bb8137	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.175.000.000	16-12-2019	14:42:17.693	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e3a568235ff3c89a1ce5e7018801f77	
Consorcio Sumi - 80109965-0	3.180.000.000	16-12-2019	14:42:15.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef7410c76be6f321c66632721850c2c6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.190.000.000	16-12-2019	14:42:05.454	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26f84f0958c872af9756d9e0626d23ca	
Consorcio Sumi - 80109965-0	3.200.000.000	16-12-2019	14:42:00.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81310912b54482a30c1007f2ff026f15	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.210.000.000	16-12-2019	14:41:54.156	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd27f79222372305648724c8082cdf68	
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.210.000.000	16-12-2019	14:42:08.382	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5c1c943ed1894d91924604cb89723f9	
Consorcio Sumi - 80109965-0	3.220.000.000	16-12-2019	14:41:48.901	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b20a92cc7afb94919b1f55174226fa0	
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.220.000.000	16-12-2019	14:41:50.925	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b47a46428c39e07d9ff420f33ff6ad6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.225.500.000	16-12-2019	14:41:42.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b7d1e4171e9d60d3de9fdaaa72775c8	
Consorcio Sumi - 80109965-0	3.230.000.000	16-12-2019	14:41:33.691	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7cd49dcf9de0d479ca96d41792b6e15	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.250.000.000	16-12-2019	14:41:24.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a38e7da0c4f2d42fb2156def0bd01915	
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.270.000.000	16-12-2019	14:41:35.811	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	634e74ea6148e2114b5cf303b8dc52ca	
Consorcio Sumi - 80109965-0	3.280.000.000	16-12-2019	14:41:18.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4425856d0c0e382ada44296318044b32	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.285.000.000	16-12-2019	14:41:00.592	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64026ca581b26a724847cb38f8e2ab54	
Consorcio Sumi - 80109965-0	3.300.000.000	16-12-2019	14:40:42.315	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b87685a7ed326483b557a86347fe9d41	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.300.000.000	16-12-2019	14:40:48.912	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf6faee9e10a200a07fef71710492871	
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.310.000.000	16-12-2019	14:40:54.679	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d47b631ac563f81f01e265ddcb1d387b	
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.320.000.000	16-12-2019	14:40:45.417	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4232312b7a32150a8b227352beffb68	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.328.000.000	16-12-2019	14:40:35.553	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f621b8c0de9c6c758b7b187b486fbc	
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.350.000.000	16-12-2019	14:40:36.876	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f883dd23b0c6dd5b415622a9ae5ec64f	
Consorcio Sumi - 80109965-0	3.360.000.000	16-12-2019	14:40:19.424	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43f21fc16fdb2507c68a5b581e291032	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.365.000.000	16-12-2019	14:40:23.824	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	d3f10097403c373166b04c81b33db701
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.370.000.000	16-12-2019	14:40:28.589
		Código Verificador:	41d073f47081fe7cf2cc6bd903517b13
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.378.000.000	16-12-2019	14:40:08.814
		Código Verificador:	000f59426a2b68084eab5d4c94bfa34
Consortio Sumi - 80109965-0	3.380.000.000	16-12-2019	14:40:12.010
		Código Verificador:	4db3d3889c78cc8922c5f1c55be421bd
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.400.000.000	16-12-2019	14:39:56.181
		Código Verificador:	f2de2fa19c0f5a06edb3141707b4e4a2
Consortio Sumi - 80109965-0	3.400.000.000	16-12-2019	14:40:04.790
		Código Verificador:	7e5dd5baa5b6c64fae66eedbc496e82
Consortio Sumi - 80109965-0	3.450.000.000	16-12-2019	14:39:44.408
		Código Verificador:	96f3a2d22cee4f936a4134205cbdd6f0
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.450.000.000	16-12-2019	14:39:55.163
		Código Verificador:	3ecc240eddb03aefc9b62230ef39f5ba
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.470.000.000	16-12-2019	14:39:42.712
		Código Verificador:	4eb29ebf83641538aae5ee8391b05157
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.500.000.000	16-12-2019	14:39:22.689
		Código Verificador:	b1b0a671ea175ab3cde56d902b00b2ea
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.528.000.000	16-12-2019	14:39:30.441
		Código Verificador:	c4d138cf0a0cb0ccb492cdc27b15a91
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	3.544.000.000	16-12-2019	14:42:15.320
		Código Verificador:	b8c02e258dbd7a76f1dfcb1dcd3ec231
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	3.550.000.000	16-12-2019	14:39:24.702
		Código Verificador:	318752dae40fd9cb1ddcc1910cf66685
Consortio Sumi - 80109965-0	3.590.000.000	16-12-2019	14:39:22.309
		Código Verificador:	7a7a4568e7cb1c4d13b91fbae9ac4a50
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.599.000.000	16-12-2019	14:39:06.394
		Código Verificador:	1fcac7ced86528a3772198cdd90419a4
Consortio Sumi - 80109965-0	3.600.000.000	16-12-2019	14:39:00.302
		Código Verificador:	59f1bb30026dad11bf619a25d729850c
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.600.000.000	16-12-2019	14:39:04.010
		Código Verificador:	20b4bcf457ad7bae7911b20bab030d8a
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	3.630.000.000	16-12-2019	14:39:01.830
		Código Verificador:	4d472673ee188e40761050e0a5ba721b
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.635.000.000	16-12-2019	14:38:44.976
		Código Verificador:	bf171ccb40b50c6a9caad315ab9dfe70
Consortio Sumi - 80109965-0	3.650.000.000	16-12-2019	14:38:49.793
		Código Verificador:	a891dab20e6fccc9ee83bab0e05645b9
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	3.680.000.000	16-12-2019	14:38:40.376
		Código Verificador:	9863525b56725a8f1ae7cd8401412531
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.680.000.000	16-12-2019	14:38:49.266
		Código Verificador:	fc5811b24f76b1a57cfa4418e8128b6
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.699.000.000	16-12-2019	14:38:21.031
		Código Verificador:	e731dec14a370f66f039ba768a564bc5
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	3.740.000.000	16-12-2019	14:38:14.325
		Código Verificador:	851e433de7d4985de02bdb7a08a918c5
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.740.000.000	16-12-2019	14:38:29.033
		Código Verificador:	68ec1cc0e5b923df428d7fbc989bd49d
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.745.000.000	16-12-2019	14:37:54.853
		Código Verificador:	9bd094f3c2339202eeb3edb4b8b561c5
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.790.000.000	16-12-2019	14:38:14.012
		Código Verificador:	dcc5781eccc3f3d48aeb73fc73b923dd
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	3.800.000.000	16-12-2019	14:37:41.238
		Código Verificador:	c100ddb3cf7e1358b4c032282c70621b
Consortio Sumi - 80109965-0	3.900.000.000	16-12-2019	14:37:11.863

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	757e8bce1a6ac035080e92c87b4c550e	
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.925.000.000	16-12-2019	14:37:41.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c67329203d7575679e44d0af23d133b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.935.000.000	16-12-2019	14:37:18.207	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b0630d8dc5d911bea2a64054e499b40	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.995.000.000	16-12-2019	14:36:51.530	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23afc9e76c6752be47dc815c2f9282d9	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	4.035.000.000	16-12-2019	14:37:08.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62ef1d2de4d190b48038e45f41df0430	
Consortio Sumi - 80109965-0	4.050.000.000	13-12-2019	08:00:43.193	Propuesta
		Código Verificador:	a5eb7a786dfe2453365713255ebc5a36	
TECNOLAB S.A - 80096550-7	4.050.000.000	16-12-2019	14:37:20.282	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afb9617d7bb322605e319b409fc3b499	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	4.634.000.000	16-12-2019	14:39:45.540	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1959f5359b2854a1bcbcd7b031423938	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	4.770.000.000	13-12-2019	08:00:43.197	Propuesta
		Código Verificador:	08e141030ba454ce71a4a116d6f544aa	
TECNOLAB S.A - 80096550-7	5.220.000.000	13-12-2019	08:00:43.195	Propuesta
		Código Verificador:	1406e0aa60d1ab058d05db68d0c0cfde	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	5.300.000.000	16-12-2019	14:37:40.883	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85c8a8a881e6e97d9a99167e40c574ed	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	6.174.000.000	13-12-2019	08:00:43.190	Propuesta
		Código Verificador:	fa9d0e21853bcc073f78dc7daecff835	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	6.227.329.500	13-12-2019	08:00:43.194	Propuesta
		Código Verificador:	dda8c2705245a55dee51a83edb837e49	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	6.801.918.390	13-12-2019	08:00:43.192	Propuesta
		Código Verificador:	3479ca7912f447d3c5ebf6850d7f728d	

43 - MAQUINA DE ANESTESIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	2.620.000.000	16-12-2019	15:00:18.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0062e1e2333cb4969c2839dfe7f44215	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.622.000.000	16-12-2019	15:00:11.256	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3507545a854371ccd31bbbaed95b53a	
V & V S.A - 80038216-1	2.623.000.000	16-12-2019	14:59:24.681	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a872af1776d3b64c95b2fbd18b8f222f	
V & V S.A - 80038216-1	2.625.000.000	16-12-2019	14:59:00.930	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8aa9bbfba02a48700a7bf2bf388d6e52	
V & V S.A - 80038216-1	2.627.000.000	16-12-2019	14:58:56.683	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65a0d4c11c5b95be5f7bc960c0bde95	
V & V S.A - 80038216-1	2.630.000.000	16-12-2019	14:58:51.306	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14c4b86efe14ef0566ebab6ee4162f7f	
V & V S.A - 80038216-1	2.635.000.000	16-12-2019	14:58:35.280	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79d448e1e72326f37gae05453529777f	
V & V S.A - 80038216-1	2.650.000.000	16-12-2019	14:58:28.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	104968745d3311bd5f4fc1e975f03420	
V & V S.A - 80038216-1	2.685.000.000	16-12-2019	14:58:13.702	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b8364ccffb2d5b099c4ba61dc759977	
V & V S.A - 80038216-1	2.700.000.000	16-12-2019	14:58:06.298	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5d6d00baf25eb8e32a48735ea66f541	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.749.000.000	16-12-2019	15:00:13.585	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f456493588b88082869dcb6534faac7	
V & V S.A - 80038216-1	2.750.000.000	16-12-2019	14:58:01.714	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d84605ade6e3fce7907e1aa123025faf	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.750.000.000	16-12-2019	14:58:55.600	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91eb3c0d529caf797550f1dc7881693d	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.800.000.000	16-12-2019	14:57:20.723	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	baed79fcb2d2c76cb933c3ec8b85fe3e	
V & V S.A - 80038216-1	2.850.000.000	16-12-2019	14:57:17.857	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0123f1f18b371d2d1202e1a51159d5d4	
V & V S.A - 80038216-1	2.875.000.000	16-12-2019	14:57:12.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c927b5f0ad9192bc748eee351d61724	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.879.000.000	16-12-2019	14:58:19.670	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	271ca0274084cf788e99a95f60e4969b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.880.000.000	16-12-2019	14:57:43.915	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eaa14b655a6b198dbadcaa9a294ad392	
V & V S.A - 80038216-1	2.900.000.000	16-12-2019	14:57:06.985	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7db1dde65ccb239e0307688a272d44f	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.900.000.000	16-12-2019	14:57:12.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8dbbd41c15902d3b0f4f18b582e2c4a3	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.900.000.000	16-12-2019	14:57:28.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4c58da02a4b4a6bbf4fdc664c730c8e	
V & V S.A - 80038216-1	2.950.000.000	16-12-2019	14:57:02.044	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f831824447e5a357911e58d6e3f5f08	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.000.000.000	16-12-2019	14:56:55.022	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98df596388f433883d753da16277b159	
V & V S.A - 80038216-1	3.100.000.000	16-12-2019	14:56:54.431	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efcacf2b4ab941fac5624e4c3c275e21	
V & V S.A - 80038216-1	3.200.000.000	16-12-2019	14:56:49.730	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0dd00bef2b05e59733a9e0c668c86ba9	
INFOTEC SA - 80021897-3	3.200.000.000	16-12-2019	14:56:55.228	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8ed7706696d8d7f37bcb1ef2cf55932	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.250.000.000	16-12-2019	14:57:08.275	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f5dc86e13616f5a517f8af4196ba1dc	
V & V S.A - 80038216-1	3.300.000.000	16-12-2019	14:56:43.802	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04c68df971e627c034c00acf157d966	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.450.000.000	16-12-2019	14:56:44.006	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8576e5d4513821adccbb2b9c61562748	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.450.000.000	16-12-2019	14:56:44.574	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	102f801e4957b1087ac163e213200c35	
INFOTEC SA - 80021897-3	3.500.000.000	16-12-2019	14:56:33.485	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58636588477ac4ac06195cd3e62a2f15	
V & V S.A - 80038216-1	3.575.000.000	16-12-2019	14:56:36.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80081f05455c7b72a13049ad06fb75f3	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.620.000.000	16-12-2019	14:56:37.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1941ba98825ff95f44dff8627abb029	
V & V S.A - 80038216-1	3.625.000.000	16-12-2019	14:56:30.940	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29f8287259b68fce9b9d39c4bbc976c1	
V & V S.A - 80038216-1	3.700.000.000	16-12-2019	14:56:25.809	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99c691d8666139c1b7d0df1abb82ea15	
INFOTEC SA - 80021897-3	3.800.000.000	16-12-2019	14:56:26.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02a51b715b961c53526adc21a25b3428	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.850.000.000	16-12-2019	14:56:29.026	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	599708d6315a0c8335b0f8ed2e57da0d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.850.000.000	16-12-2019	14:56:36.014	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5eb45c5be2fed9704290ecfa0233223	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.900.000.000	16-12-2019	14:56:15.676	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5356af8844553169454bf3ffae3fd801	
INFOTEC SA - 80021897-3	3.900.000.000	16-12-2019	14:56:17.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b8d044649efda0334c5b2c2fc890e22	
V & V S.A - 80038216-1	3.900.000.000	16-12-2019	14:56:18.097	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a112a23f59dcc6d51a0655c236794226	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.900.000.000	16-12-2019	14:56:22.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7dd1450dba2a3e2c28cdba26218bc2f9	
V & V S.A - 80038216-1	3.925.000.000	16-12-2019	14:56:11.084	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	543bf82d016100c1d0da0cc69889f337
V & V S.A - 80038216-1	3.950.000.000	16-12-2019	14:56:05.565 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4280abff769ed79010a371ef60fc7dc6
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.950.000.000	16-12-2019	14:56:15.602 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c030d602339e528c9467f30f2cce4a5c
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.090.000.000	16-12-2019	14:56:06.875 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	436b5251dc2c3de833089be9366b5a8b
INFOTEC SA - 80021897-3	4.100.000.000	16-12-2019	14:55:54.796 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28c34e22fd3b30063c16b0f2043a5ac1
V & V S.A - 80038216-1	4.100.000.000	16-12-2019	14:55:58.578 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5911e2ca3346be225bb6d10ba7127ff9
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.100.000.000	16-12-2019	14:55:59.119 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73aa78dfc4dccc6b03f005926482defa
V & V S.A - 80038216-1	4.150.000.000	16-12-2019	14:55:53.735 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8be486760a38979f963d5d9fa81c0253
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.150.000.000	16-12-2019	14:55:56.919 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acca52fd76940c6e558c73c1cbd9bed4
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.190.000.000	16-12-2019	14:56:00.538 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b434abb6e2fcff55c73af344ad48a95
V & V S.A - 80038216-1	4.200.000.000	16-12-2019	14:55:47.645 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea361cdba3b638797978b97863707f95
V & V S.A - 80038216-1	4.300.000.000	16-12-2019	14:55:42.988 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c21dead3ccba7ec870fc017785ccdb
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.350.000.000	16-12-2019	14:55:48.125 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83f44c781c139586bde3d5f9caf438be
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.390.000.000	16-12-2019	14:55:44.895 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8dfbf47393166502b4c3fcb0a76184e
INFOTEC SA - 80021897-3	4.400.000.000	16-12-2019	14:55:34.517 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbc15d5a767c04800c4e80095c423770
V & V S.A - 80038216-1	4.450.000.000	16-12-2019	14:55:36.114 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d5624bc913602997afaef46b3ec049c
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.450.000.000	16-12-2019	14:55:47.624 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c766bba0dbc089decdb8743d3532a14e
V & V S.A - 80038216-1	4.475.000.000	16-12-2019	14:55:30.870 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd98a9b1654183eaa54e490fec79264a
V & V S.A - 80038216-1	4.500.000.000	16-12-2019	14:55:24.936 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87ce8a3a1004e83e7e6a0edfcdcd0664
INFOTEC SA - 80021897-3	4.500.000.000	16-12-2019	14:55:29.051 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d949ada884ad1a2809862211d346d576
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.500.000.000	16-12-2019	14:55:34.290 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad5306111ad0a0fe2fd4ff3fe155743f
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.550.000.000	16-12-2019	14:55:17.825 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a36006046688f0d6901df81fd3acd4d0
V & V S.A - 80038216-1	4.550.000.000	16-12-2019	14:55:20.413 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e4ea248c0c9a9c03670d76e1b9eec4e
INFOTEC SA - 80021897-3	4.590.000.000	16-12-2019	14:55:22.498 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5028f4431a333e91b0fe0ce7905f22b5
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.599.000.000	16-12-2019	14:55:31.270 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d712128c6dc27748620f73159811d057
INFOTEC SA - 80021897-3	4.600.000.000	16-12-2019	14:55:08.303 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef098ede7a148fe2ad0c1b4105aa8c
V & V S.A - 80038216-1	4.600.000.000	16-12-2019	14:55:13.767 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b14bed56a7321bf5dcfdb00d21f922e
V & V S.A - 80038216-1	4.615.000.000	16-12-2019	14:55:05.812 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	749a57b0d24fa3d00221cc588d2d982c
V & V S.A - 80038216-1	4.625.000.000	16-12-2019	14:55:01.915 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	605af4cd6d15e48c083acba7663ef22e
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.645.000.000	16-12-2019	14:55:04.519 Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	92442c8d4eb1120f31323dcdcf32edcd
V & V S.A. - 80038216-1	4.650.000.000	16-12-2019	14:54:54.983
		Código Verificador:	2274c78f0af643314d65abaf152302a4
INFOTEC SA - 80021897-3	4.680.000.000	16-12-2019	14:55:02.247
		Código Verificador:	0c11eef3901043781f85520ddc091061
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.700.000.000	16-12-2019	14:54:44.919
		Código Verificador:	e20f57d9c501f4d46246668dbe57fb94
INFOTEC SA - 80021897-3	4.700.000.000	16-12-2019	14:54:55.154
		Código Verificador:	7bcd4d6ce9ab43ae5f024aa8beeaed97
V & V S.A. - 80038216-1	4.715.000.000	16-12-2019	14:54:48.491
		Código Verificador:	5aa1f2c8ed771789057e8318f2d6a4f0
V & V S.A. - 80038216-1	4.725.000.000	16-12-2019	14:54:42.453
		Código Verificador:	b465efa4ce02416813cbbb5a0f526bf5
INFOTEC SA - 80021897-3	4.730.000.000	16-12-2019	14:54:50.577
		Código Verificador:	e0f30f24faab7d9e738dcd74288cafde
V & V S.A. - 80038216-1	4.735.000.000	16-12-2019	14:54:35.647
		Código Verificador:	c081a169a7779eeaa1f2f490db280b8
INFOTEC SA - 80021897-3	4.739.000.000	16-12-2019	14:54:42.524
		Código Verificador:	88e011d5546424e511253c603944370b
V & V S.A. - 80038216-1	4.740.000.000	16-12-2019	14:54:28.943
		Código Verificador:	4b403c0925c0cc0908d151a0d8617949
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.742.000.000	16-12-2019	14:54:33.919
		Código Verificador:	7f26f4658265db014d8157305b251aeb
INFOTEC SA - 80021897-3	4.743.000.000	16-12-2019	14:54:12.182
		Código Verificador:	cc1869120b8cc9eab9125edd98140bf2
V & V S.A. - 80038216-1	4.743.262.050	13-12-2019	08:00:43.452
		Código Verificador:	036b5b5fbb01cadd048d3159b2475966
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.590.000.000	13-12-2019	08:00:43.449
		Código Verificador:	0479df350877d96be26ddc846d62bdde
INFOTEC SA - 80021897-3	5.650.000.000	13-12-2019	08:00:43.454
		Código Verificador:	be9f8c69b4e181c3e8ae14d65156a98d
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	5.691.914.460	13-12-2019	08:00:43.451
		Código Verificador:	abab083b458f11e54be63a1042603180
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	6.165.292.010	13-12-2019	08:00:43.453
		Código Verificador:	1a760102bfca443e3576653fe948f440

44 - GENERADOR DE MARCAPASOS EXTERNO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CODEX S.R.L. - 80000173-7	38.000.000	13-12-2019	08:00:43.488	Propuesta
		Código Verificador:	85999ff7d7db9b42c39de24956832aac	

45 - MESA QUIRURGICA RADIOLUCIDA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.340.000.000	16-12-2019	15:40:06.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ed54dab52c76a915085ee587f390f0c	
V & V S.A. - 80038216-1	2.410.000.000	16-12-2019	15:39:24.315	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2753b9eab7629a451eddb8b6dd93b016	
V & V S.A. - 80038216-1	2.420.000.000	16-12-2019	15:39:18.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9b500d12bd347b28fc6f8adf5a89075	
V & V S.A. - 80038216-1	2.430.000.000	16-12-2019	15:39:13.852	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ad2b8177b40d65cb26605db025dc6fa	
V & V S.A. - 80038216-1	2.440.000.000	16-12-2019	15:39:08.678	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a1d44e1ee3ac14e1e69a07b1e11dbf4	
V & V S.A. - 80038216-1	2.450.000.000	16-12-2019	15:39:02.992	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1928e91fc0585fffb1ba8c7aecea2614	
V & V S.A. - 80038216-1	2.475.000.000	16-12-2019	15:38:55.599	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b43c401f329f486f8f097dbca660dca	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	2.500.000.000	16-12-2019	15:38:50.667	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b710f069c7dd548a33bc40ee3861dbe7	
V & V S.A - 80038216-1	2.600.000.000	16-12-2019	15:38:43.262	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a99febe874d90c4f368c121e807c5ad1	
V & V S.A - 80038216-1	2.700.000.000	16-12-2019	15:38:31.284	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c43a43e8635165a604efd414b7d0cde0	
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.790.000.000	16-12-2019	15:38:24.187	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12c1e7cc1381324cda6f4a217ae8b5f1	
V & V S.A - 80038216-1	2.810.000.000	16-12-2019	15:38:16.452	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b13fd0a01c2d61e0d18fe6e169385df6	
V & V S.A - 80038216-1	2.815.000.000	16-12-2019	15:38:08.745	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	717d3bbf212d1fe598d92da72214c503	
V & V S.A - 80038216-1	2.825.000.000	16-12-2019	15:37:59.159	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1eb91ea5c64b5b9a205bc419e16876a4	
V & V S.A - 80038216-1	2.850.000.000	16-12-2019	15:37:54.722	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6c1a42fc9ff56dad7698f2b1d37ff88	
V & V S.A - 80038216-1	2.875.000.000	16-12-2019	15:37:46.026	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57463be943f8c8e782217b540b69bebd	
V & V S.A - 80038216-1	2.900.000.000	16-12-2019	15:37:40.907	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b581bc578ddaa6b972066942c604fcbb	
V & V S.A - 80038216-1	2.925.000.000	16-12-2019	15:37:35.112	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81bf39b5504d2cf8bbcbba07dc14f1f42	
V & V S.A - 80038216-1	2.950.000.000	16-12-2019	15:37:29.666	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce1f768b31f67da7e10af50ade04af5d	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.960.000.000	16-12-2019	15:38:07.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f027ee66abd5fdf6c1470bfb4056835f	
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.970.000.000	16-12-2019	15:37:44.041	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff2d7546760738e6ecd3dd32a3fd4fd7	
V & V S.A - 80038216-1	3.000.000.000	16-12-2019	15:37:16.014	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fec6e64f36f34481c51a69761f37dccc	
V & V S.A - 80038216-1	3.050.000.000	16-12-2019	15:37:09.787	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1e8511a0611c3eacc01f793e191a38b	
MAKRI S.A. - 80029237-5	3.099.000.000	16-12-2019	15:38:16.545	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae3a04a9bf0653dbc769f6e67323a84	
V & V S.A - 80038216-1	3.100.000.000	16-12-2019	15:37:03.575	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f5d03e89405e28a185b5a293895004f	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.100.000.000	16-12-2019	15:37:34.184	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01e4bd72da0404fea6a47b69a96fd142	
V & V S.A - 80038216-1	3.150.000.000	16-12-2019	15:36:57.134	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	313568cea171fe7622da239fa8d086ad	
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.150.000.000	16-12-2019	15:37:24.999	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6260a539458e7c388aedf2c704e7ab49	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.200.000.000	16-12-2019	15:37:23.691	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e06ba9aede8c03507024717d3a4f3683	
MAKRI S.A. - 80029237-5	3.200.000.000	16-12-2019	15:37:25.148	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc71e7cc93f820e85869a9693eb3f0d6	
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.240.000.000	16-12-2019	15:37:09.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	961bf8a57de77bf41380af29629809b0	
V & V S.A - 80038216-1	3.300.000.000	16-12-2019	15:36:50.372	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4d20ce1d0948b698505e575beb45a27	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.300.000.000	16-12-2019	15:36:57.287	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	249302dc78560687c8c747982561df35	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	3.340.000.000	16-12-2019	15:38:49.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2aa5000babbcc8b19cd94559a28aa8d0	
INFOTEC SA - 80021897-3	3.350.000.000	16-12-2019	15:37:38.301	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4c95c85fc20b1f8948cde06d3e94505	
V & V S.A - 80038216-1	3.400.000.000	16-12-2019	15:36:45.736	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e6c2d23f9a912a8257b89b5c80373b5	

Listado General de todas las Ofertas

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.400.000.000	16-12-2019	15:36:51.360	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f6dcc83c511229ff6cbbcf605299396	
INFOTEC SA - 80021897-3	3.400.000.000	16-12-2019	15:37:04.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24c2ddf88484dbb78ac99bb4937b575a	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.500.000.000	16-12-2019	15:36:39.090	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fbebfee4b730e0bad6dbc2187e0f188	
INFOTEC SA - 80021897-3	3.500.000.000	16-12-2019	15:36:49.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8dc18c6b896a4342c80055c975d1b25	
MAKRI S.A. - 80029237-5	3.500.000.000	16-12-2019	15:37:00.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7255f14ae71d045ef02e2748d4295da2	
V & V S.A - 80038216-1	3.600.000.000	16-12-2019	15:36:40.574	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52c6121ce37b45fde1f2b63edd91dca5	
V & V S.A - 80038216-1	3.650.000.000	16-12-2019	15:36:34.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a03bc3bd9eca0d80d9be93600ecffbd	
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.690.000.000	16-12-2019	15:36:49.602	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb8a23f659f5457f5c08b76de559604d	
V & V S.A - 80038216-1	3.700.000.000	16-12-2019	15:36:27.206	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddf9c6a9a83f658ee1aa368536c4d981	
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.700.000.000	16-12-2019	15:36:29.919	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52e1e7abdd9b9d564054efd5902f0200	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.700.000.000	16-12-2019	15:36:30.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa7cdc190258f204d938e4a66ee320b1	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.800.000.000	16-12-2019	15:36:24.262	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efa090d096bc6845fe0f14ede3052a22	
V & V S.A - 80038216-1	3.850.000.000	16-12-2019	15:36:18.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a38c24263565828f4987ed9beda5ed0e	
INFOTEC SA - 80021897-3	3.900.000.000	16-12-2019	15:36:26.798	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	238dc86df155ec0282233ae6a08dbacf	
V & V S.A - 80038216-1	3.950.000.000	16-12-2019	15:36:12.198	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49382b57f63cc6f143fa886b0bba0a0c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.990.000.000	16-12-2019	15:36:48.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73f2351e8686211caa41c3c4fc225844	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.000.000.000	16-12-2019	15:36:12.285	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73ac11a906e95ab898a116cf9a514e6b	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.000.000.000	16-12-2019	15:36:15.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9f89d049f9fcc795f961097fb29b675	
ALBATROS SACI - 80002766-3	4.000.000.000	16-12-2019	15:36:18.649	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f635acb5ac6eb10a6b4ad08ef839e6a6	
V & V S.A - 80038216-1	4.050.000.000	16-12-2019	15:36:07.534	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	531dff628d580be9b9132c907b7cd4c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	4.050.000.000	16-12-2019	15:36:20.622	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	425f2becd1539b407373f0e3efa7fdec	
V & V S.A - 80038216-1	4.100.000.000	16-12-2019	15:36:03.050	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee20c7c3f4669890bffd588ed396dff3	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.100.000.000	16-12-2019	15:36:10.427	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22fc39325f77792c2fcff50da4a833e3	
MAKRI S.A. - 80029237-5	4.100.000.000	16-12-2019	15:36:12.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17dff1093116881d6970e2f64b92796b	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.150.000.000	16-12-2019	15:36:09.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd4de80cd9c81b30c2568460df2f70a0	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.190.000.000	16-12-2019	15:36:04.946	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bfeaada21eb6f61d6344b46d7fdb0a4b	
ALBATROS SACI - 80002766-3	4.200.000.000	16-12-2019	15:35:56.576	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03eb40a7fa66c49a58edd6ca336d45f0	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.200.000.000	16-12-2019	15:35:58.092	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ed2e93dd25cfd140bf96814ebf00e6	
V & V S.A - 80038216-1	4.200.000.000	16-12-2019	15:35:58.392	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	582558820d58f9c8e88c0fbf22a8cb8c	

Listado General de todas las Ofertas

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.290.000.000	16-12-2019	15:35:58.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8072a4436d8337fd069e8c0289b37cf2	
ALBATROS SACI - 80002766-3	4.300.000.000	16-12-2019	15:35:51.275	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98c5ddd1d3f2794b551090453717a821	
V & V S.A - 80038216-1	4.425.000.000	16-12-2019	15:35:51.996	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	853a6ff45c7e9df1d99f352d02c0d124	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.440.000.000	16-12-2019	15:35:51.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a941dc279f0953f19a764fc6d189dc8	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.450.000.000	16-12-2019	15:35:45.552	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bae69983e69955711b79725f748c0a2	
V & V S.A - 80038216-1	4.475.000.000	16-12-2019	15:35:46.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	229e13374f8f1dcefe73b0c768e540f8	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	4.490.000.000	16-12-2019	15:36:12.250	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	131d87d5beb02d2d35dc0d3b2496ef86	
V & V S.A - 80038216-1	4.500.000.000	16-12-2019	15:35:36.974	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e73d93e1a48beb4be86ceb52ca7bff9b	
ALBATROS SACI - 80002766-3	4.500.000.000	16-12-2019	15:35:44.143	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bcd99a1841b424a84007bedbad833736	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	4.500.000.000	16-12-2019	15:35:51.688	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19b61a90623f4c60f9baa8c786b1b661	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.540.000.000	16-12-2019	15:35:44.796	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	beacbbd795568c5460f44b0509264a72	
MAKRI S.A. - 80029237-5	4.550.000.000	16-12-2019	15:35:48.291	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bcd9202fc564948c9fe798b7b58b3c24	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.570.000.000	16-12-2019	15:35:39.685	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef5a24ea82f5ed2092227482c6eeb173	
V & V S.A - 80038216-1	4.575.000.000	16-12-2019	15:35:30.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da6fc1091b18142bfca4cfac70dfecb	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.600.000.000	16-12-2019	15:35:35.511	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfbbcb1b5cfd9db55efea6740722a7f2	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	4.600.000.000	16-12-2019	15:35:40.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9148209146daa7aac718d02260458ff5	
V & V S.A - 80038216-1	4.650.000.000	16-12-2019	15:35:25.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea87df318d22260142fa76e429679af4	
ALBATROS SACI - 80002766-3	4.650.000.000	16-12-2019	15:35:28.132	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc2bd133af3c6c3f4b11e77ef9c55be3	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.650.000.000	16-12-2019	15:35:30.557	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f43aac413099d027da3944ecc3d1239	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.690.000.000	16-12-2019	15:35:30.592	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f82774ae84eeb049bb39c1e112ef4f3e	
MAKRI S.A. - 80029237-5	4.700.000.000	16-12-2019	15:35:15.455	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	575a681e9075ebb55e494188532a5d06	
V & V S.A - 80038216-1	4.700.000.000	16-12-2019	15:35:17.822	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	896738a3b45e4d99e1c4affc6b635aab	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.700.000.000	16-12-2019	15:35:22.212	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fb42c86ef0a7aae951f2ba8160e11ae	
V & V S.A - 80038216-1	4.725.000.000	16-12-2019	15:35:10.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63e0582c11f55ea3be7a68baa2d5ef82	
ALBATROS SACI - 80002766-3	4.750.000.000	16-12-2019	15:35:21.098	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0057e1578c42f2952a29e70b71352618	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.790.000.000	16-12-2019	15:35:18.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	befb6f502c161b707cc60ba46113989f	
V & V S.A - 80038216-1	4.800.000.000	16-12-2019	15:35:05.993	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d47f811b19b608ed6a8f1c9789a55d1d	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.800.000.000	16-12-2019	15:35:08.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e795c1ab63708d11ab4e32fa6e5180c3	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.800.000.000	16-12-2019	15:35:13.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a97eb39b34268ec8cb751d7244762bcc	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A. - 80038216-1	4.850.000.000	16-12-2019	15:35:00.212	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c57eeae6b6979931d1000eac20d5056f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	4.900.000.000	16-12-2019	15:35:25.965	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75749b332e3310e0663cdf5bfca0e962	
ALBATROS SACI - 80002766-3	4.930.000.000	16-12-2019	15:35:08.409	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c3514a9bb47345c39535ba3a1909a4d	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.940.000.000	16-12-2019	15:34:59.595	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18a6a165540cef702da999692c8e693b	
V & V S.A. - 80038216-1	4.950.000.000	16-12-2019	15:34:52.286	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56fc2021a75bd7db212f88e9b7fec59e	
INFOTEC SA - 80021897-3	5.000.000.000	16-12-2019	15:34:45.162	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b6bdbc1f2df4776131c7052bfd8e3c5	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	5.000.000.000	16-12-2019	15:34:53.734	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ede3df956bdcfe4f07dc721414b3220	
ALBATROS SACI - 80002766-3	5.000.000.000	16-12-2019	15:34:55.383	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d66f035ef2b2fa27faadee8690634f4d	
MAKRI S.A. - 80029237-5	5.000.000.000	16-12-2019	15:35:00.869	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19f4ef3ec80b3bcfbeadb4aa072a8eff	
V & V S.A. - 80038216-1	5.025.000.000	16-12-2019	15:34:46.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e9578af1308ad25b557220f900f3a95	
V & V S.A. - 80038216-1	5.050.000.000	16-12-2019	15:34:41.464	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62d76cc14c119bfd0efda32bc0c6c867	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.050.000.000	16-12-2019	15:35:00.955	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	277b70f964745a4cfc48badbe48fa36a	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	5.070.000.000	16-12-2019	15:34:40.856	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da78f34505becf537e987b82e873df3b	
V & V S.A. - 80038216-1	5.085.000.000	16-12-2019	15:34:34.144	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1bff64b583e93e5f2978982872f947	
V & V S.A. - 80038216-1	5.100.000.000	16-12-2019	15:34:27.812	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fadafeef3b914a9a5bd9c3d030a67ecd	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	5.100.000.000	16-12-2019	15:34:29.792	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b59b67b8ec4ae6f68e44e30e69c58012	
MAKRI S.A. - 80029237-5	5.100.000.000	16-12-2019	15:34:33.298	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e07df46de5fce4124299dc48eb35df1c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.110.000.000	16-12-2019	15:34:48.982	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f0467d80706a78f7353abab5a4c20a4	
INFOTEC SA - 80021897-3	5.120.000.000	16-12-2019	15:34:35.102	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b03a470cbbb80adc22db3f7216be9e5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.120.000.000	16-12-2019	15:34:41.380	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90b42eed73a05f5343c03aba27375886	
V & V S.A. - 80038216-1	5.125.000.000	16-12-2019	15:34:22.775	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4edf976a43e40862f4da70a5d3ad13d	
ALBATROS SACI - 80002766-3	5.130.000.000	16-12-2019	15:34:29.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f61082aee92c27366797cbde1ae0c7b4	
INFOTEC SA - 80021897-3	5.130.000.000	16-12-2019	15:34:29.694	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f1437b96c5354e515a61469a29f4df7	
INFOTEC SA - 80021897-3	5.140.000.000	16-12-2019	15:34:21.850	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5174eaf4587ade5c3b355a02ea9a7f31	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	5.140.000.000	16-12-2019	15:34:22.505	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6eeb2efa653ac9ba40a7e7a781046057	
V & V S.A. - 80038216-1	5.150.000.000	16-12-2019	15:34:16.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74cc3a3d496944e8bf1ea8e66f6d1180	
INFOTEC SA - 80021897-3	5.150.000.000	16-12-2019	15:34:17.323	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5963f332d5f5ae5fdabe6a557a24a32	
V & V S.A. - 80038216-1	5.185.000.000	16-12-2019	15:34:11.460	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	555009ef8c98645dce02e35f42ee37a4	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	5.190.000.000	16-12-2019	15:34:13.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26c8a7eb8a936eab408ec1ae3acbd6dd	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	5.200.000.000	16-12-2019	15:34:06.416	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21ee1e3c104216c4849258c9fea2e1c7	
INFOTEC SA - 80021897-3	5.200.000.000	16-12-2019	15:34:11.611	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f386f4964eb1ceaa528e44e019da638	
ALBATROS SACI - 80002766-3	5.200.000.000	16-12-2019	15:34:19.017	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f9090ae5c32b2765c41dab6b02f977a	
MAKRI S.A. - 80029237-5	5.200.000.000	16-12-2019	15:34:20.186	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b73b1cd9e64da45bb6e018932a8e994	
ALBATROS SACI - 80002766-3	5.220.000.000	16-12-2019	15:34:10.357	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1cde2f191be0e40e49797116601d2de5	
V & V S.A - 80038216-1	5.225.000.000	16-12-2019	15:34:01.523	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e83ed441f5adeb1201df9a6d1267a84d	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	5.230.000.000	16-12-2019	15:35:29.703	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	479a9681012611ce0b8de4af1b5e1a82	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	5.240.000.000	16-12-2019	15:34:05.176	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8013a70568fafc4cf8417b2f2fa9672	
INFOTEC SA - 80021897-3	5.240.000.000	16-12-2019	15:34:06.222	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16ba3fb93316552425203568418caad3	
V & V S.A - 80038216-1	5.250.000.000	16-12-2019	15:33:56.497	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05e169e049bb5b15684bcecaeb0c935	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	5.250.000.000	16-12-2019	15:34:55.592	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb40c8a947085c902e429823b1617b6d	
ALBATROS SACI - 80002766-3	5.260.000.000	16-12-2019	15:33:59.602	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbff78367e7af526f029a42b7a314e10	
INFOTEC SA - 80021897-3	5.260.000.000	16-12-2019	15:34:02.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0ae0846cfa063200aee744183b7b84a	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	5.270.000.000	16-12-2019	15:33:56.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b62a73f8952206bc0665c4334dd853a5	
V & V S.A - 80038216-1	5.275.000.000	16-12-2019	15:33:48.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6bc12da3df3816457054bbf873ca67d	
ALBATROS SACI - 80002766-3	5.280.000.000	16-12-2019	15:33:53.462	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	173b4d9d851d1fda2a06f05c3f239cf9	
V & V S.A - 80038216-1	5.300.000.000	16-12-2019	15:33:41.382	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a67fe60cbaab9302618fa7faee2deab	
INFOTEC SA - 80021897-3	5.300.000.000	16-12-2019	15:33:50.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	416601d326017abfe0244f2cd4e32c18	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	5.300.000.000	16-12-2019	15:34:13.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bb05e8459afb70e6e897c201839aa49	
ALBATROS SACI - 80002766-3	5.310.000.000	16-12-2019	15:33:41.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd243c4536a65cb987053679cc744723	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	5.340.000.000	16-12-2019	15:33:41.826	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	673e5b950689d8b0985e5fd2fe65e453	
V & V S.A - 80038216-1	5.350.000.000	16-12-2019	15:33:32.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd409ae371cea3c0cfe2c822f2fff20a	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	5.350.000.000	16-12-2019	15:34:15.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3bd8e5f739f9c9a65b9b9433c4abc47	
MAKRI S.A. - 80029237-5	5.390.000.000	16-12-2019	15:33:54.051	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49fcc6b733b674fc262966a33c7c0b5e	
V & V S.A - 80038216-1	5.400.000.000	16-12-2019	15:33:22.505	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b19bab27bd36a5afd478eb6a0e045f85	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	5.400.000.000	16-12-2019	15:33:28.694	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b61e9881b414ef04d06649b4dc5b11ca	
ALBATROS SACI - 80002766-3	5.400.000.000	16-12-2019	15:33:31.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2fb052c29bfa360416b99610015b28	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	5.430.000.000	16-12-2019	15:33:48.869	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9fb3ef26c64e75312e7e2e0f78a01237	

Listado General de todas las Ofertas

INFOTEC SA - 80021897-3	5.440.000.000	16-12-2019	15:33:21.049	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	237fe1cdbf2e4b4a6202d3e3e7f246ac	
V & V S.A - 80038216-1	5.450.000.000	16-12-2019	15:33:11.494	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca3643581dc07c2930f82358caab1157	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	5.470.000.000	16-12-2019	15:33:13.513	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dab3d71d881005770fadc511fb88f278	
V & V S.A - 80038216-1	5.475.000.000	16-12-2019	15:33:05.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c586ac7916b10e256156bad6f1a1858b	
INFOTEC SA - 80021897-3	5.490.000.000	16-12-2019	15:33:12.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69e2f9e2860ecf9a22afc8bcc2ad2eca	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.490.000.000	16-12-2019	15:33:12.871	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6164c66c16d7093610c0bac5a330820b	
ALBATROS SACI - 80002766-3	5.490.000.000	16-12-2019	15:33:18.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19283ec758d6af6d6f1bedb887dd05ce	
V & V S.A - 80038216-1	5.500.000.000	16-12-2019	15:32:56.459	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a358e919ccd0dfa8d32d23faf65cd16	
V & V S.A - 80038216-1	5.535.000.000	16-12-2019	15:32:49.832	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d12beadcd4cae27501d389d480fe27e1	
V & V S.A - 80038216-1	5.560.000.000	16-12-2019	15:32:41.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	088bfe6246990e67ad370e2149abc3f7	
INFOTEC SA - 80021897-3	5.560.000.000	16-12-2019	15:32:48.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	785ba59f01f93b4d1716a68e56ade5bb	
V & V S.A - 80038216-1	5.565.000.000	16-12-2019	15:32:35.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24833d939c883a11ecca8d3ab554bcff	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.570.000.000	16-12-2019	15:26:06.304	Etapa de Puja
		Código Verificador:	cdedeb99b8a228c97d11b972fd293dcd	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.580.000.000	13-12-2019	08:00:43.816	Propuesta
		Código Verificador:	d8e5e8019a96af3263b888225745bc41	
ALBATROS SACI - 80002766-3	5.625.000.000	13-12-2019	08:00:43.811	Propuesta
		Código Verificador:	c1c993f8f8728b7e4f0c25232b5c5279	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	5.650.000.000	16-12-2019	15:33:30.231	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d31214fe4d965020cd8a8cb561c2f52	
V & V S.A - 80038216-1	5.653.670.004	13-12-2019	08:00:43.814	Propuesta
		Código Verificador:	e02e6451675c464712107d80dc867251	
MAKRI S.A. - 80029237-5	5.653.670.004	13-12-2019	08:00:43.821	Propuesta
		Código Verificador:	7edd47e23096c26a9625fe2fbc3bd9f3	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	6.600.000.000	16-12-2019	15:33:06.275	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1e079aeba0491e6652a072283a064e1	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	6.705.000.000	13-12-2019	08:00:43.818	Propuesta
		Código Verificador:	cda85d74411b4f4d657aa8380e9c96f8	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	6.727.867.308	13-12-2019	08:00:43.819	Propuesta
		Código Verificador:	1ce9372a470a896a6a449cab91301cc5	
INFOTEC SA - 80021897-3	6.750.000.000	13-12-2019	08:00:43.822	Propuesta
		Código Verificador:	ead73e84ea3ff5b8414cab8f39ab6cac	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	6.784.403.994	13-12-2019	08:00:43.813	Propuesta
		Código Verificador:	2bb62d92fb3419cdaa5924c91571ea38	

46 - CAMA DE NACIMIENTO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	917.000.000	16-12-2019	15:55:13.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e317b9fb82b587466a2228807b3f1fa	
V & V S.A - 80038216-1	917.500.000	16-12-2019	15:55:08.577	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c73bb7a6baf3e73a0f34f85a7d50681a	
V & V S.A - 80038216-1	918.000.000	16-12-2019	15:55:02.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	deaf214ed100bfd8d89fad4ce32eb1	
V & V S.A - 80038216-1	919.000.000	16-12-2019	15:54:56.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	955634a5d02b0a42e6428f8f24ef164f	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	920.000.000	16-12-2019	15:54:33.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4dd90eb617ed3088246c9b635d776407	
V & V S.A - 80038216-1	925.000.000	16-12-2019	15:54:28.855	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	622f6ddc2d865cd28ede519bdbe876ae	
V & V S.A - 80038216-1	930.000.000	16-12-2019	15:54:23.742	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2bf4b646fddd806a96971acff223f70f	
V & V S.A - 80038216-1	935.000.000	16-12-2019	15:54:17.710	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c0588a9ab89980572a1812b03faa8c2	
V & V S.A - 80038216-1	940.000.000	16-12-2019	15:54:11.232	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cd0a812d94a9def6b84b2e11179677	
V & V S.A - 80038216-1	950.000.000	16-12-2019	15:53:58.870	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f12ca6d484261a38c0d583ca3241109f	
V & V S.A - 80038216-1	965.000.000	16-12-2019	15:53:53.222	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7ac76dac543d08b312e8e5cdaefff77	
V & V S.A - 80038216-1	975.000.000	16-12-2019	15:53:48.302	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95c457febcbefbd66bbfb2eb66621d	
V & V S.A - 80038216-1	1.000.000.000	16-12-2019	15:53:43.306	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2e4cfd00839707243e3417bf8e8677e	
V & V S.A - 80038216-1	1.025.000.000	16-12-2019	15:53:38.659	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6924a845a2344a2a77424676658fa21	
V & V S.A - 80038216-1	1.050.000.000	16-12-2019	15:53:32.777	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d16f3cb02e0aae8ab8ee102653e62cb	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.070.999.000	16-12-2019	15:57:45.149	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	260443101eb4b9495c1b9fdacdf1b95	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.072.000.000	16-12-2019	15:57:41.711	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f2ddb7cb2a3ccb6c9d31807eaf2c2ad	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.073.999.000	16-12-2019	15:57:28.511	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	452e0b336ffb27b75f41bc076c07a26d	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.074.000.000	16-12-2019	15:57:33.612	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f5dac449e0188d63401d321a182122f	
V & V S.A - 80038216-1	1.075.000.000	16-12-2019	15:53:27.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c452ceb8dbdd904d3225de81781d9fc4	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.075.999.000	16-12-2019	15:57:20.538	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97a145c2f5c1936738bc000daf26eea	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.076.000.000	16-12-2019	15:57:20.307	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17248691bd829c2096b651f05ceb28e4	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.077.999.000	16-12-2019	15:57:13.121	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e017dbbb6500e76108d9703e0531765	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.078.000.000	16-12-2019	15:57:09.748	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a673b9abb731b6de97b798b9bc98f7c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.079.999.000	16-12-2019	15:57:05.446	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e8352879a0ede0abb09d93855649ccf	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.080.000.000	16-12-2019	15:56:52.551	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11b7dcd6055b480c89360a581039184b	
V & V S.A - 80038216-1	1.085.000.000	16-12-2019	15:53:22.783	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	530772641cef77c9b8d8285d32d25ba1	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.086.999.000	16-12-2019	15:56:53.178	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	617a0abf5b74c4ab35ce9458c8a06e3a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.087.999.000	16-12-2019	15:56:42.024	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0f9712b5d22b6f0ccc3f923e3f97d48	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.088.000.000	16-12-2019	15:56:42.829	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c634618936cb2ec69945047fb5cd078a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.089.999.000	16-12-2019	15:56:31.653	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	155e5a63d41cfa6432a42562e3e3c112	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.090.000.000	16-12-2019	15:56:15.952	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52aa30873169db45ab94da87d3e53c05	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.097.999.000	16-12-2019	15:56:07.874	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10f9176860a1bf1b66f50204a8bbbab0	

Listado General de todas las Ofertas

INFOTEC SA - 80021897-3	1.098.000.000	16-12-2019	15:55:51.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d4f28e07ec07a94790859d6be034b9c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.099.999.000	16-12-2019	15:55:31.287	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d6ef668e43981a1168c7399dd2e8a75	
V & V S.A - 80038216-1	1.100.000.000	16-12-2019	15:53:17.142	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2c1db679d099e4089cc3c57aad1b94f	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.100.000.000	16-12-2019	15:53:20.049	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e710a6dd207c2e52c370db750638580	
V & V S.A - 80038216-1	1.150.000.000	16-12-2019	15:53:04.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ecd4c6399a98f533aa5b24802795d39	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.200.000.000	16-12-2019	15:53:11.088	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6bf50dedf093adc8ef90e4dcfa3dfca8	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.250.000.000	16-12-2019	15:52:53.831	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2c644bb39ab8b848d8ab2384b02f3e1	
V & V S.A - 80038216-1	1.250.000.000	16-12-2019	15:52:57.752	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0c78673a6f96ff0321d5a2c3706b6e9	
V & V S.A - 80038216-1	1.285.000.000	16-12-2019	15:52:52.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	065402f25271e2dbf74e8484c9d3bf29	
V & V S.A - 80038216-1	1.300.000.000	16-12-2019	15:52:43.140	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e891c3d15af8efab45c088af798aa472	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.300.000.000	16-12-2019	15:52:48.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1265616b1304b7dba7ce072d9d53d7b9	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.320.000.000	16-12-2019	15:52:43.312	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32bd70711a8776b0a3f2deb86223d81d	
V & V S.A - 80038216-1	1.325.000.000	16-12-2019	15:52:37.007	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c23a41f0a166e9e5dba9934fcb9f0834	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.335.000.000	16-12-2019	15:55:35.171	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1bb1ade75ca3ebf22f1316e42bf12814	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.340.000.000	16-12-2019	15:55:16.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9cfa6a607de721705433256c4121cce	
V & V S.A - 80038216-1	1.350.000.000	16-12-2019	15:52:29.306	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a001856f57d26db11b3f93c217e5288	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.350.000.000	16-12-2019	15:52:33.462	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b0d4d04df9c7ab94a9761b04332f1c3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.359.999.000	16-12-2019	15:55:18.163	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f2ce47f17f3e1d3f08118511ec7641f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.360.000.000	16-12-2019	15:54:59.115	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	560435caee4b39fd64bcf02d835f37e1	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.369.999.000	16-12-2019	15:54:45.030	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	520de3cee452acb9835ba25cc957527a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.370.000.000	16-12-2019	15:54:19.219	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec699ee00896c0342d362aac1af65580	
V & V S.A - 80038216-1	1.375.000.000	16-12-2019	15:52:24.261	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	056a943588466db83c7cdeb766426eef	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.380.000.000	16-12-2019	15:54:11.698	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0775fce7f232cff559924eab2e2e8217	
V & V S.A - 80038216-1	1.385.000.000	16-12-2019	15:52:16.499	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c148fff51e6487aef49c227c41e91f3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.389.999.000	16-12-2019	15:53:57.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	342129c3f9f54d70ef1ab15097ab73ee	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.390.000.000	16-12-2019	15:52:10.592	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	611ba98e89264ae0f3bdb7a1801df263	
V & V S.A - 80038216-1	1.395.000.000	16-12-2019	15:52:10.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66ac1f691e78b1c1bdfd8efcb5397f88	
V & V S.A - 80038216-1	1.405.000.000	16-12-2019	15:52:06.211	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b9205a18a0a6e254585e6de351ddf27	
V & V S.A - 80038216-1	1.410.000.000	16-12-2019	15:51:52.803	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05ab61b3a35f51d9325767d22440747c	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	1.415.000.000	16-12-2019	15:51:47.631	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da2deba77c85de3d8b8f8dccc68f15f17	
V & V S.A - 80038216-1	1.420.000.000	16-12-2019	15:51:42.268	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59dbe9bb9ca1b2bfc64852f7cb734c9	
V & V S.A - 80038216-1	1.423.600.000	13-12-2019	08:00:44.016	Propuesta
		Código Verificador:	d5b4e6c25334c72d5c784fce026870a1	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.423.600.000	16-12-2019	15:53:11.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49a95296166f7807fe5dcc6f66942b6a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.440.000.000	13-12-2019	08:00:44.018	Propuesta
		Código Verificador:	b54f5b29e6f663929b6024aaee2bd3cf	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.600.000.000	13-12-2019	08:00:44.015	Propuesta
		Código Verificador:	99464ab63090588ebad200621a120350	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.704.000.000	13-12-2019	08:00:44.019	Propuesta
		Código Verificador:	c73642f7da348ead2b1a881bf71150f3	

48 - MICROSCOPIO BINOCULAR

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOERIX S.A. - 80051821-7	8.999.999	16-12-2019	16:37:44.101	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	5976a95bd73a38fadf82aacf199cae63	
V & V S.A - 80038216-1	9.000.000	16-12-2019	16:35:11.014	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8583101965cb4b19d922e4f4be53e6c3	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	9.100.000	16-12-2019	16:35:44.938	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ef5ef24febebefedaf4dcacc140ba8c	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	9.150.000	16-12-2019	16:34:43.203	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f900a6442baaf09716e07a85f26a9a9	
V & V S.A - 80038216-1	9.175.000	16-12-2019	16:34:39.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	732058b8c6705b8bd12f761955b49764	
V & V S.A - 80038216-1	9.185.000	16-12-2019	16:34:33.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb86925a9a962b77448dcc348018a0a0	
V & V S.A - 80038216-1	9.195.000	16-12-2019	16:34:26.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d9a3434ed2e674755720f4218ae0235	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	9.200.000	16-12-2019	16:32:38.245	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b30928c0f4960ec3981450071653cba	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	9.500.000	16-12-2019	16:32:10.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dde2b30216cc5fa560263877ec343a84	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	9.600.000	16-12-2019	16:34:15.523	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e735c379b400e0da44ea7ebe083f9c5	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	9.700.000	16-12-2019	16:33:00.386	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d255ad73d7dab15414dab045d6e18b98	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	9.800.000	16-12-2019	16:32:48.133	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9fe395a1b83282324790a0af8fb47b65	
V & V S.A - 80038216-1	10.000.000	16-12-2019	16:32:40.596	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da5230005a68cd1a17943dff64afb937	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	10.200.000	16-12-2019	16:32:21.373	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9dd824d66b4222802c51b8df6deb78fd	
V & V S.A - 80038216-1	10.300.000	16-12-2019	16:32:02.240	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a83c2de2d170c8438b0118f984878eac	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	10.500.000	16-12-2019	16:31:50.591	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd22d1095455ece46947ebdaa42f41e4	
V & V S.A - 80038216-1	10.500.000	16-12-2019	16:31:53.367	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a178b978d80952b20e3b5b57a6adba95	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	10.800.000	16-12-2019	16:32:04.582	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11f337270ec745c5fa22fe85e12b575a	
V & V S.A - 80038216-1	10.850.000	16-12-2019	16:31:42.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17912bd468be1cfff98988ad11502968	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	10.900.000	16-12-2019	16:31:41.150	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	0eba89eda05a062545d53e6e01074cd4	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	11.000.000	16-12-2019	16:31:29.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d32eb163d2c42e0e7e9ad5b05e85eb8e	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	11.100.000	16-12-2019	16:31:47.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5b107dc0e38f7e9bdeedf1e2ee685f35	
V & V S.A - 80038216-1	11.150.000	16-12-2019	16:31:33.232	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7bd42ca53ce153023af8e9f83818d6cf	
V & V S.A - 80038216-1	11.250.000	16-12-2019	16:31:23.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c047c8c39597f284f5137213d980c928	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	11.320.000	16-12-2019	16:31:29.438	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	096b0a915b20fcb229b9503fee4d0d62	
V & V S.A - 80038216-1	11.500.000	16-12-2019	16:31:12.623	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a04b19192cf12d3bfd86ef54996f0d2	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	11.900.000	16-12-2019	16:31:28.178	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e544b3fb7bed21141f1363487ea720b8	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	11.920.000	16-12-2019	16:30:59.872	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e258a28fdf7c11154f1dad2c9d04b45	
V & V S.A - 80038216-1	11.950.000	16-12-2019	16:31:01.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	842bc91939925a0f965e8770169c7fa5	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	12.000.000	16-12-2019	16:30:45.940	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e515a8b6f644d6f5e6ffb644adf10894	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	13.000.000	16-12-2019	16:31:13.293	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2a40cef534fec7efa266d3f5c7d4fa5	
V & V S.A - 80038216-1	13.250.000	16-12-2019	16:30:51.387	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f386d699e4236e8e27331532b2d5e85c	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	13.490.000	16-12-2019	16:30:54.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa96cf4564ea2e80964d88a4e30a4984	
V & V S.A - 80038216-1	13.500.000	16-12-2019	16:30:40.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c5430ed66a3ad483ac99b924659ab48	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	13.580.000	16-12-2019	16:30:52.994	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eda3d8eaf94e1a9f5e45b42913fe26bf	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	13.800.000	16-12-2019	16:30:41.455	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c2a717b6ad9a42199b87d97d295019f	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	13.850.000	16-12-2019	16:30:28.833	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe70c95bf63abf1c26a01efadf1488da	
V & V S.A - 80038216-1	13.875.000	16-12-2019	16:30:31.824	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2deae76774017b261a7a80f4b1be5f9b	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	13.980.000	16-12-2019	16:30:36.659	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d8c75d38879a33df6d39c70bf122c91	
V & V S.A - 80038216-1	14.000.000	16-12-2019	16:30:15.393	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	503d8a5d62899275bb150c92a41467b8	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	14.000.000	16-12-2019	16:30:33.031	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34dc1e3a817c32defbaee257d434ab24	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	15.580.000	16-12-2019	16:30:22.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c2b41d71fa203856eb7d5951613ffde	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	15.850.000	16-12-2019	16:30:21.976	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64a5bf757521a27662bf1f8fb628b41b	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	15.900.000	16-12-2019	16:30:10.619	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	824e05fd9ff2a19286e5fce3a3b8b622	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	15.920.000	16-12-2019	16:30:03.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22d7e6fd2aad8ea535aa76e86ba99106	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	15.940.000	16-12-2019	16:30:18.773	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a011b9c1b9b933de22f5368237309f5	

Listado General de todas las Ofertas

BIOERIX S.A. - 80051821-7	15.950.000	16-12-2019	16:29:57.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	503b36b8021d4b321042e562713220a9	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	15.950.000	16-12-2019	16:29:57.487	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab8c8fe7233d7834d98152e07cff4685	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	15.980.000	16-12-2019	16:29:47.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25637da34f48133cd00eccc6f169af63	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	16.000.000	16-12-2019	16:29:32.183	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b637072e18db5b7449c911ed78ff4ed	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	16.150.000	16-12-2019	16:29:29.947	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e478c3b4606acbbe706e8d37d5649ad8	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	16.180.000	16-12-2019	16:29:14.606	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50b9f01a3f18c5f8404475d89ea53de0	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	16.940.000	16-12-2019	16:29:21.013	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17c00a7e048812c5f9b75c5797186f28	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	16.970.000	16-12-2019	16:29:01.363	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9187510bce1e21bea8bd9a3b6866670	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	16.980.000	16-12-2019	16:28:30.560	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f40c5655c24031fdd229c5d84f20dc7	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	16.980.000	16-12-2019	16:29:15.036	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b2087c47c35bb318879dd2e3e83d2b3	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	17.500.000	16-12-2019	16:28:19.377	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d495003db187c124c6ddfd593ae7bd37	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	17.580.000	16-12-2019	16:22:01.568	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1d56b41cb046b070e6da287d13c2e72c	
V & V S.A - 80038216-1	17.650.000	13-12-2019	08:00:44.237	Propuesta
		Código Verificador:	0439d9f133645e3b67a15e764e0ece67	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	21.000.000	16-12-2019	16:18:00.462	Recepción de Lances
		Código Verificador:	8e769ca2b2b13781f7ee91f9688dbf8d	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	21.180.000	13-12-2019	08:00:44.238	Propuesta
		Código Verificador:	7e6c5a056a19aa6ac637d2322027f615	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	22.000.000	13-12-2019	08:00:44.239	Propuesta
		Código Verificador:	b99d5eb86a16d243008719a0940281ac	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	25.000.000	13-12-2019	08:00:44.240	Propuesta
		Código Verificador:	ef33a31e3df738aae401e3a6012bc4ed	

49 - MONITOR FETAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	135.000.000	16-12-2019	16:57:58.794	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ded841b22c7e33fb7433c7351498c162	
V & V S.A - 80038216-1	136.000.000	16-12-2019	16:57:53.735	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dad2c3acd231c9c8d7f39c3f422ba261	
V & V S.A - 80038216-1	138.000.000	16-12-2019	16:57:49.392	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5aa345b298ee0deeb632ae2b400e69f8	
V & V S.A - 80038216-1	139.000.000	16-12-2019	16:57:44.301	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6837fb2f6741d4e03423b85ebd55cc30	
V & V S.A - 80038216-1	140.000.000	16-12-2019	16:57:38.968	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b53ba0f5d7aa5ebab40bf659068d1aa3	
V & V S.A - 80038216-1	143.000.000	16-12-2019	16:57:33.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8515078cc503fe7c4112a062270c3c9	
V & V S.A - 80038216-1	145.000.000	16-12-2019	16:57:29.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	642e3dcb47ab50941a7845e217170b25	
V & V S.A - 80038216-1	150.000.000	16-12-2019	16:57:24.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20ac8fb8269066c13e108a32e16a713c	

Listado General de todas las Ofertas

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	153.990.000	16-12-2019	16:57:13.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12fae93b5d21f84e767c8961d801aec1	
V & V S.A - 80038216-1	154.250.000	16-12-2019	16:57:18.353	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b535b9f6af5a04715d56797724d1504c	
V & V S.A - 80038216-1	154.500.000	16-12-2019	16:57:11.824	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53349f28d75aa1ea4d1f32e1ff0f5bcf	
V & V S.A - 80038216-1	155.000.000	16-12-2019	16:56:56.874	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb00bbf805605f31c6e8323969998511	
V & V S.A - 80038216-1	156.000.000	16-12-2019	16:56:52.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6ac55f5d42f77f8456148bea8bfa002	
V & V S.A - 80038216-1	157.000.000	16-12-2019	16:56:47.816	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1415e2920f4782f9c7fec7eaed32e90	
V & V S.A - 80038216-1	158.000.000	16-12-2019	16:56:43.513	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f01e597b840642baf9a0d5942e10aab2	
V & V S.A - 80038216-1	160.000.000	16-12-2019	16:56:38.919	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0504e61a491323b7d1d9fdab1464b4e9	
V & V S.A - 80038216-1	165.000.000	16-12-2019	16:56:34.203	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55fcb6b28ca9b0f1d4f8cbba0e8f4c7	
V & V S.A - 80038216-1	170.000.000	16-12-2019	16:56:29.148	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da1d1ba4079b6a1bbb978163096eff5d	
V & V S.A - 80038216-1	180.000.000	16-12-2019	16:56:25.001	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8dd2d9c87e3835e2c929a25afe38a98	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	180.000.000	16-12-2019	16:56:27.186	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c57b407706da0ed8196d84e9a384f858	
V & V S.A - 80038216-1	185.000.000	16-12-2019	16:56:20.498	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89a9486009a948f1243a3e6c081503aa	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	186.000.000	16-12-2019	16:56:23.683	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e38f4febb77b8d632010e466555e260d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	190.000.000	16-12-2019	16:56:12.955	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31e721c8b86c7289f0fcd51c4e892d4	
V & V S.A - 80038216-1	192.000.000	16-12-2019	16:56:12.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd4d7cb42fcc36192fc99296f93e5f9c	
V & V S.A - 80038216-1	193.000.000	16-12-2019	16:56:07.821	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2f32492fac590c27c86a37864c9679b	
V & V S.A - 80038216-1	194.000.000	16-12-2019	16:56:00.226	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f67bc237bd0394853f25a2f5a919b85a	
V & V S.A - 80038216-1	195.000.000	16-12-2019	16:55:48.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53e09edec157e38e12b0d9cb5b9c0426	
V & V S.A - 80038216-1	196.000.000	16-12-2019	16:55:43.280	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1bb77010d354fe07c106f2c0fb0bd44	
V & V S.A - 80038216-1	197.000.000	16-12-2019	16:55:37.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c07838cc65826eb3e1f13dcf687153db	
V & V S.A - 80038216-1	198.000.000	16-12-2019	16:55:31.074	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4c07d9a5847ea172810db456b1a8001	
V & V S.A - 80038216-1	199.500.000	16-12-2019	16:55:26.933	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56f51c1c12a166997cc91c5d0c6d6fff	
V & V S.A - 80038216-1	200.000.000	16-12-2019	16:55:22.226	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67c2ea07f31e892f48e464dbfc300b5a	
V & V S.A - 80038216-1	205.000.000	16-12-2019	16:55:18.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e575e81eb14d0fb712e42c2ae3893ea1	
V & V S.A - 80038216-1	211.000.000	16-12-2019	16:55:14.203	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e944796efa23584a426dae069cf7da6	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	212.000.000	16-12-2019	16:55:06.001	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c21a145005ed8b3b81785e45a38e0f98	
V & V S.A - 80038216-1	212.250.000	16-12-2019	16:55:09.748	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be7ba6b05d9cf0b59c669bb7d41bf1f6	
V & V S.A - 80038216-1	212.300.000	16-12-2019	16:55:04.614	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c318f9d67d092afe5f0242459c997929	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	212.400.000	16-12-2019	16:55:00.513	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1a9c53afce4e2d5e6485c057b8ad898	
V & V S.A - 80038216-1	212.500.000	16-12-2019	16:54:55.076	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24cfef1fa946ed3a81c52165abc4f312	
V & V S.A - 80038216-1	212.750.000	16-12-2019	16:53:38.630	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f3236031c1fc3da591087d7797fba0a	
V & V S.A - 80038216-1	213.000.000	16-12-2019	16:53:33.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef8ae58ebd1cb0a34058f76cddefd0ab	
V & V S.A - 80038216-1	213.500.000	16-12-2019	16:53:28.580	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21d75c1bd27ed9db469e05bcbbdd6b9b7	
V & V S.A - 80038216-1	214.000.000	16-12-2019	16:53:24.528	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfd49b71917e85f2b191366611ec6a2b	
V & V S.A - 80038216-1	214.500.000	16-12-2019	16:53:20.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f6bb33c2556a4e18c6a74dd782da4b9	
V & V S.A - 80038216-1	215.000.000	16-12-2019	16:53:09.667	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32c6f623ffddd172ba8eafffe4abaf0	
V & V S.A - 80038216-1	217.000.000	16-12-2019	16:53:04.622	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0da1de86f1304b0ce8e89b93ab40e71e	
V & V S.A - 80038216-1	218.000.000	16-12-2019	16:52:59.032	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2dc7866209fa68feac908080854e1f6	
V & V S.A - 80038216-1	220.000.000	16-12-2019	16:52:53.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad65107b5d199346fa4cad924092aee3	
V & V S.A - 80038216-1	225.000.000	16-12-2019	16:52:45.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e3f1e180cdfc0cdf0e435197a1fa9e9	
V & V S.A - 80038216-1	228.000.000	16-12-2019	16:52:37.475	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8972a6020de48ed6be2e93c039c0d6a3	
V & V S.A - 80038216-1	230.000.000	16-12-2019	16:52:31.233	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6447effb45ac3f6054267ed7e8af8b5	
V & V S.A - 80038216-1	235.000.000	16-12-2019	16:52:24.773	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c28e9902edefd619d167d754c3f92aa	
V & V S.A - 80038216-1	237.000.000	16-12-2019	16:52:21.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	419a618aa68fad56d87847a930f551b	
V & V S.A - 80038216-1	238.000.000	16-12-2019	16:52:17.108	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0c5e75df80d84ccd9111ae21811e0ac	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	239.000.000	16-12-2019	16:52:15.365	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	640367ef5663ad890ac6b68c947d8727	
V & V S.A - 80038216-1	240.000.000	16-12-2019	16:52:13.347	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d06b25e6a1280977d85b130396b35a7	
V & V S.A - 80038216-1	245.000.000	16-12-2019	16:52:09.197	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01d56032176ceb451f9bf18ade89ec26	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	249.000.000	16-12-2019	16:52:00.123	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8954d266d0ebc073505feae56a182ef0	
V & V S.A - 80038216-1	249.000.000	16-12-2019	16:52:03.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad33b7ef5a42c0481a9dfada21aee40a	
V & V S.A - 80038216-1	250.000.000	16-12-2019	16:51:59.625	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2e97d1c4b3ed12f0769899191d5e8ba	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	252.000.000	16-12-2019	16:51:51.768	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd97ca3c636311bb1ab6d6cd27055f70	
V & V S.A - 80038216-1	253.000.000	16-12-2019	16:51:55.182	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae4b660c9d58d2a034670210114aa26	
V & V S.A - 80038216-1	253.500.000	16-12-2019	16:51:51.209	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de10f7a0b7329c7c577f91607d0b29d6	
V & V S.A - 80038216-1	254.000.000	16-12-2019	16:51:46.602	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	719ae5886ec5e96e1a7507cbf0ff1b89	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	255.000.000	16-12-2019	16:51:41.438	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d427f23a4a5d352d35cef5b6d44f2762	
V & V S.A - 80038216-1	256.000.000	16-12-2019	16:51:42.223	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0eddf1f2a2d61f21b05aae03fd2a533	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	256.250.000	16-12-2019	16:51:37.702	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb26619341eea2b5ad310006e281c1bb	
V & V S.A - 80038216-1	256.500.000	16-12-2019	16:51:31.441	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	befc59a0a88b81077a795a744da66267	
V & V S.A - 80038216-1	257.000.000	16-12-2019	16:51:26.697	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95edb5552d188a6fb09120ae172c9601	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	257.000.000	16-12-2019	16:51:34.810	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e2c00ffb708852bb67db918cea92fcc	
V & V S.A - 80038216-1	257.160.000	13-12-2019	08:00:44.384	Propuesta
		Código Verificador:	b30363f06ebf95f39ab9d205f949c86d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	258.000.000	13-12-2019	08:00:44.392	Propuesta
		Código Verificador:	d45ca5d797c13b5fb1db24e84fd6e8b8	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	306.000.000	16-12-2019	16:52:50.560	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab600785ea04e6634aa14bf479aa26ac	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	350.000.000	13-12-2019	08:00:44.372	Propuesta
		Código Verificador:	0270abe1984a775e605f9bccfcc6ac39	

50 - MONITOR MULTIPARAMETRICO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOTEC SA - 80021897-3	1.120.000.000	16-12-2019	17:20:53.562	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed2d6e6d6359aa55755b5aa9e2247b25	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.130.000.000	16-12-2019	17:20:47.513	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4719eac04cf080bab1a6f4b115cc419	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.150.000.000	16-12-2019	17:20:32.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30a947e541c1c114ce08b0c38dea8035	
V & V S.A - 80038216-1	1.200.000.000	16-12-2019	17:20:23.660	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	369a957ec604b516c5c77f97caf3748	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.200.000.000	16-12-2019	17:20:25.296	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d142e5334f8f9d2c9d15b5ab1f042ba2	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.210.000.000	16-12-2019	17:20:15.115	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e953ba09bb153ab65e4f1cc7435cdf8	
V & V S.A - 80038216-1	1.210.000.000	16-12-2019	17:20:16.668	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d515130eadf59fb468284402b0e83292	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.220.000.000	16-12-2019	17:20:13.467	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f278490ce23b5565c0f9f2de3eca1a30	
V & V S.A - 80038216-1	1.225.000.000	16-12-2019	17:20:09.223	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6f1fd3a0f5c9122e367fef947059505	
V & V S.A - 80038216-1	1.240.000.000	16-12-2019	17:20:01.266	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f175f1864ff21951efa62f8d5e82a2a6	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.240.000.000	16-12-2019	17:20:11.176	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a1f4e8825c1489e7f7747bc9c65a101	
V & V S.A - 80038216-1	1.250.000.000	16-12-2019	17:19:56.620	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9dddd178f342c493904c52e5e9f12d3b	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.260.000.000	16-12-2019	17:19:56.310	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	033c6e9928ce9710c3897ce46bb10fa4	
V & V S.A - 80038216-1	1.275.000.000	16-12-2019	17:19:50.863	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bfbd0ba026ffa5b36cddb6088cd6d0	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.300.000.000	16-12-2019	17:19:32.525	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1501bc4566a6757323759b9e7a4d5a6	
V & V S.A - 80038216-1	1.300.000.000	16-12-2019	17:19:41.883	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edf9ef24173d92fd42faa2db34476fcf	
V & V S.A - 80038216-1	1.310.000.000	16-12-2019	17:19:36.694	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8477e3ca53dfa25cd5b28fa4f4869d1f	
V & V S.A - 80038216-1	1.315.000.000	16-12-2019	17:19:31.499	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8abc60439c3ab65ea497510ecc6c83c42	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.320.000.000	16-12-2019	17:19:23.095	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2323809fa04a2475c08e2c4f1dda6ee	
V & V S.A - 80038216-1	1.320.000.000	16-12-2019	17:19:26.076	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	990f018a6a3de6f58e8833c691e919cc	
V & V S.A - 80038216-1	1.325.000.000	16-12-2019	17:19:19.334	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5e292aaf1ce90e157c80feaeaed8fcc	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.340.000.000	16-12-2019	17:19:19.035	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	931b06ab982339355ed48a713a18b9e8	
V & V S.A - 80038216-1	1.350.000.000	16-12-2019	17:19:13.707	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac591c0e825e0f5d17b1180d28c5aa1e	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.360.000.000	16-12-2019	17:19:14.054	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44af39397028685a2db4d41f81cf0a85	
V & V S.A - 80038216-1	1.380.000.000	16-12-2019	17:19:08.029	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1d4f90e88ba5cbf7024843b6801632f	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.380.000.000	16-12-2019	17:19:08.218	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc598381882baeaf35e7b386e22d56d	
V & V S.A - 80038216-1	1.385.000.000	16-12-2019	17:19:02.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4928e244f404db4757ec1a1dcac480b1	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.390.000.000	16-12-2019	17:19:00.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7934bc516b47edc09702d26518c961fe	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.390.000.000	16-12-2019	17:19:20.721	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7683ce3fc04236193dc21edb149aefd9	
V & V S.A - 80038216-1	1.395.000.000	16-12-2019	17:18:57.628	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bac3bdc8ee2d4fd1a06c52826ac90766	
V & V S.A - 80038216-1	1.400.000.000	16-12-2019	17:18:51.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8503fdfd35191a20b3e60eabc76a0538	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.400.000.000	16-12-2019	17:18:53.576	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70a2cb7a6f6b105ca556d4d266e17b40	
V & V S.A - 80038216-1	1.405.000.000	16-12-2019	17:18:46.510	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	545bf63eb142c4a5bc15ae834837e3a7	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.410.000.000	16-12-2019	17:18:46.851	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4c1f5ee3bcf22c509b74941e16a6619	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.410.000.000	16-12-2019	17:18:54.912	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c036d516deb3042512fbcc8cddb7812	
V & V S.A - 80038216-1	1.415.000.000	16-12-2019	17:18:41.119	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f2e7f93d8d698ba702b4ab76baf787d	
V & V S.A - 80038216-1	1.430.000.000	16-12-2019	17:18:36.051	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54ccf4230d5ab0e7863eac98346e1d42	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.430.000.000	16-12-2019	17:18:42.409	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb02fc829c958646f3454b4da3f4eda7	
V & V S.A - 80038216-1	1.440.000.000	16-12-2019	17:18:30.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4353b3e452f15fe7c29713b6b53e780a	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.440.000.000	16-12-2019	17:18:35.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbf6203cb1766c6a64213ef3acab23f0	
V & V S.A - 80038216-1	1.450.000.000	16-12-2019	17:18:25.204	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ef0172cd5b96d376620927afcf75d63	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.460.000.000	16-12-2019	17:18:30.577	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74b1f842e0943b1b1d6d3ae3d296d531	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.470.000.000	16-12-2019	17:18:38.750	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f215b0f5ccbefc77c212e02676d4d8a	
V & V S.A - 80038216-1	1.475.000.000	16-12-2019	17:18:19.878	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22628132084529483c65f21c8311537e	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.480.000.000	16-12-2019	17:18:26.600	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68388587fdbac064f6482d90d5488ebb	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.489.000.000	16-12-2019	17:20:27.029	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	035e9137570f7f905fc887171d943e6e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.490.000.000	16-12-2019	17:18:18.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cc3d03d8eb3825b6a00d1162d2edc7e	
V & V S.A - 80038216-1	1.500.000.000	16-12-2019	17:18:13.572	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1632a82ce19eee8fb4bad8d6ece8275	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.520.000.000	16-12-2019	17:18:14.989	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	50d0b2b351eae2caace24ada73d19d90	
V & V S.A - 80038216-1	1.525.000.000	16-12-2019	17:18:08.495	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56a1aff85844f2dd105d75f959323bcb	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.530.000.000	16-12-2019	17:17:59.632	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c14f2002b74ba520370abd908724bf95	
V & V S.A - 80038216-1	1.535.000.000	16-12-2019	17:18:02.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e93e6219bff8d546c79c76266ef2f847	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.540.000.000	16-12-2019	17:17:51.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41da76e995d3cd6ebf7bc4243a62d085	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.580.000.000	16-12-2019	17:17:52.460	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8102f97f188f93635006da08850d08d8	
V & V S.A - 80038216-1	1.585.000.000	16-12-2019	17:17:45.683	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0dfa389a4306b73ce97c6f9b7f7cb8d5	
V & V S.A - 80038216-1	1.587.000.000	16-12-2019	17:17:39.132	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df4c5a4775a40d33c3578d0210de26c5	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.590.000.000	16-12-2019	17:17:23.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8eff6ccaefa1c1a986f99d3025622b91	
V & V S.A - 80038216-1	1.590.000.000	16-12-2019	17:17:30.829	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0eb83682f7f000dd7a5b10364768cd78	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.594.084.064	13-12-2019	08:00:44.662	Propuesta
		Código Verificador:	80c1246a6624f86c6606b104fcbacaaa	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.900.000.000	16-12-2019	17:20:13.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7f9c0dabdf62a08cc7b0b26c781a114	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.909.000.000	16-12-2019	17:19:26.060	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a63ac109b0c26ab9182c2ad34fa9b17	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.910.000.000	16-12-2019	17:18:22.159	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e5a56539b1f032905adbe675db20b74	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.914.000.000	13-12-2019	08:00:44.657	Propuesta
		Código Verificador:	c1a75bdf86307b3c5c4c560567d89317	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.191.881.500	16-12-2019	17:18:49.774	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4de9ede1c8b82f72be56fae8fb186004	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.193.881.500	16-12-2019	17:18:26.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d43e1dd954fb689038a961a3ec8f485f	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.213.881.500	16-12-2019	17:18:09.815	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f6726d53a04d0cd8a6dfe1e82683322	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.406.000.000	16-12-2019	17:10:54.051	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4fd984507529888a469dc641e61db3c8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.407.000.000	13-12-2019	08:00:44.659	Propuesta
		Código Verificador:	03606c6d5cb9c7f6a87b674875bbc9db	
V & V S.A - 80038216-1	2.407.000.000	13-12-2019	08:00:44.660	Propuesta
		Código Verificador:	749b0f44a07ff13c82c2457664805f05	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.407.000.000	13-12-2019	08:00:44.660	Propuesta
		Código Verificador:	677c92c5b302c8f8afe2e307c723a53	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.864.330.000	13-12-2019	08:00:44.664	Propuesta
		Código Verificador:	39087c962e5f947d5eae4b1eaa7a63ed	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.885.500.000	13-12-2019	08:00:44.665	Propuesta
		Código Verificador:	30fec68219fda8627956329bbfff4912	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	3.213.881.500	16-12-2019	17:17:24.051	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	114ffede87d709b1fd2e50c807e2db43	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	5.142.210.400	13-12-2019	08:00:44.663	Propuesta
		Código Verificador:	8de289f4cdc5c344ada78db5f8c5fb05	

51 - NEBULIZADOR

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	28.500.000	13-12-2019	08:00:44.690	Propuesta
		Código Verificador:	a203653ca082e877de1a4bf8b288bc85	

Listado General de todas las Ofertas
52 - NEGATOSCOPIO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	58.500.000	17-12-2019	08:44:40.188	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce2d3acead761143347987672f510d4	
V & V S.A - 80038216-1	58.850.000	17-12-2019	08:44:33.025	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b8d2aeb78d673df110d679f32d12b28	
V & V S.A - 80038216-1	59.000.000	17-12-2019	08:44:28.503	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ea10fe6223afb036b3957e42cdb0da7	
V & V S.A - 80038216-1	59.250.000	17-12-2019	08:44:24.701	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a83a5a70dbd5bb4f0608c6dec93d6768	
V & V S.A - 80038216-1	59.500.000	17-12-2019	08:44:20.064	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5654468418c1c346811f68c4a3dc8cb	
V & V S.A - 80038216-1	59.850.000	17-12-2019	08:44:15.634	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d78868d63bbe754c7f51048a4026971	
V & V S.A - 80038216-1	60.000.000	17-12-2019	08:44:11.555	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a00e912b96b4f8c58b8247298c2296c7	
V & V S.A - 80038216-1	60.250.000	17-12-2019	08:44:07.381	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7ee88e303b612955c19d4b53bf13ad5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	60.499.000	17-12-2019	08:44:06.141	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1140954ff3ce3013c0eb9021f638aad6	
V & V S.A - 80038216-1	60.500.000	17-12-2019	08:44:02.505	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3c488b0ba19899117df3e22cadd790c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	60.799.000	17-12-2019	08:43:58.467	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4382a5228778a2a08db248a8835447c8	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	60.999.000	17-12-2019	08:43:50.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8c01229685dceb881b4c65b84ca29e9	
V & V S.A - 80038216-1	61.500.000	17-12-2019	08:43:32.614	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2834427dbc2e45cc5eacd754ecc7ebd6	
V & V S.A - 80038216-1	61.750.000	17-12-2019	08:43:21.467	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7beca3d56a3fb9191d628634693bdf55	
V & V S.A - 80038216-1	62.000.000	17-12-2019	08:42:59.970	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65866409b6fda2878cb51230382e59e1	
V & V S.A - 80038216-1	62.250.000	17-12-2019	08:42:44.138	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	146fabcb5e7eae684a0c6b225902a3f	
V & V S.A - 80038216-1	62.500.000	17-12-2019	08:42:35.362	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e60f66a520456661f13b620941383bbf	
V & V S.A - 80038216-1	63.000.000	17-12-2019	08:42:26.816	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c35c242a22189600c4655d510cb71934	
V & V S.A - 80038216-1	64.000.000	17-12-2019	08:42:15.552	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b1919316f72c110f231f7bfd265171a	
V & V S.A - 80038216-1	65.000.000	17-12-2019	08:42:02.270	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0fbc109caa6eaf795b13d0650a1445c5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	65.999.000	17-12-2019	08:41:58.921	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	148de98c0af756582af9fd9e6a3ad50b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	66.000.000	13-12-2019	08:00:44.771	Propuesta
		Código Verificador:	282af72b61b9c0680608285f6bf6b80c	
V & V S.A - 80038216-1	66.000.000	13-12-2019	08:00:44.773	Propuesta
		Código Verificador:	44ca5211e19089074f3769b1fc4e9a5e	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	465.000.000	13-12-2019	08:00:44.774	Propuesta
		Código Verificador:	b6a5883fc031907895c48961ad3624e9	

53 - OXIMETRO DE PULSO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	118.000.000	17-12-2019	09:08:31.118	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82fb25c10c335bf39230db9906bbb9c2	
V & V S.A - 80038216-1	118.050.000	17-12-2019	09:08:24.835	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96a7927ff9c59abf2b7f628d3871f040	
V & V S.A - 80038216-1	118.100.000	17-12-2019	09:08:18.982	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	0e46303bf3c463eb6586b2918de3068f	
V & V S.A - 80038216-1	118.150.000	17-12-2019	09:08:12.789	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97e64e23263bf9ade8e0ae9b659af837	
V & V S.A - 80038216-1	118.200.000	17-12-2019	09:08:02.493	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b743bbba9c8968a8691510f8fe12d9	
V & V S.A - 80038216-1	118.250.000	17-12-2019	09:07:55.397	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be6edd2bf54c9bad6395a17230f2553d	
V & V S.A - 80038216-1	118.350.000	17-12-2019	09:07:48.531	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	997ae3b5cebe5be08534935f3ec49bf6	
V & V S.A - 80038216-1	118.400.000	17-12-2019	09:07:43.693	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e9a7273c32a994bde999405fedfd6ab	
V & V S.A - 80038216-1	118.500.000	17-12-2019	09:07:36.689	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af913880b561483f17fff71d5e42cec1	
V & V S.A - 80038216-1	118.650.000	17-12-2019	09:07:30.325	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d7dea60f59ecfce180f30413f368482	
V & V S.A - 80038216-1	118.750.000	17-12-2019	09:07:22.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7be86c0785faec8b752adc9ec648e9b0	
V & V S.A - 80038216-1	119.000.000	17-12-2019	09:07:15.046	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4df311da8ce08cd598975eed07c1934	
V & V S.A - 80038216-1	119.285.000	17-12-2019	09:07:09.638	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4234e2b1c89c47bd973890ddf10b487a	
V & V S.A - 80038216-1	119.286.000	13-12-2019	08:00:44.899	Propuesta
		Código Verificador:	0a17808be4d915d9be52b78d8b16ccae	
ALBATROS SACI - 80002766-3	124.200.000	17-12-2019	09:08:28.014	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f09fd8348880fccacd3d35ffeadb6e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	125.000.000	17-12-2019	09:06:56.981	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	052b49278329b08728df860a9aeeca84	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	130.000.000	17-12-2019	09:06:57.203	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1ffe08f1e69059b00f8f9e40b19961c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	130.999.000	17-12-2019	09:06:40.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a266fa8f7080baeb8bc30146fc44860b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	132.999.000	17-12-2019	09:06:28.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	deaf16be939ed129b5b20ea3fef74460	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	133.999.000	17-12-2019	09:06:19.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e93d8a9fc458de2bbfdcf09c618071f8	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	135.000.000	17-12-2019	09:06:13.907	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ebfd4b2a8869623ba1697d0e90fb151	
ALBATROS SACI - 80002766-3	135.810.000	17-12-2019	09:06:35.550	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc5fd2665dba8ecc990759f64505cf31	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	135.999.000	17-12-2019	09:06:10.156	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	697f487c27699d08386cfb97bbcf214a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	136.999.000	17-12-2019	09:05:59.855	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	223de3ff1c712f39ffccb98e8aae1dd3	
ALBATROS SACI - 80002766-3	137.700.000	17-12-2019	09:06:07.745	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b1f73fa161d8254e5021d983fd4b491	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	138.000.000	17-12-2019	09:06:08.755	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0df96e4fd75aef0e4d3aa23565520b7	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	138.999.000	17-12-2019	09:05:48.125	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d0706914d264905cabdfbfc8c3b102c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	139.000.000	17-12-2019	09:05:47.765	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7a9fff96d50b457e343a2fd6d22579c	
ALBATROS SACI - 80002766-3	139.050.000	17-12-2019	09:05:49.296	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b23ac1b89a395f7982065fcca70ac091	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	139.999.000	17-12-2019	09:05:30.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e0694795ee93c489f460cf0ba2e386	
ALBATROS SACI - 80002766-3	140.400.000	17-12-2019	09:05:21.664	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f1a1bd676cadfbc637b647572b81445	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	143.000.000	17-12-2019	09:05:00.342	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	e9c731ca35184f97f91e5aee2f39d1da
ALBATROS SACI - 80002766-3	143.100.000	17-12-2019	09:04:51.255
		Código Verificador:	7be06b572ffd8f8b7d2145a73e992047
ARGON S.R.L. - 80004373-1	145.999.000	17-12-2019	09:04:58.425
		Código Verificador:	46079d62cd38de462e7332d47b5fbb89
ARGON S.R.L. - 80004373-1	146.999.000	17-12-2019	09:04:42.568
		Código Verificador:	6ef20538d3e55549fe7c024798712bca
ALBATROS SACI - 80002766-3	147.150.000	17-12-2019	09:04:13.557
		Código Verificador:	f054829dce6cc7c6fbc480acc55b8b20
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	148.000.000	17-12-2019	09:04:08.221
		Código Verificador:	2e173323e000380a6639282d7059f31f
ARGON S.R.L. - 80004373-1	148.499.000	17-12-2019	09:04:09.207
		Código Verificador:	3e2f4faa1f5dc10d4111e52b6383f5ee
ALBATROS SACI - 80002766-3	148.500.000	17-12-2019	09:03:33.071
		Código Verificador:	50c2c48ad66d28d0e6ee92f4a5ae5bb0
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	155.000.000	17-12-2019	09:03:32.016
		Código Verificador:	a1664744ca8a9a9f4baad0faefb68006
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	156.400.000	17-12-2019	09:03:20.539
		Código Verificador:	c51c20f8621eeaaece16c47c4dd52bcf
ALBATROS SACI - 80002766-3	156.600.000	17-12-2019	09:02:53.215
		Código Verificador:	4828e50b170b6309f73831eccc6f14a23
ALBATROS SACI - 80002766-3	157.000.000	17-12-2019	09:02:26.633
		Código Verificador:	297aceb7745b2b299b48da6a28e517f9
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	160.000.000	17-12-2019	09:02:11.017
		Código Verificador:	02d64c534286b0b198824194c3091e70
ALBATROS SACI - 80002766-3	162.000.000	13-12-2019	08:00:44.897
		Código Verificador:	b8c73de2c008573e4e4fd5265b120b89
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	162.000.000	13-12-2019	08:00:44.900
		Código Verificador:	1a323dce80399f20e047dc033d4a7729
ARGON S.R.L. - 80004373-1	175.000.000	17-12-2019	08:55:00.683
		Código Verificador:	e5dddf15d8a5830ae728659327510799
ARGON S.R.L. - 80004373-1	202.500.000	13-12-2019	08:00:44.895
		Código Verificador:	c52f6789e23260259db146bad3702bbf

54 - PROYECTOR OFTALMOLOGICO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	15.000.000	17-12-2019	09:16:04.249	Etapa de Puja
		Código Verificador:	56516d4564344c5a357e34f97b440c1e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	20.000.000	13-12-2019	08:00:44.932	Propuesta
		Código Verificador:	2b3d9a1c5d16ceab20cf30a6a0f374f4	

55 - SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	365.000.000	17-12-2019	09:53:10.792	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0dd25aee6d8f92c44db3c19db18f930	
V & V S.A - 80038216-1	367.000.000	17-12-2019	09:53:05.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac4a8aff76cda5d4f16b6240975c59f1	
V & V S.A - 80038216-1	368.000.000	17-12-2019	09:52:56.504	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74184d66bd8615d54d97795d44f84a58	
V & V S.A - 80038216-1	369.000.000	17-12-2019	09:52:50.610	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1679ddee56980fea599866c071aab92d	
V & V S.A - 80038216-1	370.000.000	17-12-2019	09:52:45.396	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87a392101bc6c69443906090d72731ba	
V & V S.A - 80038216-1	375.000.000	17-12-2019	09:52:39.400	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	676108413169588d5ec2b3366da48d96	
V & V S.A - 80038216-1	378.000.000	17-12-2019	09:52:25.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a498c69b45ea7eab2d4254fbb3a8f37	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	379.000.000	17-12-2019	09:52:18.693	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe6e1b4cdce3aad9da5f0eaeabf50263	
V & V S.A - 80038216-1	380.000.000	17-12-2019	09:52:12.324	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1849629c1d39af33311adb46404a33b5	
V & V S.A - 80038216-1	382.000.000	17-12-2019	09:52:07.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ef6878a4bf4330e7ab250248f7355f1	
V & V S.A - 80038216-1	383.000.000	17-12-2019	09:51:59.797	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a3ad546313518b10ffa0b8ce966c982	
V & V S.A - 80038216-1	385.000.000	17-12-2019	09:51:51.075	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffe70f182e195de607ba250fe20415a9	
V & V S.A - 80038216-1	389.000.000	17-12-2019	09:51:43.107	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	939ee2e55b3c64c651269367cd7f6aec	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	390.000.000	17-12-2019	09:52:46.223	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83b555b2d22757a9045e52c1c115b7ca	
V & V S.A - 80038216-1	391.000.000	17-12-2019	09:51:31.997	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	851a069c00d87913a34d4d2bb2e0718d	
V & V S.A - 80038216-1	393.000.000	17-12-2019	09:51:25.909	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc09dd26008237bd36f93c87181cc7ac	
V & V S.A - 80038216-1	395.000.000	17-12-2019	09:51:20.759	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	744abb517af9fd5cf6b83b5341af729f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	395.000.000	17-12-2019	09:52:13.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e4a03e7d8ace9388f29e4d5fe0f3a2d	
V & V S.A - 80038216-1	398.000.000	17-12-2019	09:51:13.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f2468a49d3787f125dd6cca1307dc0c	
V & V S.A - 80038216-1	400.000.000	17-12-2019	09:51:05.481	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f847715b7e85dc07015be472fd08b60f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	409.000.000	17-12-2019	09:51:51.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36ed7aac1957d09bdda26089249b253b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	410.000.000	17-12-2019	09:51:31.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc69dde1b5d66aeea9d2dcb56542905	
V & V S.A - 80038216-1	425.000.000	17-12-2019	09:50:59.337	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9887221d4116ab3154e4a96c53c53b3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	428.000.000	17-12-2019	09:50:54.038	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f8d9786df3225ceec9225a5cea6f110	
V & V S.A - 80038216-1	431.000.000	17-12-2019	09:50:54.383	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	604d4cd103d8084107cf80001cfa0ba2	
V & V S.A - 80038216-1	433.000.000	17-12-2019	09:50:50.139	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99156f430fbfd05e9704b1447c7b4088	
V & V S.A - 80038216-1	435.000.000	17-12-2019	09:50:44.770	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb288afe1b2747170447b72543a8dad6	
V & V S.A - 80038216-1	440.000.000	17-12-2019	09:50:40.309	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4734d92209961f146f3f837ce03b4666	
V & V S.A - 80038216-1	450.000.000	17-12-2019	09:50:34.619	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f939ff6e00c47f827d185aa0de5288b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	470.000.000	17-12-2019	09:50:51.961	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e15c254b9576cc23bc5f55da46fa3e8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	475.000.000	17-12-2019	09:50:38.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6c53bc310ee833c610f6985ea7ccf92	
V & V S.A - 80038216-1	480.000.000	17-12-2019	09:50:30.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0fd8990a4457d1ceac2e9049f328be59	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	490.000.000	17-12-2019	09:50:21.782	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c44b9a72bc668de817416309b192cff9	
V & V S.A - 80038216-1	490.000.000	17-12-2019	09:50:25.966	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2057f7fc1b6b78d3e8f02668ae7b5bd	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	495.000.000	17-12-2019	09:50:17.636	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a01e358dc783a2759bd47c64659ed693	
V & V S.A - 80038216-1	498.000.000	17-12-2019	09:50:21.184	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	daa3f9ffc1a7bf4d35016463f32b9b6	

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	498.000.000	17-12-2019	09:50:23.638	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1943a12112aef3d4400ef68326cf3274	
V & V S.A - 80038216-1	500.000.000	17-12-2019	09:50:15.430	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9ef46cd32ec32df5684ed85d153c7ee	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	505.000.000	17-12-2019	09:50:07.244	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4d2b30c437451f5d03291dc0344aa1c	
V & V S.A - 80038216-1	505.000.000	17-12-2019	09:50:08.914	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a6b9bce75c2966d463b326326ad4c3a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	505.000.000	17-12-2019	09:50:10.336	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9dc37f223af916b68deba2bbf262d503	
V & V S.A - 80038216-1	508.000.000	17-12-2019	09:50:02.221	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a0ab89e4f8e6ea741423dc5787c20fe	
V & V S.A - 80038216-1	510.000.000	17-12-2019	09:49:55.716	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f378a049ce27e4a2aae64e92046d189b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	510.000.000	17-12-2019	09:49:56.714	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93df5f11638d437a918bdc09904bca48	
V & V S.A - 80038216-1	511.000.000	17-12-2019	09:49:49.661	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61d4d2a303d426859c20d3c261bdbc0f	
V & V S.A - 80038216-1	513.000.000	17-12-2019	09:49:45.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e14982855bab6c0fe888cf70a37b35e	
V & V S.A - 80038216-1	515.000.000	17-12-2019	09:49:38.879	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b5020c1b7070103ba0ae144da97ec0b	
V & V S.A - 80038216-1	517.000.000	17-12-2019	09:49:33.966	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44b3c4c5f3fecbfcc40d7f75f87e8882	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	519.000.000	17-12-2019	09:49:35.755	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2fab92a8ed7690e28a20444380b6ee10	
V & V S.A - 80038216-1	520.000.000	17-12-2019	09:49:28.282	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	667139b2fc091084a8bb1ccc203b817b	
V & V S.A - 80038216-1	522.000.000	17-12-2019	09:49:23.483	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	faecf231f53e4c2722846d12abbb2146	
V & V S.A - 80038216-1	525.000.000	17-12-2019	09:49:16.328	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba62dce8819fc9026a67f7223365eb0e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	525.000.000	17-12-2019	09:49:20.837	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd71c93ba3fbc7abb346386c01c2d613	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	527.000.000	17-12-2019	09:49:22.151	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a1f284e57fb6a4fa483cf86c978ca05	
V & V S.A - 80038216-1	528.000.000	17-12-2019	09:49:12.352	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13240244988258970efe5ad066dc1fde	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	530.000.000	17-12-2019	09:49:14.124	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1cf80fa2bd1449dd15e52c7bb626db4	
V & V S.A - 80038216-1	531.000.000	17-12-2019	09:49:08.879	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1542bc6767cd8e43d9623550686faf46	
V & V S.A - 80038216-1	533.000.000	17-12-2019	09:49:02.484	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	198610a64cd6cf64997fa9eeb79cd3d3	
V & V S.A - 80038216-1	535.000.000	17-12-2019	09:48:58.221	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bba47c0f57119be3f215074ab1cb2a23	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	539.000.000	17-12-2019	09:49:01.651	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5416286c2270359a4d3aa54c7fa3add4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	540.000.000	17-12-2019	09:49:08.672	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c7e202f3da1279bda30f34da6cb0b89	
V & V S.A - 80038216-1	542.000.000	17-12-2019	09:48:53.824	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93c38372cb46dc7a4a876d4d5e2c6a4d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	543.000.000	17-12-2019	09:48:49.951	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	baa51401855c50a8829d2b97604ab578	
V & V S.A - 80038216-1	544.000.000	17-12-2019	09:48:49.430	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a394426ca30417cf2bf95532599206c	
V & V S.A - 80038216-1	545.000.000	17-12-2019	09:48:45.215	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eeb2d983089d49e70a0746778c708886	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	548.000.000	17-12-2019	09:48:39.148	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71032dd531a5738e7a00ba01505b0a1a	
V & V S.A - 80038216-1	550.000.000	17-12-2019	09:48:34.674	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c92315fe1c16ba486debe20fd6722124	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	550.000.000	17-12-2019	09:48:41.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	798985ec5e279ade1616fed585ad2820	
V & V S.A - 80038216-1	553.000.000	17-12-2019	09:48:27.938	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f77c1bcb02e98ffebfcee1b528d6c665	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	555.000.000	17-12-2019	09:48:37.005	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae007538c3a3e4aad04eab5615bc2c60	
V & V S.A - 80038216-1	558.000.000	17-12-2019	09:48:23.111	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	552c6791d63568473173589c2a7dfc85	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	559.500.000	17-12-2019	09:48:25.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	495118925ca98dad18008efe6806d062	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	560.000.000	17-12-2019	09:48:15.634	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb53465e3d33fc3a9bea9a148baa41a5	
V & V S.A - 80038216-1	560.000.000	17-12-2019	09:48:18.100	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	879697649b3477861a9d8a6678e690f0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	565.000.000	17-12-2019	09:48:11.530	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	712ea54989605c4d725de8e41e2341e0	
V & V S.A - 80038216-1	568.250.000	17-12-2019	09:48:08.482	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7bfc144096e251ae93a2ed0e069622d2	
V & V S.A - 80038216-1	568.500.000	17-12-2019	09:48:02.791	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d1e6ba4f31bd5b3b585129d6cfb23c9	
V & V S.A - 80038216-1	568.750.000	17-12-2019	09:47:58.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4e048ec4de5c662a2ef30341cb4e725	
V & V S.A - 80038216-1	570.000.000	17-12-2019	09:47:52.014	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef228fa10f0818be87fc8fba8604a3c9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	570.999.999	17-12-2019	09:47:57.368	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b1a1e978074f86a34d7367e3d6b62a7	
V & V S.A - 80038216-1	571.000.000	17-12-2019	09:47:47.732	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d8e637ce895fbef7e54a01e015f7235	
V & V S.A - 80038216-1	572.000.000	17-12-2019	09:47:42.996	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69626c9c6ac44efb7ad872c93c3215e3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	573.000.000	17-12-2019	09:47:31.706	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9eba4b34f815d344327a4224a4ad07d9	
V & V S.A - 80038216-1	574.800.000	17-12-2019	09:47:30.856	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffb84d6279a4e4d57772fd7ab16b197	
V & V S.A - 80038216-1	574.850.000	17-12-2019	09:47:19.802	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f7dc2a496f9b6de9c3bd0d1bd0746f4	
V & V S.A - 80038216-1	574.900.000	17-12-2019	09:47:11.323	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0750bb81579482ba2505697ccf631f12	
V & V S.A - 80038216-1	574.950.000	17-12-2019	09:47:04.974	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f779a3511060b9514e04d0da25583fa2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	574.990.000	17-12-2019	09:40:22.679	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f5ebd8f12e4c17172bc6aa062f52dff1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	575.000.000	13-12-2019	08:00:45.071	Propuesta
		Código Verificador:	e082877f9d430c68466e7a49a6d842d4	
V & V S.A - 80038216-1	575.000.000	13-12-2019	08:00:45.073	Propuesta
		Código Verificador:	597ecbf3debaef3f8b17deda7a812172	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	575.000.000	13-12-2019	08:00:45.074	Propuesta
		Código Verificador:	6b513d044984abf5e14770dcc9a80ef7	

58 - SILLA DE RUEDA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	114.819.460	13-12-2019	08:00:45.174	Propuesta
		Código Verificador:	cf61d0e520f66072f8915b893d18ed50	

Listado General de todas las Ofertas

59 - SILLON ODONTOLOGICO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	241.825.000	13-12-2019	08:00:45.283	Propuesta
		Código Verificador:	71f4a51aa8e7ad375cc14390b026d2db	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	300.000.000	13-12-2019	08:00:45.285	Propuesta
		Código Verificador:	e64e0f9fc3d27d61578dd16280aa0f70	

60 - SILLON OFTALMOLOGICO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	447.000.000	17-12-2019	10:51:05.054	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd70a533beaf2f9123b3f3c2078d2822	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	740.000.000	17-12-2019	10:49:51.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e4e9355ec059ef5b03512ecb8de782c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	750.000.000	13-12-2019	08:00:45.338	Propuesta
		Código Verificador:	bcb962cefc197d4d491949bee224a39a	

61 - TERMODESINFECTADORA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	495.000.000	17-12-2019	11:17:06.547	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	956997717011e08758a83d47077a81ad	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	499.999.999	17-12-2019	11:14:36.446	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65f73703c7c7c48ffef22ced51f1e27c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	500.000.000	13-12-2019	08:00:45.466	Propuesta
		Código Verificador:	fc5a7b100623db897e60e241285ed491	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	549.800.000	17-12-2019	11:05:29.059	Etapas de Puja
		Código Verificador:	124acabf1675ae39bf170782ebb30b34	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	549.900.000	17-12-2019	11:02:21.453	Etapas de Puja
		Código Verificador:	47831e9327e49a686355156b14cf92cf	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	550.000.000	13-12-2019	08:00:45.463	Propuesta
		Código Verificador:	1f960e610261724728c2e46a5c086570	

62 - TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.600.000.000	17-12-2019	11:48:55.418	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb0596ff46f1998aea56969f7dd8f2ec	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.620.000.000	17-12-2019	11:49:02.169	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54a57bc31ec7aa4a80972f5e225ecba4	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.650.000.000	17-12-2019	11:48:39.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9bd2d99bb11863d04dbf59d38a8d8fcc	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.690.000.000	17-12-2019	11:48:45.514	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a956ba4ca988d535eea2b1c8432359e	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.700.000.000	17-12-2019	11:48:21.910	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	520df316a8a4a8b31ee910dbe7e38ac5	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	1.730.000.000	17-12-2019	11:48:43.269	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9ae5c10701d66a7412cc3b448d55fc6	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.740.000.000	17-12-2019	11:48:32.848	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62525a1916ae2a0e65c72c892e8888c4	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.750.000.000	17-12-2019	11:48:08.612	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6a188ec75e613ee53c3cdc1b10ec6d	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.750.000.000	17-12-2019	11:48:52.796	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	743391d94a4c4ba9bd348e6cd234941a	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	1.770.000.000	17-12-2019	11:48:28.554	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc89206684f51490127f1f46d024d35e	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	1.790.000.000	17-12-2019	11:48:15.460	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c24d00c04125d627dbfe89f513c53036	

Listado General de todas las Ofertas

CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.800.000.000	17-12-2019	11:47:47.828	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	defc820a982bcb5600b0d4d6cd3282e0	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.800.000.000	17-12-2019	11:48:03.054	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a36f7386b7804d3328bef9671a68570	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.870.000.000	17-12-2019	11:48:10.915	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cdba54da8f2d31f19ec0b882f9d83ae	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	1.890.000.000	17-12-2019	11:47:54.473	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddb6e58fbeb6ffaf64e6b9bf0e3c400a	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.890.000.000	17-12-2019	11:47:56.825	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a79f7ed9295ccb0f1607fce9de406200	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.900.000.000	17-12-2019	11:47:34.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24a28f8771d327d862c28ef7073b8c4d	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.900.000.000	17-12-2019	11:47:37.207	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af0588de5023fd3a59dd46f2731424e6	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	1.940.000.000	17-12-2019	11:47:45.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79ae43ba9e393a9f1e6ff76c0540ee50	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.950.000.000	17-12-2019	11:47:26.210	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8629f340876f5c3c328141f394111e67	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	1.950.000.000	17-12-2019	11:47:39.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	febb72e378520ef1934a8a94e24da7ef	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	1.970.000.000	17-12-2019	11:47:33.135	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc483949e4e85a12caee9d07e11a7838	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.980.000.000	17-12-2019	11:47:19.916	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aaf844c2a5497521a6196c819756a51f	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.000.000.000	17-12-2019	11:47:06.231	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5614e7186a90df18756c629a7fd69ba	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.000.000.000	17-12-2019	11:47:17.519	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e95d5cdc2581c338eed642d147b69c37	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.000.000.000	17-12-2019	11:47:24.906	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f498203ddae93ad136fcb61802747708	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.030.000.000	17-12-2019	11:47:07.161	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d58d56ed12750db353993bd8cb97c57	
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.030.000.000	17-12-2019	11:47:07.783	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c86e75238709bef1fa5bcc5bc27f7b1	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.040.000.000	17-12-2019	11:47:00.674	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	014001211eaa9d25d5f036764df269b3	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.040.000.000	17-12-2019	11:47:11.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf892c12ed8c5a985c4bfa072425e901	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.050.000.000	17-12-2019	11:46:48.325	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2945fbeb8d62d10f70c516f57558104	
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.050.000.000	17-12-2019	11:47:00.916	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	366ea54a260146663d181c5f39c6fbf3	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.090.000.000	17-12-2019	11:46:52.606	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	673590b1917c586db55591642f817144	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.100.000.000	17-12-2019	11:46:31.346	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	568716813a58698d213a7383a1d43d54	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.100.000.000	17-12-2019	11:46:59.245	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01d9275d809547580ac00add97f5b65d	
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.150.000.000	17-12-2019	11:46:42.340	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3c1e4cc771252992a6363e770e3e12d	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.170.000.000	17-12-2019	11:46:34.226	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ee58403b22f771f517bf77288a0e	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.190.000.000	17-12-2019	11:46:23.917	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b6803a21083bd9ab7462a231366aafd	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.200.000.000	17-12-2019	11:46:07.801	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	cfbc04b6f003ea34fedbe860f6b62971
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.380.000.000	17-12-2019	11:45:54.309
		Código Verificador:	cf8d2bd96df421646b38fb00fd1bf94
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.400.000.000	17-12-2019	11:45:35.183
		Código Verificador:	73ccc76abf9c7fde0b1a39b85e3c8246
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.440.000.000	17-12-2019	11:45:19.782
		Código Verificador:	9e9d888811664f7130ba43fb8237172
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.450.000.000	17-12-2019	11:46:19.118
		Código Verificador:	3612ae33e95120c116f72ff6d243d2fd
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.460.000.000	17-12-2019	11:45:09.982
		Código Verificador:	665600bc15e6bde7a1f5cbed64f493ad
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.470.000.000	17-12-2019	11:46:03.712
		Código Verificador:	5b5a6666932d758a9497c487ba313fce
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.480.000.000	13-12-2019	08:00:45.633
		Código Verificador:	baf210e9ef8189ba892e48f3483fcbf2
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.480.000.000	17-12-2019	11:46:40.639
		Código Verificador:	67077be8f8c94b210d0dff845ce172f
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.590.000.000	17-12-2019	11:38:53.577
		Código Verificador:	6d503d6b9943a9addbba7c3053c9fb3b
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.590.000.000	17-12-2019	11:39:24.724
		Código Verificador:	9a3af9dfcaee9457a3c87f37ce27728d
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.600.000.000	13-12-2019	08:00:45.631
		Código Verificador:	3b00f47e6b6c7bbfca060c42ac296c82
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.600.000.000	17-12-2019	11:33:57.154
		Código Verificador:	9efe8e12d22804187267c944f58b6c94
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.650.000.000	17-12-2019	11:30:02.473
		Código Verificador:	eb101711f160d98a24a4ab7b32105f77
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.900.000.000	13-12-2019	08:00:45.632
		Código Verificador:	d6d269d7661fe655f62cf92ed4082b48
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.300.000.000	13-12-2019	08:00:45.635
		Código Verificador:	76227416f22833dada4148a3bbda0dc5

63 - TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.660.000.000	17-12-2019	12:22:58.062	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64ff0ee7bfe7f244fb803cdf6bb866c7	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.670.000.000	17-12-2019	12:22:33.511	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	450cae26346064773f53178320725c9f	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.670.000.000	17-12-2019	12:23:19.763	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	07fcf348271f8ed7ad02b390cbbfdd14	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.680.000.000	17-12-2019	12:22:16.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	225b19f58f1d745d1b411965980e2642	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.680.000.000	17-12-2019	12:23:03.440	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfb1cbf511f21c7a3e5cbbd58dc4743f	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.690.000.000	17-12-2019	12:22:17.485	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d733daa50a39de19d57c03a977850b3	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.695.000.000	17-12-2019	12:21:56.742	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aae082af54040ed9bfa04445e79c6b15	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.700.000.000	17-12-2019	12:21:28.240	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	315eb6da9d13cc43b0d38afb835b941	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.700.000.000	17-12-2019	12:21:43.159	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6aa35f68ebdeac2f5ae7cc7256194279	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.750.000.000	17-12-2019	12:21:05.491	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	119a782ab58bd734c1cc2d4dec3c3ec7	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.750.000.000	17-12-2019	12:21:19.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03cda71ad9f587f53bda2b6d32336a17	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.780.000.000	17-12-2019	12:20:58.477	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	1b44ad28a512270aefc1099a628a04cd	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.790.000.000	17-12-2019	12:20:48.851	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c7b3df3b26119e84f0e2bc0b0455b6c	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.800.000.000	17-12-2019	12:21:09.827	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	176f8d18733972c7cf8909019f582587	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.810.000.000	17-12-2019	12:20:39.131	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc3bd1dd416aaa6ab3bb08d5dc7dc9ec	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.830.000.000	17-12-2019	12:20:32.616	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab50aa4c0e26b588b73c3a6eb21bbf34	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.850.000.000	17-12-2019	12:20:26.656	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10156d0a66cc8a73777d59685992c992	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.850.000.000	17-12-2019	12:20:59.304	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73ce4a816541bc2a55e01530ad1c2acf	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.870.000.000	17-12-2019	12:20:21.066	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93f9dab00793f864a43f808ec1985c06	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.870.000.000	17-12-2019	12:20:48.526	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a981fc48ad298a0bdaeeefcc0a48f1b	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.890.000.000	17-12-2019	12:20:07.981	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ae9c7f704219772f38b0b1fc9de44da	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.900.000.000	17-12-2019	12:19:41.715	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ec69da26b69b35732084313f269c2e3	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.900.000.000	17-12-2019	12:20:18.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2cdc8f197d908fa693a5f3781ad78389	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.920.000.000	17-12-2019	12:19:33.918	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91f0f062583cfc89b3e4a49434707c42	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.930.000.000	17-12-2019	12:19:23.636	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c8035e56672e160c66d214c8f4158d3	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.940.000.000	17-12-2019	12:19:17.232	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dee42b1ef3b662bdc9cb064f043267dd	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.940.000.000	17-12-2019	12:19:30.883	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b8aab1d3c9d72b1b0381205ef20ab82	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.950.000.000	17-12-2019	12:19:06.206	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc86f437686753762acef9dfa0d5c45e	
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.000.000.000	17-12-2019	12:18:40.043	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe7bbbf9a426f4abfe46fbd667621f4	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.000.000.000	17-12-2019	12:19:19.629	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b93cdec602fc5a2fe97575f1d4812e1b	
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.050.000.000	17-12-2019	12:18:23.450	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a238e8c72ac064e8fb0b48e9ccdd25f6	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.050.000.000	17-12-2019	12:18:52.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4077dbfdb8a140bdc0bd8cc521b8f8ee	
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.100.000.000	13-12-2019	08:00:45.696	Propuesta
		Código Verificador:	2982d8a8ed1ed9ecb666a5df5aff3b02	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.100.000.000	17-12-2019	12:18:23.199	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99a870427f30b7fc3f0e345959205466	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.195.000.000	17-12-2019	12:11:43.635	Etapas de Puja
		Código Verificador:	0eb0b4fffa9d1ba8ed5ab94fcaa39140	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.200.000.000	13-12-2019	08:00:45.698	Propuesta
		Código Verificador:	9d82307c41331a6dc7e2a878466fd457	

64 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	1.404.000.000	17-12-2019	12:57:27.288	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aca0bcfce629877c77b5b8f7b9c30798	
V & V S.A - 80038216-1	1.405.000.000	17-12-2019	12:57:20.435	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed0ba260b4940ccb052e2b5590a0ede7	
V & V S.A - 80038216-1	1.406.000.000	17-12-2019	12:57:12.551	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbf854afad1d42489bb69fc4381a7d2a	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	1.406.500.000	17-12-2019	12:57:07.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	adee612fe12ec2939ceadae131191c10	
V & V S.A - 80038216-1	1.407.000.000	17-12-2019	12:57:00.991	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4321fc3c79152d6c7f293eadf05b4b09	
V & V S.A - 80038216-1	1.407.500.000	17-12-2019	12:56:55.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34b0f15a1fb582f1b5925fe9420fdb17	
V & V S.A - 80038216-1	1.408.000.000	17-12-2019	12:56:50.565	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b4c96f16e1d15385cbb4b7258d794b4	
V & V S.A - 80038216-1	1.409.000.000	17-12-2019	12:56:45.604	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b9704ec0fb08379bae26c6f84f0199f	
V & V S.A - 80038216-1	1.410.000.000	17-12-2019	12:56:32.779	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4c608843ad17029389d92000d8e12e4	
V & V S.A - 80038216-1	1.411.000.000	17-12-2019	12:56:24.880	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84fab799ab6468011efd94a25afa651d	
V & V S.A - 80038216-1	1.412.000.000	17-12-2019	12:56:20.363	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b804347c3ab6538e6d7a3e533c62687	
V & V S.A - 80038216-1	1.413.000.000	17-12-2019	12:56:14.186	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9cbbfa66dac5948144ab53b8a9d973d0	
V & V S.A - 80038216-1	1.414.000.000	17-12-2019	12:56:09.418	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf9c7a873fb1b0aa6348ac5a45372edb	
V & V S.A - 80038216-1	1.415.000.000	17-12-2019	12:56:00.026	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b7b7af32fb52ef937a239427fb47016	
V & V S.A - 80038216-1	1.420.000.000	17-12-2019	12:55:55.437	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2812722ef8f19c7ad9a4e35ecad1c5d	
V & V S.A - 80038216-1	1.425.000.000	17-12-2019	12:55:49.522	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f106f539b4d2ecef1e2670e752034295	
V & V S.A - 80038216-1	1.430.000.000	17-12-2019	12:55:44.992	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f34cd8bcb1d19774c819e0f3d480ae6a	
V & V S.A - 80038216-1	1.435.000.000	17-12-2019	12:55:40.200	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	019f35ae5d05e3939c528bd28434efa9	
V & V S.A - 80038216-1	1.440.000.000	17-12-2019	12:55:36.061	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a51a8901c3c909ed8c6fc0f016621a0	
V & V S.A - 80038216-1	1.450.000.000	17-12-2019	12:55:28.456	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71353a5488c47c4b4f25e705c42a2a5a	
V & V S.A - 80038216-1	1.475.000.000	17-12-2019	12:55:21.683	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f46c427e621f3437a94616d475c85136	
V & V S.A - 80038216-1	1.500.000.000	17-12-2019	12:55:16.107	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47721e5e81f466115c17e45fb5b8a026	
V & V S.A - 80038216-1	1.550.000.000	17-12-2019	12:55:11.162	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66d5787377c9310e0a3fbfe2366d77a9	
V & V S.A - 80038216-1	1.600.000.000	17-12-2019	12:55:05.831	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edec73dc7dff07281bd9a57ff62e1f3c	
V & V S.A - 80038216-1	1.610.000.000	17-12-2019	12:54:58.204	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8cf11b3c59d269e14d5864444e85abc	
V & V S.A - 80038216-1	1.630.000.000	17-12-2019	12:54:53.130	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	032035822ded0d942883f5809eda1fdc	
V & V S.A - 80038216-1	1.650.000.000	17-12-2019	12:54:48.871	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45d11a80d46ffd49ee20f00b968aff1f	
V & V S.A - 80038216-1	1.695.000.000	17-12-2019	12:54:44.473	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0dbadc1e0764415bb8aef4c87640e59d	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.700.000.000	17-12-2019	12:54:45.541	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55a4668fa5b81832eafc8051d0c6b55f	
V & V S.A - 80038216-1	1.715.000.000	17-12-2019	12:54:37.781	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f71b0976f73b039ae134216b5e076bed	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.750.000.000	17-12-2019	12:54:39.068	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8d5df099f08a900b720cabfd25f5cae5	
V & V S.A - 80038216-1	1.775.000.000	17-12-2019	12:54:32.330	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e18ffc39d608c0b2691faa26a79b4380	

Listado General de todas las Ofertas

INFOTEC SA - 80021897-3	1.780.000.000	17-12-2019	12:54:26.774	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05375115f076c6d7965b77a3d39f333c	
V & V.S.A - 80038216-1	1.800.000.000	17-12-2019	12:54:27.009	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90f088d9each8551b43b7687b43e2113	
V & V.S.A - 80038216-1	1.810.000.000	17-12-2019	12:54:20.588	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9fd70f164ccb8297193643608c502b31	
V & V.S.A - 80038216-1	1.825.000.000	17-12-2019	12:54:15.457	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8265fa23684478df4ace850e5f3a3222	
V & V.S.A - 80038216-1	1.850.000.000	17-12-2019	12:54:11.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79be7251de981062047c3348962b5a71	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.850.000.000	17-12-2019	12:54:22.930	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f9126ec1ac89ac729a88f29c645e22c	
V & V.S.A - 80038216-1	1.875.000.000	17-12-2019	12:54:07.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b504a00a98184721796726928eb66da9	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.880.000.000	17-12-2019	12:54:16.059	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45e0ccdbf88d800968585f7992686d96	
V & V.S.A - 80038216-1	1.900.000.000	17-12-2019	12:54:02.707	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42520376d650798a2db72fb381757be7	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.910.000.000	17-12-2019	12:54:08.979	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b9cfe9adf95ffaa914e5f748c10d9ba	
V & V.S.A - 80038216-1	1.925.000.000	17-12-2019	12:53:58.565	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b138c72e87da8d18211dd1e09c484fa9	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.940.000.000	17-12-2019	12:53:50.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4edef545f6607c2fa9f2726ef4f7234b	
V & V.S.A - 80038216-1	1.950.000.000	17-12-2019	12:53:42.786	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bca73f73c4e2af0b97b2ef884726b727	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.970.000.000	17-12-2019	12:53:45.143	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	353bb38da644aa330e0c88402e04192c	
V & V.S.A - 80038216-1	1.990.000.000	17-12-2019	12:53:35.974	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ae42cedcf7a7cb9d447eeb124963cff	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.990.000.000	17-12-2019	12:53:38.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9568211b348f696131fca71d66dd6e1b	
V & V.S.A - 80038216-1	1.995.000.000	17-12-2019	12:53:29.178	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	908e0ef14ff047e230659e95fb1e2e6a	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.000.000.000	17-12-2019	12:53:17.522	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4157bf8849912c7c29d27fa5c31193cc	
V & V.S.A - 80038216-1	2.090.000.000	17-12-2019	12:53:21.921	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aab9a743229a7f80cc3d19ba27ae3996	
V & V.S.A - 80038216-1	2.095.000.000	17-12-2019	12:53:16.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	329fcb57fc67f39eb62d44258fcb5e77	
V & V.S.A - 80038216-1	2.100.000.000	17-12-2019	12:53:10.469	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6be877eeb34f5ce410d4e809b345c521	
V & V.S.A - 80038216-1	2.115.000.000	17-12-2019	12:53:05.725	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	419e93d28d713efcc719128eedc9f2c1	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.120.000.000	17-12-2019	12:53:12.302	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66009f0e93a4eb43d2529a8de053e1a6	
V & V.S.A - 80038216-1	2.135.000.000	17-12-2019	12:53:00.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19744b677c0ed59875e81391c0e395c3	
V & V.S.A - 80038216-1	2.150.000.000	17-12-2019	12:52:55.556	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9517f743044a35fb1d356aced4944b34	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.150.000.000	17-12-2019	12:53:05.521	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0cc86b5df46e78f9c463a1c2dc98674	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.150.000.000	17-12-2019	12:54:09.021	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	244b84ccfeaf79f6175fd5ab7e25d74	
V & V.S.A - 80038216-1	2.190.000.000	17-12-2019	12:52:51.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e652a3ddcb9cd9395a67a3ab0842051a	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.200.000.000	17-12-2019	12:52:43.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24a47d71b15acabbaf32c2d6c216f595	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A. - 80038216-1	2.200.000.000	17-12-2019	12:52:45.843	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7515743d0a1947d24229955492fed110	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.200.000.000	17-12-2019	12:53:23.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00e930b62756871414a424efdce3e2d	
V & V S.A. - 80038216-1	2.210.000.000	17-12-2019	12:52:40.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	324556965162e37e2f5fa9a0bacb1ba7	
V & V S.A. - 80038216-1	2.220.000.000	17-12-2019	12:52:36.167	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f3f362b69b07d06519596a58ef02851	
V & V S.A. - 80038216-1	2.230.000.000	17-12-2019	12:52:29.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6cc6e3b885c125fe9f9831cb0436c5b	
V & V S.A. - 80038216-1	2.240.000.000	17-12-2019	12:52:21.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87f86588a536042efa396b714603f6ca	
V & V S.A. - 80038216-1	2.250.000.000	17-12-2019	12:52:17.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4cc74c035aaa01c41211f83fd0e32b95	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	2.280.000.000	13-12-2019	08:00:46.081	Propuesta
		Código Verificador:	95b6cd39a87a61d54b8ac621df518158	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.775.989.000	17-12-2019	12:57:23.828	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	027b3bd0be7ea197f4fe93e7e2d811c8	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.775.990.000	17-12-2019	12:56:53.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c94e953be5dfb65d889429bf77cf7a6	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.775.999.000	17-12-2019	12:56:44.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c180dc27f8800f8b06f26d159f8d088	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.776.000.000	17-12-2019	12:56:09.046	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4118f6b44ccc32b53b0fbef40277ed	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.776.000.000	17-12-2019	12:56:29.107	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebf0865c8ee53a476ccc55bf97a20600	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.776.140.000	17-12-2019	12:55:57.052	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ce9325c70669e88f105ce3eeb657040	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.776.148.500	17-12-2019	12:55:25.061	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2478e24f3faa2718c0f0b33d14d8b807	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.776.149.000	17-12-2019	12:53:01.791	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3aa7550b0986dd5516dad1d3560a460c	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.800.000.000	17-12-2019	12:52:46.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e72b081cb27b0da0ee7f67ff9ff0cab	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.880.000.000	17-12-2019	12:52:37.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a84bb603593f05555b74766f4a88bb53	
V & V S.A. - 80038216-1	2.884.089.857	13-12-2019	08:00:46.082	Propuesta
		Código Verificador:	e86c2e4316059f1f5bfadb493b2a843f	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.884.089.857	13-12-2019	08:00:46.087	Propuesta
		Código Verificador:	b4417aed6d823f8c1809a075be255203	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.420.000.000	13-12-2019	08:00:46.086	Propuesta
		Código Verificador:	e5064746e6961f3b6e376bf85ac930a3	
INFOTEC SA - 80021897-3	3.458.000.000	13-12-2019	08:00:46.090	Propuesta
		Código Verificador:	1fe627abc833a51ffe5747c2d9ae884b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.458.000.000	17-12-2019	12:55:23.823	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b460caabb5f81dcc9aa6fcb6e41b0fa6	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.699.000.000	17-12-2019	12:53:24.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5bf1281515f88da0c3dd9627a2fbb6c0	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.700.000.000	17-12-2019	12:45:37.318	Etapa de Puja
		Código Verificador:	49f63263fa00d3d941206dc3bd56f644	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	3.705.000.000	13-12-2019	08:00:46.080	Propuesta
		Código Verificador:	5ef275dc67afd2f47f2edae476f8af30	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.800.000.000	13-12-2019	08:00:46.089	Propuesta
		Código Verificador:	914863677069345e2d83f00e2ede3e79	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.750.000.000	13-12-2019	08:00:46.078	Propuesta
		Código Verificador:	1a61191ce42d42a0659815cfc586e728	

Listado General de todas las Ofertas

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	4.750.000.000	13-12-2019	08:00:46.084	Propuesta
		Código Verificador:	17f2706332b72eb39101d9c3e08f386d	

65 - VENTILADOR PULMONAR

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	579.100.000	17-12-2019	13:13:46.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb6d376ae00961cad9d3c18ebad971c0	
V & V S.A - 80038216-1	579.115.000	17-12-2019	13:13:40.625	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a005218d3395811e0accf375bd7b0e9a	
V & V S.A - 80038216-1	579.200.000	17-12-2019	13:13:32.615	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	823fc059b9e053c3c9b19bb885498fd6	
V & V S.A - 80038216-1	579.250.000	17-12-2019	13:13:26.666	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	135a6c00f3f4016f8db936f99dd627aa	
V & V S.A - 80038216-1	579.500.000	17-12-2019	13:13:20.643	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6572c0ddb158db0bdf624f75e4770aa	
V & V S.A - 80038216-1	580.000.000	17-12-2019	13:12:36.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a68b3147d172f821112058a89113ec94	
V & V S.A - 80038216-1	581.000.000	17-12-2019	13:12:31.056	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb886ebe0caf74ba401924f249a3199d	
V & V S.A - 80038216-1	582.000.000	17-12-2019	13:12:24.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90013e23a51fd870fd2d9f0550b92402	
V & V S.A - 80038216-1	583.000.000	17-12-2019	13:12:20.328	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fed6a3206664116c698037a8b25042ce	
V & V S.A - 80038216-1	585.000.000	17-12-2019	13:12:13.449	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2806d9aeb25710ea1c3a0aa1e7a9050b	
V & V S.A - 80038216-1	595.000.000	17-12-2019	13:12:08.733	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	335335d103974258b5a5448bb092adf8	
V & V S.A - 80038216-1	600.000.000	17-12-2019	13:12:02.487	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7cdb58d0d9d3410c62b8d55e939be25	
V & V S.A - 80038216-1	605.000.000	17-12-2019	13:11:53.844	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7646fd6702a40c89e5180c979e4dea6f	
V & V S.A - 80038216-1	615.000.000	17-12-2019	13:11:45.582	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a176f320b23f586c9282fff415eb8b3	
V & V S.A - 80038216-1	625.000.000	17-12-2019	13:11:41.326	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77c263ec16789206b8c6f74e721fb256	
V & V S.A - 80038216-1	635.000.000	17-12-2019	13:11:34.963	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62609e68b5dd0db48f23cfa0fee324d6	
V & V S.A - 80038216-1	650.000.000	17-12-2019	13:11:30.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe230e172f61924c75dfbcb129139913	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	689.000.000	17-12-2019	13:11:57.197	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	adefa86d523290d5cc144139c470445d	
V & V S.A - 80038216-1	695.000.000	17-12-2019	13:11:26.344	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddb3ff171d7079b939f93a4975e3a77a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	700.000.000	17-12-2019	13:11:20.551	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4d9da22c59821fcb017cebc5be564dc	
V & V S.A - 80038216-1	715.000.000	17-12-2019	13:11:21.956	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1104047b117b460d5c2b7e9ace55dfa2	
V & V S.A - 80038216-1	725.000.000	17-12-2019	13:11:15.860	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24547854767a89be160875da7a14d6bc	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	730.000.000	17-12-2019	13:11:17.812	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be147c60850b0ed8d571e0603e37d2ee	
V & V S.A - 80038216-1	735.000.000	17-12-2019	13:11:10.824	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8718b299532427affe90ced54d937d16	
V & V S.A - 80038216-1	750.000.000	17-12-2019	13:11:05.545	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c486e4874da5513cfe77fb88064d4228	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	770.000.000	17-12-2019	13:11:09.194	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db83c8891764cd19fd9bc2606b7171ac	
V & V S.A - 80038216-1	780.000.000	17-12-2019	13:10:59.562	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	336cf1f8459aa4b4ffbb56926f3da815
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	800.000.000	17-12-2019	13:10:53.812 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd878b934912de64f4018d02ac48d3ab
V & V S.A - 80038216-1	800.000.000	17-12-2019	13:10:54.444 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7cb8f299e59c43310a51f0994cdcbcd59
V & V S.A - 80038216-1	815.000.000	17-12-2019	13:10:49.580 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd52d88bbeaf61c8e84c1ff36c0dd8e
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	850.000.000	17-12-2019	13:10:42.956 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53396270faa9771ed263cfc7775c2b18
V & V S.A - 80038216-1	850.000.000	17-12-2019	13:10:45.492 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f0cae1d84a0a0ff6667b7540e5e6693
V & V S.A - 80038216-1	875.000.000	17-12-2019	13:10:39.733 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	953ac004bc2261e9f127430fb90c6f67
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	900.000.000	17-12-2019	13:10:31.487 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b62dd83397eed10de5ec66bb0bebe7df
V & V S.A - 80038216-1	915.000.000	17-12-2019	13:10:25.945 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	842c4b9e0d95690dd590e845c6363e86
V & V S.A - 80038216-1	935.000.000	17-12-2019	13:10:20.948 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8d59ae080a513adeb707f3d8cf3954d9
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	940.000.000	17-12-2019	13:10:21.002 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddf1c56a1e89c5bec4ca572da4677e30
V & V S.A - 80038216-1	950.000.000	17-12-2019	13:10:15.593 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35db917a559ade48b8bfb1c55c4a3de6
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	975.000.000	17-12-2019	13:10:09.796 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76ee798de04a66153ee3097d86d7506c
V & V S.A - 80038216-1	995.000.000	17-12-2019	13:10:09.251 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d823eca52b5d72a8c2f36dc6b27c92cc
V & V S.A - 80038216-1	1.000.000.000	17-12-2019	13:10:03.706 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da3d3fbf4881302c754b7063e3db2840
V & V S.A - 80038216-1	1.015.000.000	17-12-2019	13:09:58.126 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6bab2f15a5cb792a7470c7721bac132
V & V S.A - 80038216-1	1.020.000.000	17-12-2019	13:09:52.379 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02357ed0d77da4c19e79623ef041c854
V & V S.A - 80038216-1	1.025.000.000	17-12-2019	13:09:45.780 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5724dfcbf6bb7dd939d136cd5a73d5f
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.028.000.000	17-12-2019	13:11:13.895 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4daac95ad960dc1abac53b6581217c5
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.029.000.000	17-12-2019	13:09:49.037 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f90e1a06d1e5ce12ba40068d744817cb
V & V S.A - 80038216-1	1.035.000.000	17-12-2019	13:09:40.211 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bfef4f3b1b2e8ed3b69e4f5578cafa5d
V & V S.A - 80038216-1	1.050.000.000	17-12-2019	13:09:34.116 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3dc91fede4b87f6f8d024e6fe953378
V & V S.A - 80038216-1	1.080.000.000	17-12-2019	13:09:29.620 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c9ba6afc5b936a15cd93cf367f99f1f
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.088.000.000	17-12-2019	13:09:36.688 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8943fc6dfac11f78782e4972a16a33b
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.090.000.000	17-12-2019	13:10:09.412 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	140766ed6659da604b025c89092f709
V & V S.A - 80038216-1	1.095.000.000	17-12-2019	13:09:23.999 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0088152c21bbf53366e64f551e62b83
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.100.000.000	17-12-2019	13:09:15.540 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f69fe5d8db32d3c9c6f8ae4477003157
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.110.000.000	17-12-2019	13:09:27.797 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98f855c244ce1f6d283605c1ada7f0a8
V & V S.A - 80038216-1	1.120.000.000	17-12-2019	13:09:19.248 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76584de68064929a1167ebdae1d70338
V & V S.A - 80038216-1	1.125.000.000	17-12-2019	13:09:12.614 Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	a8453d260089f17e95a23c91ddaa93a0	
V & V S.A - 80038216-1	1.130.000.000	17-12-2019	13:09:08.195	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f80c7db4f5cf61d4dff4599c393f4c06	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.133.000.000	17-12-2019	13:09:10.101	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1dfb3a67e2b3f8d5416f10eabefdd3a5	
V & V S.A - 80038216-1	1.135.000.000	17-12-2019	13:09:02.959	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7941f9b783d77835151d3ac427b7c4a0	
V & V S.A - 80038216-1	1.138.000.000	17-12-2019	13:08:57.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e45d0d9b4615bb053e1a0c77956158d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.139.800.000	17-12-2019	13:08:51.868	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b6bf05719f62c53fb5123c59fe0e13a	
V & V S.A - 80038216-1	1.140.000.000	17-12-2019	13:08:46.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ea968cde5909250af4b67e74f73bd88	
V & V S.A - 80038216-1	1.141.000.000	17-12-2019	13:08:41.638	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09be7e47aed3dbcf19961a915beabf6	
V & V S.A - 80038216-1	1.143.000.000	17-12-2019	13:08:34.380	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	028fd89a67598e0bde02327850b19b82	
V & V S.A - 80038216-1	1.145.000.000	17-12-2019	13:08:29.457	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7eb03c8851f9d487b45578deaf50b881	
V & V S.A - 80038216-1	1.146.979.998	13-12-2019	08:00:46.287	Propuesta
		Código Verificador:	233c69acbefac4bffe0639b1113c6f96	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.302.000.000	17-12-2019	13:10:04.667	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02ce1f42ecd76f01ac036fbd828ea60c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.320.000.000	13-12-2019	08:00:46.284	Propuesta
		Código Verificador:	c9521bcdacfd2f32c05687d81372ca12	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.350.000.000	17-12-2019	13:09:32.596	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2cdc61340003e15f0716f426b18896da	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.368.261.996	13-12-2019	08:00:46.289	Propuesta
		Código Verificador:	060373433f6eab63a528a82d5c98ee75	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.376.370.000	13-12-2019	08:00:46.286	Propuesta
		Código Verificador:	d9626955ebede182e1d558e03c237949	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.490.844.600	13-12-2019	08:00:46.288	Propuesta
		Código Verificador:	1c75f99e9d53b41be6f20da8745867f6	

66 - VENTILADOR PULMONAR DE TRASLADO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	278.750.000	17-12-2019	13:30:21.613	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6d6358475fe0253fd2ca62eced62fac	
V & V S.A - 80038216-1	278.950.000	17-12-2019	13:30:11.842	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e254c2f8dc1afa79a658ab0e2b9db519	
V & V S.A - 80038216-1	279.000.000	17-12-2019	13:30:05.019	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e847437f4b9eb216daa07d7347d249a6	
V & V S.A - 80038216-1	279.250.000	17-12-2019	13:30:00.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5be9a0077de041a61d5e8318634bdd8f	
V & V S.A - 80038216-1	279.500.000	17-12-2019	13:29:55.534	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74f2928d359c9c20fc95404bc900f2d8	
V & V S.A - 80038216-1	280.000.000	17-12-2019	13:29:50.931	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	618a1884283ce0a4eaf7e9b5cbf3a305	
V & V S.A - 80038216-1	280.500.000	17-12-2019	13:29:46.748	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00a10dfc2a4f2546bc300d8cd48c5a5d	
V & V S.A - 80038216-1	281.000.000	17-12-2019	13:29:42.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53de89323b831e7d80fca5104efc6a1f	
V & V S.A - 80038216-1	282.000.000	17-12-2019	13:29:37.044	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbcaff4e57fd844bb79c8fff1c1c8fa9	
V & V S.A - 80038216-1	283.000.000	17-12-2019	13:29:33.195	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d82647343b042dba0d6eb46dd6029d7	
V & V S.A - 80038216-1	284.000.000	17-12-2019	13:29:28.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	632df48c33243d16062b28e7d67eceb3	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	285.000.000	17-12-2019	13:29:24.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7da6df1b571866a6d781902c6ebce2d4	
V & V S.A - 80038216-1	287.000.000	17-12-2019	13:29:20.927	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5567d9e239ccf580f8bce3b7581109e	
V & V S.A - 80038216-1	289.000.000	17-12-2019	13:29:16.652	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2fd93ab8a1ed3919381d9664c31e9043	
V & V S.A - 80038216-1	290.000.000	17-12-2019	13:29:12.551	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff6203859030dbac3a356a623c959d57	
V & V S.A - 80038216-1	293.000.000	17-12-2019	13:29:08.211	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e74ca30356f8d415e05877c65b4766e	
V & V S.A - 80038216-1	294.000.000	17-12-2019	13:29:04.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69dfb5e962c5c28781cf0d772fc7e5e8	
V & V S.A - 80038216-1	295.000.000	17-12-2019	13:28:59.812	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0cde740060abe877c26edc86bda3604	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	296.000.000	17-12-2019	13:28:49.669	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98fe23b3c81f626be93a66411e1161cb	
V & V S.A - 80038216-1	296.075.000	17-12-2019	13:28:53.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	feabc6b3196b04b5f7bc4dd633b33f88	
V & V S.A - 80038216-1	296.080.000	17-12-2019	13:28:47.360	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60bc395e0ce64ce29c6f4255058e622a	
V & V S.A - 80038216-1	296.085.000	17-12-2019	13:28:41.946	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ef0da8e41a8798bef94e004a02f131	
V & V S.A - 80038216-1	296.090.000	17-12-2019	13:28:36.722	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e07db5c0291e7970cedb90f7b4fcbfc7	
V & V S.A - 80038216-1	296.095.000	17-12-2019	13:28:30.164	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5438467caabd29dbddc5250b6e9ad128	
V & V S.A - 80038216-1	296.100.000	17-12-2019	13:28:23.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e13b25d56c28f28df3b151eb83abccf	
V & V S.A - 80038216-1	296.105.000	17-12-2019	13:28:18.067	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43b2cd3ab2dfd4607062e0439e6f768e	
V & V S.A - 80038216-1	296.110.000	17-12-2019	13:28:11.951	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9e629b5caccfc21da45eda0b3f0e12c	
V & V S.A - 80038216-1	296.115.000	17-12-2019	13:28:05.465	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac07abe0ef6bff35e0654dbc0b27849d	
V & V S.A - 80038216-1	296.120.000	17-12-2019	13:27:58.679	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8eb94363e4668e9de3ecba213ddf5df1	
V & V S.A - 80038216-1	296.125.000	17-12-2019	13:27:52.874	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f7fb14ecb19f6d5636b2249703bc298	
V & V S.A - 80038216-1	296.150.000	17-12-2019	13:27:46.620	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	456438c12550c5d561792cba3246f4dc	
V & V S.A - 80038216-1	296.200.000	17-12-2019	13:27:37.781	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb359db91f1aa05c54df4d50db2b85f2	
V & V S.A - 80038216-1	296.250.000	17-12-2019	13:27:29.866	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f8738da047dcba8d2a61b7a2df0a178	
V & V S.A - 80038216-1	296.300.000	17-12-2019	13:27:22.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b57af3fe5c2170b684bc9165c3ca3ed8	
V & V S.A - 80038216-1	296.350.000	17-12-2019	13:27:15.734	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2a7e383fb98d03f6e45a8b9479baee6	
V & V S.A - 80038216-1	296.400.000	13-12-2019	08:00:46.441	Propuesta
		Código Verificador:	7c12998ea4fcf8dc3939b38eac598701	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	329.000.000	17-12-2019	13:28:00.183	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef159609867b15d5e5d1bae5d7bc7bfc	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	330.000.000	13-12-2019	08:00:46.442	Propuesta
		Código Verificador:	38f49e202e78017763f2efbab1a20a1c	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	352.716.000	13-12-2019	08:00:46.443	Propuesta
		Código Verificador:	0907bf2d87ee0572e4d687f1842dde24	

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	660.000.000	13-12-2019	08:00:46.484	Propuesta
Código Verificador:			575a945066ca2e3227f958db2544b57d	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - ASPIRADOR QUIRURGICO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	199.300.000
INFOTEC SA - 80021897-3	205.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	298.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	301.999.000

2 - AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	1.638.000.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.663.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.999.000.000

3 - AUTOCLAVE ODONTOLOGICO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	44.300.000
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	44.590.000
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	52.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	100.000.000

4 - AUTOCLAVE VERTICAL

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	90.000.000

5 - AUTOREFRACOMETRO

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	60.000.000

6 - BALANZA DIGITAL PARA ADULTOS CON ALTIMETRO DIGITAL

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	317.500.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	333.300.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	620.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	825.000.000

7 - BALANZA DIGITAL PEDIATRICA CON ALTIMETRO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	32.739.200
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	65.650.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	130.000.000

8 - BAÑO MARIA

Oferente	Mejor Precio
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	11.800.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	14.800.000

9 - BICICLETA ESTATICA HORIZONTAL

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	33.093.750

10 - CAJA DE LENTES

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	9.600.000

11 - CAMA DE INTERNACION ARTICULADA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	1.970.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.010.000.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.040.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.640.583.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.640.584.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.650.000.000

12 - CAMA DE INTERNACION ELECTRICA

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	273.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	286.999.999
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	304.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	368.000.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	380.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	491.860.044
SIEGEN S.A. - 80037885-7	546.000.000

13 - CAMILLA DE INSPECCION FIJA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	118.000.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	122.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	230.000.000

14 - CAMILLA DE INSPECCION GINECOLOGICA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	68.962.500
ARGON S.R.L. - 80004373-1	82.050.000

15 - CAMILLA DE TRASLADO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	485.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	530.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	620.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	729.000.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	730.900.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	900.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.124.000.000

16 - CAMPIMETRO

Oferente	Mejor Precio
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	310.000.000

17 - CINTA CAMINADORA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	33.386.160

19 - DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	879.999.999
V & V S.A - 80038216-1	880.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	940.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	943.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.254.000.000

20 - DETECTOR FETAL

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	29.100.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	34.500.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	49.776.000

21 - ECOCARDIOGRAFO

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.700.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.734.500.000

22 - ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPOSITO

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.576.949.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.580.000.000
DEZETA S.A - 80019208-7	3.780.000.000

23 - ELECTROCARDIOGRAFO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	209.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	215.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	275.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	479.792.310

24 - EQUIPO NEUROESTIMULADOR TRASCUTANEO NEUROMUSCULAR (PORTATIL)

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	5.619.744
SIEGEN S.A. - 80037885-7	9.000.000

25 - EQUIPO DE AUDIOMETRIA

Oferente	Mejor Precio
EMEN S.R.L - 80012015-9	198.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	250.000.000

26 - EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	398.050.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	406.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	616.000.000

27 - EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	31.950.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	36.600.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	75.000.000

28 - EQUIPO DE ONDA CORTA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	34.550.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	36.600.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	75.000.000

29 - EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL

Oferente	Mejor Precio
Consorcio Sumi - 80109965-0	5.200.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.230.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.245.000.000
EDISON S.R.L. - 80093090-8	5.280.000.000
DEZETA S.A - 80019208-7	6.880.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	6.910.000.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	12.530.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

30 - EQUIPO RAYOS X ODONTOLOGICO

Oferente	Mejor Precio
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	60.000.000
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	72.000.000

31 - EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.275.000.000
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	1.299.000.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.380.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.500.000.000
Consorcio Sumi - 80109965-0	1.590.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.886.031.000

32 - EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

Oferente	Mejor Precio
DEZETA S.A - 80019208-7	4.100.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.100.000.000
Consorcio Sumi - 80109965-0	4.390.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	4.599.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	7.250.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	7.300.000.000

33 - EQUIPO DE ULTRASONIDO

Oferente	Mejor Precio
SIEGEN S.A. - 80037885-7	42.300.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	75.000.000

34 - ESTUFA DE ESTERILIZACION

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	108.174.690
ARGON S.R.L. - 80004373-1	150.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	383.277.600
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	520.500.000

35 - INCUBADORAS

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	1.148.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.220.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.832.000.000

36 - LAMPARA CUELLO DE CISNE

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	23.850.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	24.999.000

37 - LAMPARA DE HENDIDURA

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	76.730.000

38 - LAMPARA INFRARROJA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	10.072.734
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.000.000

39 - LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	870.000.000
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	920.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.240.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.243.500.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.285.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.565.000.000

40 - LAMPARA SCIALITICA PORTATIL

Oferente	Mejor Precio
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	300.000.000
V & V S.A - 80038216-1	300.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	315.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	390.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	610.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	610.999.999

41 - MACROCENTRIFUGA

Oferente	Mejor Precio
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	47.800.000

42 - EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL

Oferente	Mejor Precio
Consorcio Sumi - 80109965-0	2.995.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.999.000.000
TECNOLAB S.A - 80096550-7	3.120.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	3.544.000.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	3.550.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	5.300.000.000

43 - MAQUINA DE ANESTESIA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	2.620.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.622.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	2.749.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.879.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.620.000.000

44 - GENERADOR DE MARCAPASOS EXTERNO

Oferente	Mejor Precio
CODEX S.R.L. - 80000173-7	38.000.000

45 - MESA QUIRURGICA RADIOLUCIDA

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.340.000.000
V & V S.A - 80038216-1	2.410.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.960.000.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	3.099.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	3.340.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	3.350.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.990.000.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	5.230.000.000

46 - CAMA DE NACIMIENTO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	917.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.070.999.000
INFOTEC SA - 80021897-3	1.072.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.335.000.000

48 - MICROSCOPIO BINOCULAR

Oferente	Mejor Precio
BIOERIX S.A. - 80051821-7	8.999.999

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

V & V S.A - 80038216-1	9.000.000
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	9.200.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	11.000.000

49 - MONITOR FETAL

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	135.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	153.990.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	306.000.000

50 - MONITOR MULTIPARAMETRICO

Oferente	Mejor Precio
INFOTEC SA - 80021897-3	1.120.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.130.000.000
V & V S.A - 80038216-1	1.200.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.390.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.489.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.490.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.900.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.191.881.500

51 - NEBULIZADOR

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	28.500.000

52 - NEGATOSCOPIO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	58.500.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	60.499.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	465.000.000

53 - OXIMETRO DE PULSO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	118.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	124.200.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	125.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	130.000.000

54 - PROYECTOR OFTALMOLOGICO

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	15.000.000

55 - SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	365.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	390.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	409.000.000

58 - SILLA DE RUEDA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	114.819.460

59 - SILLON ODONTOLOGICO

Oferente	Mejor Precio
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	241.825.000
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	300.000.000

60 - SILLON OFTALMOLOGICO

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

ARGON S.R.L. - 80004373-1	447.000.000
---------------------------	-------------

61 - TERMODESINFECTADORA

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	495.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	500.000.000

62 - TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA

Oferente	Mejor Precio
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.600.000.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.620.000.000
SALUMAX S.A. - 80018828-4	1.730.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.750.000.000

63 - TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.660.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.670.000.000

64 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	1.404.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	1.700.000.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.150.000.000
CODEX S.R.L. - 80000173-7	2.280.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.775.989.000
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.775.990.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.884.089.857
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.458.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	4.750.000.000

65 - VENTILADOR PULMONAR

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	579.100.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	689.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	730.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.028.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.302.000.000

66 - VENTILADOR PULMONAR DE TRASLADO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	278.750.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	296.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	330.000.000

67 - VIDEOCOLPOSCOPIO

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	660.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80000084-6 - G T SCIENTIFIC S.A.

Item	Precio Ganador
8 - BAÑO MARIA	11.800.000

Proveedor: 80000173-7 - CODEX S.R.L.

Item	Precio Ganador
------	----------------

Items Ganados por Proveedor

44 - GENERADOR DE MARCAPASOS EXTERNO	38.000.000
--------------------------------------	------------

Proveedor: 80002766-3 - ALBATROS SACI

Item	Precio Ganador
45 - MESA QUIRURGICA RADIOLUCIDA	2.340.000.000
63 - TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	1.660.000.000

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item	Precio Ganador
4 - AUTOCLAVE VERTICAL	90.000.000
5 - AUTOREFRACTOMETRO	60.000.000
10 - CAJA DE LENTES	9.600.000
37 - LAMPARA DE HENDIDURA	76.730.000
54 - PROYECTOR OFTALMOLOGICO	15.000.000
60 - SILLON OFTALMOLOGICO	447.000.000
67 - VIDEOCOLPOSCOPIO	660.000.000

Proveedor: 80011068-4 - LA CASA DEL MEDICO S.A.

Item	Precio Ganador
12 - CAMA DE INTERNACION ELECTRICA	273.000.000

Proveedor: 80012015-9 - EMEN S.R.L

Item	Precio Ganador
25 - EQUIPO DE AUDIOMETRIA	198.000.000

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
19 - DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO	879.999.999
21 - ECOCARDIOGRAFO	1.700.000.000
22 - ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPOSITO	3.576.949.000
31 - EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C	1.275.000.000
61 - TERMODESINFECTADORA	495.000.000

Proveedor: 80017185-3 - DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
41 - MACROCENTRIFUGA	47.800.000

Proveedor: 80019208-7 - DEZETA S.A

Item	Precio Ganador
32 - EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL	4.100.000.000

Proveedor: 80021897-3 - INFOTEC SA

Item	Precio Ganador
50 - MONITOR MULTIPARAMETRICO	1.120.000.000

Proveedor: 80023488-0 - ANDRES H. ARCE SA

Item	Precio Ganador
30 - EQUIPO RAYOS X ODONTOLOGICO	60.000.000

Proveedor: 80025640-9 - DENTAL GUARANI SA

Item	Precio Ganador
59 - SILLON ODONTOLOGICO	241.825.000

Proveedor: 80028232-9 - DGR INTERNACIONAL S.R.L.

Item	Precio Ganador
16 - CAMPIMETRO	310.000.000
40 - LAMPARA SCIALITICA PORTATIL	300.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80037885-7 - SIEGEN S.A.

Item	Precio Ganador
33 - EQUIPO DE ULTRASONIDO	42.300.000

Proveedor: 80038216-1 - V & V S.A

Item	Precio Ganador
1 - ASPIRADOR QUIRURGICO	199.300.000
2 - AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION	1.638.000.000
3 - AUTOCLAVE ODONTOLOGICO	44.300.000
6 - BALANZA DIGITAL PARA ADULTOS CON ALTIMETRO DIGITAL	317.500.000
7 - BALANZA DIGITAL PEDIATRICA CON ALTIMETRO	32.739.200
9 - BICICLETA ESTATICA HORIZONTAL	33.093.750
11 - CAMA DE INTERNACION ARTICULADA	1.970.000.000
13 - CAMILLA DE INSPECCION FIJA	118.000.000
14 - CAMILLA DE INSPECCION GINECOLOGICA	68.962.500
15 - CAMILLA DE TRASLADO	485.000.000
17 - CINTA CAMINADORA	33.386.160
20 - DETECTOR FETAL	29.100.000
23 - ELECTROCARDIOGRAFO	209.000.000
24 - EQUIPO NEUROESTIMULADOR TRASCUTANEO NEUROMUSCULAR (PORTATIL)	5.619.744
26 - EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED	398.050.000
27 - EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	31.950.000
28 - EQUIPO DE ONDA CORTA	34.550.000
34 - ESTUFA DE ESTERILIZACION	108.174.690
35 - INCUBADORAS	1.148.000.000
36 - LAMPARA CUELLO DE CISNE	23.850.000
38 - LAMPARA INFRARROJA	10.072.734
39 - LAMPARA SCIALITICA DE TECHO	870.000.000
43 - MAQUINA DE ANESTESIA	2.620.000.000
46 - CAMA DE NACIMIENTO	917.000.000
49 - MONITOR FETAL	135.000.000
51 - NEBULIZADOR	28.500.000
52 - NEGATOSCOPIO	58.500.000
53 - OXIMETRO DE PULSO	118.000.000
55 - SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA	365.000.000
58 - SILLA DE RUEDA	114.819.460
64 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA	1.404.000.000
65 - VENTILADOR PULMONAR	579.100.000
66 - VENTILADOR PULMONAR DE TRASLADO	278.750.000

Proveedor: 80051821-7 - BIOERIX S.A.

Item	Precio Ganador
48 - MICROSCOPIO BINOCULAR	8.999.999
62 - TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA	1.600.000.000

Proveedor: 80109965-0 - Consorcio Sumi

Item	Precio Ganador
29 - EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL	5.200.000.000
42 - EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL	2.995.000.000

Listado de Mensajes

1 - ASPIRADOR QUIRURGICO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	08:11:13.490
Buenos días, comenzamos la Subasta.	13-12-2019	08:11:32.097
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	13-12-2019	08:13:11.616
Señores esperamos mejores ofertas.	13-12-2019	08:13:16.444
Señores Oferentes, bajen sus precios	13-12-2019	08:15:27.590
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-12-2019	08:15:39.778
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	13-12-2019	08:16:12.180

Listado de Mensajes

Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	08:18:11.308
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	08:18:15.087
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	08:29:07.951
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	08:36:22.215
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	08:36:22.390

2 - AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	08:37:04.400
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	08:37:11.830
Señores esperamos mejores ofertas.	13-12-2019	08:39:23.030
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-12-2019	08:39:46.944
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	13-12-2019	08:39:53.590
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	08:40:59.205
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	08:41:04.906
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	08:47:05.265
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	08:55:29.324
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	08:55:29.513

3 - AUTOCLAVE ODONTOLOGICO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	08:55:47.310
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	08:55:53.841
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	13-12-2019	08:56:03.890
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	13-12-2019	08:58:30.772
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-12-2019	08:59:22.330
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	13-12-2019	08:59:29.133
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	09:01:23.824
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	09:01:29.989
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	09:07:30.092
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	09:15:58.219
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	09:15:58.291

4 - AUTOCLAVE VERTICAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	09:16:41.310
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	09:16:47.433
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	13-12-2019	09:17:02.107
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	13-12-2019	09:17:09.721
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	13-12-2019	09:17:20.142
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-12-2019	09:20:23.991
Puede seguir bajando sus oferta en las siguientes etapas.	13-12-2019	09:20:33.090
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	09:22:02.855
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	09:22:06.072
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	09:28:06.244
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	09:36:24.552
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	09:36:25.039

5 - AUTOREFRACTOMETRO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	09:36:33.886
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	09:37:45.626
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	13-12-2019	09:37:59.081
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	13-12-2019	09:38:08.776
Señor/a Oferente, baje su precio	13-12-2019	09:39:54.857
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-12-2019	09:39:59.402
Puede seguir bajando sus oferta en las siguientes etapas.	13-12-2019	09:40:04.105
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	09:40:29.777
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	09:40:34.120
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	09:46:34.207

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	09:52:31.226
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	09:52:31.349

6 - BALANZA DIGITAL PARA ADULTOS CON ALTIMETRO DIGITAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	09:55:24.974
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	09:56:03.345
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	13-12-2019	09:56:09.572
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-12-2019	09:56:14.977
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	13-12-2019	09:56:20.537
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	09:57:30.674
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	09:58:47.122
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	10:04:47.168
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	10:10:48.224
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	10:10:48.974

7 - BALANZA DIGITAL PEDIATRICA CON ALTIMETRO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	10:12:16.826
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	10:15:42.394
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	13-12-2019	10:15:51.809
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-12-2019	10:15:58.896
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	13-12-2019	10:16:18.082
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	10:16:48.550
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	10:16:52.970
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	10:22:53.099
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	10:27:50.227
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	10:27:50.347

8 - BAÑO MARIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	10:28:06.979
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	10:28:14.262
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	13-12-2019	10:30:01.855
Señores bajen sus precios.	13-12-2019	10:32:54.065
Señores Oferentes, bajen sus precios	13-12-2019	10:33:33.221
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	13-12-2019	10:33:46.343
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	13-12-2019	10:34:04.356
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	13-12-2019	10:35:14.664
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	10:35:17.580
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	10:35:21.396
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	10:41:21.606
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	10:51:07.814
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	10:51:08.564

9 - BICICLETA ESTATICA HORIZONTAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	10:51:29.759
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	10:51:38.752
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-12-2019	10:54:33.788
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	10:54:40.337
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	10:54:42.755
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	11:00:42.984
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	11:10:40.026
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	11:10:40.142

10 - CAJA DE LENTES

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	11:10:46.916
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	11:16:16.244

Listado de Mensajes

Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	13-12-2019	11:17:57.462
Señor/a Oferente, baje su precio	13-12-2019	11:18:06.081
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	13-12-2019	11:18:10.962
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	13-12-2019	11:18:22.510
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	13-12-2019	11:18:31.971
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	11:18:34.411
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	11:24:34.480
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	11:34:27.707
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	11:34:27.985

11 - CAMA DE INTERNACION ARTICULADA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	11:36:29.176
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	11:38:09.815
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	13-12-2019	11:38:27.913
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-12-2019	11:38:31.745
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	13-12-2019	11:38:36.176
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	11:38:59.816
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	11:40:29.355
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	11:53:20.973
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	11:57:07.282
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	11:57:07.364

12 - CAMA DE INTERNACION ELECTRICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	11:58:40.095
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	11:59:12.783
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	13-12-2019	11:59:22.559
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-12-2019	11:59:38.839
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	13-12-2019	11:59:47.023
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	11:59:51.706
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	11:59:55.065
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	12:05:55.300
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	12:14:58.432
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	12:14:58.518

13 - CAMILLA DE INSPECCION FIJA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	12:15:14.668
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	12:15:21.386
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	13-12-2019	12:15:32.227
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-12-2019	12:15:35.099
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	13-12-2019	12:15:42.482
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	12:17:25.170
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	12:17:27.814
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	12:25:04.116
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	12:31:40.221
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	12:31:40.425

14 - CAMILLA DE INSPECCION GINECOLOGICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	12:32:55.573
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	12:33:10.019
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	13-12-2019	12:33:30.029
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-12-2019	12:33:32.988
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	13-12-2019	12:33:38.067
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	12:33:40.404
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	12:34:14.365
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	12:40:14.490

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	12:46:21.736
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	12:46:22.295

15 - CAMILLA DE TRASLADO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	12:47:46.465
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	12:50:26.747
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	13-12-2019	12:52:04.633
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-12-2019	12:52:08.698
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	13-12-2019	12:52:13.484
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	12:53:04.922
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	12:53:09.519
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	13:10:43.124
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	13:20:41.258
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	13:20:41.323

16 - CAMPIMETRO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	13:25:01.979
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	13:25:54.316
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	13-12-2019	13:26:04.614
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	13-12-2019	13:26:13.000
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	13-12-2019	13:28:41.753
Puede seguir bajando sus oferta en las siguientes etapas.	13-12-2019	13:28:52.214
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	13:30:28.561
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	13:30:35.336
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	13:36:36.143
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	13:45:29.267
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	13:45:29.455

17 - CINTA CAMINADORA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	13:46:09.968
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	13:46:16.975
Recuerde verificar el precio de su oferta, el sistema le pregunta hasta 2 veces si está seguro del precio que va a enviar a través de una ventana emergente. Los errores en montos no pueden ser subsanados.	13-12-2019	13:47:13.069
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-12-2019	13:47:31.400
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	13-12-2019	13:47:36.193
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	13:48:52.468
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	13:48:55.444
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	13:54:55.621
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	13:58:09.805
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	13:58:09.888

19 - DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	13:58:28.548
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	13:58:38.114
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	13-12-2019	13:58:53.741
Señores esperamos mejores ofertas.	13-12-2019	14:00:53.693
Señores Oferentes, bajen sus precios	13-12-2019	14:04:08.297
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-12-2019	14:04:17.235
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	13-12-2019	14:04:31.696
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	14:05:11.365
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	14:05:14.513
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	14:20:11.227
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	14:23:33.512
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	14:23:33.615

20 - DETECTOR FETAL

Listado de Mensajes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	14:23:46.630
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	14:23:58.866
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	13-12-2019	14:24:05.377
Señores esperamos mejores ofertas.	13-12-2019	14:24:10.161
Puede seguir bajando sus oferta en las siguientes etapas.	13-12-2019	14:28:12.024
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	14:28:13.246
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	14:28:16.541
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	14:44:34.506
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	14:51:31.651
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	14:51:31.773

21 - ECOCARDIOGRAFO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	14:51:50.002
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	14:51:56.537
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	13-12-2019	14:52:07.675
Señores esperamos mejores ofertas.	13-12-2019	14:52:11.635
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	13-12-2019	14:52:17.711
Señores bajen sus precios.	13-12-2019	14:52:25.090
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	13-12-2019	14:52:29.131
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	14:53:04.494
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	14:53:07.088
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	15:03:37.301
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	15:11:40.467
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	15:11:40.542

22 - ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPOSITO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	15:12:01.264
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	15:12:08.359
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	13-12-2019	15:12:24.197
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-12-2019	15:12:32.293
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	13-12-2019	15:12:37.293
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	15:12:42.402
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	15:15:05.463
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	15:21:05.722
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	15:26:57.096
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	15:26:57.167

23 - ELECTROCARDIOGRAFO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	15:29:03.943
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	15:30:11.461
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	13-12-2019	15:30:27.030
Señores esperamos mejores ofertas.	13-12-2019	15:30:34.073
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	15:33:35.928
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	13-12-2019	15:33:43.080
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	15:33:48.526
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	15:41:52.964
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	15:45:05.056
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	15:45:05.144

24 - EQUIPO NEUROESTIMULADOR TRASCUTANEO NEUROMUSCULAR (PORTATIL)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	15:45:24.724
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	15:45:30.053
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	13-12-2019	15:45:35.616
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-12-2019	15:45:39.738
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	13-12-2019	15:45:44.094
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	15:45:45.371

Listado de Mensajes

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	15:50:08.504
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	15:56:08.590
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	16:00:01.784
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	16:00:01.957

25 - EQUIPO DE AUDIOMETRÍA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2019	16:02:38.840
Continuamos con la Subasta.	13-12-2019	16:02:51.800
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	13-12-2019	16:03:04.668
Señores esperamos mejores ofertas.	13-12-2019	16:03:11.292
Señores bajen sus precios.	13-12-2019	16:03:23.677
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	13-12-2019	16:03:38.017
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	13-12-2019	16:03:47.396
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2019	16:03:50.628
Señores Oferentes, bajen sus precios	13-12-2019	16:04:16.510
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2019	16:05:02.600
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2019	16:11:02.647
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2019	16:14:12.448
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2019	16:14:12.578

26 - EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	08:14:30.995
Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta.	16-12-2019	08:14:37.953
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	16-12-2019	08:20:15.592
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-12-2019	08:20:19.206
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-12-2019	08:20:27.594
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	08:21:43.644
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	08:21:46.061
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	08:32:37.183
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	08:39:29.302
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	08:39:29.423

27 - EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	08:39:51.137
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	08:39:56.663
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	16-12-2019	08:40:04.211
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-12-2019	08:40:06.893
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-12-2019	08:40:13.142
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	08:40:55.470
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	08:48:33.312
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	08:54:52.600
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	09:04:23.624
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	09:04:24.048

28 - EQUIPO DE ONDA CORTA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	09:05:37.372
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	09:05:52.879
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	16-12-2019	09:05:57.694
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-12-2019	09:06:02.084
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-12-2019	09:06:07.652
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	09:08:49.126
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	09:08:52.623
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	09:14:52.698
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	09:20:48.949
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	09:20:49.070

Listado de Mensajes

29 - EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	09:25:52.304
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	09:25:57.823
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	16-12-2019	09:26:03.303
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-12-2019	09:26:15.156
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-12-2019	09:26:19.108
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	09:27:56.240
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	09:42:43.505
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	09:50:26.518
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	09:50:26.665

30 - EQUIPO RAYOS X ODONTOLOGICO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	09:52:01.490
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	09:53:06.796
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-12-2019	09:53:11.629
Señores esperamos mejores ofertas.	16-12-2019	09:55:44.223
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-12-2019	09:59:24.419
Señores bajen sus precios.	16-12-2019	09:59:29.318
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	16-12-2019	09:59:34.864
Señores Oferentes, bajen sus precios	16-12-2019	09:59:40.881
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	10:01:27.902
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	10:01:31.135
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	10:07:31.331
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	10:13:40.493
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	10:13:40.587

31 - EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	10:17:27.809
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	10:17:48.471
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-12-2019	10:17:53.621
Señores esperamos mejores ofertas.	16-12-2019	10:18:01.270
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-12-2019	10:18:06.436
Señores Oferentes, bajen sus precios	16-12-2019	10:19:06.402
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	16-12-2019	10:19:12.143
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	10:20:07.943
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	10:20:14.134
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	10:26:14.305
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	10:31:07.693
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	10:31:08.788

32 - EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	10:32:04.193
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	10:32:14.408
Señores esperamos mejores ofertas.	16-12-2019	10:33:40.626
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	16-12-2019	10:33:50.866
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-12-2019	10:33:54.103
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-12-2019	10:33:59.800
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	10:36:01.995
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	10:36:05.603
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	10:42:05.692
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	10:47:42.770
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	10:47:43.252

33 - EQUIPO DE ULTRASONIDO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	10:51:18.299

Listado de Mensajes

Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	10:51:24.169
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	16-12-2019	10:51:37.236
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-12-2019	10:54:54.919
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-12-2019	10:54:59.330
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	10:55:40.952
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	10:55:44.168
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	11:01:44.203
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	11:06:03.537
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	11:06:03.687

34 - ESTUFA DE ESTERILIZACION

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	11:06:17.368
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	11:06:21.713
Señores esperamos mejores ofertas.	16-12-2019	11:06:28.544
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	16-12-2019	11:06:34.817
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-12-2019	11:06:38.523
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	11:06:40.510
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	11:09:42.131
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	11:15:42.571
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	11:24:13.616
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	11:24:13.742

35 - INCUBADORAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	11:24:26.232
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	11:24:37.194
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	16-12-2019	11:24:44.307
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-12-2019	11:24:47.839
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	11:38:02.213
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	11:38:06.473
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	11:44:06.494
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	11:51:05.637
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	11:51:06.550

36 - LAMPARA CUELLO DE CISNE

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	11:51:13.665
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	11:51:34.286
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-12-2019	12:12:42.974
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	12:12:44.871
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	12:12:49.445
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	12:18:49.641
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	12:27:26.690
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	12:27:26.836

37 - LAMPARA DE HENDIDURA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	12:33:21.039
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	12:34:24.226
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	16-12-2019	12:44:41.105
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-12-2019	12:44:47.611
Señor/a Oferente, baje su precio	16-12-2019	12:44:57.893
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	16-12-2019	12:45:04.170
Señores bajen sus precios.	16-12-2019	12:45:12.338
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	12:45:13.692
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	12:45:18.625
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	12:51:18.992
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	12:54:33.455

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	12:54:33.776
--	------------	--------------

38 - LAMPARA INFRARROJA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	12:54:55.663
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	13:00:09.672
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	16-12-2019	13:04:44.888
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-12-2019	13:04:54.044
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-12-2019	13:04:59.139
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	13:05:25.048
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	13:05:27.913
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	13:11:28.223
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	13:18:02.682
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	13:18:02.801

39 - LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	13:27:37.433
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	13:28:04.893
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	16-12-2019	13:28:30.078
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-12-2019	13:28:41.280
Señores esperamos mejores ofertas.	16-12-2019	13:29:00.109
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	13:29:28.076
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	13:29:36.202
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	13:35:36.649
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	13:43:43.814
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	13:43:44.019

40 - LAMPARA SCIALITICA PORTATIL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	13:44:00.103
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	13:44:05.226
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	16-12-2019	13:44:13.197
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-12-2019	13:44:16.914
Señores esperamos mejores ofertas.	16-12-2019	13:44:33.242
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	13:44:34.639
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	13:45:39.868
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	13:51:39.999
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	13:59:23.010
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	13:59:23.130

41 - MACROCENTRIFUGA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	13:59:46.484
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	13:59:53.327
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	16-12-2019	14:00:34.124
Señor/a Oferente, baje su precio	16-12-2019	14:00:44.288
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	16-12-2019	14:03:35.439
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-12-2019	14:03:42.554
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	14:05:20.570
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	16-12-2019	14:05:28.415
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	14:05:33.218
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	14:11:33.552
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	14:18:39.940
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	14:18:40.339

42 - EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	14:25:53.948

Listado de Mensajes

Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	14:26:03.685
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	16-12-2019	14:26:09.774
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-12-2019	14:26:17.716
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	14:29:58.216
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	14:30:05.288
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	14:36:05.339
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	14:44:42.504
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	14:44:42.883

43 - MAQUINA DE ANESTESIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	14:45:14.812
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	14:45:27.082
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-12-2019	14:45:31.104
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	16-12-2019	14:45:36.486
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	14:45:37.575
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-12-2019	14:45:42.999
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	14:47:29.957
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	14:53:30.023
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	15:00:19.101
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	15:00:19.774

44 - GENERADOR DE MARCAPASOS EXTERNO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	15:00:33.613
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	15:00:40.031
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	16-12-2019	15:09:41.315
Señor/a Oferente, baje su precio	16-12-2019	15:09:53.518
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-12-2019	15:10:12.175
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	16-12-2019	15:10:28.883
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	16-12-2019	15:10:38.104
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	15:10:43.757
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	15:10:46.783
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	15:16:46.964
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	15:21:28.202
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	15:21:28.919

45 - MESA QUIRURGICA RADIOLUCIDA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	15:22:11.617
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	15:22:18.233
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	16-12-2019	15:22:29.303
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-12-2019	15:22:32.840
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-12-2019	15:22:40.036
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	15:22:41.848
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	15:24:04.687
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	15:32:06.763
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	15:40:14.074
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	15:40:14.557

46 - CAMA DE NACIMIENTO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	15:43:03.836
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	15:43:09.815
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-12-2019	15:43:13.340
Señores esperamos mejores ofertas.	16-12-2019	15:43:22.523
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	16-12-2019	15:43:36.608
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-12-2019	15:43:45.804
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	15:43:46.812
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	15:45:30.343

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	15:51:30.540
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	15:57:52.872
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	15:57:53.188

48 - MICROSCOPIO BINOCULAR

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	15:58:54.801
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	15:58:59.909
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	16-12-2019	15:59:11.979
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-12-2019	15:59:16.757
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-12-2019	15:59:19.403
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	16:20:16.577
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	16:20:20.703
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	16:28:01.753
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	16:37:26.925
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	16-12-2019	16:37:27.193
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	16-12-2019	16:37:27.193
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	16:37:44.278

49 - MONITOR FETAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	16:38:06.016
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	16:38:09.959
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	16-12-2019	16:40:00.262
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-12-2019	16:40:12.628
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-12-2019	16:40:17.358
Señores esperamos mejores ofertas.	16-12-2019	16:40:22.408
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	16:44:29.437
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	16:44:31.379
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	16:50:31.593
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	16:58:00.775
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	16:58:00.859

50 - MONITOR MULTIPARAMETRICO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2019	16:58:08.846
Continuamos con la Subasta.	16-12-2019	16:58:52.564
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	16-12-2019	17:06:08.094
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-12-2019	17:06:11.672
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-12-2019	17:06:19.262
Conforme lo establece el Calendario de Eventos, con este grupo cerramos la Subasta de la fecha, continuaremos el día de mañana.	16-12-2019	17:06:42.509
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2019	17:06:43.437
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2019	17:06:46.405
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2019	17:16:54.085
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2019	17:20:54.149
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2019	17:20:54.323

51 - NEBULIZADOR

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-12-2019	08:11:57.772
Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta.	17-12-2019	08:12:08.544
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	17-12-2019	08:12:37.505
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-12-2019	08:16:20.566
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-12-2019	08:16:23.345
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-12-2019	08:22:23.490
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-12-2019	08:26:44.175

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-12-2019	08:26:45.807
--	------------	--------------

52 - NEGATOSCOPIO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-12-2019	08:31:07.079
Continuamos con la Subasta.	17-12-2019	08:32:30.092
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-12-2019	08:32:32.044
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	17-12-2019	08:33:51.661
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	17-12-2019	08:33:54.783
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-12-2019	08:34:21.771
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-12-2019	08:40:21.826
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-12-2019	08:44:43.124
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-12-2019	08:44:43.278

53 - OXIMETRO DE PULSO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-12-2019	08:46:09.349
Continuamos con la Subasta.	17-12-2019	08:46:14.846
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	17-12-2019	08:46:47.657
Señores esperamos mejores ofertas.	17-12-2019	08:46:54.049
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	17-12-2019	08:47:01.874
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	17-12-2019	08:47:06.526
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	17-12-2019	08:47:13.010
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-12-2019	08:51:45.838
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-12-2019	08:51:50.707
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-12-2019	09:01:00.851
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-12-2019	09:08:31.780
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-12-2019	09:08:31.902

54 - PROYECTOR OFTALMOLOGICO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-12-2019	09:09:26.458
Continuamos con la Subasta.	17-12-2019	09:11:38.679
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	17-12-2019	09:11:43.937
Señor/a Oferente, baje su precio	17-12-2019	09:11:51.218
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	17-12-2019	09:11:57.402
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	17-12-2019	09:12:03.438
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	17-12-2019	09:12:08.414
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-12-2019	09:12:15.616
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-12-2019	09:12:17.847
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-12-2019	09:22:04.400
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-12-2019	09:30:16.838
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-12-2019	09:30:17.231

55 - SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-12-2019	09:30:28.790
Continuamos con la Subasta.	17-12-2019	09:30:48.824
Señor/a Oferente, baje su precio	17-12-2019	09:30:54.611
El mensaje anterior no es válido.	17-12-2019	09:31:05.778
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	17-12-2019	09:31:09.699
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	17-12-2019	09:31:17.080
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-12-2019	09:34:54.544
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-12-2019	09:35:00.347
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-12-2019	09:46:22.806
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-12-2019	09:54:01.160
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-12-2019	09:54:01.306

58 - SILLA DE RUEDA

Listado de Mensajes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-12-2019	09:54:15.081
Continuamos con la Subasta.	17-12-2019	09:54:22.351
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	17-12-2019	09:54:58.630
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-12-2019	09:56:09.645
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-12-2019	09:56:13.327
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-12-2019	10:02:13.407
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-12-2019	10:12:03.503
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-12-2019	10:12:04.385

59 - SILLON ODONTOLOGICO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-12-2019	10:15:47.494
Continuamos con la Subasta.	17-12-2019	10:16:20.267
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	17-12-2019	10:16:29.181
Señores esperamos mejores ofertas.	17-12-2019	10:19:03.457
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	17-12-2019	10:25:38.023
Señores Oferentes, bajen sus precios	17-12-2019	10:25:46.113
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	17-12-2019	10:25:56.966
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-12-2019	10:26:16.261
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-12-2019	10:26:18.253
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-12-2019	10:32:18.456
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-12-2019	10:39:55.640
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-12-2019	10:39:55.834

60 - SILLON OFTALMOLOGICO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-12-2019	10:40:15.075
Continuamos con la Subasta.	17-12-2019	10:40:43.592
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	17-12-2019	10:40:54.036
Señor/a Oferente, baje su precio	17-12-2019	10:41:02.675
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	17-12-2019	10:41:08.019
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	17-12-2019	10:41:15.707
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	17-12-2019	10:41:22.370
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-12-2019	10:42:51.920
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-12-2019	10:43:46.855
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-12-2019	10:49:46.955
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-12-2019	10:54:24.193
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-12-2019	10:54:24.306

61 - TERMODESINFECTADORA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-12-2019	10:54:50.663
Continuamos con la Subasta.	17-12-2019	10:55:58.827
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	17-12-2019	10:56:16.598
Señores esperamos mejores ofertas.	17-12-2019	10:56:28.712
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	17-12-2019	10:56:44.624
Señores Oferentes, bajen sus precios	17-12-2019	10:56:50.188
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-12-2019	10:57:20.140
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	17-12-2019	10:57:26.344
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-12-2019	10:57:30.093
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-12-2019	11:11:29.111
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-12-2019	11:17:36.797
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-12-2019	11:17:37.195

62 - TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-12-2019	11:18:33.095
Continuamos con la Subasta.	17-12-2019	11:18:57.346
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	17-12-2019	11:19:11.247

Listado de Mensajes

Señores esperamos mejores ofertas.	17-12-2019	11:19:19.834
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	17-12-2019	11:23:50.244
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	17-12-2019	11:25:59.141
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	17-12-2019	11:26:12.644
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-12-2019	11:28:25.789
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-12-2019	11:28:34.474
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-12-2019	11:44:54.404
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-12-2019	11:49:02.565
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-12-2019	11:49:02.655

63 - TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-12-2019	11:53:49.044
Continuamos con la Subasta.	17-12-2019	11:54:41.725
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	17-12-2019	11:54:46.631
Señores esperamos mejores ofertas.	17-12-2019	11:54:51.438
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	17-12-2019	11:55:27.577
Señores bajen sus precios.	17-12-2019	11:55:38.216
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	17-12-2019	11:55:48.603
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-12-2019	12:05:58.976
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-12-2019	12:06:01.685
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-12-2019	12:17:43.901
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-12-2019	12:23:08.192
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	17-12-2019	12:23:08.271
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	17-12-2019	12:23:08.271
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-12-2019	12:23:19.948

64 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-12-2019	12:26:51.600
Continuamos con la Subasta.	17-12-2019	12:26:59.061
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	17-12-2019	12:28:15.418
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	17-12-2019	12:29:27.512
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	17-12-2019	12:30:44.707
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-12-2019	12:31:49.846
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	17-12-2019	12:33:06.984
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-12-2019	12:39:48.432
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-12-2019	12:51:37.487
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-12-2019	12:57:31.570
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-12-2019	12:57:31.757

65 - VENTILADOR PULMONAR

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-12-2019	12:58:05.351
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	17-12-2019	12:58:42.706
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	17-12-2019	12:58:47.543
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	17-12-2019	12:58:53.431
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-12-2019	12:59:07.902
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-12-2019	13:00:53.540
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-12-2019	13:06:53.704
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-12-2019	13:14:02.004
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-12-2019	13:14:02.163

66 - VENTILADOR PULMONAR DE TRASLADO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-12-2019	13:15:36.798
Continuamos con la Subasta.	17-12-2019	13:15:56.789

Listado de Mensajes

Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	17-12-2019	13:17:26.944
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	17-12-2019	13:18:57.036
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-12-2019	13:19:26.765
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-12-2019	13:19:37.035
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-12-2019	13:25:37.274
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-12-2019	13:30:23.406
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-12-2019	13:30:23.653

67 - VIDEOCOLPOSCOPIO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-12-2019	13:31:01.938
Continuamos con la Subasta.	17-12-2019	13:31:23.500
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	17-12-2019	13:33:44.859
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-12-2019	13:34:22.732
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-12-2019	13:34:37.141
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-12-2019	13:40:37.285
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-12-2019	13:44:02.607
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-12-2019	13:44:03.504

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.