

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 417070

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:51 del día 16/10/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 417070 - LPN SBE 30-23 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL IPS de la Institución:

Código Verificador: 61495e2a18b75f944c97ee8f3a19f4fd

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Item 1 DOSIFICADOR OXIDO NITRICO, en el punto 3.1 solicitan Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos que además de las certificaciones FDA, CE o JIS se permita además la habilitación del Ministerio de Salud del país de origen a través de una Institución Técnica de países miembros del MERCOSUR tales como la ANMAT o ANVISA. Justificamos este pedido en base al principio de igualdad para poder participar en las ofertas teniendo como sustento el Art. 4° de la Ley N° 4659/12 reza que: Se consideraran que los dispositivos médicos son de uso seguro en la República del Paraguay cuando reúnan las siguientes condiciones: Obtener el Registro Sanitario obligatorio, otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria complementado por lo reglamentado en el Art. 4° de la Resolución S.G. N° 669/2016 que regula cuanto sigue: Disponer que para la obtención de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos el interesado deberá presentar b) Documentación acreditando fehacientemente el cumplimiento de las normas de calidad en los procesos de producción BPF/GMP otorgada por la Autoridad Sanitaria de origen o Certificado ISO/CE/UL/FDA/TUVF otorgado por la entidad certificadora de origen; por lo cual las Certificaciones emitidas en el seno MERCOSUR (ANMAT-ANVISA) son equivalentes a las emitidas por la FDA y la CE y esa equivalencia implica efectivamente que los procesos de producción cumplen con estándares de calidad	30-08-2023	06:44:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	06-10-2023	12:02:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Item 1 DOSIFICADOR OXIDO NITRICO, en el punto 4.1 solicitan Panel de control con pantalla color LCD TFT, touchscreen, de 10 pulgadas diagonal o mayor. Resolución de 1.024 x 768 pixeles o mejor Solicitamos a la convocante poder cotizar equipos de touchscreen, 5,6 pulgadas diagonal o mayor. Resolución de 640 x 480 pixeles o mejor. De esta manera se dará una mayor participación a los oferentes que tienen pantalla de menor pulgadas	30-08-2023	06:45:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	06-10-2023	12:03:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Item 1 DOSIFICADOR OXIDO NITRICO, en el punto 4.18 solicitan Monitorización de la concentración de Óxido Nítrico: de 0ppm a 120ppm, o mejor rango	30-08-2023	06:45:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última versión.	06-10-2023	12:04:15

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Item 1 DOSIFICADOR OXIDO NITRICO, en el punto 4.18 solicitan Monitorización de la concentración de Óxido Nítrico: de 0ppm a 120ppm, o mejor rango. Solicitamos a la convocante cotizar equipos de de 0ppm a 100ppm , o mejor rango	30-08-2023	06:46:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última versión.	06-10-2023	12:04:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Item 2 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA, en el punto 10.7 Solicitan Nueve mascarillas neonatales reusables tamaños S,M,L. Solicitamos a la convocante poder cotizar tamaños S, XS Y XXS	30-08-2023	06:46:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última versión.	06-10-2023	12:05:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Item 2 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA, en el punto 10.7 Solicitan Nueve mascarillas neonatales reusables tamaños S,M,L. Solicitamos a la convocante poder cotizar tamaños S, XS Y XXS	30-08-2023	06:47:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última versión.	06-10-2023	12:05:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Item 2 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA, en el punto 10.7 Solicitan Nueve mascarillas neonatales reusables tamaños S,M,L. Solicitamos a la convocante poder cotizar tamaños S, XS Y XXS	30-08-2023	06:47:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última versión.	06-10-2023	12:05:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.2.2 donde dice Inspiración manual/pausa inspiratoria solicitamos amablemente a la convocante que el parámetro pausa inspiratoria sea considerado opcional y permita la cotización con capacidad de realizar Insuflación Pulmonar Sostenida (SLI por sus siglas en ingles). Esta maniobra esta disponible en varios ventiladores. De esta manera se da apertura a las especificaciones técnicas y además no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera Inspiración manual / pausa inspiratoria ó Insuflación Pulmonar Sostenida.	30-08-2023	06:48:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última versión.	06-10-2023	12:06:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.1.1 donde dice PCV asistido/controlado, solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de equipos que cuente con otras modalidades que son iguales al PCV asistido/controlado que son IPPV y SIPPV. En donde la modalidad IPPV es el equivalente a PCV controlado y la modalidad SIPPV es equivalente a PCV asistido. De esta manera se abre las especificaciones técnicas y no limitar por la nomenclatura funciones y aplicaciones de este modo ventilatorio. Por lo mencionado solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: PCV asistido/controlado ó IPPV/SIPPV.	30-08-2023	06:48:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que en el momento de la evaluación se tendrán en cuenta las diferentes nomenclaturas de los fabricantes. Por lo que el Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	06-10-2023	12:06:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.1.3 donde dice SIMV (PCV) + PSV solicitamos amablemente a la convocante que el ítem quede descrito como SIMV + PSV, considerando que el equipo solicitado en este llamado corresponde a un equipo con modalidades por presión y que el termino PCV esta de más, y que es utilizado con fines comerciales por algunos fabricantes. Pero funcionalmente este tipo de nombramientos son lo mismo, y que así como solicita la convocante al momento de evaluar puede dar pie a interpretaciones subjetivas. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: SIMV + PSV.	30-08-2023	06:49:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	06-10-2023	12:06:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 5.2.2 donde dice PCV asistido/controlado para modalidades no invasivas, solicitamos amablemente permita la cotización de equipos con modalidad alternativa y con las mismas funciones del ítem como la es la denominada duoPAP, que se trata de una modalidad no invasiva igual que nCPAP pero con la opción de ventilación con presión positiva con frecuencia y tiempo de inspiración ajustables. De esta manera se abre las especificaciones técnicas y no limitar por la nomenclatura funciones y aplicaciones de este modo ventilatorio. Por lo mencionado solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: PCV asistido/controlado ó duoPAP.	30-08-2023	06:49:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	06-10-2023	12:07:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.2.3 donde dice PSV para modalidades no invasivas, solicitamos amablemente a la convocante considere esta modalidad como opcional para el caso de ventilaciones no invasivas.	30-08-2023	06:49:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	06-10-2023	12:07:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.3.3.3 donde dice Volumen tidal, solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos que refieren a este parámetro en la modalidad de Alta Frecuencia como Amplitud máxima del Volumen Asegurado, considerando que en esta modalidad estos términos son sinónimos, pero para evitar que interpretaciones subjetivas al momento de evaluar solicitamos sea considerado de la siguiente manera el ítem: Volumen tidal ó Amplitud máxima del Volumen Asegurado.	30-08-2023	06:50:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	06-10-2023	12:07:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.2.5 donde dice Volumen Minuto Inspirado/exhalado sea considerado como opcional, y se tenga en cuenta parámetros como Volumen minuto total, volumen minuto mandatorio y volumen minuto espontaneo ya que estos parámetros denotan mayor interés clínico. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera Volumen minuto inspirado/exhalado o Volumen minuto total, volumen minuto mandatorio y volumen minuto espontaneo.	30-08-2023	06:50:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	06-10-2023	12:08:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.7 donde dice Volumen corriente o tidal alto / volumen corriente o tidal bajo solicitamos amablemente a la convocante considere como opción la alarma fisiologica No se ha alcanzado el volumen tidal, de esta manera se da apertura a las especificaciones técnicas y no se limita la participación de potenciales oferentes	30-08-2023	06:50:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	06-10-2023	12:08:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El ítem 4.2.4 donde dice Succión, solicitamos amablemente a la convocante considere como opcional este punto, ya que se presta a interpretaciones subjetivas a una función que propiamente los equipos no la realizan. El procedimiento de Succión o aspiración lo realiza el personal de blanco, y durante esta tarea lo que suele hacer con el ventilador es pausar alarmas y colocar al 100% el suministro de FiO2. Este proceso que comercialmente alguno fabricantes lo denotan con sus catálogos como Succión técnicamente no es una maniobra. Por este motivo solicitamos a la convocante que este punto sea considerado como opcional porque injustificadamente por un tema tecnico importante limita la participación de potenciales oferentes	30-08-2023	06:50:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	06-10-2023	12:09:01

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508008615	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	13-10-2023	13-10-2023	10-05-2024

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42191707-9999	Dosificador óxido nítrico					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	JG MORIYA PREPRESENTACION IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCIAL LTDA	JG MORIYA PREPRESENTACION IMPORTADORA E EXPORTADOR COMERCIAL LTDA	NOX PLUS SPMET	BRASIL	Dosificador óxido nítrico	714.000.000	2.142.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42272207-001	Ventilador de alta frecuencia					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	ACUTRONIC	ACUTRONIC MEDICAL SYSTEMS AG	FABIAN HFO	SUIZA	Ventilador de alta frecuencia	520.000.000	2.600.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42191802-001	Manta de fototerapia					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	NATUS MANUFACTURING LIMITED	NATUS MEDICAL INCORPORATION TECHNOLOGY LP/NATUS NEUROLOGY INCORPORATI	NOEBLUE BLANKET	USA/CANADA/ALEMANIA	Manta de fototerapia	80.888.100	808.881.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Dosificador óxido nítrico				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.785.000.000	16-10-2023	08:18:13.007	Periodo Aleatorio
			Código Verificador:	6173cb1dc3245bd407da941ec95258c0
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.142.000.000	16-10-2023	08:00:04.700	Propuesta
			Código Verificador:	9cff39ae2a26eb81be67c684f56eb49

2 - Ventilador de alta frecuencia				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.004.915.000	16-10-2023	08:34:56.878	Periodo Aleatorio
			Código Verificador:	d2cdeae155a9bec7dba0a8329a84296

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.600.000.000	16-10-2023	08:00:04.799	Propuesta
		Código Verificador:	73ea0602f42f0dcfa5a3f4b90f9bb86e	

3 - Manta de fototerapia

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	774.500.000	16-10-2023	08:46:08.386	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5644d7f5a8c9ee7c47665bbfdbfb472a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	808.881.000	16-10-2023	08:00:04.856	Propuesta
		Código Verificador:	0a22438fcbaf86693e5a2aac88862b97	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Dosificador óxido nítrico

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.785.000.000

2 - Ventilador de alta frecuencia

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.004.915.000

3 - Manta de fototerapia

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	774.500.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
1 - Dosificador óxido nítrico	1.785.000.000
2 - Ventilador de alta frecuencia	2.004.915.000
3 - Manta de fototerapia	774.500.000

Listado de Mensajes

1 - Dosificador óxido nítrico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-10-2023	08:10:14.798
Buenos días, comenzamos la Subasta.	16-10-2023	08:10:27.175
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	16-10-2023	08:11:29.072
Señor/a Oferente, baje su precio	16-10-2023	08:11:43.300
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-10-2023	08:11:46.564
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-10-2023	08:11:51.282
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-10-2023	08:17:51.294
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-10-2023	08:26:31.396
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-10-2023	08:26:31.459

2 - Ventilador de alta frecuencia

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-10-2023	08:26:43.283
Continuamos con la Subasta.	16-10-2023	08:26:50.657
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	16-10-2023	08:28:24.913
Señor/a Oferente, baje su precio	16-10-2023	08:28:34.178
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-10-2023	08:28:38.389
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-10-2023	08:28:41.816

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-10-2023	08:34:41.876
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-10-2023	08:37:47.917
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-10-2023	08:37:47.974

3 - Manta de fototerapia

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-10-2023	08:38:04.105
Continuamos con la Subasta.	16-10-2023	08:38:12.623
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	16-10-2023	08:39:14.580
Señor/a Oferente, baje su precio	16-10-2023	08:39:21.308
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-10-2023	08:39:29.834
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-10-2023	08:39:32.523
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-10-2023	08:45:32.664
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-10-2023	08:51:01.718
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-10-2023	08:51:01.845

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.