

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 438930

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:17 del día 13/12/2024,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 438930 -

LPN N° 23/2024 - ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 38/2023
MSPBS
de la Institución:

Código Verificador: 9b75e2c30a0a7008c5ed61a6c2b67812

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Registro Sanitario para ITEM 3 Estufa de esterilización e ITEM 4 Autoclave de esterilización. Establece el PBC en -Requisito documental para evaluar la capacidad técnica- : Certificado de Registro Sanitario, de conformidad a la Ley 4659/12 "De manera a referenciar correctamente la pertinencia del requerimiento, sin colisionar con la Circular DNCP N° 13/2022 y velando la exigencia del Registro Sanitario estipulada en la Ley N° 4659/12. Favor considerar que existe la Resolución S.G N° 669 del 19/10/2016 que Reglamenta el Art.4° Inciso B) de la Ley 4659/12. La Resolución N°669 en su Art 18 establece la exclusión de Dispositivos Médicos clasificados como instrumentos de laboratorio, entre otros excluidos, estos no requieren Registro Sanitario para su importación y comercialización. Aplica al Ítem 3 Estufa de esterilización e Ítem 4 Autoclave de esterilización.		16-08-2024	09:33:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Conforme a la consulta realizada a DINAVISA, se aclara que teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente Resolución DINAVISA N° 226/2024, se informa que los productos denominados como Estufa para Autoclave y Autoclave para Esterilización, a ser utilizados para la esterilización de dispositivos médicos, se encuentran dentro del alcance de la mencionada normativa, por lo tanto requieren de Registro Sanitario para su fabricación/importación y comercialización dentro del territorio nacional. Es oportuno mencionar que las unidades esterilizadoras de uso industrial, no se encuentran clasificados como Dispositivos Médicos según la normativa vigente, por lo tanto no requieren Registro Sanitario.		16-10-2024	17:26:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos que se incluya como requisito de la oferta el montaje de los equipos ofertados de modo a corroborar que cuenten con los requisitos (especificaciones técnicas) solicitados por vuestra institución(MUESTRAS) Debería ser esta opción para validar el producto ofertado, no implicara ningún atraso ni daño para la institución.		20-08-2024	13:04:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.-		16-10-2024	17:27:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos la presentación de las muestras para evaluar los ítems cotizados, que cumpla con todos los detalles de acuerdo a las (especificaciones técnicas) solicitados por el M.S.P.y B.S.		20-08-2024	13:07:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.-		16-10-2024	17:27:50
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Piden con sistema de conexión de nube para permitir monitoreo remoto en todo el proceso de esterilización, sistema de aviso (ciclos abortados) para mayor control de bioseguridad, Esto implica que los servicios tengan que contar con infraestructura de internet y demas conexiones , no se podria cotizar un autoclave con USB y para descargar los ciclos luego en la nube que seria lo mismo.		20-08-2024	13:47:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC, aclarando que para la descarga el USB se necesita una computadora y el acceso de los datos de esterilización no es en tiempo real.-		16-10-2024	17:59:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Piden instalacion de parte del proveedor pero a la vez piden entregar en un solo lugar que seria el deposito de Buco , no se deberia de colocar los lugares en donde se instalarian estos sillones , esto tambien demandaria para la cotizacion correcta de los equipos ademas de insatallarse ya por los personales de la empresa ganradora y asi poder cubrir la garantia del mismo		20-08-2024	13:50:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		16-10-2024	17:38:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Autoclave a vapor Esterilizador a vapor de 17 litros como mínimo (Autoclave). Comando digital-display: LCD Iluminado. 3 Programas de esterilización como mínimo. Tanque de acero inoxidable, pantalla LCD. Secado: Puerta cerrada. Esterilización; 121°C/ 1,15 Bar y 134°C/ 2,15 Bar. Aislamiento térmico: Manta de fibra cerámica. Seguridad; Sistema mecánicos y digitales. Potencia 1400 W. Suministrada con 2 bandejas. 220v. Con indicador de mantenimiento Preventivo, con contador de ciclos, con sistema de conexión de nube para permitir monitoreo remoto en todo el proceso de esterilización, sistema de aviso (ciclos abortados) para mayor control de bioseguridad. Garantía de 12 meses. Certificado ISO 13485 o equivalente. Esta caracterisitcas es exactamente copiado de la Marca Bioart Modelo elite , esto no daria a una participacion de mayor oferentes y difiere de lo que dice la ley de contrataciones en donde es dirigir el llamado para un oferente teniendo en cuenta que solo una empresa posee esa marca.		20-08-2024	13:52:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC, ofertar el producto con especificaciones técnicas mínimas a lo solicitado para su evaluación.-		16-10-2024	18:02:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En PBC no indican los lugares en donde se estarían instalando los equipos , pero si menciona que se debería de instalar , pero se entrega en un solo lugar , el equipo montado en un lugar resultaria difícl de trasportar luego. Lo ideal seria de colocar los lugares en donde se debe instalar		20-08-2024	13:54:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		16-10-2024	17:40:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Podríamos cotizar el siguiente autoclave: Capacidad del tanque: 22 litros Visor LCD de alta resolución con comando digital 6 Programas de esterilización: Instrumental Embalado - Instrumental Desembalado - Plásticos y Algodón – Kit Quirúrgico – Tejidos – Líquidos Secado con puerta cerrada 3 bandejas de instrumentos Con válvulas solenoides que controlan los flujos internos de vapor Sistemas de seguridad electrónica y mecánica Bomba de secado que optimiza el tiempo de secado y consecuentemente el ciclo total Cámara de acero inox de pieza única con alta resistencia y sin soldaduras, de fácil limpieza Tapa en acero inox con sistema de trava exclusivo y totalmente seguro Desaireación y despresurización automática; Teclado con accionamiento preciso Potencia 1800W Con puerto de conexión USB 10 SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Temperaturas y presión de esterilización: 134°C-214kPa y 121°C-110kPa, esta es una especificacion basica del autoclave en donde muchos oferentes podria cotizar , y tambien posee una conexion de usb para subir en la nube o pasar por internet para su control , ademas de ahorrar de infraestructura para internet en el caso de la otra especificacion tecnica .		20-08-2024	13:56:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC, se puede ofertar dispositivo con mayor capacidad ajustandose a los precios referenciales.-		16-10-2024	18:03:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Items 4 Autoclave se encuentra con especificaciones tecnicas dirigidas a una marca y que solo esa marca posee la conexion a nube en forma remota , esto limita a potenciales oferentes , ademas de no ser muy beneficiosa estas caracteristicas en el autoclave , se infringe en la igual de condiciones que dice la ley.		20-08-2024	13:58:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La convocante aclara que en el mercado existen diversas marcas que ofrecen la especificación técnica "Conexión a nube", ajustarse al PBC.-		16-10-2024	17:44:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
No se mencionan los lugares de Instalacion de los sillones		20-08-2024	14:09:31
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		16-10-2024	17:45:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se podría admitir una estufa de secado con estructura externa de chapa de acero, recubierta con epoxi electrostático?		20-08-2024	16:18:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Si se puede admitir siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas.-		21-10-2024	13:43:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se podría admitir una estufa de secado de 18L como mínimo?		20-08-2024	16:19:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Si se puede admitir con mayor capacidad, siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas.-		21-10-2024	13:44:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se podría admitir una estufa con puerta con cierre a la derecha y apertura a la izquierda, lo que facilitaría la colocación y extracción de materiales dentro de la cámara?		20-08-2024	16:20:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC, se puede ofertar dispositivo con mayor capacidad ajustándose a los precios referenciales.-		16-10-2024	18:03:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se podría admitir una estufa construido internamente con acero inoxidable 430, con junta de puerta con perfil de silicona y con pestillo de presión para cierre adecuado de la puerta?		20-08-2024	16:21:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.-		16-10-2024	18:06:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se podría admitir una estufa con 3 rieles en la cámara interna para mover la bandeja; con controlador de temperatura electrónico microcontrolado, indicación de temperatura digital programable con set point autoajustable y funciones PID con doble display?		20-08-2024	16:21:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC, se puede ofertar dispositivo con mayor capacidad ajustándose a los precios referenciales.-		16-10-2024	18:04:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se podría admitir una estufa con temporizador de 1 a 999 min., con conteo a partir del valor de temperatura configurado, al final del conteo se interrumpe el calentamiento; con botón de reinicio del temporizador; con temperatura máxima de 200°C o 300°C?		20-08-2024	16:21:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC, se puede ofertar dispositivo con mayor capacidad ajustándose a los precios referenciales.-		16-10-2024	18:04:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se podría admitir una estufa con certificado de calibración de termómetro digital (controlador/sensor) con sello RBC?		20-08-2024	16:22:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC, se puede ofertar dispositivo con mayor capacidad ajustándose a los precios referenciales.-		16-10-2024	18:04:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se podría admitir una estufa con homogeneidad en la cámara: ± 5°C en un punto; con precisión del sensor tipo J, según norma ASTM E230; con cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres clavijas, dos fases y uno de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136?		20-08-2024	16:22:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.-		16-10-2024	18:07:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se podría admitir un autoclave de sobremesa con tanque de agua incorporado del tipo abierto?		20-08-2024	16:25:00
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.-	16-10-2024	18:07:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se podria admitit un autoclave de 23L como minimo?	20-08-2024	16:25:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC, se puede ofertar dispositivo con mayor capacidad ajustandose a los precios referenciales.-	16-10-2024	18:04:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se podria admitir un autoclave con sistema de esterilizaciòn de clase B, con sistema de secado al vacio?	20-08-2024	16:25:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.-	16-10-2024	18:07:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se podria admitir un autoclave de rango de temperatura de esterilizaciòn entre 121 a 134 grados?	20-08-2024	16:26:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.-	16-10-2024	18:07:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se podria admitir un autoclave con sistema de prueba: Prueba B&D, Prueba de vaciò, Prueba de hèlice?	20-08-2024	16:27:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.-	16-10-2024	18:07:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se podria admitir un autoclave con control de precisiòn de temperatura: 1 , presiòn: 0,1 bar?	20-08-2024	16:27:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.-	16-10-2024	18:08:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se podria admitir un autoclave con puerta con cerradura manual, con sistema de bloqueo de presiòn, con vòlvula de alivio en caso de sobrepresiòn, con protecciòn contra sobrecarga de presiòn o temperatura, con alarma por falla del sistema, recordatorio de finalizaciòn, advertencia de nivel de agua?	20-08-2024	16:28:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.-	16-10-2024	18:08:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se podria admitir un autoclave con tanque de agua de 3,5L de capacidad como minimo?	20-08-2024	16:28:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.-	16-10-2024	18:08:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se podria admitir un autoclave con soporte para 3 bandejas de acero inoxidable en estante de acero inoxidable?	20-08-2024	16:28:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.-	16-10-2024	18:09:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
"Se podria admitir un autoclave con càmara: SUS304, con presiòn màmima de trabajo: 2,3 bar; con presiòn mìnima de trabajo: -0,9 bar, con temperatura de diseño: 140 °?"	20-08-2024	16:29:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.-	16-10-2024	18:09:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En la sección de requisito documental para evaluar la capacidad técnica se solicita: Certificado de Registro Sanitario, de conformidad a la Ley 4659/12 "De manera a referenciar correctamente la pertinencia del requerimiento, sin colisionar con la Circular DNCP N° 13/2022 y velando la exigencia del Registro Sanitario estipulada en la Ley N° 4659/12. Se solicita a la convocante la exclusión del ítem 3 (Estufa para esterilización) y del ítem 4 (Autoclave de esterilización) del presente requerimiento. Estos equipos son de uso general en laboratorio y, de acuerdo con las resoluciones estipuladas por DINAVISA, no requieren registro sanitario.	20-08-2024	16:29:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a la consulta realizada a DINAVISA, se aclara que teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente Resolución DINAVISA N° 226/2024, se informa que los productos denominados como Estufa para Autoclave y Autoclave para Esterilización, a ser utilizados para la esterilización de dispositivos médicos, se encuentran dentro del alcance de la mencionada normativa, por lo tanto requieren de Registro Sanitario para su fabricación/importación y comercialización dentro del territorio nacional. Es oportuno mencionar que las unidades esterilizadoras de uso industrial, no se encuentran clasificados como Dispositivos Médicos según la normativa vigente, por lo tanto no requieren Registro Sanitario.	16-10-2024	17:30:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la sección de Plan de entrega de los bienes se expresa: La Orden de Compra será emitida dentro de los 15 días de la firma del contrato, la entrega de los bienes serán dentro de los 90 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Se solicita a la convocante extender el plazo de entrega de los bienes a 120 días corridos, debido a la considerable cantidad de equipos solicitados. Es probable que el fabricante no disponga de todo el stock requerido, lo que implicaría la necesidad de fabricar en el país de origen y posteriormente importar los equipos. Por lo expuesto, solicitamos modificar el requerimiento a lo siguiente: La Orden de Compra será emitida dentro de los 15 días de la firma del contrato, la entrega de los bienes serán dentro de los 120 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la orden de compra por parte del proveedor.	20-08-2024	16:30:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.-	16-10-2024	17:50:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la sección de Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, en el ítem 3 (ESTUFA PARA ESTERILIZACION) se establece como requerimiento que el equipo Debe poseer 4 bandejas perforadas como mínimo. Se solicita a la convocante modificar este requerimiento, ya que de acuerdo al tamaño y capacidad del equipo generalmente solo cabe dos bandejas. Por lo que se solicita que dicha especificación técnica quede de la siguiente manera: Debe poseer 2 bandejas perforadas como mínimo.	20-08-2024	16:31:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.-	16-10-2024	17:51:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la sección de Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, en el ítem 3 (ESTUFA PARA ESTERILIZACION) se establece como requerimiento que el equipo debe poseer una potencia de 700w. Se solicita a la convocante aceptar equipos con mayor potencia, ya que la potencia es una característica que varía entre las diferentes marcas. Esto ampliara la participación de potenciales oferentes, asegurando una competencia más abierta y la posibilidad de recibir mayor y mejores propuestas. Por lo expuesto, solicitamos que el requerimiento quede de la siguiente manera Potencia 700w como mínimo	20-08-2024	16:32:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC, se puede ofertar dispositivo con mayor capacidad ajustandose a los precios referenciales.-	16-10-2024	18:05:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante aclarar si el precio unitario estimado para el ítem 3 (ESTUFA PARA ESTERILIZACION) fue considerado todos los costos asociados, como los gastos de salida del país de origen, transporte al país de destino, impuestos de ingreso al país, así como los costos de transporte e instalación en los diferentes hospitales. Estos factores tienen un impacto significativo en el costo total del bien y, por lo tanto, influirán en las propuestas que los oferentes puedan presentar. Por lo que solicitamos a la convocante la revisión y verificación del precio unitario estimado, ya que el valor actual no refleja el costo real del bien, afectando la participación de potenciales oferentes en el proceso.	20-08-2024	16:33:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se procedió a la verificación del precio realizado en el Análisis de Precio de fecha 22 de diciembre del 2024 y que lo actuado en dicho análisis se encuentra acorde a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/20 como así también, a lo relacionado en el Art. 4 de la ley 2051/03, en la cual se establece los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria y que se encuentran respaldada en el Dictamen DOC N° 253/2023, se ratifican y mantienen iguales.	21-10-2024	16:26:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- El reflector solicitan con 8 led, de 7,000 a 30,000 lux como mínimo. Podríamos cotizar de 8,000 a 30,000 lux? ya que no alteraría la funcionalidad de dicho reflector .	08-11-2024	08:06:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Intensidad de Reflector con 8 LED, de 7.000 a 30.000 lux es la necesidad que necesita el convocante, para mayor conformidad y claridad en el momento de tratamiento al profesional, Remitirse al PBC.-	12-11-2024	14:46:56

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Piden Turbina de Acero inoxidable o aluminio inonizado , se podria cotizar una turbina de Titanio que es un metal muy superior a estos dos mencionados y que daría una mayor durabilidad en el tiempo de vida util.	08-11-2024	08:08:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La necesidad del convocante es Turbina de acero o Aluminio Ionizado de acuerdo a lo que se comercializa en el mercado local, favor remitirse al PBC. -	12-11-2024	14:48:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Piden con pedal Joystick , se podria cotizar un pedal con todas las funciones que posee el joystick pero no como palanca que en realidad lo que hace es dar una dificultad mayor al profesional y podria dar a que se rompa con mayor facilidad .	08-11-2024	08:08:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante solicita Pedal Joystick, todas ves cumple los requisitos del PBC se puede cotizar, además hay una garantía de 24 meses que solicita el convocante por cualquier eventualidad, Favor Remitirse al PBC.	12-11-2024	14:48:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Plazo de entrega mínimo se podria ampliar? por la cantidad de sillones y por ser bienes que si o si se exportan y los tiempos son muy cortos para su navegabilidad.	08-11-2024	08:10:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Plazo de entrega es de 90 días después de Recibir la Orden Compra, porque la necesidad ya es urgente y es un plazo prudencial para una importación. Favor Remitirse al PBC. -	12-11-2024	14:49:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El compresor del ítems 1 y el ítems 2 podría tener las mismas características?	08-11-2024	08:10:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La característica técnica del compresor solicitado por el convocante es lo que se necesita la Dirección después de una evaluación. Favor Remitirse al PBC. -	12-11-2024	14:50:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El compresor del ítems 1 y el ítems 2 podría tener las mismas características?	08-11-2024	08:16:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La característicbas técnica del compresor solicitado por el convocante es lo que se necesita la Dirección después de una evaluación. Favor Remitirse al PBC.-	12-11-2024	14:50:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El autoclave solicitado esta dirigido a una marca por lo siguiente: con sistema de conexión de nube para permitir monitoreo remoto en todo el proceso de esterilización. LA conexión a nube precisa de Wifi y se almacena en la nube y el usuario si o si debe de realizar la tarea de revisar esta nube , lo que pasa lo mismo con el autoclave con usb que tambien precisa de wifi para el envio en el lugar que requiere , parece ser que solo se pide este tipo de conexión para direccionar a una marca especifica siendo que los demas autoclaves tambien cumplen con la funcion de enviar datos por internet. Por lo siguiente se podria cotizar este tipo de Autoclave que seria el estandar de lo que se tiene en el mercado . Capacidad del tanque: 22 litros Visor LCD de alta resolución con comando digital 6 Programas de esterilización: Instrumental Embalado - Instrumental Desembalado - Plásticos y Algodón – Kit Quirúrgico – Tejidos – Líquidos Secado con puerta cerrada 3 bandejas de instrumentos Con válvulas solenoides que controlan los flujos internos de vapor Sistemas de seguridad electrónica y mecánica Bomba de secado que optimiza el tiempo de secado y consecuentemente el ciclo total Cámara de acero inox de pieza única con alta resistencia y sin soldaduras, de fácil limpieza Tapa en acero inox con sistema de trava exclusivo y totalmente seguro Desaireación y despresurización automática; Teclado con accionamiento preciso Potencia 1800W Con puerto de conexión USB 10 SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Temperaturas y presión de esterilización: 134°C-214IPa y 121°C-110kPa	08-11-2024	08:29:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Características técnica del Autoclave solicitado por el convocante, está basado en la bioseguridad, control y mantener constantemente una esterilización en cadena y así se puede mostrar al paciente que los instrumentales esta estéril, para una atención segura y confiable. Favor Remitirse al PBC. -	12-11-2024	14:51:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Piden con 6 soportes en la platina , se podria cotizar con 5 Soportes ?	08-11-2024	08:41:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se Solicita con 6 Soporte: Terminal para 2 Turbina: Turbina Cabeza Chica y Turbina Cabeza Grande, 1 Jeringa Triple, 1 Micromotor, 1 Desarrador, 1 Luz Halógena. Es la necesidad del convocante, Favor Remitirse al PBC	12-11-2024	14:52:11
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Este llaamdo no se podria dar por abastecimiento simultaneo , atendiendo a la gran cantidad de productos a impòrtar , asi se podra dar una mayor participacion de oferentes y se podra dar una mayor y eficaz entrega de los productos . Si todos cumplen con las especificaciones tecnicas no habria ningun problema para las entregas y con el cumplimiento de las mismas	25-11-2024	15:26:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	05-12-2024	09:55:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pbc anterior pedian hasta de 4.500 a 5000 k , ahora piden hasta 6.000 esa potencia ya podria fotopolimerizar , hasta 5.000 k asi como pedian es lo correcto , se podria cotizar hasta por lo menos 5.500 que seria la potencia maxima recomendada	25-11-2024	15:36:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC. Se solicita la potencia de la luz de 2.500 a 6.000k cuando se utiliza próximo a los 6.000K, se obtiene una luz parecida al natural, lo que mejora la precisión al evaluar colores y detalles en el campo de trabajo del profesional.	05-12-2024	10:59:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Inspecciones y Pruebas En este apartado dice: La instalación de los equipos estará a cargo del Proveedor. Solamente se menciona al ítem 1 Set de Equipo Odontológico que será distribuido ¿la instalación, del resto de los equipos, será realizado en Asunción?	26-11-2024	08:57:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.	05-12-2024	10:57:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Set de Equipos , piden con muchas funciones que va dirigido directamente a sillones economicos (Chinos) basicamente, nos gustaria saber si podes cotizar un sillón que se encuentra presente en nuestro mercado y que posee repuestos y garantía de vida util mas prolongada y pueden cotizar mas oferentes y no ser dirigida a algunos , por eso pasamos la especificacion tecnica para que lo puedan analizar y ver de cambiar por este tipo de Características Sillón Odontológico • La estructura (base y respaldo) acero macizo- solido con 3 mm. Como minimo de espesor , con tratamiento antioxidante y pintada en pintura epoxi, base con borde antideslizante; sin fijación al suelo , Sistema de elevación tipo pantográfico fabricado en chapa de acero, , capacidad de elevación en la silla como minimo 180 kg o mas . Como minimo Caja de conexiones integrada. Brazo de soporte del paciente fijo ,Sistema de elevación electromecánico accionado por motorreductor de 24 voltios de baja tensión, Reposacabezas anatómico, desmontable, biarticulado y regulable en altura, con movimientos anterior, posterior y longitudinal y sistema de bloqueo por palanca ,tapizado con estructura rígida cubierta con poliuretano inyectado de alta resistencia, recubierto con material laminado, sin costuras, no toxico y antiplama. Silla Ambidiestra Pedal con movimientos de elevación y descenso automáticos y sincronizados ,pedal de comando multifuncional accionando el sillón, piezas de mano y reflector ,posiciones de trabajo personalizados ,retorno a cero,pagado automático del reflector al pulsar la tecla retorno a cero protección del sistema eléctrico contra fluctuaciones de voltaje y corriente. Unidad dental con brazos articulados con bloqueo neumático, accionado por botón localizado en el cuerpo del equipo Producido en ABS inyectado:pedal progresivo para accionamiento de las piezas de mano en los terminales del equipo, Jeringa triple con pico giratorio, extraíble y esterilizable en autoclave, Soporte de las puntas: con accionamiento neumático individual Tapa extraíble de acero inoxidable con mango bilateral Panel PAD: para activar los mandos del sillón y del reflector: Subida y bajada del asiento del sillón y el respaldo ,Retorno a Cero, 3 Posiciones de trabajo personalizados Accionamiento del reflector en la platina con una 01 jeringa triple , 01 terminal sin spray para baja rotación, 01 terminal para alta rotación , Unidad de agua , bacha de cerámica: profunda, extraíble, con desagüe y filtro , Filtro de residuos, Sistema de regulación del caudal de agua. Unidad de agua abatible 90°, con sensor óptico de proximidad en el extremo superior del pico, que activa automáticamente el flujo de agua en la escupidera y el portavasos. Con terminal de suctor venturi , Con terminal de suctor para uso con bomba de vacio. Reflector Monofocal con sistema óptico con 1 LED , Espejo multifacetado,Protección de doble espejo, en material resistente y transparente , Asas bilaterales, con giro de 620° Intensidad: 8.000 a 35.000 LUX (elección de intensidad por pedal) Taburete Con propulsión a gas, con movimientos suaves y regulado por una palanca sublatera Base con cinco ruedas de fácil movilidad y resistencia.	26-11-2024	08:58:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC. La especificación técnica del sillón ya fue analizado y aprobado anteriormente por el convocante, así mismo se comercializa en varias casas dentales lo solicitado por el convocante.	05-12-2024	11:05:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Respetuosamente solicitamos al Convocante eliminar el requisito de muestra, por el alto costo que implica todo el movimiento de personal, traslado, instalación, etc.	26-11-2024	08:59:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC. La convocante, solicita la presentación de muestra para asegurar que los ítems reúnan la calidad, cualidad, bioseguridad y garantía que necesita el Ministerio de Salud y Publica y B.S. siendo esta la única forma de evaluación insitu considerando la cantidad de los equipos solicitados.	05-12-2024	15:01:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos al Convocante que el Sistema de Adjudicación sea por Abastecimiento simultáneo, de forma tal a fomentar la participación de las MIPYMES.	26-11-2024	08:59:31
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	05-12-2024	10:25:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Items 1 los compresores que piden no menciona el litraje del tanque en ningun lado , pedimos se pueda cotizar el compresor que se encuentra en el mercado y que es acto para un sillón odontologico Compresor de 50 Litros de 1100 Watts Silencioso de 2 Cabezales Sin Aceite Flujo de aire 120 L/m	26-11-2024	09:00:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC. Se aclara que según el PBC las Características Técnicas del Compresor: debe poseer lo siguiente Caudal de aire necesario: 150 a 170 litros/ minutos, rango de presión de presostato automático de 90 a 120 libras. Motor Eléctrico de 1,5 HP y tanque de 55 litros. Alimentación Eléctrica 220 V / 50 hz.	05-12-2024	11:09:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Items 2 Piden compresor de 55 litros con 1,5 hp , pedimos si se puede cotizar un compresor de 50 litros que es lo que se encuentra en el mercado con la misma potencia de motor , es muy pequeña la diferencia entre lo solicitado y lo que pueden cotizar varios oferentes .	26-11-2024	09:01:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC. Se aclara que según el PBC las Características Técnicas del Compresor: debe poseer lo siguiente Caudal de aire necesario: 150 a 170 litros/ minutos, rango de presión de presostato automático de 90 a 120 libras. Motor Eléctrico de 1,5 HP y tanque de 55 litros. Alimentación Eléctrica 220 V / 50 hz, es lo que necesita el convocante después de varios análisis.	05-12-2024	11:12:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Items 1 piden sensor de a proximidad, encendido y apagado desde el comando digital de la platina, brazo asistente., se puede cotizar apagado y encendido con sensor de proximidad y encendido y apagado desde la platina , desde brazo asistente ya sería un comando demas que muchos sillones no lo tienen y eso limita a varios oferentes .	26-11-2024	09:01:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.	05-12-2024	11:29:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Items 1 piden Con Reflector LED con 8 led, de 7.000 a 30.000 lux como mínimo, se puede cotizar desde 8,000 a 35,000 Lux como minimo ya que brindaria una mayor iluminacion al profesional (seria de mayor beneficio)	26-11-2024	09:02:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC. La Intensidad de Reflector con 8 LED, de 7.000 a 30.000 lux es la necesidad que necesita el convocante, para mayor conformidad y claridad en el momento de tratamiento al profesional, Remitirse al PBC.	05-12-2024	10:55:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Items 4 Autoclave piden una configuracion de autoclave inexistente en el mercado o que recién llego , aun no se sabe la durabilidad y tambien la complicaciones que podria tener este tipo de tecnologia , ademas de considerar que en el interior de pais no se cuenta en todos lados con servicio de wifi como lo demanda el autoclave solicitado, ademas de infringir en la libre competitividad de oferentes a ser muy dirigido a una sola marca y representacion . Autoclave CLASE B Especificaciones tecnicas minimas Tanque de 18 litros como minimo Temperatura de presion de esterilización Mínimo 121° Maximo 134 ° Realiza 3 procesos de pre vaciados durante el ciclo de esterilización, mediante bomba de vacio integrado al equipo Reservorio de 3,5 litros de agua DESTILADA (Debera contar son sensor de calidad de Agua destilada) . (la dosificación debe ser automatica para para el ciclo) Sistema de protección contra funcionamiento sin agua destilada Reservorio de 4 litros integrado al equipo como mínimo , con válvula de vaciado al exterior y con indicador de nivel de llenado, Tiempo de esterilización entre 4 y 18 minutos. Secado con puerta cerrada 3 Bandejas de acero inoxidable Conexión USB para recogida de datos. Capacidad de tener 3 programas de esterilización como minimo. Panel de mando LED con indicadores de presión, temperatura, estado del ciclo, tiempo y otros Puerta con doble traba mecánica y electrónica	26-11-2024	09:02:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC. Las Características técnicas del Autoclave solicitado por el convocante, está basado en la bioseguridad, control de mantenimiento y la esterilización en cadena los instrumentales están estériles, para una atención segura y confiable.	05-12-2024	10:53:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos al Convocante que el Sistema de Adjudicación sea por Abastecimiento simultáneo, de forma tal a fomentar la participación de las MIPYMES, conforme a las disposiciones legales y el lineamiento de las políticas de estado emanadas del Poder Ejecutivo.	26-11-2024	09:03:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	05-12-2024	10:26:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Muestras. Solicitamos definir ya el pliego la presentación o no de las muestras. No se puede dejar en suspenso y conforme a lo que disponga el Comité. El PBC debe determinar con claridad y transparencia las reglas de participación para este llamado.	26-11-2024	09:03:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse PBC. Según el PBC está especificado: para todos los ítems solicitados en la presente licitación: Conforme atribuciones del Comité de Evaluación, si lo considera necesario, solicitará las muestras a los oferentes en concurso, la presentación de los bienes ofertados se realizará en un plazo que no deberá ser mayor a 2 (dos) días hábiles, luego de recibida la solicitud. La no presentación de las muestras en el periodo señalado será causal de descalificación. Cantidad de muestra: 1 (una) unidad por cada ítem. lugar de entrega: Departamento de Licitaciones, Nivel Central DOC DGAF.	05-12-2024	15:02:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Plan de entrega de los Bienes. Solamente se menciona al ítem 1 Set de Equipo Odontológico que será distribuido ¿el resto de los ítems serán entregados en Asunción?	26-11-2024	09:03:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.	05-12-2024	10:51:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En vista que la convocante esta solicitando una cantidad importante de equipos , seria bueno que se pueda dar por abastecimiento simultaneo para que se pueda agilizar la instalacion con varios oferentes en caso de todos cumplas con las especificaciones tecnicas , seria un beneficio muy importante para la convoante y para el oferente de poder cumplir a tiempo con las entregas	26-11-2024	09:05:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	05-12-2024	10:28:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Items 1 Set de Equipos , piden con muchas y/o varias especificaciones tecnicas que solamente las cumplen los equipos de procedencia china , estos equipos no tienen mas de 5 años funcionando en correctas condiciones en la mayoría de las instituciones publicas , nos gustaria saber si podemos cotizar un sillón que se encuentra presente en nuestro mercado y que posee repuestos y garantia de vida util mas prolongada y pueden cotizar mas oferentes y no ser dirigida a algunos , por eso pasamos la especificaciones tecnicas para que lo puedan analizar y ver de cambiar por este tipo de Características Sillón Odontológico • La estructura (base y respaldo) acero macizo-sólido con 3 mm. Como mínimo de espesor , con tratamiento antioxidante y pintada en pintura epoxi, base con borde antideslizante; sin fijación al suelo , Sistema de elevación tipo pantográfico fabricado en chapa de acero , capacidad de elevación en la silla como mínimo 180 kg o mas . Como mínimo Caja de conexiones integrada. Brazo de soporte del paciente fijo ,Sistema de elevación electromecánico accionado por motorreductor de 24 voltios de baja tensión, Reposacabezas anatómico, desmontable, biarticulado y regulable en altura, con movimientos anterior, posterior y longitudinal y sistema de bloqueo por palanca ,tapizado con estructura rígida cubierta con poliuretano inyectado de alta resistencia, recubierto con material laminado, sin costuras, no tóxico y antiflama. Silla Ambidiestra Pedal con movimientos de elevación y descenso automáticos y sincronizados , comando multifuncional accionando el sillón, piezas de mano y reflector ,posiciones de trabajo personalizadas ,retorno a cero,pagado automático del reflector al pulsar la tecla retorno a cero protección del sistema eléctrico contra fluctuaciones de voltaje y corriente .Unidad dental con brazos articulados con bloqueo neumático, accionado por botón localizado en el cuerpo del equipo Producido en ABS inyectado:pedal progresivo para accionamiento de las piezas de mano en los terminales del equipo, Jeringa triple con pico giratorio, extraíble y esterilizable en autoclave, Soporte de las puntas: con accionamiento neumático individual Tapa extraíble de acero inoxidable con mango bilateral Panel PAD: para activar los mandos del sillón y del reflector: Subida y bajada del asiento del sillón y el respaldo ,Retorno a Cero, 3 Posiciones de trabajo personalizadas Accionamiento del reflector en la platina con una 01 jeringa triple , 01 terminal sin spray para baja rotación, 01 terminal para alta rotación , Unidad de agua , bache de cerámica: profunda, extraíble, con desagüe y filtro , Filtro de residuos, Sistema de regulación del caudal de agua. Unidad de agua abatible 90°, con sensor óptico de proximidad en el extremo superior del pico, que activa automáticamente el flujo de agua en la escupidera y el portavasos. Con terminal de succion venturi , Con terminal de succion para uso con bomba de vacío. Reflector Monofocal con sistema óptico con 1 LED , Espejo multifacetado,Protección de doble espejo, en material resistente y transparente , Asas bilaterales, con giro de 620° Intensidad: 8.000 a 35.000 LUX (elección de intensidad por pedal) Taburete Con propulsión a gas, con movimientos suaves y regulado por una palanca sublaterale Base con cinco ruedas de fácil movilidad y resistencia.	26-11-2024	09:36:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC. Las especificaciones técnicas del sillón ya fueron analizados y aprobados por el convocante así mismo existe en el mercado actual varios proveedores que comercializan lo solicitado.	05-12-2024	10:49:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Pedimos a la convocante de realizar ste proceso con la modalidad de Abastecimiento simultaneo para dar una mayor agilidad de entregas y de mayor participacion de oferentes , considerando que las cantidades son muy grandes y que se pueda compartir las instalaciones a las empresas que reuna con las especificaciones tecnicas requeridas	26-11-2024	09:37:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	05-12-2024	10:28:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos a la Convocante la modalidad de Abastecimiento Simultaneo para de esta forma garantizar que los equipos puedan ser entregados en tiempo y forma, pues son muchos sillones y muchos sitios donde instalarse.	26-11-2024	09:46:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	05-12-2024	10:28:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Turbina de Acero Inoxidable o aluminio anonizado..Pedimos que se pueda cotizar: Turbina de Acero, de Aluminio o de otro material metálico (no plástico). Los de metal cromado y de Titanio, son por ejemplo, mas resistentes que el aluminio.	26-11-2024	09:49:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC. En el PBC especifica Turbina de Acero Inoxidable, Aluminio Anodizado o Superior.	05-12-2024	10:42:40

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ANDRES H. ARCE SA - RUC: 80023488-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508008552	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	14-11-2024	15-11-2024	12-06-2025
Oferente: DENTAL GUARANI SA - RUC: 80025640-9					
Oferente: DENTAL GUARANI SA - RUC: 80025640-9			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508009159	Póliza	PATRIA SEGUROS S.A. S. y R.	26-08-2024	28-08-2024	26-03-2025
1508009159/1	Endoso de Póliza	PATRIA SEGUROS S.A. SyR	23-10-2024	26-03-2025	25-05-2025
1508009159/4	Endoso de Póliza	PATRIA SEGUROS S.A. SyR	29-11-2024	25-05-2025	25-06-2025
Oferente: BIKO PARAGUAY S.A. - RUC: 80073793-8					
Oferente: BIKO PARAGUAY S.A. - RUC: 80073793-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508008616	Póliza	Aseguradora Yacyreta S.A.	02-12-2024	03-12-2024	31-05-2025

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42151705-001	Set de Equipos odontologicos				200	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	TOYE	TOYE	TY830	CHINA	SET DE EQUIPOS CON ACCESORIOS	35.763.519	7.152.703.800

DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	APPLE DENTAL	GUANDONG JINME T.M. CO LTDA	AP-027	CHINA	SET DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	36.075.000	7.215.000.000
--------------------------------	--------------	-----------------------------	--------	-------	------------------------------	------------	---------------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42292202-001	Compresor para uso odontologico					71
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	TOYE	TOYE	SILENCIOSO SIN ACEITE	CHINA	COMPRESOR ODONTOLOGICO	3.684.670	261.611.570
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	APPLE DENTAL	GUANDONG JINME T.M. CO LTDA	C003	CHINA	COMPRESOR PARA USO ODONTOLOGICO	4.550.000	323.050.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	41104506-002	Estufa para esterilización					40
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	42281508-002	Autoclave de esterilizacion					200
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	RUNYES	RUNYES	AUTOCLAVE DE 18 LITROS	CHINA	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACION	10.192.688	2.038.537.600
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	BIO ART	BIO-ART EQUI. ODONT. LTDA	AUTOCLAVE ELITE	BRASIL	AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION	18.720.000	3.744.000.000
BIKO PARAGUAY S.A. - 80073793-8	Infitek	Infitek	STB-B18B	China	Autoclave de esterilización	15.000.000	3.000.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Set de Equipos odontologicos				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	6.360.000.000	13-12-2024	08:31:51.623	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	236836459ea06ccb6ccd770bc0554602	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	6.420.000.000	13-12-2024	08:31:07.082	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b11017799e50de9ff9b1571cbfc3f25	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	6.467.000.000	13-12-2024	08:31:08.591	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d959f9e12ecbada8491af0fba4ff7d2f	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	6.470.000.000	13-12-2024	08:29:51.689	Etapas de Puja
		Código Verificador:	509bd255c992921923f17292f6edacc7	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	6.470.000.000	13-12-2024	08:30:52.937	Etapas de Puja
		Código Verificador:	3251df555f03496cf8c3e29c5fe0b675	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	6.520.000.000	13-12-2024	08:28:52.241	Etapas de Puja
		Código Verificador:	df3a5df68a5243a3e1b8ca870c1da132	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	6.550.000.000	13-12-2024	08:28:42.012	Etapas de Puja
		Código Verificador:	6a68373b239b71fd7b720426c5047c32	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	6.590.000.000	13-12-2024	08:27:30.430	Etapas de Puja
		Código Verificador:	77e8d28b3131e45a1bd2f5ffcb8dd73	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	6.610.000.000	13-12-2024	08:26:53.224	Etapas de Puja
		Código Verificador:	c83d7f0b194c0e9560173a8015854777	

Listado General de todas las Ofertas

ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	6.650.000.000	13-12-2024	08:26:29.624	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d008eccf61eca13902e64cdf92b6eec0	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	6.680.000.000	13-12-2024	08:25:53.217	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d77048fd532fac337b692b8342267390	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	6.730.000.000	13-12-2024	08:25:29.009	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1ca47b8df0c517b8190d62192820c5cf	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	6.780.000.000	13-12-2024	08:25:08.525	Etapa de Puja
		Código Verificador:	6a904b7ba9fc5508ee49b413ee128156	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	6.800.000.000	13-12-2024	08:24:55.154	Etapa de Puja
		Código Verificador:	dac4cace402ade1c0922108aa3260305	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	6.850.000.000	13-12-2024	08:24:07.317	Etapa de Puja
		Código Verificador:	239748501d59ebd2c7ec73c50e0a1620	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	6.940.000.000	13-12-2024	08:23:04.520	Etapa de Puja
		Código Verificador:	595e775d40da0ee7ca0a82f60c3b0d12	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	7.100.000.000	13-12-2024	08:20:09.499	Recepción de Lances
		Código Verificador:	43f3eeeb68d3e654e725f652523ef732	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	7.100.000.000	13-12-2024	08:20:51.876	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ffcd332c4a7c0981c53e94083169b4d4	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	7.152.703.800	13-12-2024	08:17:53.868	Propuesta
		Código Verificador:	58bea56d228ee7841b6d6d72572d7bef	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	7.215.000.000	13-12-2024	08:17:53.863	Propuesta
		Código Verificador:	297198f73c94e6e7ce5183c9ea4bea1a	

2 - Compresor para uso odontologico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	233.800.000	13-12-2024	08:52:11.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4fd0ead1ea62f2c9427259cd895cab5	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	242.000.000	13-12-2024	08:51:55.614	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3227bcc9c91a8a80ac01a19cc52ad2e	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	243.000.000	13-12-2024	08:51:48.236	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06978bf0b33fce8f4ee1f65448087afc	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	245.000.000	13-12-2024	08:51:39.474	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96d71dec5de32fa05ed3810022e62b3b	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	248.000.000	13-12-2024	08:49:08.945	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20adba46b49891598d7add15f31aa146	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	249.210.000	13-12-2024	08:49:29.382	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c16e59ac1c93d7cc6bb4f7b552b0b8d3	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	251.000.000	13-12-2024	08:49:15.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78eb3f189e893ea145a6a0146f1ccadd	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	255.000.000	13-12-2024	08:48:59.982	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d4cbf9d18130f7077b81b597beba2c3	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	256.000.000	13-12-2024	08:48:53.999	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08047fbd05c47762ee06c8aea92fe2aa	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	259.000.000	13-12-2024	08:42:43.775	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c2d0e78b2bd146a5da8bcfc51f0d6430	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	260.000.000	13-12-2024	08:41:43.993	Etapa de Puja
		Código Verificador:	38bb8e47d6ceb06e575005de75b7f39f	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	261.611.570	13-12-2024	08:17:53.958	Propuesta
		Código Verificador:	b5a29c020625f21af80d985c62cf2c17	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	323.050.000	13-12-2024	08:17:53.957	Propuesta
		Código Verificador:	b59482e023702abd78310eb6251d8171	

4 - Autoclave de esterilizacion

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	2.038.537.600	13-12-2024	08:17:54.122	Propuesta
		Código Verificador:	e601350261a653126dc9da74a3278a52	
BIKO PARAGUAY S.A. - 80073793-8	3.000.000.000	13-12-2024	08:17:54.121	Propuesta
		Código Verificador:	cb6d0c57478f6da598f27130860da8cc	

Listado General de todas las Ofertas

DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	3.100.000.000	13-12-2024	09:06:39.697	Etapa de Puja
		Código Verificador:	58ef0499e53e04888d9e58fc48dd0394	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	3.744.000.000	13-12-2024	08:17:54.120	Propuesta
		Código Verificador:	3e7d02afed6e0aa120f94ac7f1776514	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Set de Equipos odontologicos

Oferente	Mejor Precio
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	6.360.000.000
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	6.467.000.000

2 - Compresor para uso odontologico

Oferente	Mejor Precio
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	233.800.000
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	242.000.000

4 - Autoclave de esterilizacion

Oferente	Mejor Precio
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	2.038.537.600
BIKO PARAGUAY S.A. - 80073793-8	3.000.000.000
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	3.100.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80023488-0 - ANDRES H. ARCE SA

Item	Precio Ganador
4 - Autoclave de esterilizacion	2.038.537.600

Proveedor: 80025640-9 - DENTAL GUARANI SA

Item	Precio Ganador
1 - Set de Equipos odontologicos	6.360.000.000
2 - Compresor para uso odontologico	233.800.000

Listado de Mensajes

1 - Set de Equipos odontologicos

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2024	08:17:58.703
Buenos días, comenzamos la Subasta.	13-12-2024	08:18:22.288
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	13-12-2024	08:21:29.296
Señores esperamos mejores ofertas.	13-12-2024	08:21:33.380
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2024	08:22:03.957
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2024	08:22:09.112
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2024	08:30:55.171
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2024	08:35:55.220
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2024	08:35:55.389

2 - Compresor para uso odontologico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2024	08:36:07.459
Continuamos con la Subasta.	13-12-2024	08:36:12.022
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	13-12-2024	08:36:16.423
Señores esperamos mejores ofertas.	13-12-2024	08:36:20.442
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2024	08:41:13.301

Listado de Mensajes

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2024	08:41:15.902
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2024	08:48:43.959
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2024	08:55:39.003
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2024	08:55:39.137

4 - Autoclave de esterilizacion

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-12-2024	08:56:26.125
Continuamos con la Subasta.	13-12-2024	08:56:30.447
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	13-12-2024	08:57:08.379
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-12-2024	08:57:12.619
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-12-2024	09:00:22.479
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-12-2024	09:06:20.189
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-12-2024	09:12:39.850
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-12-2024	09:17:03.040
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-12-2024	09:17:03.172

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.