Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
16 NOV 2021
Nº 2487 Firma:
Hs. 12:24 Aclaración:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Resolución D. Nº 1750/2021

16/11/2021

"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 40/2021 *'REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ULTRACONGELADORES - HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO - SEGUNDO LLAMADO'*, ID Nº 397.649". –

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Dictamen Legal Nº 140/2021, del Abg. Juan Carlos Barreiro Perrotta, Asesor Jurídico del Departamento de Contrataciones Públicas de la FCM-UNA, por el cual, realiza el análisis jurídico de la documentación legal que acompaña a las ofertas presentadas en el marco de la Contratación Directa Nº 40/2021 con ID Nº 397.649. --------

El Informe de Evaluación del Comité Evaluador de Contrataciones Públicas culminado en fecha 10 de noviembre de 2021, correspondiente a la Contratación Directa Nº 40/2021con ID Nº 397.649. ----------

La nota UNA/FCM/DAF Nº 978/2021 con M.E. 7171/2021, de la C.P. Mónica Agüero, Directora de Administración y Finanzas, por la cual remite copia de la nota DCP Nº 2587/2021 de la Lic. Liz Raquel Duarte, Jefa del Departamento de Contrataciones Públicas, quien eleva a consideración el Informe de Evaluación correspondiente a la Contratación Directa Nº 40/2021 *"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ULTRACONGELADORES - HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO - SEGUNDO LLAMADO"*, ID Nº 397.649. ----------

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ----------

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION,
En uso de sus atribuciones legales,

R E S U E L V E:

Art.1º **APROBAR** la adjudicación de la Contratación Directa Nº 40/2021 ***"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ULTRACONGELADORES - HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO - SEGUNDO LLAMADO"***, ID Nº **397.649,** según el siguiente detalle:

VICENTE SCAVONE & C.I.A. S.A.E.							
LOTETOTAL, CONTRATO ABIERTO: NO , ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO: NO							
ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL
1	73171605-001	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - ULTRACONGELADOR MODELO IULT 355 D. SERIE 42741 MARCA INDREL - PATRIMONIO N° 28-03-02-31616 HEMOCENTRO	UNIDAD	EVENTO	1	15.660.000	15.660.000
1.1		REPARACION DE MEMBRANA DE ILUMINACION DE LCD- PANEL DE CONTROL, -RESETEO DE INFORMACION DE MENU	UNIDAD	EVENTO	1	-	-
1.2		REPARACION CON INSTALACION DE BATERIA NUEVA PARA LA PLACA CONTROLADOR Y DISPLAY LCD	UNIDAD	EVENTO	1	-	-

Resolución D. Nº 1750/2021

..//..(2)

16/11/2021

VICENTE SCAVONE & C.I.A. S.A.E.							
LOTETOTAL, CONTRATO ABIERTO: NO , ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO: NO							
ÍTEM	**CÓDIGO DE CATÁLOGO**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)**	**PRECIO TOTAL**
1.3		REPARACION CON REEMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA MINIMA - REPARACION CON REEMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA MAXIMA.	UNIDAD	EVENTO	1	-	-
1.4		REPARACION DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE OPERACION GENERAL	UNIDAD	EVENTO	1	-	-
1.5		REPARACION CON REEMPLAZO DE ELICE DE 2° ESTAGIO, - REPARACION CON CAMBIO DE RELE DE MANDO DE 2 ° ESTAGIO	UNIDAD	EVENTO	1	-	-
1.6		MANTENIMIENTO CON LIMPIEZA GENERAL: INTERNA Y EXTERNA. - MANTENIMIENTO CON CAMBIOS DE FILTROS, - TESTEO DE CARGAS DE BATERIA LUEGO DEL REEMPLAZO	UNIDAD	EVENTO	1	-	-
1.7		TESTEO GENERAL DE TODAS LAS PIEZAS REPARADAS, PRUEBA DE ESTABILIZACION DE ULTRACONGELADOR 18 HS CICLO COMPLETO	UNIDAD	EVENTO	1	-	-
2	**73171605-001**	**SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - ULTRACONGELADOR MODELO IULT 355 D. SERIE 42930 MARCA INDREL - PATRIMONIO N° 28-03-02-31622 HEMOCENTRO**	**UNIDAD**	**EVENTO**	**1**	**15.780.000**	**15.780.000**
2.1		REPARACION CON REEMPLAZO DE CABLE POKET MULTIFILAR DE INTERFAZ DE COMANDO A COMPRESORES	UNIDAD	EVENTO	1	-	-
2.2		REPARACION DE MEMBRANA DE ILUMINACION DE LCD- PANEL DE CONTROL,- MANTENIMIENTO CON RESETEO DE INFORMACION DE MENU	UNIDAD	EVENTO	1	-	-
2.3		REPARACION CON PROVISION E INSTALACION DE BATERIA NUEVA PARA PLACA CONTROLADOR Y DISPLAY LCD	UNIDAD	EVENTO	1	-	-
2.4		MANTENIMIENTO CON REEMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA MINIMA,- MANTENIMIENTO CON REEMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA MAXIMA	UNIDAD	EVENTO	1	-	-
2.5		MANTENIMIENTO CON REALIZACION DE UPGRADE DE SISTEMA	UNIDAD	EVENTO	1	-	-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Resolución D. Nº 1750/2021

..//..(3)

16/11/2021

VICENTE SCAVONE & C.I.A. S.A.E.							
LOTETOTAL, CONTRATO ABIERTO: NO , ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO: NO							
ÍTEM	**CÓDIGO DE CATÁLOGO**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)**	**PRECIO TOTAL**
2.6		MANTENIMIENTO CON FABRICACION E INSTALACION DE SISTEMA DE PICAPORTE MANILLA CON PERNO DE ENCASTRE EN MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	EVENTO	1	-	-
2.7		MANTENIMIENTO CON LIMPIEZA GENERAL: INTERNA Y EXTERNA. - MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE FILTROS. - TESTEO DE CARGAS DE BATERIA LUEGO DEL REEMPLAZO	UNIDAD	EVENTO	1	-	-
2.8		TESTEO GENERAL DE TODAS LAS PIEZAS REPARADAS, PRUEBA DE ESTABILIZACION DE ULTRA CONGELADOR 18 HS CICLO COMPLETO	UNIDAD	EVENTO	1	-	-
3	**73171605-001**	**SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - ULTRACONGELADOR MODELO BSG 05 D SERIE 47523 MARCA INDREL- PATRIMONIO N° 28-03-02-33775- HEMOCENTRO**	**UNIDAD**	**EVENTO**	**1**	**3.285.000**	**3.285.000**
3.1		REPARACION CON PROVISION E INSTALACIO DE BATERIA NUEVA PARA PLACA CONTROLADOR Y DISPLAY LCD	UNIDAD	EVENTO	1	-	-
3.2		REPARACION CON PROVISION DE BATERIA BIOS DE MICROCONTROLADOR	UNIDAD	EVENTO	1	-	-
3.3		MANTENIMIENTO CON REALIZACION DE UPGRADE DE INFORMACION	UNIDAD	EVENTO	1	-	-
3.4		MANTENIMIENTO CON LIMPIEZA GENERAL EXTERNA. - LIMPIEZA GENERAL INTERNA DE GAVETA DE ACERO INOXIDABLE, - MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE FILTROS, - TESTEO DE CARGAS DE BATERIA LUEGO DEL REEMPLAZO. - TESTEO DE DATOS Y EVENTOS LUEGO DEL UPGRADE	UNIDAD	EVENTO	1	-	-
VICENTE SCAVONE & C.I.A. S.A.E. – MONTO TOTAL PROPUESTO							**34.725.000**

Abog. **JORGE NAVILLE ACOSTA**
Secretario Interino

Mg. Prof. Dr. **OSMAR M. CUENCA TORRES**
Decano

C.C. Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Contrataciones Públicas, Archivo. OMCT/UNA/abp

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.