ALBATROS S.A.C.I.

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES Casilla de Correo 551 - Asunción - Paraguay

Dr. Narciso Méndez 404 E-mail: sojeda@albatros.com.py Teléf. / fax: (595-21) 441 407 Web: www.albatros.com.py

PRESUPUESTO MC Nº 04-201/2021

Señores:
Hospital de Policía Rigoberto Caballero
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, a los efectos de presentar un presupuesto para el **Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos para Monitores Multiparamétricos Marca: Advanced, Modelo: PM 2000XL Pro**, de acuerdo con el Protocolo establecido, según Contrato Nº 201/2021 - Licitación por Concurso de Ofertas SBE Nº 35/2021 "Mantenimiento y Reparación Menor de Equipos Médicos Varios de los Servicios de Hemodiálisis, UTI, Odontología del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero - Plurianual" ID Nº 400891

LOTE N° 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MARCA ADVANCED. MODELO: PM2000XL Pro
Series Nº:
332273-M16C07230007-02
332273-M16C07230002-02
332273-M16C07230001-02
Lugar donde están ubicados los equipos: URGENCIAS

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Cantidad	P. Unitario	P. Total
2	MENTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS				
2.17	Servicio de reparación y mantenimiento de Equipos Médicos	Provisión e instalación de cable de ECG de 5 latiguillos	3	615.000	1.845.000
2.18	Servicio de reparación y mantenimiento de Equipos Médicos	Provisión e instalación de sensor de SP02 adulto	3	436.800	1.310.400
2.19	Servicio de reparación y mantenimiento de Equipos Médicos	Provisión e instalación de cable de interface NIBP	3	546.000	1.638.000
2.20	Servicio de reparación y mantenimiento de Equipos Médicos	Provisión e instalación de manguitos de presión	3	110.000	330.000
				Precio total Cotizado, según contrato Nº 201/2021	**5.123.400**

Aguardamos aprobación para la realización de los trabajos respectivos.

Saludamos Respetuosamente.

ALBATROS S.A.C
Abog. Santiago Ojeda
C.I. 4.308.825
Tel: 021 441 497
Dr. Narciso Méndez 404

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial
TESORERIA
05 AGO 2022

MARCIAL TORRES RUIZ DIAZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador

ALBATROS S.A.C.I.

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES
de maquinarias y equipos médicos y hospitalarios

Dr. Narciso Mendez Benitez e/
Mayor Nicolas Golschmidt y Dr. Pablo Max Ynsfran
Tel./Fax: (595 21) 441 407 - Trw@tigo.com.py
C.c. 551 - Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 15592861
Fecha Inicio Vigencia: 28/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
RUC: 80002766 - 3

NOTA DE REMISIÓN

001-001 0001775

Fecha de Emisión: 09 de Agosto de 2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA / Nombre o Razón Social: P.N - Gastos - Sanidad Policial
Domicilio: Avda. Mcal. López y J. Kubistchek RUC o C.I.C.: 80036197-1

DATOS DEL TRASLADO / Motivo del traslado: Venta
Comprobante de venta: Nº: Nº de Timbrado:
Fecha de expedición: Fecha de inicio de traslado: 09/08/22 Fecha estimado de término del traslado: 09/08/22
Dirección del punto de partida: D. N. Méndez Ben Ciudad: Asunción Departamento: Capital
Dirección del punto de llegada: H. de Policía Ciudad: Asunción Departamento: Capital
Kilómetros estimados de recorrido: Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE / Marca del vehículo: VW
Número de registro único del automotor (RUA): BHY 666
Número de registro único del automotor (RUA) de remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO / Nombre y Apellido o Razón Social: Santiago Ojeda
Domicilio: Villa Hayes RUC o C.I. Nº: 4308825

ARTÍCULO CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/DAtos de relevancia de la Mercadería)
			LCO 35/2021 Orden de Trabajo y/o Servicio 574/2022
			Lote Nº 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MARCA ADVANCED. MODELO: PM2000XL Pro – Ítem 2
	03	Unidad	Mantenimiento Correctivo con Provisión de repuestos. Provisión e instalación de cable de ECG de 5 latiguillos. Ítem 2.17
	03	Unidad	Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos. Provisión e instalación de sensor de SP02 adulto. Ítem 2.18
	03	Unidad	Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos. Provisión e instalación de cable de interface NIBP. Ítem 2.19
	03	Unidad	Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos. Provisión e instalación de manguitos de presión. Ítem 2.20
			Contrato Nº: 201/2021 Licitación por Concurso de Ofertas SBE Nº 35/2021 "Mantenimiento y Reparación Menor de Equipos Médicos Varios de los Servicios de Hemodiálisis, UTI, Odontología del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero - Plurianual" ID Nº 400.891
			Viviana Britez Britez Suboficial Superior P.S. Jefa Adquisiciones

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: **Aclaración:** **RUC / Cédula de Identidad:**

GRAFICA VERGEL de José Félix Britez Viola - RUC: 2940941 - 1 - Hab. Nº 1203 - Alas Paraguayas 1350 c/ Rafael Barret
Tel.: (021) 603 623 - E-mail: liliana_britez@yahoo.ar - 01 Block 50x4 - 0001726 - 1775 - 04/2022

ORIGINAL (Blanco): Destinatario de las mercaderías
1º COPIA (Verde): Remitente - 2º COPIA (Amarillo): Administración Tributaria
3º COPIA (Rosado):Transportista

519

ALBATROS S.A.C.I.

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES
Casilla de Correo 551 - Asunción - Paraguay

Dr. N. Benítez Nº 404 E-mail: serviciotecnico@albatros.com.py Teléf. / fax: (595-21) 441 407 / 493 585 Web:www.albatros.com.py

INFORME DE SERVICIO NRO 077

Cliente: Hospital de Policía "Rigoberto Caballero"
Fecha: 9/8/2022

Se procedió a realizar el Mantenimiento Correctivo con Provisión de repuestos a los equipos Monitores multiparamétricos marca **Advanced**, modelo **PM 2000XLPro** con los datos siguientes:

Serie N°: 332273-M16C07230001-02 y **Código patrimonial: 12.003.09.0000868**
Serie N°: 332273-M16C07230002-02 y **Código patrimonial: no se observa**
Serie N°: 332273-M16C07230007-02 y **Código patrimonial: 12.003.09.0000867**

Los trabajos fueron realizados según los siguientes ítems del **Contrato Nro. 201/2021**:

Ítem de contrato	Lote Nro	Descripción	Cantidad
2	31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS	
2.17	31	Provisión e instalación de cable de ECG de 5 latiguillos	3
2.18	31	Provisión e instalación de sensor de SPO2 adulto	3
2.19	31	Provisión e instalación de cable de interface NIBP	3
2.20	31	Provisión e instalación de manguitos de presión	3

Se realizaron las pruebas descriptas, dando resultados en rango admisible

El equipo se encuentra operativo.

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

Albatros SACI
Ariel Peralta
Asistencia Técnica

Empresa
Firma y Sello

Servicio
Firma y Sello

Leidy Acosta
Lic. en Enfermería
Jefa Enf. Serv. Urgencias
Reg. Prof. N° 4413