INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Oñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 97/14
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE BIOQUÍMICA CLÍNICA Y URGENCIAS DEL HOSPITAL CENTRAL"

ACLARACIÓN Nº 1

Asunción, 27 de agosto 2014.

AL OFERENTE:

Con relación al proceso licitatorio individualizado como **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 97/14 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE BIOQUÍMICA CLÍNICA Y URGENCIAS DEL HOSPITAL CENTRAL"** con Id N° **275.000**, se realiza la siguiente aclaración a la consulta:

1. **Consulta:** *Sección III. Suministros Requeridos, Punto 1. Especificaciones Técnicas. Lote 1: Servicio para la Sección de Hemograma del Servicio de Bioquímica Clínica. Hemograma del Servicio Bioquímica Clínica. Solicitan 3 (tres) contadores hematológicos automatizados de 5 partes, con las siguientes características:*
Medición: mínima de 30 parámetros hematológicos, recuento total de glóbulos blancos, recuentos diferencial de las 5 poblaciones, contaje relativo y absoluto de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, recuento de células inmaduras. Recuento de eritrocitos, concentración de hemoglobina, hematocrito, índices hematimétricos. Recuento de plaquetas
Velocidad de procesamiento: capacidad mínima de 120 muestras por hora.
Con estas características se evita la participación de mayor número de oferentes.
A fin de que se tengan la mayor cantidad de oferentes.

Consultamos:

a) *Se podrá ofrecer equipos: 3(tres) contadores hematológicos automatizados de 5 partes, con las siguientes características:*
Medición: mínima de 24 parámetros hematológicos, recuento total de glóbulos blancos, recuento diferencial de la 5 poblaciones, contaje relativo y absoluto de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, recuento de células inmaduras. Recuento de eritrocitos, concentración de hemoglobina, hematocrito, índices hematimétricos. Recuento de plaquetas.
*Velocidad de procesamiento: capacidad mínima de **60 muestras** por hora.*

Respuesta: El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones puesto que dicha documentación refleja las especificaciones técnicas necesarias para atender las necesidades institucionales en tiempo y forma.

b) *Para evitar que el Servicio pare por defectos técnicos de los equipos o por el Servicio de Mantenimiento, sugerimos pedir más un equipo similar de igual características técnicas en Back-up.*

Respuesta: El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Abog. Daniel José Dioverti Freno
Jefatura
Sección de Ofertas
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios