INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 13/2013
"ADQUISICION DE SOLUCIONES, INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA ESTUDIOS INMUNOHEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL"

ACLARACION Nº 1

Asunción, 20 de Agosto de 2013.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 13/2013 "ADQUISICION DE SOLUCIONES, INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA ESTUDIOS INMUNOHEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL"**, se realiza la siguiente aclaración parcial al Pliego de Bases y Condiciones:

1: CONSULTA: En el Lote 1 solicitan: 1. EQUIPO AUTOMATIZADOR (totalmente automatizado) para el procesamiento. Interpretación y emisión de resultados en tiempo real para las pruebas de compatibilidad transfucional en técnicas de alta sensibilidad (Fase solidad en Microplacas con antigenos desecados unidos a los pocillos o tarjetas con gel) consistente en: Tipificación sanguínea directa e inversa, Fenotipo Rh y Kell, pesquisa de Anticuerpos Irregulares PAI, Prueba cruzada y Test de Coombs directo PAD.

RESPUESTA: En la Sección III Suministros Requeridos, Especificaciones Tecnicas se modifica conforme a la Adenda N° 3

2: CONSULTA: Todos los insumos y reactivos adicionales necesarios para la realización de las determinaciones arriba mencionadas incluyendo controles de calidad.
Caracteristicas del Equipo:
-capacidad de procesamiento para al menos 20 muestras de pacientes, con posibilidad de introducir muestras en cualquier momento de la corrida normal (urgencias transfusionales) así como recarga o cambio de reactivos y tarjetas o microplacas (tiras) durante el funcionamiento del equipo.
- Indetificacion completa e inequívoca a través de códigos de barra de muestras de pacientes, reactivos y microplacas, tiras o tarjetas que permitan la trazabilidad.
- Enlace a cargo del proveedor del software del equipo con el sistema informático de gestión de la UMT.
- Las dimensiones del equipo no deben superar los 130 cm, de largo, 70 cm de ancho y la altura puede ser variable.

Se podría ofertar el método de aglutinación en columna con perlas de vidrio? Atendiendo que esta tecnología no se encuentra citada en lista, y es una prueba de alta sensibilidad que cumple con todos los requisitos solicitados en el lote.
RESPUESTA: En la Sección III Suministros Requeridos, Especificaciones Tecnicas se modifica conforme a la Adenda N° 3

3: CONSULTA: Lote 1: se aceptara un equipo de mayor dimensión? Los equipos automatizados de banco de sangre de ultima generación superan el tamaño indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, llegando incluso, en algunos casos a los 1,70 cm de largo por 0,85 cm de ancho.
Podrán ser admitidas estas medidas, teniendo en cuenta el aumento de la performance y prestaciones adicionales que brindan los nuevos equipos?
Se exigirá equipos de apoyo tales como, centrifuga incubadoras lector de tarjetas, pipetas, tips, diluyentes, tubos, etc. Como equipos de respaldo a los equipos automatizados?
RESPUESTA: En la Sección III Suministros Requeridos, Especificaciones Tecnicas se modifica conforme a la Adenda N° 3

4: CONSULTA: Lote 2: que cantidad debe ser considerada para la oferta? La que dice la planilla de precios o lo que se pide en el plan de entregas? Ejemplo Ítem 1: Cantidad Máxima de solución LISS dice 3600 cc; sin embargo el plan de entregas dice entrega mensual de 250 cc; por 18 meses da un total de 4500 cc. No coinciden dichos volúmenes en los ítems 5,6,7,8,9,16,17,18,19 y 20

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección de Bienes y Servicios

Podrá el software ser una aplicación WEB para lograr vincular los distintos Bancos de Sangre de todo el IPS?
RESPUESTA: En la Sección III Suministros Requeridos, Especificaciones Técnicas se modifica conforme a la Adenda N° 3

5: CONSULTA: Lote 1 y 2: A los efectos de garantizar la calidad y compatibilidad de las pruebas inmunohematologicas y sobre todo para evitar comisión de errores humanos; la convocante debería adjudicar ambos lotes a un mismo proveedor? Adjudicar a un solo proveedor otorgaría un gran beneficio a la convocante, pues cualquier problema que surja debería tratar un con solo proveedor y este no podría deslindar responsabilidades a un tercero.
RESPUESTA: en vista a dar posibilidad y no limitar a los oferentes, el llamado se mantendrá por lote, por lo que los oferentes deberán remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe - Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios