Asunción, 9 de julio de 2015

Señores
Participantes de LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2015 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD PLAN FINANCIERO" ID Nº 292.542.

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la Aclaración Nº: 1.

Consulta Nº 1:
En la sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, Punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 34) — PAG. 7 Solicitan Formulario de Oferta debidamente completado y firmado.
¿Podríamos completar el Formulario de Ofertas solo con los productos que cotizaríamos?
Respuesta:
Se puede completar solo con los productos que cotizarían, el Pliego de Bases y Condiciones no tiene restricciones en ese punto.
Consulta Nº 2:
En la Pág. 35. Especificaciones Técnicas / solicitan en el ítem 415 Anastrazol 1 mg. comprimidos, presentación caja x 30 unidades.
¿Podríamos cotizar Anastrazol 1 mg. presentación CAJA X 28 COMPRIMIDOS?
Respuesta:
Remitirse a la Adenda Nº 2.
Consulta Nº 3:
En los ítem 405 Capecitabina 500 mg comprimidos; ítem 415 Anastrazol 1 mg. comprimidos e Ítem 416 Tamoxifeno 20 mg comprimidos
¿La presentación a cotizar en estos ítems es por cajas o por unidad?
Respuesta:
La presentación a cotizar es por cajas, tal como lo indica el listado de precios.
Consulta Nº 4:
ITEM 24 — Clonazepam comprimidos 2 mg, se podrá ofertar droga original con Estudios Clínicos.
ITEM 56 — Eritropoyetina iny. soluc. inyect. 4000 ui. Se podrá cotizar por lo menos 500 jeringas precargadas de METOXIPOLIETILENGLICOL EPOETINA BETA DE 150 mg. droga original con Estudios Clínicos
ITEM 61 — Filgrastim my. 300 mui jeringa prellenada, se podrá ofertar droga original con Estudios de Biosimilaridad.
ITEM 62 — Fitomenadiona/Vitamina K sol.iny. 10mg/1 ml, se podrá ofertar droga original con Estudios Clínicos.
ITEM 69 —Gemcitabina ampolla sol.iny. 1 gr., se podrá ofertar droga original con Estudios Clínicos.
ITEM 70 - Gemcitabina ampolla sol. .iny. 200 mg. se podrá ofertar droga original con Estudios Clínicos.
ITEM 135- Ceftriaxona Polvo para Inyect. 1000 mg. se podrá ofertar droga original con Estudios Clínicos.
ITEM 165 — Midazolan Ampolla sol. my. 5 mg/ml, se podrá ofertar Midazolan amp.iny. 15 mg/3 ml, droga original con Estudios Clínicos
ITEM 405 — Capecitabina comprimidos 500 mg., se podrá ofertar droga original con Estudios Clínicos.

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Dr. Montero N° 658
Asunción -

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa - Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ITEM 407 — Docetaxel Trihidrato my. sol. iny. 80 mg, se podrá ofertar presentación de Monohidrato con Estudios Clínicos.
ITEM 408 - Docetaxel Trihidrato my. sol.iny. 20 mg. se podrá ofertar presentación Monohidrato con Estudios Clínicos
ITEM 413 - Paclitaxel my sal. Inyct. 150 mg, se podrá ofertar droga original con Estudios Clínicos
ITEM 415 - Anastrazol comp., comprim. 1 mg., se podrá ofertar LETROZOL comp. de 2,5 mg. atendiendo que tiene la misma indicación y mas actualizado. Con Estudios Clínicos.
ITEM 417 — Acido Zoledronico fco., ampolla, favor aclarar de cuantos mg. Se podrá ofertar droga original con Estudios Clínicos.

Respuesta:

ITEM 24 Remitirse a la Adenda Nº 2.
ITEM 56 no corresponde al pedido solicitado, se solicita Eritropoyetina inyectable.
ITEM 61 Remitirse a la Adenda Nº 2.
ITEM 62 Remitirse a la Adenda Nº 2.
ITEM 69 Remitirse a la Adenda Nº 2.
ITEM 70 Remitirse a la Adenda Nº 2.
ITEM 135 Remitirse a la Adenda Nº 2.
ITEM 165 Remitirse a la Adenda Nº 2.
ITEM 405 Remitirse a la Adenda Nº 2..
ITEM 407 no corresponde al pedido solicitado, se solicita Docetaxel Trihidrato inyectable.
ITEM 408 no corresponde al pedido solicitado, se solicita Docetaxel Trihidrato inyectable.
ITEM 413 Remitirse a la Adenda Nº 2.
ITEM 415 se solicita de 1 MG, Remitirse a la Adenda Nº 2.
ITEM 417 Remitirse a la Adenda Nº 2.

Consulta Nº 5:

Referente al ANEXO Nº 1 - DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA
En la sección J) CUALQUIER OTRO DOCUMENTO ADICIONAL REQUERIDO
La misma se encuentra divida en 3 categorías:
* Para fabricantes de Medicamentos Nacionales
* Para Importadores, Representantes de Medicamentos Importados
* Para insumos

En el caso de ofertar ALGODON HIDROFILO, ALGODON LAMINADO Y GASA HIDROFILA, Agradeceríamos si nos aclaran dentro de que categoría entran estos 3 bienes

Respuesta:

En la categoría insumos.

Consulta Nº 6:

Referente a las muestras:
En la parte de ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, en el punto 9 específicamente, hace referencia a una etiqueta. Luego en el apartado de MUESTRAS hace referencia a un rotulo para presentación de muestras: La etiqueta y el rotulo no se podrán unificar? o tienen que ir si o si por separadas?

Respuesta:

Tienen que ir por separado.

Consulta Nº 7:

Referente al ítem Nº 182 ALGODON HIDORFILO, en la características dice "ALGODÃ"N HIDROFILO ROLLO X 500GR - 100% ALGODON, HIDROFILO PURO" seria:

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Dr. Montero N° 658
Asunción -

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa - Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

500gr de puro algodón SIN cartón o CON cartón

Respuesta:

Remitirse a la Adenda Nº 2.

Consulta Nº 8:

Referente al Ítem Nº 455 ALGODON LAMINADO, en las características dice "ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL COMO MINIMO DE 20CM X 3,0 METROS":
Favor aclarar que se entiende por ENVASE ESTERIL

Respuesta:

Se refiere a su envoltorio estéril individual.

Consulta Nº 9:

Planilla de Oferta: se podrá transcribir y presentar de la planilla original, solo aquellos ítems de los productos a ofertar?, dado que el listado es extenso y se podría cometer errores en el tipeo en aquellos ítems de productos no ofertados.

Respuesta:

Remitirse a la Adenda Nº 2.

Consulta Nº 10:

Las capetas a ser presentadas en el momento de la apertura, es una carpeta Original y cuantas carpetas de Copias?

Respuesta:

Remitirse a la Adenda Nº 2.

Consulta Nº 11:

Ítem 317 — 318 — 319— 320 — Sondas Nasogastricas — siendo el largor estándar 120 cm.

Respuesta:

Remitirse a la Adenda Nº 2.

Consulta Nº 12:

Ítem 321 — 322 — Sonda Nasogastrica — aclarar 100% silicona o es siliconado.

Respuesta:

Es 100% siliconado tal como lo indican las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Nº 13:

Ítem 347 — Tubo endotraqueal — aclarar 100% ¿? Falta la descripción en la especificación técnica.

Respuesta:

Remitirse a la Adenda Nº 2.

Consulta Nº 14:

Ítem 388 — Cánula de Oxigeno Adulto — de que material seria lo solicitado 100% silicona o PVC.

Respuesta:

Remitirse a la Adenda Nº 2.

Consulta Nº 15:

Ítem 390 — Sonda Nasogastrica — aclarar 100% silicona o siliconado.

Respuesta:

Es 100% siliconado tal como lo indican las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Nº 16:

Pág. 8 "Capacidad financiera", solicitan ratio Activo/Pasivo de los años 2011/2012 y 2013. SUGERENCIA: debido a que ya se cuenta con la de 2014 CONSULTA: podría modificarse este pedido a 2012/2013 y 2014?

Respuesta:

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa - Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando la Resolución General Nº 57/15 de la SET, por el cual se prorrogan el plazo para la presentación de los estados financieros.

Consulta Nº 17:

Pág. 35 ítem 405 Capecitabina 500 mg comp. Solicitan la presentación de 120 comprimidos en caja. CONSULTA: Se solicita 140 cajas x 120 comprimidos o 140 comprimidos?

Respuesta:

Se solicita 140 cajas.

Consulta Nº 18:

En la planilla de precio, segunda columna, dice "Empresa"
CONSULTA: a que se refiere, o que se debe consignar en esa columna? Se debe colocar el nombre del oferente o el nombre del fabricante del producto ofertado?

Respuesta:

Se debe consignar el nombre del oferente.

Consulta Nº 19:

En los ítem. 52-53-54-55, en las diferentes presentaciones de la Enoxaparina Sodica inyectable, solicitan "con dispositivo de seguridad incorporado". Creemos que este pedido, lesiona la libre competencia, como se puede leer en la Ley 2051, Art. 4 inc. b) igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial pro veedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, este en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Par lo tanto, solicitamos, si fuere factible la exclusión de este requisito para que la Convocante permita la mayor cantidad de oferente participantes.-

Respuesta:

Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Nº 20:

Item 61 Filgrastim 300 mui iny. Solicitan "Ampolla como mínimo de 1 ml 300 mui o jeringa pre llenada 300 mui". CONSULTA: tenemos la presentación de frasco ampolla. Podrían incluir esta presentación para mayor participación?

Respuesta:

Remitirse a la Adenda Nº 2.

Consulta Nº 21:

ITEM 301: PROLONGADOR DE VIA
Favor aclarar si se refiere a una llave de tres vías de alto flujo.

Respuesta:

Se refiere a una sola vía con tapa.

Consulta Nº 22:

ITEM 441: VASO PRECIPITADO
Favor aclarar si se puede ofertar vasos de precipitado no transparente.

Respuesta:

Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Nº 23:

ITEM 241: BOLSITA COLECTORA DE ORINA PARA ANALISIS
Favor aclarar si se refiere a bolsa o frasco estéril.

Respuesta:

Remitirse a la Adenda Nº 2.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa - Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Consulta Nº 24:
Ítem 240: Colector/ contenedor de orina.
Se consulta a la Convocante si el colector es en bolsa o frasco?
Respuesta:
Remitirse a la Adenda Nº 2.
Consulta Nº 25:
Ítem 241: Bolsita colectora de orina para análisis Donde dice: Presentación, frasco como mínimo de 100 ml.
Se consulta a la Convocante si la presentación solicitada es correcta, ya que la descripción dice bolsa pero la presentación dice frasco de coma mínimo de 100ml.
Respuesta:
Remitirse a la Adenda Nº 2.
Consulta Nº 26:
Lista de Precios. Se consulta a la Convocante si debe de colocar todos los Ítems solicitados en el PBC o puede ser incluido en este documento solamente lo cotizado?
Respuesta:
Remitirse a la Adenda Nº 2.
Consulta Nº 27:
En relación a los ítems 405, 415, 416 deben ser cotizados por unidad de comprimidos o por unidad caja?
Respuesta:
La presentación a cotizar es por cajas, tal como lo indica el listado de precios.
Consulta Nº 28:
Ítem 88: Leucovorina Cálcica 50 mg, inyectable, la misma es también comercializada como Folinato cálcico en el mercado nacional. Teniendo en cuenta que el PBC no estipula la denominación citada, es posible realizar igualmente ofertas? considerando que se trata del mismo producto.
Respuesta:
Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
Consulta Nº 29:
ITEM 200 Catéter de aspiración con las siguientes especificaciones técnicas "Catéter p/ aspiración Nº 6 con regulador y válvula - con válvula de control de flujo transparente, flexible, radiopaco, estéril, descartable, con envoltorio papel grado medico.
Tiene que ser con sistema cerrado el catéter de aspiración reduciendo las neumonías asociadas al ventilador?
Respuesta:
Remitirse a la Adenda Nº 2.
Consulta Nº 30:
ITEM 201 Catéter de termodilucion, se podrá cotizar el catéter de termodilucion de 7FR con introductor de 8FR?
Respuesta:
Remitirse a la Adenda Nº 2.
Consulta Nº 31:
ITEM 234 Circuito paciente para ventilador/respirador pulmonar con las siguientes especificaciones técnicas: circuito paciente de silicona reusable compatible con respiradores newport con via proximal — adulto

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa - Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Se podrá cotizar circuito de respiración reutilizable de hytrel con puños de siliconas autoclavable a 132ºc; a oxido de etileno a 55ºc; y pasteurización o inmersión en detergente trienzimatico, con dos trampas de agua, línea proximal y termómetros para medir la temperatura del circuito humidificada al paciente en caso de necesidad.

Respuesta:

Remitirse a la Adenda Nº 2.

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarlo (s) muy atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa Interina
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - Una