PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 72/10
"Adquisición de Accesorios para Balón de Contrapulsación Intraaortica marca Datascope para el IPS"
AD REFERENDUM EJERCICIO 2011"

ACLARACION Nº 1

Asunción, 4 de Febrero de 2011.

Con relación a la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 72/10 "Adquisición de Accesorios para Balón de Contrapulsación Intraaortica marca Datascope para el IPS" - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011, se aclaran los siguientes puntos según consultas presentadas por un oferente:

Consulta Nº 1
El balón intraaórtico tiene que ser de la misma marca del equipo?
Respuesta Nº 1
El balón intraaórtico solicitado deberá ser compatible con el equipo de la marca Datascope, modelo CS100 del Servicio de Cardiocirugía del IPS.

Consulta Nº 2
El frenchs del catéter es de 8 FR 40 CC?
Respuesta Nº 2
El diámetro del catéter deberá ser de 8 FR y el volumen del balón deberá ser de 40 cc.

Consulta Nº 3
La emisión de la entrega podrá ser de 25 días a partir de la firma del contrato?
Respuesta Nº3
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.