ACLARACION Nº 1

Asunción, 12 de setiembre de 2011

Señores:

PRESENTE

Ref: Licitación por Concuso de Ofertas N° 26/2011 "Adquisición de Instrumentales, reactivos y otros materiales médicos"----------

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de remitir la siguiente aclaración realizada al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación mencionada:

1. CONSULTA

En el Item 6 el bien solicitado es Estandar Plaguicida para Cromatografía, la especificación técnica dice: Plaguicida tipo organoclorado. Podran aclarar cual agente activo específico necesitan pues son varios los plaguicidas que caen dentro de la especificación

1. RESPUESTA

Estandar Plaguicida para Cromatografía tipo organoclorado solicitado es DDT (diclorodifeniltricloroetano)

2. CONSULTA

En el Item 7 el bien solicitado es Estandar Plaguicida para Cromatografía, la especificación técnica dice: Plaguicida tipo organoclorado. Podran aclarar cual agente activo específico necesitan pues son varios los plaguicidas que caen dentro de la especificación

2. RESPUESTA

Item 7: Estandar Plaguicida para Cromatografia tipo ORGANOFOSFORADO solicitado es el PARATION (o,o-dietil-o-4-nitrofenitiofosfato)

3. CONSULTA

En el Item 8 el bien solicitado es Vainillina P.A. Podrán suministrar el número de CAS para mejor identificación del producto.

3. RESPUESTA

El número de CAS de la Vainillina es 121-33-5

4. CONSULTA

En el Item 17 el bien solicitado es Columna de extracción la especificación técnica dice: Copolímero de intercambio cationico en fase reversa. Podrán aclarar el tipo de fase reversa, el volumen de la columna de extracción, medida del absorbente, tamaño de poro y tamaño de partícula.

Lic. Alicia Franco Falcón
Responsable U.O.C.
Ministerio Público

ACLARACION Nº 1

4. RESPUESTA

Se solicita columna de extracción tipo Bondelut Certify (Fase Mixta SCX+C8) 500mg x 6 ml.

5. CONSULTA

En el Item 4 GAS HELIO, la capacidad de los balones/cilindros son de 8.5 m^3, por consiguiente la cantidad necesaria deberia ser de 17m^3, equivalente a dos Balon/cilindro.
Favor confirmar se se debe cotizar esa cantidad.

5. RESPUESTA

La cantidad necesaria es de dos balones/cilindro, éste Departamento desconoce la cantidad que contiene un Balón estandar, por lo que se solicita de igual forma cotizar la catidad de 17 m^3 si se cuenta con balones/cilindros de 8.5 m^{3}.

Atentamente,

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Lic. Alicia Franco Falcón
Responsable U.O.C.
Ministerio Público