*Asunción, 09 de Agosto de 2023*

***Señor:***
***Abg. Pablo Seitz,** Director*
***Dirección Nacional de Contrataciones Públicas***
*Presente*

***Referente:** LPN N° 27/23 "ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS CARDIOLOGICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS" - ID N°421.867.-*

*De mi consideración:*

*Por medio de la presente, me dirijo a Usted, en referencia a las observaciones realizadas, a la licitación mencionada más arriba, a fin de evacuar las dudas y responder los puntos requeridos:*

| ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS POR LA DEPENEDENCIA. | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN LA TIENDA VIRTUAL | JUSTIFICACION |
|---|---|---|
| **N° 6** en pares, de látex, espesor de 0,2 a 0,3 mm, antideslizante, óptima sensibilidad, irrompible en la prueba de la calza, 270 mm de longitud, variación +-10 mm a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño. Envoltorio grado médico. Sobre estéril. Par | No se visualiza guantes tamaño N° 6 ofertado en la tienda virtual | Se procede a la compra por llamado convencional por no contar con disponibilidad del producto en la tienda virtual para el tamaño solicitado |
| **N° 6 1/2** en pares, de látex, espesor de 0,2 a 0,3 mm, antideslizante, óptima sensibilidad, irrompible en la prueba de la calza, 270 mm de longitud, variación +-10 mm a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño. Envoltorio grado médico. Sobre estéril. Par | Guante quirúrgico N° 6,5 antideslizante. De 0,2 a 0,3 mm; 270 mm de longitud, variación ± 10 mm. N° 6- ½ en pares, de látex, espesor de 0,2 a 0,3 mm, antideslizante, óptima sensibilidad, irrompible en la prueba de la calza con polvo absorvente.270 mm de longitud, variación +- 10 mm a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño. El producto debe entregarse en envase estéril conteniendo un par de Guantes. | Al respecto se indica que se necesitan guantes "libre de polvos" ya que de lo contrario se predispone a dermatitis alérgicas, alergias tipo I y IV e hipersensibilidad |
| **N° 7** en pares, de látex, espesor de 0,2 a 0,3 mm, antideslizante, óptima sensibilidad, irrompible en la prueba de la calza, 270 mm de longitud, variación +-10 mm a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño. Envoltorio grado médico. Sobre estéril. Par | No se visualiza guantes tamaño N° 7 ofertado en la tienda virtual | Se procede a la compra por llamado convencional por no contar con disponibilidad del producto en la tienda virtual para el tamaño solicitado |

| | | |
|---|---|---|
| **N° 7 1/2** en pares, de látex, espesor de 0,2 a 0,3 mm, antideslizante, óptima sensibilidad, irrompible en la prueba de la calza, 270 mm de longitud, variación +-10 mm a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño. Envoltorio grado médico. Sobre estéril. Par | Guante quirúrgico N° 7 ½ antideslizante. De 0,2 a 0,3 mm; 270 mm de longitud, variación ± 10 mm. N° 7 en pares, de látex, espesor de 0,2 a 0,3 mm, antideslizante, óptima sensibilidad, irrompible en la prueba de la calza, 270 mm de longitud, variación +-10 mm a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño. El producto debe entregarse en envase estéril conteniendo un par de Guantes. | Al respecto se indica que se necesitan guantes "libre de polvos" ya que de lo contrario se predispone a dermatitis alérgicas, alergias tipo I y IV e hipersensibilidad |

*Esperando, haber disipado las dudas observadas por el Órgano Regulador de las Compras Gubernamentales, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy cordialmente. -*

***Abg. Alberto Jara, Jefe***
***Departamento de Licitaciones***
***Dirección Operativa de Contrataciones***