DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Licitación por Concurso de Oferta No. 21/2012
Adquisición de Equipos Médicos y de Rehabilitación

ADENDA No. 1

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas en participar en la contratación de referencia la enmienda introducida al pliego de bases y condiciones, consistente en lo siguiente:

Donde dice:

B - PLAZOS DE LA SUBASTA		
8.1	Fecha tope de consultas	Desde día de publicación del llamado y hasta las **10:00 horas** del día **Lunes 29/10/2012.-**
8.2	Respuestas	Hasta las **13:00 horas** del día **Jueves 01/11/2012.-**
10.3	Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios	Desde las **07:30 horas** del día **Lunes 05/11/2012** hasta las **08:25 horas** del día **Martes 06/11/2012**
10.13	Inicio de la etapa competitiva	**Ítem 1** – A partir de las **08:35 horas** del día **Martes 06/11/2012.** **Ítem 2** – A continuación del Ítem 1, y así en forma sucesiva hasta la finalización de todos los ítems.-
13.2; 13.3 y 13.4	Plazo de presentación de los documentos de la oferta.	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, **todos los oferentes** deberán presentar sus respectivas documentaciones en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital Nacional. La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 3 – Dto. 5517/10 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados. La fecha de presentación de las documentaciones es hasta las **10:00 horas** del **día Jueves 08/11/2012.-** La fecha de apertura de los sobres es el día **Jueves 08/11/2012** a las **10:15 hs.**

HOSPITAL NACIONAL LICITACIONES

Karina Valdovinos de Insaurralde
Jefe de Licitaciones
Hospital Nacional

Debe decir:

B - PLAZOS DE LA SUBASTA		
8.1	Fecha tope de consultas	Desde día de publicación del llamado y hasta las **10:00 horas** del día **Viernes 02/11/2012.-**
8.2	Respuestas	Hasta las **13:00 horas** del día **Miércoles 07/11/2012.-**
10.3	**Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios**	Desde las **07:30 horas** del día **Viernes 09/11/2012** hasta las **08:25 horas** del día **Lunes 12/11/2012.-**
10.13	**Inicio de la etapa competitiva**	**Ítem 1** – A partir de las **08:35 horas** del día **Lunes 12/11/2012.** **Ítem 2** – A continuación del Ítem 1, y así en forma sucesiva hasta la finalización de todos los ítems.-
13.2; 13.3 y 13.4	**Plazo de presentación de los documentos de la oferta.**	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, **todos los oferentes** deberán presentar sus respectivas documentaciones en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital Nacional. La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 3 – Dto. 5517/10 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados. La fecha de presentación de las documentaciones es hasta las **11:00 horas** del **día Jueves 15/11/2012.-** La fecha de apertura de los sobres es el día **Jueves 15/11/2012** a las **11:15 hs.**

Sección II – Criterios de Evaluación

Donde dice:

b) Experiencia y Capacidad Técnica

- Copia de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta y recepciones finales, por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años 2009-2010-2011, sean en instituciones públicas o privadas, de bienes similares a lo ofertado.-

Debe decir:

b) Experiencia y Capacidad Técnica

- Copia de contratos ejecutados de provisión ó facturaciones de venta con sus respectivas recepciones finales u

HOSPITAL NACIONAL LICITACIONES

Karine Valdovinos de Insfurralde
Jefe de Licitaciones
Hospital Nacional

Órdenes de Compra con su correspondiente Nota de Recepción, por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años 2009-2010-2011, sean en instituciones públicas o privadas, de equipamientos médicos.-

Sección III – Especificaciones Técnicas

Las Especificaciones Técnicas de los siguientes equipos quedan modificadas de la siguiente manera:
Cabe mencionar que así como se han establecido en el PBC, las especificaciones técnicas son mínimas.-

1	Broncofibroscopio flexible			
1.1	**Datos del equipo**	Cumple	Parámetros Reales	Folio
1.1.1	Marca			
1.1.2	Modelo			
1.1.3	Procedencia			
1.1.4	Fabricación acorde a normas internacionales ISO/13485/FDA/IEC/CE (al menos uno de ellos)			
1.1.5	Antigüedad máxima del modelo ofertado, 3 tres años.-			
1.2	**Datos Técnicos.**			
1.2.1	Completamente sumergible en agua y desinfectantes.-			
1.2.2	Campo de visión: 120 ° (visión frontal".			
1.2.3	Profundidad del campo: 3 ~50mm			
1.2.4	Angulación: Hacia arriba 180°			
	Hacia abajo 130°			
1.2.5	Tubo de inserción con diámetro exterior de mínimo 6,0 mm			
1.2.6	Diámetro interior del canal de biopsia: mínimo 2,6 mm			
1.2.7	Longitud útil del tubo de inserción: 600mm			
1.3	**Accesorios (la cantidad solicitada es mínima)**			
1.3.1	Fórceps de biopsia.			
1.3.2	Válvulas para ventilación.			
1.3.3	Cepillo de limpieza para el canal.			
1.3.4	Adaptador de la limpieza.			
1.3.5	Válvula de aspiración.			
1.3.6	Cepillo de limpieza para la entrada de canal.			
1.3.7	Válvula de biopsia.			
1.3.8	Tester de infiltración.			
1.3.9	2 (dos) juegos de pinzas de biopsias. Tipo fenestrada con aguja para broncofibroscopio con canal de biopsia mínima de 2,6 mm.			
1.3.10	2 (dos) juegos de agujas de aspiración, medidas 21 H 13 mm.			
1.3.11	1 (un) catéter para uso con broncofibroscopio tipo balón.			
1.4	**Garantía:**			
1.4.1	Garantía: 1 (un) año contados a partir de la recepción del equipo en depósito.-			

HOSPITAL NACIONAL LICITACIONES

Karina Valdez de Espinola
Jefe de Licitaciones
Hospital Nacional

3	Cardiodesfibrilador			
3.1	**Descripción**	**Cumple**	**Parámetros Reales**	**Folio**
3.1.1	Marca			
3.1.2	Modelo			
3.1.3	Procedencia			
3.1.4	Antigüedad máxima del modelo ofertado, 3 tres años.-			
3.1.5	Fabricación acorde a normas internacionales ISO/13485/FDA/IEC/CE (al menos uno de ellos)			
3.2	**Descripción General y Especificaciones Técnicas:**			
3.2.1	Forma de onda bifásica para la terapia de desfibrilación.			
3.2.2	Selección de energía bifásica de 0 hasta un máximo de 360 Joules. Sincrónico y asincrónico.			
3.2.3	Capacidad de cargar el máximo de energía en 7 segundos, como tiempo máximo.			
3.2.4	Monitorización del ECG mediante electrodos de desfibrilación y electrodos de monitorización independientes.			
3.2.5	Alarmas con mensajes de voz y tonos sonoros para indicar ritmos susceptibles de descargas.			
3.2.6	Cardioversión sincronizada Impresora incorporada para imprimir los eventos en papel térmico.			
3.2.7	Peso del equipo, no mayor a 7 Kg. incluyendo las paletas y la batería.-			
3.2.8	Con detector de marcapasos implantado.-			
3.2.9	Visualización en la pantalla del tamaño de ECG, con posibilidad de ajustarlo.			
3.2.10	Memoria para almacenar sucesos que permita imprimirlos posteriormente.			
3.2.11	Función para desfibrilación externa automática.			
3.3	**Accesorios (la cantidad solicitada es mínima)**			
3.3.1	Batería sellada incorporada con autonomía mínima de 2,5 horas a carga máxima.			
3.3.2	Cable conector universal para conexión en un solo paso con las palas o parches de desfibrilación.			
3.3.3	Pantalla de 5 (cinco) pulgadas medida diagonalmente, como mínimo. Electro luminiscente o LCD que permita ver 2 (dos) ondas de ECG, Frecuencia Cardiaca en un rango de 0 a 300 lpm y otros mensajes.			
3.3.4	Paletas externas para adultos y para pacientes pediátricos bajo las paletas de adultos sin necesidad de cambiar accesorios.			
3.4	Garantía de Buen Funcionamiento, como mínimo de 1 (un) año a partir de la recepción definitiva del equipo.-			

HOSPITAL NACIONAL LICITACIONES

4 Ecógrafo				
4.1	**Descripción**	Cumple	Parámetros Reales	Folio
4.1.1	Equipo de ecografía con Doppler color, para aplicaciones en ecografía abdominal, obstetricia, ginecología, urología, músculo-esquelético, pequeñas partes, pediatría y vascular.			
4.1.3	Marca			
4.1.4	Modelo			
4.1.5	Procedencia			
4.1.6	Fabricación acorde a normas internacionales ISO/13485/FDA/IEC/CE (al menos uno de ellos)			
4.1.7	Antigüedad máxima del modelo ofertado, 3 tres años.-			
4.2	**Características especificas**			
4.2.1	Rango dinámico de 165 dB o más.			
4.2.2	Pantalla mínima de 17".			
4.2.3	Track ball, mouse o algún otro dispositivo para movimiento del puntero.			
4.2.4	Canales de procesamiento no menos de 1020, no multiplexados.			
4.2.5	Frame rate del sistema de al menos 150 cuadros.			
4.2.6	Capacidad de almacenamiento de imágenes estáticas y clips dinámicos.			
4.2.7	Capacidad de almacenamiento en disco rígido de 250 Gb mínimo.-			
4.2.8	Dispositivo para lectura/grabación de imágenes y video en CD/DVD integrado en el equipo.			
4.2.9	Capacidad para utilizar transductores multifrecuencia con tecnología broadband.			
4.2.10	Posibilidad de soportar y exportar imágenes y clips a diferentes formatos como BMP, JPG, DCM; CIN, FRM y AVI entre otros.			
4.2.11	Con conexión DICOM			
4.2.12	Software en español.-			
4.2.13	Cine loop de al menos 200 cuadros/seg			
4.2.14	Mínimo 3 tres puertos de sonda activa.-			
4.3	**Software con las siguientes funciones:**			
4.3.1	Ecografía general: ecografía abdominal, obstetricia, ginecología, urología, músculo-esquelético, pequeñas partes, pediatría y vascular.			
4.3.2	Funciones para efectuar mediciones, anotaciones e informes del paciente.			
4.3.3	Distancia área de trazado y elipse.			
4.3.4	Cálculos de superficie volumen y distancias de acuerdo a los modos de imagen y doppler.			
4.3.5	Idioma de paneles y pantalla: de preferencia en idioma español o inglés con su correspondiente pictografía.			
4.4	**Transductores:**			
4.4.1	Se establecen los límites inferior y superior respectivamente en MHZ.			
4.4.2	No se podrán ofertar transductores que no alcancen los límites especificados.-			
4.4.3	Se podrá ofertar transductores que superen los límites establecidos.-			
4.4.4	Transductores originales y de la misma marca que el equipo ofertado.-			
4.4.5	Convexo 3-6 MHS, promedio 3,5.-			

HOSPITAL NACIONAL LICITACIONES

4.4.6	Lineal 5-12 MHZ.			
4.4.7	Endocavitario 4-8 Mhz.			
4.4.8	Pediátrico 5-8 Mhz			
4.11	**Accesorios (la cantidad solicitada es mínima)**			
4.11.1	Video printer blanco y negro.-			
4.11.2	Base rodante, con sistema de anclaje en al menos dos ruedas.			
4.11.3	Rollo de papel de alta densidad para video impresora. Cantidad 30 unidades.-			
4.11.4	Gel para ultrasonido: pote en presentación de 500 ml o más. Cantidad: 5 por equipo.			
4.12	Garantía del equipo 2 años como mínimo desde el momento de la recepción			
4.13	**Otras especificaciones:**			
4.14	Alimentación eléctrica: 220 v. 50hz.			

5 Electroencefalógrafo

5.1	Datos del Equipo	Cumple	Parámetros Reales	Folio
5.1.1	Marca			
5.1.2	Modelo			
5.1.3	Procedencia			
5.1.4	Año de Fabricación			
5.1.5	Antigüedad máxima del modelo ofertado, 3 tres años.-			
5.2	**Características generales**			
5.2.1	Fabricación acorde a normas internacionales ISO/13485/FDA/IEC/CE (al menos uno de ellos)			
5.2.2	Sistema de seguridad eléctrica acorde a normas internacionales.			
5.2.3	Sistema de 16 canales EEG (eliminar Poligrafía)			
5.2.4	Dispositivo integrado "flash" para la grabación de datos de larga duración. (OPCIONAL)			
5.2.5	Transmisión de datos por puerto USB			
5.2.6	Monitor LCD de 17 pulgadas como mínimo.			
5.2.7	Ordenador con Sistema Operativo, pantalla táctil (opcional) Base de datos de pacientes y EEG			
5.2.8	Método de evaluación y análisis			
5.2.9	Medición fácil de amplitudes y frecuencia del EEG			
5.2.10	Mapping dinámico de amplitudes, análisis de frecuencia, mapping de potencia para lapsos elegibles (Opcional)			
5.2.11	Formulario de diagnóstico integrado, específico para el paciente y con soporte de macros.			
5.2.12	Impresión de secciones DE EEG análisis o resultados.			
5.2.13	Exportación de EEG, software de revisión de EEG en cualquier ordenador.			
5.2.15	Revisión de video EEG, con función de montaje de video (Opcional)			
5.3	**Kit completo incluye (mínimo)**			

HOSPITAL NACIONAL LICITACIONES

Karina Valdovinos de Inspurralde
Jefe de Licitaciones
Hospital Nacional

5.3.2	Software original en CD			
5.3.3	EEG de 16 canales			
5.3.4	Electrodos, cables, maleta de transporte.			
5.3.5	Alimentación 220 Volt			
5.4	**Garantía de 2 (dos) años desde el momento de la recepción.-**			
5.4.1	Tipo portátil con carro de transporte.			

Sección VII – Documentos de la oferta

Donde dice:

- Copia de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta y recepciones finales, por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años 2009-2010-2011, sean en instituciones públicas o privadas, de bienes similares a lo ofertado.-

Debe decir:

- Copia de contratos ejecutados de provisión ó facturaciones de venta con sus respectivas recepciones finales u Órdenes de Compra con su correspondiente Nota de Recepción, por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años 2009-2010-2011, sean en instituciones públicas o privadas, de equipamientos médicos.-

LA ENMIENDA DESCRITA PREVALECERÁ SOBRE LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SERÁ OBLIGATORIA PARA TODOS LOS LICITANTES.

Itauguá, 31 de Octubre de 2012.-

HOSPITAL NACIONAL LICITACIONES

Karina Valdovinos de Insaurralde
Jefa de Licitaciones