INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA SBE N° 03/18 "ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA MAXILOFACIAL DEL SERVICIO DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA QUEMADOS Y MAXILOFACIAL DEL HC DEL IPS"

ADENDA N° 9

Asunción, 21 de mayo de 2018.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA SBE N° 03/18 "ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA MAXILOFACIAL DEL SERVICIO DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA QUEMADOS Y MAXILOFACIAL DEL HC DEL IPS"**, informamos que se realizan los siguientes cambios en el Pliego de Bases y Condiciones:

1. En la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación - 3. Criterios de Calificación - Criterios Económicos. Queda de la siguiente manera:

DONDE DICE:

Inspecciones y Pruebas durante la Evaluación	En las muestras presentadas se verificarán, si corresponden al producto solicitado y ofertado, en cuanto a especificaciones técnicas solicitadas que serán evaluadas por los profesionales técnicos que integran la comisión respectiva, así como a la presentación, marca, origen, procedencia y fabricante. Verificarán además que sea remitido el Certificado de esterilidad de origen (En caso que corresponda) y el Certificado de Control de Calidad de origen de cada uno de los ítems entregados como muestras. **Procedimiento de Control de Calidad durante la evaluación:** **Los instrumentales deberán ser sometidos a las siguientes pruebas:** 1. El Dpto. de Control de Calidad de Productos Médicos (DCPM) recibirá por nota, las muestras remitidas por la Comisión Evaluadora, junto a los correspondientes Certificados de Control de Calidad de cada ítem remitido y determinará la composición química de las mismas y observará las condiciones en las que se encuentra antes del ensayo de esterilización, al que serán sometidos en dependencias del Quirófano del Hospital Central. 2. Un representante de la Comisión Evaluadora deberá trasladar las muestras al Quirófano del Hospital Central donde será realizado el ensayo de esterilización, conforme al siguiente esquema: *Prelavado con Jabón Enzimático *Lavado con chorro de agua *Esterilización a calor húmedo (Autoclave) según el siguiente esquema:

Tiempo de Esterilización (en minutos)	Temperatura (ºC)	Presión (Atmósfera)
15	121	1,5
10	126	2,0
3	134	2,9

Durante 5 días.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Blas Roberto Nuñez
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	Los instrumentales sometidos a estas pruebas, no deben alterarse en su coloración, aspecto físico-químico, funcionalidad y presentar resistencia al daño contra otras superficies de acero quirúrgico, según informe del Quirófano del Hospital Central, en donde sería realizado el ensayo de esterilización correspondiente. **Las características técnicas de los materiales deberían ser las siguientes:** Acero inoxidable quirúrgico, tolerante a agentes corrosivos, resistentes a temperaturas de más de 180° C, sin cambios de color o aspecto. Con el informe de resultados obtenidos en el antes mencionado ensayo, serán nuevamente remitidas las muestras e informe al DCPM, para el compendio de resultados y remisión del informe de verificación de muestras, a la Comisión evaluadora, bajo el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE. El IPS no se hace responsable, en el caso de que dichas muestras se alteren o destruyan durante el proceso. **Los oferentes deben de declarar ya sea por certificado analítico por cada lote entregado o por una declaración jurada, el tipo de acero quirúrgico bajo la norma AISI / DIN.**
	Las evaluaciones se realizarán aplicando el sistema ***"CUMPLE"*** o ***"NO CUMPLE"***

<u>DEBE DECIR</u>:

Inspecciones y Pruebas durante la Evaluación	En las muestras presentadas se verificarán, si corresponden al producto solicitado y ofertado, en cuanto a especificaciones técnicas solicitadas que serán evaluadas por los profesionales técnicos que integran la comisión respectiva, así como a la presentación, marca, origen, procedencia y fabricante. Verificarán además que sea remitido el Certificado de esterilidad de origen (En caso que corresponda) y el Certificado de Control de Calidad de origen de cada uno de los ítems entregados como muestras. Se deberán presentar una muestra para Control de Calidad de cada tipo de instrumental ofertado: ABRE BOCA, ALICATE, PINZA, TIJERA, los mismos deberán ser lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. **<u>Procedimiento de Control de Calidad durante la evaluación</u>:** **Los instrumentales deberán ser sometidos a las siguientes pruebas:** 1. El Dpto. de Control de Calidad de Productos Médicos (DCPM) recibirá por nota, las muestras remitidas por la Comisión Evaluadora, junto a los correspondientes Certificados de Control de Calidad de cada ítem remitido y determinará la composición química de las mismas y observará las condiciones en las que se encuentra antes del ensayo de esterilización, al que serán sometidos en dependencias del Quirófano del Hospital Central. 2. Un representante de la Comisión Evaluadora deberá trasladar las muestras al Quirófano del Hospital Central donde será realizado el ensayo de esterilización, conforme al siguiente esquema: *Prelavado con Jabón Enzimático *Lavado con chorro de agua

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blgo. Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

*Esterilización a calor húmedo (Autoclave) según el siguiente esquema:

Tiempo de Esterilización (en minutos)	Temperatura (ºC)	Presión (Atmósfera)
15	121	1,5
10	126	2,0
3	134	2,9

Durante 5 días.

Los instrumentales sometidos a estas pruebas, no deben alterarse en su coloración, aspecto físico-químico, funcionalidad y presentar resistencia al daño contra otras superficies de acero quirúrgico, según informe del Quirófano del Hospital Central, en donde sería realizado el ensayo de esterilización correspondiente.

Las características técnicas de los materiales deberían ser las siguientes:

Acero inoxidable quirúrgico, tolerante a agentes corrosivos, resistentes a temperaturas de más de 180° C, sin cambios de color o aspecto.

Con el informe de resultados obtenidos en el antes mencionado ensayo, serán nuevamente remitidas las muestras e informe al DCPM, para el compendio de resultados y remisión del informe de verificación de muestras, a la Comisión evaluadora, bajo el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE.

El IPS no se hace responsable, en el caso de que dichas muestras se alteren o destruyan durante el proceso.

Los oferentes deben de declarar ya sea por certificado analítico por cada lote entregado o por una declaración jurada, el tipo de acero quirúrgico bajo la norma AISI / DIN.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES