

Consultas Realizadas

Licitación 449199 - ADQUISICIÓN DE AGUJAS PARA BIOPSIA PARA EL PNPCACUM - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA-PLURIANUAL

Consulta 1 - Item 1 Aguja Mamaria de Localizacion Aguja Mamaria de Localizacion

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2024
Donde dice: Agujas para biopsia mamaria descartables, medida 16G x 150 mm, con marcación de profundidad en centímetros, la punta de las agujas electropulida para mayor visibilidad bajo ultrasonido, compatible para pistola automática reutilizable disponible, en los servicios. Consulta: que marca y modelo de pistola disponen en los servicios? Esta información es importante a modo de verificar la compatibilidad de las agujas con dichas pistolas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
REMITIRSE A LA ADENDA		

Consulta 2 - Item 2 Aguja para biopsia

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Se solicita a la Convocante a ampliar el rango de medida de la aguja a 16G x 150mm (+-10mm) a fin de dar oportunidad a mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
REMITIRSE A LA ADENDA		

Consulta 3 - Item 2 Aguja mamaria de localizacion

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Se solicita a la Convocante se pueda incorporar las Agujas automáticas para biopsia ya que son las normalmente utilizadas en todos los servicios del país. Y adecuar el precio de referencia Gs. 370.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
REMITIRSE AL PBC		

Consulta 4 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega a 30 días para la cantidad mínima, y las demás entregas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
REMITIRSE A LA ADENDA		

Consulta 5 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Donde dice: Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. En caso de ser producto nacional, deberá contar con una declaración jurada Consulta: Sugerimos a la convocante verificar este punto, no es un llamado de equipos. mas bien es un llamado de dispositivos médicos, se trata de agujas para biopsia de mama.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
REMITIRSE AL PBC		

Consulta 6 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Donde dice: Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio técnico en la marca de los equipos ofertados. Consulta: Solicitamos a la convocante excluir este requisito del pliego, el llamado no es de equipos, mas bien se trata de un llamado de dispositivos médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2024
REMITIRSE AL PBC		

Consulta 7 - item n° 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Favor aclarar que marca y modelo de pistola disponen en los servicios? Esta información es importante a modo de verificar la compatibilidad de las agujas con dichas pistolas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024
REMITIRSE A LA ADENDA		

Consulta 8 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024
Solicitamos a la convocante revisar el Precio de referencia de este item, ya que no puede ser mas barato que el Item 1siendo que estan pidiendo la aguja con la pistola (en este item 2). En el Item 1 piden solo la aguja que va con la pistola reutilizable y obviamente seria mas barata.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024
REMITIRSE AL PBC		

Consulta 9 - PRECIO DE REFERENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
SOLICITAMOS NUEVAMENTE A LA CONVOCANTE VERIFICAR EL PRECIO DE REFERENCIA DEL ITEM 2 YA QUE ES AGUJA CON LA PISTOLA INCLUIDA OSEA ES COMPLETO, A DIFERENCIA DEL ITEM 1 QUE ES SOLAMENTE LA AGUJA Y EL PRECIO ES MAS ALTO QUE EL ITEM 2, EN TEORIA TENDRIA QUE SER EL PRECIO MAS ALTO EL ITEM 2		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2024
LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA OBTENCION DE LOS PRECIOS FUERON OBTENIDOS SEGUN LA (RES. 454/24)		

Consulta 10 - Adenda

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2024
Seguimos aguardando la adenda correspondiente, según respuesta a las consultas realizadas.		

Consulta 11 - Adenda

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2024
Sugerimos a la convocante abrir periodo de consultas después de la publicación de la Adenda. ya que hasta la fecha no se modifico el PBC, y hay respuestas de la convocante que menciona (remitirse a la adenda).		