

## Consultas Realizadas

# Licitación 445744 - LPN Nº 74/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL

### Consulta 1 - LOTE 111

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Se solicita a la convocante para lograr mayor competitividad entre posibles convocantes y a su vez habilitar de posibilidad de ofertar Sistema ELFA para las distintas determinaciones además de ELISA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2024
Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.		

### Consulta 2 - LOTE 61

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Favor verificar y corregir datos de la planilla de precios/ items solicitados ya que se encuentra incompleto segun EETT del PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
Se solicita verificar la última versión del PBC		

### Consulta 3 - LOTE 111

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Se solicita a la convocante para lograr mayor competitividad entre posibles proveedores, habilitar la posibilidad de ofertar Sistema ELFA para las distintas determinaciones solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2024
Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.		

### Consulta 4 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
La convocante solicita "Conforme atribuciones del Comité de Evaluación, si lo considera necesario solicitará las muestras a los oferentes en concurso, la presentación de los bienes ofertados se realizará en un plazo que no deberá ser mayor a 1 (UN) DÍA HÁBIL, luego de recibida la solicitud. La no presentación de las muestras en el periodo señalado será causal de descalificación" Solicitamos a la convocante aclarar en dicho apartado que solo será requerido para los Insumos ya que para Reactivos sería imposible la presentación de muestras ya que el mismo siempre es cotejado solamente con los insertos de los mismos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Se aclara que las muestras requeridas en el tiempo de máximo 1 día hábil son para los insumos (consumibles).		

## Consulta 5 - item 136 Campo adhesivo quirurgico

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
<p>Especificaciones tecnicas: Tipo Antialergico con microporosidad. Con medidas aproximada de 5.0 cm x 5 m. Estimados, como empresa fabricante de campos quirurgicos en sus distintas combinaciones me pemitio solicitar aclaracion sobre lo solicitado en el item 136.</p> <p>Se refiere a un campo de incision con el adhesivo impregnado de lod o se refieren a un campo en material SMS, SMMS, SMMMS cual seria su gramaje? con cintas adhesivas en los costados?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
<p>el bien requerido se trata de Esparadrupo Hipoalergénico con las siguientes características: Cinta flexible de papel, de un solo uso, posee una cara adhesiva y sirve para sujetar o fijar vendaje (gasa, sondas, bolsas, entre otros) a la superficie corporal, de color blanco, con adhesivo que se distribuye uniformemente en la cinta, debe adherirse adecuadamente a la piel, debe permitir el rasgado manual, con las medidas de 5 cm de ancho y 5 metros de largo mínimamente.</p>		

## Consulta 6 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
<p>Solicitamos a la convocante ampliar el Precio referencial del Lote 2 - Kit para electrolitos y gasómetro teniendo en cuenta la cantidad de equipos solicitados y la tecnologia requerida a GS. 55.000. La convocante podrá remitirse a antecedentes pasados como la LPN N° 56/21 - ID 400678 o bien no tener en cuenta solo la adjudicación pasada debido a que se encuentra muy por debajo de lo establecido en el mercado actual, sino más bien promediar o buscar otras adjudicaciones tal y como establece la legislación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
<p>En referencia al Lote 2 Items 1, se procedió a la verificación del precio realizado en el Análisis de Precio de fecha 18 de marzo del 2024, y que lo actuado en dicho análisis se encuentra acorde a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020, como así también en lo relacionado en el Art. 4 de la ley 2051/03, en la cual se establece los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas, con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria y que se encuentran respaldada en el Dictamen DOC N° 21/24, se ratifican y mantienen iguales.</p>		

## Consulta 7 - Precio Referencial - LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
<p>Solicitamos a la convocante ampliar el Precio referencial del Lote 2 - Kit para electrolitos y gasómetro teniendo en cuenta la cantidad de equipos solicitados y la tecnologia requerida a GS. 55.000. La convocante podrá remitirse a antecedentes pasados como la LPN N° 56/21 - ID 400678 o bien no tener en cuenta solo la adjudicación pasada debido a que se encuentra muy por debajo de lo establecido en el mercado actual, sino más bien promediar o buscar otras adjudicaciones tal y como establece la legislación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
<p>En referencia al Lote 2 Items 1, se procedió a la verificación del precio realizado en el Análisis de Precio de fecha 18 de marzo del 2024, y que lo actuado en dicho análisis se encuentra acorde a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020, como así también en lo relacionado en el Art. 4 de la ley 2051/03, en la cual se establece los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas, con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria y que se encuentran respaldada en el Dictamen DOC N° 21/24, se ratifican y mantienen iguales</p>		

## Consulta 8 - Lote 10 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
<p>Teniendo en cuenta que en el presente lote, se solicita un equipo con capacidad de procesamiento de 240 test/hora para el Analizador automatizado de Orina, se solicita a la convocante revisar esta solicitud, ya que carece de fundamento técnico. Ya que teniendo en cuenta la cantidad total de tiras solicitadas, que es de 220.000 unidades para un ejercicio fiscal de 2025 y 2026 totalizando 24 meses y realizando una división simple de 220.000/24meses se obtiene el valor de 9.166 tiras por mes, por lo que nos daría en promedio diario en base a 30 días al mes 305,5 tiras diarias. Por este motivo, se solicita a la convocante, que el equipo a comodato solicitado tenga una capacidad mínima de 120 test/h, con lo que se cubriría de forma más que suficiente la necesidad diaria del servicio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
<p>El fundamento técnico no se puede definir realizando una simple operación matemática de división, pues en ella no se toman en cuenta factores inherentes a la naturaleza del trabajo como por ejemplo: afluencia de pacientes en los diferentes días de la semana, horarios, y tiempo de espera de los mismos. Por ello se solicita encarecidamente ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.</p>		

## Consulta 9 - Lote 6 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
<p>Podría la convocante aceptar para el Lote 6, ítem 2 un equipo independiente de Hemoglobina Glicosilada por HPLC ya que es el método con mayor precisión y exactitud, reconocido como el estándar de referencia. Además de detectar variantes de hemoglobina, se encuentra avalado por organizaciones internacionales garantizando estandarización y comparabilidad global, cruciales para el monitoreo adecuado de pacientes con diabetes. En caso de aceptar dicho pedido solicitamos que dicho ítems se encuentre en un lote independiente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
<p>Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.</p>		

## Consulta 10 - Frascos estéril para cultivo

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
<p>Podría la convocante aclarar si lo solicitado en el ítem n° 78 se podrá cotizar frascos estéril de orina de capacidad de 80 ml ya que no alteraría en la finalidad de lo requerido.</p>		

## Consulta 11 - Lote 12

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>Lote 12</p> <p>- Se solicita a la convocante considerar la tecnología de PCR multiplex, sin requerimiento de que sea una PCR multiplex anidada, teniendo en cuenta de que solamente el equipo de la marca Biomerieux trabaja con tecnología de PCR multiplex anidada. Además se solicita poder aceptar software intuitivo ya sea en idioma inglés o español</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
<p>Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.</p>		

## Consulta 12 - lote 12

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante a fin de permitir la apertura y competencia a diferentes marcas, poder aceptar la provisión de 2 quipos completamente automatizados para cumplir con los 4 paneles sindrómicos solicitados, 1 equipo totalmente automatizado de PCR en multiplex para los paneles sindrómicos respiratorio, gastrointestinal y de meningitis, y 1 equipo totalmente automatizado de PCR múltiplex para el panel de resistencia antimicrobiana; teniendo en cuenta de que actualmente el único equipo en el mercado capaz de realizar los 4 paneles sindrómicos solicitados en una sola plataforma por PCR multiplex con análisis de fusión es el Film Array de la marca Biomerieux.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
-----------	--------------------	------------

Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.

## Consulta 13 - lote 12

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante que considere la posibilidad de que el oferente ganador de este lote en encargo de la implementación de la interface con el sistema de gestión de laboratorio exclusivamente para el equipo correspondiente a este lote, ya que al solicitar que la empresa ganadora de este lote se encargue de la interface de los equipos de los demás lotes del servicio se está orientando a que una sola empresa sea la adjudicada en todos los lotes requeridos para el mismo servicio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
-----------	--------------------	------------

Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.

## Consulta 14 - LOTE 10 ITEM 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
----------	-------------------	------------

El pliego solicita "Los parámetros fisicoquímicos que deben incluir son: glucosa, proteínas, bilirrubina, urobilinógeno, pH, densidad, sangre, cetonas, nitritos, estearasa leucocitaria, vitamina C, color, aspecto y el sedimento deberá poder reconocer en forma cuantitativa hematíes, leucocitos, células epiteliales escamosas y no escamosas y en forma cuantitativa o semi cuantitativa bacterias, cilindros, cristales, mucinas".

Para fomentar la libre competencia y tomando en consideración que una sola marca detecta la vitamina C entre los parámetros fisicoquímicos, solicito amablemente a la Convocante se sirva en suprimir del listado el parámetro citado (Vitamina C) y aclarar si el análisis de sedimento puede ser aceptado por citometría de flujo fluorescente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
-----------	--------------------	------------

Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.

## Consulta 15 - LOTE 9 ITEM 1 AL 26

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Considerando que todos los ítems corresponden a una misma marca si se oferta para un solo equipo, solicitamos poder instalar un segundo equipo o bien dividir el lote en dos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio. Cabe destacar que en el servicio no se cuenta con espacio físico suficiente para contar con más equipos de los solicitados, ni personal que pueda manejarlos.		

## Consulta 16 - LOTE 3 ITEM 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Kit determinación para hemograma automatizado, donde dice procesamiento de fluidos corporales sin proceso previo de cambio de modo de muestra direcciona a una sola marca en el mercado, siendo que no es el objetivo principal del hemograma el procesamiento de fluidos corporales, solicitamos amablemente eliminar este requerimiento o pasarlo a que el software de gestión lo haga.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.		

## Consulta 17 - LOTE 4 ITEM 16

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita amablemente a la convocante, sustituir el antígeno de von Willdebrand por la medición de la actividad de Von Willdebrand, dado que la actividad del factor de von Willebrand es fundamental para un diagnóstico preciso de la enfermedad de von Willebrand y otros trastornos de la coagulación. Mientras que el antígeno del factor de von Willebrand mide la cantidad total de la proteína en el plasma, la actividad del factor de von Willebrand evalúa su función real en el proceso de coagulación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
El perfil mínimo para el estudio de Enfermedad von Willebrand incluye 3 pruebas específicas, Fv W Ag, FvW Act y FVIII, cada una evalúa un aspecto único e irremplazable, y la interpretación de los resultados para la clasificación de la Enfermedad de Von Willebrand se realiza utilizando razones, FvW Act/FvWAG, FVIII/FvWAG, entonces no se puede sustituir la prueba mencionada.		

## Consulta 18 - LOTE 4 ITEM 22 HOMOCISTEINA

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita retirar del lote 4 el ítem 22 homocisteína e incluir en lote 1 o 9, por el siguiente motivo: la homocisteína se utiliza principalmente para evaluar el riesgo cardiovascular y detectar trastornos metabólicos como deficiencias de vitaminas B6, B12 y ácido fólico. Su determinación se realiza típicamente en el laboratorio de química clínica. Aunque niveles elevados de homocisteína pueden asociarse con un aumento en el riesgo de eventos trombóticos, no es una prueba específica de coagulación ni forma parte del panel estándar de pruebas de hemostasia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
la homocisteína se evalúa también dentro del perfil de Trombofilia, su aumento está asociado al riesgo de eventos aterotromboticos y enfermedad vascular, que se estudian en el ámbito de la hemostasia y trombosis que corresponde al lote 4, por lo que no corresponde la solicitud.		

## Consulta 19 - LOTE 4 ITEM 8 AL 13

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>Se solicita amablemente a la convocante la reconsideración de los tiempos de estabilidad especificados en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para los factores de coagulación en el lote 4 items 8 al 13 para permitir la participación de mayor cantidad de oferentes en la licitación, lo que a su vez puede generar una mayor competencia en términos de precio y calidad. Donde dice 24 hs de estabilidad, que diga mayor o igual a 8hs, dado que las determinaciones se procesan por calendario.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
<p>la mayor estabilidad de los reactivos permite un mayor rendimiento del mismo, 24 horas puede abarcar hasta 4 turnos laborales, y las determinaciones no se realizan por calendario sino según necesidad y urgencia, deben estar disponibles el mayor tiempo posible; también implica reconstituir menos veces, menos tiempo del profesional y menos riesgo de errores en estos procesos. Por lo que se solicita atenerse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.</p>		

## Consulta 20 - LOTE 4 ITEM 19

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
<p>Se solicita amablemente a la convocante la reconsideración del tiempo de estabilidad especificado en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para la proteína S lote 4 item 19 para permitir la participación de mayor cantidad de oferentes en la licitación, lo que a su vez puede generar una mayor competencia en términos de precio y calidad. Donde dice 30 días de estabilidad, que diga mayor o igual a 5 días, dado que las determinaciones se procesan por calendario.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
<p>las determinaciones no se realizan por calendario, sino según necesidad y urgencia, deben estar disponibles el mayor tiempo posible; también implica reconstituir menos veces, menos tiempo del profesional y menos riesgo de errores en estos procesos. Por lo que se solicita atenerse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.</p>		

## Consulta 21 - Lote 11. Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
<p>Lote 11. Item 1: Hemocultivo Adulto con Inhibidor. Requiere: "Los frascos deben contener como sustancia inhibidora polímeroremovedor antimicrobiano o carbón removedor antimicrobiano o perlas poliméricas que tengan la función de absorber antibióticos y antimicóticos".</p> <p>Se solicita se considere la Dilución 1:8 como inhibidor de antibióticos. Ya que se ha comprobado que las resinas no son efectivas contra todos los tipos de antimicrobianos, son saturables a las 12hs de inoculación, solamente remueven hasta un 70% del antimicrobiano, su efectividad varía dependiendo de la especie bacteriana, siendo inferior en Klebsiella pneumoniae.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
<p>Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.</p>		

## Consulta 22 - Lote 11 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
<p>"Los frascos deben ser de policarbonato irrompibles"</p> <p>Solicitar se considere la utilización de frascos de vidrio, ya que es el material óptimo para evitar el intercambio de gases con el exterior, lo cual es indispensable para nuestro sistema debido a que el método de detección de microorganismos es la variación de gases dentro de la botella</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
<p>Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.</p>		

## Consulta 23 - lote 1 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
<p>Requiere: "con informe satisfactorio de utilización en el Laboratorio Central de Salud pública o Laboratorio de Microbiología del Hospital Nacional"</p> <p>Se Solicitar el informe satisfactorio de una institución del estado o material científico en el cual brinde un informe del desempeño, para aquellos sistemas que aun no adjudicados en el el Hospital Nacional ni con el Laboratorio Central de Salud Publica, Le recordamos a la convocante que para instrumentos requeridos en comodato tanto la convocante como el laboratorio central tienen problemas de espacio para admitir instrumentación extra del mismo porte.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
<p>la consulta se ha realizado para el lote 1 ítem 1, pero no corresponde, pues al verificar el pliego de bases y condiciones, en la sección de especificaciones técnicas no existe dicho requisito.</p>		

## Consulta 24 - lote 11 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
<p>"Los frascos deben ser de policarbonato irrompibles"</p> <p>Se Solicita se considere la utilización de frascos de vidrio, ya que es el material óptimo para evitar el intercambio de gases con el exterior, lo cual es indispensable debido a que el método de detección de microorganismos es la variación de gases dentro de la botella. Además de ser amigables con el medioambiente</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
<p>Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.</p>		

## Consulta 25 - lote 102

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Lote 102 - Se solicita a la convocante considerar la tecnología de PCR multiplex, sin requerimiento de que sea una PCR multiplex anidada, teniendo en cuenta de que solamente el equipo de la marca Biomerieux trabaja con tecnología de PCR multiplex anidada. Además se solicita poder aceptar software intuitivo ya sea en idioma inglés o español		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.		

## Consulta 26 - lote 102

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Se solicita a la convocante a fin de permitir la apertura y competencia a diferentes marcas, poder aceptar la provisión de 2 quipos completamente automatizados para cumplir con los 4 paneles sindrómicos solicitados, 1 equipo totalmente automatizado de PCR en multiplex para los paneles sindrómicos respiratorio, gastrointestinal y de meningitis, y 1 equipo totalmente automatizado de PCR múltiplex para el panel de resistencia antimicrobiana; teniendo en cuenta de que actualmente el único equipo en el mercado capaz de realizar los 4 paneles sindrómicos solicitados en una sola plataforma por PCR multiplex con análisis de fusión es el Film Array de la marca Biomerieux.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.		

## Consulta 27 - lote 102

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Se solicita a la convocante que considere la posibilidad de que el oferente ganador de este lote en encargo de la implementación de la interface con el sistema de gestión de laboratorio exclusivamente para el equipo correspondiente a este lote, ya que al solicitar que la empresa ganadora de este lote Instale un Software de Gestion de los demás lotes del servicio se está orientando a que una sola empresa sea la adjudicada en todos los lotes requeridos para el mismo servicio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.		



## Consulta 28 - lote 11 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
----------	-------------------	------------

Requiere: "Una mínima interacción por parte del usuario, carga activada por el movimiento (colocar los frascos en bandeja transportadora automática y listo), descarga de frascos sin intervención manual, sensor de frascos para clasificación de tipo de frasco, con alarma de frascos que no cumplan con el pesaje establecido"; " Escaneado 360 grados de frascos, capacidad de reconocer el frasco y las etiquetas de acceso del paciente, capaz de percibir y seguir el nivel de llenado de sangre de todos los frascos de forma automática sin intervención del usuario"

El único instrumento con estas características es el VIRTUO de Biomerieux. Se solicita a la convocante excluir a fin de dar mayor participación a oferentes. La solicitud de modificación de nuestra parte la hacemos amparados en lo establecido en los incisos c) y d) del Artículo 4 "Principios rectores" y Artículo 45 "Pliegos de Bases y Condiciones" de la Ley 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas"

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
-----------	--------------------	------------

Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.

## Consulta 29 - lote 11 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
----------	-------------------	------------

Requiere: "Método de lectura por fluorescencia o Colorimetría con consumo de O2, N2 y producción de CO2"

Se solicitar se admita como método de detección la diferencia de presión dentro de la botella, ya que las bacterias no solamente generan CO2 como desecho de sus interacciones metabólicas, sino otros gases como Nitrógeno e Hidrógeno.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
-----------	--------------------	------------

Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.

## Consulta 30 - lote 11 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
<p>Requiere: "Con el equipo automatizado para hemocultivo el proveedor deberá entregar además un equipo automatizado en comodato para coloración de GRAM completamente cerrado con capacidad de coloración y centrifugación con un mínimo de 9 programas de intensidad de coloración con capacidad de 30 posiciones como mínimo para colorear, aceleración de rotor de 100 a 2000 rpm como mínimo, botellas de reactivos colocadas directamente en el instrumento sin transferencia, detectores de nivel para reactivos , agua de enjuague y residuos , coloración por inmersión de las láminas en los colorantes, voltaje 220 v, 50 Hz con ficha tipo chuco. Y un equipo automatizado en comodato para coloración de Zielh Neelsen con sistema completamente cerrado, con capacidad de 20 posiciones como mínimo para colorear, botellas de reactivos colocadas directamente en el instrumento sin transferencia, Detectores de nivel para reactivos, agua de enjuague y contenedor de residuos con filtro de carbón para la neutralización de vapores de reactivos, coloración por inmersión de las láminas en los colorantes, Voltaje 220 v, 50 Hz con ficha tipo chuco"</p> <p>Las características son específicas de la marca ofertada por Tecnofast, solicitar que se admita un equipo de coloración de GRAM con capacidad para 20 muestras en simultáneo, y la coloración de Zielh Neelsen con 10 muestras en simultáneo. Se solicita justificación de la necesidad de los detectores de nivel de reactivos, agua de enjuague y contenedor de residuos, y de la coloración por inmersión, ya que existen equipos en los cuales los niveles de reactivos, agua y residuos son visibles a simple vista, y no requieren de dichos sensores, además, la coloración es efectiva sin necesidad de inmersión.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
<p>Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.</p>		

## Consulta 31 - lote 11 item 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
<p>Item 2: Hemocultivo adulto con inhibidor. Require: "HEMOCULTIVO ADULTO PARA ANEROBIOS Y ANAEROBIOS FACULTATIVOS, Para uso en equipo automatizado solicitado en el item 1. Los frascos deben contener como sustancia inhibidora polímero- removedor antimicrobiano o carbón removedor antimicrobiano o perlas poliméricas que tengan la función de absorber antibióticos y antimicóticos. "</p> <p>Se Solicita se considere la Dilución 1:8 como inhibidor de antibióticos. Ya que se ha comprobado que las resinas no son efectivas contra todos los tipos de antimicrobianos, son saturables a las 12hs de inoculación, solamente remueven hasta un 70% del antimicrobiano, su efectividad varía dependiendo de la especie bacteriana, siendo inferior en Klebsiella pneumoniae.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
<p>Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.</p>		

### Consulta 32 - lote 11 item 3

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
<p>Requiere: "HEMOCULTIVO ADULTO PARA HONGOS Frascos para uso en equipo automatizado solicitado en el item 1. Los frascos de hemocultivo deben ser acompañadas del suplemento nutritivo o suplemento de crecimiento para MICOBACTERIAS/HONGOS más el suplemento antibacteriano o el inhibidor antimicrobianos (Kit de suplemento) si el frasco ofertado requiere de los mismos para su utilización según el fabricante. El suplemento para crecimiento y el suplemento inhibidor bacteriano (kit de suplementos) u otro reactivo/dispositivo necesario deben ser proveídos en cantidad/volumen necesario atendiendo el número de frasco solicitado."</p> <p>Se solicita se considere la provisión de frascos sin medios selectivos, ya que ese requerimiento es necesario para la marca BactAlert, pero no es necesario en otras marcas con composición que ya contiene suficientes nutrientes para la adecuada recuperación de Hongos, sin necesidad de utilización de medios selectivos</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
<p>Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.</p>		

### Consulta 33 - lote 11 item 4

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
<p>Item 4: Hemocultivo pediátrico con inhibidor. "HEMOCULTIVO PEDIATRICO C/INHIBIDOR Para uso en equipo automatizado solicitado en el item 1. Los frascos deben contener como sustancia inhibidora polímero- removedor antimicrobiano o carbón removedor antimicrobiano o perlas poliméricas que tengan la función de absorber antibióticos y antimicóticos."</p> <p>Se solicita se considere la Dilución 1:8 como inhibidor de antibióticos. Ya que se ha comprobado que las resinas no son efectivas contra todos los tipos de antimicrobianos, son saturables a las 12hs de inoculación, solamente remueven hasta un 70% del antimicrobiano, su efectividad varía dependiendo de la especie bacteriana, siendo inferior en Klebsiella pneumoniae.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
<p>Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.</p>		

### Consulta 34 - lote 11 item 5

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
<p>Require: "Que no requiera mantenimiento diario del equipo."</p> <p>Los mantenimientos vienen dados por las necesidades de cada marca en particular, solicitar que el mantenimiento sea según necesidad del fabricante.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
<p>Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.</p>		

## Consulta 35 - lote 11 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Requiere:"Que no presente la necesidad de desechar en forma diaria residuos líquidos provenientes de los paneles de identificación y sensibilidad."		
Se solicita a la convocante eliminar o establecer como opcional este requerimiento considerando que solamente Biomerieux cuenta con este requisito.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.		

## Consulta 36 - lote 11 item 5

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Item 5: Antibiograma para identificador de gérmenes.		
Requiere: "Sin reactivos a bordo de los equipos."		
Solicitar se considere que en caso que el equipo posea reactivos a bordo, que los mismos sean dispensados automáticamente por el equipo, sin intervención del usuario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.		

## Consulta 37 - lote 11 item 5

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Requiere: "Software base requerimientos mínimos: Windows Server 2012 R2 o superior/ Windows 11, Microsoft SQL Server 2016 o superior si es necesario, IIS 7 o superior si es necesario. Hardware requerimientos mínimos: CPU/Procesador Inter Core i5 o superior, Memoria 4GB o superior, Disco rígido 256 GB o superior o SSD."		
Considerando las características de la PC vienen dadas por las necesidades del software del fabricante, se solicita se cambie por "PC con características acordes al software del fabricante".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.		

## Consulta 38 - lote 11 item 5

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Requiere: "Los equipos deberán incubar y realizar las lecturas e interpretación de resultados, como máximo dentro de las 18 hs. tanto para bacterias GRAM positivos y GRAM negativos."		
Se solicita la interpretación de resultados en 24hs para estar acorde a las Normas CLSI de lectura de Vancomicina y Streptomycin de alta carga		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.		

## Consulta 39 - lote 11 item 5 item 6

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Requiere "b. SENSIBILIDAD DE LEVADURAS: 1.200. DETERM."		
Se solicitar se admita un equipo de apoyo para la determinación de sensibilidad de levaduras.		
Requiere: Item 6: Antibiograma para hongos: "Reactivos para la realización de Antifungigrama e identificación de levaduras, a ser utilizado en el equipo del item 5 IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS: 1.200 y SENSIBILIDAD DE LEVADURAS: 1.200."		
Se solicitar se admita un equipo de apoyo para la determinación de sensibilidad de levaduras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.		

## Consulta 40 - lote 11

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Se solicita respetuosamente a la convocante separar en dos lotes diferentes el item 1, 2, 3, 3 Hemocultivos y los item 5 y 6 antibiograma para identificador de microorganismos, a fin de dar mayor oportunidad a oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.		

## Consulta 41 - LOTE 70 - ITEM 1 Test para Sangre Oculta

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
¿Podemos ofertar en una presentación de caja x 24 det. como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.		

## Consulta 42 - Lote 2 - Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
<p>Se solicita a la convocante, para el ítem en donde se requiere que "Los reactivos deben poder ser almacenados a temperatura ambiente", se pueda considerar reactivos que necesiten refrigeración de 2 - 8°C, ya que de lo contrario se estaría direccionando la competencia hacia algunos pocos oferentes que poseen estas especificaciones técnicas. Así también, cabe mencionar que la empresa adjudicada estaría a cargo de garantizar la cadena de frío durante el transporte de los reactivos que necesiten refrigeración, y se proveerá al servicio de los refrigeradores que necesiten para el almacenamiento de los mismos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
<p>Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.</p>		

## Consulta 43 - Lote 10- Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
<p>Teniendo en cuenta que en el presente lote, se solicita un equipo con capacidad de procesamiento de 240 test/hora para el Analizador automatizado de Orina, se solicita a la convocante revisar esta solicitud, ya que carece de fundamento técnico. Ya que teniendo en cuenta la cantidad total de tiras solicitadas, que es de 170.000 unidades para un ejercicio fiscal de 2025 y 2026 totalizando 24 meses y realizando una división simple de 170.000/24meses se obtiene el valor de 7.083 tiras por mes, por lo que nos daría en promedio diario en base a 30 días al mes 236,1 tiras diarias. Por este motivo, se solicita a la convocante, que el equipo a comodato solicitado tenga una capacidad mínima de 120 test/h, con lo que se cubriría de forma más que suficiente la necesidad diaria del servicio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
<p>El fundamento técnico no se puede definir realizando una simple operación matemática de división, pues en ella no se toman en cuenta factores inherentes a la naturaleza del trabajo como por ejemplo: afluencia de pacientes en los diferentes días de la semana, horarios, y tiempo de espera de los mismos. Por ello se solicita encarecidamente ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.</p>		

## Consulta 44 - Documentos para Reactivos

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
<p>Constancia de Inscripción del PDIV (Productos para Diagnostico de Uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública y/o DINAVISA según corresponda. Se solicita a la convocante indicar cual seria ese documento? y porque se hace la aclaración expedida por LC y/o DINAVISA??? DE QUE DEPENDE..? FAVOR ACLARAR.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
<p>Se solicita regirse por las reglamentaciones vigentes: Resolución DINAVISA N° 44/2024 Por la cual se establece el Proceso Simplificado de Registro Sanitario (PSR) de Productos para Diagnóstico de Uso In Vitro , previamente autorizados por Autoridades Reguladoras de Referencia para su comercialización. Resolución DINAVISA N° 266/2022 Por la cual se Establecen los Criterios y Procedimientos para la Evaluación y Aprobación de Registros Sanitarios de Productos para Diagnostico de Uso IN VITRO. Resolución DINAVISA N° 262/2023 Por la cual se Aprueba el Formulario de Solicitud de Autorización de Importación de Productos Individualizados en el Artículo 13 de la Resolución DINAVISA N° 266/2022, que no Requiere Registro Sanitario y se Dispone su Implementación. Resolución DINAVISA N° 267/2022 "Por la cual se Establece el Plazo para la Homologación de la Habilitación Otorgada a las Empresas que Realizan Actividades Relacionadas a Productos para Diagnostico de Uso IN VITRO y se Disponen los Requisitos para la Importación Exportación Elaboración, Distribución y Comercialización de Dichos Productos. Para los casos que correspondan.</p>		

## Consulta 45 - LOTE 70 - ITEM 1 Test para Sangre Oculta

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Con respecto a la consulta realizada anteriormente, obtuvimos una respuesta que no corresponde a la consulta mencionada, por lo tanto, volvemos a consultar. ¿Podemos ofertar en una presentación de caja x 24 det. como mínimo?		

## Consulta 46 - Lote 95 Lamina Cubre Objeto

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitan la presentación en Caja de 1000 unidades como mínimo. Informamos que el precio referencia publicado corresponde a la presentación de caja x 100 unidades nada más. Favor aclarar si es correcto o no la presentación solicitada para tener en cuenta al momento de cotizar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se aclara que la presentación solicitada es de 1.000 unidades cada caja		

## Consulta 47 - Lote 70 Test de Sangre Oculta

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitan la Presentación de entrega: A) caja por 50 test como mín. Vto. mínimo un año al momento de entrega. B) Caja x 25 test. como mínima. Informamos que son 2 tipos de presentaciones requeridas. Favor aclarar cuál de las 2 presentaciones están necesitando.		

## Consulta 48 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
"SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LO MENCIONADO RESPECTO A LA CANTIDAD DE REACTIVOS A BORDO PARA EL LOTE DE QUIMICA E INMUNOLOGÍA SE REFIERE A LA SUMA DE LA CAPACIDAD TOTAL DE LOS DOS MODULOS EN CONJUNTO O SOLO AL MÓDULO DE INMUNOLOGÍA"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Los dos equipos de química clínica deben ser de las mismas características y cada uno deben poseer la capacidad de contener a todos los reactivos de estudios solicitados a bordo al mismo tiempo más posiciones de insumos si estos lo tuviesen, en cuanto a los equipos de inmunología estos también deben ser de las mismas características y cada uno deben poseer como mínimo 75 reactivos a bordo.		

## Consulta 49 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
SE PODRÍA ADMITIR OFERTAR REACTIVOS DE MARCA DIFERENTE AL EQUIPO CONSIDERANDO QUE SE TIENE BUENA EXPERIENCIA EN EL USO DE LOS MISMOS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Adecuarse al PBC, como este lo indica, "Tanto para el equipo de química como inmunología debe ser de un sistema homogéneo."		

## Consulta 50 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
"SE PODRÍA ACEPTAR LACTATO PARA LA DETERMINACION DE ACIDO LACTICO"		

## Consulta 51 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE LA POSIBILIDAD DE OFERTAR UN EQUIPO DE QUIMICA Y/O INMUNO DE SOPORTE EN CASO DE QUE EL EQUIPO PRINCIPAL NO REALICE TODAS LAS DETERMINACIONES SOLICITADAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Adecuarse a PBC, no será posible aceptar equipos adicionales ni para química clínica ni para inmunología ya que esto implicaría la descentralización en la gestión de los equipos y estos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio		

## Consulta 52 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
SE PODRÍA CEPTAR REACTIVO DE FOLATO PARA LA DETERMINACIÓN DE ACIDO FOLICO		

## Consulta 53 - LOTE 2 - "Kit para equipo de Electrolitos y Gasometro"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
"SE PODRÍA OFERTAR UN EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASOMETRO PORTATIL QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTIAS MENCIONADAS ACEPTARÍAN REACTIVOS QUE SEAN REFRIGERADOS?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
No se podrá aceptar lo propuesto, se solicita adecuarse al PBC, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura y capacidad del servicio.		

## Consulta 54 - LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
"SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR LA VELOCIDAD DEL GASOMETRO SOLICITADO SE PODRÍA OFERTAR UN EQUIPO CON VELOCIDAD DE 50 TEST HORA COMO MÍNIMO"		

## Consulta 55 - LOTE 3 - Kit determinacion para hemograma automatizado

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
<p>"SE SOLICITA A LA COMBOCANTE ACLARAR EL PUNTO DEL LOTE DE HEMOGRAMA DONDE DICE: ""el procesamiento de fluidos corporales sin proceso previo de cambio de modo de muestras. "" a que se refiere? O es que necesitan un unico equipo para liquidos biologicos o un equipo que haga liquidos y muestra de sangre entera al mismo tiempo?</p> <p>SE PODRÍA AMITIR UN CONTADOR HEMATOLOGICO QUE REPORTE EL PARAMETRO DE PDW EL CUAL ES EQUIVALENTE EL IDP SOLICITADO.</p> <p>SE PODRÍA ADMITIR UN CONTADOR HEMATOLOGICO QUE REPORTE EL PARAMETRO DE RDW QUE ES EQUIVALENTE AL IDE SOLICITADO"</p>		



## Consulta 56 - ESPECIFICACIONES TECNICAS Lote 11, ítem 1: "equipo automatizado en comodato para coloración de GRAM"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
<p>La convocante aceptaría un equipo automatizado para la coloración de GRAM con las siguientes especificaciones:</p> <p>Capacidad de la bandeja de portaobjetos: 20 portaobjetos Velocidad de rotación: Modo Tinción: aprox. 6 RPM, Modo Secado/Tinción: aprox. 260 RPM, Modo Secado: aprox. 200 RPM Pantalla: LCD alfanumérica de matriz de puntos, 4 líneas por 20 caracteres Controles de botones: 6 teclas de modo (Tinción, Cebado, Limpieza, Secado, Reinicio, Subir/Bajar portaobjetos) y 6 funciones de selección. Consumo de reactivos (típico): Violeta de Cristal, Yodo de Gram, Alcohol Acetona, Safranina: 1.2 ml ~ 2.2 ml Tiempo de tinción por ciclo (típico): 10 portaobjetos: 20 portaobjetos: 13 minutos. Dimensiones: 480 (Ancho) x 445 (Profundidad) x 265 (Altura) mm, altura con tapa abierta: Máx. 565 mm Peso: Aproximadamente 17 kg Conexión de drenaje: Boquilla en el panel trasero Seguridad: Bloqueo de la tapa Accesorios estándar: Botella de agua de 5L, contenedor de reactivos, cable del contenedor de reactivos, cable de alimentación, manguera de drenaje, tubo de conexión de reactivos (1 juego), manual del usuario, guía rápida de instalación y uso, fusible de repuesto, filtro de carbón. A fin de brindar mayor oportunidad de participación y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.</p>		

## Consulta 57 - ESPECIFICACIONES TECNICAS Lote 11, ítem 1: equipo para coloración de Ziehl Neelsen

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
<p>La convocante aceptaría un equipo para coloración de Ziehl Neelsen con las siguientes especificaciones: Capacidad de la bandeja de portaobjetos: 20 portaobjetos. Velocidad de rotación de la bandeja: Modo Tinción: aprox. 6 RPM / Modo Secado-Tinción: aprox. 260 RPM / Modo Secado: aprox. 200 RPM Pantalla: LCD alfanumérica de matriz de puntos, 4 líneas por 20 caracteres Controles de botones: 6 teclas de modo (Tinción, Cebado, Limpieza, Secado, Reinicio, Subir/Bajar portaobjetos) y 6 funciones de selección: 6 teclas de modo (Tinción, Cebado, Limpieza, Secado, Reinicio, Subir/Bajar portaobjetos) y 6 funciones de selección Consumo de reactivos (típico): Fucsina Fenicada, Alcohol Ácido, Azul de Metileno: 1.2 ml ~ 2.2 ml Tiempo de tinción por ciclo (típico): 20 portaobjetos: 18 minutos. Dimensiones: 480 (Ancho) x 445 (Profundidad) x 265 (Altura) mm, altura con tapa abierta: Máx. 565 mm Peso: Aproximadamente 17 kg Conexión de drenaje: Boquilla en el panel trasero Seguridad: Bloqueo de la tapa; esta debe estar cerrada y bloqueada durante la operación Accesorios estándar: Botella de agua de 5L, contenedor de reactivos, cable del contenedor de reactivos, cable de alimentación, manguera de drenaje, tubo de conexión de reactivos (1 juego), manual del usuario, guía rápida de instalación y uso, fusible de repuesto, filtro de carbón. A fin de brindar mayor oportunidad de participación de los oferentes, y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.</p>		

## Consulta 58 - LOTE 3 - Kit determinacion para hemograma automatizado

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
<p>"SE SOLICITA A LA COMBOCANTE ACLARAR EL PUNTO DEL LOTE DE HEMOGRAMA DONDE DICE: ""el procesamiento de fluidos corporales sin proceso previo de cambio de modo de muestras. "" a que se refiere? O es que necesitan un unico equipo para liquidos biologicos o un equipo que haga liquidos y muestra de sangre entera al mismo tiempo?</p> <p>SE PODRÍA AMITIR UN CONTADOR HEMATOLOGICO QUE REPORTE EL PARAMETRO DE PDW EL CUAL ES EQUIVALENTE EL IDP SOLICITADO.</p> <p>SE PODRÍA ADMITIR UN CONTADOR HEMATOLOGICO QUE REPORTE EL PARAMETRO DE RDW QUE ES EQUIVALENTE AL IDE SOLICITADO"</p>		

### Consulta 59 - LOTE 26 - "Disco Antibiograma bacitracina"

Consulta	Fecha de Consulta
	11-10-2024
"SE SOLICITA ACLARAR SI LA CONCENTRACIÓN CORRECTA ES 0,04 UG Y NO 0,004 UG"	

### Consulta 60 - LOTE 38 - Tira de penicilina

Consulta	Fecha de Consulta
	11-10-2024
"ACEPARÍAN UNA PRESENTACIÓN DE 10 UNIDADES DE TIRAS POR PAQUETES"	

### Consulta 61 - LOTE 39 - Tira de Cefotaxima

Consulta	Fecha de Consulta
	11-10-2024
"ACEPARÍAN UNA PRESENTACIÓN DE 10 UNIDADES DE TIRAS POR PAQUETES"	

### Consulta 62 - LOTE 41 - Etest eritromicina

Consulta	Fecha de Consulta
	11-10-2024
"ACEPTARÍAN TIRAS DE ERITROMICINA CON CONCENTRACIÓN DE 0,016 -256 ul/ml  ACEPARÍAN UNA PRESENTACIÓN DE 10 UNIDADES DE TIRAS POR PAQUETES LOS E-TES DE ERITROMICINA"	

### Consulta 63 - LOTE 42 - "Disco tipificacion oxidasa"

Consulta	Fecha de Consulta
	11-10-2024
ACEPTARÍAN UNA PRESENTACIÓN DE CART. D E50 DISCOS COMO MÍNIMO	

### Consulta 64 - LOTE 70 - "Test para sangre oculta"

Consulta	Fecha de Consulta
	11-10-2024
"SE SOLICITA ACLARAR A LA CONVOCANTE SI ES 50 TEST COMO MINIMO POR CAJA P 25 TEST. ACEPTARÍAN CAJA POR 40 TEST?"	

### Consulta 65 - LOTE 79 - Tubo de plastico

Consulta	Fecha de Consulta
	11-10-2024
"ACEPTARÍAN TUBOS DE OTRO MATERIAL PARECIDO SERÍA el tereftalato de polietileno (PET)"	

### Consulta 66 - LOTE 64 - Tubos de plastico.

Consulta	Fecha de Consulta
	11-10-2024
"ACEPTARÍAN TUBOS DE OTRO MATERIAL PARECIDO SERÍA el tereftalato de polietileno (PET)"	

### Consulta 67 - LOTE 85 - Suero control

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
"SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DETALLAR LAS DETERMINACIONES QUE NECESITA PARA PROTEINAS ESPECIFICAS DE INMUNOENSAYO, SEROLOGIA, TORCH, AUTOINMUNIDAD Y PROTEINAS ESPECIFICAS."		

### Consulta 68 - LOTE 94 - ITEM 3 - Ansas calibradas

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
ACEPTARÍAN PAQUETES O BOLSAS DE 20 UNIDADES?		

### Consulta 69 - LOTE 95- ITEM 1 - Lamina cubreobjeto

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
ACEPTARÍA UNA CAJA MADRE DE 500 LAMINILLAS?		

### Consulta 70 - LOTE 104 - Goma de ligar

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
"ACEPTARÍAN UNA GOMA DE LIGAR DE 35 CM? YA QUE ES UNA LIGA PARA ADULTOS Y ES BIEN ELASTICA"		

### Consulta 71 - LOTE 108- ITEM 2 - "Kit Antigenos Febriles"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
"SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI SE PUEDE NO PRESENTAR BRUCELA ABORTUS/ROSA DE BENGALA, QUEDARNOS SOLO CON BRUCELA ABORTUS QUE ES EL MÁS REPRESENTATIVO."		

### Consulta 72 - LOTE 113- "Test Rapido - Virus Respiratorio"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
"SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI PUEDEN ACEPTAR EL TEST DE ADENOVIRUS POR SEPARADO"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
El reactivo para la detección de antígenos de virus respiratorios deben presentarse en un único dispositivo de pruebas, esto se debe a que los medios de transporte utilizados tienen un volumen limitado y las mismas muestras se emplean también para otras pruebas como la extracción de ADN/ARN viral para detección por PCR. Además, es fundamental preservar suficiente volumen de contramaterial en caso de ser necesaria la repetición del análisis o la derivación de estudios posteriores al LCSP.		

### Consulta 73 - LOTE 123 - Etest Vancomicina

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
"ACEPTARÍAN UNA CONCENTRACION DE E-TEST DE VANCOMICINA 0,016-256 UG/ML"		

### Consulta 74 - LOTE 84 - Tubos de plastico.

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
ACEPTARÍAN TUBOS DE OTRO MATERIAL PARECIDO SERÍA el tereftalato de polietileno (PET)		

## Consulta 75 - LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
<p>Se sugiere amablemente a la convocante que en el punto: "1. El proveedor deberá incluir con la entrega de reactivos, Controles internos, Calibradores, Diluyentes e Insumos..." se aclare la presentación de reactivos, controles, calibradores y diluyentes, se sugiere y recomienda que los mismos se encuentren dentro de un mismo sistema que incluya un conjunto completo de reactivos para analizar la muestra individual y que la calibración contemple una tecnología de calibración memorizada la cual garantice la trazabilidad y precisión de los resultados mediante una curva estándar completa específica del lote del reactivo, valores de corte límite para el control interno y su fecha de vencimiento. Así también se sugiere que los equipos sean completamente automatizados y que se garantice la mínima interacción con los usuarios para evitar errores aleatorios o de pipeteo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2024
<p>No se puede indicar tipo de presentación de los Controles internos, Calibradores, Diluyentes e Insumos ya que estos son propios del equipo a ser ofertado y estos deben cumplir con todas las especificaciones técnicas solicitada.</p>		

## Consulta 76 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 70 ítem 1: (Test para sangre oculta), donde dice: "Método Inmunocromatográfico. Reactivo para la detección de Hemoglobina humana en heces sin preparación previa del paciente, que detecte 50 ng/ml de hemoglobina humana como mínimo. Presentación de entrega: caja por 50 test como mínimo. Vencimiento mínimo un año al momento de entrega. Caja x 25 test. Como mínima." Se solicita amablemente a la convocante admitir una presentación de 20 determinaciones por caja como mínimo, ya que esto no afecta la finalidad de uso del test ni compromete su efectividad. Además, se respetaría el número total de pruebas solicitadas, garantizando el cumplimiento de los requerimientos sin alterar el objetivo del proceso. Esta modificación también favorecería la participación de un mayor número de oferentes, promoviendo un proceso más justo y transparente para todos. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Método Inmunocromatográfico. Reactivo para la detección de Hemoglobina humana en heces sin preparación previa del paciente, que detecte 50 ng/ml de hemoglobina humana como mínimo. Presentación de entrega: caja por 50 test como mínimo. Vencimiento mínimo un año al momento de entrega. Caja x 20 test. Como mínima."</p>		

## Consulta 77 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
<p>En el apartado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el lote 71, ítem 1: (Rotavirus), donde dice: "(Método Inmunocromatográfico). Con controles negativos y positivos. Sensibilidad como mínimo 99% y especificidad como mínimo 98%. Vencimiento mínimo un año al momento de entrega. Caja x 25 test. Como mínima." Se solicita a la convocante admitir una sensibilidad del 96% como mínimo ya que esta sensibilidad sigue siendo altamente efectiva para pruebas de tamizaje, y es la sensibilidad más común para estos tipos de test. Al establecer este estándar, se facilitará la participación de un mayor número de oferentes, lo que promoverá la competencia y, potencialmente, mejores condiciones en la adquisición de los productos. Por lo tanto, proponemos que dicho requerimiento se redacte de la siguiente manera: "(Método Inmunocromatográfico). Con controles negativos y positivos. Sensibilidad como mínimo 96% y especificidad como mínimo 98%. Vencimiento mínimo un año al momento de entrega. Caja x 25 test. Como mínima."</p>		

## Consulta 78 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 71 ítem 1: (Rotavirus), donde dice: "(Método Inmunocromatográfico). Con controles negativos y positivos. Sensibilidad como mínimo 99% y especificidad como mínimo 98%. Vencimiento mínimo un año al momento de entrega. Caja x 25 test. Como mínima." Se solicita amablemente a la convocante admitir una presentación de 20 determinaciones por caja como mínimo, ya que esto no afecta la finalidad de uso del test ni compromete su efectividad. Además, se respetaría el número total de pruebas solicitadas, garantizando el cumplimiento de los requerimientos sin alterar el objetivo del proceso. Esta modificación también favorecería la participación de un mayor número de oferentes, promoviendo un proceso más justo y transparente para todos. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "(Método Inmunocromatográfico). Con controles negativos y positivos. Sensibilidad como mínimo 99% y especificidad como mínimo 98%. Vencimiento mínimo un año al momento de entrega. Caja x 20 test. Como mínima."</p>		

## Consulta 79 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
<p>En el apartado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el lote 71, ítem 1: (Rotavirus), donde dice: "(Método Inmunocromatográfico). Con controles negativos y positivos. Sensibilidad como mínimo 99% y especificidad como mínimo 98%. Vencimiento mínimo un año al momento de entrega. Caja x 25 test. Como mínima." Se solicita amablemente a la convocante admitir la presentación de los test rápidos sin los controles negativos y positivos, esto se fundamenta en que las pruebas rápidas están diseñadas para ser simples y rápidas, la adición de controles puede complicar el proceso y retrasar la obtención de resultados, lo que es contrario a su propósito, además, las pruebas rápidas que no requieren de controles pueden ser más accesibles en entornos con recursos limitados, permitiendo que más personas se sometan a las pruebas. Por lo tanto, proponemos que dicho requerimiento se redacte de la siguiente manera: "(Método Inmunocromatográfico). Con o sin controles negativos y positivos. Sensibilidad como mínimo 96% y especificidad como mínimo 98%. Vencimiento mínimo un año al momento de entrega. Caja x 25 test. Como mínima"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2024
<p>Adecuarse al PBC, ya que los controles positivos y negativos evidencia el funcionamiento de la prueba, como un control de calidad del proceso, sin esto no se podría garantizar un resultado así sea de screening, evitando falsos positivos y negativos y verificar su rendimiento adecuado.</p>		

## Consulta 80 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
<p>En el apartado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el lote 109, ítem 1: (Test Rápido para HIV), donde dice: "Método Inmunocromatográfico (test rápido) para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 99%. Las muestras -sangre entera, suero o plasma- deben ser depositadas directamente en las tiras o cassettes. Debe incluir en cantidad suficiente buffer y capilares con el anticoagulante recomendado, para punción digital. Marcas que hayan sido utilizados satisfactoriamente en PRONASISA o Laboratorio de Hospital Nacional." Se solicita amablemente a la convocante admitir test que cuenten con experiencia comprobada en organismos internacionales del país de origen, reconocido por sus hospitales de alta calidad y altos estándares en el área de la salud</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
<p>se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones.</p>		

## Consulta 81 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
<p>En el apartado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el lote 109, ítem 1: (Test Rápido para HIV), donde dice: "Método Inmunocromatográfico (test rápido) para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 99%. Las muestras -sangre entera, suero o plasma- deben ser depositadas directamente en las tiras o cassettes. Debe incluir en cantidad suficiente buffer y capilares con el anticoagulante recomendado, para punción digital. Marcas que hayan sido utilizados satisfactoriamente en PRONASISA o Laboratorio de Hospital Nacional." Se solicita amablemente a la convocante admitir test que no cuenten con los capilares con anticoagulante, debido a que usualmente la presentación de las pruebas rápidas se basa en el buffer, la tira o cassette y la pipeta Pasteur, además no representa un riesgo en la calidad y efectividad de los resultados. Por expuesto, solicitamos que quede de la siguiente forma: "Método Inmunocromatográfico (test rápido) para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 99%. Las muestras -sangre entera, suero o plasma- deben ser depositadas directamente en las tiras o cassettes. Debe incluir en cantidad suficiente buffer y/o capilares con el anticoagulante recomendado, para punción digital. Marcas que hayan sido utilizados satisfactoriamente en PRONASISA o Laboratorio de Hospital Nacional."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
<p>Se aclara que las muestras requeridas en el tiempo de máximo 1 día hábil son para los insumos (consumibles).</p>		

## Consulta 82 - PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
<p>En el apartado de PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, en el punto siguiente donde menciona: El proveedor deberá tener la capacidad para realizar entregas fraccionadas, la recepción en cuanto a cantidades y plazos se realizará de la siguiente manera: "Cantidad Mínima: 2. El proveedor tendrá 8 días corridos desde la recepción de la orden de compra para la entrega de los bienes. Cantidades Máximas: 3. El proveedor tendrá 8 días corridos desde la recepción de la orden de compra para la entrega de los bienes." Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a 30 días calendario. Esta ampliación es necesaria debido a los tiempos requeridos para la fabricación, la logística de envío y los trámites aduaneros, los cuales podrían superar fácilmente un mes. Ampliar el plazo permitiría que más oferentes, que tienen la capacidad de suministrar los productos solicitados, puedan participar en el proceso, fomentando así una competencia más equitativa. De este modo, se evitaría favorecer únicamente a aquellos que disponen del producto en stock, asegurando una oportunidad justa para todos los participantes. Por lo expuesto, solicitamos que el requerimiento quede de la siguiente manera: "Cantidad Mínima: 2. El proveedor tendrá 30 días corridos desde la recepción de la orden de compra para la entrega de los bienes. Cantidades Máximas: 3. El proveedor tendrá 30 días corridos desde la recepción de la orden de compra para la entrega de los bienes."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
<p>dentro del PCB en el apartado de Cronogramas de entregas se encuentran detallados las cantidades necesarias para la entrega por cada orden de compra, depende de la organización de cada empresa el tener en cuenta y seguir dicho cronograma; el cronograma se ha dividido en 4 entregas por año (cada 3 meses), se solicita respetar lo establecido para la entrega de los bienes, pues la planificación de "pedido, fabricación, trámites aduaneros, etc", depende exclusivamente de la capacidad de gestión de las empresas adjudicadas; más aun teniendo establecido el tiempo para cada emisión de las ordenes de compras</p>		

## Consulta 83 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
En la sección de REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA, solicita para insumos, en uno de los puntos, lo que sigue: "Copia del certificado emitido por DINAVISA. En caso de que la documentación se encuentre vencida se deberá acompañar constancia emitida por DINAVISA de que los mismos se encuentran en trámite de renovación y que los mismos pueden ser comercializados en el país." Solicitamos amablemente a la convocante excluir dicho requerimiento, ya que según la resolución de DINAVISA N ° 266/2022 los insumos generales de laboratorio no precisan de registro sanitario para su importación y comercialización		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Este requisito es solo para aquellos ítems a cuales corresponda su registro.		

## Consulta 84 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
En la sección de REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA, solicita para reactivos, en uno de los puntos, lo que sigue: "Para el Lote 109 Certificado de uso satisfactorio en Pronasida o del Hospital Nacional de Itauguá." Se solicita amablemente a la convocante admitir test que cuenten con experiencia comprobada en organismos internacionales del país de origen, reconocido por sus hospitales de alta calidad y altos estándares en el área de la salud.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 85 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones: Conforme atribuciones del Comité de Evaluación, si lo considera necesario solicitará las muestras a los oferentes en concurso, la presentación de los bienes ofertados se realizará en un plazo que no deberá ser mayor a 1 (UN) DÍA HÁBIL, luego de recibida la solicitud. La no presentación de las muestras en el periodo señalado será causal de descalificación Favor aclarar si se refiere a insumos de laboratorio, pues reactivos debido a la delicadeza de su conservación y que muchos son equipos dependientes su evaluación se realiza mediante los insertos y catálogos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Se aclara que las muestras requeridas en el tiempo de máximo 1 día hábil son para los insumos (consumibles).		

## Consulta 86 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Certificado de libre venta del país de origen para los reactivos Se consulta a la convocante si estaría requiriendo lo siguiente: -Copia autenticada de la Constancia de Inscripción vigente del producto ofertado o (constancia de encontrarse en trámite de renovación) en la que se detalla cada ítem ofertado, emitido por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública del MSP y BS. Si el producto se hallará con habilitación vigente por el Laboratorio Central, ésta tiene vigencia hasta la fecha de vencimiento, luego dicha habilitación deberá realizarse a través del ente rector		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
se debe cumplir lo reglamentado en la Resolución N°266/2022 de DINAVISA.		

## Consulta 87 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
requiere: Certificado de libre venta del país de origen para los reactivos Se consulta a la convocante si estaría requiriendo lo siguiente: -Copia autenticada de la Constancia de Inscripción vigente del producto ofertado o (constancia de encontrarse en trámite de renovación) en la que se detalla cada ítem ofertado, emitido por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública del MSP y BS. Si el producto se hallará con habilitación vigente por el Laboratorio Central, ésta tiene vigencia hasta la fecha de vencimiento, luego dicha habilitación deberá realizarse a través del ente rector DINAVISA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
se debe cumplir lo reglamentado en la Resolución N°266/2022 de DINAVISA.		

## Consulta 88 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Certificado de aprobación y habilitación para su uso en la práctica Clínica de los productos ofertados emitido por un Organismo Regulador competente del país de origen tales como la FDA y/o CE (Certificación Europea), ambos deben ser para Diagnóstico In Vitro. Favor aclarar si se refieren solo a los reactivos. Pues la planilla contempla una diversidad de productos para cuya comercialización no requieren la aprobación FDA ni la declaración de conformidad CE		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Solo se necesita para reactivos		

## Consulta 89 - lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Lote 1 Con un equipo pre analítico de gestión de tubos con centrifuga incorporado. Se Consulta si la centrifuga se puede incluir con la banda, ya que no interfiere en el mecanismo de automatización que este o no la centrifuga incorporada al equipo pre analítico		



## Consulta 90 - lote 4

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
LOTE 4, ÍTEM 1 AL 24: Se consulta a la convocante para el ítem 22 no podríamos ofrecer un equipo auxiliar , considerando que no es un analito que usualmente se encuentra en el menu de un equipo de coagulacion.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
La organización y complejidad del área implica sistemas analíticos homogéneos, esto optimiza el uso de recursos humanos y materiales, y fundamentalmente ayuda a evitar errores en los múltiples procesos que realizamos, un equipo auxiliar para un solo parámetro implica todo lo contrario, favor ajustarse a los solicitado al pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 91 - lote 4

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Solicita Con capacidad de procesar TP mínimo 350 test/hora y TTPA 150 test/hora como mín. Se consulta si aceptarían 02 equipos Con capacidad de procesar TP mínimo 180 test/hora y TTPA 180 test/hora		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Somos centro de referencia a nivel nacional para coagulopatías, el tiempo de respuesta así como el acceso a las pruebas específicas es fundamental para responder a la gran demanda que tenemos, la consulta específicamente respecto al TP es prácticamente la mitad de la velocidad que necesitamos, tenemos una gran población de anticoagulados, que esperan sus resultados y vuelven a consultar, controles pre quirúrgicos, de urgencias, de terapia intensiva de pacientes hematológicos, prematuros, etc., para quienes el tiempo de respuesta hace la diferencia en el diagnóstico, tratamiento y monitoreo que se les puede dar, solicitamos especificaciones mínimas para responder a la demanda que tenemos, favor atenerse a los solicitado en el pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 92 - lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Lote 2 ítem 1 Gasometría. Se consulta a la convocante aceptar reactivos almacenados en heladera de 2 a 8 grados, comprometiéndose el oferente a suministrar una heladera.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
No se podrá aceptar lo propuesto, se solicita adecuarse al PBC, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura y capacidad del servicio, o se cuenta con suficiente espacio físico para la instalación de las heladeras que se necesitarían para el almacenamiento de las cantidades de cada orden de compra, que se establece en el cronograma que se presenta en el PBC.		

## Consulta 93 - lote 10

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Lote 10 ítem Se consulta si aceptarían tiras sin determinación de Vit C o Acido ascórbico, teniendo presentación de 10 parámetros de medición o 12 con albumina y creatinina; como también si aceptarían carga continua, pero sin lectura de código de barras en 360 grados colocando los tubos en una posición asignada		

## Consulta 94 - lote 8

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Solicita: El proveedor deberá incluir con las entregas de los reactivos, controles internos, calibradores, diluyentes e insumos para la realización de estudios por metodologías de Inmunofluorescencia y Quimioluminiscencia Permitirá la convocante un equipo totalmente automatizado de Elisa, en reemplazo del la metodología de quimioluminiscencia.		

## Consulta 95 - lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
LOTE 5 - ítem 1 al 14: Se consulta a la convocante si permitira para el ítem 10 ofertar un equipo auxiliar para realizar la determinación de C1q		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2024
se solicita adecuarse al PBC, debido a la escasez de recursos humanos y espacio físico limitado.		

## Consulta 96 - lote 61

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Lote 61 se solicita a la convocante que los especificaciones técnicas de los equipos solicitados en el lote cuenten con la condición "como mínimo y que serán consideradas las ofertas que superen las especificaciones técnicas"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
las especificaciones técnicas tienen aclarada la condición de "mínimo" en el PBC, favor corroborar.		

## Consulta 97 - lote 61

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Lote 61: requiere :Rango de PH: -2.00 a 16.00; Rango de ORP: +- 2000 Mv; Rango de Temperatura: -20.0 a 120.0 °c; Resolución PH : 00.1 /0.001; Resolución ORP: 0.1 hasta +- 999.9 Mv/1Mv; Resolución Temperatura : 0.1 °C; Precisión PH : +-0.01 /+-0.002; Precisión ORP: +-0.2 mV hasta +- 699.9 Mv; +- 0.5 Mv hasta +-999.9 mV / +-2Mv; Precisión temperatura : +-0.4°C; Calibración pH: hasta 3 puntos con 7 buffers memorizados (pH1.68, 4.01,6.86, 7.01,9.18,10.01, 12.45); Calibración ORP: Compensación +-2000 mV; Compensación de temperatura: manual o automática; dimensiones aproximadamente de 230x180x50 mm. Se solicita a la convocante establecer estos valores como enunciativos no limitativos, pues existen muchos phmetros con compensación de temperatura con especificaciones diferentes a los expuestos los cuales incluso exceden en calidad,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2024
Se solicita respetar lo establecido en el PBC		

## Consulta 98 - muestra para evaluacion

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
requiere: de no ser así las empresas deberán proveer las cajas en el momento de la oferta de forma gratuita para ser probados antes de ser adjudicados. Se solicita a la convocante aclarar que entiende por "en el momento de la oferta", se solicita que los mismos sean requeridos por el comité evaluador en caso que el oferente sea el potencial adjudicado en el ítem o lote		