

Consultas Realizadas

Licitación 447544 - ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES UROLÓGICOS PARA EL INCAN - PLURIANUAL

Consulta 1 - ITEM 2 - ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2024
DONDE DICE: 2.1.4 Grado de protección de la carcasa, según IP 21 o superior CONSULTA: Solicitamos cambiar a "Grado de protección de la carcasa, según IP 21, EN/IEC 60601-1 o superior". Ya que la norma IEC 60601-1 contiene requisitos relativos a la seguridad básica y al rendimiento esencial que son de aplicación general a los equipos electromédicos. Además, incluye protección contra el ingreso perjudicial de agua u otras partículas. Esta modificación garantiza de igual manera la protección de la carcasa y permite la participación de una mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Favor remitirse a la Adenda.		

Consulta 2 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2024
Solicitamos ampliar el plan de entregas a por lo menos 30 (treinta) días hábiles, desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Favor remitirse a la Adenda.		

Consulta 3 - Sistema de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2024
Consultamos si el Sistema de adjudicación no debería ser por el TOTAL, considerando la necesidad de compatibilidad principalmente del elemento de trabajo bipolar con la función de resección bipolar de próstata en solución salina NaCL, que debe cumplir el electrobisturí.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Favor remitirse a la Adenda.		