

Consultas Realizadas

Licitación 448293 - MANTENIMIENTO DE BODY SCAN DEL AISP

Consulta 1 - Alcance - Mant. Correctivo

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2024
Se solicita a la convocante, favor aclarar el alcance del Servicio de Mantenimiento Correctivo, a fin de cotizar correctamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2024
En el mantenimiento correctivo, está contemplado una lista de repuestos posibles, a ser utilizado de acuerdo a la necesidad. Se menciona que se trata de un contrato abierto.		

Consulta 2 - Autorización

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se tiene conocimiento que solo una empresa puede conseguir la representación o carta de distribución de la marca que solicitan, favor adecuar a fin de dar mayor participación a mayores oferentes o en caso contrario citar según la convocante quienes podría ser participantes de esta convocatoria en vista de tan dirigido proceso, se ruega mayor transparencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2024
Se trata de una Licitación Público Nacional, que otorga amplia apertura a posibles oferentes. Se solicita la autorización del fabricante, por tratarse de un equipo específico, tratando así de garantizar una atención definida, un servicio eficiente, confiable y rápido, con resultados positivos, y principalmente con la seguridad de contar con los repuestos y piezas necesarias del equipo. Cualquier empresa que cuente con solvencia técnica, puede obtener la autorización del fabricante.		