

Consultas Realizadas

Licitación 440142 - Adquisición de Maquinarias, Equipos, Herramientas UNI 2024

Consulta 1 - CANTIDADES REQUERIDAS.

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Se solicita a la convocante aclarar cantidades solicitadas ya que no coinciden.! ITEM N° 2 en el PBC 5 unidades, en el SICP 11 unidades, ITEM N° 3 en el PBC 5 unidades, en el SICP 13 unidades, y en el ITEM N° 4, en el PBC 4 unidades, y en el SICP 12 unidades.!		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2024
Buenos días, con relación a su consulta se aclara que fue subsanado a través de una adenda lo cual será publicado en las próximas 48 horas. Saludos cordiales.		

Consulta 2 - PLAZO DE ENTREGA ITEM N° 13

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
Se solicita a la convocante modificar el plazo de entrega del ítem N° 13 "Generador de funciones", el mismo es un equipo muy específico y no se encuentra a nivel local, la misma se debe mandar fabricar e importar de acuerdo a su requerimiento, por lo tanto, solicitamos pueda ser considerado 45 días Hábiles para la entrega de este ítems, esperando una respuesta favorable, nos despedimos atentamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2024
Buenas tardes, con relación a su consulta, se aclara que los plazos para el pago y entrega están muy justo con los plazos que emite el ministerio de economía y finanzas. Atte.		

Consulta 3 - Especificaciones técnicas (item 3 al 5)

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
A fin de promover la competencia (que finalmente beneficiará a la convocante), consultamos si es posible establecer especificaciones técnicas generales de los productos y no una marca concreta (items 3 al 5 en los cuales se solicita específicamente equipos MINIPA). En el mercado existen diversos equipos que cumplen la misma funcionalidad y finalidad que los requeridos por la institución; por tanto, no tiene mucha lógica cerrarse a un único producto y además contradice el principio de libre competencia establecido en la ley de contrataciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2024
Buenas tardes, con relación a su consulta se solicita ajustarse al PBC, las solicitudes fueron elaboradas a través de una planificación y análisis técnicos. Saludos Cordiales.		

Consulta 4 - Período de garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
----------	-------------------	------------

Sugerimos a la convocante revisar los plazos de garantía por defectos de fabricación que se exigen en este llamado. En cada uno se solicita 2 años de garantía. Siendo que hay ítems que gozan 6 meses, otros 12 meses, etc.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2024
-----------	--------------------	------------

Buenos días, con relación a su consulta fue modificado a través de una adenda.

Atte.

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES DIRECCIONADAS (item 3 al 5)

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2024
----------	-------------------	------------

Les recordamos a la convocante que la Ley 7021, art. 45 reza: "En los pliegos de bases y condiciones no se podrá indicar marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, salvo que se cuente con razones justificadas para ello o que no exista otro modo de identificarlos, en cuyo caso únicamente se los utilizará de forma referencial." Por lo tanto, efectuamos la siguiente consulta: ¿La presentación de una marca dentro del pliego (Minipa y Trupper) es solo referencial? Es decir, si se presenta un equipo que cumple las características similares pero de marca diferente, ¿Será aceptada?

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2024
-----------	--------------------	------------

Buenos días, con relación a su consulta se informa que la convocante procedió a realizar una adenda.

Atte.

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES DIRECCIONADAS (item 3 al 5)

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2024
----------	-------------------	------------

Le recordamos a la convocante que en la Ley 7021, art 45, reza: "En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante"

Por lo tanto, solicitamos a la convocante dar mayor amplitud a las especificaciones de los multímetros, solo indicando rangos máximos y mínimos requeridos, no así cuantos y cuales son los intermedios ya que estos varían de equipo en equipo y no van ni a favor ni en contra de las aplicaciones que desean darse

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2024
-----------	--------------------	------------

Buenos días, con relación a su consulta se informa que la convocante procedió a realizar una adenda.

Atte.

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES DIRECCIONADAS (item 3 al 5)

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2024
<p>Le recordamos a la convocante que en la Ley 7021, art 45, reza: "En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante" Por lo tanto, solicitamos a la convocante dar mayor amplitud a las especificaciones de los multímetros, eliminando restricciones de tamaño y peso que direccionan completamente a una marca en específico (Minipa O Trupper). Estas especificaciones no afectan en nada al buen funcionamiento de cualquier equipo de medición</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2024
<p>Buenos días, con relación a su consulta se informa que la convocante procedió a realizar una adenda. Atte.</p>		