

## Consultas Realizadas

# Licitación 202802 - Adquisición de Equipos Odontológicos para el Programa Paraguay Sonríe

### Consulta 1 - Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2010
Solicitamos Aclarar la vigencia para la Garantía de Mantenimiento de Oferta ya que en la PAG 2 ART 10 DICE: Validez de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 90 (ciento veinte) días que se inicia siempre desde el envío de la propuesta final antes del inicio de la Etapa competitiva;		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2010
RESPUESTA: Solicitamos Aclarar la vigencia para la Garantía de Mantenimiento de Oferta ya que en la PAG 2 ART 10 DICE: Validez de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 90 (ciento veinte) días que se inicia siempre desde el envío de la propuesta final antes del inicio de la Etapa competitiva; RESPUESTA: YA SE ENCUENTRA PUBLICADA EN EL PORTAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS MEDIANTE LA ADENDA N° 1 QUE LA VALIDEZ DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA ES DE 90(NOVENTA DIAS);RESPUESTA: Ver Adenda 1		

### Consulta 2 - Plazo de Entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2010
Con referencia al Plazo de entrega DICE: Dentro de los 20 (Veinte) días Corridos de la Firma del Contrato el Oferente entregara el 100% (cien porciento) de los productos de adjudicados.  Solicitamos: Por favor la extensión del Plazo de entrega a 60 días, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2010
Se solicita cumplir con el PBC, teniendo en cuenta la urgencia de contar con los bienes.		

### Consulta 3 - Consultas Administrativas.

Consulta	Fecha de Consulta
	20-08-2010
<p>Consulta 1            Pág. 2 Art. 10 Dice: Validez de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas: ?90 (ciento veinte) días que se inicia siempre desde el envío de la propuesta final antes del inicio de la Etapa competitiva?</p> <p>Solicitamos: Por favor aclarar el periodo de vigencia de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. ¿Será de 90 (noventa) ó 120 (ciento veinte) días?</p> <p>Consulta 2            Pág. 13 Dice: Plazo de Entrega: Dentro de los 20 (Veinte) días Corridos de la Firma del Contrato el Oferente entregara el 100% (cien por ciento) de los productos de adjudicados.</p> <p>Solicitamos: Que dicho plazo de entrega para el ítem 1 Compresores y 7 Estufas Esterilizadoras, sea extendido a 60 (sesenta) días posteriores a la recepción de la orden de compra emitida una vez suscripto el contrato, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.</p> <p>Consulta 3            Pág. 20 Art. 7 Proforma de Contrato DICE: Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega: ?Serán recepcionados en los Depósitos del MSPYBS. Dependientes de la DGGIES.?</p> <p>Solicitamos: Por favor nos aclaren si debemos incluir dentro del precio de la oferta la instalación de los bienes, caso sea afirmativo, solicitamos nos informen los sitios determinados para la instalación de los equipos y si éstos lugares cuentan con la infraestructura necesaria, tales como conexiones de eléctricas, conexiones de ductos de aire comprimido, etc.</p> <p>Consulta 4            Pág. 3 Art. 13 Dice: El plazo para reparar o reemplazar los bienes: ?Será 5 (cinco) días hábiles.?</p> <p>Solicitamos: Por favor la extensión del plazo para reparar o reemplazar los bienes a 15 (quince) días, debido a que éste es el tiempo necesario para la importación de los productos, caso requieran sustitución.</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	26-08-2010
<p>3.1 La vigencia de la Garantia de Mantenimiento de la oferta deberá ser de 90 días.</p> <p>3.2 Se solicita cumplir con el PBC, teniendo en cuenta la urgencia de contar con los bienes.</p> <p>3.3 SI, una vez terminada la entrega de los bienes en los depósitos se realizara la confección del acta definitiva.</p> <p>3.4 Se solicita cumplir con el PBC, teniendo en cuenta la urgencia de contar con los bienes.</p>	

### Consulta 4 - ref licitacion 04/10 adquisicion de equipos odontologicos

Consulta	Fecha de Consulta
	24-08-2010
<p>se consulta si es posible prolongar el plazo de entrega porque son equipos importados y el tiempo es extremadamente corto , consideramos que el tiempo prudencial seria de 45 dias posteriores a la firma del contrato pues las multas son muy elevadas</p>	
Respuesta	Fecha de Respuesta
	26-08-2010
<p>Se solicita cumplir con el PBC, teniendo en cuenta la urgencia de contar con los bienes.</p>	

### Consulta 5 - licitacion nº 04/10 adquisicion de equipos odontologicos

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2010
se consulta si no se podria modificar en el punto 14 con respecto al valor de las multas que es del 1% cada 2 dias de retraso, si podria ser del 1% por cada semana de atraso		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2010
Se mantiene lo establecido en el PBC		

### Consulta 6 - lco nº 04/10 adquisicion de equipos odontologicos

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2010
en el item 2 torno convencional se consulta de que potencia debe ser de 1/4 , 1/8, si la pieza de mano debe ser con o sin rulemanes , si podrian poner mas especificaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2010
El Ítems 2 torno convencional debe ser de ¼ y con rulemanes.		

### Consulta 7 - lco nº04/10 adquisicion de equipos odontologicos

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2010
con respecto al item nº3 recortador y al item nº4 pulidora se podrian poner más especificaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2010
Las especificaciones de los ítems 3 y 4 son universales		

### Consulta 8 - lco nº04/10 adquisicion de equipos odontologicos

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2010
en el item nº6 se consulta con respecto a las cajas reveladoras de placas rx si no se podria cotizar de acero inoxidable, debido que el de metal se entiende que puede ser de hierro fundido u otro metal el cual se oxidaria facilmente .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2010
Las especificaciones de los ítems 3 y 4 son universales		

### Consulta 9 - lconº04/10 adquisicion de equipos odontologicos

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2010
en el item nº8 :las turbinas odontologicos ya no se fabrican más sobre colchon de aire, consultamos si se podria cotizar lo que dice las otras especificaciones tecnicas y si no deberia ser con 3 toberas de spray como minimo para tener una mejor refrigeración y no recalentar el diente .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2010
SI, se podrá cotizar de acero inoxidable		

## Consulta 10 - lco nº04/10 adquisicion de equipos odontologicos

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	24-08-2010
con respecto al plan de entrega todos estos bienes seran entregados si o si en los depositos del mspybs dependiente de las dggies en su totalidad , se consulta si una vez entregados dichos bienes en los depositos termina la entrega efectiva de los bienes y ahi se confecciona el acta de recepcion final		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-08-2010
SI, una vez terminada la entrega de los bienes en los depósitos se realizara la confección del acta definitiva		