

Consultas Realizadas

Licitación 209680 - LPN 5/2011 - Adquisición de Medicamentos e Insumos para Cirugía Cardiovascular

Consulta 1 - Lote 36 - Item N°3 Campo quirurgico esteril

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|---|-------------------|------------|
| No esta determinada la medida de dicho campo quirurgico, se podria presentar el tamaño grande de 80x60cm.? en vista de que los dos Items anteriores las medidas solicitadas son mas pequeñas. Favor confirmar | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|-----------------------------|--------------------|------------|
| El tamaño es de 80 x 60 cm. | | |

Consulta 2 - Lote 40 Catater para via venosa central

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|---|-------------------|------------|
| En vista de que un solo fabricante no fabrica todas las medidas de los cateteres solicitados en el Lote 40, solicitamos si dicho Lote se puede adjudicar por Item o en todo caso a que cada medida corresponda a un Lote, debido a que en estas condiciones solo podrian ofertar una o maximo dos empresas, habiendo en el mercado mas de 8 marcas de dichos cateteres. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|--|--------------------|------------|
| La convocante se mantiene en el pedido inicial en el PBC | | |

Consulta 3 - Lote 58 - Item N° 1 y 2 Hilo de Nylon

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|--|-------------------|------------|
| En ambos Item dice con aguja 1/2 circulo triangular de 19mm (+-1mm), la denominacion correcta seria de 3/8circulo triangular de 19mm (+-1mm). Favor corregir | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|--|--------------------|------------|
| La denominacion correcta es 3/8 circulo triangular de 19mm (+-1mm) | | |

Consulta 4 - Muestras Lote 78 Cateter de Drenaje

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|---|-------------------|------------|
| Para el presente Lote se podria aceptar las muestras de algunas medidas nada mas, debido a la falta de stock de algunas medidas, ademas de que con algunas medidas presentadas como muestras ya podrian evaluar la calidad y otros aspectos de dicho cateter. Favor aclarar | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|--|--------------------|------------|
| Se deberan presentar indefectiblemente todas las medidas solicitadas como muestra. | | |

Consulta 5 - Lote 36

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 36 - Item 3. Puede ser 56x84cm? o 45x55? ya que no especifica medida?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|------------------|---------------------------|------------|

La medida requerida es de 80 x 60cm

Consulta 6 - Lote 38

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 38 - Item 12, 13, 14, 15, 16. Pueden ser con conector 3/8 ya que asi se fabrican estos modelos?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|------------------|---------------------------|------------|

Si, se puede cotizar con conector de 3/8

Consulta 7 - Lote 58

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 58 - Item 1 y 2. Pueden ser con agujas 3/8 circulo?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|------------------|---------------------------|------------|

Se podra cotizar con aguja 3/8 circulo

Consulta 8 - Lote 60

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 60. Item 7. Puede ser hilo 4/0 con aguja de 10mm?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|------------------|---------------------------|------------|

Si se podra cotizar hilo 4/0 con aguja de 10mm

Consulta 9 - Lote 62

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 62. Item 4, 5, 6. Pueden ser agujas de 1/2 circulo?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|------------------|---------------------------|------------|

Si, Se podra cotizar agujas de 1/2 circulo

Consulta 10 - Lote 62

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 62. Item 9. Puede ser aguja de 25mm?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|------------------|---------------------------|------------|

SI, SE PODRA COTIZAR CON AGUJA DE 25mm

Consulta 11 - Lote 62

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|---|-------------------|------------|
| Lote 62. Item 9. Puede ser aguja de 25mm? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| SI SE PODRA COTIZAR AGUJA DE 25mm | | |

Consulta 12 - Lote 62

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|---|-------------------|------------|
| Lote 62. Item 12. Puede ser aguja de 9mm 1/2 circulo? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|--|--------------------|------------|
| Si se puede ofertar aguja de 9mm 1/2 circulo | | |

Consulta 13 - Lote 62

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|--|-------------------|------------|
| Lote 62. Item 13. Se puede cotizar aguja de 3/8 circulo? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|--|--------------------|------------|
| Si se podra ofertar aguja de 3/8 circulo | | |

Consulta 14 - Muestras de protesis

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita omitir la presentacion de muestras en los lotes de protesis debido al alto costo de las mismas. Lotes: 45, 66, 67, 68, 69, 70, 74 y 75. se podran presentar catalogos si es necesario. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|--|--------------------|------------|
| Si se pueden presentar solo los catalogos de las protesis y luego coordinamos la metodologia de entrega de las protesis teniendo siempre en cuenta la fecha de vencimiento | | |

Consulta 15 - Muestras Canulas y similares

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita presentar 1 muestra por lote en los pedidos de canulas, conectores y similares debido al alto costo de las mismas. Lotes: 33, 37, 38, 39, 46, 47, 50, 53, 72, 73. Se podran presentar catalogos si fuese necesario. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|--|--------------------|------------|
| Si, se acepta el pedido, pueden presentar una muestra por lote | | |

Consulta 16 - Presentacion de Muestras

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita omitir la presentacion de muestras de los sigtes lotes correspondientes a protesis: Lotes: 63, 64, 65. Se presentara catalogos de los productos en caso de ser requerido. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|--|--------------------|------------|
| Se acepta la opcion, se puede ofertar catalogos en los lotes mencionados | | |

Consulta 17 - Lote 40

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita a la convocante realizar la adjudicación por ítem, atendiendo a que no existe ningún fabricante que tenga todas las medidas de catéteres venoso centrales solicitada en el presente lote. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|--|--------------------|------------|
| La convocante se mantiene en la adjudicacion por Lote segun lo establecido en el PBC | | |

Consulta 18 - Lote 51 Ítem 2, 3 y 4

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| Aclarar tamaño y tipo de la aguja. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|--|--------------------|------------|
| El tamaño y tipo de aguja no importa por que es hilo para Esternón (hueso), lo que importa es el Numero del Hilo | | |

Consulta 19 - Lote 52

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|---|-------------------|------------|
| Se podrá ofertar cable para marcapaso 2/0, con 1 aguja recta y 1 curva. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|--|--------------------|------------|
| Si, se podrá ofertar cable para marcapaso 2/0, con aguja recta y 1 curva | | |

Consulta 20 - Lote 67

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|---|-------------------|------------|
| La convocante solicita en este lote Prótesis Biológica de posición Mitral Nº 17, 19, 21 y Prótesis de Pericardio Bovino de posición Mitral Nº 16, 17, 18, 19 y 21. ¿Cuál es la justificación clínica de la convocante para incluir en solo lote las Prótesis Biológica y la Prótesis de Pericardio Bovino? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|---|--------------------|------------|
| La convocante determina la forma de adquisicion, loteamiento y adjudicacion de acuerdo a la facultad que le atribuye la Ley de Contrataciones. Se mantiene el pedido original del PBC | | |

Consulta 21 - Lote 68

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|---|-------------------|------------|
| <p>La convocante solicita en este lote Prótesis Biológica de posición Aortica Nº 17, 19, 21 y Prótesis de Pericardio Bovino de posición Mitral Nº 16 y 17. ¿Cuál es la justificación clínica de la convocante para incluir en solo lote las Prótesis Biológica y la Prótesis de Pericardio Bovino?</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|---------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Respondido en la Consulta N°20</p> | | |

Consulta 22 - Lote 67 Ítem 1, 2 y 3

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Se puede apreciar que la convocante solicita Prótesis Biológica de posición Mitral con tratamiento anticalcio Nº 17, 19 y 21, es importante resaltar a la convocante que las medidas standard de las Prótesis Biológicas de posición Mitral es de 23, 25, 27, 29, 31. ¿Cuál es la justificación clínica para que la convocante solicite Prótesis Biológica de posición Mitral con tratamiento anticalcio Nº 17, 19 y 21?</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Se operan niños y se necesitan las prótesis menores. Si no existen prótesis en posición mitral 17,19 y 21 podemos aceptar las medidas standart, 23,25,27,29 y 31 y coordinamos con la empresa el tamaño específico para cada paciente a ser operado.</p> | | |

Consulta 23 - Lote 68 Ítem 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-03-2011 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Se puede apreciar que la convocante solicita Prótesis Biológica de posición Aortica con tratamiento anticalcio Nº 17, es importante resaltar a la convocante que las medidas standard de las Prótesis Biológicas de posición Aortica es de 19, 21, 23, 25, 27. ¿Cuál es la justificación clínica para que la convocante solicite Prótesis Biológica de posición Aortica con tratamiento anticalcio Nº 17?</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Se operan niños y se necesitan las protesis menores que existen en el mercado. Si no existe la numero 17 podemos aceptar las otras medidas (19,21,23,25,27) y coordinamos con la empresa el tamaño específico para cada paciente a ser operado.</p> | | |

Consulta 24 - Lote 63, Lote 67 y Lote 68

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-03-2011 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Se solicita a la convocante omitir la presentación de muestras, atendiendo el alto costo de estos productos, en todo caso solicitar la presentación de catalogos.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-03-2011 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Si se acepta la solicitud. Pueden presentar los catálogos</p> | | |