

Consultas Realizadas

Licitación 240311 - LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS

Consulta 1 - PLAZO ENTREGA CANTIDAD MAXIMA

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2012
<p>Solicitamos ampliar a 90 días el plazo de entrega de la cantidad máxima, considerando que 30 días es insuficiente para los productos que son proveídos del exterior. La mediterraneidad de nuestro país, hace que las cargas deban transitar por otros países antes de llegar al nuestro, lo cual genera innumerables retrasos, sin contar con situaciones particulares, como bloqueos en fontera (frecuente ultimamente), bajante de rios, etc., lo cual, con 30 días de plazo de entrega es imposible no incurrir en demoras excesivas. También es importante destacar que, como el IPS, esta obligado a adquirir solo la cantidad mínima, los proveedores no podemos disponer un nuestros depositos de grandes volúmenes de mercaderías bajo el riesgo de que no sean adquiridas, ya que las cantidades solicitadas superan ampliamente el consumo local. De persistir el plazo de 30 días podría generar al IPS altos precios de cotizaciones, ya que cada proveedor debiera preveer en sus precios las eventuales aplicaciones de multas por atraso.</p> <p>Cordiales saludos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
<p>RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma. ;RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 3</p>		

Consulta 2 - Seccion III - Plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2012
<p>Solicitamos aclarar el plazo de emisión de ordenes de entrega a partir de la firma del contrato.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
<p>RESPUESTA: Las órdenes de entregas correspondientes a las cantidades mínimas serán emitidas dentro de los 300 días posterior a la firma del contrato; en tanto que las ordenes de entregas por las cantidades máximas serán emitidas una vez emitidas la totalidad de las órdenes correspondientes a las cantidades mínimas, según necesidad, con plazos de entrega de hasta 45 días contados a partir de la recepción de la Orden de Entrega por parte del proveedor.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.</p>		

Consulta 3 - Documentos Requeridos Punto 13.

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2012
<p>Dice (sic):Certificado de esterilidad de origen autenticada, para todos los productos ofertados, debidamente autenticados en origen, a que se refiere exactamente con Certificado de Esterilidad de Origen, se refiere a la Certificacion de la Esterilidad de los productos emitida por el fabricante? y por Autenticado? se refiere a autenticacion por notario publico en origen o legalizado por alguna oficina consular en origen? Favor aclarar</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
<p>RESPUESTA: Es certificado de origen, de la esterilidad de los productos ofertados. Dicho certificado, debe estar legalizado y consularizado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.</p>		

Consulta 4 - Documentos Requeridos F) Punto 16.

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2012
<p>Dice (sic): Certificados de garantía de calidad de Origen de los Items que se requieran, debidamente autenticados. A que Certificados se refiere exactamente, a los Certificados Calidad ISO, CE y de BPF. Favor Aclarar.</p> <p>En cuanto a autenticados en origen a que se refiere a autenticados por notario publico en origen o legalizados por alguna oficina consular? Favor aclarar.</p> <p>Cuales son los Items que requieren la presentacion de dichos Certificados de Calidad</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
<p>RESPUESTA: Los certificados de calidad son de los productos. Es decir los que avalan la calidad del producto, no del sistema de gestión de calidad. Estos Certificados deben estar legalizados y consularizados.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.</p>		

Consulta 5 - Documentos Solicitados F) Puntos 13. y 16.

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2012
<p>En caso de que dichas Certificaciones sean solicitadas con legalizacion en el exterior por las correspondientes oficinas consulares, se podria presentar en el momento del Acto de Apertura de Ofertas una Declaracion Jurada que en caso de ser adjudicado sera presentado dichas documentaciones antes de la firma del Contrato, esto se debe a que las legalizaciones en el exterior llevan un plazo de tiempo elevado ademas de los altos costos que implican. Favor confirmar</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
<p>RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 3;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.</p>		

Consulta 6 - Item N°49 Cateter intravenosa via central pediatrico

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2012
<p>Solicitamos la habilitacion del rango de dicho cateter para via venosa central de 3 lumen de 5-5.5Fr. tal y como lo viene haciendo el IPS con los cateteres p/adulto, esto se debe a que existen poqueñas diferencias entre los diferentes fabricantes y dicha variacion de rango no afecta en absoluto a la funcionalidad del Set de dicho Cateter.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
<p>RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.</p>		

Consulta 7 - Item N°70 Conexion p/infusion parenteral sistema cerrado

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2012
<p>Conector p/infusion parenteral de 2 vias sistema cerrado, solicitan con dos cierres deslizables en cada via, solicitamos que lleven unicamente un cierre deslizable en cada via, debido a que es imposible que dicho conector lleve 2 cierres, no tiene ningun sentido, ya que con un cierre en cada via se puede manejar de manera perfecta el caudal del flujo necesitado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
<p>RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 3.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.</p>		

Consulta 8 - ITEM Nº 8

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2012
----------	-------------------	------------

Se refiere a KIT o solamente la aguja para pistola, aclarar la medida de la aguja.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA: Se refiere solamente a Aguja p/ Biopsia Prostática, estéril, descartable, 22 mm, disparo automático.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.

Consulta 9 - ITEM Nº 197

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2012
----------	-------------------	------------

Se refiere a irrigacion Urologica, especificar la medida del producto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA: Es para cirugía urológica y traumatológica (artroscopia) medida de 6 a 8 mm.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.

Consulta 10 - F) Cualquier otro documento adicional requerido.

Consulta	Fecha de Consulta
	03-07-2012
<p>F) Cualquier otro documento adicional requerido.</p> <p>10. Para Suturas: Cada muestra presentada deberá estar comparada con su correspondiente certificado de control de calidad del fabricante del país de origen, debidamente autenticado, con los ensayos descritos en la USP31NF26 2008 o ediciones posteriores. El número de lote de la muestra presentada deberá coincidir con el número de lote que figura en certificado de control de calidad.</p> <p>11. Para Suturas: Certificados de ensayos debidamente autenticados y realizados en un laboratorio acreditado en origen. Este certificado deberá estar acompañado de una constancia emitida por el Organismo Nacional de Acreditación (ONA) de nuestro país, que el laboratorio se encuentra acreditado. Si en el país de origen no hay un Laboratorio debidamente acreditado y si no tiene certificado de origen emitido por un laboratorio acreditado se solicitara Certificado de Control de Calidad del fabricante del país de origen establecido en las normas IS/IEC 17025 y presentar una declaración jurada para cumplimiento del método de ensayo.</p> <p>12. Para Suturas: Certificados de ensayos de esterilidad y resistencia a la tensión realizados localmente (INTN).</p> <p>13. Certificado de esterilidad de origen debidamente autenticada para todos los productos ofertados, debidamente autenticados en origen.</p> <p>PREGUNTA Favor aclarar si los requisitos exigidos en los puntos 10, 11, 12 y 13 deben corresponder al mismo lote de muestras a ser entregadas, ya que, en tal caso, es imposible conseguirlos para la fecha prevista de apertura de ofertas, considerando que los pasos a seguir serian los siguientes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los fabricantes deben enviar las muestras a los laboratorios acreditados, y esperar el resultado de los ensayos (15 a 25 días) 2. Una vez recibidos los resultados, deben autenticar dichos documentos (1 semana) 3. Las muestras y los documentos deben enviarlos a nuestro País (demora de 3 a 5 días, de acuerdo al País donde este localizada la fabrica) 4. Una vez recibido, los documentos deben ser legalizados en el Ministerio de Relaciones Exteriores para que tengan validez y paralelamente enviar las muestras al INTN, para las pruebas de tensión, resistencia y esterilidad (15 a 25 días). 5. Enviar al ONA los certificados recibidos para que nos emitan la constancia que el laboratorio se encuentra debidamente acreditado. <p>Solicitamos que dichos documentos sean remplazados por el Certificado de Control de Calidad de cada fabricante, y a discreción del IPS, los ensayos solicitados sean requeridos a la firma del contrato en caso de adjudicación, pero dentro de plazos razonables, considerando que para cada ensayo hay tiempos determinados que no se pueden omitir.</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	12-07-2012
<p>RESPUESTA: - Los requisitos solicitados en los puntos 10,11,12 y 13 no necesariamente debe corresponder al mismo lote de la muestra a ser entregada por la firma en caso de ser adjudicada. - Al mismo tiempo remitirse a la Adenda Nº 3 ;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.</p>	

Consulta 11 - ITEM 66 CINTA ADHESIVA QUIRURGICA ANTIALERGICA

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2012
Solicitan Cinta medida 5 cms. de ancho x 4,5 cms. de largo, consultamos si dicha medida es correcta o ¿ debe ser 5 cms. de ancho x 4,5 mts.de largo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se aclara que lo solicitado es Cinta Adhesiva Quirúrgica Antialérgica 5 cm. de ancho x 4,5 mts. de largo mínimo.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 12 - ITEM 74 CINTA ADHESIVA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2012
Normalmente vienen en presentacion rollos. ¿ A que se refiere presentacion CARRETES? o es lo mismo que rollo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado. Se aclara que carretes es sinónimo de rollos. ;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 13 - ITEM 76 CINTA ADHESIVA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2012
SOLICITAN PRESENTACION CARRETES. ¿es lo mismo que presentacion rollos? ¿A que se refiere con carretes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado. Se aclara que carretes es sinónimo de rollos. ;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 14 - Item 25 Bolsa de enema

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2012
Puede ser de 1.500cc? ya que esta es la medida que normalmente usan en los sanatorios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 15 - Item 33-34 Bata quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2012
Se puede cotizar la bata quirúrgica en SMMMS de 45 grs con refuerzo en impermeable de 30 grs? Ya que constituye un producto de mayor seguridad que lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 16 - Item 50 Cateter percutáneo

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2012
Puede ser de 65 cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 17 - Item 62 Cateter para infusión de quimioterapia

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2012
Se puede cotizar catéter de silicona con introductor de 4,2mm, ya que esta es la medida que se utiliza para este calibre de catéter		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 18 - Item 64: Cateter umbilical arterial

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2012
Se puede cotizar de 38,1 cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 19 - Item 93 Filtro antibacteriano

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2012
Puede ser NO estéril?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 20 - Item 127 ? 128 Packs quirúrgicos

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2012
Favor si es factible cotizar un pack con las sgtes características: - Batas en SMMMS de 45 grs más refuerzo en impermeable de 30 grs - 4 compresas de campo 1,20 x 1,20 de tela bilaminada/ barrera absoluta (viscosa + polietileno) - Cobertor fenestrado de 2,00 x 3,15mts en tela SMS de 45 grs y refuerzo en el centro (1,50 x 1,50mts) en tela bilaminada/Barrera absoluta (viscosa + polietileno) la fenestración sería central La propuesta de oferta corresponde a un producto de mayor seguridad que lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 21 - ITEM Nº 184 AMPLIAR EN + - 0.2CM EL RANGO DE LA MEDIDA DE LA AGUJA

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2012
ITEM Nº 184 - Favor ampliar en +- 0.2cm. el rango de la medida de la aguja, considerando que de esta manera se ajustara a la armonización de medidas para todas las marcas, caso contrario, probablemente el IPS no recibira ofertas de este ítem, o las cotizaciones no se ajustaran a la medida solicitada. HILO P/ SUTURA DE COLAGENO ABSORBIBLE CROMADO : SUTURA QUIRÚRGICA DE COLÁGENO NATURAL (DE ORIGEN OVINO O BOVINO) + CROMO Nº 3/0 CON AGUJA CURVA DE 2,5 CM. C/aguja curva 1/2 círculo,2,5 cm,punta redonda,hebra de 70 cm de largo mínimo con acostillado longitudinal. Con aguja fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 22 - ITEM Nº 189 - AMPLIAR EN + - 0.2CM. en rango de medida de la aguja

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2012
ITEM Nº 189 - Favor ampliar en +- 0.2cm. el rango de la medida de la aguja, considerando que de esta manera se ajustara a la armonización de medidas para todas las marcas, caso contrario, probablemente el IPS no recibira ofertas de este ítem, o las cotizaciones no se ajustaran a la medida solicitada. HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO Nº 2/0 C/ AGUJA Aguja Armada De 2,5 Cm, 1/2 Círculo, Punta Redonda		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 23 - ITEM 202 VENDA ENYESADA

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2012
PUEDE COTIZARSE VENDA ENYESADA - NO ESTERIL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 24 - 1) Ítem 49 ? Catéter Venoso Central 5 Fr - 3 lumen

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
Solicitamos a la convocante ampliar el rango de french del catéter venoso central de uso pediátrico de 5 Fr a 5,5 Fr.		
Además de los accesorios solicitados por la convocante para el catéter venoso central pediátrico, sería importante que el mismo contenga la jeringa introductora ROULERSON y el conector en Y, a fin de que el profesional disponga de una mejor herramienta en el momento de la inserción de la guía y del catéter.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 25 - Ítem 70 ? Conexión para infusión parenteral Sistema Cerrado.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
Favor aclarar si lo solicitado por la convocante en el presente ítem, es con un cierre deslizante en cada una de las vías, atendiendo que el mercado no existe conectores de dos vías para infusión parenteral con dos cierres deslizables en cada una de las vías.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 3.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 26 - Sección VII Anexo N° 1 Documentos que componen la oferta ? Inc. F. 13.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
Dicho documento corresponde para las muestras a ser entregadas en el momento de la apertura de sobre, o correspondería en caso de ser adjudicado para en el momento de la entrega de los insumos en DASM.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 3.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 27 - Sección VII Anexo N° 1 Documentos que componen la oferta ? Inc. F. 16.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
Aclarar si dichos documentos corresponderían a los Certificados de Libre Venta de los dispositivos médicos emitidos por la autoridad competente en el país de origen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Los certificados de calidad son de los productos. Es decir los que avalan la calidad del producto, no del sistema de gestión de calidad. Estos Certificados deben estar legalizados y consularizados.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 28 - SECCION III. 1. Especificaciones Técnicas. ITEM 92

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
En el ítem 92 solicitan "Esponja Hemostática Quirúrgica De Colágeno Natural DE ORIGEN BOVINO, medida estándar (8 x 6 x 2 cm.) con variación (+-1)". ¿Podrán cotizarse Esponjas Hemostáticas quirúrgicas de Colágeno DE ORIGEN PORCINO Y/O DE ORIGEN NATURAL? El pedido obedece a que al especificar que el colágeno debe ser de origen Bovino se está limitando la participación de potenciales oferentes, privándose el Instituto de adquirir un producto de mayor calidad, ya que los avances de la ciencia han demostrado que histológicamente el tejido de origen porcino tiene mejor aceptación y menores efectos tóxicos para el organismo, motivo por el cual actualmente se opta por utilizar material de origen porcino para fabricar válvulas cardiacas biológicas, injertos, etc. Por tanto, favor modificar las especificaciones y permitir que se puedan cotizar Esponjas de Colágeno de Origen Porcino y/o Bovino, o simplemente de Origen natural, para englobar ambos orígenes y dar participación a un mayor número de oferentes conforme al principio de Igualdad y Libre Competencia establecido en el Art. 4º de la Ley 2051/03.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 29 - CINTAS ADHESIVAS QUIRURGICAS

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
CINTAS ADHESIVAS QUIRURGICAS ITEM 66, ITEM 74, ITEM 75, ITEM 76 SU UTILIZACION NO REQUIERE ENTRAR EN CONTACTO DIRECTO CON LAS HERIDAS, PUEDEN PRESENTARSE ESTOS PRODUCTOS SIN ESTERILIZAR?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: En las especificaciones técnicas de estos ítems no se requiere la Esterilidad.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 30 - CINTAS ADHESIVAS QUIRURGICAS ITEM 74 E ITEM 76

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
ITEM 74 , ITEM 76 CINTAS ADHESIVAS QUIRURGICAS PRESENTACION CARRETES. EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE CARRETES: A) CARRETE DE PLASTICO SISTEMA ABIERTO B) CARRETE DE PLASTICO SISTEMA CERRADO C) CARRETE DE PLASTICOS SIST. ABIERTO CON TERMINAMCION PARA CORTAR LA CINTA. ¿ QUE TIPO DE CARRETES SOLICITAN?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Lo solicitado es en carretes. Podrán ser ofertadas las opciones de los numerales a) ? b) o c);RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 31 - Items 47-48 Cateter Intravenoso Periferico

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
1) ¿el cateter solicitado debe de ser 100% poliuretano? 2)¿el cateter solicitado debe de tener dispositivo de seguridad pasivo a fin de evitar riesgos de contaminacion y accidentes de pinchazos? 3) ¿El cateter solicitado debe de contar con tapa y filtro hidrofobo a fin de evitar la contaminacion del cateter?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 32 - Item 49 - Cateter Venoso Via Central Pediatrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
1) ¿el cateter solicitado debe de contar con sistema de fijacion del cateter adhesivo? 2)¿ el cateters solicitado debe incluir el electrodo para colocar el cateter por medio de la curva de monitorizacion del ECG, a traves del monitor? 3) La guia del cateter debe ser de Niquel y Titanio?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 33 - Item 87 Equipo Macrogotero

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
1) ¿el filtro de particulas solicitado en el equipo macrogotas debe de ser de 15 micras como minimo? 2) ¿el equipo debe contar con puerto de inyeccion lateral que permita clampar la linea del equipo sin necesidad de desregular el goteo para hacer las medicaciones? 3)¿la conecion del equipo al cateter debe de ser a rosca y a precion? 4)¿La conecion del equipo debe de tener tapa con filtro hidrofoho a fin de evitar su posible contaminacion? 5)¿El equipo debe permitir eliminar el aire de manera automatica, antes de ser colocado al cateter?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 34 - Item 88 - Equipo macrogotero

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
1) ¿el filtro de partículas solicitado en el equipo macrogotas debe de ser de 15 micras como mínimo? 2) ¿el equipo debe contar con puerto de inyección lateral que permita clampar la línea del equipo sin necesidad de desregular el goteo para hacer las medicaciones? 3) ¿la conexión del equipo al catéter debe de ser a rosca y a presión? 4) ¿La conexión del equipo debe de tener tapa con filtro hidrofóbico a fin de evitar su posible contaminación? 5) ¿El equipo debe permitir eliminar el aire de manera automática, antes de ser colocado al catéter?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta será publicada una vez que el Consejo de Administración del IPS apruebe la misma.		

Consulta 35 - Item 89 - Equipo Microgotero

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
1) ¿el filtro de partículas solicitado en el equipo macrogotas debe de ser de 15 micras como mínimo? 2) ¿el equipo debe contar con puerto de inyección lateral que permita clampar la línea del equipo sin necesidad de desregular el goteo para hacer las medicaciones? 3) ¿la conexión del equipo al catéter debe de ser a rosca y a presión? 4) ¿La conexión del equipo debe de tener tapa con filtro hidrofóbico a fin de evitar su posible contaminación? 5) ¿El equipo debe permitir eliminar el aire de manera automática, antes de ser colocado al catéter?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta será publicada una vez que el Consejo de Administración del IPS apruebe la misma.		

Consulta 36 - ITEM 100, ITEM 101

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
FAVOR ACLARAR SI LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN LOS ITEMS 100 "GUANTE DE PROCEDIMIENTO MEDIANO NO ESTERIL" Y 101 "GUANTE DE PROCEDIMIENTO PEQUEÑO NO ESTERIL", SON UNIDADES O PARES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se aclara que las cantidades solicitadas en los ítems 100 y 101, corresponde a pares;RESPUESTA: La respuesta será publicada una vez que el Consejo de Administración del IPS apruebe la misma.		

Consulta 37 - Item 130 - Prolongador de Via

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
1) ¿la extensión solicitada debe de ser de 120 cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta será publicada una vez que el Consejo de Administración del IPS apruebe la misma.		

Consulta 38 - Item 28 - Bolsa Mixta plegable

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
----------	-------------------	------------

Solicitamos al comité evaluador considere la posibilidad de ofertar bolsas mixtas termosellables ya que conforme a las normas ISO 11607 que regula la fabricación de empaques para esterilización, así como también la norma 13795 que regula la fabricación y el uso de insumos descartables, establecen que los fijadores con adhesivo no permiten una total barrera.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta será publicada una vez que el Consejo de Administración del IPS apruebe la misma.

Consulta 39 - Item 32 - Bolsa de Papel con Indicador Químico

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
----------	-------------------	------------

Solicitamos al comité evaluador considere la medida de 38 cm x 12,5 cm + 54,9 cm ampliando a +1 cm la variable de una de ellas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta será publicada una vez que el Consejo de Administración del IPS apruebe la misma.

Consulta 40 - Item 33 - Bata quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta las cantidades importantes solicitadas y a que actualmente este tipo de insumo es de necesidad crítica en todo el país, solicitamos al comité evaluador considere la posibilidad de ampliar los tiempos de entrega a: ? 25 % hasta los 30 (treinta) días de la recepción de la Orden de Entrega, por parte del proveedor. otro grupo de 25 % hasta los 60 (sesenta) días de la recepción de la Orden de Entrega, por parte del proveedor. y El saldo de 50% hasta los 90 (noventa) días de la recepción de la Orden de Entrega, por parte del proveedor

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2012
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA: Se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta será publicada una vez que el Consejo de Administración del IPS apruebe la misma.

Consulta 41 - ITEM 92 ESPONJA HEMOSTÁTICA

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2012
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta que en este tipo de artículo, la acción eficaz primordial responde a la activación de la hemostasia primaria y secundaria en el proceso de la coagulación, solicitamos al comité evaluador considerar las medidas de 8 cm x 5 cm x 0,5cm, fabricada en fibras de colágeno de alta pureza, con gran capacidad de absorción de líquidos en pocos segundos y completamente absorbible, la cual también puede fácilmente introducirse en la cavidad por medios laparoscópicos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2012
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA: Adecuarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado. ;RESPUESTA: La respuesta será publicada una vez que el Consejo de Administración del IPS apruebe la misma.

Consulta 42 - ITEMS 105, 106, 107, 108, 109, 110

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2012
Solicitamos nos puedan confirmar si la hoja solicitada es de acero inoxidable 100% o de Acero al carbono las cuales son las que se vienen ofertando en la mayoría de las licitaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2012
RESPUESTA: Lo solicitado corresponde a Acero Inoxidable que incluye en su composición Carbono cuyo porcentaje debe estar de acuerdo al uso según normas DIN y normas AISI.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 43 - ITEM 126 PAPAEL PARA ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2012
A efectos de poder garantizar la calidad del producto a ser adjudicado, sugerimos se tenga en cuenta que el mismo debe ser un material hidrófugo y resistente a cualquier tipo de perforación que pudiera presentarse por la utilización en cajas o contenedores pesados conforme a la norma ISO 11607 EN 868-2. Para ello sugerimos se incluya el material compuesto por fibra plástica de polipropileno con celulosa, y el rango del gramaje de 52 gr/m2 a 59 gr/m2 conforme a lo expuesto por esta norma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2012
RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma. ;RESPUESTA: Adecuarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.		

Consulta 44 - ITEMS 127 - 128 PACKS QUIRURGICOS

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2012
Teniendo en cuenta las cantidades importantes solicitadas y a que actualmente este tipo de insumo es de necesidad critica en todo el país, solicitamos al comité evaluador considere la posibilidad de ampliar los tiempos de entrega a: ? 25 % hasta los 30 (treinta) días de la recepción de la Orden de Entrega, por parte del proveedor. otro grupo de 25 % hasta los 60 (sesenta) días de la recepción de la Orden de Entrega, por parte del proveedor. y El saldo de 50% hasta los 90 (noventa) días de la recepción de la Orden de Entrega, por parte del proveedor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2012
RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma. ;RESPUESTA: Adecuarse a la Adenda Nº 2 del llamado		

Consulta 45 - ITEM 184 HILO PARA SUTURA DE COLAGENO

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2012
Solicitamos se incluya variación en la medida de la aguja a +/- 0,1 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2012
RESPUESTA: Adecuarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 46 - ITEM 185 HILO PARA SUTURA DE ALGODON

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2012
----------	-------------------	------------

Solicitamos la posibilidad de cotizar Lino o Poliester teniendo en cuenta que la finalidad de la indicación es la misma.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2012
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma. ;RESPUESTA: Adecuarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

Consulta 47 - ITEM 186 HILO PARA SUTURA DE POLIGLACTINA

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2012
----------	-------------------	------------

En relación a aguja urológica se refiere a la aguja 5/8?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2012
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma. ;RESPUESTA: Adecuarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

Lo solicitado corresponde a: HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 5/0 C/AG DE 1,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 . Aguja curva atraumática, punta ahusada urológica, 1,5 cm.

Consulta 48 - ITEM 190 HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2012
----------	-------------------	------------

Solicitamos al comité evaluador considera tener en cuenta garantizar las propiedades físicas del producto en el almacenamiento y distribución, para ello sugerimos que el empaque de este artículo sea doble, y el interno del tipo laminado el cual protege de las condiciones físicas externas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2012
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma. ;RESPUESTA: El empaque del artículo debe ser doble, y el interno podría ofertarse del tipo laminado, no siendo una condición excluyente. El tipo de embalaje debe ser el adecuado para proteger al artículo de las condiciones físicas externas.

Consulta 49 - ITEMS 23 - 24: BOLSA P/ COLOSTOMÍA

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2012
----------	-------------------	------------

1-Considerando que el anillo de Karaya está demostrado que es un material muy agresivo para piel, razón por la cual, ya no se utiliza la karaya en casi ningún lugar del mundo. Se podría cotizar bolsa para colostomía e ileostomía con apósito de fijación hidrocoloide para protección de la piel periestomial y adhesividad optima, lo que es imprescindible para una piel periestomial en general muy atacada por las heces?

2- Solicita únicamente un sistema de bolsas (de 1 pieza), variando las medidas del estoma de 51MM a 64MM pudiendo necesitarse otras medidas. Por esta razón, podría ofertarse un sistema que permita ofrecer anillos de 10 a 70MM en la misma placa? También de esta forma se da una mayor cobertura con un único material.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2012
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma. ;RESPUESTA: Adecuarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

_ Lo solicitado en el ítem 23 es: BOLSA P/ COLOSTOMÍA: BOLSA P/ COLOSTOMÍA C/ ANILLO DE KARAYA DE 51 MM.

_ Lo solicitado en el ítem 24 es: BOLSA P/ COLOSTOMÍA BOLSAS PARA COLOSTOMÍA C/ANILLO KARAYA 64 MM (+ - 1)

Consulta 50 - ITEM 139, SONDA DE ALIMENTACION NASOYEURAL 14 Fr.

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2012
----------	-------------------	------------

la guia standar de la sonda DEBE SER HUECA?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2012
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma. ;RESPUESTA: La guía estándar de la sonda No debe ser hueca.

Consulta 51 - ITEM 85 EQUIPO VOLUTROL MICROGOTERO 140 - 150 ML

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2012
----------	-------------------	------------

puede cotizarse EQUIPO VOLUTROL MICROGOTERO 100 - 150 ML ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2012
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma. ;RESPUESTA: Adecuarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

Consulta 52 - ITEM 118 MALLA DE POLIPROPILENO PARA HERNIA :MALLA DE POLIPROPILENO Y POLIGLACTINA CHICA 7,6 x 15 cm

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2012
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta que según referencias bibliográficas, la indicación de malla con poliglactina está orientado a que el material absorbible otorgue finalmente en un plazo de 60 a 90 días aproximadamente menos material extraño en el paciente. Solicitamos al comité evaluador considere : malla de polipropileno monofilar microporosa de BAJO PESO, (de 36 gr/m²) el cual YA desde el post operatorio inmediato garantiza uniformidad en la cicatrización sin tiempos de espera. También sugerimos el tamaño de 15 cm x 15 cm según la casuística reportada responde a mejor adaptación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2012
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA: Adecuarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado. ;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.

Consulta 53 - PRESENTACION CARPETAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2012
----------	-------------------	------------

No establece el pliego ¿ cuantas carpetas origianles o copias se deberan presentar las documentaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2012
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA: Remitirse a lo dispuesto en las Instrucciones a los Oferentes (IAO. SBE) Punto 13.1.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.

Consulta 54 - CINTAS ADHESIVAS QUIRURGICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2012
ITEM 74 E ITEM 76 LA PRESENTACION CARRETES .		
¿SE PUEDE PRESENTAR CARRETE SIN TAPA?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2012
RESPUESTA: Podrán ofertarse carretes con o sin tapa;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 55 - Item 49 - CATÉTER INTRAVENOSA VÍA CENTRAL PEDIATRICO

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2012
Solicitan:CATÉTER INTRAVENOSA VÍA CENTRAL PEDIATRICO P/ VÍA VENOSA CENTRAL 5 FR 3 LÚMEN.		
Consulta: Se podria ofertar CATÉTER INTRAVENOSA VÍA CENTRAL PEDIATRICO P/ VÍA VENOSA CENTRAL 5.5F por 3 vias.? Que Largos de Cateter Solicitan?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2012
RESPUESTA: Adecuarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 56 - PLAZO ENTREGA CANTIDAD MAXIMA

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2012
En la addenda N° 3, han ampliado a 45 días el plazo para la entrega de la cantidad maxima, lo cual sigue siendo insuficiente, considerando que el IPS, solo esta obligado a las cantidades minimas, por lo que solicitamos ampliar el plazo por lo menos a 60 días, y de esta manera evitar, retrasos, pago excesivos de multas, y sanciones de parte del IPS a los proveedores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2012
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a la Adenda N° 3 del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		

Consulta 57 - SECCION II ITEM 4 MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2012
En los items 211,212,2163,214 se podrá presentar una sola muestra considerando que será el mismo producto sólo en medidas diferentes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2012
RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma. ;RESPUESTA: En caso de ofertarse en varios ítems el mismo insumo pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de la muestra de uno de ellos, acompañada de una declaración jurada en la que el oferente se comprometa, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente.		

Consulta 58 - Sección III Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2012
----------	-------------------	------------

Según respuesta recibida, las órdenes de entrega correspondientes a las cantidades mínimas serán emitidas dentro de los 300 días posteriores a la firma del contrato y los % de cantidades se mantienen de acuerdo al pliego? 25% a los 8 días, 25% a los 15 días y el saldo 50% a 30 días de emitidas cada orden?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2012
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA: Sí, los porcentajes establecidos para las cantidades mínimas establecidas se mantienen invariables.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.

Consulta 59 - Certificado de Esterilidad y Calidad de los Productos Ofertados

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2012
----------	-------------------	------------

Sección VII - Anexo 1. Inciso F, Punto N. 13 dice: Se solicita certificado de Esterilidad de origen debidamente autenticado para todos los productos ofertados, debidamente autenticados en origen.

Pregunta: Se refiere a los Certificados:

- Certificado - CE, de conformidad con el Art. 11.2b y Anexo V (Módulo D1) y el Art. 11.5 del Anexo V (Módulo D1) de acuerdo a la Directiva o Normativa 93/42/EEC que rectifica la calidad del proceso de manufactura de Productos y la Seguridad en el mantenimiento de la esterilidad o condiciones estériles del mismo.
- Al Certificado de Venta Libre otorgado por la Dirección de Tecnología Médica (A.N.M.A.T.) de la República Argentina, donde hace constar que el Establecimiento Titular o Fabricante de los productos ofertados cumple Las Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos (MERCOSUR/GMC/RES. N. 4/95) Disposición A.N.M.A.T., respecto de los productos que se distribuyen dentro del País o destinados a la Exportación. Las buenas practicas de fabricación ya incluyen la calidad de fabricación y garantizan el proceso de Esterilización, necesarios para poder comercializar los mismos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2012
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA: Se debe presentar todo certificado que garantice la esterilidad y la calidad de los productos. A) Certificado que demuestre el cumplimiento de la Directriz de la CE relacionada a los requisitos exigidos b) Certificado de libre venta de ANMAT que respalda el cumplimiento de Buenas Practicas de Fabricación. Ambos certificados deben estar debidamente consularizados y legalizados.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.

Consulta 60 - Certificado de Esterilidad y Calidad de los Productos Ofertados

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2012
----------	-------------------	------------

Sección VII - Anexo 1. Inciso F, Punto N. 13 dice: Se solicita certificado de Esterilidad de origen debidamente autenticado para todos los productos ofertados, debidamente autenticados en origen.

Pregunta: Se refiere a los Certificados:

- Certificado - CE, de conformidad con el Art. 11.2b y Anexo V (Módulo D1) y el Art. 11.5 del Anexo V (Módulo D1) de acuerdo a la Directiva o Normativa 93/42/EEC que rectifica la calidad del proceso de manufactura de Productos y la Seguridad en el mantenimiento de la esterilidad o condiciones estériles del mismo.
- Al Certificado de Venta Libre otorgado por la Dirección de Tecnología Médica (A.N.M.A.T.) de la República Argentina, donde hace constar que el Establecimiento Titular o Fabricante de los productos ofertados cumple Las Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos (MERCOSUR/GMC/RES. N. 4/95) Disposición A.N.M.A.T., respecto de los productos que se distribuyen dentro del País o destinados a la Exportación. Las buenas prácticas de fabricación ya incluyen la calidad de fabricación y garantizan el proceso de Esterilización, necesarios para poder comercializar los mismos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2012
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA: Se debe presentar todo certificado que garantice la esterilidad y la calidad de los productos. A) Certificado que demuestre el cumplimiento de la Directriz de la CE relacionada a los requisitos exigidos b) Certificado de libre venta de ANMAT que respalda el cumplimiento de Buenas Practicas de Fabricación. Ambos certificados deben estar debidamente consularizados y legalizados.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.

Consulta 61 - Item 49 - CATÉTER INTRAVENOSA VÍA CENTRAL PEDIATRICO

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2012
Solicitan: Poliuretano. Jeringa (Pico Sin Rosca)		
Consulta: se podra ofertar: Jeringa (Pico con Rosca) ya que el mismo no afecta en absoluto el uso del cateter.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2012
RESPUESTA: Adecuarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.;RESPUESTA: La respuesta sera publicada una vez que el Consejo de Administracion del IPS apruebe la misma.		