

Consultas Realizadas

Licitación 244093 - LCO 17/12 - Reparación de Equipos Médicos - Segundo Llamado

Consulta 1 - Item No. 8:

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2012
¿El precio unitario solicitado, corresponde a un evento por máquina?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2012
En el ítem se encuentran descriptos sub-ítems a los que el oferente deberá darle un precio unitario, y no necesariamente corresponde a un evento por máquina. ya que de acuerdo a la necesidad se irá ejecutando los sub-ítems mencionados en el P.B.C.		

Consulta 2 - Item No. 8:

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2012
El listado de repuestos solicitados en el pliego de bases y condiciones, no corresponde al listado de repuestos presentados por nuestra empresa a sugerencia del fabricante y entregado en su oportunidad al Dpto. de Nefrología. Debido a esta situación, solicitamos la modificación del listado de repuestos solicitados conforme a la lista citada anteriormente y que acompaña esta nota		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2012
En éste punto, el oferente deberá ofertar íntegramente todos los ítems detallados en el P.B.C. Todos los repuestos descriptos en la consulta se encuentran detallados en las especificaciones técnicas del llamado. Por lo que no corresponde la modificación ya que la Institución previsional además otros ítems que podrían ser necesarios durante el periodo del contrato.		

Consulta 3 - Ref: Item 10 Mantenimiento preventivo y correctivo Ecografo Marca TOSHIBA, NEMIO XG

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2012
En las especificaciones técnicas solo se menciona verificación de daños externos, actualización de software, calibración, limpieza y ajuste general. Sin embargo, en la última verificación realizada por nuestro personal técnico se constataron los siguientes problemas: falla del cable del teclado, Transductor transvaginal con posibles defectos (tiñe casi toda la imagen con la función doppler). Entonces, consultamos debemos incluir en nuestra cotización estas partes (cable del teclado y transductor transvaginal)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-09-2012
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 4 - Ref: Item 10 Mantenimiento preventivo y correctivo Ecografo Marca TOSHIBA, NEMIO XG

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2012
Plan de Entrega - 2.1 Mantenimiento Correctivo: En caso de este item la actualización de software debe ser enviada por el fabricante, solicitamos que el plazo sea 45 días de la emisión de la Orden.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-09-2012
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 5 - Ref: Item 10 Mantenimiento preventivo y correctivo Ecografo Marca TOSHIBA, NEMIO XG

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2012
De acuerdo a las especificaciones técnicas, no se solicitan ciertas partes del equipo que tendría fallas de acuerdo al informe técnico. Por tanto, si el oferente realiza solo los trabajos solicitados por la Convocante, y en la verificación de entrega del trabajo al Servicio Biomedico, se presenta nuevamente las fallas anteriormente constatada (cable del teclado, transductor transvaginal que tiñe casi toda la imagen con la funcion doppler) no será motivo de rechazo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-09-2012
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.-		