

Consultas Realizadas

Licitación 280074 - ADQUISICION DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS PARA LA X REGION SANITARIA ALTO PARANA

Consulta 1 - Datos Generales

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2014
Donde dice, Almacenamiento de datos de al menos 1200hs de tendencias graficas, 600 mediciones de PNI, hasta 120 minutos de ECG. Solicitamos a la convocante aclarar si quiso colocar 120 hs de tendencias graficas ya que equipos de 1200 horas de almacenamiento no hay en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2014
Respuesta: Se solicita 1200 hs. de tendencias gráficas. Ajustese a las especificaciones del PBC.		

Consulta 2 - Velocidad de barrido

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2014
Donde dice Modo curva fija 3.125,6.25 y 12.5mm/s. Se solicita a la Convocante aclarar a que se refiere con modo curva fija		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2014
Respuesta: Se refiere a que pueda congelarse la pantalla para mejor apreciación de la curva.		

Consulta 3 - Despliegue de curvas fisiologicas

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2014
Donde dice Despliegue de curvas fisiologicas de: al menos 8 curvas simultaneas. Se solicita a la Convocante tenga por bien aceptar ofertas que contengan 7 curvas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2014
Respuesta: Las especificaciones solicitadas son las mínimas requeridas. Ajustese a las especificaciones del PBC.		

Consulta 4 - Respiración

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2014
Donde dice Neonatal: de 0 a 170 rpm Tiempo de inflado del manguito. Se solicita a la Convocante aplique un rango de variación de + - 50 rpm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2014
Respuesta: Las especificaciones solicitadas son las mínimas requeridas. Ajustese a las especificaciones del PBC.		

Consulta 5 - Presión No Invasiva

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2014
Donde dice Adultos/ pediatricos: 10 segundos o menor. Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 3segundos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2014
Respuesta: Las especificaciones solicitadas son las mínimas requeridas. Ajustese a las especificaciones del PBC.		

Consulta 6 - Presión No Invasiva

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2014
Donde dice: Neonatal: 3 segundos o menor. Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 3 segundos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2014
Respuesta: Las especificaciones solicitadas son las mínimas requeridas. Ajustese a las especificaciones del PBC.		

Consulta 7 - Presion Invasiva

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2014
Donde dice: Rango de medición: ` 50 a 400 mmHG. Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 50 mmHG		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2014
Respuesta: Las especificaciones solicitadas son las mínimas requeridas. Ajustese a las especificaciones del PBC.		

Consulta 8 - Saturación de Oxigeno

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2014
Donde dice: Frecuencia de pulso de 30 a 300 lpm. Se solicita a la convocante aplicar un rango de variación de + - 5 lpm en el inicio y de + - 50 lpm para el pulso final.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2014
Respuesta: Las especificaciones solicitadas son las mínimas requeridas. Ajustese a las especificaciones del PBC.		

Consulta 9 - Alarma

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2014
donde dice: Valor numerico de la medición de alarma con parpadeo en pantalla. Se solicita a la convocante aclarar a que se refiere con valores numericos de la medición de alarma con parpadeo en pantalla, favor explicar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2014
Respuesta: Se refiere a que el valor numérico del parámetro en situación de alarma presente parpadeo para llamar la atención del personal de blanco.		

Consulta 10 - Alarma

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2014
----------	-------------------	------------

Donde dice:
 Almacenamiento de al menos los últimos 200 sucesos de alarma. Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 75 sucesos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2014
-----------	--------------------	------------

Respuesta: Estas especificaciones son solicitadas como modo de control de parámetros de tiempos prolongados de tratamientos de pacientes. Ajustese a las especificaciones del PBC.

Consulta 11 - Cable interfase para ECG

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2014
----------	-------------------	------------

Donde dice:
 1 (un) cable de interfase para PNI-(Manguera). Se solicita a la Convocante aclarar a que se refiere con la manguera. Favor aclarar este punto

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2014
-----------	--------------------	------------

Respuesta: Se refiere a que los manguitos se inflan con aire que circula por una manguera conectada desde el monitor al manguito, el cual como se indica en PBC se denomina Cable de Interface para PNI.

Consulta 12 - ITEM Nº 1 - MONITORES MULTIPARAMETRICOS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2014
----------	-------------------	------------

En donde dice: "Almacenamiento de datos de el menos 1200hs tendencias graficas...///.... minutos ECG".
 Respecto a las 1.200 horas solicitadas, consideramos que se podria tratar de un error - involuntario - en la cantidad de horas mencionadas. Muchos modelos van de 90 a 120 horas por lo que solicitamos a la convocante permitir la cotizacion de monitores con "Almacenamiento de datos de al menos 90 hs o mayor de tendencias graficas".

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2014
-----------	--------------------	------------

Respuesta: Se aclara que se solicita 1200 hs. de tendencias gráficas. Ajustese a las especificaciones del PBC.

Consulta 13 - ITEM Nº 1 - MONITORES MULTIPARAMETRICOS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2014
----------	-------------------	------------

En donde dice: "Posibilidad de visualizacion de tiras de ECG en formato Full Disclosure y zoom sobre zona de interes".
 Resulta ambigua la forma de solicitar "Posibilidad de visualización...", pues no determina si debe tener o no esta función.
 Ante esta situación, rogamos a la convocante que se solicite como Opcional esta función de "visualizacion de tiras de ECG en formato Full Disclosure y zoom sobre zona de interes"

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2014
-----------	--------------------	------------

Respuesta: Se aclara que el equipo deberá contar con medición de ECG y además deberá contar con la posibilidad de visualización de tiras de ECG en formato Full Disclosure y zoom sobre zona de interés. Ajustese a las especificaciones del PBC

Consulta 14 - Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2014
-----------------	--------------------------	------------

Favor de especificar si los monitores solicitados deben ser del tipo modular.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2014
------------------	---------------------------	------------

Respuesta: Las EE.TT. son las mínimas requeridas pero se podrán cotizar equipos de igual o mayor prestación