

## Consultas Realizadas

# Licitación 285784 - ADQUISICION DE CIRCUITO PARA VENTILADORES Y FILTRO ANTIBACTERIANO

### Consulta 1 - Ítem 3 Circuito para respirador adulto

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2015
Al solicitar que las tubuladuras deberán ser libre de latex se necesita una nota del fabricante que avale dicha solicitud de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-02-2015
En caso de que la información se no sea detallada en el catálogo del ítem ofertado, será necesaria nota del Fabricante		

### Consulta 2 - Ítem 3 Circuito para respirador adulto

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2015
Los circuitos tiene que tener una línea de presión para aquellos respiradores que lo requieran?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-02-2015
Las especificaciones técnicas del ítem son requerimientos mínimos, se aceptaran ofertas superiores		

### Consulta 3 - Ítem 1 Circuito para respirador neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2015
Atendiendo a que el MSP cuenta con bases instaladas de calentadores MR410 aproximadamente 10 unidades, en algunos centros; se debería de entregar por parte de la empresa adjudicada Bases MR850 que son humidificadores servocontrolados la cantidad de 10 unidades para reemplazar estas bases(MR410) que no pueden ser utilizados con los circuitos calentados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-02-2015
Adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 4 - Ítem 1 Circuito para respirador neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2015
Al decir control de humedad interno se refieren al alambre calentador helicoidal (espiral) que permite un calentamiento uniforme de las tubuladuras?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-02-2015
Se aclara que se refiere al alambre calentador helicoidal (espiral) o algún sistema similar compatible con los equipos pertenecientes al MSP y BS.		

## Consulta 5 - Ítem 1 Circuito para respirador neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2015
Al solicitar que las tubuladuras deberán ser libre de latex se necesita una nota del fabricante que avale dicha solicitud de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-02-2015
En caso de que la información se no sea detallada en el catálogo del ítem ofertado, será necesaria nota del Fabricante		

## Consulta 6 - Ítem 1 Circuito para respirador neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2015
La conexión en Y deberá ser giratorio para una mejor manipulación del circuito en los pacientes neonatales?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-02-2015
Las especificaciones tecnicas del item son requerimientos minimos, se aceptaran ofertas superiores.		

## Consulta 7 - Ítem 1 Circuito para respirador neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2015
La cámara humidificadora deberá contar con el mecanismo de flotación dual: flotadores independientes entre si asegurando un nivel constantes de agua en el interior de la cámara, para evitar que el modulo humidificador (base) se recaliente y se queme?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-02-2015
Las especificaciones tecnicas del item son requerimientos minimos, se aceptaran ofertas superiores.		

## Consulta 8 - Ítem 1 Circuito para respirador neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2015
Los circuitos tiene que tener una línea de presión para aquellos respiradores que lo requieran, ejemplo Newport?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-02-2015
Se aclara que se solicitan circuitos que tengan compatibilidad con equipos pertenecientes al MSP y BS.		

## Consulta 9 - ITEM 2 Circuitos para respirador pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2015
Al decir control de humedad interno se refieren al alambre calentador helicoidal (espiral) que permite un calentamiento uniforme de las tubuladuras?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-02-2015
Se aclara que se refiere al alambre calentador helicoidal (espiral) o algun sistema similar compatible con los equipos pertenecientes al MSP y BS.		

## Consulta 10 - ITEM 2 Circuitos para respirador pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2015
Al solicitar que las tubuladuras deberán ser libre de latex se necesita una nota del fabricante que avale dicha solicitud de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-02-2015
En caso de que la información se no sea detallada en el catálogo del ítem ofertado, será necesaria nota del Fabricante.		

## Consulta 11 - ITEM 2 Circuitos para respirador pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2015
La cámara humidificadora deberá contar con el mecanismo de flotación dual: flotadores independientes entre si asegurando un nivel constantes de agua en el interior de la cámara, para evitar que el modulo humidificador (base) se recaliente y se queme?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-02-2015
Las especificaciones tecnicas del item son requerimientos minimos, se aceptaran ofertas superiores.		

## Consulta 12 - ITEM 2 Circuitos para respirador pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2015
Los circuitos tiene que tener una línea de presión para aquellos respiradores que lo requieran, ejemplo Newport?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-02-2015
Se aclara que se solicitan circuitos que tengan compatibilidad con equipos pertenecientes al MSP y BS.		