

Consultas Realizadas

Licitación 294331 - LPN 41-15 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ESTUDIOS SEROLOGICOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL

Consulta 1 - Item No. 4

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2015
En el PBC solicitan: Reactivo HCV Ac 3a. Generación, método Elisa. Equipo automatizado. Consulta: ¿Se puede presentar HCV COMBO, que es mucho más sensible, puesto que determina anticuerpo y antígeno?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2015
Se aclara que la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Central del IPS forma parte de un Programa de Evaluación Externa de Desempeño en Serología, organizado por la OPS, en el año 2014 se constató irregularidades en los resultados de los Servicios de Sangre que utilizan el HCV COMBO, hasta el momento no hubo aclaración suficiente del motivo de esa inconsistencia en los resultados, por lo cual esta jefatura decidió solicitar el HCV Ac 3ª Generación. Por lo tanto el oferente deberá adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - ITEM: 1,2,3,4,5,6y7

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2015
Se puede cotizar Equipos para determinar por el METODO DE QUIMIOLUMINISCENCIA, todas las determinaciones solicitadas, considerando que este método es utilizado como referencia en otros CENTROS.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2015
Se aclara que la metodología de Quimioluminiscencia no demostró ser más sensible y específico que el método ELISA, sin embargo es el doble de costoso y pasa el presupuesto designado a esta LPN. Por lo tanto el oferente deberá adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		