

Consultas Realizadas

Licitación 296667 - LCO SBE 23-15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE PERINATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

Consulta 1 - Ítem 1: Detector Fetal

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-10-2015 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: 3.2 Al menos 5 (cinco) potes de al menos 500 ml de gel conductor. | | |
| Se solicita a la convocante, aceptar 10 (diez) potes de gel conductor de 250 ml. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| El oferente debe remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2 | | |

Consulta 2 - Ítem 2 Monitor Fetal

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-10-2015 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: 2.6 Despliegue numérico en pantalla de latidos/minuto fetal con rango de 30 o menor a 240 o mayor | | |
| Se solicita a la convocante aceptar rangos de 50 a 210. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-11-2015 |
|---|--------------------|------------|
| El oferente debe remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2 | | |

Consulta 3 - DOCUMENTO ADICIONAL REQUERIDO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-11-2015 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Haber facturado en provisión de Equipos Biomédicos a Instituciones Públicas o Privadas del Paraguay dentro de los últimos 05 (cinco) años (2010- 2011-2012 - 2013- 2014). | | |
| Se solicita a la Convocante, aceptar Actas de Recepción Final de bienes similares, como ser Monitores Multiparamétricos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-11-2015 |
|--|--------------------|------------|
| Se aclara que los Equipos Multiparamétricos son Equipos Biomédicos, no obstante se deberá presentar factura y/o contrato como lo establece el Pliego de Bases y Condiciones. | | |