

## Consultas Realizadas

# Licitación 310231 - LPN SBE 104-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA PENLON PERTENECIENTES AL IPS

### Consulta 1 - CORRESPONDIENTE AL LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2016
En la tabla de Especificaciones Tecnicas correspondientes al Lote 1, se entiende que para el item 1 Equipos instalados en el Hospital Central serian 15 equipos y para el item 2 equipos instalados en el Area Interior serian 3 equipos. Solicitamos se considere incluir estos dos items en la lista de repuestos y servicios del Lote 2 considerando que la localidad donde se encuentra cada equipo instalado puede ser cambiado por la institucion en cualquier momento, pudiendose por ejemplo un equipo que hoy se encuentre instalado en el hospital central luego de un tiempo cambiarse al interior del pais implicando costos adicionales no previstos si se encuentra cerrada la posibilidad de cambio de lugar de los equipos. Cabe resaltar que los costos operativo para manuntencion a realizar en la capital del pais difieren con los del interior del pais		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2016
El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 2 - LOTE 1 - ITEM 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2016
En la tabla del Protocolo de Mantenimiento Preventivo, solicitamos eliminar el item 1 por ser una accion que lo debe realizar el usuario antes de cada uso del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2016
El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 3 - LOTE 1 - ITEM 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2016
En la tabla del Protocolo de Mantenimiento Preventivo, los items 2.2 y 2.18 se repiten, solicitamos eliminar el item 2.18.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2016
El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 4 - LOTE 1 - ITEM 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2016
----------	-------------------	------------

En la tabla del Protocolo de Mantenimiento Preventivo, los items 2.3 y 2.26 se repiten, solicitamos eliminar el item 2.26.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2016
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.

### Consulta 5 - LOTE 1 - ITEM 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2016
----------	-------------------	------------

En la tabla del Protocolo de Mantenimiento Preventivo, considerar eliminar el item 2.13 - Lectura de vaporizadores e incluir a una periodicidad anual Lectura de vaporizador, dos unidades por equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2016
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.

### Consulta 6 - MODELO DE RESUMEN DE TRABAJO

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2016
----------	-------------------	------------

En el Modelo de Resumen de Trabajos, en la tabla donde dice "Verificado por" consultamos si seria correcto colocar en este campo el nombre del tecnico de electromedicina que acompaña el trabajo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2016
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo solicitado en el PBC.

### Consulta 7 - 4- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2016
----------	-------------------	------------

En la pagina 17, en punto "4. Obligaciones de la contratista" donde dice "Dichos trabajos deben ser efectuados de lunes a viernes, de 8:00 hs a 17:00 hs, incluyendo feriados" solicitamos excluir los feriados considerando que los feriados se pagan de manera extraordinaria y no están incluidos en los costos de mano de obra de los precios referenciales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2016
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.

### Consulta 8 - 4 - OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2016
----------	-------------------	------------

En la pagina 17, en el punto "4. Obligaciones de la contratista" en el parrafo donde dice "Para los Servicios en el Area Central e Interior, debera estar firmado por un Personal Responsable de la localidad donde fue realizado el Servicio Tecnico" solicitamos que la convocante aclare sobre el cargo jerargico que debe tener el personal responsable que debe firmar el informe de servicio tecnico y que notifique mediante una nota la lista de las personas habilitadas por localidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2016
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 9 - 4- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2016
En la pagina 17, en el punto "4. Obligaciones de la contratista" en el parrafo de "Para el Mantenimiento correctivo sin provision de repuestos" donde dice "Dichos requerimientos deberan ser realizados al Centro de Requerimientos de LA CONTRATISTA, Lunes a Domingo de 08:00 hs a 17:00 hs, incluyendo feriados o al telefono o direccion..." solicitamos diga ".. Lunes a Viernes de 08:00 hs a 17:00 hs al telefono o direccion.." considerando que los feriados y domingos se pagan de manera extraordinaria y no están incluidos en los costos de mano de obra de los precios referenciales de estos items.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2016
El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 10 - 4- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2016
En la pagina 18, en el punto "Para el Mantenimiento correctivo con provision de repuestos" donde dice "El Proveedor deberá entregar los repuestos con Nota de Remision en la Seccion Electromedicina correspondiente, en el horario de 8 a 13horas" solicitamos se incluya los días y horarios de recepcion a "Lunes a Viernes, en el horario de 8:00 a 17:00 hs"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2016
El oferente deberá remitirse a lo solicitado en el PBC.		

## Consulta 11 - 4- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2016
En la pagina 18, en la descripcion del Resumen de trabajos solicitamos que el Resumen de Trabajos cuente con las siguientes firmas: un Representante de la Empresa, Jefe dela Seccion de Electromedicina Hospital Central, Jefe de la Seccion Electromedicina Area Central e Interior y el Jefe del Departamento de Electromedicina, y no con las firma de un responsable del servicio o director de localidad debido a que el responsable del servicio y/o localidad ya firma el informe de servicio tecnico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2016
El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.		