

## Consultas Realizadas

# Licitación 310264 - LPN SBE 112-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA BAUMER, PERTENECIENTES AL IPS

### Consulta 1 - MODELO DE RESUMEN DE TRABAJO

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2016
En el Modelo de Resumen de Trabajos, en la tabla donde dice "Verificado por" consultamos si seria correcto colocar en este campo el nombre del tecnico de electromedicina que acompaña el trabajo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2016
El oferente deberá remitirse a lo solicitado en el PBC.		

### Consulta 2 - 3 - OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2016
En la pagina 18, en punto "3. Obligaciones de la contratista" donde dice "Dichos trabajos deben ser efectuados de lunes a viernes, de 8:00 hs a 17:00 hs, incluyendo feriados" solicitamos excluir los feriados. El precio referencial no prevee remuneraciones por días feriados y de descanso, donde se abonan el doble del precio habitual.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2016
El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 3 - 3. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2016
En la pagina 18, en el punto "3. Obligaciones de la contratista" en el parrafo de "Para el Mantenimiento correctivo sin provision de repuestos" donde dice "Dichos requerimientos deberan ser realizados al Centro de Requerimientos de LA CONTRATISTA, Lunes a Domingo de 08:00 hs a 17:00 hs, incluyendo feriados o al telefono o direccion..." solicitamos diga "... Lunes a Viernes de 08:00 hs a 17:00 hs al telefono o direccion..". El precio referencial no prevee remuneraciones por días feriados y de descanso, donde se abonan el doble del precio habitual.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2016
El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 4 - 3 - OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2016
----------	-------------------	------------

En la pagina 19, en el punto "Para el Mantenimiento correctivo con provision de repuestos" donde dice "El Proveedor deberá entregar los repuestos con Nota de Remision en la Seccion Electromedicina correspondiente, en el horario de 8 a 13horas" solicitamos se incluya los dias y horarios de recepcion a "Lunes a Viernes, en el horario de 8:00 a 17:00 hs"

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2016
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.

### Consulta 5 - 3 - OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2016
----------	-------------------	------------

En la pagina 19, en la descripcion del Resumen de trabajos solicitamos que el Resumen de Trabajos cuente con las siguientes firmas: un Representante de la Empresa, Jefe dela Seccion de Electromedicina Hospital Central, Jefe de la Seccion Electromedicina Area Central e Interior y el Jefe del Departamento de Electromedicina, y no con las firma de un responsable del servicio o director de localidad debido a que el responsable del servicio y/o localidad ya firma el informe de servicio tecnico.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2016
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.

### Consulta 6 - PRECIOS REFERENCIALES PUBLICADOS

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2016
----------	-------------------	------------

Favor verificar y ajustar los distintos precios de los Lotes 1 y 2, ya que estos precios no condicen con los precios actuales del mercado. Un solo punto que solicitamos considerar es el tipo de cambio actual que aplican en la importación de los repuestos, y para los casos donde aplican mano de obra, los precios de salarios mínimos han sido reajustados. Creemos que por un error involuntario se han aplicado los precios referenciales del contrato anterior, utilizados hace más de 2 años.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2016
-----------	--------------------	------------

Se han corroborado los precios correspondientes, siendo los publicados en el portal de la DNCP los correctos.

### Consulta 7 - PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - HI VAC CAD

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2016
----------	-------------------	------------

El punto "Verificación de la válvula de seguridad" se duplica, y en la última línea solicitan "sustituir las válvulas de seguridad". Solicitamos eliminar estos puntos mencionados y reemplazarlo por el siguiente texto: "Verificación de la válvula de seguridad, sustitución si es necesario".

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2016
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 8 - PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HI SPEED

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2016
El item donde dice: "verificación de la válvula de seguridad" y en la última línea donde dice: "sustituir las válvulas de seguridad" solicitamos eliminar y reemplazarlos por el siguiente texto: "Verificación de la válvula de seguridad, sustituir si es necesario"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2016
El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 9 - PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - NURSE

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2016
El item donde dice: "verificación de las válvulas de seguridad" y en la última línea donde dice: "sustituir las válvulas de seguridad" solicitamos eliminar y reemplazarlos por el siguiente texto: "Verificación de la válvula de seguridad, sustituir si es necesario"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2016
El oferente deberá de remitirse a la Adenda N° 2.		