

Consultas Realizadas

Licitación 314493 - ADQUISICIÓN D SUEROS GLUCOSADOS Y FISIOLÓGICOS DE DIFERENTES VOLÚMENES PARA EL MSP Y BS

Consulta 1 - Pág. 10 - Sección III - Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2016
<p>En los Items No. 1, 2, 3 y 4 están pidiendo con sistema cerrado en presentación de Frasco.</p> <p>Definición de SISTEMA DE SOLUCION PARENTERAL CERRADO: son los contenedores de plásticos flexibles totalmente colapsables (sic) que no permite la entrada de aire para su vaciamiento (esto implica la ausencia de un filtro de aire o de una aguja penetrada en su superficie), y por lo tanto sin volumen residual significativo (- 5%) y los puertos de inyección deben ser auto sellables.</p> <p>CONSULTA: ¿La presentación puede ser en bolsas flexibles y sin pico adaptador para cumplir con lo arriba expuesto?</p> <p>DEFINICION BOLSA FLEXIBLE: Son Bolsas plásticas que se pliegan a medida que se vacía la solución. No requiere aire para que fluya la solución, ni necesita de picos adaptadores.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2016
EL OFERENTE DEBERA REMITIRSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 2 - Seccion III - Especificaciones Tecnicas - ITEM: 6 y 7

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2016
<p>En la Observacion de la EETT de los items 6 y 7 : para los items 6y 7 que necesiten pico adaptador para su utilizacion en cierto procedimientos la oferta debe incluir la provision de dicho insumo.</p> <p>En consiguiente se consulta:</p> <p>¿Cuál es el método utilizado para determinar que tipo de contenedores necesitan pico irrigador y cuales no lo necesitan? Ya que teniendo en cuenta que el pico es un accesorio cuya función principal es la de extraer el contenido de los frascos; el no contar con este dispositivo obligará a realizar procedimientos que podrían no ser seguros y estériles, y por otra parte podría ocasionar pérdidas innecesarias de suero que no colaborarían a un ahorro en los costos. Algunos casos o inconvenientes en la no utilización del pico adaptador son:</p> <p>Cortes o incisiones a los contenedores con objetos corto punzantes, permitiendo de esta manera contaminaciones en los puntos de incisión y exponiendo a riesgos con material corto punzantes al profesional de la salud.</p> <p>Al no contar con un tapón o tapa que evite la salida de los sueros estériles, los contenedores podrían sufrir pérdidas innecesarias y/o ingreso de agentes contaminantes.</p> <p>Teniendo en cuenta estos puntos solicitamos que para los ítems 6 y 7 todas las ofertas incluyan necesariamente los picos adaptadores.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2016
El oferente debera ajustarse a la Adenda 7.		