

Consultas Realizadas

Licitación 314495 - ADQUISICION DE CONTRASTES RADIOLOGICOS Y JERINGA INYECTORA PARA EL HOSPITAL DEL TRAUMA MANUEL GIANI , Y EL INERAN PARA EL MSPY BS

Consulta 1 - Item 6 - Kit de jeringa desechable para contraste

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2016
Favor indicar el modelo del kit de jeringa de marca NEMOTO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2016
El modelo del Kit Jeringa de marca NEMOTO es para Bomba Mono Cabezal A60		

Consulta 2 - ITEM 2 IOXITALAMATO DE MEGLUMINA AMPOLLA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2016
Se trata de un medio de contraste lodado para estudio de TAC, consultamos si debiera decir contraste endovenoso "iónico" en lugar de "no iónico"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2016
Remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 3 - ITEM 4 IOBITRIDOL AMPOLLA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2016
Consultamos si la presentación correcta debiera ser frasco x 100 ml como mínimo en lugar de frascos x 1000 ml como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2016
Remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 4 - ITEM 5 IOXITALAMATO DE MEGLUMINA AMPOLLA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2016
Se trata de un medio de contraste iodado para estudio TAC, consultamos si debiera decir "iónico" en lugar de "no iónico". Ademas consultamos si la presentación correcta debiera ser frasco x 100 ml como mínimo en lugar de frasco x 1000 ml como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2016
Remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 5 - ITEM 3 JERINGA INYECTORA DE CONTRASTE

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2016
Dada la discontinuidad de las bombas y jeringas de marca MEDRAD, que ya no tienen respaldo de servicio y mantenimiento en el País, consultamos si podrían solicitarse las jeringas de 200 ml para Bomba MEDTRON modelo ACCUTRON CT 871. El ministerio de Salud adquirió 16 Bombas ACCUTRON CT 871 en el llamado I.D 284.021 y las mismas se encuentran almacenadas en el parque sanitario de la calle Venezuela, esperando las compras de dichas jeringas para ser instaladas las Bombas en los hospitales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2016
Remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 6 - ITEM 6 KIT DE JERINGAS DESECHABLES PARA CONTRASTE

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2016
Dado que solo hay 2 Bombas NEMOTO instaladas en Hospitales del Ministerio consultamos si podemos presentar Jeringas de 200 ml para Bomba MEDTRON modelo ACCUTRON CT 871, el ministerio de salud adquirió 16 Bombas ACCUTRON CT 871 en el llamado I.D 284.021 y las mismas se encuentran almacenadas en el Parque Sanitario de la Calle Venezuela esperando las compras de dichas Jeringas para ser instaladas las Bombas en los Hospitales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2016
Remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 7 - Item 3 - Jeringa inyectora de contraste

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
En respuesta a la anterior consulta referente al ítem mencionado en asunto, informamos que en el país existen proveedores con la capacidad de ofertar jeringas inyectoras de contraste compatible con cualquier modelo de bomba inyectora de la marca Medrad.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2016
Pueden ofertar todos los proveedores que cuenten con jeringas adaptables a la bombas de la marca Medrad. Durante la evaluación el comité probará la adaptabilidad de las muestras presentadas con la bomba.		

Consulta 8 - INCLUSIÓN DE JERINGAS MEDTRON ELS 200 ml CON CONECTOR

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2016
Dado que existen bombas ACCUTRON CT 871 sin ser utilizadas en el deposito del Ministerio y no se han solicitado las Jeringas correspondientes a dichas bombas en la presente Licitación, consultamos la posibilidad de incluir las JERINGAS MEDTRON ELS 200 ml CON CONECTOR en un nuevo Item.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2016
Las Jeringas para las Bombas ACCUTRON CT 871 serán solicitadas en otro llamado.		