

Consultas Realizadas

Licitación 347644 - LPN SBE 74-18 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS

Consulta 1 - Item N° 125

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2019
¿ Podemos oferta Micropipeta Automática con volumen variable de 100 a 1.000 ul ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
Se aclara que el rango debe estar incluido entre 200 y 1000 ul, por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - EETT ITEM N° 151 TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2019
Para el Ítem N° 151, solicitamos a la convocante aclarar si las tiras reactivas y glucómetros digitales ofertados deberán determinar la glucosa en sangre capilar y venosa, en pacientes neonatos, niños y adultos. Esto permitirá que las tiras sean utilizadas en pacientes de todas las edades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
Se aclara que las tiras reactivas pueden ser utilizadas en muestras de sangre capilar y venosa.		

Consulta 3 - EETT ITEM N° 151 TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2019
Para el ítem N° 151, sugerimos a la Convocante que las ofertas de las tiras para determinación de glucosa en sangre contemplen la provisión de equipos para la lectura de los mismos, siendo la proporción 1 equipo por c/ 600 tiras ofertadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 3		

Consulta 4 - EETT ITEM N° 151 TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2019
Para el Ítem N° 151, sugerimos a la Convocante que a los efectos de contar con Tiras reactivas y equipos para determinación de glucosa en sangre que otorguen precisión y/o exactitud en los resultados, se requiera la presentación de la ISO 15197:2013 y FDA, ya que esta norma exige a los fabricantes una mayor precisión a los sistemas de monitoreo de glucosa en sangre.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - EETT ITEM N° 151 TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE - PRESENTACION

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2019
<p>En cuanto a la presentación detallada en las EETT para el ítem N° 151, solicitamos a la Convocante que la presentación de la tira para determinación de glucosa en sangre sea en sobre individual, ya que con la presentación actual una vez abierto el frasco que contiene las 50 tiras, puede ocurrir contaminación por el contacto con las manos del usuario y también contaminación por aire, así también las tiras contenidas en dicha presentación se exponen a absorber la humedad del ambiente tanto por la manipulación constante de la apertura y cierre del frasco y por no taparlas en forma adecuada, lo cual no garantizaría la fidelidad de los resultados.</p> <p>Mientras que la presentación de tira en sobre individual permite mantener las tiras libre de todo tipo de contaminación, humedad, como así también el IPS puede distribuir las tiras a cada servicio en sobres individuales según necesidad y no precisamente en frasco x 50 tiras.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 6 - F) Cualquier otro documento adicional requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2019
<p>Item 86 FRASCOS ESTÉRILES P/RECOLECCIÓN DE ORINA Solicitamos a la convocante verificar lo solicitado en el punto 11 Fotocopia autenticada del Certificado de Registro Sanitario Vigente, expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, o Certificado vigente de la Dirección de Vigilancia Sanitaria (DNVS), de que se encuentra en trámite de renovación. debido a que este ítem no se encuentra en el listado de dispositivos medicos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 3.</p>		

Consulta 7 - F) Cualquier otro documento adicional requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2019
<p>Item 120 Lamina portaobjeto: LÁMINA DE VIDRIO PORTA OBJETO 76 X 26 MM (+-1) Solicitamos a la convocante verificar lo solicitado en el punto 11 Fotocopia autenticada del Certificado de Registro Sanitario Vigente, expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, o Certificado vigente de la Dirección de Vigilancia Sanitaria (DNVS), de que se encuentra en trámite de renovación. debido a que este ítem no se encuentra en el listado de dispositivos medicos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 3.</p>		

Consulta 8 - F) Cualquier otro documento adicional requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2019
<p>Item 138 Sangre de carnero . Solicitamos a la convocante verificar lo solicitado en el punto 11 Fotocopia autenticada del Certificado de Registro Sanitario Vigente, expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, o Certificado vigente de la Dirección de Vigilancia Sanitaria (DNVS), de que se encuentra en trámite de renovación. debido a que este item no se encuentra en el listado de dispositivos medicos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 3.</p>		

Consulta 9 - F) Cualquier otro documento adicional requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2019
<p>Item 164 Laminas Esmeriladas . Solicitamos a la convocante verificar lo solicitado en el punto 11 Fotocopia autenticada del Certificado de Registro Sanitario Vigente, expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, o Certificado vigente de la Dirección de Vigilancia Sanitaria (DNVS), de que se encuentra en trámite de renovación. debido a que este item no se encuentra en el listado de dispositivos medicos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 3.</p>		

Consulta 10 - Vencimiento de los productos

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2019
<p>Donde dice: El vencimiento de los productos debe ser Igual o Superior a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega en DASM. Si por la naturaleza de los mismos o por necesidad de la Institución no se puede cumplir con este requisito, la recepción del producto deberá ser autorizada por la Dirección de Logística de Suministros de Salud (Nota de Autorización), Carta de Compromiso de Canje y Póliza de Seguro por el 100% del monto del producto a ser entregado, con identificación del número de Lote; la validez de dicha póliza deberá ser por 3 meses posteriores a la fecha del vencimiento del producto a entregar. Solicitamos a la convocante verificar este punto para el Item 138 Sangre de Carnero, ya que las misma por su naturaleza tiene validez de como maximo 45 dias desde la extraccion. El vencimiento solicitado en el pliego no aplica para este item.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 11 - DOCUMENTOS SECCIÓN VII - ANEXO I

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2019
<p>Atendiendo a la denominación de la licitación Adquisición de Reactivos e Insumos de Laboratorio y los ítems solicitados en la misma, la convocante debería de considerar en solicitar las siguientes documentaciones que comúnmente se solicita en todos los llamados del IPS y otras instituciones a fin de contar con oferentes calificados para el efecto:</p> <p>a. Habilitación Vigente para importar y/o comercializar Dispositivos Médicos-Hospitalarios y Listado donde consten los productos ofertados, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. De encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.</p> <p>b. Habilitación Vigente para importar y/o comercializar Reactivos de uso In Vitro emitido por el Laboratorio Central de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. De encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.</p> <p>c. Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y/o Almacenamiento para Dispositivos Médicos-Hospitalarios y Reactivos de Uso In Vitro, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Deberá estar vigente durante toda la duración del Contrato.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 3.		

Consulta 12 - DOCUMENTOS SECCIÓN VII - ANEXO I

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2019
<p>Conforme a lo solicitado en el Inciso F. Cualquier otro documento adicional requerido en su Punto 1. Sugerimos a la convocante que solicite:</p> <p>Presentar copia de contratos y/o facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de reactivos e insumos iguales a los ofertados a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018) y que el volumen de negocio en su totalidad sea igual o superior al 50% del valor de su oferta. Esto permitirá que la convocante reciba ofertas de proveedores que ya cuentan con experiencia en la provisión de los ítems solicitados en el presente llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - PRECIO REFERENCIAL ITEM N° 151

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2019
<p>En cuanto al precio referencial fijado por la convocante G. 725, sugerimos a la misma aumentar el precio referencial a G. 1.800 y solicitar 1 equipo en carácter de donación por cada 600 unidades de tiras para determinación de glucosa en sangre, ya que la última adjudicación data del año 2014 y la misma contemplaba solamente la provisión de 300 unidades de equipos medidores de glucosa, cantidad insuficiente en su momento para abastecer la necesidad de la Seguridad Social. El precio sugerido corresponde a precios referenciales contemplados en otras licitaciones públicas tales como la Facultad de Ciencias Médicas (ID N° 355.853 Ítem N° 17 Precio de Referencia: G.1.800), MSPYBS (ID N° 349.029 Lote N° 16 Precio de Referencia: G.1.800)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 14 - Ítem N° 126 - PAPEL INDICADOR UNIVERSAL DE pH

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2019
----------	-------------------	------------

Se consulta si se puede ofertar papel indicador de pH universal de 1 a 14?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 15 - Ítem N° 162 - Tubo de Polipropileno: TUBOS DE POLIPROPILENO PARA RIA

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2019
----------	-------------------	------------

Favor aclarar las medidas de los tubos y si los necesitan con o sin tapón

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 3.

Consulta 16 - Ítem N° 126 - PAPEL INDICADOR UNIVERSAL DE pH

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2019
----------	-------------------	------------

Se consulta si se puede ofertar papel indicador de pH universal de 1 a 14?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 17 - ítem 19 Agar Medio de cultivo para la ureasa

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2019
----------	-------------------	------------

SOLICITA: Agar Medio Cultivo para la UREASA. Polvo - Frasco x 500gr. Esterilización en Autoclave, Revelación de producción Sulfhídrico, Indol, Ureasa, Hidrólisis de la lactosa, inmovilidad.-

CONSULTA: No se visualiza en las especificaciones tecnicas que solicite suplemento, desde que este Agar requiere como suplemento urea al 40%. Favor aclarar si necesaria se incluya en la oferta suplemento suficiente para 500gr.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 3.

Consulta 18 - ítem 165 Agar Cromogenico Agar Cromo KPC

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2019
----------	-------------------	------------

SOLICITA: Agar Cromogenico: AGAR CROMO KPC. Medio de cultivo basado en técnica cromógena para detección rápida de bacterias Gram negativas resistentes a los carbapenemes. Presentación: frasco x 500gramos como mínimo.

CONSULTA: No se visualiza en las especificaciones tecnicas que solicite suplemento, desde que este Agar requiere suplemento. Favor aclarar si necesaria se incluya en la oferta suplemento suficiente para 500gr.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 3.

Consulta 19 - ítem 44 Disco de Oxidasa: Disco de oxidasa

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2019
Solicita: Disco de oxidasa. Consulta: Se puede ofertar en presentacion de Tiras?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 20 - Ítem 103

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2019
Hisopo con medio de transporte: ISÓPOS ESTÉRILES C/ STUART P/COLECTA DE MAT. BACTERIOLÓGICO. De Algodón. Conservación a temperatura ambiente. Consulta: Solicitamos a la convocante pode presentar el isopo de rayon. para dar oportunidad a mas oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 21 - ítem 44 Disco de Oxidasa: Disco de oxidasa

Consulta	Fecha de Consulta	02-05-2019
Solicita: Disco de oxidasa. Consulta: Se puede ofertar en presentacion de Tiras?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		