

Consultas Realizadas

Licitación 364407 - LPN SBE 56-19 ADQUISICION DE PROTESIS Y OTROS DE NEUROCIRUGIA PARA EL IPS

Consulta 1 - Sección VII - Anexo F

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
En el punto 1 de la misma se solicita lo siguiente: Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de prótesis y otros de Neurocirugía para Neurocirugía a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos cinco años (2014 - 2015- 2016 -2017-2018), y que el volumen de negocios sea igual o superior al 50% (cincuenta porciento) del valor de su oferta. Consultamos si la convocante puede modificar y solicitar: "contratos y/o facturas de provisión a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión Insumos médicos descartables y/o de prótesis y otros de Neurocirugía para Neurocirugía a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos cinco años (2014 - 2015- 2016 -2017-2018), y que el volumen de negocios sea igual o superior al 50% (cincuenta porciento) del valor de su oferta" Ya que en el listado de bienes solicitados se encuentran items que corresponden a insumos médicos descartables y al limitar de la manera en la que fue redactada en el PBC se limita la cantidad de oferentes contrariando de esta manera el art. 4 inc. B de la ley 2.51/03		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que se solicitan este tipo de documentaciones teniendo en cuenta que dichos productos son muy específicos y es a fin de comprobar el uso de los mismos por otras Instituciones.		

Consulta 2 - SECCIÓN VII ANEXOS: DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
F- Cualquier otro documento adicional requerido. 16. Para las Prótesis e Implantes se solicita Certificado de Aprobación y habilitación para su uso en la práctica clínica emitida por un organismo competente para ello FDA de EEUU y/o CE Comunidad Europea. Las Prótesis ofertadas deberán contar además con: - Certificados de Libre Venta y Comercialización en Países de Alta Vigilancia Sanitaria que son: Australia, Canadá, Confederación Helvética, Estados Miembros de la Comunidad Europea, Estados Unidos de Norteamérica, Israel y Japon recibieron esta calificación gracias a sus rigurosas Políticas de Control de Calidad. - Trabajos Científicos publicados en Revistas Internacionales reconocidas de Neurocirugía y/o Ortopedia y Traumatología por Servicios de Referencia Mundial donde dichas Prótesis son utilizadas teniendo un seguimiento clínico de por lo menos 5 años y que tengan una Opinión Favorable para su uso Se Consulta: Se solicita definir que se refiere a los lotes N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18 y 19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
Se aclara que se refiere a los lotes que corresponden a Prótesis e Implantes tal como se solicita en el numeral 16 de de la Sección VII Anexos . Punto F. Cualquier otro documento adicional requerido.		

Consulta 3 - SECCIÓN VII ANEXOS: DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
F) Cualquier otro documento adicional requerido. 14. Declaración Jurada comprometiéndose en caso de ser adjudicado a proveer en calidad de préstamo, el set de instrumentales para el día de la cirugía. El oferente deberá disponer de un personal (Instrumentador) para el día de la cirugía, el que será responsable del contenido de la caja de instrumentales En caso de Accidente de Trabajo del Instrumentador /a Quirúrgico, de la empresa oferente, el IPS estará exento de toda responsabilidad civil y/o penal 15. Declaración jurada comprometiéndose que en caso de ser adjudicados, cubrirá los casos de Urgencias no programadas, independientemente del día y horario a realizarse (sábado, domingo y feriados), con las cajas de instrumentales. Se solicita aclarar cuanto sigue: a) Los procedimientos a realizarse en los que se solicita instrumental quirúrgico y el concurso de instrumentadores quirúrgicos, serán realizados solamente en el HC? En caso de que los mismos tengan que realizarse en otros lugares diferentes al HC del IPS, por favor definirlos a fin de tenerlo en cuenta en el momento de la cotización, ya que esta infraestructura influye en gran medida en los precios a ofertar. b) Los precios de referencia publicados para este llamado estarían desactualizados en relación a lo exigido en el punto 14 del Anexo N° 1 de la Sección VII del PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
Se aclara que los procedimientos a realizarse en los que se solicita set de instrumental quirúrgico y el concurso de instrumentadores quirúrgicos, serán realizados solamente en el Hospital Central del IPS, por lo que los precios referenciales no sufrirán ninguna variación.		

Consulta 4 - Lote 1 - Item 1: CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE BAYONETA DE TITANIO

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
Donde dice: Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de +- 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 5,0mm. Se consulta: Se solicita ampliar el rango de apertura a +/- 5 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 5 - Lote 1 - Item 2: CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE FENESTRADO

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
Donde dice: Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de +- 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 9,2 mm.		
Se Consulta: Se solicita ampliar el rango de apertura a +/- 2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 6 - Lote 1 - Item 3: CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE RECTO DE TITANIO

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
Donde dice: Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de +- 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 9,5mm.		
Se consulta: Se solicita ampliar el rango de apertura a +/- 2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 7 - Lote 1 - Item 4: CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE RECTO DE TITANIO

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
Donde dice: Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de +- 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 9,5mm.		
Se consulta: Se solicita ampliar el rango de longitud a +/- 0,5 a 1,7 mm de apertura a +/- 2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 8 - Lote 1 - Item 5: CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE SEMI CURVO DE TITANIO

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
Donde dice: Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de +/- 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 8,8mm.		
Se consulta: Se solicita ampliar el rango de apertura a +/- 2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 9 - Lote 1 - Item 6: CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE RECTO DE TITANIO

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
Donde dice: De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética		
Se consulta: Se solicita incluir el rango de longitud a +/- 0,5 a 1,5 mm y apertura de 6,2 +/- 2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 10 - Lote 1 - Item 7: CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE RECTO DE TITANIO

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
Donde dice: De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética		
Se consulta: Se solicita incluir el rango de longitud a +/- 0,5 a 1,5 mm y apertura de 7,0 +/- 2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 11 - Lote 18 - Item 1: IMPLANTE PARA CARTÍLAGO: SUBSTITUTO DE DURAMADRE

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
Donde dice: Membrana microporosa de poliéster uretano purificado Se consulta: Se solicita aclarar si lo solicitado corresponde a Sustituto de duramadre de origen sintético en el tamaño 6 x 8 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 12 - Lote 5 - Item 1: ESPONJA HEMOSTÁTICA DE CELULOSA OXIDADA

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
Donde dice: Hemostático de celulosa oxidada regenerada a pH neutro que no inactive la trombina. Medidas: 2,5 cm X 5 a 7 cm (+/-1), estéril, descartable. Se consulta: Se solicita ampliar el rango de medidas de 2,5 (+/- 0,5) x 5 a 7 (+/-1)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 13 - Lote 4 - Item 1: ESPONJA HEMOSTÁTICA DE CELULOSA OXIDADA

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
Donde dice: Hemostático de celulosa oxidada regenerada a pH neutro que no inactive la trombina. Medidas: 2,5 cm X 2,5 cm (+/-1), estéril, descartable. Se consulta: 1- ¿Sera aceptada la oferta de Esponja hemostática de colágeno de igual manera que lo mencionado en el Lote N° 5? 2- Se solicita ampliar el rango medidas de 2,5 cm (+/-1) x 2,5 +/-3 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 14 - Lote 6 - Item 1: ESPONJA HEMOSTÁTICA DE CELULOSA OXIDADA

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
Donde dice: Hemostático de celulosa oxidada regenerada a pH neutro que no inactive la trombina. Medidas: 10(+ cm X 20(+2) cm , estéril, descartable. Se consulta: 1- Sera aceptada la oferta de Esponja hemostática de colágeno de igual manera que lo mencionado en el Lote N° 5? 2- Se solicita ampliar el rango de medidas de 10 (+/-2) cm x 20 (+/-10) cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 15 - SECCION III 1.

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2019
Especificaciones Técnicas: LOTE N° 13 PINZA PARA CAUTERIO BIPOLAR:PINZA BIPOLAR C/CABLE BIPOLAR Se solicita:PINZA PARA CAUTERIO BIPOLAR:PINZA BIPOLAR C/CABLE BIPOLAR, EETT: Recta, en bayoneta para electrocauterio, con punta de 1,3-1,7 mm de Titanio, con cable reusable / descartable, adaptable a Equipo tipo Valleylab. Se puede ofertar PINZA PARA CAUTERIO BIPOLAR:PINZA BIPOLAR C/CABLE BIPOLAR, EETT: Recta, en bayoneta para electrocauterio, con punta de 1,0 - 1,7 mm de Titanio, con cable reusable / descartable, adaptable a Equipo tipo Valleylab. Para dar mayor participación de oferentes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 16 - Lote 1 Clips para aneurisma cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
Para los ítems 1 al 6 ¿Se podría cotizar con un rango de variación de +/-1mm en la Apertura de los clips?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 17 - Lote 1 Clips para aneurisma cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
Ítems 6 y 7 ¿Se podría cotizar con un rango de variación de longitud de +-0.5 a 1.5mm, como se otorga en los demás ítems del lote?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 18 - SECCIÓN VII ANEXOS: DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
F) Cualquier otro documento adicional requerido. 16. Para las Prótesis e Implantes se solicita Certificado de Aprobación y habilitación para su uso en la práctica clínica emitida por un organismo competente para ello FDA de EEUU y/o CE Comunidad Europea. Las Prótesis ofertadas deberán contar además con: - Certificados de Libre Venta y Comercialización en Países de Alta Vigilancia Sanitaria que son: Australia, Canadá, Confederación Helvética, Estados Miembros de la Comunidad Europea, Estados Unidos de Norteamérica, Israel y Japón, que recibieron esta calificación gracias a sus rigurosas Políticas de Control de Calidad. - Trabajos Científicos publicados en Revistas Internacionales reconocidas de Neurocirugía y/o Ortopedia y Traumatología por Servicios de Referencia Mundial donde dichas Prótesis son utilizadas teniendo un seguimiento clínico de por lo menos 5 años y que tengan una Opinión Favorable para su uso Se consulta: Se solicita definir que estos requisitos se refieren a los lotes N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18 y 19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
Se aclara que se refiere a los lotes que corresponden a Prótesis e Implantes tal como se solicita en el numeral 16 de de la Sección VII Anexos . Punto F. Cualquier otro documento adicional requerido.		

Consulta 19 - SECCIÓN VII ANEXOS: DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
F) Cualquier otro documento adicional requerido. 14. Declaración Jurada comprometiéndose en caso de ser adjudicado a proveer en calidad de préstamo, el set de instrumentales para el día de la cirugía. El oferente deberá disponer de un personal (Instrumentador) para el día de la cirugía, el que será responsable del contenido de la caja de instrumentales En caso de Accidente de Trabajo del Instrumentador /a Quirúrgico, de la empresa oferente, el IPS estará exento de toda responsabilidad civil y/o penal 15. Declaración jurada comprometiéndose que en caso de ser adjudicados, cubrirá los casos de Urgencias no programadas, independientemente del día y horario a realizarse (sábado, domingo y feriados), con las cajas de instrumentales. Se solicita aclarar cuanto sigue: a) Los procedimientos a realizarse en los que se solicita instrumental quirúrgico y el concurso de instrumentadores quirúrgicos, serán realizados solamente en el HC? En caso de que los mismos tengan que realizarse en otros lugares diferentes al HC del IPS, por favor definirlos a fin de tenerlo en cuenta en el momento de la cotización, ya que esta infraestructura influye en gran medida en los precios a ofertar. b) Los precios de referencia publicados para este llamado estarían desactualizados en relación a lo exigido en el punto 14 del Anexo N° 1 de la Sección VII del PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
Se aclara que los procedimientos a realizarse en los que se solicita set de instrumental quirúrgico y el concurso de instrumentadores quirúrgicos, serán realizados solamente en el Hospital Central del IPS, por lo que los precios referenciales no sufrirán ninguna variación.		

Consulta 20 - Lote 1 - Item 1: CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE BAYONETA DE TITANIO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
Donde dice: Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de +- 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 5,0mm. Se consulta: Se solicita ampliar el rango de apertura a +/- 5 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 21 - Lote 1 - Item 2: CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE FENESTRADO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
Donde dice: Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de +- 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 9,2mm.		
Se consulta: Se solicita ampliar el rango de apertura a +/- 2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 22 - Lote 1 - Item 3: CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE RECTO DE TITANIO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
Donde dice: Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de +- 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 9,5mm.		
Se consulta: Se solicita ampliar el rango de apertura a +/- 2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 23 - Lote 1 - Item 4: CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE SEMI CURVO DE TITANIO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
Donde dice: Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de +- 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 7,8mm.		
Se consulta: Se solicita ampliar el rango de longitud a +/- 0,5 a 1,7 mm de apertura a +/- 2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 24 - Lote 1 - Item 5: CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE SEMI CURVO DE TITANIO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
Donde dice: Compatible con estudios de Resonancia Magnética Variación de longitud de +/- 0,5 a 1,5 mm. Apertura: 8,8mm. Se consulta: Se solicita ampliar el rango de apertura a +/- 2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 25 - Lote 1 - Item 6: CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL PERMANENTE RECTO DE TITANIO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
Donde dice: De Titanio/cobalto compatible con estudio de resonancia magnética Se consulta: Se solicita incluir el rango de longitud a +/- 0,5 a 1,5 mm y apertura de 6,2 +/- 2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 26 - Lote 7 - Item 1: ESPONJA HEMOSTÁTICA DE CELULOSA OXIDADA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
Donde dice: Hemostática absorbible de celulosa oxidada regenerada de múltiples fibras y con protección bactericida, de 5 (+-1)cm X 2,5 (+-1)cm, estéril, descartable. Se solicita aclarar: a) Lo solicitado corresponde a esponja hemostática de celulosa regenerada con protección bactericidas o bacteriostática? Hacemos esta consulta debido a que el efecto bacteriostático aunque no produzca la muerte de bacterias, impide su reproducción, es decir se produce el mismo efecto. b) Se solicita ampliar el rango de medidas de 5 (+/-1) cm x 2,5 (+/-1,5) cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		

Consulta 27 - Lote 11 Item 1 - Punta perforadora Craneal

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2019
Solicitamos a la convocante agregar a la medida una variante del +/- 1mm dando asi mayor participacion a oferentes segun la ley 2051 de contrataciones publicas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2019
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas corresponden tal cual como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente, aprobado por la máxima autoridad de la Institución.		