

Consultas Realizadas

Licitación 366840 - ADQUISICION DE INSTRUMENTALES VARIOS PARA EL MSPYBS

Consulta 1 - Ítem 11 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL CAJA CONTENEDORA DE INSTRUMENTALES AUTOCLAVABLE

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2020
<p>Donde Dice: Caja contenedora de instrumentales Autoclavable, caja de aluminio, tapa y cubeta fenestrada, asas de transporte, con filtros de barreta de papel (mínimo 50 paquetes) (100 unidades como mínimo cada uno) etiqueta de identificación gravada (MSPYBS) y precintos de seguridad 50 paquetes (como mínimo de 100 unidades cada uno), cesta fenestrada para colocación de instrumentales y protector de silicona, medida de 28 cm largo x 27.5 cm ancho x 11 cm alto (+ - 8 cm).</p> <p>Se consulta: Solicitamos a la convocante modificar el material del filtro de barrera de papel a FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES DE PTFE, ya que los mismos al tener esa capacidad de reuso, implica ahorro de costos a la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 24		

Consulta 2 - Ítem 20 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA PEQUEÑA PARA CURACION

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2020
<p>Donde dice: CAJA PEQUEÑA PARA CURACION 30 de largo x 13 de ancho x 5 cm con variante (+) o (-) 5 cm en las medidas de la caja. Caja metálica con tapa y cubeta fenestrada de acero inoxidable o aluminio con filtro de barrera de papel 50 paquetes (100 unidades cada uno como mínimo) etiqueta de identificación grabada (MSP Y BS) y precintos de seguridad 50 paquetes (100 unidades cada uno como mínimo) cesta fenestrada para colocación de instrumentales y protector de silicona.</p> <p>Se consulta: Solicitamos a la convocante modificar el material del filtro de barrera de papel a FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES DE PTFE, ya que los mismos al tener esa capacidad de reuso, implica ahorro de costos a la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 24		

Consulta 3 - Ítems 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2020
Donde se solicita "FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE":		
Se sugiere a la convocante solicitar a los oferentes que el filtro de barrera reutilizable sea fabricado con material PTFE (POLITETRA FLUOR ETILENO) teniendo en cuenta que el material PTFE resulta más económico por la duración de vida útil de los filtros, conforme se demuestra en los siguientes estándares de calidad internacionales: ISO 9001 ; EN ISO 13485; DIN 58953-9; DIN EN ISO 2931. EN ISO 11607-1; DIN EN ISO 2931, EN868 parte 1 y 8 / EN285		
Asimismo, la convocante al adquirir productos duraderos y económicos está en cumplimiento con los Principios Generales de las Compras Públicas establecidas en la ley 2051 artículo 4° y el Criterio de Sustentabilidad establecido en el Decreto N° 2992/2019 que hace mención al criterio de valor por dinero que deben tener en cuenta las Instituciones Públicas al momento de realizar sus compras y den considerar el valor del bien o servicio adquirido en su totalidad analizando sus componentes en cuanto a la calidad, la gestión de los riesgos, la satisfacción del cliente final (profesionales de la salud) así como también el ciclo de vida del producto y los costos de mantenimiento, entre otros		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 24		

Consulta 4 - Ítem 45- ESPECULO VAGINAL: ESPECULO VAGINAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2020
Ítem 45- ESPECULO VAGINAL: ESPECULO VAGINAL Donde dice: "ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO 65 mm x 20mm"		
Se consulta: Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de medidas a (+-10mm). La variación en el tamaño del instrumental no varía el uso para el cual se está solicitando y no tendría impedimento técnico para su uso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 24		

Consulta 5 - Ítem 66 - RASPA QUIRURGICA: LEGRA DE FARABEU

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2020
Donde dice: "Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad Con mandril.15 cm"		
Se consulta: Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de medidas a (+-2cm). La variación en el tamaño del instrumental no varía el uso para el cual se está solicitando y no tendría impedimento técnico para su uso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 24		

Consulta 6 - Ítem – 124 PINZA ARO: PINZA DE ARO

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2020
Donde dice: “20 cm recta Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas”		
Se consulta: Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de medidas a (+-2cm). La variación en el tamaño del instrumental no varía el uso para el cual se está solicitando y no tendría impedimento técnico para su uso.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 24		

Consulta 7 - Ítem – 149 PINZA PARA BIOPSIA: PINZA PARA BIOPSIA WITTER

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2020
Donde dice: “23 CM De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía”		
Se consulta: Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de medidas a (+-10cm). La variación en el tamaño del instrumental no varía el uso para el cual se está solicitando y no tendría impedimento técnico para su uso.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 24		

Consulta 8 - Ítem 238 - PINZA DE DUVAL: PINZA DE DUVAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2020
Donde dice: “12 cm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC”		
Se consulta: Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de medidas a (+-2cm). La variación en el tamaño del instrumental no varía el uso para el cual se está solicitando y no tendría impedimento técnico para su uso.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 24		

Consulta 9 - Ítem 338 - PORTA AGUJA CASTRO VIEJO: PORTA AGUJA CASTRO VIEJO CURVO SIN TRABA

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2020
Donde dice: “14 cm De acero Inoxidable de alta calidad .Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía”		
Se consulta: Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de medidas a (+-2cm). La variación en el tamaño del instrumental no varía el uso para el cual se está solicitando y no tendría impedimento técnico para su uso.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 24		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 24		

Consulta 10 - Ítem 444 - SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR 2 GARFIOS ROMO, MODELO FINO

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2020
<p>Donde dice: "110 a 120 mm De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC"</p> <p>Se consulta: Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de medidas a (+-5cm). La variación en el tamaño del instrumental no varía el uso para el cual se está solicitando y no tendría impedimento técnico para su uso.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 24		

Consulta 11 - Ítem 462 - SEPARADOR PARA CIRUGIA SEPARADOR MALEABLE OCHSNER RIBBON

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2020
<p>Donde dice: "15 x 33 CM Maleable OCHSNER RIBBON. Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-"</p> <p>Se consulta: Solicitamos a la Convocante modificar la unidad de medida (CM) a (MM).teniendo en cuenta que la unidad medida utilizada para el instrumental se mide en milímetros y ampliar el rango de medidas (+-10MM).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 24		

Consulta 12 - Ítem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2020
<p>Donde dice: Precintos de seguridad 50 paquetes (100 unidades como mínimo cada uno)</p> <p>Se consulta: Solicitamos a la convocante aclarar la cantidad, los 50 paquetes (100 unidades como mínimo cada uno) corresponde a la cantidad mínima solicitada?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2020
Se aclara que se refiere a la cantidad mínima de precintos de seguridad que debe tener cada paquete. AJUSTARSE A LA ADENDA 24.		

Consulta 13 - Certificado analítico que demuestre el tipo de acero quirúrgico bajo norma AISI/DIN

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2020
<p>Solicitamos a la Convocante reevaluar este requisito, ya que solicita varias veces los mismos documentos al tener certificado CE, o ISO, con normas ya se declara que este producto tiene norma de fabricación AISI/DIN, por lo tanto volver a pedir el certificado analítico ya es irrelevante.</p> <p>Si tiene CE, ya cumple con la norma de Acero, para uso en Clase I, según normas sanitarias</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 24.		

Consulta 14 - ADENDA 20 CERTIFICADOS SANITARIOS- Capacidad tecnica en los siguientes documentos

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2020
<p>En los puntos</p> <p>1- Certificado Aprobacion y habilitacion Vigente ---- FDA - CE- ISO 13485, o cualquiera</p> <p>2- Certificado Analitico segun norma AISI/DIN</p> <p>3- Documentos que avalen que son fabricados que son normas ISO - DIN - CE o cualquiera</p> <p>Luego en el punto 5 , nuevamente solicitan registro sanitario o constancia de DNVS y que la misma certifique que puede seguir comercializando.</p> <p>Indicamos respetuosamente a la convocante que sus requisitos son ambiguas y contradictorias, y lo que hace es complicar una situacion muy sencilla</p> <p>Los certificados ISO 13485 - CE o FDA, para instrumentales se emiten para los instrumentales , que se son de clase I, y que puede ser usados en humanos y que los mismos han cumplidos con las normas de fabricacion que coinciden con las normas AISI/DIN</p> <p>Por lo tanto, solicitamos a la convocante que solicite cualquiera de los documentos ISO 13485- CE- FDA, o ANMAT, O ANVISA pero que que esten vigentes .</p> <p>Sobre el Registro Sanitario vigente o constancia de solicitud., La DNVS no emite ningun certificado que diga que el registro esta en proceso y que puede comercializarse (temporal). por lo tanto este requisito no es valido y solo trae confusion.</p> <p>Sugerimos Pragmatismo Certificado CE- FDA o ISO 13485 Registro Sanitario Vigente o Constancia de solicitud.</p> <p>Y por que la constancia de solicitud ya es suficiente (por que el procedimiento de registro sanitario para insumos medicos es reciente en el pais, y lo que hace nuestro QUERIDO PARAGUAY es darle registro a todos aquellos productos que tienen CE- FDA o ISO13485 vigentes un REGISTRO.</p> <p>Por lo tanto, con esos documentos si estan vigentes y estan autenticados ya puede demostrarse que los productos que va a comprar el MINISTERIO SON BUENOS</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 24		

Consulta 15 - PRUEBAS DE LOS PRODUCTOS

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2020
<p>COMO EL OBJETIVO DEL MINISTERIO ES REALIZAR COMPRAS TRANSPARENTES, PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD.</p> <p>SU MECANISMO DE PRUEBA TIENE UN DEFECTO MUY GRANDE QUE NO ES OBJETIVO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE TRANSPARENTAR EL PROCESO DE PRUEBA SE REALIZA AL AZAR Y EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS QUE EL HOSPITAL DE TRAUMA SEA EL DE REFERENCIA PARA MUESTRA A DE LA MISMA EMPRESA Y MUESTRA B DE LA MISMA EMPRESA EL HOSPITAL DE ITAUGUA. (ES DECIR QUE SE ENVIEN DOS INSTRUMENTALES PARA 1 PARA CADA HOSPITAL SIN INDICAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA SOLO UN CODIGO, Y ADEMAS QUE LAS EMPRESAS ENVIEN A SUS INSTRUMENTADORAS A VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO EN HORA ASIGNADA.</p> <p>CREEMOS QUE ESO PUEDE TRANSPARENTAR EL PROCESO, CREEMOS TAMBIEN QUE EL MINISTERIO CON EL MINISTRO A LA CABEZA Y USTEDES EN EL UOC Y EL HOSPITAL VAN A DESEAR PRODUCTOS BUENOS UTILES Y DURADEROS.</p> <p>LA FORMA QUE PLANTEAN DE SUS METODOS, LO UNICO QUE DEJAN SON DUDAS QUE LO UNICO QUE HACEN ES NO TRANSPARENTAR EL PROCESO</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 24.		

Consulta 16 - PRUEBAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2020
<p>CONSULTAMOS RESPETUOSAMENTE</p> <p>COMO SE ANIMAN A HACER PRUEBAS TENIENDO EL PRODUCTO CERTIFICADOS DE CALIDAD CE-ISO 13485-FDA</p> <p>NO LES PARECE, ES COMO COMPRAR UN AUTO PEGAR UNA VUELTA POR EL CHACO, DEJARLE CAER POLVO, LUEGO LAVAR BIEN Y VER SI AGUANTA, Y DE ACUERDO A ESO LE COMPRAMOS.</p> <p>ACTUALMENTE YA LOS ARGUMENTOS DE LAVAR,SOMETER A CALOR, NO SE APLICAN EN NINGÚN PAIS QUE REALIZAN ESTAS COMPRAS, LO QUE SUCEDE EN TODOS LOS PAISES ES QUE RENUEVAN SUS INSTRUMENTALES CADA AÑO, SIN EMBARGO LO QUE PODEMOS NOTAR, ES QUE DESEAN QUE EL PRODUCTO DURE MAS DE LO QUE PUEDE DAR, ENTONCES, COLOCAN ESTOS ARGUMENTOS DE PRUEBAS SUBJETIVAS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 24		

Consulta 17 - EETT - ITEM N° 613 Y 614 RESUCITADORES

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2020
Con respecto a lo solicitado Certificado FDA-CE, se podrá presentar solamente Certificación ISO?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 24		

Consulta 18 - DDJJ para la Contraloría de la Nación

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2020
<p>En el punto, donde solicitan: "Se deberá presentar Constancia de Presentación de Declaración Jurada de Bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República para los sujetos obligados en el marco de la Ley 6355/19, solicitamos se incorpore la opción de presentar el Dictamen de Inconstitucionalidad a favor sobre este punto, emitida por el Poder Judicial.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
<p>Ajustarse al PBC- No obstante se aclara que en referencia a la consulta realizada debemos determinar el alcance de las decisiones efectuadas por la Corte Suprema de Justicia, es decir el alcance de quienes pueden ser amparados en la exoneración del cumplimiento de la LEY N° 6355/19.</p> <p>Que las acciones de inconstitucionalidad y el recurso de amparo son mecanismos para la impugnación de leyes y/o cualquier tipo de normativa que contrarien lo establecido en la Constitución Nacional.</p> <p>Que sin entrar a detallar los argumentos efectuados por los recurrentes ante la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia , en el caso de existir una resolución que suspenda los efectos de la aplicación de esa ley, la misma debe ser considerada y exonerada de su cumplimiento , CON LA DEBIDA PRESENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DISPONE LO MENCIONADO, situación que quedará en ese estado (medida cautelar) hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.</p> <p>Que en caso de no contar con el instrumento que exonere la aplicación de la mencionada LEY, los potenciales oferentes deberán dar cumplimiento a la presentación de lo establecido, y si así no lo hiciera, podría acarrear la descalificación de la oferta.</p>		

Consulta 19 - ÍTEM 8 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>Donde dice: "CAJA DE CIRUGÍA, CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSPYBS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 30 CM de largo X 27 CM de ancho X 6 CM alto (+ 5 CM)".</p> <p>Se consulta: Se solicita a la Convocante ampliar las especificaciones técnicas de la CAJA PARA INSTRUMENTAL, quedando redactado de la siguiente manera: CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE.</p> <p>Esto teniendo en cuenta que los contenedores de ALUMINIO son la última generación de sistemas de empaque rígidos para esterilización y son utilizados por las múltiples ventajas que ofrecen (peso, limpieza, ergonomía, seguridad). Asimismo, solicitamos que los filtros sean REUTILIZABLES DE PTFE, los que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, constituyendo un ahorro considerable de recursos para la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
<p>AJUSTARSE AL PBC.-</p>		

Consulta 20 - ÍTEM 9 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>Donde dice: "CAJA DE INSTRUMENTAL CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSPYBS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 60 CM de largo X 25 CM de ancho X 6 CM alto (+- 5 CM)".</p> <p>Se consulta: Se solicita a la Convocante ampliar las especificaciones técnicas de la CAJA PARA INSTRUMENTAL, quedando redactado de la siguiente manera: CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE.</p> <p>Esto teniendo en cuenta que los contenedores de ALUMINIO son la última generación de sistemas de empaque rígidos para esterilización y son utilizados por las múltiples ventajas que ofrecen (peso, limpieza, ergonomía, seguridad). Asimismo, solicitamos que los filtros sean REUTILIZABLES DE PTFE, los que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, constituyendo un ahorro considerable de recursos para la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC .-		

Consulta 21 - ÍTEM 10 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>Donde dice: "CAJA CONTENEDOR DE ACERO INOXIDABLE, DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO DE BARRERAS REUTILIZABLES MEDIDAS, CAJA DE ACERO INOXIDABLE TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSPYBS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 59 CM de largo X 29 CM de ancho X 17 CM alto (+- 10 CM)".</p> <p>Se consulta: Se solicita a la Convocante ampliar las especificaciones técnicas de la CAJA PARA INSTRUMENTAL, quedando redactado de la siguiente manera: CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE.</p> <p>Esto teniendo en cuenta que los contenedores de ALUMINIO son la última generación de sistemas de empaque rígido para esterilización y son utilizados por las múltiples ventajas que ofrecen (peso, limpieza, ergonomía, seguridad). Asimismo, solicitamos que los filtros sean REUTILIZABLES DE PTFE, los que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, constituyendo un ahorro considerable de recursos para la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 22 - ÍTEM 11 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>Donde dice: "CAJA CONTENEDORA PARA INSTRUMENTALES AUTOCLAVABLE CAJA CONTENEDORA DE INSTRUMENTALES AUTOCLAVABLE CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA DE PAPEL(MINIMO 50 PAQUETES)(100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO), ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSPYBS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 28 CM de largo X 27,5 CM de ancho X 11 CM alto (+- 8 CM)".</p> <p>Se consulta: Se solicita a la Convocante ampliar las especificaciones técnicas de la CAJA PARA INSTRUMENTAL, quedando redactado de la siguiente manera: CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE. Esto teniendo en cuenta que los contenedores de ALUMINIO son la última generación de sistemas de empaque rígido para esterilización y son utilizados por las múltiples ventajas que ofrecen (peso, limpieza, ergonomía, seguridad). Asimismo, solicitamos que los filtros sean REUTILIZABLES DE PTFE, los que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, constituyendo un ahorro considerable de recursos para la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC.-		

Consulta 23 - ÍTEM 12 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>Donde dice: "CAJA DE ACERO INOXIDABLE CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLE, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSPYBS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 20 CM de largo X 10 CM de ancho X 4 CM alto (+- 3 CM)".</p> <p>Se consulta: Se solicita a la Convocante ampliar las especificaciones técnicas de la CAJA PARA INSTRUMENTAL, quedando redactado de la siguiente manera: CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE. Esto teniendo en cuenta que los contenedores de ALUMINIO son la última generación de sistemas de empaque rígido para esterilización y son utilizados por las múltiples ventajas que ofrecen (peso, limpieza, ergonomía, seguridad). Asimismo, solicitamos que los filtros sean REUTILIZABLES DE PTFE, los que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, constituyendo un ahorro considerable de recursos para la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC.-		

Consulta 24 - ÍTEM 12 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>Donde dice: "CAJA DE ACERO INOXIDABLE CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLE, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSPYBS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 20 CM de largo X 10 CM de ancho X 4 CM alto (+- 3 CM)".</p> <p>Se consulta: Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de medidas a (-+10cm). La variación en el tamaño del contenedor no varía el uso para el cual se está solicitando y no tendría impedimento técnico para su uso</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 25 - ÍTEM 13 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>Donde dice: "CAJA DE ACERO INOXIDABLE CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLE, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSPYBS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 25 CM de largo X 15 CM de ancho X 5 CM alto (+-10 CM)".</p> <p>Se consulta: Se solicita a la Convocante ampliar las especificaciones técnicas de la CAJA PARA INSTRUMENTAL, quedando redactado de la siguiente manera: CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE.</p> <p>Esto teniendo en cuenta que los contenedores de ALUMINIO son la última generación de sistemas de empaque rígido para esterilización y son utilizados por las múltiples ventajas que ofrecen (peso, limpieza, ergonomía, seguridad). Asimismo, solicitamos que los filtros sean REUTILIZABLES DE PTFE, los que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, constituyendo un ahorro considerable de recursos para la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC.-		

Consulta 26 - ÍTEM 14 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>Donde dice: "CAJA DE CIRUGÍA MAYOR CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLE, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSPYBS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 59 CM de largo X 27 CM de ancho X 18 CM alto (+-5 CM)".</p> <p>Consulta: Se solicita a la Convocante ampliar las especificaciones técnicas de la CAJA PARA INSTRUMENTAL, quedando redactado de la siguiente manera: CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE.</p> <p>Esto teniendo en cuenta que los contenedores de ALUMINIO son la última generación de sistemas de empaque rígido para esterilización y son utilizados por las múltiples ventajas que ofrecen (peso, limpieza, ergonomía, seguridad). Asimismo, solicitamos que los filtros sean REUTILIZABLES DE PTFE, los que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, constituyendo un ahorro considerable de recursos para la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 27 - ÍTEM 15 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>Donde dice: "CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLE, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSPYBS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 30 CM de largo X 20 CM de ancho X 11 CM alto (+-10 CM)".</p> <p>Consulta: Se solicita a la Convocante ampliar las especificaciones técnicas de la CAJA PARA INSTRUMENTAL, quedando redactado de la siguiente manera: CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE.</p> <p>Esto teniendo en cuenta que los contenedores de ALUMINIO son la última generación de sistemas de empaque rígido para esterilización y son utilizados por las múltiples ventajas que ofrecen (peso, limpieza, ergonomía, seguridad). Asimismo, solicitamos que los filtros sean REUTILIZABLES DE PTFE, los que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, constituyendo un ahorro considerable de recursos para la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC.-		

Consulta 28 - ÍTEM 16 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>Donde dice: "CAJA METÁLICA CON TAPA CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLE, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSPYBS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 50 CM de largo X 30 CM de ancho X 10 CM alto (+8 CM)".</p> <p>Consulta: Se solicita a la Convocante ampliar las especificaciones técnicas de la CAJA PARA INSTRUMENTAL, quedando redactado de la siguiente manera: CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE. Esto teniendo en cuenta que los contenedores de ALUMINIO son la última generación de sistemas de empaque rígido para esterilización y son utilizados por las múltiples ventajas que ofrecen (peso, limpieza, ergonomía, seguridad). Asimismo, solicitamos que los filtros sean REUTILIZABLES DE PTFE, los que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, constituyendo un ahorro considerable de recursos para la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PB.-		

Consulta 29 - ÍTEM 17 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>Donde dice: "CAJA METÁLICA CON ORIFICIOS CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLE, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSPYBS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 40 CM de largo X 22 CM de ancho X 10 CM alto (+8 CM)".</p> <p>Consulta: Se solicita a la Convocante ampliar las especificaciones técnicas de la CAJA PARA INSTRUMENTAL, quedando redactado de la siguiente manera: CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE. Esto teniendo en cuenta que los contenedores de ALUMINIO son la última generación de sistemas de empaque rígido para esterilización y son utilizados por las múltiples ventajas que ofrecen (peso, limpieza, ergonomía, seguridad). Asimismo, solicitamos que los filtros sean REUTILIZABLES DE PTFE, los que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, constituyendo un ahorro considerable de recursos para la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 30 - ÍTEM 18 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>Donde dice: "CAJA MULTIPERFORADAS PARA AUTOCLAVE CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLE, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSPYBS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 45 CM de largo X 25 CM de ancho X 15 CM alto (+10 CM)".</p> <p>Consulta: Se solicita a la Convocante ampliar las especificaciones técnicas de la CAJA PARA INSTRUMENTAL, quedando redactado de la siguiente manera: CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE. Esto teniendo en cuenta que los contenedores de ALUMINIO son la última generación de sistemas de empaque rígido para esterilización y son utilizados por las múltiples ventajas que ofrecen (peso, limpieza, ergonomía, seguridad). Asimismo, solicitamos que los filtros sean REUTILIZABLES DE PTFE, los que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, constituyendo un ahorro considerable de recursos para la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC.-		

Consulta 31 - ÍTEM 19 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>Donde dice: "CAJA PARA CIRUGIA CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLE, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSPYBS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 31 CM de largo X 20 CM de ancho X 11 CM alto (+-10 CM)".</p> <p>Consulta: Se solicita a la Convocante ampliar las especificaciones técnicas de la CAJA PARA INSTRUMENTAL, quedando redactado de la siguiente manera: CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE. Esto teniendo en cuenta que los contenedores de ALUMINIO son la última generación de sistemas de empaque rígido para esterilización y son utilizados por las múltiples ventajas que ofrecen (peso, limpieza, ergonomía, seguridad). Asimismo, solicitamos que los filtros sean REUTILIZABLES DE PTFE, los que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, constituyendo un ahorro considerable de recursos para la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 32 - ÍTEM 20 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>Donde dice: "CAJA PEQUEÑA PARA CURACION 30 de largo x 13 de ancho x 5 cm de alto con variante (+) o (-) 5 cm en las medidas de la caja .Caja Metálica con tapa y cubeta fenestradas de acero inoxidable con filtros de barrera de papel 50 paquetes (100 unidades cada uno como mínimo) etiqueta de identificación grabada (MSP y BS) y precintos de seguridad 50 paquetes (100 unidades cada uno como mínimo) cesta fenestrada para colocación de instrumentales y protector de silicona".</p> <p>Consulta: Se solicita a la Convocante ampliar las especificaciones técnicas de la CAJA PARA INSTRUMENTAL, quedando redactado de la siguiente manera: CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE. Esto teniendo en cuenta que los contenedores de ALUMINIO son la última generación de sistemas de empaque rígido para esterilización y son utilizados por las múltiples ventajas que ofrecen (peso, limpieza, ergonomía, seguridad). Asimismo, solicitamos que los filtros sean REUTILIZABLES DE PTFE, los que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, constituyendo un ahorro considerable de recursos para la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC.-		

Consulta 33 - ÍTEM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>Donde dice: Precintos de seguridad 50 paquetes (100 unidades como mínimo cada uno)</p> <p>Se consulta: Solicitamos a la convocante aclarar la cantidad, los 50 paquetes (100 unidades como mínimo cada uno) corresponde a la cantidad mínima solicitada de cajas para instrumental?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC . SE ACLARA QUE SE REFIERE A LA CANTIDAD MINIMA DE PRECINTOS DE SEGURIDAD QUE DEBE TENER CADA PAQUETE		

Consulta 34 - Ítem 45- ESPECULO VAGINAL: ESPECULO VAGINAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
Donde dice: "ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO 65 mm x 20mm"		
Se consulta a la Convocante ¿Se puede cotizar ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO 75 mm x 17 mm? La variación en el tamaño del instrumental no varía el uso para el cual se está solicitando y no tendría impedimento técnico para su uso.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC.-		

Consulta 35 - Ítem 66 - RASPA QUIRURGICA: LEGRA DE FARABEUF

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
Donde dice: "Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad Con mandril.15 cm"		
Se consulta: Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de medidas a (+-1cm). La variación en el tamaño del instrumental no varía el uso para el cual se está solicitando y no tendría impedimento técnico para su uso.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC.-		

Consulta 36 - Ítem - 124 PINZA ARO: PINZA DE ARO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
Donde dice: "20 cm recta Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas"		
Se consulta: Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de medidas a (+-2cm). La variación en el tamaño del instrumental no varía el uso para el cual se está solicitando y no tendría impedimento técnico para su uso		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC.-		

Consulta 37 - Ítem - 149 PINZA PARA BIOPSIA: PINZA PARA BIOPSIA WITTER

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
Donde dice: "23 CM De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía"		
Se consulta: Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de medidas a (+-10cm). La variación en el tamaño del instrumental no varía el uso para el cual se está solicitando y no tendría impedimento técnico para su uso.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC.-		

Consulta 38 - Ítem 444 - SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR 2 GARFIOS ROMO, MODELO FINO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
Donde dice: "110 a 120 mm De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC"		
Se consulta: Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de medidas a (+-5cm). La variación en el tamaño del instrumental no varía el uso para el cual se está solicitando y no tendría impedimento técnico para su uso		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC .-		

Consulta 39 - Ítem 462 - SEPARADOR PARA CIRUGIA SEPARADOR MALEABLE OCHSNER RIBBON

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
Donde dice: "15 x 33 CM Maleable OCHSNER RIBBON. Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-"		
Se consulta: Se puede cotizar SEPARADOR PARA CIRUGIA SEPARADOR MALEABLE OCHSNER RIBBON DE 25 X 33 CM La variación en el tamaño del instrumental no varía el uso para el cual se está solicitando y no tendría impedimento técnico para su uso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC .-		

Consulta 40 - PBC Dice Adenda 30: 4 -Documentos Adicionales a la oferta que demuestre que los bienes o servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la sección III, Suministros requeridos. • Certificado de Registro Sanitario. Vigente

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
Consulta 1- <input type="checkbox"/> Solicitamos a la convocante: si puede extenderse a: Solicitud de Registro /o Comprobante de Solicitud con mesa de entrada.Teniendo en cuenta la resolución DNVS (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria)D.G N°011/2020 POR LA CUAL SE DISPONE LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LAS HABILITACIONES DE ESTABLECIMIENTOS TEMPORALES Y DE LOS REGISTROS SANITARIOS PROVISORIOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN DNVS D.G N°013/2020 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2020. https://www.mspbs.gov.py/dependencias/dnvs/adjunto/ab03d9-ResolucionDNVS011.pdf Resolución DNVS (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria)D.G N°012/2020 POR LA CUAL SE AUTORIZA CON CARÁCTER EXCEPCIONAL LAS ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIALES CORTOPUNZANTES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE ESTADO EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY A CAUSA DEL COVID- 19 O CORONAVIRUS, A LAS EMPRESAS HABILITADAS POR LA AUTORIDAD SANITARIA QUE HAYAN INICIADO EL TRAMITE DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO. https://www.mspbs.gov.py/dependencias/dnvs/adjunto/e25f1c-RESOLUCIONDNVS012.pdf De tal forma que no sea limitativo. Para algunos oferentes y productos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 41 - PBC Dice Adenda 30: 4 -Documentos Adicionales a la oferta que demuestre que los bienes o servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la sección III, Suministros requeridos. • Certificado analítico

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
Consulta 2- <input type="checkbox"/> Solicitamos a la convocante: si puede dar un formato o a que se refiere específicamente ya que el certificado CE indica la calidad. Solicitamos dejar sin efecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
ADECUARSE A LA ADENDA 33		

Consulta 42 - Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. 2. PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. 2. PLAN DE ENTREGAS dice:</p> <p>Plazos de Entrega</p> <p>1º Entrega 50% de la cantidad mínima: El oferente tendrá un plazo de hasta 25(veinticinco) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las ordenes de entrega, emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos.</p> <p>Saldo de la Cantidad Mínima: De acuerdo a la necesidad del Servicio con órdenes de entrega emitidas por la Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud, con plazo hasta 30 días corridos, contados a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del Proveedor.</p> <p>Solicitamos respetuosamente al Convocante que el plan de entregas de bienes sea de la siguiente manera:</p> <p>Cantidad Mínima</p> <p>Plazos de Entrega</p> <p>1º Entrega: Hasta el 20% de la cantidad mínima adjudicada. 30 (treinta) días corridos a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor.</p> <p>2º Entrega: Hasta el 20% de la cantidad mínima adjudicada. 30 (treinta) días corridos a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor.</p> <p>3º Entrega: Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada. 30 (treinta) días corridos a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor.</p> <p>4º Entrega: Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada. 30 (treinta) días corridos a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 43 - SECCION VII. ANEXO I. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA. Numeral 4

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>SECCION VII. ANEXO I. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA. Numeral 4)- "Certificado de aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por un organismo competente del país de origen tales como la FDA de EEUU o CE Comunidad Europea o INVIMA de Colombia Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros que cuenten con ISO 13.485. Cualquiera de las antes mencionadas".</p> <p>Solicitamos respetuosamente al Convocante aclare lo siguiente: El Oferente que presente al menos uno de estos documentos: FDA o CE o INVIMA o ANVISA o ISO 13485 ¿ya estará dando cumplimiento a lo solicitado en este párrafo?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 44 - Sección VII. ANEXO N° 1. Documentos que Componen la Oferta, Numeral 4

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>Sección VII. ANEXO N° 1. Documentos que Componen la Oferta, Numeral 4); En el segundo Cuadro dice: Fotocopia autenticada del Certificado de Registro Sanitario vigente expedido por la DNVS del MSPyBS.</p> <p>Solicitamos Respetuosamente que este punto sea solicitado de la siguiente manera: Fotocopia Autenticada del Certificado de Registro Sanitario o Constancia de que se encuentra en trámite de aprobación expedido por la DNVS del MSPyBS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 45 - Experiencia y Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>En el punto donde dice: "Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares (Instrumentos Hospitalarios e Insumos)...", solicitamos amablemente a la convocante permita a los oferentes demostrar Experiencia y Capacidad Técnica mediante copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares (Instrumentos Hospitalarios o Insumos). Sugerimos reemplazar la letra "e" por la letra "o", pues si bien, el llamado solicita tanto Instrumentos Hospitalarios como Insumos, hay empresas que comercializan Instrumentos Hospitalarios y no Insumos o viceversa, entonces estas empresas, en caso de querer ofertar únicamente los productos que habitualmente comercializan, podrían ser descalificadas por no presentar la experiencia requerida, limitando de sobremanera la cantidad de oferentes, lo cual no es sano para ninguna compra pública, sobre todo, teniendo en cuenta el monto referencial. Lo lógico debería ser que los oferentes presenten experiencia mediante Contratos, facturas o recepciones finales de Instrumentos Hospitalarios o Insumos.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 46 - Inspecciones y Pruebas en la etapa de evaluación

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>En el punto "2.2. Esterilización a calor seco de 180° C con una frecuencia de 3 veces al día durante 5 días". Solicitamos amablemente a la convocante revea este punto, puesto que Los instrumentales están validados para ser esterilizados por procedimientos de vacío fraccionado (autoclave) min. 134° max. 137° de acuerdo a las normas ISO 13060 e ISO 17665. Éste es el método de esterilización más utilizado a nivel internacional actualmente.</p> <p>Si se superan estas temperaturas, pueden ocurrir algunos cambios de color en ciertos instrumentos, de acuerdo a la composición química del acero quirúrgico.</p> <p>Si bien son conocidos como cambios cosméticos ya que solo afectan a la superficie exterior de los instrumentos, en condiciones de temperaturas extremas pueden aparecer.</p> <p>Además, otros instrumentos de aluminio u otros materiales, e instrumental sensible o con recubrimiento de teflón por ej. podrían sufrir daños.</p> <p>A largo plazo, el esterilizar el instrumental quirúrgico por el sistema de calor seco estufa con temperaturas de entre aprox. 120-180° puede generar inconvenientes no relacionados a la calidad de instrumental sino directamente vinculados a estos métodos de esterilización antiguos.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
SE ACLARA QUE EN ADENDAS ANTERIORES YA FUE RESPONDIDA. NO SE SOLICITARAN MUESTRAS. SOLO FOLLETO Y/O CATALOGOS DE TODO LO OFERTADO		

Consulta 47 - Requisitos para la entrega de los productos adjudicados en los parques sanitarios

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>En el punto donde dice: "Todos los productos adjudicados para su entrega deben tener la impresión "USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL", fecha de vencimiento y lote visible, según la naturaleza del bien adquirido, con tinta de difícil remoción, Origen, marca, fabricante, presentación." Solicitamos amablemente a la convocante rever este punto, puesto que La leyenda "USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" es excesivamente larga y no se garantiza que podrá entrar toda la frase en los Instrumentales y en el caso dado de que logre entrar todo, no será correctamente visible a simple vista. Debería ser factible, para mayor visibilidad y sin afectar el espíritu de lo requerido por la convocante que el oferente pueda entregar los Instrumentales con la impresión "USO EXCLUSIVO DEL MSPyBS".</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
ADECUARSE A LA ADENDA 33		

Consulta 48 - IAO 18.1 (a)

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
En el punto donde dice "Se requerirá autorización del fabricante, de acuerdo al formulario correspondiente de la sección VI o Presentar documentos que acrediten que el oferente es fabricante del producto que oferta", solicitamos amablemente a la convocante permita a los oferentes presentar carta de representación general otorgada por el fabricante y no específica para éste llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 49 - Experiencia y Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
En el punto donde dice: "Catálogos y folletos descriptivos donde demuestre el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete en caso de ser adjudicado a entregar el producto de igual marca, origen, procedencia y calidad que el especificado en el catálogo del producto, en el que se deberá indicar con resaltador el instrumental ofertado y el número de ítem", solicitamos amablemente a la convocante una aclaración al respecto, si se requiere un catálogo especial para este llamado, o sobre el catálogo general se puede agregar a mano el número de ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
ADECUARSE A LA ADENDA 33		

Consulta 50 - Experiencia y Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
En el punto donde dice: "Fotocopia autenticada del Certificado de Registro Sanitario vigente expedido por la DNVS del MSP y BS" solicitamos amablemente a la convocante permitir la presentación de la constancia de estar en trámite el registro, de acuerdo al Artículo 3° de la Resolución DNVS DG N° 012/2020 de fecha 13 de julio de 2020 POR LA CUAL SE AUTORIZA CON CARÁCTER EXCEPCIONAL LAS ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIALES CORTOPUNZANTES Y DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY A CAUSA DEL COVID-19 O CORONAVIRUS, A LAS EMPRESAS HABILITADAS POR LA AUTORIDAD SANITARIA QUE HAYAN INICIADO EL TRAMITE DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO, que textualmente reza: "Artículo 3°.- ESTABLECER que a solicitud de las empresas habilitadas, la DNVS emitirá una Constancia de que el producto ha iniciado el trámite de Solicitud de Certificado de Registro Sanitario, previo pago de arancel correspondiente".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 51 - Experiencia y Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
<p>En el punto donde dice: "Fotocopia autenticada del Certificado de Registro Sanitario vigente expedido por la DNVS del MSP y BS" solicitamos amablemente a la convocante permitir la presentación de la constancia de estar en trámite el registro, de acuerdo al Artículo 3° de la Resolución DNVS DG N° 012/2020 de fecha 13 de julio de 2020 POR LA CUAL SE AUTORIZA CON CARÁCTER EXCEPCIONAL LAS ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIALES CORTOPUNZANTES Y DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY A CAUSA DEL COVID-19 O CORONAVIRUS, A LAS EMPRESAS HABILITADAS POR LA AUTORIDAD SANITARIA QUE HAYAN INICIADO EL TRAMITE DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO, que textualmente reza: "Artículo 3°.- ESTABLECER que a solicitud de las empresas habilitadas, la DNVS emitirá una Constancia de que el producto ha iniciado el trámite de Solicitud de Certificado de Registro Sanitario, previo pago de arancel correspondiente".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 52 - Item 4 BAJA LENGUAS WIEDER

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
Solicitamos a la convocante una variacion de +-2 cm en las medidas solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 53 - ítem 5 BAJA LENGUAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
Solicitamos a la convocante una variacion de +-2 cm en las medidas solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 54 - Item 7 BANDEJA DE ACERO PARA INSTRUMENTALES DE TAMIZ O CESTILLA CON ASA

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
Solicitamos a la convocante permitir una variacion de +-5 cm en las medidas solicitadas, para permitir mayor oportunidad a los potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 55 - Item 12 CAJAS PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
Solicitamos a la convocante permitir una variacion de +-10 cm en las medidas solicitadas, para permitir mayor oportunidad a los potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 56 - Item 13 CAJAS PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
Solicitamos a la convocante permitir cotizar cajas para instrumentales sin asas para permitir mayor oportunidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 57 - ítem 581 VALVA GINECOLOGICA VALVA DE DOYEN VAGINAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
solicitamos a la convocante una variacion de +-5 mm en la medida solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTASE AL PBC		

Consulta 58 - ítem 580 VALVA GINECOLOGICA VALVA DE DOYEN VAGINAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
solicitamos a la convocante una variacion de +-5 mm en la medida solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 59 - ítem 423 SEPARADOR PARA CIRUGIA SEPARADOR DE DOYEN DE HOJA GRANDE

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
solicitamos a la convocante permitir una variacion de +-4 mm en la medida solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 60 - ítem 389 PEAN-DELICATE PINZA HEMOSTATICA

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
solicitamos a la convocante poder cotizar pinza pean		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 61 - ítem 388 PINZA MOSQUITO PETIT-POINT

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
solicitamos a la convocante poder cotizar pinza pean		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 62 - ítem 383 PINZA DE EXTRACCION

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
solicitaos a la convocante poder cotizar pinza de extraccion ovalada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 63 - ítem 240 PINZA DE DUVAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
solicitamos a la convocante una variacion de +- 2 cm en la medida solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 64 - ítem 111 PINZAS ALLIS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
solicitamos a la convocante una variacion de +-3 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 65 - ítem 110 PINZA ALLIS PINZA LOCKWOOD

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
solicitamos una variacion de +-5 cm en la medida solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 66 - ítem 89 OSTEOTOMO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
solicitamos una variacion de +-1 cm en la medida solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 67 - ítem 65 OSTEOTOMO LAMBOTTE

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
solicitamos una variacion de +- 5mm en la medida solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 68 - ítem 54 PERIOSTOTOMO MEDIANO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
solicitamos a la convocante una variacion de +-2 cm en la medida solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 69 - ítem 52 LEGRA TRAUMATOLOGICA DE COBB GRANDE

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
solicitamos a la convocante poder votizar legra de 28 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 70 - ítem 46 ESPECULO VAGINAL GRANDE.

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
solicitamos a la convocante poder cotizar especulo con la siguiente medida 115 x 35 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 71 - ítem 45 ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
solicitamos a la convocante poder cotizar especulo con la siguiente medida 75 x 17 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 72 - ítem 44 ESPECULO VAGINAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

solicitamos a la convocante poder cotizar especulo con las siguientes medidas 95 x 35 mm

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 73 - ítem 21 COMPAS QUIRURGICO 200 mm

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

solicitamos a la convocante una variacion de 10mm en la medida solicitada

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 74 - Precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

solicitamos respetuosamente a la convocante aumentar el precio referencial de las cajas de instrumentales de los ítems 8 al 20, en las mismas solicitan filtros, etiquetas, precintos, protector de silicona mas la caja con las especificaciones solicitadas no se adecuan con el precio de referencial. solicitamos a la convocante actualizar los precios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 75 - ítem 20 CAJAS PARA INSTRUMENTAL PEQUEÑA PARA CURACION

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

solicitamos a la convocante poder cotizar cajas sin asas

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 76 - ítem 15 CAJAS PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

solicitamos a la convocante poder cotizar cajas para instrumentales sin asas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC. SE ACLARA QUE LA CAJA DEBE SER DE ACERO INOXIDABLE

Consulta 77 - Item 4 - Baja Lenguas

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 4- Baja lenguas, donde solicitan BAJA LENGUAS WIEDER GRANDE DE 12,6cm – 38 mm de ancho Acero Inoxidable lisa (+ 1), de manera a dar participación a un mayor número de oferentes, solicitamos se puedan cotizar baja lenguas Wieder grande de 14,5 cm y 25 mm de ancho		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 78 - Item 5 - Baja Lenguas

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 5- Baja lenguas, donde solicitan BAJA LENGUAS WIEDER GRANDE DE 12,6cm – 38 mm de ancho Acero Inoxidable lisa (+ 1), de manera a dar participación a un mayor número de oferentes, solicitamos se puedan cotizar baja lenguas Wieder grande de 14,5 cm y 20 mm de ancho		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 79 - Item 7 - Bandeja Tamiz o cestilla con asa

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 7 – Bandeja tamiz o cestilla con asa, como cada fabricante cuenta con dimensiones propias, solicitamos se permitan ofertar bandejas tamiz o cestilla de 53 cm (+ 5 cm) x 25 a 45 cm x 4 a 8 cm. Por favor aclarar si esta bandeja deberá contar con tapa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC. SE ACLARA QUE ES CON TAPA		

Consulta 80 - Item 12 - cajas para instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 12 – Cajas para instrumentales, como cada fabricante cuenta con dimensiones propias, solicitamos podamos cotizar cajas de instrumentales de 30 X 14 X 40 cm variación de medidas (+ 3 cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 81 - Item 22 - Dermatomo Manual

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 22 – Dermatomo manual – Por favor aclarar si la medida para toma de injertos debe ser 0,1 mm a 0,15mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 82 - Item 32 - Cureta quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 32 - Cureta quirúrgica - Por favor aclarar para qué tipo de cirugía se solicita esta cureta

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 83 - Item 44 - espéculo vaginal

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 44 - Espéculo vaginal- Solicitamos se puedan ofertar espéculo vaginal de acero inoxidable quirúrgico de alta calidad mediano de 85 mm x 30 mm + 2mm

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 84 - Item 46 - espéculo vaginal

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 46 - Espéculo vaginal- Solicitamos se puedan ofertar espéculo vaginal grande de acero inoxidable quirúrgico de alta calidad tipo cusco de 110 mm x 37 mm + 2mm

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 85 - Item 56 - Periostotomo

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 56 Periostotomo, solicitamos se puedan ofertar periostomos de Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 20 cm 8 mm

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 86 - Item 57 - Periostotomo

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 57 Periostotomo, solicitamos se pueda cotizar periostotomo Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 5 mm CORTANTE ROMA 20 cm con variación de +-2mm de longitud

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 87 - Item 58 - Periostotomo

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 58 Periostotomo solicitamos se pueda cotizar Periostotomo Joseph curvo Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 17 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 88 - Item 60 - Lima para hueso

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 60 Lima para hueso, solicitamos se pueda cotizar Limas para hueso y raspador acero inoxidable quirúrgico de alta calidad 210mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 89 - Item 69 - Raspa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 69 Raspa quirúrgica solicitamos se puedan cotizar Raspa quirúrgica raspador óseo 2 extremos útiles 20,5 cm - 7 / 7 mm acero inoxidable de alta calidad 3 años de garantía		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 90 - Item 71 - Raspa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 71 Raspa quirúrgica, solicitamos se puedan cotizar Raspador lima para hueso mediano acero inoxidable de alta calidad de 18 cm doble curvo. La longitud puede variar hasta (+ 1 cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 91 - Item 80 - mango de bisturí

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 80 Mango de bisturí, solicitamos se puedan ofertar mango porta bisturí N° 5, 16 cm de acero inoxidable de alta calidad con variante de + 1 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 92 - Ítem 81 - Mango de bisturí

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 81 Mango de bisturí, solicitamos se puedan cotizar N° 7 De Acero Inoxidable de alta calidad de 16 cm (+ - 3 cm)

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC.-

Consulta 93 - Ítem 85 - Martillo quirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 85 Martillo quirúrgico, solicitamos se puedan cotizar Martillo de Cottle A 236 GR., DIÁMETRO DE LA CABEZA 30 MM (+-2), UN LADO PLANO Y EL OTRO CONVEXO, LONGITUD 190 A 205 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.3 años de garantía

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 94 - Ítem 86 - Martillo quirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 86 Martillo quirúrgico, solicitamos se puedan cotizar 300 G., LONGITUD 23,5 cm Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía. Se puede cotizar con variación de de + 1 cm en la medida de longitud

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 95 - Ítem 88 - martillo quirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 88 Martillo quirúrgico, solicitamos se puedan cotizar 19 cm, SOLIDO 160 G Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía. La longitud puede variar en (+ 2 cm)

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 96 - Ítem 93 - cureta auditiva

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 93 Cureta auditiva, solicitamos se puedan cotizar DE 16 CM DE LONGITUD Removedor De Cera Auditiva, De Acero Inoxidable de alta calidad

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 97 - Item 133 - Pinza anatómica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 133 Pinza anatómica, solicitamos se puedan cotizar pinza anatómica atraumática recta de Bakey, 20 cm, PUNTA DE 2,5 mm De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 98 - Item 140 - Pinza Bengolea

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 140 Pinza Bengolea, solicitamos se pueda cotizar 18 cm De Acero Inoxidable Sanitario. 3 años de garantía Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 99 - Item 142 - Pinza Bengolea

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 142 Pinza Bengolea, solicitamos se pueda cotizar curva de 18 cm De Acero Inoxidable Sanitario. 3 años de garantía Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 100 - Item 143 - Pinza Bengolea

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 143 Pinza Bengolea, solicitamos se pueda cotizar curva de 18 cm De Acero Inoxidable Sanitario. 3 años de garantía Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 101 - Item 153 - Pinza Bulldog

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 153 Pinza bulldog, solicitamos se pueda cotizar 11 CM. VARIANTE: + - 2 CM. De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 102 - Item 162 - Pinza clamp quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 162 Pinza clamp quirúrgica, solicitamos se pueda cotizar RECTA 13 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 103 - Item 163 - Pinza clamp quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 163 Pinza clamp quirúrgica, solicitamos se pueda cotizar CURVA 12,5 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 104 - Item 164 - Pinza clamp quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 164 Pinza clamp quirúrgica, solicitamos se pueda cotizar recta 12,5 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 105 - Item 165 - Pinza clamp quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 165 Pinza clamp quirúrgica, solicitamos se pueda cotizar curva 12,5 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 106 - Item 172 - Pinza clamp quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 172 Pinza clamp quirúrgica, solicitamos se pueda cotizar ANGULO 60 grado 16cm x 5cm (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 107 - Item 221 - Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el Item 221 Pinza de disección: pinza anatómica de disección, solicitamos se pueda cotizar punta de 0,8mm, longitud 15cm. con aro de tungsteno, recta Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. Medidas +-1cm 3 años de garantía		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 108 - Item 222 - Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 222 Pinza de disección, solicitamos cotizar CON DIENTE 12 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad para microcirugía de mano. 3 años de garantía		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 109 - Item 223 - Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 223 Pinza de disección, solicitamos se pueda cotizar SIN DIENTE 12 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad para microcirugía de mano. 3 años de garantía		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 110 - Item 226 - Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 226 Pinza de disección, solicitamos se pueda cotizar Pinza de disección estándar sin diente 14,5 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 111 - Item 230 - Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 230 Pinza de disección, solicitamos se pueda cotizar sin DIENTE 16 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De acero quirúrgico de alta calidad para microcirugía de mano.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 112 - ítem 236 Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 236 Pinza de disección, solicitamos se pueda cotizar sin diente 20 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De acero quirúrgico de alta calidad para microcirugía de mano.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 113 - Item 231 - Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 231 Pinza de disección, solicitamos se pueda cotizar con DIENTE 18 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De acero quirúrgico de alta calidad para microcirugía de mano.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 114 - Item 232 - Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 232 Pinza de disección, solicitamos se pueda cotizar sin DIENTE 18 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De acero quirúrgico de alta calidad para microcirugía de mano.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 115 - ítem 266 Pinza gubia

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 266 Pinza gubia, solicitamos se pueda cotizar 20 CM RECTA Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 116 - Item 235 - Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 235 Pinza de disección, solicitamos se pueda cotizar con diente 20 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De acero quirúrgico de alta calidad para microcirugía de mano.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 117 - ítem 278 Pinza hemorroidal

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 278 Pinza hemorroidal, solicitamos se pueda cotizar PARA LIGADURA ELÁSTICA HEMORROIDAL (Sistema por aspiración de 90 grados con cono para colocar ligaduras, rotable y reutilizable 100 mm

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 118 - Item 591 - Esfignomanómetro

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

El ítem tiene que ser apto para RM

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC. SE ACLARA QUE LOS MISMOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS A NIVEL PAIS

Consulta 119 - ítem 308 Pinza mixter recta

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 308 Pinza mixter recta, solicitamos se pueda cotizar 14 cm curva Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 120 - Item 592 - ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO: APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

El ítem tiene que ser apto para RM

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC. SE ACLARA QUE LOS MISMOS VAN A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL PAIS

Consulta 121 - ítem 352 Pinza porta agujas

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 352 Pinza porta agujas, solicitamos se pueda cotizar De 14cm acero Inoxidable. alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 122 - 593 ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO: APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS OBESOS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
El ítem tiene que ser apto para RM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC. SE ACLARA QUE LOS MISMOS VAN A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL PAÍS.		

Consulta 123 - Ítem 598 - Manguito de presión

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
Este ítem a que marca de Monitor Corresponde y si es de una vía o dos vías		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 33		

Consulta 124 - ítem 356 Pinza porta agujas

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 356 Pinza porta agujas, solicitamos se pueda cotizar De (15cm) acero Inoxidable. alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 125 - Ítem 599 - Manguito de presión

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
Este ítem a que marca de Monitor Corresponde y si es de una vía o dos vías		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
ADECUARSE A LA ADENDA 33		

Consulta 126 - Ítem 604 - Resucitador adulto

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
Se podrá cotizar Resucitador de PVC, y de uso único debido a que por motivos de la pandemia no se cuenta con los productos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 127 - ítem 367 Pinza Satinsky

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 367 Pinza Satinsky, solicitamos se pueda cotizar De 26 CM acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad, Con variante de (+ - 1) cm en las medidas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 128 - Ítem 605 - Resucitador Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
Se podrá cotizar Resucitador de PVC, y de uso único debido a que por motivos de la pandemia no se cuenta con los productos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 129 - ítem 307 Pinza mixer

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 307 Pinza mixer curva, solicitamos se pueda cotizar 14 cm curva Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 130 - ítem 379 Pinza corta hilo

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 379 Pinza corta hilo, solicitamos se pueda cotizar Acero 12 cm (+-5cm), angulada 45° Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 131 - el ítem 380 Pinza corta hilo

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
En el ítem 380 Pinza corta hilo solicitamos se pueda cotizar 38 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 132 - Ítem 519 - Clipadora

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 519 Clipadora, solicitamos se pueda cotizar Aplicador de clip Clipadora quirúrgica de acero inoxidable de alta calidad para uso en neurocirugía, longitud total 18 cm (+-2 cm) 3 años de garantía mínima

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 133 - Ítem 586 - Valva ginecológica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 586 Valva ginecológica, solicitamos se pueda cotizar 30 cm. X 80 inoxidable quirúrgico. 3 años de garantía mínima.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 134 - Ítem 451 Separador abdominal

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 451 Separador abdominal, solicitamos se pueda cotizar De 16,5 cm acero Inoxidable. Con variante de (+ -1) cm en las medidas

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 135 - ítem 503 Separador para cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 503 Separador para cirugía, solicitamos cotizar DE 18 cm Acero Inoxidable Sanitario .de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 136 - ítem 597 LARINGOSCOPIO ADULTO JUEGO DE LARINGOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder ofertar el Kit con hojas curvo hasta el N° 4, ya que el N° 4 es bastante similar a la medida del N° 5. y de esa manera poder dar oportunidad a mas oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 137 - Ítem 592 ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
Solicitamos a la convocante modificar el precio referencia ya que la misma esta muy por debajo del precio en el mercado. las especificaciones tecnicas solicitadas no se adecuan al precio de referencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 138 - Ítems N° 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2020
Ya fueron consultados anteriormente y la respuesta de la convocante fue la siguiente: Ajustarse al PBC		
Se consulta: Solicitamos a la convocante aclarar si los oferentes deben cumplir las especificaciones técnicas del Pliego (como indica la respuesta de fecha 25 de agosto del 2020) o a la Adenda N° 30.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.-		

Consulta 139 - Ítem 4 - Baja lenguas

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 4- Baja lenguas, donde solicitan BAJA LENGUAS WIEDER GRANDE DE 12,6cm - 38 mm de ancho Acero Inoxidable lisa (+ 1), de manera a dar participación a un mayor número de oferentes, solicitamos se puedan cotizar baja lenguas Wieder grande de 14,5 cm y 25 mm de ancho? La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.-		

Consulta 140 - Ítem 5 - Baja Lenguas

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 5- Baja lenguas, donde solicitan BAJA LENGUAS WIEDER GRANDE DE 12,6cm - 38 mm de ancho Acero Inoxidable lisa (+ 1), de manera a dar participación a un mayor número de oferentes, solicitamos se puedan cotizar baja lenguas Wieder grande de 14,5 cm y 20 mm de ancho? La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30		

Consulta 141 - Ítem 7 - Bandeja tamiz o cestilla con asa

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 7 - Bandeja tamiz o cestilla con asa, como cada fabricante cuenta con dimensiones propias, solicitamos se permitan ofertar bandejas tamiz o cestilla de 53 cm (+ 5 cm) x 25 a 45 cm x 4 a 8 cm. Por favor aclarar si esta bandeja deberá contar con tapa. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30. Lo solicitado es Bandeja Tamiz o cestilla con asa acero inoxidable , lisa con seguro, con asa de acero inoxidable con medidas de 60 (+ - 5 cm.) x 25 a 45 cm x 4 a 8 cm.		

Consulta 142 - Ítem 12 - Cajas para instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 12 - Cajas para instrumentales, como cada fabricante cuenta con dimensiones propias, solicitamos podamos cotizar cajas de instrumentales de 30 X 14 X 40 cm variación de medidas (+ 3 cm). La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.-		

Consulta 143 - Ítem 22 - Dermatomo manual

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 22 - Dermatomo manual - Por favor aclarar si la medida para toma de injertos debe ser 0,1 mm a 0,15mm. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.		

Consulta 144 - Ítem 32 - Cureta quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 32 - Cureta quirúrgica - Por favor aclarar para qué tipo de cirugía se solicita esta cureta? La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30. Se aclara que es para cirugía gineco obstetricia.		

Consulta 145 - Ítem 44 - Espéculo Vaginal

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 44 - Espéculo vaginal- Solicitamos se puedan ofertar espéculo vaginal de acero inoxidable quirúrgico de alta calidad mediano de 85 mm x 30 mm + 2mm. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30. Lo solicitado es de 92 mm x 23 mm(+ - 2 mm)		

Consulta 146 - Ítem 46 - Espéculo Vaginal

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 46 - Espéculo vaginal- Solicitamos se puedan ofertar espéculo vaginal grande de acero inoxidable quirúrgico de alta calidad tipo cusco de 110 mm x 37 mm + 2mm. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30

Consulta 147 - Ítem 56 - Periostotomo

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 56 Periostotomo, solicitamos se puedan ofertar periostomos de Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 20 cm 8 mm. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.

Consulta 148 - Ítem 57 - Periostotomo

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 57 Periostotomo, solicitamos se pueda cotizar periostotomo Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 5 mm CORTANTE ROMA 20 cm con variación de +-2mm de longitud. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30. Lo solicitado es de 4,5 mm cortante roma 20 cm. con variación de + -2 mm de longitud.

Consulta 149 - Ítem 58 - Periostotomo

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 58 Periostotomo solicitamos se pueda cotizar Periostotomo Joseph curvo Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 17 cm. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.

Consulta 150 - Ítem 60 - Lima para hueso

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 60 Lima para hueso, solicitamos se pueda cotizar Limas para hueso y raspador acero inoxidable quirúrgico de alta calidad 210mm. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.

Consulta 151 - Ítem 69 - Raspa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 69 Raspa quirúrgica solicitamos se puedan cotizar Raspa quirúrgica raspador óseo 2 extremos útiles 20,5 cm - 7 / 7 mm acero inoxidable de alta calidad 3 años de garantía. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.

Consulta 152 - Ítem 71 - Raspa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 71 Raspa quirúrgica, solicitamos se puedan cotizar Raspador lima para hueso mediano acero inoxidable de alta calidad de 18 cm doble curvo. La longitud puede variar hasta (+ 1 cm). La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.-

Consulta 153 - Ítem 80 - Mango de Bisturí

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 80 Mango de bisturí, solicitamos se puedan ofertar mango porta bisturí N° 5, 16 cm de acero inoxidable de alta calidad con variante de + 1 cm. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.

Consulta 154 - Ítem 81 - Mango de bisturí

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 81 Mango de bisturí, solicitamos se puedan cotizar N° 7 De Acero Inoxidable de alta calidad de 16 cm (+ - 3 cm). La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo, nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.-

Consulta 155 - Ítem 86 - Martillo quirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 86 Martillo quirúrgico, solicitamos se puedan cotizar 300 G., LONGITUD 23,5 cm Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía. Se puede cotizar con variación de de + 1 cm en la medida de longitud. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda 30. Lo solicitado es de 300 G. longitud 19 cm. Acero inoxidable grado medico, superficie lisa, opaca sin residuos daños ni bordes cortantes fabricado según normas internacionales ISO- DIN-CE 3 años de garantía.-Se puede cotizar con variacion + - 1 cm en la medida de longitud.		

Consulta 156 - Ítem 85 - Martillo quirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 85 Martillo quirúrgico, solicitamos se puedan cotizar Martillo de Cottle A 236 GR., DIÁMETRO DE LA CABEZA 30 MM (+2), UN LADO PLANO Y EL OTRO CONVEXO, LONGITUD 190 A 205 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.3 años de garantía. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30		

Consulta 157 - Ítem 88 - Martillo quirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 88 Martillo quirúrgico, solicitamos se puedan cotizar 19 cm, SOLIDO 160 G Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía. La longitud puede variar en (+ 2 cm). La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.-		

Consulta 158 - Ítem 93 - Cureta Auditiva

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 93 Cureta auditiva, solicitamos se puedan cotizar DE 16 CM DE LONGITUD Removedor De Cera Auditiva, De Acero Inoxidable de alta calidad. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30		

Consulta 159 - Ítem 133 - Pinza anatómica

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 133 Pinza anatómica, solicitamos se puedan cotizar pinza anatómica atraumática recta de Bakey, 20 cm, PUNTA DE 2,5 mm De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
EL oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.-		

Consulta 160 - Ítem 140 - Pinza Bengolea

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 140 Pinza Bengolea, solicitamos se pueda cotizar 18 cm De Acero Inoxidable Sanitario. 3 años de garantía Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30. Lo solicitado es Pinza Bengolea de 16 cm. de acero inoxidable sanitario. 3 años de garantía con variante de + - 1 cm. en las medidas.		

Consulta 161 - Ítem 142 - Pinza Bengolea

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 142 Pinza Bengolea, solicitamos se pueda cotizar curva de 18 cm De Acero Inoxidable Sanitario. 3 años de garantía Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30		

Consulta 162 - Ítem 143 - Pinza Bengolea

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 143 Pinza Bengolea, solicitamos se pueda cotizar curva de 18 cm De Acero Inoxidable Sanitario. 3 años de garantía Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30. Lo solicitado es Pinza Bengolea curva de 18 cm. de acero inoxidable sanitario de alta calidad. Con variante de + - 1 cm. en las medidas .		

Consulta 163 - Ítem 153 - Pinza Bulldog

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 153 Pinza bulldog, solicitamos se pueda cotizar 11 CM. VARIANTE: + - 2 CM. De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30		

Consulta 164 - Ítem 162 - Pinza clamp quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 162 Pinza clamp quirúrgica, solicitamos se pueda cotizar RECTA 13 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30. Lo solicitado es: Clamp Atraumatica de Backey Recta 8 cm. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad variacion : + - 1 cm. en la medida Punta fina delicada , liviana 3 años de garantía.		

Consulta 165 - Ítem 163 - Pinza clamp quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 163 Pinza clamp quirúrgica, solicitamos se pueda cotizar CURVA 12,5 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.-		

Consulta 166 - Ítem 164 - Pinza clamp quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 164 Pinza clamp quirúrgica, solicitamos se pueda cotizar recta 12,5 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.-		

Consulta 167 - Ítem 165 - Pinza clamp quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 165 Pinza clamp quirúrgica, solicitamos se pueda cotizar curva 12,5 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30. Lo solicitado es Clamp Atraumatica de backey curva 10 cm. acero inoxidable quirúrgico de alta calidad variación + - 1 cm. en la medida. Punta fina delicada, liviana 3 años de garantía.		

Consulta 168 - Ítem 172 - Pinza clamp quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 172 Pinza clamp quirúrgica, solicitamos se pueda cotizar ANGULO 60 grado 16cm x 5cm (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30. Lo solicitado es: Clamp de Bakey Multipropósito Angulo 60° 21cm*5 cm (+ - 1,5 cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad variación : + - 1 cm en la medida Punta fina delicada, liviana 3 años de garantía.		

Consulta 169 - Ítem 221 - Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 221 Pinza de disección: pinza anatómica de disección, solicitamos se pueda cotizar punta de 0,8mm, longitud 15cm. con aro de tungsteno, recta Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. Medidas +-1cm 3 años de garantía. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30. Lo solicitado es Pinza anatómica de disección punta de 0.8 mm, longitud 15 cm. de titanio recta. Con certificados de calidad según normas DIN 46001-ISO 9001 de titanio para microcirugía de mano. Medidas +- 1cm. 3 años de garantía.		

Consulta 170 - Ítem 222 - Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 222 Pinza de disección, solicitamos cotizar CON DIENTE 12 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad para microcirugía de mano. 3 años de garantía. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30. No obstante se aclara que lo solicitado es Pinza de Disección Estándar con Diente 12 cm. Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001-ISO 9001 de titanio para microcirugía de mano. 3 años de garantía.		

Consulta 171 - Ítem 223 - Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 223 Pinza de disección, solicitamos se pueda cotizar SIN DIENTE 12 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad para microcirugía de mano. 3 años de garantía. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.-		

Consulta 172 - Ítem 226 - Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 226 Pinza de disección, solicitamos se pueda cotizar Pinza de disección estándar sin diente 14,5 cm. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.-		

Consulta 173 - Ítem 229 - Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 229 Pinza de disección, solicitamos se pueda cotizar CON DIENTE 16 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De acero quirúrgico de alta calidad para microcirugía de mano. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.		

Consulta 174 - Ítem 230 - Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 230 Pinza de disección, solicitamos se pueda cotizar sin DIENTE 16 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De acero quirúrgico de alta calidad para microcirugía de mano. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.-		

Consulta 175 - Ítem 231 - Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 231 Pinza de disección, solicitamos se pueda cotizar con DIENTE 18 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De acero quirúrgico de alta calidad para microcirugía de mano. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30		

Consulta 176 - Ítem 232 - Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 232 Pinza de disección, solicitamos se pueda cotizar sin DIENTE 18 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De acero quirúrgico de alta calidad para microcirugía de mano. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.		

Consulta 177 - Ítem 235 - Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 235 Pinza de disección, solicitamos se pueda cotizar con diente 20 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De acero quirúrgico de alta calidad para microcirugía de mano. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30

Consulta 178 - Ítem 236 - Pinza de disección

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 236 Pinza de disección, solicitamos se pueda cotizar sin diente 20 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De acero quirúrgico de alta calidad para microcirugía de mano. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.-

Consulta 179 - Ítem 266 - Pinza gubia

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 266 Pinza gubia, solicitamos se pueda cotizar 20 CM RECTA Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.-

Consulta 180 - Ítem 278 - Pinza hemorroidal

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 278 Pinza hemorroidal, solicitamos se pueda cotizar PARA LIGADURA ELÁSTICA HEMORROIDAL (Sistema por aspiración de 90 grados con cono para colocar ligaduras, rotatable y reutilizable 100 mm. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.

Consulta 181 - Ítem 307 - Pinza mixer

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 278 Pinza hemorroidal, solicitamos se pueda cotizar PARA LIGADURA ELÁSTICA HEMORROIDAL (Sistema por aspiración de 90 grados con cono para colocar ligaduras, rotatable y reutilizable 100 mm. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30

Consulta 182 - Ítem 308 - Pinza mixter recta

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 308 Pinza mixter recta, solicitamos se pueda cotizar 14 cm curva Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.-

Consulta 183 - Ítem 352 - Pinza porte agujas

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 352 Pinza porta agujas, solicitamos se pueda cotizar De 14cm acero Inoxidable. alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.

Consulta 184 - Ítem 356 - Pinza porta agujas

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 356 Pinza porta agujas, solicitamos se pueda cotizar De (15cm) acero Inoxidable. alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.

Consulta 185 - Ítem 367 - Pinza Satinsky

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 367 Pinza Satinsky, solicitamos se pueda cotizar De 26 CM acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad, Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30. lo solicitado es Pinza Satinsky mediana de 24 cm. acero inoxidable quirúrgico de alta calidad con variante de + - 1 cm. en las medidas.

Consulta 186 - Ítem 379 - Pinza corta hilo

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 379 Pinza corta hilo, solicitamos se pueda cotizar Acero 12 cm (+-5cm), angulada 45° Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.

Consulta 187 - Ítem 380 - Pinza corta hilo

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 380 Pinza corta hilo solicitamos se pueda cotizar 38 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30		

Consulta 188 - Ítem 451 - Separador abdominal

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 451 Separador abdominal, solicitamos se pueda cotizar De 16,5 cm acero Inoxidable. Con variante de (+ -1) cm en las medidas. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30		

Consulta 189 - Ítem 503 - Separador para cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 503 Separador para cirugía, solicitamos cotizar DE 18 cm Acero Inoxidable Sanitario .de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30. Lo solicitado es Separadores SENN Atraumatica de 16 cm. Acero inoxidable sanitario de alta calidad. Con variante de + - 1 cm. en las medidas.		

Consulta 190 - Ítem 519 - Clipadora

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 519 Clipadora, solicitamos se pueda cotizar Aplicador de clip Clipadora quirúrgica de acero inoxidable de alta calidad para uso en neurocirugía, longitud total 18 cm (+-2 cm) 3 años de garantía mínima. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
Ajustarse a la Adenda N° 30.		

Consulta 191 - Ítem 586 - Valva ginecológica

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
En el ítem 586 Valva ginecológica, solicitamos se pueda cotizar 30 cm. X 80 inoxidable quirúrgico. 3 años de garantía mínima. La respuesta del 25 de agosto fue ajustarse al PBC, sin embargo nuestra consulta está basada en la Adenda N° 30, por favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.-		

Consulta 192 - Adenda 30

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
<p>En la adenda 30 en criterios de evaluación y requisitos de calificación en el punto 2 Requisitos para calificación Posterior (IAO 37) en el punto (B) Experiencia y Capacidad Técnica donde indica que el oferente deberá proporcionar evidencia documentadas que demuestre el cumplimiento de su capacidad Técnica, mediante la presentación de los siguientes documentos: Certificado de aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por un organismo competente del país de origen tales como la FDA de EEUU o CE Comunidad Europea o INVIMA de Colombia Países miembros del Mercosur como ANVISA de Brasil y otros que cuenten con ISO 13585 Cualquiera de la antes mencionada. En este punto indica claramente que cualquiera de lo que se tenga se podrá utilizar, pero dentro de los ítems 504 y 505 solicitan FDA-CE, por lo tanto creemos que estos dos ítem están direccionado a dos marcas en el Mercado que cuentan con las dos certificaciones.</p> <p>Solicitamos que estos dos ITEM se pueda cotizar los productos que cuenten con FDA o CE</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
<p>El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30</p>		

Consulta 193 - Experiencia y Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
<p>El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con el siguiente requisito de experiencia: Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares (Instrumentos Hospitalarios e Insumos) en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2017-2018-2019) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa. Es llamativo que el requisito para demostrar experiencia sea la presentación de facturas, contrato o recepciones finales de Instrumentos Hospitalarios e Insumos, pues si bien, el llamado solicita tanto Instrumentos Hospitalarios como Insumos, hay empresas que comercializan Instrumentos Hospitalarios y no Insumos o viceversa, entonces estas empresas, en caso de querer ofertar únicamente los productos que habitualmente comercializan, podrían ser descalificadas por no presentar la experiencia requerida, limitando de sobremanera la cantidad de oferentes, lo cual no es sano para ninguna compra pública, sobre todo, teniendo en cuenta el monto referencial. Lo lógico debería ser que los oferentes presenten experiencia mediante Contratos, facturas o recepciones finales de Instrumentos Hospitalarios o Insumos.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
<p>El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 33.</p>		

Consulta 194 - ÍTEM 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2020
<p>Respetuosamente solicitamos al Convocante incorporar en las especificaciones técnicas lo siguiente: "Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE al menos dos de ellos (adjuntar certificado)".</p> <p>Es importante mencionar que en los instrumentales son solicitados que sean fabricados según estas normas internacionales, por lo que consideramos que las cajas también deben presentar estos certificados.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
<p>El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 33. Se aclara que se solicita para todos los ítems, lo siguiente: Documentos que avalen (Certificación) que los instrumentales son fabricados bajo Normas ISO-DIN-CE cualquiera de ellas según aplique a los insumos solicitados.</p>		

Consulta 195 - ÍTEM 8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2020
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES". Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de: "FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES). Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en estos ítems. Además, son más económicos que los filtros de barrera.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2020
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 30.		