

## Consultas Realizadas

# Licitación 368361 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA

### Consulta 1 - item 41. autoclave de esterilizacion de 21 litros

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2019
solicitamos amablemente que se amplie las normas de calidad especificas FDA, CE o JIS. a lo siguiente: Norma de calidad especificas internacionales FDA, CE , JIS o MERCOSUR(ANVISA, ANMAT, ETC). Esto permitira mayor participacion de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
Se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

### Consulta 2 - inciso d), del ítem H, correspondiente al "Anexo I" de la "Sección XII - Anexos"

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2019
Solicitamos amablemente a la convocante, que pueda ser reconsidera la solicitud mencionada en el inciso arriba descrito, el cual solicita "Contar por lo menos 3 (tres) personales inscritos en el Instituto de Previsión Social - IPS para lo cual se deberá presentar el certificado de cumplimiento con el seguro social". Atendiendo a que la garantía en la provisión de los ítems solicitados, no se ve comprometida ante la no tenencia de personales inscritos en IPS. Y, a su vez, al tener reconsiderado este inciso, se permite una mayor participación de oferentes, lo cual beneficia directamente a la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

### Consulta 3 - Item N°. 26 Flujometro de Oxigeno

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2019
Certificado FDA  Consulta: Solicitamos si se podría ofertar productos que cumpla con Certificado del Mercosur		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

### Consulta 4 - Item N°. 28 Tubo de Oxigeno de 7m3

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2019
Solicitamos poder cotizar tubo de 7,5m3		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

### Consulta 5 - Item 27 y 28

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2019
----------	-------------------	------------

Los tubos de oxigeno ven ir cargado o vacio

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
-----------	--------------------	------------

los tubos de oxigeno serán entregados vacios

### Consulta 6 - Item 27 y 28

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2019
----------	-------------------	------------

Los tubos de oxigeno deben entregarse cargado o vacio

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
-----------	--------------------	------------

los tubos de oxigeno serán entregados vacios

### Consulta 7 - Plazos de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2019
----------	-------------------	------------

Referente al plazo de entrega de los equipos, solicitamos respetuosamente a la convocante que sea extendido dicho plazo a 120 días, teniendo en cuenta que la gran cantidad de equipos requeridos obliga a incurrir en un proceso de importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de tramites aduaneros. De manera a no limitar la presentación de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

### Consulta 8 - Item N° 30 Cama electrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2019
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante verificar el precio referencial del Item 30 Cama electrica para paciente, ya que el precio referencial no está acorde al porte del bien requerido. Las mismas especificaciones tecnicas estan solicitando en el llamado ID 340.369, pero con un referencial mas razonable.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

### Consulta 9 - Precios Referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2019
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante verificar los precios de referencia de los Items: 6, 17, 19, 23, 29,30, 31, 32, 34, , ya que los precios referenciales no están acorde a los bienes requerido. Las mismas especificaciones tecnicas estan solicitando en el llamado ID 340.369, pero con un referencial mas razonable.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

## Consulta 10 - Item 23 - Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
<p>Donde Dice: Capacidad de visualizacion de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la unidad medica si se encuentra instalada en una central de monitoreo.            Solicitamos a la convocante modificar este punto a opcional ya que esta opcion limita la participacion a los oferentes y no influye directamente en las funcionalidades principales del monitor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
<p>Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado al Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3 atendiendo a que el bien solicitado es conforme a las necesidades y requerimientos existentes para cada servicio hospitalario.</p>		

## Consulta 11 - Item 23 - Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
<p>Donde dice: El equipo deberá tener la capacidad de actualización a futuro mediante hardware y/o Software a la interconexión entre dispositivos médicos mediante MEDICAL INFORMATION BUS - ISO / IEEE I 1073.            Solicitamos a la convocante eliminar este punto ya que el protocolo de HL7 y la conexión a la central de monitoreo cumplen con esta función por lo que este requerimiento es innecesario además de dar ventaja competitiva a una sola empresa, incumpliendo así la ley 2051 de contrataciones públicas donde menciona la libre competencia</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
<p>se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 12 - Item 30 Cama Electrica para Paciente

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
<p>Especificaciones Tecnicas:            Dimensiones de la superficie del Paciente, solicitamos que el ancho minimo sea de 85cm.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
<p>Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 13 - Item 34 - Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
<p>Donde dice: Normas de calidad especificas FDA            solicitamos a la convocante modificar este punto a Normas de calidad especificas FDA o CE, ya que esta norma tambien cumple con los standares internacionales para equipos medicos y asi dar mayor participacion a oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
<p>se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 14 - Item 30 Cama Electrica para Paciente

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
<p>Donde dice: Asas para traslado y movimientos de la cama abatible Consulta: Solicitamos a la convocante dejar este punto como opcional ya que lo solicitado es una característica de las camillas de urgencia, no de las camas hospitalarias. No conocemos ningún fabricante que realice asas para traslado en las camas. Las camas de internacion disponen de cabeceros y piecero extraíbles cuyo diseño permite asirlos, y así no hay asas externas que puedan dificultar el movimiento de la cama en su traslado o que puedan golpear al personal médico o acompañantes de manera a permitir mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
<p>se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 15 - Item 30 Cama Electrica para Paciente

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
<p>Donde dice: Porta historial clínico desmontable y abatible colocado en la piecera. Consulta: Solicitamos a la convocante la posibilidad de cotizar mesa para escribir que se coloca en el piecero, es desmontable, e incluye un cesto porta historiales, para permitir la participación de mas oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
<p>Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 16 - Item 34 - Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
<p>Donde dice: Normas de calidad especificas FDA solicitamos a la convocante modificar este punto a Normas de calidad especificas FDA o CE, ya que esta norma tambien cumple con los standares internacionales para equipos medicos y asi dar mayor participacion a oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
<p>se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 17 - Item 30 Cama Electrica para Paciente

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
<p>Donde dice: Posiciones Solicitamos a la convocante dejar como opcional la inclinacion lateral. para dar oportunidad a mas oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
<p>Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 18 - Item 34 - Electrocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
<p>Donde dice: Mesa con ruedas y frenos de dimensiones adecuadas al equipo, con al menos un cajon. Solicitamos a la convocante modificar este punto a mesa con al menos un cajon o canstillo para asi dar mayor oportunidad de participacion a los oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
<p>Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3</p>		

## Consulta 19 - Item 30 Cama Electrica para Paciente

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
<p>Donde dice: Colchon            solicitan el certificado de calidad de cumplimiento de normativas del colchón de CE MDD 93/42/EEC Clase, dispositivos medicos. Consulta: Solicitamos a la convocante la posibilidad de presentar otros certificados del colchon, como ISO/TS16949, ISO 9001, ya que en varios paises el colchon no se concidera dispositivos medicos por lo que no se emiten CE, de manera a dar mayor oportunidad a mas oferente</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
<p>se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 20 - Item 30 Cama Electrica para Paciente

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
<p>Donde dice: Alarma sonora y luminosa de falta de energia electrica de red. Para permitir la participacion de mas oferentes solicitamos incluir solo alarma luminosa de las camas o dejar como opcional la alarma sonora</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
<p>Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 21 - ITEM 30 - CAMA ELECTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
<p>DONDE SOLICITAN:            Normas de Calidad Específicas: CE, SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON CERTIFICADOS DE CALIDAD FDA, CUYA IMPORTANCIA ES IGUAL O MAYOR A LAS DE CE. NO COMPRENDEMOS PORQUE LIMITAN LA PARTICIPACION DE EQUIPOS CON ALTAS PRESTACIONES CON CERTIFICADOS DE CALIDAD FDA. SI NO OTORGAN LA OPORTUNIDAD DE COTIZAR EQUIPOS CON FDA, NOS VEREMOS EN LA NECESIDAD DE PROTESTAR CONTRA EL PLIEGO Y DE DENUNCIAR ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
<p>se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 22 - ITEM 30 - CAMA ELECTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
<p>DONDE SOLICITAN:            Posición Fowler, vascular, Cardiaco, inclinación lateral            SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE QUE LA OPCION DE INCLINACION LATERAL SEA CONSIDERADA COMO OPCIONAL DE MANERA A NO LIMITAR LA PARTICIPACION. ADEMAS ESTAMOS HABLANDO DE UN ESPECIFICACION POCO UTILIZADA EN NUESTRO MEDIO QUE SOLO ENCARECE EL PRECIO FINAL DEL BIEN. QUE DE POR SI EL REFERENCIAL ESTA BAJO PARA LA CONFIGURACION SOLICITADA.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
<p>Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.</p>		

### Consulta 23 - ITEM 30 - CAMA ELECTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN:  
 Colchón: Presentar certificado de Calidad de cumplimiento de normativas del colchón CE MDD 93/42/EEC Clase, Dispositivos Médicos.  
 ASI COMO HEMOS SOLICITADO QUE SE PUEдан COTIZAR EQUIPOS CON FDA, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEAN OPCIONAL PARA NO LIMITAR SOLO A EQUIPOS CON CE DE LA COMUNIDAD EUROPEA, QUE COMO SE PUEDE OBSERVAR SOLO HABILITA A EQUIPOS DE EUROPA. SI NO HABILITAN LA POSIBILIDAD DE COTIZAR EQUIPOS DE OTRAS COMUNIDADES NOS VEREMOS CON EL DERECHO DE PROTESTAR Y DE INFORMAR A LA OPINION PUBLICA DE ESTA SITUACION

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

### Consulta 24 - ITEM 30 - CAMA ELECTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN:  
 Espesor mínimo 16cm  
 SOLICITAMOS NO DIRIGIR LA ESPECIFICACION AL DAR UN NÚMERO NETO, SIN POSIBILIDADES INCLUSO DE COTIZAR COLCHONES CON MAYOR ESPESOR QUE SERIA MEJOR. SOLICITAMOS INCLUIR UN RANGO DE VARIACIÓN DE +/-2CM POR LO MENOS.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

### Consulta 25 - ITEM 30 - CAMA ELECTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

RECOMENDAMOS HUMILDEMENTE UNA ALARMA MUY IMPORTANTE Y MUY UTILIZADA ACTUALMENTE PARA LO CUAL PODRIAN ESPECIFICAR COMO SIGUE:  
 Alarma del freno desactivado cuando la cama se encuentre conectada a la red eléctrica.  
 ESTO PERMITE EVITAR QUE LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN SE SUELTEN O SE DESCOMPONGAN LAS TOMAS CORRIENTES.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.

### Consulta 26 - ITEM 30 - CAMA ELECTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Inclinación de espalda: 0 65°  
 RECOMENDAMOS SOLICITAR UNA INCLINACIÓN DE ESPALDA DE 0 - 75°, ESTO AYUDA MUCHO PARA TRATAMIENTOS DE CIRCULACION Y RESPIRATORIOS EN DISTINTOS TIPOS DE PACIENTE.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adendas N° 3.

### Consulta 27 - ITEM 30 - CAMA ELECTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
DONDE SOLICITAN: Sección de Rodilla:0 20° como mínimo RECOMENDAMOS HUMILDEMENTE PARA UN MEJOR TRATAMIENTO CON EL PACIENTE EN LOS CASOS DE CIRCULACION Y RESPIRATORIOS; Sección de Rodilla:0 75° como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adendas N° 3.		

### Consulta 28 - ITEM 30 - CAMA ELECTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
DONDE SOLICITAN LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 par de Apoya brazos por Cama 1 par de Pierneras fijas por cama 1 par de pierneras regulables por cama 1 par de soportes de piernas enteras Fijas por cama CREEMOS QUE SE TRATA DE UN ERROR INVOLUNTARIO, PORQUE ESTOS PUNTOS CORRESPONDEN A CAMAS OBSTETRICAS O PEOR AUN A MESAS QUIRURGICAS. SOLICITAMOS SEAN CONSIDERADAS TODAS ELLA COMO OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

### Consulta 29 - ITEM 31 - CAMA MECANICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
DONDE SOLICITAN: Normas de Calidad Específicas: CE, SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON CERTIFICADOS DE CALIDAD FDA, CUYA IMPORTANCIA ES IGUAL O MAYOR A LAS DE CE. NO COMPRENDEMOS PORQUE LIMITAN LA PARTICIPACION DE EQUIPOS CON ALTAS PRESTACIONES CON CERTIFICADOS DE CALIDAD FDA. SI NO OTORGAN LA OPORTUNIDAD DE COTIZAR EQUIPOS CON FDA, NOS VEREMOS EN LA NECESIDAD DE PROTESTAR CONTRA EL PLIEGO Y DE DENUNCIAR ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

### Consulta 30 - ITEM 31 - CAMA MECANICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
DONDE SOLICITAN: Accesorios: Riel Lateral, 6 personas, tipo plegado con bloqueo de seguridad PODRIAN ACLARAR SUFICIENTEMENTE A QUE SE REFIERE EL TERMINO: 6 PERSONAS. NO SE ENTIENDE ESTA ESPECIFICACION		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

### Consulta 31 - ITEM 31 - CAMA MECANICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
DONDE SOLICITAN: Colchón: Presentar certificado de Calidad de cumplimiento de normativas del colchón CE MDD 93/42/EEC Clase, Dispositivos Médicos. ASI COMO HEMOS SOLICITADO QUE SE PUEDAN COTIZAR EQUIPOS CON FDA, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEAN OPCIONAL PARA NO LIMITAR SOLO A EQUIPOS CON CE DE LA COMUNIDAD EUROPEA, QUE COMO SE PUEDE OBSERVAR SOLO HABILITA A EQUIPOS DE EUROPA. SI NO HABILITAN LA POSIBILIDAD DE COTIZAR EQUIPOS DE OTRAS COMUNIDADES NOS VEREMOS CON EL DERECHO DE PROTESTAR Y DE INFORMAR A LA OPINION PUBLICA DE ESTA SITUACION.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

### Consulta 32 - ITEM 30 - CAMA ELECTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
CON RELACION AL PRECIO DE REFERENCIA DEL ITEM MENCIONADO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE LO PUEDAN INCREMENTAR POR LO MENOS EN UN 30% SI CONSIDERAMOS QUE ESTAN PIDIENDO CON CERTIFICACION CE LOS MISMOS DEBERAN SER IMPORTADOS DE EUROPA EN MONEDA EXTRANJERA, Y ADEMAS CON TODOS LOS ACCESORIOS SOLICITADOS DIFICILMENTE SE PUEDA COTIZAR A ESE REFERENCIAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Conforme a lo establecido en la Ley N° 6258/2019 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, EN SU Art. 157 establece que el anticipo no podrá superar el 20% (veinte por ciento) del valor del contrato.		

### Consulta 33 - ITEM 31 - CAMA MECANICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
CON RELACION AL PRECIO DE REFERENCIA DEL ITEM MENCIONADO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE LO PUEDAN INCREMENTAR POR LO MENOS EN UN 30% SI CONSIDERAMOS QUE ESTAN PIDIENDO CON CERTIFICACION CE LOS MISMOS DEBERAN SER IMPORTADOS DE EUROPA EN MONEDA EXTRANJERA, Y ADEMAS CON TODOS LOS ACCESORIOS SOLICITADOS DIFICILMENTE SE PUEDA COTIZAR A ESE REFERENCIAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Conforme a lo establecido en la Ley N° 6258/2019 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, EN SU Art. 157 establece que el anticipo no podrá superar el 20% (veinte por ciento) del valor del contrato.		

### Consulta 34 - ITEM 30 - CAMA ELECTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
CON RELACION AL PLAZO DE ENTREGA DE 45 DIAS MENCIONADO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE LO PUEDAN INCREMENTAR POR LO MENOS A 90 DIAS SI CONSIDERAMOS QUE ESTAN PIDIENDO CON CERTIFICACION CE LOS MISMOS DEBERAN SER IMPORTADOS DE EUROPA Y PARA ALCANZAR LOS PRECIOS REFERENCIALES SOLO SE PODRIA VIA MARITIMA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		



### Consulta 35 - ITEM 31 - CAMA MECANICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

CON RELACION AL PLAZO DE ENTREGA DE 45 DIAS MENCIONADO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE LO PUEDAN INCREMENTAR POR LO MENOS A 90 DIAS SI CONSIDERAMOS QUE ESTAN PIDIENDO CON CERTIFICACION CE LOS MISMOS DEBERAN SER IMPORTADOS DE EUROPA Y PARA ALCANZAR LOS PRECIOS REFERENCIALES SOLO SE PODRIA VIA MARITIMA.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

### Consulta 36 - CONSULTAS GENERALES

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

CON RELACION AL PLAZO DE ENTREGA DE 45 DIAS MENCIONADO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE LO PUEDAN INCREMENTAR POR LO MENOS A 90 DIAS SI CONSIDERAMOS QUE ESTAN PIDIENDO CON CERTIFICACIONES CE, FDA Y JIS POR LO QUE LOS MISMOS DEBERAN SER IMPORTADOS DE EUROPA Y PARA ALCANZAR LOS PRECIOS REFERENCIALES SOLO SE PODRIA VIA MARITIMA LO QUE IMPLICA MAYOR TIEMPO DE ENTREGA

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

### Consulta 37 - ITEM 23 - MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

Donde dice: Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica si se encuentra instalado en una central de monitoreo De manera a dar mayor participación a posibles oferentes, solicitamos que esta especificación sea considerada como opcional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.

### Consulta 38 - ITEM 24 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

En el listado de accesorios, donde se solicita: Palas externas para adultos y pediátricos-infantes 1 par de cada una; consultamos si las paleta pediátrica-infante se encuentra en el mismo dispositivo debajo de las paletas para adultos, se deberá cotizar un solo par de palas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se deben cotizar un par de cada uno, así como se encuentra establecido en el PBC.

### Consulta 39 - ITEM 25 CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

En el listado de accesorios, donde se solicita: Palas externas para adultos y pediátricos-infantes 1 par de cada una; consultamos si las paleta pediátrica-infante se encuentra en el mismo dispositivo debajo de las paletas para adultos, se deberá cotizar un solo par de palas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se deben cotizar un par de cada uno, así como se encuentra establecido en el PBC.

## Consulta 40 - ITEM 25 CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
Donde solicitan: Certificado CE, ISO13485; de manera a dar participación a carros de paro fabricados en nuestra región, incluso en nuestro país, solicitamos estos certificados sean considerados opcionales para los carros de paro y obligatorios para los defibriladores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 41 - ITEM 34 ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
Donde solicitan: Normas de calidad específicas; se podrán ofertar equipos que cuenten con certificado CE?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 42 - ITEM 34 ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
Donde dice: Velocidad de impresión 10 (o 12.5), 25 y 50 mm/s: De manera a dar participación a un mayor numero de oferentes, se podrán ofertar equipos con velocidad de impresión de 25 y 50 mm/s?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 43 - Ítem 30 Cama eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
Ancho máximo 100cm ¿Se podría cotizar con ancho máximo de 105cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 44 - Ítem 30 Cama eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
Longitud mínima 20cm ¿Se podría cotizar con longitud mínima de 190cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

### Consulta 45 - Ítem 30 Cama eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
Altura mínima 49cm o menos ¿Se podría cotizar con 53cm o menos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

### Consulta 46 - Ítem 30 Cama eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
Alturamáxima 88cm o más ¿Se podría cotizar de 71cm o más?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

### Consulta 47 - Ítem 30 Cama eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
Otros requerimientos 1 par de apoya brazos por cama 1 par de piñeras fijas por cama 1 par de piñeras regulables por cama 1 par de soportes de piernas enteras - Fijas por cama 1 par de soportes de piernas enteras - Regulables por cama ¿Son correctos estos accesorios, considerando que no forman parte de las camas eléctrica?. ¿Podrían ser considerados como opcionales?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

### Consulta 48 - Plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
Solicitamos considerar ampliar el plazo de entrega entre 60 a 90 días, dese la recepción de la orden de compra		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 49 - ítem 30 Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
Solicitamos respetuosamente a la convocante revisar y sacar las siguientes características del ítem 30, por no corresponder a una cama Hospitalaria: 1 par de apoya brazos por cama 1 par de pierneras fijas por cama 1 par de pierneras regulables por cama 1 par de ganchos para sonda foley por cama 1 par de soportes de piernas enteras - fijas por cama 1 par de soportes de piernas enteras- Regulables por cama		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 50 - Anticipo Financiero

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
Solicitamos otorgar un anticipo del 20% para los ítems 24, 25, 29 y 30, considerando el alto costo de los mismos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 51 - PRECIOS REFERENCIALES

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
Solicitamos respetuosamente a la Convocante revisar los precios de los Items: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,20,21,22,23,24,25,26,29,30,33. Ya que los mismos no están acorde con las características y accesorios solicitados. Los precios referenciales están muy por debajo de los precios reales de mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 52 - ITEM N°35

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
ITEM 35: Se podría ofertar equipo con las características solicitadas en el pliego de bases y condiciones pero con capacidad de 270 litros, con dos puertas de vidrio cuyos sellos no poseen aire ya que en la cámara no se tiene presión, configurable hasta 16 ciclos, equipo que no utiliza vapor, con 3 bombas de inyección.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

### Consulta 53 - ITEM N°39

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

Se podría ofertar centrífuga con velocidad desde 1000 hasta 14000 RPM , con capacidad para 18 tubos de 1,5/2 mL. Controlado por microprocesador, capacidad de guardar 10 programas, bloqueo automático de la tapa cuando el motor esta funcionando, autoapagado en caso de desbalance en el rotor. Con timer hasta 99 minutos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.

### Consulta 54 - ITEM 33 - EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

En el ítem donde dice Cable del disparador de al menos 5 m o inalámbrico solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con cable del disparador de al menos 4 m y de esta manera dar mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

### Consulta 55 - ITEM 33 - EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

En el ítem donde dice Tensión: 40 kV o menos a 125 kV o más y corriente de tubo que alcance al menos hasta 250 mAs solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con corriente de tubo de al menos 220 mAs o superior y de esta manera dar mayor participación de oferentes. Por lo expuesto el ítem quedaría de la siguiente manera: Tensión: 40 kV o menos a 125 kV o más y corriente de tubo que alcance al menos hasta 220 mAs.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la adenda N° 3.

### Consulta 56 - ITEM 33 - EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

En el ítem donde dice Capacidad máxima: 150 KHU o más solicitamos amablemente a la convocante aclare a que componente del equipo se refiere con la capacidad máxima? ¿Si sería del tubo o del generador?, y por otro lado mejorar la descripción de lo solicitado pues se toma mas de una interpretación, así como esta. En caso de referirse a la capacidad calorífica del ánodo recomendamos que el valor solicitado se ajuste en correspondencia a los demás parámetros técnicos solicitados y en este caso no debería ser inferior a 100 KHU, y en caso de referirse al generador no debería ser inferior a 600 KHU. Por lo mencionado recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Capacidad calórica del ánodo: 100 KHU o más.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

### Consulta 57 - ITEM 33 - EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

En el ítem donde dice Variación de mA de 40 mA o menos a 200 mA o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos de 50 mA y así dar apertura al ítem para la mayor participación de oferentes. Entonces el ítem debería quedar de la siguiente manera: Variación de mA de 50 mA o menos a 200 mA o más.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.

### Consulta 58 - ITEM 33 - EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

En el ítem donde dice Variación de mAs de 1 mAs o menor a 250 mAs o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos de 220 mAs y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes. Por lo expuesto recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Variación de mAs de 1 mAs o menor a 220 mAs o más.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.

### Consulta 59 - ITEM 37 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

En el ítem donde dice Altura de la mesa: 73 cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con 60 cm de altura, así de esta manera se da apertura al ítem y mayor participación de oferentes. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: Altura de la mesa: 60 cm o más.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

### Consulta 60 - ITEM 37 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

En el ítem donde dice Longitud: 235 cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con 225 cm de longitud, así de esta manera se da apertura al ítem y se logra la participación de varios oferentes. Por lo expuesto el ítem quedaría de la siguiente manera: Longitud: 225 cm o más.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.

### Consulta 61 - ITEM 37 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

En el ítem donde dice Movimiento longitudinal de +/-45 cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento longitudinal de 43 cm o más. Así se estaría dando apertura al ítem y dando participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.

## Consulta 62 - ITEM 37 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
En el ítem donde dice Distancia foco-detector de 115 cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con distancia de 110 cm y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 63 - ITEM 37 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
En el ítem donde dice Columna de tubo con desplazamiento vertical de 145cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con desplazamiento vertical de 124 cm o más y así dar participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 64 - ITEM 37 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
En el ítem donde dice Rejilla estacionaria compatible con la mesa solicitamos amablemente a la convocante permita también cotizar Rejilla dinámica y de esta manera mejorar la especificación solicitada. Entonces recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Rejilla compatible con la mesa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda N° 3.		

## Consulta 65 - ITEM 37 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
En el ítem donde dice Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 185cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con recorridos de 44 o menor a 180 o mayor, y de esta manera dar apertura al ítem dando participación a potenciales oferentes. Por lo expuesto el ítem quedaría de la siguiente manera: Rango de recorrido vertical de 44 cm o menor a 180 cm o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 66 - ITEM 37 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
En el ítem donde dice Rejilla estacionaria compatible con el Bucky solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar mejores opciones como la rejilla dinámica. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: Rejilla compatible con el Bucky.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

### Consulta 67 - ITEM 37 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
En el ítem donde dice Rango de KV de 40 KV o menos a 130 KV o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con 125 kV o más, así se estaría dando mayor participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

### Consulta 68 - ITEM 37 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
En el ítem donde dice Rango de mAs de 1 mAs o menos a 780 mAs o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con 500 mAs y así dar participación a mayor número de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

### Consulta 69 - ITEM 37 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
En el ítem donde dice Max. Voltaje de exposición (IEC 60613) de 135 kV o superior solicitamos que el valor máximo se ajuste a 125 kV para la mayor participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

### Consulta 70 - ITEM 37 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
En el ítem donde dice Tamaño de área activa del detector de 35,2cm o supeiro x 42,3cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con área activa del detector de 34 x 42 cm como mínimo y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

### Consulta 71 - ITEM 37 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
En el ítem donde dice Matriz de 3052 x 2540 o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con matriz de 2476 x 3052 o superior y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		



## Consulta 72 - ITEM 37 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

En el ítem donde dice Tamaño de área activa del detector de 35,2cm o supeiro x 42,3cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con área activa del detector de 34 x 42 cm como mínimo y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.

## Consulta 73 - ITEM 37 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2019
----------	-------------------	------------

En el ítem donde dice Matriz de 3052 x 2540 o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con matriz de 2476 x 3052 o superior y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3

## Consulta 74 - ÍTEM N° 33 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

a- Ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 150KHU, solicitamos amablemente reducir este requerimiento a 140KHU, pues existen en el mercado marcas con esta especificación técnica que satisfarían plenamente los requerimientos de un equipo de este porte, y que redundaría en un costo menor, pues el requisito solicitado obligaría a cotizar un equipo de mayor costo, además con esto se permitiría una mayor cantidad de participantes.

Por lo tanto sugerimos una redacción como sigue:

Ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 140KHU.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

## Consulta 75 - ÍTEM N° 33 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

En el punto donde dice: Potencia de salida mínima 20kW o mejor, solicitamos amablemente a la convocante a reducir este requisito a 12kW considerando que los equipos con esta potencia de salida pueden satisfacer los requerimientos radiográficos en un servicio de internados, y que un requerimiento mayor implicaría equipos mas grandes y con menor movilidad, además así se permitiría una mayor participación de oferentes.

Por lo tanto sugerimos una redacción como sigue:

Potencia de salida mínima de 12kW o mejor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

## Consulta 76 - ÍTEM N° 33 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
En el punto donde dice: Rango de mA: 32 a 200mA o mejor, solicitamos amablemente reducir el rango máximo a 150mA a fin de permitir una mayor participación de oferentes y considerando que con esta corriente se pueden satisfacer los requerimientos de un equipo destinado a realizar radiografías a pacientes internados. Por lo tanto sugerimos una redacción como sigue: Rango de mA: 32 150mA o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 77 - ÍTEM N° 33 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
En el punto donde dice: Rango de mAs: 1 a 250mAs o mejor, solicitamos a la convocante reducir el rango máximo de mAs solicitado a fin de permitir una mayor participación de oferentes y considerando que con este producto corrienteXtiempo se pueden satisfacer los requerimientos de un equipo destinado a realizar radiografías a pacientes internados. Por lo tanto sugerimos una redacción como sigue: Rango de mAs: de 1 a 200 mAs o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 78 - ÍTEM N° 33 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Solicitamos a la convocante unificar en 4 metros la longitud mínima del cable de alimentación, considerando que en la sección de Características generales solicitan un cable de alimentación de al menos 5 metros y en la sección de Otros requerimientos solicitan un cable de alimentación de al menos 2 metros con ficha de acuerdo al norma CEE 7/4 tipo F (schuko)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 79 - ÍTEM N° 33 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
En el punto donde dice: Display digital para kV/mA/mAs, solicitamos amablemente a la convocante modificar este requisito considerando que los equipos móviles en general de la mayoría de los fabricantes incorporan únicamente un display de kV y otro de mAs, ajustando el tiempo de disparo y la corriente de tubo internamente a la condición óptima del producto mA x tiempo (mAs).  Por lo tanto sugerimos una redacción como sigue: Display digital para kV y mAs como mínimo, y posibilidad de indicación de código de errores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 80 - ITEM N° 37 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
<p>En el punto donde dice: Altura de la mesa: 73 cm o más, solicitamos a la convocante reducir la altura de la mesa a 70 cm o más, considerando que 3 cm no afectan a la operatividad de la mesa y que con esto se estaría permitiendo una participación de un mayor número de oferentes favoreciendo la libre competencia y evitando el direccionamiento a la exclusión a ciertas marcas que tienen esta especificación.</p> <p>Por lo tanto sugerimos una redacción como sigue: Altura de la mesa de 70 cm o más.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
<p>se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 81 - ITEM N° 37 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
<p>En el punto donde dice: Frecuencia del generador de 100kHz o superior, solicitamos amablemente a la convocante modificar esto a Generadores de alta frecuencia, pues la frecuencia de operación es un parámetro que cada fabricante lo ajusta a su criterio de diseño sin perjuicio a la calidad de la radiación que pudiera resultar.</p> <p>Por lo tanto sugerimos una redacción como sigue Generador de alta tensión tipo de Alta Frecuencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
<p>se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 82 - ITEM N° 37 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
<p>En el punto donde dice: DETECTOR PLANO, solicitamos amablemente a la convocante aclarar si requieren dos detectores tipo Detector PLANO fijos, uno en el bucky de mesa y otro en el bucky de pared o un único detector intercambiable entre el bucky de mesa y de pared. Recomendamos a la convocante la adquisición de dos detectores fijos para mayor seguridad en la operación considerando el costo del detector y el posible daño que pudiera sufrir ante una eventual caída.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
<p>se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 83 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
<p>d- Donde dice: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no menor a 45 (cuarenta y cinco) días calendarios posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden. Solicitamos la ampliación del plazo de entrega a 90 días corridos, considerando que los equipos son fabricados de acuerdo a los requerimientos de esta licitación y considerando el tránsito que deben realizar, por ej. los equipos de rayos x que mayormente tienen a los fabricantes principales en Asia y que por el volumen y peso deben ser importados vía marítima.</p> <p>Por lo tanto sugerimos una redacción como sigue: Los bienes adjudicados deberán ser entregados dentro de los 90 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compras por parte del proveedor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
<p>se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 84 - ÍTEM N° 19 ELECTROCARDIÓGRAFO GRABADOR HOLTER

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
<p>Respuesta en frecuencia: solicitamos a la convocante modificar esta especificación reduciendo a 0.05 ~ 40HZ, considerando que de tomarse como valor lo solicitado actualmente, se estaría incluyendo en la banda de registro la frecuencia de línea de 50Hz que es una de las principales fuentes de interferencia electromagnética, y que en el rango de referencia solicitado se encuentra contenida la mayor información requerida de la señal electrocardiográfica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
<p>se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 85 - ÍTEM N° 19 ELECTROCARDIÓGRAFO GRABADOR HOLTER

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
<p>En el punto donde dice: Frecuencia de muestreo: Solicitamos a la convocante modificar esta especificación reduciendo el valor mínimo requerido a 125Hz considerando que con esta modificación no se altera la respuesta en frecuencia ni la calidad de la señal de ECG registrada, y con esto se podrá permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
<p>se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 86 - ÍTEM N° 19 ELECTROCARDIÓGRAFO GRABADOR HOLTER

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
<p>En el punto donde dice: Peso del grabador: Solicitamos a la convocante aumentar este valor referencial considerando que en el mercado se manejan grabadores con pesos que oscilan entre 80g y 130g con excelente calidad y sin que esto signifique una incomodidad para el paciente o portador del grabador. El valor actualmente solicitado, reducirá considerablemente la cantidad de oferentes privando a la institución de ofertas de equipos de excelente calidad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
<p>se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 87 - ÍTEM N° 19 ELECTROCARDIOGRAFO GRABADOR HOLTER

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
<p>En el punto donde dice: Capacidad de memoria: Solicitamos a la convocante eliminar este requisito, pues con indicar el tiempo de grabación requerido, cada fabricante ajustará este valor de tal manera a cumplir con dicho requisito. En todo caso sugerimos una redacción alternativa como: Capacidad de memoria: suficiente para garantizar el almacenamiento de los datos durante el tiempo máximo de grabación que permita el equipo y de los eventos registrados por el paciente.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
<p>se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 88 - ÍTEM N° 19 ELECTROCARDIOGRAFO GRABADOR HOLTER

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
<p>En el punto donde dice: Cables de paciente: Solicitamos a la convocante modificar esta especificación considerando que cables de paciente de 7 vías resultan incómodos al paciente debido a la cantidad de electrodos colocados sobre el cuerpo, Consideramos que al especificar la cantidad de canales mínima requerida es suficiente parámetro, y que con 5 electrodos o vías es suficiente para obtener tres canales monopolares y/o bipolares.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
<p>se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 89 - Requisitos de Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
<p>Con respecto a la Sección XII - Anexo 1 - ítem H - inciso b).            Consultamos amablemente a la convocante si puede reconsiderar el % de experiencia en suministro de equipos médicos, al 25% del total de la oferta.            La solicitud obedece a que se pueda brindar mayor posibilidad de participación a potenciales oferentes.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
<p>Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 90 - CONSULTAS GENERALES

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE CONSIDERAR LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN 60 DIAS A APARTIR DEL COBRO DEL ANTICIPO, QUE SIN DUDA FACILITA Y REDUCE LOS GASTOS FINANCIEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
<p>se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 91 - ITEM 37 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
En el ítem donde dice Detector de silicio amorfo (a-Si) solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar Detector de Gadox y de esta manera dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes. Entonces recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Detector de silicio amorfo (a-Si) o detector de oxisulfuro de gadolinio (Gadox).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 92 - Item 29 Camilla hidráulica/neumática de paciente

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
En la Sección III, Requisitos de los Bienes, Especificaciones Técnicas, en la pagina 23 solicitan: Item 29 Camilla hidráulica/neumática de paciente Considerando : Las características del colchón. Solicitamos que: La Convocante permita que se pueda ofertar colchones de 8cm de espesor como mínimo de forma a dar mayor participación a oferentes con marcas de prestigio y de excelente calidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 93 - ITEM 37 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
En los ítems donde dicen Transmisión de datos: menor a 7,2s para pre visualización y menor a 9,5s para imagen completa y Visualización de imagen: &#8804;7,2s para pre visualización y &#8804;10,5s para imagen completa solicitamos amablemente a la convocante agregar la expresión para los casos de detectores wirelles, ya que para los detectores con conexión de cable los tiempos de imagen no pueden compararse, favor hacer esa aclaración ya que para lo detectores con cable no aplica lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 94 - Item 29 Camilla hidráulica/neumática de paciente

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
En la Sección III, Requisitos de los Bienes, Especificaciones Técnicas, en la pagina 23 solicitan: Item 29 Camilla hidráulica/neumática de paciente Considerando : Los riegos de contaminación cruzada a causa de la proliferación de bacterias en las superficies. Solicitamos que: La Convocante exija las normas de calidad como CE, FDA o JIS o al menos una de ellas, igualmente que considere pedir camillas con recubrimiento superficial anti microbiano con iones de plata con el fin de cuidar la salud de operador y de los pacientes que se vayan intercambiando en la camilla.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 95 - ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
DONDE SOLICITAN: VENTILACION NO INVASIVA CON CONFIGURACION DEL FLUJO DE DESCONEXION EN: BAJA, ALTO Y APAGADO. SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, YA QUE ESTA ESPECIFICACION SE PUEDE CONFIGURAR EN ALARMAS Y NO COMO LO HACE UNA SOLA MARCA Y MODELO DE RESPIRADOR QUE ES EL QUE SE SOLICITA. FAVOR CONSIDERAR ESTE PUNTO PARA NO TENER QUE OPTAR POR LA PROTESTA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 96 - ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
DONDE SOLICITAN: MICRONEBULIZADOR ELECTRÓNICO INCORPORADO, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL O PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON MICRONEBULIZADOR NEUMATICO, YA QUE EL ELECTRONICO ES MAS UTILIZADO PARA NEONATOS COMO NO ES EL CASO, Y NO COMO HOY ESTA ESPECIFICADO QUE LO CUMPLE UNA SOLA MARCA Y MODELO DE RESPIRADOR. FAVOR CONSIDERAR ESTE PUNTO PARA NO TENER QUE OPTAR POR LA PROTESTA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 97 - ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
DONDE SOLICITAN: TRABAJO RESPIRATORIO DEL EQUIPO DE VENTILACION SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA CONSIDERADO COMO OPCIONAL, YA QUE ES UNA MODALIDAD O MODO, Y NO COMO VALOR MEDIDO, POR LO QUE LIMITA LA PARTICIPACION DEJANDO PARTICIPAR A UNA SOLA MARCA Y MODELO DE RESPIRADOR. FAVOR CONSIDERAR ESTE PUNTO PARA NO TENER QUE OPTAR POR LA PROTESTA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 98 - ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
DONDE SOLICITAN: PRESION DE SUMINISTRO DE AIRE Y OXIGENO, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE ESTA MISMA FUNCION SE PUEDE CONFIGURAR EN ALARMAS, Y NO COMO VALORES MEDIDOS. CON ESTO SE LIMITA LA PARTICIPACION A UNA SOLA MARCA Y MODELO. NO APORTA NINGUNA MEJORA EN LA PRESTACION DEL EQUIPO AL PACIENTE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 99 - ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	14-08-2019
-----------------	--------------------------	------------

DONDE SOLICITAN:

FLUJO INSPIRATORIO DE 0 A 200LPM O MAYOR, SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON FLUJO DE 180LPM O MAYOR, DE MANERA A NO RESTRINGIR LA PARTICIPACION. DESDE YA MUCHAS GRACIAS.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	03-09-2019
------------------	---------------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.

## Consulta 100 - ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	14-08-2019
-----------------	--------------------------	------------

DONDE SOLICITAN MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO, SOLICITAMOS QUE SEA OPCIONAL YA QUE PIDEN COTIZACION DE EQUIPOS CON COMPRESOR O TURBINA, CON LO QUE ESTOS EQUIPOS YA NO NECESITAN DE MANGUERAS PARA AIRE COMPRIMIDO. NO RESTRINJAN LA PARTICIPACION CONTRADIENDO LO QUE PIDEN EN UNA ESPECIFICACION LIMITANDO EN OTRA.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	03-09-2019
------------------	---------------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.

## Consulta 101 - ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	14-08-2019
-----------------	--------------------------	------------

DONDE SOLICITAN:

ANTE LA FALTA O PERDIDA DE UN GAS, EL EQUIPO DEBE COMPENSAR AUTOMATICAMENTE ESTE PROBLEMA CON EL OTRA GAS SIN PARAR LA VENTILACION. ES DECIR, DEBE FUNCIONAR SOLAMENTE CON OXIGENO O SOLO CON LA TURBINA O COMPRESOR.

SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, Y NI QUEREMOS DECIR QUE ESTA DIRIGIDO A UNA MARCA, POR QUE CREEMOS QUE NINGUN EQUIPO POR CERTIFICACION DE CALIDAD PODRIA PERMITIR ESTA FUNCION, YA QUE LAS ALARMAS DE BAJA PRESION DE OXIGENO Y DE BAJA PRESION DE AIRE NO PERMITIRIAN QUE EL EQUIPO SIGA OPERANDO, SE PODRIA SILENCIAR POR UNOS MINUTOS PERO SERIA IMPOSIBLE QUE SIGA OPERANDO EL VENTILADOR. QUEREMOS ENTENDER QUE ESTA MAL PLANTEADA LA ESPECIFICACION, PERO NO SABEMOS A QUE SE REFIERE. SI NO LO DECLARAN OPCIONAL, FAVOR ACLARAR SUFICIENTEMENTE A QUE FUNCION O MODO O MANIOBRA RESPIRATORIA SE REFIERE.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	03-09-2019
------------------	---------------------------	------------

se ha excluido dicho requerimiento conforme a la Adenda N° 3.

## Consulta 102 - ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	14-08-2019
-----------------	--------------------------	------------

DONDE SOLICITAN:

ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES DE VIDEO PARA REGISTRO DE CURVAS O PARÁMETROS. COMO MINIMO 25 GRABACIONES DE VIDEO O MEJOR.

SOLICITAMOS QUE PERMITAN COTIZAR EQUIPOS DE COMO MINIMO 12 CAPTURAS EN TIEMPO REAL, MÁS QUE SUFICIENTE PARA UN EVENTO RESPIRATORIO.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	03-09-2019
------------------	---------------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.



## Consulta 103 - ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
DONDE SOLICITAN: ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES DE VIDEO PARA REGISTRO DE CURVAS O PARÁMETROS. COMO MINIMO 25 GRABACIONES DE VIDEO O MEJOR. SOLICITAMOS QUE PERMITAN COTIZAR EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES DE VIDEOS O DE EVENTOS O DE IMAGENES EN TIEMPO REAL O MEJOR TECNOLOGIA DE REGISTROS DE CURVAS Y PARÁMETROS, Y NO LIMITAR A GRABACION DE VIDEOS, QUE ES UNA TECNOLOGIA QUE YA NO SE USA, ES SOLO PARA LIMITAR LA PARTICIPACION DE OFERENTES CON INCLUSO MEJORES PRESTACIONES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 104 - ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
DONDE SOLICITAN: MONITORES DE LA VIDA UTIL DEL SENSOR DE OXIGENO QUE PERMITA MOSTRAR EL VALOR DEL MISMO. SOLICITAMOS ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, CADA FABRICANTE TIENE SU MODO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE OXIGENO, Y MUCHOS DE ELLOS LO ESTABLECEN POR TIEMPO DE USO, PARA DAR MAYOR SEGURIDAD, POR OTRA PARTE ESTE SISTEMA NO BRINDA LA SEGURIDAD SUFICIENTE POR QUE TRATA DE MEDICIONES POR ANALOGIA, Y NO POR MEDIOS FISICOS. SOLICITAMOS NO LIMITAR LA PARTICIPACION Y DECLARARLO OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 105 - ÍTEM N° 3 LARINGOSCOPIO PEDIATRICO

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
ÍTEM N° 3 LARINGOSCOPIO PEDIATRICO En una parte de las especificaciones técnicas dice: Doble bombilla led integrada al equipo para máxima iluminación. Con una bombilla led ya se cumple con la máxima iluminación necesaria, por lo que solicitamos a la Convocante permita la presentación de ofertas de Laringoscopio con: Una o Doble bombilla led integrada al mango para máxima iluminación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 106 - ÍTEM N° 3 LARINGOSCOPIO PEDIATRICO

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
ÍTEM N° 3 LARINGOSCOPIO PEDIATRICO En una parte de las especificaciones técnicas dice: Certificado FDA americana. Con la finalidad de permitir la participación de productos autorizados por la Comunidad Europea (CE), solicitamos a la Convocante permita la presentación de ofertas de Laringoscopio con: Certificado FDA americana o Certificado CE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 107 - ÍTEM Nº 4 LARINGOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
ÍTEM Nº 4 LARINGOSCOPIO ADULTO En una parte de las especificaciones técnicas dice: Doble bombilla led integrada al equipo para máxima iluminación. Con una bombilla led ya se cumple con la máxima iluminación necesaria, por lo que solicitamos a la Convocante permita la presentación de ofertas de Laringoscopio con: Una o Doble bombilla led integrada al mango para máxima iluminación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda Nº 3.		

## Consulta 108 - ÍTEM Nº 4 LARINGOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
ÍTEM Nº 4 LARINGOSCOPIO ADULTO En una parte de las especificaciones técnicas dice: Certificado FDA americana. Con la finalidad de permitir la participación de productos autorizados por la Comunidad Europea (CE), solicitamos a la Convocante permita la presentación de ofertas de Laringoscopio con: Certificado FDA americana o Certificado CE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda Nº 3.		

## Consulta 109 - ÍTEM Nº 5 BALANZA PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
ÍTEM Nº 5 BALANZA PEDIATRICA En una parte de las especificaciones técnicas dice: Dimensiones: Platillo con adecuada estabilidad, de aproximadamente 55cc x 32. Las iniciales cc no corresponden, debe ser cm (centímetros), es decir 55cm, así también es necesario incorporar rangos de variación. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos a la Convocante permita la presentación de ofertas con: Dimensiones: Platillo con adecuada estabilidad, de aproximadamente 55cm x 32 (+/- 5cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda Nº 3.		

## Consulta 110 - ÍTEM Nº 5 BALANZA PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
ÍTEM Nº 5 BALANZA PEDIATRICA En una parte de las especificaciones técnicas dice: Certificado FDA americana e ISO 13485. Con la finalidad de permitir la participación de productos autorizados por la Comunidad Europea (CE), solicitamos a la Convocante permita la presentación de ofertas de Balanzas con: Certificado FDA americana, Certificado de calidad CE, ISO 13485 (al menos 2 de ellas).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda Nº 3.		

## Consulta 111 - item 6 - Oxímetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante si necesitara un oxímetro de pulso portátil o un oxímetro de pulso tipo dedal ya que las especificaciones no están claras por que se mezclaron ambas especificaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se refiere a un oxímetro de pulso tipo dedal

## Consulta 112 - . Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

En la página 36 del PBC -2. Plan de Entregas (Bienes) Dice: La firma adjudicada deberá entregar en bien en un plazo no mayor a 45 (cuarenta y cinco) días calendarios posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra. Solicitamos por favor la ampliación del plazo de entrega de los bienes a 120 días calendarios posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

## Consulta 113 - CGC 28

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

En la página 40 del PBC - CGC 28 Dice: El valor de las multas será: 0,5% por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. Solicitamos que el valor de las multas sea de 0,1% por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3, porque está conforme al estándar de la DNCP.

## Consulta 114 - CGC 29.5

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

En la página 40 del PBC - CGC 29.5 Dice: El plazo para reparar o reemplazar los bienes será de: de hasta 5 días hábiles a partir de la recepción de la notificación. Solicitamos por favor que el plazo para reparar o reemplazar los bienes sea de por lo menos 10 (diez) días hábiles a partir de la recepción de la notificación para los casos de necesidad de importación de alguna pieza/repuestos que precise el equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.

## Consulta 115 - Apartado H)

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
En la página 48 del PBC - Apartado H) Cualquier otro documento adicional requerido. Inciso m) Declaración Jurada de que el oferente cuenta con personal especializado para brindar capacitación correspondiente sin costo para la convocante, en tiempo convenido con la institución y el plantel de profesionales del área del quirófano. Solicitamos que la Convocante designe un periodo o plazo de tiempo para las capacitaciones a ser dictadas por el especialista del oferente, este plazo ayudará a los posibles oferentes a cotizar en igualdad de condiciones estos servicios conexos que deben ser incluidos dentro de la cotización de los bienes requeridos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 116 - Equipo RX Portátil Altura máxima de foco

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Solicitamos amablemente a la convocante, que pueda ser reconsiderado un ajuste en la altura máxima de foco del equipo de RX portátil a un valor de 185cm o más. La modificación de dicho valor permitirá primeramente a participación de una mayor cantidad de oferentes permitiendo a su vez realizarse la toma de imágenes desde cualquier ángulo sin afectar la calidad de las imágenes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 117 - Equipo de RX Portátil Generador de Alta Frecuencia de al menos 30kHz.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
La eficiencia del generador normalmente se mide con los valores de potencia y de corriente máxima que se pueden obtener. La frecuencia es un dato que varía de fabricante a fabricante y no representa una media de rendimiento del equipo, por lo que solicitamos eliminar el punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 118 - Equipo de RX Portátil Tubo de RX con Doble Punto Focal.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
El tamaño y cantidades de punto focal están relacionados con la potencia de los tubos de Rayos X de cada fabricante, por lo tanto, son características constructivas. Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con un solo punto focal y ánodo giratorio de alta rotación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 119 - Equipo de RX Portátil Capacidad Máxima del Ánodo.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Se solicita a la convocante disminuir el rango de capacidad máxima del ánodo a 105kHU o más. La modificación de dicho parámetro aún permitirá realizar numerosas tomas consecutivas en diversos ángulos y niveles de radiación sin riesgo de sobrecalentamiento del tubo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 120 - Equipo de RX Portátil Display Digital.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Como la mayoría de los equipos de RX Mviles cuentas con display donde indican comúnmente solo los valores de kV y mAs. Se solicita amablemente a la convocante modificar dicho parámetro de manera a exigir display Digital con solo kV y mAs.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 121 - Sección III Requisitos de los Bienes Requeridos Equipo de RX Portátil

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
En la Página N° 27 Sección III Requisitos de los Bienes Requeridos Equipo de RX Portátil Ítem Nro 33 Sugerimos a la convocante que la garantía del bien sea otorgada por un período de 2 años y estipulada de la siguiente manera; Primer año: Garantía otorgada por el fabricante incluyendo la sustitución sin costos de partes por defectos de fabrica Segundo año: Garantía otorgada para eventos de mantenimientos preventivos y asistencias técnicas (correctivas)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 122 - Sección III Requisitos de los Bienes Requeridos Equipo de RX Fijo

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
En la Página N° 30 Sección III Requisitos de los Bienes Requeridos Equipo de RX Fijo Ítem Nro 37, en donde se menciona el tiempo de garantía Solicitamos a la convocante realizar la aclaración que los repuestos y/o materiales serán reconocidos en garantía solo por defectos de fábrica, no así por desgaste o mal uso		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 123 - Sección III Requisitos de los Bienes Requeridos Equipo de RX Odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
En la Página N° 32 Sección III Requisitos de los Bienes Requeridos Equipo de RX Odontológico Ítem Nro 40 Solicitamos a la convocante favor determinar el período de garantía. Sugerimos a la convocante que la garantía del bien sea otorgada por un período de 12 meses donde el proveedor deberá ofrecer soporte de mantenimiento, preventivo y correctivo incluyendo la sustitución sin costos de partes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 124 - Sección III Requisitos de los Bienes Requeridos Equipo Radiovisiografo Dental

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
En la Página N° 35 Sección III Requisitos de los Bienes Requeridos Equipo Radiovisiografo Dental Ítem Nro 46 Solicitamos a la convocante favor determinar el período de garantía. Sugerimos a la convocante que la garantía del bien sea otorgada por un período de 12 meses; donde el proveedor deberá ofrecer soporte de mantenimiento, preventivo y correctivo incluyendo la sustitución sin costos de partes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 125 - Capacitaciones en el Uso

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Capacitaciones en el Uso ítem nro 33 Equipo de Rayos X Portátil página Nro. 27. Solicitamos a la convocante aclarar si será necesaria Capacitación a fin de incluir dichos requerimientos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 126 - Capacitaciones en el Uso ítem nro 37 Equipo de Rayos X

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Capacitaciones en el Uso ítem nro 37 Equipo de Rayos X página Nro. 30. Solicitamos a la Convocante aclarar la cantidad de horas solicitadas, ya que el PBC se menciona 40 horas o más, solicitamos por favor determinar las horas exactas a fin de no dejar abierto dicho requerimiento y puedan ser cumplidas y contempladas las horas necesarias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 127 - Adecuaciones de Sala Ítem nro 37 Equipo de Rayos X

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Adecuaciones de Sala Ítem nro 37 Equipo de Rayos X página Nro. 30. Solicitamos a la Convocante aclarar si la Provisión del Equipo incluirá o no adecuaciones de sala. Solicitamos además, la Convocante pueda determinar el período de inspección a fin de realizar el relevamiento de las condiciones de la sala donde será destinado el Equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 128 - Adecuaciones de Sala Ítem nro 40 Equipos de Rayos X Odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Adecuaciones de Sala Ítem nro 40 Equipos de Rayos X Odontológico página Nro. 32 Solicitamos a la Convocante aclarar si la Provisión del Equipo incluirá o no adecuaciones de sala. Solicitamos además, la Convocante pueda determinar el período de inspección a fin de realizar el relevamiento de las condiciones de la sala donde será destinado el Equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 129 - Adecuaciones de Sala Ítem nro 43 Sillón Odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Adecuaciones de Sala Ítem nro 43 Sillón Odontológico página Nro. 33 Solicitamos a la Convocante aclarar si la Provisión del Equipo incluirá o no adecuaciones de sala. Solicitamos además, la Convocante pueda determinar el período de inspección a fin de realizar el relevamiento de las condiciones de la sala donde será destinado el Equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 130 - Garantía y Condiciones de Instalación Ítem nro 46 Radiovisógrafo Dental

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Garantía y Condiciones de Instalación Ítem nro 46 Radiovisógrafo Dental página Nro. 35 Solicitamos a la Convocante aclarar la garantía para dicho ítem, así como también si lo mismo debe incluir o no la adecuación de sala. Solicitamos además, la Convocante pueda determinar el período de inspección a fin de realizar el relevamiento de las condiciones de la sala donde será destinado el Equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 131 - PRECIOS REFERENCIALES

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante favor revisar y ajustar los precios de los Items Nros 40, 41,42,43,44, 45, 46, 47,48 y 49. Los mismos no se ajustan a las especificaciones que se solicitan, se deberían levantar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

## Consulta 132 - Especificaciones Técnicas - Ítem N° 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

Con respecto a las Especificaciones Técnicas ítem 1 Ventilador Pulmonar punto 2 Características Técnicas Ventilación Invasiva.

Con respecto al texto: Sensibilidad por presión Solicitamos amablemente a la convocante, pueda considerar la exclusión del mencionado ítem, considerando que la con sensibilidad por flujo ya solicitan como requerimiento, el cual es el mejor método para detectar esfuerzo del paciente.

Esta solicitud obedece a brindar tecnología y garantía de funcionalidad. Y a su vez, permitir mayor participación de oferentes con la tecnología mencionada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

## Consulta 133 - Especificaciones Técnicas - Ítem N° 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

Con respecto a las Especificaciones Técnicas ítem 1 Ventilador Pulmonar punto 2 Características Técnicas Ventilación no Invasiva.

a) En la ventilación no Invasiva, compensación de fugas automática de hasta 60LPM o mayor: solicitamos amablemente pueda ser considerado este requerimiento a mayor a 50 LPM sin establecer límites superiores. De manera a ofrecer nuestra mejor tecnología.

b) Con respecto al punto h), párrafo en el que menciona: Debe contar con Flujo a demanda, optimización del flujo inspiratorio a través de la regulación automática realizada por el ventilador de acuerdo con la necesidad de flujo del paciente: Solicitamos amablemente pueda ser especificado o incluido el sistema de control de flujo automático, para mejorar la descripción, y permitir mayor participación a los oferentes.

c) Con respecto al punto i), párrafo en el que menciona: Debe permitir el ingreso de datos del paciente para la visualización del peso corporal ideal: Entendemos que este requerimiento direcciona el ítem a una marca específica. Solicitamos amablemente a la convocante, pueda excluir mencionada descripción, de manera a dar cumplimiento a lo establecido en la ley 2051/03. Por otra parte, es bien sabido que el parámetro de peso corporal en ventilación mecánica es meramente orientativa, siendo así el verdadero parámetro para la determinación, la patología.

d) Con respecto al punto o) párrafo en el que menciona: Micronebulizador electrónico incorporado, con tecnología microbomba, con programación desde la pantalla principal del ventilador. Modos de funcionamiento: por tiempo, continuo y apagado. No debe modificar el volumen corriente del ventilador. Solicitamos amablemente a la convocante, pueda agregar como opción, la función de nebulizador neumático por 100% de oxígeno, ajustable, con función de preoxigenación. Todas las consultas arriba mencionadas atienen a garantizar la calidad de los equipos a ofertar, y posibilitar mayor participación a los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.



## Consulta 134 - Especificaciones Técnicas - Ítem Nº 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
<p>Con respecto a las Especificaciones Técnicas ítem 1 Ventilador Pulmonar punto 2 Características Técnicas Valores medidos.</p> <p>a. Con respecto al texto: Volumen corriente inspirado y espirado: Solicitamos amablemente se pueda agregar el requerimiento de volumen corriente espontáneo de manera a fortalecer la especificación y garantizar la calidad de los equipos.</p> <p>b. Con respecto al texto: Volumen minuto inspirado: Solicitamos amablemente a la convocante pueda excluir esta función, considerando que el valor medido realmente valido es el volumen minuto espirado (proveniente del paciente, lo que realmente se mide) <math>V_{te} \times Frec = Vol \text{ min esp}</math>.</p> <p>c. Con respecto al texto: Porcentaje de fugas en ventilación no invasiva: Solicitamos amablemente a la convocante, pueda agregar como opción al porcentaje, valor de fugas medido en ml.</p> <p>d. Con respecto al texto: Trabajo respiratorio del paciente: Solicitamos amablemente a la convocante, pueda excluir este ítem.</p> <p>e. Con respecto al texto: Trabajo respiratorio del equipo de ventilación: Solicitamos amablemente a la convocante, pueda excluir este ítem.</p> <p>f. Con respecto al texto: Elastancia: Solicitamos amablemente a la convocante, pueda excluir este requerimiento, considerado que es redundante y que el requerimiento de compliancia cumple la misma función.</p> <p>g. Con respecto al texto: Resistencia Inspiratoria: Solicitamos amablemente a la convocante, pueda excluir este ítem considerando que la resistencia espiratoria es el valor realmente valido para la medición (proveniente del paciente, lo que se mide).</p> <p>h. Con respecto al texto: Monitorización de la relación entre el volumen corriente/Peso corporal ideal (mL/Kg): Solicitamos amablemente a la convocante, pueda excluir este ítem, debido a que el valor del peso corporal es un parámetro cargado por el usuario, y a tendiendo a que lo que realmente define los parámetros ventilatorios son las patologías.</p> <p>i. Con respecto al texto: Todos los valores medidos deben ser convertidos en tendencias y poder ser exportados a través de un puerto USB o mejor: Solicitamos amablemente a la convocante, pueda explicar a qué se refiere con el texto o mejor, o bien, especificar qué tipo de salidas consideran mejores que las USB. A su vez, solicitamos amablemente se pueda incluir como opción al puerto USB, tarjetas SD.</p> <p>Todas las consultas arriba mencionadas atienen a garantizar la calidad de los equipos a ofertar, y posibilitar mayor participación a los oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 135 - Especificaciones Técnicas - Ítem Nº 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
<p>Con respecto a las Especificaciones Técnicas ítem 1 Ventilador Pulmonar punto 2 Características Técnicas Parámetros Programables.</p> <p>a. Con respecto al texto: Flujo inspiratorio de 0 a 200LPM o mayor: Solicitamos amablemente, pueda ser agregado como opción el control del flujo automático para mejorar la especificación (0-200LPM)</p> <p>b. Con respecto al texto: Tiempo inspiratorio: 0,1 a 5 seg o mayor: Solicitamos amablemente pueda ser excluido este requerimiento, considerando que el tiempo inspiratorio depende del flujo inspiratorio (volumen Vs Tiempo Insp).</p> <p>c. Con respecto al texto: PEEP: 1 a 50 cm H2O; o mejor rango: Solicitamos amablemente a la convocante, pueda modificar el rango de 0 a 35 cm de H2O. El valor cero es de suma importancia para ciertas maniobras.</p> <p>d. Con respecto al texto: Tiempo de pausa: en segundos o porcentaje del tiempo de la respiración: Solicitamos amablemente, pueda ser agregado como opción, tiempo de pausa inspirado de 0.06 a 30 seg.</p> <p>e. Con respecto al texto: Pausa o prolongación espiratorio: 0 a 30 seg o mejor rango: Solicitamos amablemente a la convocante, que pueda excluir este ítem, considerando que la pausa espiratoria no hace parte de ninguna maniobra, y, a su vez, es específico de pocas marcas.</p> <p>Todas las consultas arriba mencionadas atienen a garantizar la calidad de los equipos a ofertar, y posibilitar mayor participación a los oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
<p>Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 136 - Especificaciones Técnicas - Ítem Nº 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
<p>Con respecto a las Especificaciones Técnicas ítem 1 Ventilador Pulmonar punto 2 Características Técnicas Accesorios por cada ventilador.</p> <p>a. Con respecto al texto: Una (01) manguera para aire comprimido para la conexión a gases medicinales con conectores que utiliza el hospital actualmente: Solicitamos amablemente, que para equipos que tienen suministro de aire por turbina o tecnología similar, pueda ser opcional lo solicitado en el punto mencionado de la especificación técnica. De manera a posibilitar una mayor participación de los oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
<p>Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 137 - Especificaciones Técnicas - Ítem Nº 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
<p>Con respecto a las Especificaciones Técnicas ítem 1 Ventilador Pulmonar punto 2 Características Técnicas Otras especificaciones.</p> <p>a. Con respecto al texto: Presión de entrada de Oxígeno de 2.0 a 5.5 bar o mejor: Solicitamos amablemente a la convocante, pueda modificar rango a de 2.7 a 5.5 bar o mejor, considerando que el suministro de oxígeno a 2.0 bar es muy bajo y puede afectar a algunos parámetros ventilatorios que requieran porcentaje de FIO2 elevado.</p> <p>b. Con respecto al texto: Posibilidad de actualización del software a una versión mejorada y transferencia de datos a través de puerto USB o mejor: Solicitamos amablemente, pueda ser excluido este ítem, considerando que mencionado requerimiento es propietario de específicas marcas, y atendiendo a que los requerimientos técnicos del presente ítem son lo necesariamente completos y no indispensables de actualizaciones, las cuales no afectarán funcionalmente al equipo.</p> <p>c. Con respecto al texto: Almacenamiento mínimo de 25 capturas de pantallas o mejor. Exportables a memoria externa: Solicitamos amablemente a la convocante, pueda excluir estos requerimientos, atendiendo a que son específicos de un fabricante, y que a su vez no afecta a la funcionalidad del ventilador.</p> <p>d. Con respecto al texto: Almacenamiento de grabaciones de video para registro de curvas y parámetros. Como mínimo 25 grabaciones de video o mejor. Exportables a memoria externa: Solicitamos amablemente a la convocante, pueda excluir estos requerimientos, ya que son específicos de un fabricante, y a su vez, no afecta a la funcionalidad del ventilador.</p> <p>e. Con respecto al texto: Las capturas y grabaciones de video deben exportarse y transferirse a través de una memoria USB o mejor: Solicitamos amablemente a la convocante, pueda excluir estos requerimientos, ya que son específicos de un fabricante, y a su vez, no afecta a la funcionalidad del ventilador.</p> <p>f. Con respecto al texto: Protocolo HL7 de comunicación y posibilidad de central de monitoreo: Solicitamos amablemente a la convocante, pueda excluir estos requerimientos, atendiendo a que son específicos de un fabricante, y a su vez, este requerimiento no afecta a la funcionalidad del ventilador.</p> <p>g. Con respecto al texto: Un año de garantía: Solicitamos amablemente a la convocante, sean considerados 2 (dos) años para mejorar la oferta.</p> <p>Todas las consultas arriba mencionadas atienen a garantizar la calidad de los equipos a ofertar, y posibilitar mayor participación a los oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
<p>Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda Nº 3.</p>		

## Consulta 138 - SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) CGC 15.1

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
<p>En la SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) CGC 15.1 dice cuanto sigue: Se otorgara Anticipo del 20% del monto total adjudicado para los Ítems Nº 1, 23, 33, 35, 36 y 37.-          Respetuosamente solicitamos a la convocante otorgar un Anticipo del 20% del total del monto adjudicado, para TODOS los ítems.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
<p>Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda Nº 3.</p>		

## Consulta 139 - Sección III. 2) Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
En la Sección III. 2) Plan de Entregas dice cuanto sigue: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 45 (cuarenta y cinco) días calendarios posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden Respetuosamente solicitamos a la Convocante que los equipos adjudicados puedan ser entregados en un plazo no mayor a 60 (sesenta) días calendarios posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 140 - Sección III. 2) Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
En la Sección III. 2) Plan de Entregas dice cuanto sigue: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 45 (cuarenta y cinco) días calendarios posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden Respetuosamente solicitamos a la Convocante que los equipos adjudicados puedan ser entregados en un plazo no mayor a 60 (sesenta) días calendarios posteriores al cobro del Anticipo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 141 - SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) CGC 27

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) CGC 27 En una parte de esta cláusula CGC 28 dice: El valor de las multas será: 0,5 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. Solicitamos respetuosamente que la multa de los equipos sea por cada semana de atraso o fracción mayor a 3 días, es decir, que diga será pasible de una multa equivalente al Cero coma un por Ciento (0,1%) del valor del bien y/o Servicio en demora, por cada semana de atraso o fracción mayor a 3 días.-		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3, porque está conforme al estándar de la DNCP.		

## Consulta 142 - Plan de Entregas (Bienes)

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Se observa en el Pliego de Bases y Condiciones en la página 36 2. Plan de Entregas (Bienes) dice: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 45 (cuarenta y cinco) días calendarios posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden Solicitamos a la Convocante que el plazo de entrega sea extendido a 90 (noventa) días corridos, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra atendiendo a que los bienes son importados y dependen de diversos factores preestablecidos como: a) Fabricación; b) Permisos administrativos del país de origen; c) Trámites aduaneros de exportación; d) Flete Internacional, entre otros.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 143 - Ítem 36 AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Ítem 36 AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION En una parte de las especificaciones técnicas dice: CONTROL DE TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN ENTRE 121°C y 134°C Respetuosamente solicitamos a la Convocante, permitir la cotización de Autoclaves con: CONTROL DE TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN ENTRE 100°C (+/- 10°C) y 134°C (+/- 10°C).-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 144 - CGC 14

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
La fórmula de Reajuste establecida en el PBC refiere como factor principal de variación el I.P.C. El IPC es un índice económico que mide las variaciones en los precios de un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar. Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación a la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados y no el IPC. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente: Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se mantiene		

## Consulta 145 - Ítem 41 Autoclave de esterilización 21 litros, autoclave horizontal.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Con respecto a las Especificaciones Técnicas ítem 41 Autoclave de esterilización 21 litros, autoclave horizontal. a) Con respecto al texto: Norma de calidad: Solicitamos amablemente a la convocante, que puedan ser incluidas las normas MERCOSUR. b) Con respecto al texto: Sensor térmico para lectura directa de la temperatura en un indicador de presión y temperatura: Solicitamos amablemente a la convocante, pueda modificar que la lectura de la temperatura sea independiente a la lectura de presión (ejemplo: temperatura en pantalla y presión en manómetro). Ambas solicitudes obedecen a que se pueda promover mayor participación por parte de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 146 - Ítem 42 AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION 12 LITROS

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Ítem 42 AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION 12 LITROS En una parte de las especificaciones técnicas dice: 2 BANDEJAS DE ACERO INOX 304 Respetuosamente solicitamos a la Convocante, permitir la cotización de Autoclaves con: 2 BANDEJAS DE ACERO INOX 304 O con REJILLAS DE ACERO INOX		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 147 - CGC 15.1; 15.2 y 15.3

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
En las CGC 15.1; 15.2 y 15.3 donde menciona: La Empresa solicitará por escrito el pago, a lo que deberá acompañar deben estar detallados los bienes en concordancia con las Órdenes de Compra/Servicio respectivas, que deberán contener indefectiblemente los siguientes detalles Se observa incoherencias en la redacción, solicitamos por favor aclarar lo que la Convocante desea expresar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
La solicitud de pago se realizará por escrito, mediante nota dirigida a la Tesorería del Programa 2.2 Empleo y Protección Social, indicando el N° de Contrato, acompañado de los siguientes documentos: Factura legal (original) Nota de remisión aprobada por el Administrador del Contrato, Certificado de Cumplimiento Tributario vigente, Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente, y Formularios FIP y FIS.		

## Consulta 148 - Ítem 42 Autoclave de esterilización de 12 litros.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Con respecto a las Especificaciones Técnicas ítem 42 Autoclave de esterilización de 12 litros. a) Con respecto al texto: Al menos 2 programas de esterilización: Solicitamos amablemente a la convocante, pueda modificar a 1 programa de esterilización pre configurado y programa de esterilización configurable. De manera a promover mayor participación por parte de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

## Consulta 149 - ÍTEM N° 6 OXIMETRO DE PULSO

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
ÍTEM N° 6 OXIMETRO DE PULSO Donde dice: Construcción acorde normas internacionales de calidad: ISO 13485 y FDA Solicitamos a la convocante permita la presentación de: Construcción acorde normas internacionales de calidad: ISO 13485, FDA, CE (al menos 2 de ellas).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 150 - Anticipo financiero

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Solicitamos prever un Anticipo Financiero para los ítems 40, 43 y 46 que también componen el llamado conforme lo establece las CGC 15.1, 15.2 y 15.3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda N° 3.		

## Consulta 151 - ÍTEM N° 6 OXIMETRO DE PULSO

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
ÍTEM N° 6 OXIMETRO DE PULSO Donde dice: Posibilidad de transferir información a PC para visualización, revisión e impresión del historial del paciente. Solicitamos a la convocante esta parte sea declarada Opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda N° 3.		

## Consulta 152 - ÍTEM N° 13 BUTACA GIRATORIA CON RUEDAS (USO MEDICO)

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
ÍTEM N° 13 BUTACA GIRATORIA CON RUEDAS (USO MEDICO) Solicitamos a la convocante incluir: Normas internacionales de calidad: CE, ISO 13485 (al menos 1 de ellas).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda N° 3.		

## Consulta 153 - ÍTEM N° 13 BUTACA GIRATORIA CON RUEDAS (USO MEDICO)

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
ÍTEM N° 13 BUTACA GIRATORIA CON RUEDAS (USO MEDICO) Donde dice: Acabado en pintura epoxi. Solicitamos a la convocante permita cotizar: Acabado en pintura epoxi o cromado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda N° 3.		

## Consulta 154 - ÍTEM N° 16 CARDIOTOCOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
ÍTEM N° 16 CARDIOTOCOGRAFO Solicitamos a la convocante incluir: Normas internacionales de calidad: FDA, CE, ISO 13485 (al menos 2 de ellas).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

## Consulta 155 - ÍTEM Nº 17 DETECTOR FETAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

ÍTEM Nº 17 DETECTOR FETAL  
 Solicitamos a la convocante incluir: Normas internacionales de calidad: FDA, CE, ISO 13485 (al menos 2 de ellas).

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

## Consulta 156 - ÍTEM Nº 17 DETECTOR FETAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

ÍTEM Nº 17 DETECTOR FETAL  
 Donde dice: Pantalla LCD.  
 Solicitamos a la convocante permita cotizar: Pantalla LCD u Oled.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda N° 3.

## Consulta 157 - ÍTEM Nº 17 DETECTOR FETAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

ÍTEM Nº 17 DETECTOR FETAL  
 Donde dice: Sonda de ultrasonido de alta sensibilidad.  
 Solicitamos a la convocante permita cotizar: Sonda de ultrasonido de alta sensibilidad, entre 2 y 3 MHz.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda N° 3.

## Consulta 158 - ÍTEM Nº 20 MESA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

ÍTEM Nº 20 MESA QUIRURGICA  
 Donde dice: Certificación CE e norma ISO 13485.  
 Solicitamos a la convocante permita cotizar: Certificación CE, norma ISO 13485 o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

## Consulta 159 - ÍTEM Nº 21 MESA DE INSTRUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

ÍTEM Nº 21 MESA DE INSTRUMENTAL  
 Donde dice: Certificación FDA e norma ISO 13485.  
 Solicitamos a la convocante permita cotizar: Certificación FDA, norma ISO 13485 o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.



## Consulta 160 - ÍTEM Nº 22 MESA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

ÍTEM Nº 22 MESA QUIRURGICA  
 Solicitamos a la convocante incluir: Certificación CE, norma ISO 13485 o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

## Consulta 161 - Ítem 37 Equipo de Rayos X fijo.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

Con respecto a las Especificaciones Técnicas ítem 37 Equipo de Rayos X fijo.  
 a) Con respecto al texto: Normas de calidad FDA, CE o JIS: Solicitamos amablemente a la convocante, pueda ser aceptada también la norma MEROSUR.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

## Consulta 162 - ÍTEM Nº 19 ELECTROCARDIÓGRAFO GRABADOR HOLTER

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

ÍTEM Nº 19 ELECTROCARDIÓGRAFO GRABADOR HOLTER  
 Entendemos que están solicitando solamente grabadores, por lo que consultamos ¿estos grabadores deben ser compatibles con el equipo Holter con que ya cuenta el Hospital de Policía?

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Deben ser compatibles con los equipos Holter con que ya cuenta el Hospital

## Consulta 163 - Ítem 37 Equipo de Rayos X fijo.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

Con respecto a las Especificaciones Técnicas ítem 37 Equipo de Rayos X fijo -  
 Con respecto al texto: Distancia foco-detector 115 cm. Solicitamos amablemente a la convocante, deban ser considerados equipos con distancias de 100 cm o más. De manera a promover mayor participación por parte de los oferentes, y atendiendo a que no compromete la funcionalidad del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.

### Consulta 164 - Ítem 37 Equipo de Rayos X fijo.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Con respecto a las Especificaciones Técnicas ítem 37 Equipo de Rayos X fijo - mesa de paciente. Con respecto al texto que menciona: "Control automático de exposición AEC" Solicitamos amablemente a la convocante, puedan ser acepados equipos con sistema de detección automática de radiación AED. Atendiendo a que no compromete la funcionalidad del equipo y facilita el mantenimiento y la provisión de repuestos, ya que representa menor tiempo de reposición del repuestos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

### Consulta 165 - Ítem 37 Equipo de Rayos X fijo.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Con respecto a las Especificaciones Técnicas ítem 37 Equipo de Rayos X fijo. Con respecto al texto que menciona: Soporta paciente de 190 kg. Solicitamos amablemente a la convocante que pueda ser considerados equipos con capacidad de 150 kg o más, debido a que esto no compromete la funcionalidad del equipo. Y permite mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

### Consulta 166 - Ítem N° 9 Porta Suero.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Donde dice: Cuerpo de acero inoxidable de 4 servicios /ganchos. Consulta: Solicitamos permitan cotizar cuerpo de acero tubular pintado con pintura electroestática.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

### Consulta 167 - Ítem N° 25 - Carro de Paro con Desfibrilador.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Donde dice: Certificación CE ISO 13845. Consulta: Solicitamos permitan cotizar Carro de Paro con Certificación de Registro de Marca de Fabricación Nacional del Ministerio de Industria y Comercio, habilitando así mayor competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

### Consulta 168 - Ítem N° 30 Cama Eléctrica para Paciente.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Donde dice: Alarmas. Alarma sonora y luminosa de falta de energía eléctrica de red. Alarma sonora y luminosa de batería baja. Con posibilidad de silenciado. Consulta: Solicitamos amablemente pueden modificar estos puntos como Opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

### Consulta 169 - Ítem N° 32 Camilla de Inspección.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Donde dice. Características. Estructura metálica de acero inoxidable o cromado. Consulta: Solicitamos permitan cotizar camillas con estructura en acero tubular pintada con pintura electroestática resistente a golpes y a la corrosión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

### Consulta 170 - Ítem 37 Equipo de Rayos X fijo.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Con respecto a las Especificaciones Técnicas ítem 37 Equipo de Rayos X fijo. Con respecto al texto que menciona: "Control automático de exposición estándar" Solicitamos amablemente a la convocante, puedan ser considerados equipos con sistemas de detección automática de radiación autotensing AED. Favor aplicar mencionada consulta para los puros "Bucky mural y mesa del paciente". El pedido obedece a que el mantenimiento, la provisión de repuesto y el cambio de las piezas no afecta al generador de los rayos x, logrando de esta manera una reducción de los costos de materiales y mano de obra, y aumentando considerablemente la velocidad en la previa visualización de la imagen completa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

### Consulta 171 - Ítem 37 Equipo de Rayos X fijo.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Con respecto a las Especificaciones Técnicas ítem 37 Equipo de Rayos X fijo. Con relación al texto que menciona: "generador multipulso de alta frecuencia con control automático de exposición" Solicitamos amablemente a la convocante que puedan ser aceptados equipos con opción a control automático de exposición en el generador. Debido a que lo originalmente solicitado encarece al equipo, y a su vez, los equipos con técnicas preprogramadas cumplen fehacientemente con la disminución de dosis irradiada a los pacientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 3.		

### Consulta 172 - Ítem 37 Equipo de Rayos X fijo.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
Con respecto a las Especificaciones Técnicas ítem 37 Equipo de Rayos X fijo. Con relación al texto que menciona: Rango de KV de 40 KV o menos a 130 KV o más. Consultamos amablemente, pueda ser aceptado equipos de características 40 KV o menos a +-130 KV o más. Atendiendo que lo solicitado originalmente no sacrifica la funcionalidad del equipo, debido a que puede ser compensado con mA en relación a la imagen. Y a su vez, permite mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.		

### Consulta 173 - Ítem N° 26 - Flujometro de oxígeno.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

Donde dice: Con conexión nipples o similar.

Consulta: La conexión debe ser el sistema Dis para conectar a la pared o se debe cotizar el regular de oxígeno para balones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

debe ser para conectar a la pared

### Consulta 174 - Ítem 37 Equipo de Rayos X fijo.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

Con respecto a las Especificaciones Técnicas ítem 37 Equipo de Rayos X fijo. Con relación al texto que menciona: Frecuencia del generador de 100kHz o superior. Debido a que todos los equipos que trabajan con generadores de alta frecuencia con menos del 1% del ripple proporciona una radiación uniforme durante toda la exposición. Al ser de 30 kHz disminuye considerablemente los costos de mantenimiento y permite mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

### Consulta 175 - Ítem 37 Equipo de Rayos X fijo.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante puedan ser aceptados equipos con 150 KHU o superior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

se ha realizado la modificación conforme a la Adenda N° 3.

### Consulta 176 - Ítem 37 Equipo de Rayos X fijo.

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2019
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante puedan aceptar colimación alógena o led.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
-----------	--------------------	------------

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adendas N° 3.

## Consulta 177 - Ítem 30 - Cama eléctrica para paciente.

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2019
<p>Con respecto al ítem 30 - Cama eléctrica para paciente, En donde dice: " Sistema de frenado y direccionamiento centralizado para transporte, con tres posiciones: freno, movimiento en línea recta con giro y libre para movimiento en cualquier dirección. Con control para pie" Solicitamos amablemente a la convocante que las funcionalidades "direccionamiento centralizado para transporte" y "movimiento en línea recta con giro" puedan ser opcionales. La solicitud obedece a que:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dichas funcionalidades encarecen los costos del equipo y los costos de mantenimiento.</li><li>- Dichas funcionalidades son aplicables a centros médicos en los cuales un solo profesional de la salud moviliza al paciente y en los cuales la infraestructura edilicia (puertas, pasillos, espacios entre camas, etc) favorece a la movilidad de las mismas en los diferentes sectores del hospital. Actualmente el Hospital de Policías no cuenta con la infraestructura necesaria para una optima utilización de la función de ruedas solicitada originalmente, lo cual obligará dos profesionales a movilizar las camas. Dejando sin efecto lo solicitado originalmente.</li><li>- Esta solicitud permitirá mayor participación a los oferentes.</li></ul> <p>Esta solicitud no afectará a la funcionalidad del equipo, ni a la comodidad del paciente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 178 - Ítem 1 - Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2019
<p>Con respecto al ítem 1 - Ventilador Pulmonar. Solicitamos amablemente a la convocante, pueda incluir a la especificación técnica publicada para mencionado ítem, como requerimiento general, que el ventilador pulmonar deba ser trasladable. La solicitud obedece a que en determinadas situaciones, los pacientes pueden requerir de traslado a quirófano, traslado desde el quirófano a salas, y diferentes traslados para estudios. Los objetivos de contar con la funcionalidad solicitada son:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Continuar con la monitorización y las medidas de soporte</li><li>- Prevenir complicaciones</li><li>- Conservar estables las funciones vitales.</li><li>- Brindar mayor seguridad en la asistencia al paciente.</li></ul>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 179 - Ítem 37 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
<p>Con referencia al Ítem 37 - Equipo de Rayos X fijo, solicitamos amablemente a la convocante, pueda aceptar equipos con cumplimiento de norma MERCOSUR, de manera a brindar mayor posibilidad de participación a los oferentes.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 180 - SECCION V - MODELO DE CONTRATO

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde dice: 6. VIGENCIA DEL CONTRATO: El contrato entrará en vigor desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones. Consultamos si se podría definir una fecha y que figure dentro del contrato, para el termino de las obligaciones en la vigencia del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
Esta Clausula se realiza en base al Estándar del Pliego de Bases y Condiciones Aprobado por Resolución DNCP N° 2015 del 31 de mayo de 2019		

## Consulta 181 - SECCIÓN II. Punto 2. Requisitos para calificación posterior (b) Experiencia y Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde dice Certificaciones según lo requerido en las Especificaciones Técnicas. Todas deberán estar legalizados notarialmente, solicitamos diga: Certificaciones según lo requerido en las Especificaciones Técnicas, las cuales deberán estar legalizadas al momento de la formalización del contrato, considerando que la legalización de los mismos tienen un costo elevado y solo algunas son requeridas para su registro en el MSPyBS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 182 - Item 1. Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde dice: Resolución de 1024 x 768 solicitamos eliminar este punto ya que no es un parámetro indispensable para el ventilador, y no influye en el bienestar del paciente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 183 - Item 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde dice Trabajo Respiratorio del Paciente, solicitamos que este punto sea opcional ya que para la medición de este parámetro se necesita un catéter para presión esofágica el cual no se contempla en los accesorios del ventilador o sugerimos remplazarlos por la medición del trabajo impuesto a través del tubo endotraqueal		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 184 - Item 1 Ventilador Pulmonar

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	26-08-2019
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice Presión Inspiratoria de 0 a 95cmH2O o mejor rango, este parámetro es un parámetro mandatorio en el equipo por lo que el mismo no puede ser 0 (cero) por lo que solicitamos que este parámetro sea ajustable entre 1 y 95 cmH2O o mejor rango

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	03-09-2019
------------------	---------------------------	------------

se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.

## Consulta 185 - Item 1 Ventilador Pulmonar

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	26-08-2019
-----------------	--------------------------	------------

Tiempo inspiratorio 0,1 a 5 seg o mejor rango, solicitamos a la convocante acepten equipos con tiempo inspiratorio ajustable entre 0,2 a 10 seg. Considerando que el mismo es un parámetro válido para pacientes pediátricos y adultos como se solicita

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	03-09-2019
------------------	---------------------------	------------

se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.

## Consulta 186 - Item 1 Ventilador Pulmonar

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	26-08-2019
-----------------	--------------------------	------------

Frecuencia respiratoria 1 a 150 rpm solicitamos a la convocante acepten equipos con frecuencia respiratoria ajustable entre 1 a 120rpm, considerando que el mismo es un parámetro válido para pacientes pediátricos y adultos como se solicita

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	03-09-2019
------------------	---------------------------	------------

se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.

## Consulta 187 - Item 1 Ventilador Pulmonar

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	26-08-2019
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice:  
Almacenamiento de mínimo 25 capturas de pantallas o mejor  
Almacenamiento de grabaciones de video para registro de curvas y parámetros. Como mínimo 25 grabaciones de video o mejor. Exportables a memoria externa  
Las capturas y grabaciones de video deben exportarse y transferirse a través de una memoria USB o mejor  
Solicitamos que estos puntos sean opcionales ya que corresponden a especificaciones de una marca de ventilador por lo que solo una marca cumpliría con lo solicitado

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	03-09-2019
------------------	---------------------------	------------

se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.

### Consulta 188 - Item 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Monitoreo de la vida útil del sensor de oxígeno que permita mostrar el valor del mismo, solicitamos que este punto sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

### Consulta 189 - Item 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Opción de capnografía volumétrica y SpO2, solicitamos que este punto sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

### Consulta 190 - Item 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Que permita el uso de óxido nítrico, solicitamos que este punto sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

### Consulta 191 - Item 24. Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde dice para papel de 48 a 50 mm, solicitamos diga: Para papel de 48 a 80 mm, teniendo en cuenta que esto no afecta a las prestaciones del equipo y permitirá una mayor participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

### Consulta 192 - Item 24. Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde dice para papel de 48 a 50 mm, solicitamos diga que la medida del papel sea opcional ya que cada marca tiene un tamaño específico de papel		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		



### Consulta 193 - Item 25. Carro de Paro con Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde dice para papel de 48 a 50 mm, solicitamos diga: Para papel de 48 a 80 mm, teniendo en cuenta que esto no afecta a las prestaciones del equipo y permitirá una mayor participación de los oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

### Consulta 194 - Item 25. Carro de Paro con Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde dice para papel de 48 a 50 mm, solicitamos diga que la medida del papel sea opcional ya que cada marca tiene un tamaño específico de papel		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

### Consulta 195 - Item 30. Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde dice Asas para traslado y movimientos de la cama abatibles, solicitamos que este punto sea opcional y a que corresponde a una característica de las camillas de traslado y no de camas pacientes, el traslado de las camas suele realizarse mediante la cabecera o piecera de la cama que cuenta forma de asas para transporte.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

### Consulta 196 - Item 30. Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde dice, Posiciones. Altura ajustable (medido de la plataforma de la cama al piso sin colchon) Altura mínima 49 cm o más Altura máxima 88 cm o más Solicitamos diga que la Altura máxima sea de 76 cm o más teniendo en cuenta que según las nuevas normas internacionales de la IEC 60601-2-52 sobre la Prevención de Caídas de los pacientes menciona que la altura más importante para la seguridad del paciente es la altura mínima.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

### Consulta 197 - Item 30. Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde dice RCP mecánico y eléctrico solicitamos que el RCP eléctrico sea opcional de manera a dar mayor participación a los oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

### Consulta 198 - Item 30. Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde dice RCP mecánico y eléctrico solicitamos que el RCP eléctrico sea opcional de manera a dar mayor participación a los oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

### Consulta 199 - Item 30. Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde dice: Posiciones Fowler vascular, cardiaco, inclinación lateral. Solicitamos que La inclinación lateral sea opcional o sea eliminado ya que corresponde a una función exclusiva de la marca Linet por lo que imposibilita la participación de otros proveedores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

### Consulta 200 - Item 30. Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Colchón, espesor mínimo de 16cm, solicitamos diga Colchón, espesor mínimo de 16cm +/-2cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

### Consulta 201 - Item 30. Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde dice alarma sonora y luminosa de falta de energía eléctrica de red, solicitamos que este punto sea opcional teniendo en cuenta que la cama solicitada tiene batería por lo que en caso de falta de energía eléctrica entraría en funcionamiento automáticamente la batería. Además la alarma sería muy molesta al momento de trasladar al paciente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

### Consulta 202 - Item 30. Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde dice: Alarma sonora y luminosa de batería baja con posibilidad de silenciado, solicitamos que posibilidad de silenciado sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 203 - Item 30. Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde dice: Otros requerimientos Batería de respaldo en caso de falla eléctrica para todos los movimientos 1 par de apoya brazos por cama 1 Par de pierneras fijas por cama 1 Par de pierneras regulables por cama 1 Par de ganchos para sonda Foley por cama 1 Par de soportes de piernas enteras fijas por cama 1 Par de soportes de piernas enteras regulables por cama Solicitamos eliminar estos puntos ya que no corresponden a características de Cama eléctrica para paciente sino que corresponden a Camas de Nacimiento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 204 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde dice: la firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 45 días calendarios posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compras, solicitamos diga: la firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 90 días calendarios posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compras		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 205 - En la Sección III. 2) Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Donde dice cuanto sigue: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 45 (cuarenta y cinco) días calendarios posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden Solicitamos respetuosamente a la Convocante la ampliación del plazo de entrega a a 90 días, especialmete a los equipos de gran porte que deben ser importados, considerando el tiempo de transito marítimo para su importación y que los mismos son fabricados mayormente en paises de Asia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 206 - Ítem 30 - Cama eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
<p>Con referencia al Ítem 30 - Cama eléctrica para paciente, solicitamos amablemente a la convocante pueda considerar las siguientes peticiones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Con relación al texto "Sistema de frenado" y "Con control para pie" solicitamos a la convocante pueda considerar "Sistema de frenado de rotación y giro individual en cada rueda accionado con el pie".</li><li>- Con relación al texto "Asas para traslado" solicitamos a la convocante pueda considerar "Asas para traslado incorporadas en las barandas de cabecera y piecera desmontables"</li><li>- Con respecto a las posición de silla y posición de inclinación lateral solicitada. Solicitamos amablemente que mencionados requerimientos puedan ser considerado como opcional.</li><li>- Con respecto al texto "Alarma sonora y luminosa de falta de energía eléctrica de red" y "Alarma sonora y luminosa de batería baja. Con posibilidad de silenciado" Solicitamos amablemente". Solicitamos que los requerimientos de alarmas sonoras puedan ser opcionales.</li><li>- Con respecto al segundo título de "Otros Requerimientos" Solicitamos amablemente que mencionados ítems puedan ser considerados como opcional, atendiendo que los mismos son considerados para camas de pre parto, no así para cuidados intensivos.</li></ul> <p>Todas las consultas y solicitudes arriba realizadas, son con la intención de poder brindar mayor oportunidad de participación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 207 - Ítem 31 - Cama manual para paciente.

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
<p>Con respecto al ítem 31 - Cama manual para paciente, consultamos amablemente a la convocante cuanto sigue.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Con respecto al texto "Sistema de frenado y direccionamiento centralizado para transporte". Solicitamos amablemente a la convocante que se pueda incluir el texto "Sistema de frenado de rotación y giro individual en cada rueda accionado con el pie"</li><li>- Con respecto al texto "Asas para traslado" solicitamos amablemente a la convocante que se pueda incluir el texto "Asas para traslado incorporadas en las barandas de cabecera y piecera desmontables".</li><li>- Con respecto al punto "Accesorios" solicitamos amablemente a la convocante pueda aclarar a qué se refiere con el texto "6 personas".</li><li>- Con respecto al texto "Tipo plegado con bloqueo de seguridad" solicitamos amablemente a la convocante que pueda aclarar qué quiere decir con eso.</li><li>- Con respecto al texto "Con RCP manual" consultamos amablemente a la convocante pueda considerar dicho texto como opcional.</li></ul> <p>- Todas las consultas arriba expresadas obedecen a permitir mayor participación de oferentes al presente llamado. Esto beneficiará directamente a la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 208 - Ítem 36 - Autoclave de esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
<p>Con respecto al ítem 36 - Autoclave de esterilización, solicitamos amablemente a la convocante, pueda aceptar normas MERCOSUR. Esto permitirá mayor participación a los oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 209 - Ítem 41 - Autoclave de esterilización de 21 litros.

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Con respecto al ítem 41 - Autoclave de esterilización de 21 litros. Consultamos amablemente a la convocante cuanto sigue: - Que puedan ser aceptadas las normas MERCOSUR. - Con respecto al texto "Sensor térmico para lectura directa de la temperatura en un indicador de presión y temperatura". Solicitamos amablemente a la convocante que puedan ser aceptadas que la lectura de la temperatura sea independiente a la lectura de presión. Por ejemplo: Temperatura en pantalla y presión en manómetro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 210 - Ítem 42 - Autoclave de esterilización de 12 litros.

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Con respecto al ítem 42 - Autoclave de esterilización de 12 litros. Consultamos cuanto sigue. - Solicitamos amablemente puedan ser consideradas las normas MERCOSUR. - Con respecto al texto en el que dice "al menos dos programas de esterilización" Solicitamos amablemente a la convocante pueda modificar a 1 (un) programa de esterilización pre configurado y programa de esterilización configurable. Considerando que el programa de esterilización configurable permite el ajuste de los parámetros de cualquier ciclo de esterilización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 211 - Ítem 40 - Equipo de rayos X odontológico.

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Con referencia al ítem 40 - Equipo de rayos X odontológico. Consultamos amablemente a la convocante cuanto sigue. - En donde dice: "Tiempo de exposición: 0,01 seg - 2,9 seg." solicitamos pueda ser considerado "Tiempo de exposición: 0,01 seg o más - 2,9 seg o más. En donde dice: "Control remoto para disparos a distancia" solicitamos amablemente que mencionado texto pueda ser considerado como opcional, atendiendo a que las exposiciones se realizan muy próximo al paciente, y también, en el presente llamado ya se piden chalecos plomados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 212 - Ítem 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Solicitamos a la convocante ofertar equipos que posean un rango, de 0 a 180 LPM o mayor, de manera a poder permitir la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 213 - Item 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Solicitamos a la convocante ofertar equipos que posean compresores externos montados en la misma base del equipo, de manera a poder permitir la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 214 - Item 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
solicitamos a la convocante obviar los requerimientos de descarga de imágenes y video exportables a través de puertos USB atendiendo a que dicho requerimiento es una funcionalidad innecesaria para el cuidado del paciente, recomendamos que dicho requerimiento sea considerado OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 215 - Item 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Solicitamos a la convocante que en el requerimiento "Monitorización de la relación entre Volumen Corriente/Peso Corporal Ideal (ml/kg)" la palabra "Monitorización" sea modificada por el "Configuración" ya que dicho parámetro es un dato a ser introducido por el personal médico y jamás puede ser considerado un parámetro monitorizable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 216 - Ítem 37 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
<p>Con referencia al Ítem 37 - Equipo de Rayos X fijo, consultamos cuanto sigue.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En texto mesa paciente - peso del paciente, solicitamos amablemente puedan ser aceptadas equipos de rayos X con soporte para personas de 135 kg de peso o más.</li> <li>- Columna porta tubo/ soporte para tubo: con respecto al texto "Columna de tubo con desplazamiento horizontal de 135cm o más" solicitamos amablemente puedan ser aceptados "Columna de tubo con desplazamiento horizontal de 130cm o más"</li> <li>- Bucky mural: con respecto al texto: "Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 185cm o mayor" solicitamos amablemente a la convocante puedan ser aceptados equipos de 35cm o menor y 165cm o mayor.</li> <li>- Generador de Rayos X: con respecto al texto: "Potencia del generador de al menos 50kW" solicitamos pueda ser considerados equipos de al menos 30kW.</li> </ul> <p>Las consultas obedecen a ofrecer mayor posibilidad de participación a los oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 217 - Ítem 33 Equipos de Rayos X portátil

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
<p>Aclaremos a la convocante que los equipos de equipos de rayos X en la actualidad sólo puede ser configurados los parámetros de KV y mAs; equipos con configuración de mA, ya no son fabricados desde hace más de una década. Por lo tanto instamos a la convocante eliminar el rango de variación del comando de mA e introducir un rango de KV mínimo de 40 a 125 KV.</p> <p>Por los mismos motivos descritos anteriormente el Display Digital de los equipos de rayos X actuales sólo muestran valores de mAs y KV.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
<p>se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 218 - Ítem 33 Equipos de Rayos X portátil

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
<p>Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar equipos que posean una capacidad máxima de 100 KHU atendiendo a que los equipos actuales requieren menos valores de disipación calorífica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
<p>se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 219 - Ítem 37 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
<p>Con respecto al Ítem 37 - Equipo de Rayos X fijo.</p> <p>Consultamos amablemente cuanto sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Generador de Rayos X: con respecto al texto: "Frecuencia del generador de 100 kHz o superior" solicitamos puedan ser aceptados equipos de 60 kHz o más.</li> <li>- Tubo de Rayos X y Colimador: con respecto al texto "Capacidad calorífica del anodo de 220kHU o superior" Solicitamos amablemente a la convocante puedan ser aceptados equipos de 110 kHU o superior.</li> <li>- Con respecto al texto "Control de colimación manual con luz de localización LED" solicitamos amablemente pueda ser aceptado luz de localización LED o de Filamento.</li> <li>- Con respecto al texto "Visualización de imagen: '5.7,2s para pre visualización y :'.510,5s para imagen completa" Solicitamos amablemente puedan ser aceptadas con características de 7,5s para previsualización y menor a 10 s para imagen completa.</li> <li>- Con respecto al texto: longitud del cable del detector de 6.5 metros. Solicitamos que puedan ser aceptados equipos con cables de 3.5 m o superior.</li> <li>- Consola de Adquisición/Procesamiento de Imágenes: con respecto al texto: "Monitor de 19" con resolución de 1280 x 1024 o superior con relación de contraste de 2000:1 o superior" solicitamos puedan ser aceptados equipos de 1000:1 o superior.</li> </ul> <p>Todo lo solicitado obedece a permitir mayor participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
<p>se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 220 - Consulta General

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2019
Solicitamos amablemente a la convocante que pueda ser incluida la inclusión de la norma MERCOSUR para todos los ítems. Permitirá mayor participación a oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 221 - Item 23 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Donde dice: Manipuleo y control directamente al menos por pantalla táctil o control rotatorio, solicitamos a la convocante se acepten monitores con manipuleo y control directamente por pantalla táctil y control rotatorio. La pantalla táctil es más intuitiva para los usuarios y más fácil de manejar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 222 - Item 23 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Donde solicitan: Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica si se encuentra instalado en una central de monitoreo, de modo a dar participación a un mayor número de oferentes, solicitamos que esta especificación sea considerada opcional. Por favor tener en cuenta que en la presente licitación no se solicita central de monitoreo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
Se solicita dicho requerimiento atendiendo a que se está realizando el equipamiento necesario al área donde será utilizado dicho equipo por lo que se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 223 - Item 23 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Donde dice: Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas, consultamos si el monitor deberá ser capaz de analizar el segmento ST?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
debe ser capaz de analizar el segmento ST		



## Consulta 224 - ITEM 33 EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
En el ítem donde dice Tensión: 40 kV o menos a 125 kV o más y corriente de tubo que alcance al menos hasta 250 mAs solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con corriente de tubo de al menos 220 mAs y de esta manera dar mayor participación de oferentes. Por lo expuesto el ítem quedaría de la siguiente manera: Tensión: 40 kV o menos a 125 kV o más y corriente de tubo que alcance al menos hasta 220 mAs.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 225 - ITEM 33 EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
En el ítem donde dice Capacidad máxima: 140 KHU o más solicitamos amablemente a la convocante aclare a que componente del equipo se refiere con la capacidad máxima? ¿Si sería del tubo, anodo o del generador?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
Se refiere al Anodo.		

## Consulta 226 - ITEM 33 EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
En el ítem donde dice Variación de mA de 32 mA o menos a 150 mA o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos de 50 mA y así dar apertura al ítem para la mayor participación de oferentes. Entonces el ítem debería quedar de la siguiente manera: Variación de mA de 50 mA o menos a 150 mA o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 227 - ITEM 33 EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
En el ítem donde dice Control de colimación manual con luz de localización LED solicitamos amablemente a la convocante permita también cotizar colimadores con lampara halógena, de esta manera sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Control de colimación manual con luz de localización LED o con lampara halógena.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 228 - ITEM 33 EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
En el ítem donde dice Alimentación eléctrica trifásica 380V $\pm$ 10% / 50 Hz solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con alimentación eléctrica monofásica, y así dar mayor participación de oferentes. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: Alimentación eléctrica trifásica 380V $\pm$ 10% / 50 Hz, o monofásica 220 V $\pm$ 10% / 50 Hz.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 229 - Experiencia y Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
<p>Donde dice Certificaciones según lo requerido en las Especificaciones Técnicas. Todas deberán estar legalizados notarialmente, solicitamos diga: Certificaciones según lo requerido en las Especificaciones Técnicas, las cuales deberán estar legalizadas al momento de la formalización del contrato, considerando que la legalización de los mismos tienen un costo elevado y solo algunas son requeridas para su registro en el MSPyBS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
<p>se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.</p>		

## Consulta 230 - Item 1. Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
<p>Donde dice: Resolución de 1024 x 768 solicitamos eliminar este punto ya que no es un parámetro indispensable para el ventilador, y no influye en el bienestar del paciente</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2019
<p>se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 5.</p>		

## Consulta 231 - Item 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
<p>Donde dice Trabajo Respiratorio del Paciente, solicitamos que este punto sea opcional ya que para la medición de este parámetro se necesita un catéter para presión esofágica el cual no se contempla en los accesorios del ventilador o sugerimos remplazarlos por la medición del trabajo impuesto a través del tubo endotraqueal</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2019
<p>se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 5.</p>		

## Consulta 232 - Item 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
<p>Donde dice Presión Inspiratoria de 0 a 95cmH2O o mejor rango, este parámetro es un parámetro mandatorio en el equipo por lo que el mismo no puede ser 0 (cero) por lo que solicitamos que este parámetro sea ajustable entre 1 y 95 cmH2O o mejor rango</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2019
<p>se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 5.</p>		

## Consulta 233 - Item 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
<p>Tiempo inspiratorio 0,1 a 5 seg o mejor rango, solicitamos a la convocante acepten equipos con tiempo inspiratorio ajustable entre 0,2 a 10 seg. Considerando que el mismo es un parámetro válido para pacientes pediátricos y adultos como se solicita</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
<p>se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.</p>		

### Consulta 234 - Item 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
----------	-------------------	------------

Frecuencia respiratoria 1 a 150 rpm solicitamos a la convocante acepten equipos con frecuencia respiratoria ajustable entre 1 a 120rpm, considerando que el mismo es un parámetro válido para pacientes pediátricos y adultos como se solicita

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
-----------	--------------------	------------

se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.

### Consulta 235 - Item 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
----------	-------------------	------------

Donde dice:  
 Almacenamiento de mínimo 25 capturas de pantallas o mejor  
 Almacenamiento de grabaciones de video para registro de curvas y parámetros. Como mínimo 25 grabaciones de video o mejor. Exportables a memoria externa  
 Las capturas y grabaciones de video deben exportarse y transferirse a través de una memoria USB o mejor  
 Solicitamos que estos puntos sean opcionales ya que corresponden a especificaciones de una marca de ventilador por lo que solo una marca cumpliría con lo solicitado

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2019
-----------	--------------------	------------

se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 5.

### Consulta 236 - Item 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
----------	-------------------	------------

Monitoreo de la vida útil del sensor de oxígeno que permita mostrar el valor del mismo, solicitamos que este punto sea opcional

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2019
-----------	--------------------	------------

se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 5.

### Consulta 237 - Item 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
----------	-------------------	------------

Opción de capnografía volumétrica y SpO2, solicitamos que el SpO2 sea opcional, teniendo en cuenta que este parámetro puede ser medido por un Oxímetro de Pulso y/o un monitor paciente que generalmente esta conectado al paciente para monitoreo de parámetros y signos vitales

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2019
-----------	--------------------	------------

se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 5.

### Consulta 238 - Item 1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
----------	-------------------	------------

Que permita el uso de óxido nítrico, solicitamos que este punto sea opcional

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2019
-----------	--------------------	------------

se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 5.

## Consulta 239 - Item 24. Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Donde dice para papel de 48 a 50 mm, solicitamos diga: Para papel de 48 a 80 mm, teniendo en cuenta que esto no afecta a las prestaciones del equipo y permitirá una mayor participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 240 - Item 24. Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Donde dice para papel de 48 a 50 mm, solicitamos diga que la medida del papel sea opcional ya que cada marca tiene un tamaño específico de papel		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 241 - Item 25. Carro de Paro con Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Donde dice para papel de 48 a 50 mm, solicitamos diga: Para papel de 48 a 80 mm, teniendo en cuenta que esto no afecta a las prestaciones del equipo y permitirá una mayor participación de los oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 242 - Item 25. Carro de Paro con Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Donde dice para papel de 48 a 50 mm, solicitamos diga que la medida del papel sea opcional ya que cada marca tiene un tamaño específico de papel		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 243 - Item 30. Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Donde dice Asas para traslado y movimientos de la cama abatibles, solicitamos que este punto sea opcional y a que corresponde a una característica de las camillas de traslado y no de camas pacientes, el traslado de las camas suele realizarse		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 244 - ÍTEM Nº 36 AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
ÍTEM Nº 36 AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION En una parte de las Especificaciones técnicas dice: Volumen útil interior de la cámara entre 80 a 100 litros Respetuosamente Solicitamos a la convocante permitir la presentación de ofertas con: Volumen útil interior de la cámara entre 70 a 100 litros.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda Nº 3.		

## Consulta 245 - ÍTEM Nº 36 AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
ÍTEM Nº 36 AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION En una parte de las Especificaciones técnicas dice: Control de temperatura de esterilización entre 121°C y 134°C. Solicitamos a la convocante permitir la presentación de ofertas con: Control de temperatura de esterilización entre 90º y 127º C o mayor rango.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda Nº 3.		

## Consulta 246 - Ítem 30. Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Donde dice Asas para traslado y movimientos de la cama abatibles, solicitamos que este punto sea opcional y a que corresponde a una característica de las camillas de traslado y no de camas pacientes, el traslado de las camas suele realizarse mediante la cabecera o piecera de la cama que cuenta forma de asas para transporte.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda Nº 3.		

## Consulta 247 - Ítem 30. Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Donde dice, Posiciones. Altura ajustable (medido de la plataforma de la cama al piso sin colchon) Altura mínima 49 cm o más Altura máxima 88 cm o más Solicitamos diga que la Altura máxima sea de 76 cm o más teniendo en cuenta que según las nuevas normas internacionales de la IEC 60601-2-52 sobre la Prevención de Caídas de los pacientes menciona que la altura más importante para la seguridad del paciente es la altura mínima.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda Nº 5.		

### Consulta 248 - Item 30. Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Donde dice: Posiciones Fowler vascular, cardiaco, inclinación lateral. Solicitamos que La inclinación lateral sea opcional o sea eliminado ya que corresponde a una función exclusiva de la marca Linet por lo que imposibilita la participación de otros proveedores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 5.		

### Consulta 249 - Item 30. Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Donde dice alarma sonora y luminosa de falta de energía eléctrica de red, solicitamos que este punto sea opcional teniendo en cuenta que la cama solicitada tiene batería por lo que en caso de falta de energía eléctrica entraría en funcionamiento automáticamente la batería. Además la alarma sería muy molesta al momento de trasladar al paciente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 5.		

### Consulta 250 - Item 30. Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Donde dice: Alarma sonora y luminosa de batería baja con posibilidad de silenciado, solicitamos que posibilidad de silenciado sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 5.		

### Consulta 251 - ÍTEM N° 6 OXIMETRO DE PULSO

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
ÍTEM N° 6 OXIMETRO DE PULSO En una parte de las Especificaciones dice: Posibilidad de transferir información a PC para visualización, revisión e impresión del historial del paciente. Solicitamos a la convocante permita que este punto sea Opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

### Consulta 252 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Donde dice: la firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 45 días calendarios posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compras, solicitamos diga: la firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 90 días calendarios posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compras		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 253 - ÍTEM Nº 17 DETECTOR FETAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
ÍTEM Nº 17 DETECTOR FETAL En una parte de las Especificaciones dice: Pantalla LCD. Solicitamos a la convocante permita cotizar: Pantalla LCD o similar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda Nº 3.		

## Consulta 254 - ÍTEM Nº 17 DETECTOR FETAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
ÍTEM Nº 17 DETECTOR FETAL En una parte de las Especificaciones dice: Sonda de ultrasonido de alta sensibilidad. Solicitamos a la convocante permita cotizar: Sonda de ultrasonido de alta sensibilidad, al menos entre 2 y 3 MHz.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda Nº 3.		

## Consulta 255 - ÍTEM Nº 20 MESA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
ÍTEM Nº 20 MESA QUIRURGICA En una parte de las Especificaciones dice: Certificación CE e norma ISO 13485. Solicitamos a la convocante permita cotizar: Certificación CE, norma ISO 13485 o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda Nº 3.		

## Consulta 256 - ÍTEM Nº 21 MESA DE INSTRUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
ÍTEM Nº 21 MESA DE INSTRUMENTAL En una parte de las Especificaciones dice: Certificación FDA e norma ISO 13485. Solicitamos a la convocante permita cotizar: Certificación FDA, norma ISO 13485 o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda Nº 3.		

## Consulta 257 - ÍTEM Nº 22 MESA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
ÍTEM Nº 22 MESA QUIRURGICA Solicitamos a la convocante incluir: Certificación CE, norma ISO 13485 o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda Nº 3.		

## Consulta 258 - ITEM 29 - CAMILLA HIDRAULICA / NEUMATICA DE PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Es increíble como dirigen el llamado, al cambiar especificaciones que no hacen a un mejor desempeño, si no solo a una especificación de un fabricante. Donde han cambiado Altura 69 cm ( o menos) favor mantener las especificaciones originales, y donde solicitan con recubrimiento superficial anti microbiano con iones de plata, solicitamos no dirigir a una sola marca, por lo menos agreguen el término o similar o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 5.		

## Consulta 259 - ITEM 30 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
una vez más se sigue dirigiendo las especificaciones en esta oportunidad a equipo de procedencia europea, que sabemos en nuestro medio hay una o dos, ¿porque solo se solicita y permite cotizar equipos con certificados CE, por que no admiten otros certificados de calidad muy importantes y hasta más exigentes como el FDA. y lo más llamativo por que solo en este item no admiten FDA o JIS, por que en los demás items de camas o camillas si admiten FDA o CE o JIS, Porque en este item no, por que dirigen a un producto. Por lo expuesto solicitamos permitan cotizar equipos de este items con Certificado de Calidad FDA o CE o JIS, como lo admiten en otros items, Nos reservamos el derecho a protesta que nos asiste la Ley 2051 en cuanto al principio de igual de oportunidades de participación. Por de pronto iniciaremos con una denuncia sobre el particular.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 5.		

## Consulta 260 - ITEM N° 25 - CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
ITEM N° 25 - CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR En una parte de las especificaciones técnicas dice: - Certificación CE / ISO 13485 Solicitamos permitan la cotización de: Normas de calidad específicas: FDA, CE , JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas, para posibilitar mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 5.		

## Consulta 261 - ITEM N° 11 ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
ITEM N° 11 ASPIRADOR DE SECRECIONES En una parte de las especificaciones técnicas dice: - Frasco colector lavable y esterilizable. Solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas con: Frasco colector lavable y esterilizable de 2 litros o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		



## Consulta 262 - ITEM N° 11 ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
ITEM N° 11 ASPIRADOR DE SECRECIONES En una parte de las especificaciones técnicas dice: - Construcción acorde a normas Internacionales de calidad. Solicitamos permitan la cotización de: Construcción acorde a normas Internacionales de calidad: FDA, CE, JIS al menos una de ellas.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
El oferente puede presentar las normas que crea conveniente ateniendo a que no se especifica que normas, de manera a dar mayor apertura a los oferentes.		

## Consulta 263 - ITEM N° 19 ELECTROCARDIOGRAFO GRABADOR HOLTER

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
ITEM N° 19 ELECTROCARDIOGRAFO GRABADOR HOLTER Según adenda 3 - En una parte de las especificaciones técnicas dice: - Cable paciente ECG Snap-on compuesto de 5 vías. Solicitamos permitan la cotización de: Cable paciente ECG Snap-on compuesto de 5 vías o más. -		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 264 - Equipo RX Portátil Altura máxima de foco.

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Solicitamos amablemente a la convocante, que pueda ser reconsiderado un ajuste en la altura máxima de foco del equipo de RX portátil a un valor de 185 cm o más. La modificación no afectará ni al versatilidad del equipo ni la calidad de las imágenes. Esta característica está presente en un modelo cuyo buen funcionamiento se encuentra probado por el mercado, con más de 50 unidades instaladas en el país y por el propio Hospital de Policía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 265 - Equipo de RX Portátil Generador de Alta Frecuencia de al menos 30kHz.

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
La eficiencia del generador normalmente se mide con los valores de potencia y de corriente máxima que se pueden obtener. La frecuencia es un dato que varía de fabricante a fabricante y no representa una media de rendimiento del equipo, por lo que solicitamos eliminar el punto. Esta característica está presente en un modelo cuyo buen funcionamiento se encuentra probado por el mercado, con más de 50 unidades instaladas en el país y por el propio Hospital de Policía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 266 - Equipo de RX Portátil Tubo de RX con Doble Punto Focal.

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
El tamaño y cantidades de punto focal están relacionados con la potencia de los tubos de Rayos X de cada fabricante, por lo tanto, son características constructivas. Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con un solo punto focal y ánodo giratorio de alta rotación. Esta característica está presente en un modelo cuyo buen funcionamiento se encuentra probado por el mercado, con más de 50 unidades instaladas en el país y por el propio Hospital de Policía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 267 - Equipo de RX Portátil Display Digital.

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Como la mayoría de los equipos de Rayos X Móviles cuentan con display donde indican comúnmente solo los valores de kV y mAs, que son los valores que son modificados por los técnicos en las diferentes exposiciones. Se solicita amablemente a la convocante modificar dicho parámetro de manera a exigir display Digital con solo kV y mAs. Esta característica está presente en un modelo cuyo buen funcionamiento se encuentra probado por el mercado, con más de 50 unidades instaladas en el país y por el propio Hospital de Policía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 268 - Equipo EX Portátil Variación de mA.

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Se solicita amablemente a la convocante eliminar el presente punto de manera a tener en cuenta solo los valores de mAs que son los utilizados en el proceso de configuración en el proceso de toma de la imagen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 269 - Equipo de Rayos X Fijo Detector Plano.

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
Se pide amablemente a la convocante permitir la cotización de un solo detector plano para ser utilizado tanto con la mesa como en el Bucky mural. El pedido obedece a que la utilización de un solo detector representa un recurso más que suficiente para la realización de todo tipo de estudios a ser realizados y que el segundo detector encarecerá considerablemente el valor del equipo a cotizar. Considerando el precio referencial declarado para este ítem, creemos importante mencionar que la inclusión de un segundo detector plano representa un costo adicional de al menos USD 100.000,00 por encima del precio del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.		

## Consulta 270 - ITEM 30 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
----------	-------------------	------------

En este mismo items están limitando la participación al incluir solamente como certificado de calidad el CE, no permitiendo ni FDA o JIS, sin embargo en otros items si admiten FDA o CE o JIS, cual sería el criterio, que solo este items quieren dirigir a una marca y los demás no. En este sentido, a más de solicitar que permitan FDA ó JIS, solicitamos que el siguiente punto que también es una limitante de participación donde dice "Presentar certificado de calidad de cumplimiento de normativas del colchon de CE MDD 93/42/EEC CLASE, Dispositivos Médicos, ISO/TS16949, Solicitamos que este punto sea opcional, o agreguen el término similar para productos comercializados en otros países fuera de Europa, o soliciten "certificado de libre venta del país de origen" pero no limiten la participación, no es posible que la misma POLICIA NACIONAL este cometiendo injusticias con este tipo de adquisiciones, en quien más se puede confiar si es la misma Policia quien limitar la participación para favorecen a una empresa y marca. Nos reservamos el derecho de la protesta por la falta de igualdad en la participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2019
-----------	--------------------	------------

se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 5.

## Consulta 271 - ITEM 31 - CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
----------	-------------------	------------

Siguiendo con la misma injusticia de los certificados de calidad, en este items por lo menos admiten dos tipos el CE o FDA, sin embargo y este se vuelve un chiste, ya que admiten equipos con FDA, pero que seguro no van a tener lo que se solicita como "Presentar certificado de calidad de cumplimiento de normativas del colchon de CE MDD 93/42EEC Clase, Dispositivos Médicos", que evidentemente solo lo van a cumplir quienes tengan certificados CE sobre quienes prima esta norma. Los equipos con FDA no lo van a cumplir por que no es una exigencia. Solicitamos que este punto sea opcional, o inserten la palabra "similar o mejor" o pidan el Certificado de Libre Venta del País de origen" que es un documento similar y muy importante. Si no se modifican nos reservamos el derecho a una protesta

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
-----------	--------------------	------------

se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 3.

## Consulta 272 - ITEM 31 CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
----------	-------------------	------------

Donde solicitan: Accesorios: riel lateral, 6 personas, que significa esta especificación, o de vuelta refiere a una especificación dirigiendo a una marca y fabricante. Solicitamos la aclaración suficiente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2019
-----------	--------------------	------------

se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 5.

## Consulta 273 - Equipo de Rayos X Fijo.

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante aclarar a qué característica del generador se refiere la frase Generador de Alta Tensión tipo de Alta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
-----------	--------------------	------------

se solicita este tipo de frecuencia alta sin establecer un parámetro, pues la frecuencia de operación es un parámetro que cada fabricante lo ajusta su criterio de diseño sin perjuicio a la calidad de la radiación que pudiera resultar.

## Consulta 274 - ITEM 30 - CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
DONDE SOLICITAN: Posiciones Fowler, vacular, cardiaco, inclinación lateral, solicitamos que este ultimo punto sea opcional, los precios referenciales no condicionen para que esta especificación se pueda incluir, pasaría el precio de referencia. Además se podría dar mayor participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 5.		

## Consulta 275 - ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
DONDE SOLICITAN: Ante la falta o pérdida de un gas, el equipo debe compensar automáticamente este problema con el otro gas sin parar la ventilación. Es decir debe funcionar solamente con oxígeno o solo con la turbina, solicitamos que la opción donde ante la falta de oxígeno el equipo siga operativo sea opcional, algunas marcas por el nivel de seguridad con que cuenta no permite esta posibilidad. Solicitamos que este punto sea opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2019
se solicita este tipo de frecuencia alta sin establecer un parámetro, pues la frecuencia de operación es un parámetro que cada fabricante lo ajusta su criterio de diseño sin perjuicio a la calidad de la radiación que pudiera resultar.		

## Consulta 276 - ITEM 1 - VENTILADOR PULMONAR

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2019
DONDE SOLICITAN: Trabajo respiratorio del equipo de ventilación, solicitamos que este punto sea opcional o agreguen el termino o similar o mejor, para no limitar a una Marca: CAREFUSION y a un modelo: AVEA,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2019
se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo solicitado en el PBC y la Adenda N° 5.		