

Consultas Realizadas

Licitación 375361 - ADQUISICION DE CAMILLAS HIDRAULICAS PARA EL NUEVO PABELLON DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA

Consulta 1 - SECCION VII - ANEXO I - DOCUMENTOS ADICIONALES A LA OFERTA

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-03-2020 |
|---|-------------------|------------|
| Dice: | | |
| Declaración jurada del oferente de poseer una experiencia en el suministro de bienes similares, mayor o igual a 3 (tres) años. | | |
| Consulta: | | |
| Se podría considerar, dar participación a empresas que cumplen con el siguiente criterio | | |
| "Declaración jurada del oferente de poseer una experiencia en el suministro de bienes similares, mayor o igual a 2 (dos) años." | | |
| De modo a dar mayor participación a oferentes | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-03-2020 |
|------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse a la Adenda N° 01. | | |

Consulta 2 - SECCION VII - ANEXO I - DOCUMENTOS ADICIONALES A LA OFERTA

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-03-2020 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: "Certificado de Cumplimiento contractual en adjudicaciones de contratos de bienes similares, mayor o igual a 3 (tres) años." | | |
| Solicitamos amablemente a la convocante, considerar la siguiente condición. "Certificado de Cumplimiento contractual en adjudicaciones de contratos de bienes similares, mayor o igual a 2 (dos) años." | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-03-2020 |
|------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse a la Adenda N° 01. | | |

Consulta 3 - Plan de entregas

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-03-2020 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En el PBC se establece que el plazo máximo para la entrega de los bienes adjudicados es de hasta 30 (treinta) días corridos, posteriores a la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.</p> <p>Se consulta a la Convocante si se puede ampliar dicho período de entrega, teniendo en cuenta la pandemia actual por la que se atraviesa a nivel mundial, lo cual retarda bastante en todos los procesos de importación ya que los controles de envío y recepción sufren cambios drásticos.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-03-2020 |
|--|--------------------|------------|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones | | |

Consulta 4 - Punto 3.2 Plataforma del colchón y las barandas laterales de longitud 3/4

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-03-2020 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita a la Convocante aclarar si la longitud de las barandas laterales debe de ser 3/4 de la longitud total de la camilla? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-03-2020 |
|-------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse a la Adenda N ° 01. | | |

Consulta 5 - Punto 4.4 Con topes alrededor de la plataforma del colchón

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-03-2020 |
|---|-------------------|------------|
| Se consulta a la Convocante, si los topes descriptos en el ítem mencionado, corresponden a los que se encuentran en las ruedas ubicadas en cada vértice. Favor aclarar dicho punto para un mejor entendimiento. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-03-2020 |
|-------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse a la Adenda N ° 01. | | |

Consulta 6 - Punto 6.1 Barandas

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-03-2020 |
|--|-------------------|------------|
| Se consulta a la Convocante, si los 3/4 de longitud solicitada en el ítem mencionado, se refiere a 3/4 de la longitud total del producto ofertado. Favor aclarar | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-03-2020 |
|-------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse a la Adenda N ° 01. | | |

Consulta 7 - Punto 11.3 Altura regulable

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-03-2020 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita a la Convocante que la altura máxima de la camilla sea a partir de 920mm de altura máxima o mas. Esta solicitud propiciará que exista libre competencia y mayor oportunidad de presentación de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-03-2020 |
|-------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse a la Adenda N ° 01. | | |

Consulta 8 - Punto 11.7 Soporte de botella de oxígeno

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-03-2020 |
|---|-------------------|------------|
| Un soporte para la botella de oxígeno localizado en la cabecera. | | |
| Se solicita a la Convocante que el soporte de la botella de oxígeno pueda estar localizada en la cabecera o en la base de la camilla, debido a que la intención es de que se cumpla con la finalidad, en este caso la de dar soporte a un material que ayudará al paciente a tener estabilidad respiratoria. Esto se pide de manera a que dicho ítem no esté dirigido específicamente a una marca, se tenga en cuenta el principio de igualdad y libre competencia. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-03-2020 |
|-------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse a la Adenda N ° 01. | | |

Consulta 9 - Plan de entrega

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-05-2020 |
|--|-------------------|------------|
| En el PBC se establece que el plazo máximo para la entrega de los bienes adjudicados es de hasta 30 (treinta) días corridos, posteriores a la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Respetuosamente solicitamos al Convocante ampliar dicho período de entrega a 60 (sesenta) días corridos, atendiendo la situación actual por el Covid-19 por la que se atraviesa a nivel mundial, lo cual retarda en su mayoría los procesos de importación. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-05-2020 |
|--------------------------|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LA ADENDA 10 | | |

Consulta 10 - Punto 11.3 Altura regulable

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-05-2020 |
|--|-------------------|------------|
| Altura regulable con mecanismo hidráulico, mediante pedal: 700 mm mínima, o menos - 990 mm altura máxima, o mas Solicitamos al Convocante permita la cotización de: altura máxima de la camilla de 920mm de altura máxima o mas. Esta solicitud dará mayor posibilidad de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-05-2020 |
|--------------------------|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LA ADENDA 08 | | |

Consulta 11 - Documentos de la oferta. Cualquier otro documento adicional requerido.

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-05-2020 |
|---|-------------------|------------|
| Habilitación vigente expedida por el M.S.P. y B.S., como importador/ comercializador/ distribuidor de dispositivos médicos o Certificación de estar en trámite de renovación. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-05-2020 |
|--------------------------|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LA ADENDA 10 | | |

Consulta 12 - Punto 11.7 Soporte para botella de oxígeno

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-05-2020 |
|--|-------------------|------------|
| Un soporte para la botella de oxígeno localizado en la cabecera. Solicitamos la Convocante permita la cotización de: Un soporte para la botella de oxígeno localizado en la cabecera o en la base de la camilla. Esto dará mayor posibilidad de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-05-2020 |
|--------------------------|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LA ADENDA 08 | | |

Consulta 13 - Documentos de la oferta. Cualquier otro documento adicional requerido.

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-05-2020 |
|--|-------------------|------------|
| Habilitación vigente expedida por el M.S.P. y B.S., como importador/ comercializador/ distribuidor de dispositivos médicos. Solicitamos al Convocante permita: Habilitación vigente expedida por el M.S.P. y B.S., como importador/ comercializador/ distribuidor de dispositivos médicos o Certificación de estar en trámite de renovación. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-05-2020 |
|--------------------------|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LA ADENDA 10 | | |