

## Consultas Realizadas

# Licitación 377049 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - SEDE CENTRAL Y FILIAL

### Consulta 1 - Requisitos de calificación y criterios de evaluación

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2020
<p>En Capacidad Técnica, solicitan : Habilitación vigente expedida por el M.S.P y B.S, como fabricante, importador, representante o distribuidor de Dispositivos Médicos. Habilitación vigente de Servicio del Servicio Técnico de Equipos Médicos, emitido por el M.S.P Y B.S.</p> <p>Con respeto solicitamos no sean tenidas en cuenta estas condiciones para esta Contratación, dado que los equipos de laboratorio no son considerados equipos o dispositivos médicos y por lo tanto no poseen intervención del MSP Y BS, tanto en la importación y comercialización, como en la Asistencia Técnica. Los equipos solicitados son también en su mayoría de uso comercial e industrial. Además obra en nuestro poder una nota de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, la cual indica que un equipo como la Cabina de Bioseguridad ( equipo de laboratorio) no es equipo o dispositivo médico. Dicha nota podemos hacerla llegar a uds. por el medio que nos indiquen.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2020
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adenda correspondiente en el SICP.		

### Consulta 2 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2020
Solicitamos a la convocante aumentar, de ser posible, los plazos de entrega de los items a 60 días hábiles desde la recepción de la orden de compra, a fin de poder ofertar una mayor cantidad de items, ya que la totalidad de los equipos solicitados son importados y en caso de no disponer en stock, el tiempo de respuesta actual (Pandemia Covid-19) de los fabricantes, el transporte y los trámites de despacho, excede el plazo solicitado por la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2020
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 2 - Item Nº 4 - Espectrofotometro

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2020
Favor indicar más especificaciones que definan el equipo solicitado, como por ejemplo rango de uso, ancho de banda espectral, fuentes de luz, etc		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2020
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 3 - ITEM 1 -Agitador de tubos para laboratorio- Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2020
Se podría aclarar la velocidad de rotación, atendiendo a que los agitadores de tubos no alcanzan la velocidad de 3000 rpm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2020
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 4 - ITEM 4 Y 5 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2020
Los Items 4 y 5 tienen los mismos códigos de catálogo pero tienen características técnicas diferentes, por lo tanto se solicita aclarar las EETT correctas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2020
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		