

## Consultas Realizadas

# Licitación 379480 - Adquisición de Productos e Instrumentales Químicos y de Laboratorio.

### Consulta 1 - ITEM 129 LEPTOSPIRA ENRIQUECIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
ITEM 129. LEPTOSPIRA ENRIQUECIMIENTO. Favor considerar para este ítem solo autorización de comercialización del distribuidor, dado que hace varios años no se puede adjudicar debido a que solicitan la cadena de autorización y no siempre es posible contar con eso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 2 - ITEM 77 Emulsion de huevos con telurito de potasio

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
ITEM 77 Emulsión de huevos con telurito de potasio. Favor considerar para este ítem vencimiento máximo 6 meses y entrega programada en base a la experiencia de uso. El suplemento posee como máximo 12 meses desde su fabricación por lo tanto es imposible que que llegue al país con mas de 8 meses de vencimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor Verificar Adenda N°3		

### Consulta 3 - 179 Telurito de Potasio

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
179 Telurito de Potasio. Favor considerar entrega con vencimiento máximo 8 meses. El suplemento Telurito de Potasio sale con 12 meses de vencimiento desde su fabricación y es imposible que llegue con mas de 8 meses al país.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar N°3.		

### Consulta 4 - 201 Columna para extracción en fase sólida

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
201 Columna para extracción en fase sólida. Favor considerar presentación mínima 30 u, para favorecer la mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 5 - ITEM 60 Columna para extracción en fase sólida

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
ITEM 60 Columna para extracción en fase sólida. Favor considerar presentación mínima 30 u, para así favorecer la participación de más proveedores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 6 - ITEM 270 Columna para extracción en fase sólida

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
ITEM 270 Columna para extracción en fase sólida. Favor considerar presentación mínima 30 u, para favorecer la mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 7 - ITEM 384 Medio de Intercambio Cationico - MCX. Intercambio cationico moderado

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
ITEM 384 Medio de Intercambio Cationico - MCX. Intercambio cationico moderado. Favor confirmar que lo requerido es para intercambio cationico moderado, dado que la referencia MCX aplica a intercambio cationico fuerte.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 8 - ITEM 221 Plomo Estándar

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
ITEM 221 Plomo Estándar. Se puede ofertar Estándar Plomo 1000 ug/mL en 5% Ac. Nitrico - Presentación: 100 mL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 9 - ITEM 222 Mercurio Sustancia Patron

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
ITEM 222 Mercurio Sustancia Patron. Se puede ofertar Estándar Mercurio 1000 ug/mL en 5% Ac. Nitrico - Presentación: 100 mL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 10 - ITEM 131 Listeria Suplemento Selectivo

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
ITEM 131 Listeria Suplemento Selectivo. Solicitan Moxalactam. Se puede ofertar Suplemento Selectivo Listeria Moxalactam 10 mg + Colistin Sulfato 5 mg?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.		

### Consulta 11 - ITEM 201 Columna para extracción en fase sólida

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
ITEM 201 Columna para extracción en fase sólida. Favor aclarar si precisan de 3mL o 6 mL, dado que en denominación dice 3 mL y en fórmula 6 mL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 12 - ITEM 214 Columna para extracción en fase sólida

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
ITEM 214 Columna para extracción en fase sólida. Favor considerar presentación mínima 30 , para favorecer la presentación de mayor numero de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 13 - ITEM 34 Cartucho para extracción en fase solida.

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
ITEM 34 Cartucho para extracción en fase solida. Favor considerar presentación mínima 30 u, para favorecer la presentación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 14 - ITEM 223 Arsenico Sustancia Patron.

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
ITEM 223 Arsenico Sustancia Patron. Se puede ofertar Estándar Arsenico 1000 ug/mL en 5% Ac. Nitrico - Presentación: 100 mL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 15 - ITEM 283 Cadmio Sustancia Patron.

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
ITEM 283 Cadmio Sustancia Patron. Se puede ofertar Estándar Cadmio 10 ug/mL en 2% Ac. Nitrico - Presentación: 100 mL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 16 - ITEM 284 Cobre Sustancia Patron.

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
ITEM 284 Cobre Sustancia Patron. Se puede ofertar Estándar Cobre 10 ug/mL en 2% Ac. Nitrico - Presentación: 100 mL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 17 - ITEM 415 Novobiocina

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
ITEM 415 Novobiocina. Favor considerar la presentación del suplemento en caja x 10 viales como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 18 - ITEM 464 Lamina portaobjeto

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
ITEM 464 Lamina portaobjeto. Favor considerar la medida de 25,0 X 75,0 mm a 25,4 x 76,2 mm, para favorecer la presentación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 19 - ITEM 473 Pinza para laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
ITEM 473 Pinza para laboratorio. Favor considerar medida de 10 a 15 cm, para favorecer la presentación de mayor numero de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		

### Consulta 20 - ITEM 545 Dimetilformamida p.a

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
ITEM 545 Dimetilformamida p.a. Favor ver si esta correcto el PM , dice el PBC 13,10, debería ser 73,09		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 21 - ITEM 612 Acido Nítrico p.a

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
ITEM 612 Acido Nítrico p.a. Favor considerar presentación mínima 1 L para favorecer la presentación de más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		

### Consulta 22 - ITEM 672 Tapón de goma -Tapón de goma para frascos de 5 ml

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
ITEM 672 Tapon de goma. Favor especificar diámetro interno de la boca del frasco.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 23 - ITEM 671 Sobretapa de aluminio

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
ITEM 671 Sobretapa de aluminio. Favor indicar diámetro externo de la boca del vial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 24 - ITEM 214: COLUMNA PARA EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2020
Es posible ofertar el producto en presentación de 30 unidades?. Favor considerar presentación mínima de 30 unidades de manera a dar oportunidad a más oferentes.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

## Consulta 25 - ITEM 614 e ITEM 615: Columna para Cromatografía Líquida

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2020
----------	-------------------	------------

Podrían por favor confirmar si se trata del mismo producto en ambos ítems.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
-----------	--------------------	------------

Efectivamente se trata del mismo producto, por error involuntario se repite, las cantidades siguen vigentes, 2 para el ítem 614 y 2 para el ítem 615.

## Consulta 26 - ITEM 213: BSTFA

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2020
----------	-------------------	------------

Se trata de un estándar?. Favor verificar la Denominación del producto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
-----------	--------------------	------------

Favor verificar Adenda N°3.

## Consulta 27 - Ítems 38; 39; 40; 41, 42; 43; 44, 45; 46;47; 48; 49; 51; Cepa de Referencia

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
----------	-------------------	------------

Solicita: "Presentación Tubo x 6hisopos como mínimo"

Consulta: Consulta: Se solicita considerar la posibilidad de cotizar: tubos x 5 pellets o un vial para 10 inoculo mínimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
-----------	--------------------	------------

Favor verificar Adenda N°3.

## Consulta 28 - Ítems 103; 105; 122; 123; 427

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
----------	-------------------	------------

Solicita: "compatibles con Equipo DUPONT BAX PCR SYSTEM"

Consulta: Considerar habilitar la posibilidad de ofertar alternativamente en estos ítems reactivos no compatibles con Dupont; reactivos validados por AOAC poniendo a disposicion de la convocante el equipamiento necesario para el desarrollo de la técnica con software y metodología PCR de última generación. Así mismo todos caldos, los suplementos e insumos necesarios

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
-----------	--------------------	------------

Favor verificar Adenda N°3.

## Consulta 29 - Ítems 112; 115; 117; 119; 120; 127; 200; 517; Kit para detección de Anticuerpos.

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
<p>Solicita: "Con instalación de software actualizados y compatibles con los Lectores de Microplacas de la Marca HUMAN y TERMO SCIENTIFIC MULTISKAN FC"</p> <p>Consulta: Considerando que los software no son compatibles con la marca Human y una gran mayoría con Thermo, Se solicita la posibilidad de cotizar instalando en préstamo en el Servicio afectado un lector compatible con el software que acompaña al kit ofertado</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

## Consulta 30 - ITEMS 38 AL 51

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
En los items 38 al 51 mencionan las siglas ATCC, se refiere a una marca específica?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
No se refiere a ninguna marca específica. Se utiliza las siglas ATCC "American Type Culture Collection" como referencia para la identificación correcta de las Cepas requeridas. Si existe en el mundo otros bancos de Cepas con otros números o códigos, podrán ofertar cumpliendo las especificaciones técnicas de cada cepa requerida en el PBC.		

## Consulta 31 - Ítems 517; Kit para detección de Anticuerpos.

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
<p>Solicita: "Con instalacion de software actualizados y compatibles con los Lectores de Microplacas de la Marca ALISEI - Radim,"</p> <p>Consulta: Considerando que Autoanalizador Alisei, es un Equipo analizador totalmente automatizado para procesar muestras por el método de Elisa, favor aclarar si se refiere que necesita que el proveedor tendrá su cargo configurar el instrumento marca Radim modelo Alisei, según el protocolo de la marca adjudicada</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
El oferente adjudicado deberá encargarse de la configuración del equipo, instalación del software actualizado y compatible con los Lectores de Microplacas de la Marca ALISEI - Radim, HUMAN y TERMO SCIENTIFIC, MULTISKAN FC, además de encargarse del entrenamiento respectivo a los técnicos del SENACSA, para el uso del reactivo.		

## Consulta 32 - Ítems 87 Formol

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
<p>Solicita: Formaldehido Solución 40%.</p> <p>Consulta: Se solicita si se permite Formaldehido Solución 37%.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor ajustarse a las Especificaciones técnicas del PBC.		

### Consulta 33 - Ítem 231 Agar Granulado

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
Solicita: Solicita Agar Granulado. Consulta: El producto Agar Granulado, Agente de solidificación para medios de cultivo marca Registrada de la marca Difco. Se solicita amablemente modificar "granulado" y se permita ofertar un Agar Purificado, Agente de solidificación para medios de cultivo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar N°3.		

### Consulta 34 - Ítems 254 Disco Identificación ONPG

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
Consulta: Favor aclarar si esta correcto la presentación solicitada de: "frasco x 500grm como mínimo". Usualmente este producto viene impregnado en discos en la presentación de "30 discos"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar N°3.		

### Consulta 35 - Ítems 253 Agar medio de cultivo para la ureasa

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
Consulta: Necesita que la oferta incluya suplementos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. No necesita suplementos.		

### Consulta 36 - Ítems 289; 290; 291; Antigeno Somático / Antisuero Polivalente de salmonella

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
Consulta: Favor aclarar si esta correcto la presentación solicitada de: "frasco x 25ml como mínimo". Usualmente este producto viene en presentación mínima de 1ml (40test)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3		

### Consulta 37 - Ítem 464

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
ÍTEM 464 Lamina portaobjeto. Favor considerar la medida de 226 x 76 mm para permitir la presentación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		



### Consulta 38 - Ítem 143 Microtubos cónicos de 2 mL

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice: Microtubos cónicos en polipropileno transparente, autoclavable. Tapón unido al tubo y tapa plana mate... a que se refiere con tapa mate, se puede cotizar con la tapa plana del mismo color del microtubo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
-----------	--------------------	------------

Favor verificar N°3.

### Consulta 39 - Ítems 413 Test para identificación de staphylococcus

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
----------	-------------------	------------

Consulta: Ya que este producto es un conjunto (kit) de reactivos en el cual el reactivo principal tiene 5ml. Se sugiere por tanto hacer referencia a la cantidad de test resultantes. La cantidad mínima sugerida seria de "kit x 50 test"

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
-----------	--------------------	------------

El ítem indicado es el N° 180. Favor verificar Adenda N°3.

### Consulta 40 - Ítems 540 Suplemento Colistina-Acido Nalidixico

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
----------	-------------------	------------

Ítems 540 Suplemento Colistina-Acido Nalidixico

Consulta: No queda claro que solicita para este ítem: requiere droga pura Acido Nalidixico 5grm. para usarlo como suplemento para medio o Suplemento Selectivo liofilizado constituido por colistina-acido nalidixico (caja x 10fcos.) en combinación para usarlo como suplemento de medios ej Columbia Agar .

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
-----------	--------------------	------------

Se requiere droga pura Ácido Nalidixico para medios de cultivo.

### Consulta 41 - Ítems 584 Pentafluorobenzoil 100ml

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
----------	-------------------	------------

Se permite cotizar 100gr?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

### Consulta 42 - Ítems 285; 387 Perfluorotributilamina PFTBA

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
----------	-------------------	------------

Se permite cotizar 500mg como minimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

### Consulta 43 - Ítems 538 Verde de Malaquita

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
----------	-------------------	------------

Consulta: Se permite cotizar Masa Molecular 364,92 g/mol?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

### Consulta 44 - Ítem 677 Kits Reactivo para Amplificación Genética

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
----------	-------------------	------------

Consulta: Solicitan Fast Polymerase DNA y Fast Universal , Desde que ambos son nombres comerciales y marca Registrada de Applied Biosystems ¿esto quiere decir que solo aceptan los kits de Applied Biosystems? Se puede ofrecer kits equivalentes con la misma composición pero cuyos componentes no lleven los nombres comerciales citados?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
-----------	--------------------	------------

Aceptaremos y evaluaremos ofertas cuyos reactivos y componentes cumplan con las Especificaciones Técnicas solicitadas. Podrán ofertar kits equivalentes con la misma composición que se ajusten a los protocolos validados en el laboratorio de Biología Molecular del SENACSA.

### Consulta 45 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
----------	-------------------	------------

La Convocante indica:

Dentro de los 60 (SESENTA) días calendarios, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato formalizado al proveedor.

Para poder acceder a cotizar una mayor cantidad de ítems se solicita reevaluar el plazo de entrega y de ser posible aumentarlo a 90 días calendarios ya que los productos solicitados son prácticamente todos de origen importado y los proveedores del exterior no responden con la celeridad solicitada, más ahora por el Pandemia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

### Consulta 46 - Ítem 207 - Jeringa para Pipetas

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
----------	-------------------	------------

En las Especificaciones Técnicas se indica:

Compatible con repetidora Thermo-Finnpipette Volumen de aspiración: 0.5 mL.

Se puede ofertar jeringuilla dispensadora de 1 ml?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

## Consulta 47 - Item 579 - Cepillo para limpieza de tubo mediano

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
<p>En las Especificaciones Técnicas se indica: Cepillos para lavar tubos. Medida aproximadas del cepillo: 6cm de diámetro total x 15cm de largo total</p> <p>Favor revisar las medidas del cepillo, porque un cepillo de 6cm de diámetro de cerda no es adecuado para lavar tubos medianos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

## Consulta 48 - Item 393 - Ansas calibradas

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
<p>En las Especificaciones Técnicas se indica: Asas fabricadas en poliestireno flexible. Esteriles por gamma. Tienen la particularidad de que son planas y el cuerpo del asa esta estriado para un mayor contacto al trabajar con guantes</p> <p>Favor indicar el volumen de las ansas que están necesitando</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
El ítem mencionado es el número 398. Favor verificar Adenda N°3.		

## Consulta 49 - Item 463 - Lamina cubreobjeto

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
<p>En las Especificaciones Técnicas se indica: Láminas cubre objetos medidas: 22x20mm</p> <p>Se pueden ofertar cubre objetos de 20 x 20 mm o 22 x 22 mm?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 50 - Item 404 - Ansa recta

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
<p>En las Especificaciones Técnicas se indica: ansa de platino</p> <p>Se pueden ofertar ansas de nicrom?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		

### Consulta 51 - Item 642 / 648 - Papel de filtro cualitativo

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
En las Especificaciones Técnicas de ambos ítems se indica: Papel de filtro cualitativo de filtrado rápido 300 mm ø  Se puede ofertar papel de filtro de 293mm de diámetro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		

### Consulta 52 - Item 692 - Bolsa Esteril para Toma de Muestra

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
En la Presentación se indica: Caja  Favor indicar caja por cuantas bolsas están necesitando.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
Favor verificar Adenda N°3.		

### Consulta 53 - Item 501 / 502 / 503 / 504 / 505 / 506 / 507 / 508 - Oligonucleotidos

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
En las Especificaciones Técnicas se indica: Secuencia a confirmar con la adjudicación  Favor aclarar si la contratante va a suministrar, para cada ítem de los referidos, la secuencia a sintetizar, al proveedor adjudicado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2020
La contratante proveerá al oferente adjudicado las secuencias a sintetizar.		

### Consulta 54 - ITEM 83 Filtro para Jeringa

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2020
Favor considerar presentación mínima 50 u, para favorecer la mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Las especificaciones técnicas fueron realizadas teniendo en cuenta las necesidades de la Institución.		

## Consulta 55 - ITEM 84 Filtro para Jeringa

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2020
----------	-------------------	------------

Favor considerar presentación mínima 50 u, para favorecer la mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Las especificaciones técnicas fueron realizadas teniendo en cuenta las necesidades de la Institución.

## Consulta 56 - Item 464

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2020
----------	-------------------	------------

ITEM 464 Lamina portaobjeto. Favor considerar la medida de 26x76 mm , para favorecer la presentación de mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Las especificaciones técnicas fueron realizadas teniendo en cuenta las necesidades de la Institución.