

Consultas Realizadas

Licitación 384369 - CVE Nº 80-20 CONTRATACION DE SERVICIO TERCERIZADO DE ANALISIS PARA COVID-19 SARS COV-2

Consulta 1 - Especificaciones tecnicas de los reactivos a ser utilizados

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
puede modificarse el enunciado Orf1ab para que el target del kit sea el gen Orf1 genéricamente, con el proposito de dar mayor participacion a kits que vienen con componentes es una región más específica del gen Orf1, al Orf1ab solicitada. Considerando que el PBS solicita el inserto del kit ofrecido la convocante podra corroborar las cualidades del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 2.		

Consulta 2 - planilla de datos garantizados

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
en el punto 11 de la Planilla de datos garantizados de los equipos, menciona "Se debe presentar Certificado de Registro del Reactivo emitido por el MSPYBS". Consulta 1) que los reactivos no tiene registro en el Paraguay. Suponemos que solicita un certificado del Lab Central de Salud Publica y Bienestar Social que el reactivo tiene permiso de comercializacion y fue inscripto para tal efecto. 2) que dicho requisito deberia encontrarse en la Planilla de Datos garantizados del Reactivo. Eventualmente aclaramos que DINAUSA emite Registro para Dispositivos y equipos medicos criticos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2020
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 2.		