

Consultas Realizadas

Licitación 385582 - Adquisición de Sillas de Ruedas

Consulta 1 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
En el pliego de bases y condiciones, en el apartado especificaciones técnicas, solicitan "Silla de ruedas con ruedas traseras macizas..." Considerando que: las ruedas inflables traseras son factibles en cuanto a mantenimiento y puesta en funcionamiento , ya que la cámara y cubierta pueden ser adquiridas en cualquier casa de repuesto en caso de que sufra algún desperfecto, Solicitamos que: La convocante permita ofertar silla de ruedas con ruedas traseras inflables.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-09-2020
En respuesta a la solicitud, consideramos no factible dicha solicitud, razón por la cual, sillas de ruedas con cubiertas macizas son libre de mantenimientos y en este caso pueden ser guardadas en stock por un tiempo indeterminado, comparadas a sillas de ruedas con cubiertas inflables que pueden dañarse y dejar al paciente o usuario de condiciones especiales muchas veces sin dicha silla de ruedas por desperfecto, lo cual puede generar un futuro costo institucional y un otro gasto al Estado Paraguayo.		