

Consultas Realizadas

Licitación 391318 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA 35 INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE.

Consulta 1 - PLAN DE ENTREGA

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-09-2021 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita amablemente a la convocante aumentar el plazo de entrega a 30 días corridos desde la recepción de la orden de compra. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 01-10-2021 |
|---|--------------------|------------|
| Al respecto se solicita ajustarse al PBC. | | |

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ítem 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-09-2021 |
|---|-------------------|------------|
| Ítem 1: Se solicita a la convocante aceptar portaobjetos en presentación de caja x 50 unidades. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 01-10-2021 |
|---|--------------------|------------|
| Al respecto se solicita ajustarse al PBC. | | |

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ítem 2

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-09-2021 |
|---|-------------------|------------|
| Ítem 2: Se solicita a la convocante aceptar cubreobjetos de 24 x 32 mm. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 01-10-2021 |
|---|--------------------|------------|
| Al respecto se solicita ajustarse al PBC. | | |

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ítem 8

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-09-2021 |
|---|-------------------|------------|
| Ítem 8: Se solicita a la convocante aclarar el rango de las tiras reactivas de papel indicador de pH. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 01-10-2021 |
|------------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda N° 1. | | |

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ítem 15

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-09-2021 |
|---|-------------------|------------|
| Ítem 15: Se solicita a la convocante aclarar la presentación de la cinta de magnesio, ya que solo se menciona "frasco". | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 01-10-2021 |
|------------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda N° 1. | | |

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ítem 20

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-09-2021 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Ítem 20: Se solicita a la convocante aclarar la presentación de la cinta de magnesio, ya que solo se menciona "frasco".

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 01-10-2021 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

EL ITEM 20 HACE REFERENCIA AL ACEITE DE INMERSION.
EN EL CASO DEL ACEITE DE INMERSION LA PRESENTACION DEBE SER EN FRASCOS DE 100ML.