

Consultas Realizadas

Licitación 395593 - ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, CAMILLAS Y PERFORADORAS A BATERÍA

Consulta 1 - Item 3 Taladro traumatologico

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2021
item 3 Taladro Traumatologico, solicitamos a la convocante aclarar el uso del taladro por que verificando las especificaciones tecnicas corresponde a un taladro de uso domestico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-04-2021
Un taladro que cumpla con las especificaciones técnica requerida en la Carta de Invitación.		

Consulta 2 - Item 1 - Silla de ruedas

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2021
Item 1 - Silla de ruedas Donde dice: Estructura galvanizada o de acero inoxidable. Solicitamos amablemente al convocante la posibilidad de cotizar: Estructura galvanizada o de acero inoxidable o esmaltada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-04-2021
Adjuntarse a las especificaciones Técnica de la Carta de Invitación		

Consulta 3 - Item 1 - Silla de ruedas

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2021
Item 1 - Silla de ruedas Donde dice: Altura del asiento 50cm +-2cm. Solicitamos al convocante posibilidad de cotizar: Altura del asiento 45cm +-2cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-04-2021
Ajustarse a las especificaciones Técnica de la Carta de Invitación		

Consulta 4 - Item 2 - Camillas con ruedas

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2021
Item 2 - Camillas con ruedas Donde dice: Estructura metálica en acero tubular Solicitamos al convocante la posibilidad de cotizar: Estructura metálica en acero tubular o caño cuadrado. La sugerencia es con el fin de que la convocante reciba un bien de mayor resistencia y soporte en el uso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-04-2021
Ajustarse a las Especificaciones Técnica de la Carta de Invitación		

Consulta 5 - Item 2 - Camillas con ruedas

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2021
Item 2 - Camillas con ruedas Donde dice: Medidas: 2,10m x 0,60m x 0,85m Solicitamos al convocante la posibilidad de cotizar: Medidas: 2,10m x 0,60m x 0,85m con rango de variación de +-5cm		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-04-2021
Ajustarse a las especificaciones Técnica de la Carta de Invitación.		