

## Consultas Realizadas

### Licitación 402477 - Adquisición de máquina de hemodiálisis

#### Consulta 1 - Especificaciones Punto 3.7 - Bateria

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2021
En este punto dice Bateria de respaldo (autonomía de 30 min) como mínimo. Solicitamos que la autonomia de la bateria de respaldo sea de 15min com minimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2021
Se considerarán ofertas que presenten máquinas de hemodialisis con autonomía de respaldo de 15 min. como mínimo		

#### Consulta 2 - Especificaciones Punto 3.5 - Perfiles

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2021
En este punto dice: Perfiles de Ultrafiltración, Sodio y Bicarbonato con gráficas modificables para crear nuevos perfiles. Solicitamos Diga: Perfil de Ultrafiltracion programable, Perfil de concentración de Sodio Programable, Perfil de concentración de Bicarbonato Programable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2021
Se puede colocar Perfil de Ultrafiltración programable, Perfil de concentración de Sodio Programable, Perfil de concentración de Bicarbonato Programable		

#### Consulta 3 - Especificaciones Punto 9.3 Consumo

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2021
En este punto dice: Consumo 2.2 KVA Solicitamos diga: Consumo 2.2 KVA y/o consumo de 9A (a 230V)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2021
Las ofertas con estas especificaciones serán consideradas válidas: Consumo 2.2 KVA y/o consumo de 9A (a 230V) como mínimo		

#### Consulta 4 - Especificaciones Punto 3.3 - Función de historial

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2021
En este punto dice: Función de historial (1000 eventos) como mínimo Solicitamos que este punto solicitado no sea excluyente ya que solo una marca tiene la funcion y la licitacion estaria totalmente dirigida a esa empresa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2021
Este punto no será considerado excluyente al momento de la evaluación de tal modo a evitar que este llamado este dirigido a una sola marca, tal como se manifiesta en la consulta.		

## Consulta 5 - Especificaciones Punto 3.1 - Pantalla

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2021
En este punto dice: Pantalla LCD a color de 12 pulgadas Solicitamos diga: Pantalla LCD a color de 10 pulgadas como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2021
Seran consideradas como válidas las ofertas que presenten: Pantalla LCD a color de 10 pulgadas como mínimo		

## Consulta 6 - Especificaciones Punto 3.2 Pantalla Touchscreen

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2021
En este punto solicitan: Pantalla Touchscreen Solicitamos sea opcional no excluyente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2021
En este punto ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el proceso		