

## Consultas Realizadas

# Licitación 405014 - MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2022

### Consulta 1 - Experiencia

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta | 18-01-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Se solicita a la convocante suprimir del requisito de experiencia la palabra "para hemodialisis" y que el pedido de experiencia quede de la siguiente manera: "Demostrar experiencia en montaje o provisión de mantenimiento preventivo y/o correctivo de plantas de tratamiento de agua con facturaciones..."</p> <p>Con esto se dará posibilidad a que otras empresas dentro del rubro puedan ofertar y participar dando cumplimiento a la ley 2051/03 de contrataciones públicas.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 20-01-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Deberá ajustarse a lo establecido en el PBC, en virtud de la complejidad y responsabilidad requerida por el fabricante de los dispositivos biomédicos en los que interviene el uso de esta agua producto, y que a su vez representa un riesgo de vida para el paciente que se somete a tratamiento de Hemodiálisis.</p> |                    |            |

### Consulta 2 - Experiencia

| Consulta                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 18-01-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Es posible incluir en la experiencia la provisión de equipos de tratamiento de agua para industria farmacéutica y /o alimenticias que tienen mayor exigencia en cuanto a la calidad de agua producida?</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Deberá ajustarse a lo establecido en el PBC, en virtud de la complejidad y responsabilidad requerida por el fabricante de los dispositivos biomédicos en los que interviene el uso de esta agua producto, y que a su vez representa un riesgo de vida para el paciente que se somete a tratamiento hemodiálisis.</p> |                    |            |

### Consulta 3 - Experiencia

| Consulta                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 18-01-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Existe alguna razón para que los equipos que realizan la misma función, vendidos hasta el presente, no sean tenidos en cuenta?</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 20-01-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Deberá ajustarse a lo establecido en el PBC, en virtud y salvaguarda del equipo biomédico involucrado, y la seguridad de los pacientes tratados con el mismo.</p> |                    |            |