

Consultas Realizadas

Licitación 406092 - ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO

Consulta 1 - TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
Donde indican: tiempo de entrega de 30 días hábiles, solicitamos respetuosamente ampliar este tiempo de entrega a 60 días hábiles desde la recepción de la orden de compra		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
El plazo de entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones es en base a la necesidad del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
DONDE SOLICITAN: Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 23" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior. SOLICITAMOS permitan cotizar equipos con pantallas LED o LCD de 21" de manera a dar mayor participación, y además no hace a una diferencia importante en la prestación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
DONDE SOLICITAN: Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo. SOLICITAMOS permitan cotizar equipos con pantalla táctil de 13" pulgadas de manera a dar mayor participación y más cotizaciones de ofertas, además no hace mucha diferencia en la medida y en la prestación del equipo, sino más bien van atadas a especificaciones de cada fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente adecuarse a los solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Botones editables para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales. SOLICITAMOS respetuosamente, no dirigir a equipos con especificaciones que solo cumple la marca Mindray con su modelo DC-80A, favor considerar este punto como OPCIONAL de manera a dar mayor participación y más ofertas a evaluar. Además esta especificación no hace a una mayor prestación al paciente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Se admitirán al menos 6 Botones programables para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 1 TB. SOLICITAMOS permitan cotizar equipos con almacenamiento en SSD y/o HDD de un 1TB, para dar mayor participación y más ofertas a evaluar, atendiendo que se están diferenciando solo en el tipo de tecnología, la capacidad solicitada es siempre la misma de 1TB.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Serán admitidos equipos con Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 512GB. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Sistema Operativo Windows 10. SOLICITAMOS respetuosamente, no limitar la participación estableciendo marcas para los tipos de sistemas operativos. Cada fabricante, opta por uno u otro sistema operativo, esto no hace a una mejor prestación y manejo del equipo, por lo que solicitamos esta especificación como sigue: "Sistema Operativo Windows 10 o Linux u otro sistema operativo según cada fabricante"

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Se aceptarán sistemas operativos nativos de origen, según cada fabricante, de preferencia Windows 10. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Software de examinación automática de corazón fetal basada en tecnología de navegación inteligente. SOLICITAMOS respetuosamente no dirigir las especificaciones a la marca Mindray, Modelo DC-80A, y más llamativo aún es que solicitan el software y no el transductor, evidenciando el direccionamiento del llamado. Solcitamos que este punto sea considerado como OPCIONAL de manera a no llegar a una protesta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Se modifica por: Software de examinación de corazón fetal basada en tecnología de navegación inteligente. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Software de medición automática de translucencia Intracraneal. SOLICITAMOS respetuosamente, considerar esta especificación de la siguiente manera: "Software de medición automática y/o manual de translucencia Intracraneal", de manera a dar mayor participación y no dirigir el llamado a una sola marca y modelo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Se modifica por: Software de medición de translucencia Intracraneal. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Software de visualización avanzada de información morfológica con flujo hemodinámico. SOLICITAMOS respetuosamente considerar este punto como OPCIONAL, ya que la misma solo direcciona a la marca Mindray Modelo DC-80A, y además ni siquiera se solicita el transductor correspondiente para la aplicación de este software lo que deja al descubierto el direccionamiento

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Existen varias marcas con estas opciones, en las líneas de gamas superiores de equipos, que es el perfil requerido. Se solicita al Oferente adecuarse a los solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: 01 Transductor convexo volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2-8 MHz o superior. SOLICITAMOS respetuosamente no direccionar las características de los transductores a una marca Mindray, y al modelo DC-80A, por lo que solicitamos permitan cotizar equipos con transductores convexo volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2-7 Mhz, como se podrá notar la diferencia es mínima y permitiría mayor participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Se modifica por: 01 Transductor convexo volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2-6 MHz o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 11 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas, sugerimos disminuir a 13 pulgadas como mínimo para mayor participación de oferentes, 2 pulgadas más en tamaño del touch no determina la calidad del equipo, lo importante es la utilidad que pueda tener

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente adecuarse a los solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 12 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
Donde dice rango dinamico de 240 db o superior , sugerimos solicitar rango dinámico mínimo de 360 db o superior dado que por todas las opciones que se esta solicitando. 240 db es un rango insuficiente para obtener la calidad de imagen necesaria, especialmente con la resolucion de imagen en pacientes obesos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
Dicha especificación es acorde a la necesidad solicitada por los profesionales médicos, y a fin de permitir el acceso a mayor cantidad de participantes. Se solicita al Oferente adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - suministros requeridos - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
Donde dice 5 puertos para conexion de transductores, solicitamos que modifivar por 4 puertos para transductores dado, considerando que estan solicitando 4 transductores y tambien para mayor participacion de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
Se admitirán 4 (Cuatro) puertos activos como mínimo para conexión de transductores. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

Consulta 14 - ITEM 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
Donde dice puertos USB para conexion de perifericos al menos 6, sugerimos disminuir a 4 para mayor participacion de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
Puertos USB para conexión de periféricos al menos 4. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

Consulta 15 - ITEM 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
Donde dice profundidad a 40 cm, solicitamos profundidad superior a 50 cm para que este acorde a la calidad del equipo solicitado, una profundidad inferior determina la calidad de penetracion del haz de ultrasonido especialmente en pacientes obesos, poblacion mayoritaria del paraguay		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
Dicha especificación es acorde a la necesidad del hospital y a fin de permitir el acceso a mayor cantidad de participantes. Se solicita al Oferente adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 16 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
Donde dice puertos USB para conexion de perifericos al menos 6, sugerimos disminuir a 4 para mayor participacion de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
Puertos USB para conexión de periféricos al menos 4. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

Consulta 17 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice transductor convexo con rango de frecuencia de 2 a 8 Mhz con campo de apertura de 70, sugerimos con rango de frecuencia a partir de 1 a 7 , ya que llegando a 1 Mhz optimizara la profundidad de los haces de ultrasonido, solicitamos campo de apertura a paratir de 66 para mayor participacion de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Se admitirá Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 6 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 18 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice Batería incorporada con capacidad de 240 minutos, sugerimos disminuir a 40 minutos de escaneo

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Se admitirá Batería incorporada con capacidad de 120 minutos para scaneo continuo y 12 horas en modo de espera. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 19 - REQUISITOS PARA EVALUAR LA CAPACIDAD FINANCIERA y DOCUMENTOS PARA EVALUAR EL CRITERIO

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
----------	-------------------	------------

El PBC establece: // AÑOS 2018-2019-2020//
Se sugiere a la Convocante el cierre del ejercicio fiscal 2021 para la acreditación de capacidad financiera. -

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2021 aún no han sido presentados ante la SET por el plazo establecido en las reglamentaciones tributarias.

Consulta 20 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
----------	-------------------	------------

El PBC establece: Existencia Legal de por lo menos 3 (tres) años de antigüedad.
Demostrar haber suministrado satisfactoriamente equipos médicos para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2019, 2020 y 2021) en un porcentaje equivalente del 50% del monto total ofertado.
Se solicita la corrección pues menciona cómo últimos tres años 2018-2019-2020; y debería ser 2019-2020-2021.-
Además se solicita aclaración si será en sumatoria de los últimos 3 años, o en cualquiera de los últimos tres años siempre que en sumatoria alcancen el porcentaje requerido.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Con relación a los tres últimos años se puede ver en la segunda versión del PBC se solicita de los años 2019-2020-2021. Además, se aclara que podrá ser cualquiera de los últimos tres años, siempre que en sumatoria alcancen el porcentaje requerido.

Consulta 21 - Documentos para solicitar el pago

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
----------	-------------------	------------

Se consulta a la Convocante la posibilidad de contemplar la Constancia SIPE para acreditar las documentaciones solicitadas para el pago, siempre y cuando estas se encuentren en estado Activo o Histórico conforme lo establece la Res. DNCP N° 1993/2018.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

La Constancia de SIPE es un documento válido para los procesos de contratación o administrativo como lo establece la Res. DNCP N° 1993/2018, por lo tanto, se podrá adjuntar la constancia de SIPE con las solicitudes de pagos correspondientes.

Consulta 22 - Porcentaje de multa:

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
----------	-------------------	------------

Favor reducir el porcentaje de multas por día de atraso a 0,01 %.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

El porcentaje de multas es a fin de garantizar que los bienes requeridos sean realizados de manera oportuna y evitar demoras en la entrega del bien durante la ejecución del contrato. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 23 - Solicitud de pago de anticipo.-

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita a la Convocante contemplar el pago de anticipo del 20% teniendo en cuenta el monto del contrato y el plazo para la entrega de los bienes.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

No se va a otorgar anticipos. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 24 - Plazo de Reposición de Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
----------	-------------------	------------

El PBC establece: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 10 (diez) días hábiles contados a partir de la comunicación del rechazo:

Solicitamos amablemente a la convocante:

- Considerar 15 días hábiles, tiempo real en el que se pueden realizar las gestiones de importación de piezas, flete aéreo y despacho, considerando que todos los repuestos son importados únicamente de origen, ya que los mismos deben ser originales y con la garantía del Fabricante.

- Reemplazar la frase de comunicación del rechazo por contados a partir de la notificación del inconveniente presentado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, el bien objeto de la licitación será utilizado en el servicio de ecografía del hospital que tiene una gran cantidad de pacientes que acuden para los estudios, el plazo solicitado se base en la necesidad del hospital.

Consulta 25 - Periodo de validez de la Garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
<p>El PBC establece: El periodo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente: 3 (tres) años como mínimo</p> <p>Solicitamos a la convocante:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Excluir los transductores ya que los mismos son considerados como materiales de desgastes y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante.2. Aclarar que la garantía no incluye los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgastes natural.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, el periodo de validez de la Garantía de los bienes solicitados es a fin de garantizar la compra y brindar tranquilidad a todos los asegurados del hospital, y de los médicos que van a utilizar el equipo. Además, cabe aclarar que la garantía requerida no incluye los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización y golpes, sino por desperfectos de fabrica que pudiera sufrir el equipo por el periodo mínimo requerido.</p>		

Consulta 26 - Suministros requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
<p>El PBC menciona: recepción definitiva: El bien entregado será objeto de revisión por parte de la Convocante, y ante la satisfacción de los controles realizados, se labrara ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA del bien entregado en un plazo mínimo de 30 (treinta) días. Una vez entregado todos los bienes adjudicados, el oferente deberá solicitar la emisión de la CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, nota mediante acompañado de la documentación que demuestre el cumplimiento.</p> <p>Se solicita a la convocante que el Acta de recepción definitiva sea labrada al momento de la entrega del equipo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, la documentación requerida es fin de certificar la entrega efectiva y definitiva del bien objeto de la licitación.</p>		

Consulta 27 - Suministros requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
<p>El PBC menciona: Servicio técnico: El Oferente deberá incluir en su garantía, la realización de mantenimientos periódicos preventivos según protocolo del fabricante. Deberá incluir los materiales, insumos y repuestos sin costo para la convocante, durante el periodo de la garantía. Si la reparación del bien adjudicado requiere un tiempo mayor a 72 horas, el oferente deberá entregar en carácter de préstamo sin costo para la convocante, de un equipo similar o superior, mientras dure la reparación del equipo retirado. Si el equipo entregado resultare afectado por falta de mantenimiento preventivo según protocolo y durante la garantía, el oferente será responsable de la reparación y/o sustitución del mismo, sin costo para la Convocante.</p> <p>Se solicita a la convocante, excluir este apartado del PBC, ya que en el caso de que el equipo precise de repuestos para su reparación, el plazo debe regirse por el Plazo de Reposición de Bienes, la cual se contradice al plazo mencionado de 72 horas. Así también el hecho de contar con otro equipo de similares características en stock, implicaría un costo adicional que encarecería el precio final del equipo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones. La garantía en cuanto a servicio técnico solicitado es fundamental, teniendo en cuenta que es un hospital y no se puede cancelar estudios que vienen de carácter de urgencia, en el caso que no funcione el equipo por falta de asistencia técnica.</p>		

Consulta 28 - Visita al sitio de Ejecución de Contrato

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
----------	-------------------	------------

en el Pliego de Bases y Condiciones se indica que las visitas al sitio NO APLICAN
En base a las características del equipo solicitado y la importancia de que el sitio de instalación cumpla con las condiciones eléctricas que permitan el correcto funcionamiento e instalación. Solicitamos a la convocante detallar la sala designada para el equipo e incluir la realización de una visita de verificación. Así también permitirá determinar los costos para las adecuaciones estructurales necesarias.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

No aplica la Visita Técnica, teniendo en cuenta que el equipo requerido no requiere de una instalación especializado ni altera partes edilicias. Además, el bien requerido se va a instalar en la misma sala de ecografía del hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 29 - Suministros requeridos - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 23"(pulgadas), medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior. Solicitamos diga: Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 21"(pulgadas), medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° para dar mayor participación a los oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 30 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Pantalla táctil de 13 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo, solicitamos permita ofertar equipos con Pantalla táctil de 10 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo, esto no repercutirá en la capacidad de diagnóstico del equipo y permitirá una mayor participación de oferentes traduciéndose en mejores precios para la convocante

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 31 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
----------	-------------------	------------

Donde Dice Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 23" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior. Solicitamos a la convocante No direccionar hacia la marca Mindray con su Equipo Resona i9,y dejar cotizar equipos de Pantalla de 21" pulgadas como mínimo, así de esta forma podra tener mayor cantidad de oferentes potenciales

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 32 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
<p>Donde dice, Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo; Solicitamos muy amablemente a la convocante que este requerimiento quede da la siguiente manera Pantalla táctil de alta sensibilidad de 12" pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo. Así de esta la convocante No estaría dirigiendo a equipos representados por la empresa DEZETA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 33 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
<p>Donde dice Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 1 TB. Solicitamos a la convocante dejar cotizar equipos de 512 GB, este requerimiento no afectaría en nada a la calidad de imagen y rendimiento del equipo y reiteramos a la convocante no dirigir hacia una marca de equipo contradiciendo a La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Artículo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA</p> <p>Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>Serán admitidos equipos con discos SSD con capacidad de 512GB. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

Consulta 34 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
<p>Donde dice Puertos USB para conexión de periféricos al menos 6. Solicitamos a la convocante dejar este punto de la siguiente manera "Puertos USB para conexión de periféricos". De forma podra tener mayor cantidad de oferentes. Y no estaria la convocante contradiciendo a La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS en su Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES en el Inciso B) menciona lo siguiente; b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>Puertos USB para conexión de periféricos al menos 4. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

Consulta 35 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
<p>En el punto donde dice Al menos 40.000.000 de canales de procesamiento. Solicitamos a la convocante dejar cotizar de al menos con 4 millones de canales de procesamiento totalmente digitales, de esta forma la convocante no estaría dirigiendo a una sola Marca de equipo que sería Mindray con su modelo Resona i9. Por lo expresado solicitamos a la convocante modifiquen este requerimiento</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>Existen varias marcas con estas opciones, en las líneas de gamas superiores de equipos, que es el perfil requerido por el hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 36 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
<p>Donde dice 5 (cinco) puertos activos, solicitamos permita ofertar equipos con 4 (cuatro) puertos activos, considerando que solo solicitan 4 transductores</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>Para la conexión de transductores considerar 4 puertos activos o mas. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

Consulta 37 - Suministros requeridos - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
<p>Donde dice Puertos USB para conexión de periféricos al menos 6, solicitamos diga Puertos USB para conexión de periféricos al menos 4</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>Puertos USB para conexión de periféricos al menos 4. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

Consulta 38 - Especificaciones Técnicas. Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
<p>Solicitan Al menos 40.000.000 de canales de procesamiento, solicitamos permita ofertar equipos con al menos 40.000.000 de canales de procesamiento,</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>Existen varias marcas con estas opciones, en las líneas de gamas superiores de equipos, que es el perfil requerido. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 39 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
<p>Donde dice: Software para grabación de estudio en simultaneo, solicitamos que este punto sea opcional</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 40 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice Transductor convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 8 Mhz con campo de apertura de al menos 70° o superior, solicitamos diga: Transductor convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 8 Mhz con campo de apertura de al menos 63° o superior,

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Se admitirá Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 6 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 41 - Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice Transductor lineal con rango de frecuencia de al menos 3-13Mhz, solicitamos diga Transductor lineal con rango de frecuencia de al menos 4-13Mhz

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Se necesita Transductor lineal de amplio espectro, para un mejor diagnostico a pacientes con antecedentes de diversas patologías. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 42 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TECNICA.

a) En caso de representante o distribuidor presentar una carta del fabricante del producto debidamente firmada por una autoridad del mismo, deberán estar en idioma español o en su caso traducido por traductor público matriculado Solicitamos agregar que este documento debe estar apostillado o consularizado en el país de origen e inscripto en el Registro Público de Comercio

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, el PBC estable que la oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

Consulta 43 - Especificaciones Técnicas. Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice Rango dinámico de al menos 240 dB o superior, recomendamos solicitar Rango dinámico de al menos 350 dB o superior,
Teniendo en cuenta los softwares especiales solicitados un Rango Dinámico de 240 es insuficiente

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Dicha especificación es acorde a la necesidad solicitada por los profesionales médicos, y a fin de permitir el acceso a mayor cantidad de participantes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 44 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan: Garantía: 36 meses como mínimo
Considerando que por lo general la garantía del fabricante es de 12 meses, solicitamos disminuir este requerimiento a Garantía: 24 meses contra desperfectos de fabricación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, el periodo de validez de la Garantía de los bienes solicitado es a fin de garantizar la compra y brindar tranquilidad a todos los asegurados del hospital, y de los médicos que van a utilizar el equipo. Además, cabe aclarar que la garantía requerida no incluye los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización y golpes, sino por desperfectos de fabrica que pudiera sufrir el equipo por el periodo mínimo requerido.

Consulta 45 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan: Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo.
- Solicitamos permitan cotizar equipos con pantalla táctil de 10 pulgadas como mínimo integrada a la consola del equipo para acceso a las principales funciones del equipo, que permita manipular las rotaciones del volumen 3D/4D sobre el touch screen, realizar rotaciones, magnificación y edición de la imagen, Permitiendo incrementar la productividad del procesamiento de los volúmenes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 46 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan: Botones editables para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales.
De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos modificar este requerimiento por: Al menos 6 Botones físicos programables por el usuario para las preferencias de documentación: Guardar, Enviar DICOM, Imprimir, Comprobar, Longitud de cine, jpeg, etc

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Se admitirán al menos 6 Botones programables para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 47 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitan: Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 1 TB. De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos modificar este requerimiento por: Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD o HDD de al menos 500 GB.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Serán admitidos equipos con Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 512GB. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 48 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitan: Rango dinámico de al menos 240 dB o superior
Considerando que este parámetro esta relacionado con la calidad de imágenes y debe permitir al usuario la variación del mismo de acuerdo al tipo de estudio a realizar sugerimos soliciten Rango dinámico de al menos 260 dB o superior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Dicha especificación es acorde a la necesidad solicitada por los profesionales médicos, y a fin de permitir el acceso a mayor cantidad de participantes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 49 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitan: 5 (Cinco) puertos activos como mínimo para conexión de transductores.
De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos modificar este requerimiento por: 4 (Cuatro) puertos activos para conexión de transductores.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Se admitirán 4 (Cuatro) puertos activos como mínimo para conexión de transductores. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 50 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitan: Puertos USB para conexión de periféricos al menos 6. De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos modificar este requerimiento por: Puertos USB para conexión de periféricos al menos 5 (cinco).

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Puertos USB para conexión de periféricos al menos 4. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 51 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan: Al menos 40.000.000 de canales de procesamiento. De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos modificar este requerimiento por: Al menos 1.700.000 de canales de procesamiento

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Existen varias marcas con estas opciones, en las líneas de gamas superiores de equipos, que es el perfil requerido por el hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 52 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan: Modo Tríplex (B, Color, Doppler PW) en tiempo real en QUAD VIEW De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos modificar este requerimiento por: Modo Tríplex (B, Color, Doppler PW) en tiempo real.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Se admitirá : Modo Tríplex (B, Color, Doppler PW) en tiempo real y función de QUAD VIEW disponible para imágenes en revisión. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 53 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan: Modo Tríplex (B, Color, Doppler PW) en tiempo real en QUAD VIEW De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos modificar este requerimiento por: Modo Tríplex (B, Color, Doppler PW) en tiempo real.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Se admitirá: Modo Tríplex (B, Color, Doppler PW) en tiempo real y función de QUAD VIEW disponible para imágenes en revisión. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 54 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan: FSI (Imagen de espectro completo)
 FSI SOFTWARE PROPIEDAD DE LA MARCA SAMSUNG, - no pudiendo ser la misma utilizada por otros fabricantes.
 Por lo que solicitamos eliminar este requerimiento de manera a garantizar la libre competencia

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Se solicita software para el manejo de frecuencias fundamentales y armónicas. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 55 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
<p>Solicitan: Software de navegación inteligente que proporciona mediciones automáticas del cerebro fetal a través vistas transversales del cerebro fetal STIC</p> <p>Sugerimos modificar este requerimiento por: - Software para la adquisición y evaluación del corazón fetal STIC. (Adquisición bidimensional y doppler color)</p> <p>Herramienta que genera automáticamente los planes de corazón fetal axiales y sagitales a partir de la adquisición de STIC. Paquete de medidas para la evaluación de corazón fetal Z-Score. Y graficas de percentil para Vmax Aorta, Vmax Pulmonar, Relación E/A Mitral, Relación E/A Tricuspid e índice de TEI.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>Esta herramienta otorgará mayor respaldo al profesional médico en el momento de la evaluación al paciente. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 56 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
<p>Solicitan: Software de medición automática de tiroides -Software de medición automática de mamas De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes solicitamos eliminar este requerimiento.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>Se solicita el Software de medición de tiroides y mamas, de preferencia automáticos a fin de lograr una mayor productividad. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

Consulta 57 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
<p>Solicitan: Asistente para biometría automática</p> <p>Sugerimos modificar este requerimiento por: - Herramienta que permita la medición automática de las estructuras básicas de Obstetricia para generación de peso fetal (DBP, CC, CA, FL y HL), de manera a evitar ambigüedad en la interpretación del requerimiento solicitado</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 58 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
<p>Solicitan: Imagen 3D/4D/ 5D en tiempo real e imágenes realistas con direccionador de fuente de luz seleccionable por el usuario.</p> <p>5D en tiempo real Es nombre comercial DE LA MARCA SAMSUNG,. Por lo que solicitamos modificar este requerimiento por: Imagen 3D/4D con cambios de iluminación desde fuente ajustable, de manera a garantizar la libre competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>Imagen 3D/4D en tiempo real e imágenes realistas con direccionador de fuente de luz seleccionable por el usuario. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

Consulta 59 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
----------	-------------------	------------

Sugerimos soliciten:

Imagen de visión extendida o ampliada en modo 2Den transductores lineales y curvos para realizar observaciones y mediciones de secciones anatómicas cuyo tamaño cuyo tamaño supere la pantalla normal.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Solicitamos visión extendida o ampliada, para realizar observaciones y mediciones cuyo tamaños supere la pantalla normal. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 60 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan: 01 Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 8 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior.

Sugerimos soliciten: 01 Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 5 MHz con campo de apertura de al menos 110° o superior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Se admitirá Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 6 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 61 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan: 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3-13 MHz o superior

Sugerimos soliciten: 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 4-12 MHz o superior

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Se necesita Transductor lineal de amplio espectro, para un mejor diagnostico a pacientes con antecedentes de diversas patologías. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 62 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan: 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2 - 9 MHz o superior

Sugerimos soliciten: 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 4 - 9 MHz o superior con campo de apertura de al menos 179° o superior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

Se admitirá: 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 3 - 8 MHz o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 63 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Solicitan: Calentador de Gel integrado al equipo De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos eliminar este requerimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
Existen varias marcas con estas opciones, en las líneas de gamas superiores de equipos, que es el perfil requerido por el hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 64 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Solicitan: Batería incorporada al equipo con capacidad de 240 minutos para scaneo continuo, y 24 horas en modo de espera. De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos permitan cotizar equipos con Batería incorporada al equipo con capacidad de 20 minutos para escaneo continuo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
Se admitirá Batería incorporada con capacidad de 120 minutos para scaneo continuo y 12 horas en modo de espera. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

Consulta 65 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Donde dice La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra" solicitamos amablemente a la convocante cambiar a La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 75 (setenta y cinco) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra Teniendo en cuenta la situación logística global a la cual nos enfrentamos actualmente y que los equipos se fabrican una vez ingresada la orden de compra, para posteriormente ser importados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
El plazo de entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones es en base a la necesidad del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 66 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Donde dice "Monitor color LED o LCD de al menos 23" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior", solicitamos amablemente a la convocante ofertar equipos con "Monitor color LED o LCD de al menos 23" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 170° o superior" debido a que la diferencia es mínima y no afecta el desempeño del equipo, además de considerar que esta medida puede variar entre las diferentes marcas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 67 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el punto donde dice Software de medición automática de translucencia Intracraneal, solicitamos muy amablemente a la convocante Omitir automática, debido a que está dirigiendo a una marca de equipo, por lo que solicitamos este punto pueda quedar de la siguiente manera, Software de medición de translucencia Intracraneal.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Se modifica por: Software de medición de translucencia Intracraneal. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 68 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice Función de imagen: Derecha/Izquierda, Arriba/Abajo, división de pantalla en 2 (dos) y 4 (cuatro) imágenes Solicitamos a la convocante solicitar de manera opcional 4 (cuatro) imágenes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Dicha especificación es acorde a la necesidad solicitada por los profesionales médicos. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 69 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el punto donde dice 01 Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 8 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior, Solicitamos a la convocantes no dirigir a transductores de la Marca Mindray, debido a que solo ellos cumplirían con el requerimiento y se contradice a los establecido por la Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS en su Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES en el Inciso B) menciona lo siguiente; b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. por lo requerimos que modifiquen este punto y se puedan ofertar transductores convexos de 2 a 5 Mhz. de esta forma se tendrá mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Se admitirá Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 6 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 70 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3-13 MHz o superior, Solicitamos a la convocante dejar ofertar transductores de rango de frecuencia de 3 a 4 Mhz de esta forma se tendrá mayor cantidad de oferentes potenciales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Se necesita Transductor lineal de amplio espectro, para un mejor diagnostico a pacientes con antecedentes de diversas patologías. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 71 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice "Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo" Solicitamos amablemente a la convocante ofertar equipos con "Pantalla táctil de alta sensibilidad de 13 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo", debido a que la diferencia es mínima y no afecta el desempeño del equipo, permite igualmente, total acceso a las herramientas del menú, mediciones y funciones del equipo

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 72 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el punto donde dice Calentador de Gel integrado al equipo, Solicitamos a la convocante que este punto sea opcional no todos los fabricantes realizan esta característica diferenciadora que solo hace eliminar oferentes y ser dirigidas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Existen varias marcas con estas opciones, en las líneas de gamas superiores de equipos, que es el perfil requerido por el hospital. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 73 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2 - 9 MHz o superior, Solicitamos a la convocante permita cotizar transductores con frecuencia de 3 a 9 Mhz así de esta forma podrá tendrá mayor cantidad de oferentes potenciales

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Se admitirá 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 3 - 8 MHz o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 74 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el punto donde Software de medición automática de folículos mediante tecnología tridimensional, solicitamos a la convocante que omita el automático, y el punto quede de la siguiente manera, Software de medición de folículos .

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Se modifica por: Software de medición de folículos mediante tecnología tridimensional. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 75 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Donde dice "Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 1 TB" Solicitamos amablemente a la convocante ofertar equipos con " Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 500GB", ya que la capacidad de los discos varía ampliamente entre las diferentes marcas, esta diferencia no afecta el normal desempeño del equipo ni las funciones de almacenamiento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
Serán admitidos equipos con Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 512GB. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

Consulta 76 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Donde dice "Al menos 40.000.000 de canales de procesamiento", solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Al menos 8.800.000 de canales de procesamiento", ya que llama la atención el valor asignado a esta característica, que solo estarían cumpliendo marcas como Philips y Samsung, que basan sus canales en la tecnología que utilizan, pudiendo ser diferente en las otras marcas del mercado, sin que esto represente menor capacidad de procesamiento o calidad de imagen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
Existen varias marcas con estas opciones, en las líneas de gamas superiores de equipos, que es el perfil requerido por el hospital. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 77 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
En el punto donde dice Software de medición automática de tiroides, solicitamos muy amablemente a la convocante Omitir el pedido automático para que tenga mayor cantidad de oferentes y punto pueda quedar de la siguiente manera, Software de medición de tiroides		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
Se modifica Software de medición de tiroides y mamas, de preferencia automáticos a fin de lograr una mayor productividad. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

Consulta 78 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Donde dice "Modo Tríplex (B, Color, Doppler PW) en tiempo real en QUAD VIEW" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos que cuenten con la función de "Modo Tríplex (B, Color, Doppler PW) en tiempo real y con la función de QUAD VIEW disponible para imágenes en revisión" debido a que esta característica no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
Se admitirá: Modo Tríplex (B, Color, Doppler PW) en tiempo real y funcion de QUAD VIEW disponible para imágenes en revision. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

Consulta 79 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice Software de medición automática de mamas, solicitamos a la convocante se pueda omitir el pedido de automático para tener mayor cantidad de oferentes posibles y el punto quede de la siguiente manera Software de medición de mamas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Se modifica Software de medición de tiroides y mamas, de preferencia automáticos a fin de lograr una mayor productividad. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 80 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice " FSI (Imagen de espectro completo)" solicitamos amablemente a la convocante aclarar si La Función de FSI ¿podría considerarse como software de eliminación de speckle? Debido a que el FSI (Imagen de espectro completo) corresponde a un software de la marca Samsung.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Se solicita software para el manejo de frecuencias fundamentales y armónicas. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 81 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice: "Software para transferencia de Imagen y clips a dispositivos móviles", solicitamos amablemente a la convocante que dicha característica sea opcional debido a que es una característica que solo posee la marca SAMSUNG.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Existen varias marcas con estas opciones, en las líneas de gamas superiores de equipos, que es el perfil requerido por el hospital. Se solicita al Oferente adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 82 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice "Función de imagen: Derecha/Izquierda, Arriba/Abajo, división de pantalla en 2 (dos) y 4 (cuatro) imágenes" solicitamos amablemente a la convocante ofertar equipos con: "Función de imagen: Derecha/Izquierda, Arriba/Abajo, división de pantalla en 2 (dos) y 4 imágenes en revisión"

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Se admitirá Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 6 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 83 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Donde dice "01 Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 8 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar "01 Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2,5 a 8 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior" debido a que la diferencia es mínima y no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
Se necesita Transductor lineal de amplio espectro, para un mejor diagnostico a pacientes con antecedentes de diversas patologías. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 84 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Donde dice "01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3-13 MHz o superior" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar "01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 5-13 MHz o superior" debido a que la diferencia es mínima y no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
Se admitirá: 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 3 - 8 MHz o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

Consulta 85 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Donde dice "01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2 - 9 MHz o superior " solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar "01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 3 - 8 MHz o superior " debido a que la diferencia es mínima y no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
Se admitirá: 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 3 - 8 MHz o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

Consulta 86 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Donde dice "01 Transductor convexo volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2-8 MHz o superior" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar "01 Transductor convexo volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2-6,5 MHz o superior" debido a que la diferencia es mínima y no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
Se modifica por: 01 Transductor convexo volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2-6 MHz o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

Consulta 87 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
<p>Donde solicitan 5 (Cinco) puertos activos como mínimo para conexión de transductores. Solicitamos que este punto pueda ser modificado por ser direccionado a una sola marca de equipo representado por DEZETA, y se contradice a los dispuesto por La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica</p> <p>Articulo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA</p> <p>Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor, y este punto quede en puertos activos 4 (cuatro) como mínimo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>Se admitirán 4 (Cuatro) puertos activos como mínimo para conexión de transductores. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

Consulta 88 - ITEM 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2022
<p>Donde dice Software de para grabación de estudio en simultáneo, recomendamos modificar por Software de Seguimiento o que las imágenes y clips de archivos puedan compararse con la adquisición en tiempo real</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales médicos y pacientes. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 89 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2022
<p>Donde dice: Transductor endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2 -9MHz o superior, solicitamos diga: Transductor endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 3 -9MHz o mejor,</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>Se admitirá: 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 3 - 8 MHz o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

Consulta 90 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2022
<p>Donde dice Batería incorporada al equipo con capacidad de 240 minutos para escaneo continuo y 24 horas en modo de espera , solicitamos diga: Batería incorporada al equipo con autonomía de 60 minutos para escaneo continuo y 24 horas en modo de espera</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
<p>Se admitirá Batería incorporada con capacidad de 120 minutos para scaneo continuo y 12 horas en modo de espera. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

Consulta 91 - Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

Favor aclarar a que se refiere con Software de medición automática de Tiroides

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Se modifica Software de medición de tiroides y mamas, de preferencia automáticos a fin de lograr una mayor productividad. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 92 - Plazo de Entrega de Bienes.

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

El PBC. Detalla lo siguiente:

La firma adjudicada debera entregar el bien en un plazo no mayor a 30 dias habiles posteriores a la recepcion por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra.

Solicitamos amablemente a la convocante puedan modificar este punto por lo siguiente: La firma adjudicada debera entregar el bien en un plazo no mayor a 60 dias habiles posteriores a la recepcion por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

El plazo de entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones es en base a la necesidad del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 93 - Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitan Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3-13Mhz o superior, solicitamos diga: Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 4-13Mhz o mejor,

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Se necesita Transductor lineal de amplio espectro, para un mejor diagnostico a pacientes con antecedentes de diversas patologías. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 94 - Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice: Transductor Convexo con rango de frecuencia de al menos 2 a 8 Mhz con campo de apertura de al menos 70°, solicitamos diga:ransductor Convexo con rango de frecuencia de al menos 2 a 8 Mhz con campo de apertura de al menos 60°

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
------------------	---------------------------	------------

Se admitirá Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 6 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior

Consulta 95 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2022
<p>Donde dice pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas y justifican diciendo Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes la pantalla táctil no se utiliza para la apreciación de imagen ni con fines de diagnóstico, para ese fin esta la pantalla principal, favor tener en cuenta que en la pantalla táctil se encuentran el listado de las herramientas y controles que pueden ser utilizadas de acuerdo a la aplicación seleccionada, este punto fue consultado por varios posibles oferentes por lo cual solicitamos amablemente a la convocante considerar modificar por Pantalla táctil de alta sensibilidad de 12 o mayor , de esta manera se permitirá mayor participación de oferentes permitiendo a la convocante evitar sobrecostos al limitar la participación a uno o dos oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
<p>Solicitamos pantallas de este tamaño, para practicidad de los profesionales médicos para una mejor optimización de los imágenes de estudio, ya que en ella se ubicara la botonería para mejorar la calidad de la imagen. Además, el perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 96 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2022
<p>Solicitan software para grabación en simultaneo, solicitamos que este punto sea opcional para dar mayor participación a los oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
<p>El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 97 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2022
<p>Donde dice pantalla tactil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo, solicitamos disminuir a 13 pulgadas como minimo para mayor participacion de oferentes, 2 pulgadas menos en tamaño del touch no afectará la calidad ni capacidad de diagnostico del equipo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
<p>Solicitamos pantallas de este tamaño, para practicidad de los profesionales médicos para una mejor optimización de los imágenes de estudio, ya que en ella se ubicara la botonería para mejorar la calidad de la imagen. Además, el perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 98 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2022
<p>Donde dice transductor convexo con rango de frecuencia de 2 a6Mhz con campo de apertura de 70° o superior solicitamos permita ofertar transductor convexo con rango de frecuencia de 2 a6Mhz con campo de apertura de 65° o superiore para mayor participacion de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
<p>El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 99 - Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2022
Donde dice: Batería incorporada al equipo con capacidad de 120 minutos para escaneo continuo, y 12 horas en modo de espera, solicitamos diga Batería incorporada al equipo con capacidad de 40 minutos para escaneo continuo, y 12 horas en modo de espera		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 100 - Especificaciones Técnicas. Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2022
Donde dice: Botones editables, al menos 6 (Seis) para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales, solicitamos diga Botones editables, al menos 3 (tres) para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 101 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
Botones editables, al menos 6 (Seis) para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales, solicitamos diga Botones editables, al menos 5 (cinco) para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales. .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 102 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
Donde dice Pantalla de 23 pulgadas Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con una pantalla de 19 pulgadas como mínimo. esto se debe a que permitiría mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 103 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Panel de control retroiluminado con movimientos en altura y desplazamiento lateral.
Solicitamos amablemente esto sea opcional ya que no desvia sustancialmente la funcionalidad técnica del equipo

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
-----------	--------------------	------------

El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales.
Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 104 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
----------	-------------------	------------

donde dice: Panel de control retroiluminado con movimientos en altura y desplazamiento lateral.
Solicitamos amablemente esta sea opcional debido a que no afecta sustancialmente a las especificaciones técnicas ni a la funcionalidad del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
-----------	--------------------	------------

El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales.
Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 105 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Teclado físico alfanumérico para carga de datos del paciente con configuración en español o Latinoamérica
Solicitamos se cite lo siguiente teniendo en cuenta que no afecta a la introducción de datos.
Teclado físico alfanumérico para carga de datos del paciente con configuración en español o Latinoamérica o inglés

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
-----------	--------------------	------------

El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales.
Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 106 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
----------	-------------------	------------

donde dice: Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo.
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipo de como mínimo 13 pulgadas permitiendo así mayor participación de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
-----------	--------------------	------------

Solicitamos pantallas de este tamaño, para practicidad de los profesionales médicos para una mejor optimización de los imágenes de estudio, ya que en ella se ubicará la botonería para mejorar la calidad de la imagen. Además, el perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 107 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
----------	-------------------	------------

En especificaciones técnicas donde dice Garantía: 36 meses como mínimo, Solicitamos a la convocante que la Garantía mínima sea de 24 meses debido que el tercer año no está en el costo de la cotización que tiene como referencia para el precio referencial y esto implica un sobre costo

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
-----------	--------------------	------------

Solicitamos pantallas de este tamaño, para practicidad de los profesionales médicos para una mejor optimización de los imágenes de estudio, ya que en ella se ubicara la botonería para mejorar la calidad de la imagen. Además, el perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 108 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
----------	-------------------	------------

donde solicitan Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 23" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior. Solicitamos a la convocante No direccionar hacia la marca Mindray con su Equipo Resona i9, y dejar cotizar equipos de Pantalla de 21" Como mínimo para tener mayor cantidad de oferentes posibles reiteramos a la convocante no dirigir hacia una marca de equipo contradiciendo a La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica

Artículo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA

Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
-----------	--------------------	------------

Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Existen varias marcas con tamaño 23; el perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 109 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
----------	-------------------	------------

Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo. Solicitamos al convocante no direccionar a un solo oferente y excluir a potenciales oferentes de poder ofertar y competir como lo dictamina la ley, Solicitamos que puedan permitir Pantalla táctil mínimo de 12"

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
-----------	--------------------	------------

Solicitamos pantallas de este tamaño, para practicidad de los profesionales médicos para una mejor optimización de los imágenes de estudio, ya que en ella se ubicara la botonería para mejorar la calidad de la imagen. Además, el perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 110 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
----------	-------------------	------------

Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 1 TB. Solicitamos a la convocante poder dejar competir a oferentes con equipos de Almacenamiento de al menos 512 GB esto no interfiere ni disminuye a una buena calidad resolutive del equipo ni mucho operacional por lo que solicitamos puedan modificar este punto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
-----------	--------------------	------------

Se solicita la Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 512 GB según el PBC. Se aclara que este punto consultado ya se modificó en la Adenda anterior.

Consulta 111 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
----------	-------------------	------------

Donde solicitan 5 (Cinco) puertos activos como mínimo para conexión de transductores. Solicitamos que este punto pueda ser modificado por ser direccionado a una sola marca de equipo representado por DEZETA, y se contradice a los dispuesto por La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Artículo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA

Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor, y este punto quede en puertos activos 4 (cuatro) como minimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
-----------	--------------------	------------

Se admitirán 4 (Cuatro) puertos activos como mínimo para conexión de transductores según el PBC. Se aclara que este punto consultado ya se modificó en la Adenda anterior.

Consulta 112 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice Puertos USB para conexión de periféricos al menos 6. Solicitamos a la convocante dejar este punto de la siguiente manera "Puertos USB para conexión de periféricos". De forma podrá tener mayor cantidad de oferentes. Y no estaría la convocante contradiciendo a La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS en su Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES en el Inciso B) menciona lo siguiente; b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
-----------	--------------------	------------

Se requiere Puertos USB para conexión de periféricos al menos 4 según el PBC. Se aclara que este punto consultado ya se modificó en la Adenda anterior.

Consulta 113 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
<p>En el punto donde dice Al menos 40.000.000 de canales de procesamiento. Solicitamos a la convocante dejar cotizar de al menos con 4 millones de canales de porcesamiento totalmente digitales de esta forma la convocante no estaria dirigiendo a una sola Marca de equipo que seria Mindary con su moldelo Resomna i9. Por lo expresado solicitamos a la convocante modifiquen este requerimiento.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
<p>Existen varias marcas con sus modelos premium que poseen esta característica; que es el perfil requerido de los equipos, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 114 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
<p>Donde solicitan 5 (Cinco) puertos activos como mínimo para conexión de transductores. Solicitamos que este punto pueda ser modificado por ser direccionado a una sola marca de equipo representado por DEZETA, y se contradice a los dispuesto por La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Articulo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor, y este punnto quede en puertos activos 4 (cuatro) como minimo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
<p>Se admitirán 4 (Cuatro) puertos activos como mínimo para conexión de transductores según el PBC. Se aclara que este punto consultado ya se modificó en la Adenda anterior.</p>		

Consulta 115 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
<p>En el punto donde dice Software de medición automática de translucencia Nucal, Solicitamos a la convocante omitir de forma automatica, ya que es dirigido a una sola Marca, y que pueda quedar de la siguiente manera este punto, Software de medición de translucencia Nucal</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
<p>En el PBC se requiere Software de medición de translucencia Nucal, ya se excluyó la palabra automática en la adenda anterior.</p>		

Consulta 116 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
----------	-------------------	------------

En el punto donde dice Software de medición automática de translucencia Intracraneal, solicitamos muy amablemente a la convocante omitir automática, debido a que está dirigiendo a una marca de equipo, por lo que solicitamos este punto pueda quedar de la siguiente manera, Software de medición de translucencia Intracraneal

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
-----------	--------------------	------------

En el PBC se requiere Software de medición de translucencia Intracraneal, ya se excluyó la palabra automática en la adenda anterior.

Consulta 117 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
----------	-------------------	------------

En el punto donde Software de medición automática de folículos mediante tecnología tridimensional, solicitamos a la convocante que omita el automático, y el punto quede de la siguiente manera, Software de medición de folículos

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
-----------	--------------------	------------

En el PBC se requiere Software de medición de folículos mediante tecnología tridimensional, ya se excluyó la palabra automático en la adenda anterior.

Consulta 118 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
----------	-------------------	------------

En el punto donde dice Software de medición automática de tiroides, solicitamos muy amablemente a la convocante omitir el pedido automático para que tenga mayor cantidad de oferentes y punto pueda quedar de la siguiente manera, Software de medición de tiroides

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
-----------	--------------------	------------

En el PBC se requiere Software de medición de tiroides, ya se excluyó la palabra automático en la adenda anterior

Consulta 119 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice Software de medición automática de mamas, solicitamos a la convocante se pueda omitir el pedido de automático para tener mayor cantidad de oferentes posibles y el punto quede de la siguiente

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
-----------	--------------------	------------

En el PBC se requiere Software de medición de mamas, ya se excluyó la palabra automático en la adenda anterior.

Consulta 120 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice Función de imagen: Derecha/Izquierda, Arriba/Abajo, división de pantalla en 2 (dos) y 4 (cuatro) imágenes Solicitamos a la convocante solicitar de manera opcional 4 (cuatro) imágenes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
-----------	--------------------	------------

Dicha especificación es acorde a la necesidad solicitada por los profesionales médicos. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 121 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
<p>En el punto donde dice 01 Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 8 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior, Solicitamos a la convocante no dirigir a transductores de la Marca Mindray, debido a que solo ellos cumplirían con el requerimiento y se contradice a lo establecido por la Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS en su Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES en el Inciso B) menciona lo siguiente; b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. por lo requerimos que modifiquen este punto y se puedan ofertar transductores convexo de 2 a 5 Mhz. de esta pforma se tendra mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
<p>Se admitirá Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 6 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior. Existe más de una marca ofertando este tipo de transductores incluso superior. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 122 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
<p>Donde dice 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3-12 MHz o superior, Solicitamos a la convocante dejar ofertar transductores de rango de frecuencia de 3 a 4 Mhz de esta forma se tendra mayor cantidad de oferentes potenciales</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
<p>Se necesita Transductor lineal de amplio espectro, para un mejor diagnostico a pacientes con antecedentes de diversas patologías. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 123 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
<p>Donde dice 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2 - 9 MHz o superior, Solicitamos a la convocante permita cotizar transductores con frecuencia de 3 a 9 Mhz asi de esta forma podra tendra mayor cantidad de oferentes potenciales</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
<p>Ya se modificó en la Adenda anterior, se admitirá: 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 3 - 8 MHz o superior.</p>		

Consulta 124 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
<p>En el punto donde dice Calentador de Gel integrado al equipo, Solicitamos a la convocante que este punto sea opcional no todos los fabricantes realizan esta característica diferenciadora que solo hace eliminar oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
<p>Existen varias marcas con calentador de gel, independientemente si es un equipo de alta gama, el perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 125 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2022
El plazo solicitado por la convocante para la entrega de equipo hace suponer aun mas las congeturas de que ya tienen un oferente seleccionado para su adjudicacion. Solcitamos muy amablemente a la convocante que el plazo de entrega sea de 75 dias despues de la recepcion de la orden de compra.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-06-2022
El plazo de entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones es en base a la necesidad del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones		