

## Consultas Realizadas

# Licitación 407358 - CD 6562/2022 Contratación de Servicios de Calibración de Equipos de Medición de Parámetros Ambientales

### Consulta 1 - ÍTEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Sugerimos a la convocante condicionar que la calibración del sonómetro sea a través de un procedimiento acreditado según norma ISO 17025, lo que garantizará la trazabilidad de las mediciones realizadas con el equipo luego de la calibración		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Con relación a la consulta, está vigente la Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17025, por lo tanto el laboratorio a cargo de la Calibración del equipo debe ceñirse a la misma.		

### Consulta 2 - ÍTEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2022
Solicitamos a la convocante aumentar el plazo de calibración de Equipos de Medición de Campos Eléctricos y Magnéticos - AARONIA NF - 5035 ya dicho servicio no se realiza conforme a la norma ISO 17025 en nuestro país, por lo que para la calibración del mismo deberá ser enviado al exterior. (Brasil o Argentina). Sugerimos que el plazo sea 60 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Favor tener en cuenta la Adenda N° 1 publicada en el SICP.		